AUTOCLAVE DIGITAL JP INGLOBAL

OPERADOR: Ciclo de Esterilizacion #01 Mavidos A. NO ENVUELTO Ciclo #00000 FECHA: 03-07-20 **PRESION** TEMP HORA 000kPa 22.3%C 15:19 000kPa 27.0%C 15:21 000kPa 43.3 C 15:23 000kPa 64.9%C 15:25 004kPa 80.5%C 15:27 013kPa 90.7®C 15:29 037kPa 99.5%C 15:31 057kPa 105.5 C 15:33 076kPa 109.8®C 15:35 097kPa 114.0°C 15:37 117kPa 117.9°C 15:39 129kPa 120.4°C 15:41 131kPa 121.1%C 15:43 121.2®C 129kPa 15:45 129kPa 121.1%C 15:47 129kPa 121.2°C 15:49 129kPa 121.1 °C 15:51 121.2®C 130kPa 15:53 121.3©C 130kPa 15:55 119.5%C 110kPa 15:57 113.5°C 074kPa 16:00 108.1 C 047kPa 16:02 029kPa 103.5©C 16:04 96.4®C 003kPa 16:06 Ciclo Finalizado Correctamente 95.7%C 001kPa 16:06

AUTOCLAVE DIBITAL JP INGLOBAL

OPERADOR: Ciclo de Esterilizacion #02 CAUCHO Ciclo #00001 FECHA: 03-07-20 HORA TEMP PRESION 16:22 70.3 C 001kPa 16:24 84.7°C 011kPa 16:26 97.7°C 031kPa 16:28 105.2 C 053kPa 16:30 110.4 C 073kPa 16:32 115.2 C 095kPa 16:34 119.3°C 113kPa 16:36 120.8 C 119kPa 16:38 121.1 C 120kPa 16:40 121.1 C 115kPa 15:42 121.2 C 120kPa 15:44 121.2 C 115kPa 18:48 121.2 C 118kPa 15:43 121.2 C 119kPa 13:50 121.2 C 119kPa 15:52 107.9 C 026kPa 13:54 95.7.0 005kPa 15:55 93.2.0 001kPa Ciclo Finalizado Correctamente

15:58 92.9 0 001kPa

```
AUTOCLAVE DIGITAL JP INGLOBAL
 OPERADOR:
 Ciclo de Esterilizacion #03
INSTRUMENTAL
Ciclo #00002
FECHA: 06-07-20
  HORA
        TEMP PRESION
  11:06 20.3 C 000kPa
  11:08 23.8 C 000kPa
  11:10 36.8 C 000kPa
  11:12 60.9 C 000kPa
  11:14 75.7°C 001kPa
  11:16 87.5°C 008kPa
  11:18 96.2°C 024kPa
  11:20 103.1 C 044kPa
       107.7°C 058kPa
  11:22
  11:24
        112.0°C 075kPa
  11:26
       115.9°C 090kPa
  11:28 119.4°C 106kPa
  11:30
       120.8°C 112kPa
  11:32
       121.2°C 112kPa
  11:34 121.1 C 112kPa
  11:36 121.13C 111kPa
  11:38 121.2°C 111kPa
  11:40 121,2°C 111kPa
       121.2°C 111kPa
  11:42
       121.2°C 111kPa
  11:44
       121,2°C 110kPa
  11:46
  11:48 121.2 110kPa
  11:50 121.2°C 110kPa
       121.2°C 110kPa
  11:52
  11:54 121.3 C 111kPa
  11:56 121.2°C 110kPa
 11:58 121.2°C 111kPa
 12:00 116.4°C 065kPa
 12:02
       101.7°C 016kPa
 12:04 94.8 C 001kPa
 12:06 93.1 © 001kPa
 12:08 92.8 C 001kPa
 12:11 92.5 C 001kPa
 12:13 91.9 C 001kPa
 12:15 91.0 C 001kPa
 12:17 82.6 C 001kPa
 12:19 79.0°C 000kPa
 12:21
        76.5 C 000kPa
 12:23 74.3 C 000kPa
 12:25 72.2℃ 001kPa
 12:27 71.2 C 001kPa
 12:29 71.8 C 001kPa
 12:31 70.5 C 001kPa
  12:33 69.3 C 001kPa
     Ciclo Finalizado
      Correctamente
```

12:34 68.6 C 001kPa

```
OPERADOR:

Ciclo de Esterilizacion #04
LIQUIDOS B
Ciclo #00003
FECHA: 06-07-20
HORA TEMP PRESION
13:37 43.71C 0000kPa
13:40 55.11C 0000kPa
13:44 87.81C 0000kPa
13:44 87.81C 0000kPa
13:46 97.51C 0000kPa
13:56 109.41C 075kPa
13:56 109.41C 075kPa
13:56 109.41C 075kPa
13:56 120.51C 117kPa
14:00 121.11C 116kPa
14:00 121.11C 116kPa
14:01 121.11C 117kPa
14:02 121.11C 117kPa
14:12 121.21C 114kPa
14:14 121.21C 114kPa
14:16 121.21C 114kPa
14:16 121.21C 114kPa
14:17 121.21C 114kPa
14:18 121.21C 114kPa
14:26 121.11C 114kPa
14:27 121.21C 116kPa
14:28 114.81C 073kPa
14:28 114.81C 073kPa
14:35 95.41C 002kPa
14:35 95.41C 002kPa
```

Correctamente 14:35 94.9 C 002kPa

| 000kPa | 000kPa | 005kPa | 011kPa | 028kPa | 062kPa | 089kPa | 109kPa | 123kPa | 143kPa | 166kPa | 191kPa | 206kPa | 210kPa | - | 209kPa | 209kPa | 0 | 165kPa | 114kPa | 080kPa | 055kPa | 038kPa | 024kPa | 003kPa | 1 i zado | ente | 002kPa |
|--------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|-----------|--------|
| 39.2 c | 48 J. C | 98, b.C | 6'- | 93,370 | 104.2 C | 111,5 C | 116,5 C | 120,0 C | 123.5 C | 127.3 C | 130,5 C | 133,1 C | 133,9 C | | 134.1 C | 134.1 C | 134.1 C | 130.4 C | 123.0 C | 116.7 C | 111.3 C | 106.8 C | 102.8 C | 36.0 C | clo Fina | Correctam | 95.0°C |
| 15:50 | 15:52 | 16,155 | 15:57 | 15:59 | 16:01 | 16:03 | 16:05 | 16:07 | 16:09 | 16:11 | 16:13 | 16:15 | 16:17 | 16:19 | 16:21 | 2 | 16:25 | 16:27 | 16:29 | 16:31 | 16:33 | 16:35 | 16:37 | 16:39 | ວ | ٥ | 16:39 |

AUTOCLAVE DIGITAL JP INGLOBAL

OPERADOR: Ciclo de Esterilizacion #01 LIQUIDOS A Ciclo #00005 FECHA: 07-07-20 HORA TEMP PRESION 07:50 18.0%C 000kPa 07:53 25.6°C 000kPa 54.5%C 07:56 000kPa 003kPa 07:59 69.3%C 08:03 81.1%C 006kPa 08:06 89.1%C 005kPa 97.2%C 08:09 030kPa 103.3%C 039kPa 08:12 107.4%C 08:15 062kPa 08:18 112.1%C 072kPa 116.5%C 08:21 103kPa 08:24 119.9%C 106kPa 08:25 120.7 C 109kPa 08:26 121.0%C 116kPa 08:27 121.1%C 115kPa 08:28 121.1%C 119kPa 08:29 121.2®C 118kPa 08:30 121.2%C 116kPa 08:31 121.2°C 118kPa 08:32 121.3%C 116kPa 08:33 121.2°C 117kPa 121.3°C 08:34 117kPa 08:35 121.3°C 115kPa 08:36 121.3°C 117kPa 08:37 121.3©C 118kPa 08:38 121.3%C 118kPa 121.3°C 08:39 117kPa 08:42 114.6 C 072kPa 08:45 106.4%C 037kPa 08:48 97.1%C 006kPa Ciclo Finalizado Correctamente 08:49 94.9%C

002kPa

```
AUTOCLĀVE DIGITAL JP INGLOBAL
 OPERADOR:
  Ciclo de Esterilizacion #04
LIQUIDOS B
Ciclo #00006
FECHA: 07-07-20
   HORA
           TEMP
                   PRESION
  11:17
         27.8 C
                  000kPa
  11:20
         29.8 C
                  000kPa
  11:23
          49.1 C
                  002kPa
  11:26
         73.0 C
                  011kPa
  11:29
          88.5 C
                  021kPa
  11:32
          100.5 C
                   054kPa
  11:35
          107.7 C
                   079kPa
  11:38
         113.7°C
                   108kPa
  11:41
          118.8 C
                   138kPa
  11:43
          120.7 C
                   147kPa
  11:44
          121.0 C
                   147kPa
  11:45
          121.1 C
                   147kPa
  11:46
          121.0 C
                   146kPa
  11:48
          121.2°C
                   147kPa
  11:49
          121.1°C
                   147kPa
  11:50
          121.1°C
                   147kPa
          121.1 C
  11:51
                   147kPa
  11:52
          121.2 C
                   146kPa
  11:53
          121.2 C
                    146kPa
  11:54
          121.2 C
                   146kPa
  11:55
          121.1 C
                   145kPa
  11:56
          121.2 C
                    146kPa
  11:57
          121.2 C
                   146kPa
  11:58
          121.1 C
                   146kPa
  11:59
          121.2 C
                   146kPa
  12:00
          121.1 C
                   146kPa
  12:01
          121.1 C
                   146kPa
  12:02
          121.2 C
                   146kPa
          121.3 C
  12:03
                   146kPa
  12:04
          121.2 C
                   145kPa
  12:05
          121.1 C
                   146kPa
  12:06
          121.2 C
                   146kPa
  12:07
          121.2 C
                   146kPa
  12:08
          121.2 C
                   146kPa
  12:09
          121.2 C
                   146kPa
  12:10
          121.2 C
                   146kPa
  12:11
          121.2 C
                   146kPa
  12:12
          121.2 C
                   146kPa
  12:13
          121.2 C
                   145kPa
  12:16
          113.8 C
                   084kPa
  12:19
         106.7 C
                   047kPa
  12:22
          100.2 C
                   017kPa
      Ciclo Finalizado
        Correctamente
  12:24 94.9 C 001kPa
```

AUTOCLAVE DIGITAL JP INGLOBAL

OPERADOR: Ciclo de Esterilizacion #01 LIQUIDOS A Ciclo #00007 FECHA: 07-07-20 HORA TEMP PRESION 13:30 42.7®C 000kPa 13:33 57.5°C 000kPa 81.9⊗C 13:36 012kPa 13:39 97.2 C 039kPa 13:42 106.9%C 071kPa 13:45 113.6 C 104kPa 119.4%C 135kPa 13:48 13:50 120.7®C 138kPa 13:51 121.0®C 140kPa 13:52 121.1%C 140kPa 13:53 121.2 C 139kPa 13:54 121.1 C 139kPa 13:55 121.2®C 139kPa 13:56 121.2®C 139kPa 13:57 121.2%C 139kPa 13:58 121.2®C 137kPa 13:59 121.2©C 138kPa 14:00 121.2°C 137kPa 14:01 121.2®C 138kPa 14:02 121.2®C 138kPa 14:03 121.2®C 138kPa 14:04 121.2®C 138kPa 14:07 114.3 C 081kPa 107.0®C 14:10 043kPa 14:13 99.4®C 011kPa Ciclo Finalizado Correctamente 14:14 95.9°C

001kPa