

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

Fecha	Hora	Temperatura	Temperatura 2	Humedad
10/11/2022	07:39:07	25.0	22.4	54.5
10/11/2022	07:39:08	21.7	22.2	51.1
10/11/2022	07:39:09	21.7	22.2	51.0
10/11/2022	07:39:10	21.7	22.2	51.0
10/11/2022	07:39:11	21.7	22.2	51.0
10/11/2022	07:39:12	21.7	22.2	51.0
10/11/2022	07:39:13	21.7	22.2	51.0
10/11/2022	07:39:14	21.7	22.2	51.0
10/11/2022	07:39:15	21.7	22.2	51.0
10/11/2022	07:39:16	21.7	22.2	51.0
10/11/2022	07:39:17	21.7	22.2	51.1
10/11/2022	07:39:18	21.7	22.2	51.2
10/11/2022	07:39:16	21.7	22.2	51.2
10/11/2022	07:39:17	21.7	22.2	51.3
10/11/2022	07:39:18	21.7	22.2	51.4
10/11/2022	07:39:19	21.7	22.2	51.5
10/11/2022	07:39:20	21.8	22.2	51.6
10/11/2022	07:39:22	21.8	22.2	51.6
10/11/2022	07:39:23	21.8	22.2	51.7
10/11/2022	07:39:24	21.8	22.2	51.8
10/11/2022	07:39:25	21.8	22.2	51.9
10/11/2022	07:39:26	21.8	22.2	52.0
10/11/2022	07:39:27	21.8	22.2	52.1
10/11/2022	07:39:28	21.8	22.2	52.2
10/11/2022	07:39:29	21.8	22.2	52.3
10/11/2022	07:39:30	21.8	22.2	52.4
10/11/2022	07:39:31	21.8	22.2	52.5
10/11/2022	07:39:32	21.8	22.2	52.6
10/11/2022	07:39:34	21.8	22.2	52.7
10/11/2022	07:39:35	21.8	22.2	52.7
10/11/2022	07:39:36	21.8	22.2	52.7
10/11/2022	07:39:37	21.8	22.2	52.6
10/11/2022	07:39:38	21.8	22.2	52.5
10/11/2022	07:39:39	21.8	22.2	52.4
10/11/2022	07:39:40	21.7	22.2	52.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	07:39:41	21.7	22.2	52.0
10/11/2022	07:39:42	21.7	22.2	51.8
10/11/2022	07:39:43	21.7	22.2	51.6
10/11/2022	07:39:44	21.7	22.2	51.4
10/11/2022	07:39:45	21.6	22.2	51.3
10/11/2022	07:39:46	21.6	22.2	51.2
10/11/2022	07:39:47	21.6	22.2	51.1
10/11/2022	07:39:48	21.6	22.2	51.1
10/11/2022	07:39:49	21.6	22.2	51.0
10/11/2022	07:39:50	21.5	22.2	51.0
10/11/2022	07:39:51	21.5	22.2	51.0
10/11/2022	07:39:52	21.5	22.2	51.0
10/11/2022	07:39:53	21.5	22.2	51.0
10/11/2022	07:39:54	21.5	22.2	51.0
10/11/2022	07:39:56	21.4	22.2	51.0
10/11/2022	07:39:57	21.4	22.2	51.0
10/11/2022	07:39:58	21.4	22.2	51.1
10/11/2022	07:39:59	21.4	22.2	51.1
10/11/2022	07:40:00	21.4	22.2	51.1
10/11/2022	07:40:01	21.4	22.2	51.1
10/11/2022	07:40:02	21.3	22.2	51.1
10/11/2022	07:40:03	21.3	22.2	51.1
10/11/2022	07:40:04	21.3	22.2	51.1
10/11/2022	07:40:05	21.3	22.2	51.1
10/11/2022	07:40:06	21.3	22.2	51.1
10/11/2022	07:40:07	21.3	22.2	51.1
10/11/2022	07:40:08	21.3	22.2	51.1
10/11/2022	07:40:09	21.3	22.2	51.2
10/11/2022	07:40:10	21.3	22.2	51.1
10/11/2022	07:40:11	21.3	22.2	51.2
10/11/2022	07:40:12	21.3	22.2	51.2
10/11/2022	07:40:13	21.3	22.2	51.2
10/11/2022	07:40:14	21.3	22.2	51.2
10/11/2022	07:40:15	21.3	22.2	51.2
10/11/2022	07:40:16	21.3	22.2	51.3
10/11/2022	07:40:17	21.2	22.2	51.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	07:40:18	21.2	22.2	51.3
10/11/2022	07:40:20	21.2	22.2	51.3
10/11/2022	07:40:21	21.2	22.2	51.3
10/11/2022	07:40:22	21.2	22.2	51.3
10/11/2022	07:40:23	21.2	22.2	51.4
10/11/2022	07:40:24	21.2	22.2	51.4
10/11/2022	07:40:25	21.2	22.2	51.4
10/11/2022	07:40:26	21.2	22.2	51.4
10/11/2022	07:40:27	21.2	22.2	51.4
10/11/2022	07:40:28	21.2	22.2	51.4
10/11/2022	07:40:29	21.2	22.2	51.4
10/11/2022	07:40:30	21.2	22.2	51.5
10/11/2022	07:40:31	21.2	22.2	51.5
10/11/2022	07:40:32	21.2	22.2	51.5
10/11/2022	07:40:33	21.2	22.2	51.5
10/11/2022	07:40:34	21.2	22.2	51.6
10/11/2022	07:40:35	21.2	22.2	51.6
10/11/2022	07:40:36	21.2	22.2	51.6
10/11/2022	07:40:37	21.2	22.2	51.6
10/11/2022	07:40:38	21.2	22.2	51.6
10/11/2022	07:40:39	21.2	22.2	51.6
10/11/2022	07:40:40	21.2	22.2	51.6
10/11/2022	07:40:41	21.2	22.2	51.6
10/11/2022	07:40:42	21.2	22.2	51.6
10/11/2022	07:40:43	21.2	22.2	51.6
10/11/2022	07:40:44	21.2	22.2	51.6
10/11/2022	07:40:45	21.2	22.2	51.6
10/11/2022	07:40:46	21.2	22.2	51.7
10/11/2022	07:40:47	21.2	22.2	51.7
10/11/2022	07:40:48	21.2	22.2	51.7
10/11/2022	07:40:49	21.3	22.2	51.7
10/11/2022	07:40:50	21.3	22.2	51.8
10/11/2022	07:40:51	21.3	22.2	51.8
10/11/2022	07:40:53	21.3	22.2	51.8
10/11/2022	07:40:54	21.3	22.2	51.8
10/11/2022	07:40:55	21.3	22.2	51.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	07:40:56	21.3	22.2	51.8
10/11/2022	07:40:57	21.3	22.2	51.8
10/11/2022	07:40:58	21.3	22.2	51.8
10/11/2022	07:40:59	21.3	22.2	51.8
10/11/2022	07:41:00	21.4	22.2	51.8
10/11/2022	07:41:01	21.4	22.2	51.8
10/11/2022	07:41:02	21.4	22.2	51.8
10/11/2022	07:41:03	21.4	22.2	51.8
10/11/2022	07:41:04	21.4	22.2	51.8
10/11/2022	07:41:05	21.4	22.2	51.9
10/11/2022	07:41:06	21.4	22.2	51.9
10/11/2022	07:41:07	21.4	22.2	51.9
10/11/2022	07:41:08	21.4	22.2	51.9
10/11/2022	07:41:09	21.4	22.2	51.9
10/11/2022	07:41:10	21.4	22.2	51.9
10/11/2022	07:41:11	21.4	22.2	51.9
10/11/2022	07:41:12	21.4	22.2	51.9
10/11/2022	07:41:13	21.4	22.2	51.9
10/11/2022	07:41:14	21.5	22.2	51.9
10/11/2022	07:41:15	21.5	22.2	51.9
10/11/2022	07:41:16	21.5	22.2	51.9
10/11/2022	07:41:17	21.5	22.2	51.9
10/11/2022	07:41:18	21.5	22.2	51.9
10/11/2022	07:41:19	21.5	22.2	51.9
10/11/2022	07:41:20	21.5	22.2	51.9
10/11/2022	07:41:21	21.5	22.2	51.9
10/11/2022	07:41:22	21.5	22.2	51.9
10/11/2022	07:41:23	21.5	22.2	51.9
10/11/2022	07:41:24	21.6	22.2	51.9
10/11/2022	07:41:25	21.6	22.2	51.9
10/11/2022	07:41:26	21.6	22.2	51.9
10/11/2022	07:41:27	21.6	22.1	51.9
10/11/2022	07:41:28	21.6	22.2	51.9
10/11/2022	07:41:29	21.6	22.2	51.9
10/11/2022	07:41:30	21.6	22.2	51.9
10/11/2022	07:41:31	21.6	22.1	51.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	07:41:32	21.6	22.1	51.9
10/11/2022	07:41:33	21.7	22.1	51.9
10/11/2022	07:41:34	21.7	22.1	51.9
10/11/2022	07:41:35	21.7	22.1	51.9
10/11/2022	07:41:36	21.7	22.1	51.9
10/11/2022	07:41:37	21.7	22.1	51.9
10/11/2022	07:41:38	21.7	22.2	51.9
10/11/2022	07:41:39	21.7	22.2	51.9
10/11/2022	07:41:40	21.8	22.1	51.9
10/11/2022	07:41:41	21.8	22.2	51.9
10/11/2022	07:41:42	21.8	22.2	51.9
10/11/2022	07:41:43	21.8	22.2	51.9
10/11/2022	07:41:45	21.8	22.2	51.9
10/11/2022	07:41:46	21.8	22.2	51.9
10/11/2022	07:41:47	21.8	22.1	51.9
10/11/2022	07:41:48	21.8	22.2	51.9
10/11/2022	07:41:49	21.9	22.1	51.9
10/11/2022	07:41:50	21.9	22.1	51.9
10/11/2022	07:41:51	21.9	22.1	51.9
10/11/2022	07:41:52	21.9	22.2	51.8
10/11/2022	07:41:53	21.9	22.1	51.9
10/11/2022	07:41:54	22.0	22.1	51.8
10/11/2022	07:41:55	22.0	22.1	51.8
10/11/2022	07:41:56	22.0	22.1	51.8
10/11/2022	07:41:57	22.0	22.1	51.8
10/11/2022	07:41:58	22.0	22.1	51.8
10/11/2022	07:41:59	22.0	22.1	51.8
10/11/2022	07:42:00	22.1	22.1	51.8
10/11/2022	07:42:01	22.1	22.2	51.8
10/11/2022	07:42:02	22.1	22.1	51.8
10/11/2022	07:42:03	22.1	22.1	51.8
10/11/2022	07:42:04	22.1	22.1	51.8
10/11/2022	07:42:05	22.1	22.1	51.8
10/11/2022	07:42:06	22.1	22.1	51.8
10/11/2022	07:42:07	22.2	22.1	51.7
10/11/2022	07:42:08	22.2	22.1	51.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	07:42:09	22.2	22.1	51.7
10/11/2022	07:42:10	22.2	22.1	51.7
10/11/2022	07:42:12	22.2	22.1	51.7
10/11/2022	07:42:13	22.2	22.1	51.7
10/11/2022	07:42:14	22.2	22.1	51.7
10/11/2022	07:42:15	22.2	22.1	51.6
10/11/2022	07:42:16	22.3	22.2	51.6
10/11/2022	07:42:17	22.3	22.2	51.6
10/11/2022	07:42:18	22.3	22.2	51.6
10/11/2022	07:42:19	22.3	22.2	51.6
10/11/2022	07:42:20	22.3	22.1	51.6
10/11/2022	07:42:21	22.4	22.1	51.6
10/11/2022	07:42:22	22.4	22.1	51.6
10/11/2022	07:42:23	22.4	22.1	51.5
10/11/2022	07:42:24	22.4	22.1	51.5
10/11/2022	07:42:25	22.4	22.1	51.5
10/11/2022	07:42:26	22.4	22.1	51.5
10/11/2022	07:42:27	22.5	22.1	51.5
10/11/2022	07:42:28	22.5	22.1	51.4
10/11/2022	07:42:29	22.5	22.1	51.4
10/11/2022	07:42:30	22.5	22.1	51.4
10/11/2022	07:42:31	22.6	22.1	51.4
10/11/2022	07:42:32	22.6	22.1	51.4
10/11/2022	07:42:34	22.6	22.1	51.3
10/11/2022	07:42:35	22.6	22.1	51.3
10/11/2022	07:42:36	22.7	22.1	51.3
10/11/2022	07:42:37	22.7	22.1	51.3
10/11/2022	07:42:38	22.7	22.1	51.2
10/11/2022	07:42:39	22.7	22.1	51.2
10/11/2022	07:42:40	22.7	22.1	51.2
10/11/2022	07:42:41	22.8	22.1	51.2
10/11/2022	07:42:42	22.8	22.1	51.1
10/11/2022	07:42:43	22.8	22.1	51.1
10/11/2022	07:42:44	22.8	22.1	51.1
10/11/2022	07:42:45	22.8	22.1	51.1
10/11/2022	07:42:46	22.8	22.1	51.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	07:42:47	22.8	22.1	51.0
10/11/2022	07:42:48	22.9	22.1	51.0
10/11/2022	07:42:49	22.9	22.1	50.9
10/11/2022	07:42:50	22.9	22.1	50.9
10/11/2022	07:42:51	22.9	22.1	51.0
10/11/2022	07:42:52	22.9	22.1	50.9
10/11/2022	07:42:53	23.0	22.1	50.9
10/11/2022	07:42:54	23.0	22.1	50.8
10/11/2022	07:42:55	23.0	22.1	50.8
10/11/2022	07:42:57	23.0	22.1	50.8
10/11/2022	07:42:58	23.0	22.1	50.8
10/11/2022	07:42:59	23.1	22.1	50.8
10/11/2022	07:43:00	23.1	22.1	50.7
10/11/2022	07:43:01	23.1	22.1	50.7
10/11/2022	07:43:02	23.2	22.1	50.6
10/11/2022	07:43:03	23.2	22.1	50.6
10/11/2022	07:43:04	23.2	22.1	50.6
10/11/2022	07:43:05	23.2	22.1	50.5
10/11/2022	07:43:06	23.2	22.1	50.5
10/11/2022	07:43:07	23.2	22.1	50.5
10/11/2022	07:43:08	23.3	22.1	50.5
10/11/2022	07:43:09	23.3	22.1	50.4
10/11/2022	07:43:10	23.3	22.1	50.4
10/11/2022	07:43:11	23.3	22.0	50.4
10/11/2022	07:43:12	23.3	22.1	50.4
10/11/2022	07:43:13	23.3	22.1	50.4
10/11/2022	07:43:14	23.4	22.0	50.3
10/11/2022	07:43:15	23.4	22.0	50.3
10/11/2022	07:43:17	23.4	22.0	50.3
10/11/2022	07:43:18	23.4	22.0	50.2
10/11/2022	07:43:19	23.5	22.1	50.2
10/11/2022	07:43:20	23.5	22.1	50.2
10/11/2022	07:43:21	23.5	22.1	50.1
10/11/2022	07:43:22	23.5	22.1	50.1
10/11/2022	07:43:23	23.5	22.1	50.1
10/11/2022	07:43:24	23.6	22.1	50.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	07:43:25	23.6	22.0	50.1
10/11/2022	07:43:26	23.6	22.1	50.0
10/11/2022	07:43:27	23.6	22.1	49.9
10/11/2022	07:43:28	23.7	22.1	49.9
10/11/2022	07:43:29	23.7	22.1	49.9
10/11/2022	07:43:30	23.7	22.0	49.8
10/11/2022	07:43:31	23.7	22.0	49.8
10/11/2022	07:43:32	23.8	22.1	49.8
10/11/2022	07:43:33	23.8	22.1	49.7
10/11/2022	07:43:34	23.8	22.1	49.7
10/11/2022	07:43:35	23.8	22.1	49.6
10/11/2022	07:43:37	23.8	22.1	49.6
10/11/2022	07:43:38	23.9	22.1	49.6
10/11/2022	07:43:39	23.9	22.1	49.6
10/11/2022	07:43:40	23.9	22.1	49.5
10/11/2022	07:43:41	23.9	22.1	49.4
10/11/2022	07:43:42	24.0	22.1	49.4
10/11/2022	07:43:43	24.0	22.1	49.3
10/11/2022	07:43:44	24.0	22.0	49.3
10/11/2022	07:43:45	24.1	22.0	49.3
10/11/2022	07:43:46	24.1	22.0	49.2
10/11/2022	07:43:47	24.1	22.0	49.2
10/11/2022	07:43:48	24.1	22.0	49.2
10/11/2022	07:43:49	24.2	22.0	49.1
10/11/2022	07:43:50	24.2	22.0	49.1
10/11/2022	07:43:51	24.2	22.0	49.1
10/11/2022	07:43:52	24.2	22.0	49.0
10/11/2022	07:43:53	24.2	22.0	49.0
10/11/2022	07:43:54	24.3	22.0	48.9
10/11/2022	07:43:55	24.3	22.0	48.9
10/11/2022	07:43:57	24.3	22.0	48.9
10/11/2022	07:43:58	24.3	22.0	48.8
10/11/2022	07:43:59	24.4	22.0	48.8
10/11/2022	07:44:00	24.4	22.0	48.7
10/11/2022	07:44:01	24.4	22.0	48.7
10/11/2022	07:44:02	24.4	22.0	48.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	07:44:03	24.5	22.0	48.6
10/11/2022	07:44:04	24.5	22.0	48.6
10/11/2022	07:44:05	24.5	22.0	48.5
10/11/2022	07:44:06	24.6	22.0	48.5
10/11/2022	07:44:07	24.6	22.0	48.4
10/11/2022	07:44:08	24.6	22.0	48.4
10/11/2022	07:44:09	24.6	22.0	48.4
10/11/2022	07:44:10	24.6	22.0	48.3
10/11/2022	07:44:11	24.6	22.0	48.3
10/11/2022	07:44:12	24.7	22.0	48.2
10/11/2022	07:44:13	24.7	22.0	48.2
10/11/2022	07:44:14	24.7	22.0	48.1
10/11/2022	07:44:15	24.7	22.0	48.1
10/11/2022	07:44:16	24.8	22.0	48.0
10/11/2022	07:44:17	24.8	22.0	48.0
10/11/2022	07:44:19	24.8	22.0	47.9
10/11/2022	07:44:20	24.9	22.0	47.9
10/11/2022	07:44:21	24.9	22.0	47.9
10/11/2022	07:44:22	24.9	22.0	47.8
10/11/2022	07:44:23	25.0	22.0	47.8
10/11/2022	07:44:24	25.0	22.0	47.8
10/11/2022	07:44:25	25.0	22.0	47.7
10/11/2022	07:44:26	25.0	22.0	47.7
10/11/2022	07:44:27	25.1	22.0	47.6
10/11/2022	07:44:28	25.1	22.0	47.6
10/11/2022	07:44:29	25.1	22.0	47.5
10/11/2022	07:44:30	25.1	22.0	47.5
10/11/2022	07:44:31	25.2	22.0	47.5
10/11/2022	07:44:32	25.2	22.0	47.4
10/11/2022	07:44:33	25.2	22.0	47.3
10/11/2022	07:44:34	25.2	22.0	47.3
10/11/2022	07:44:35	25.3	22.0	47.2
10/11/2022	07:44:36	25.3	22.0	47.2
10/11/2022	07:44:37	25.3	22.0	47.1
10/11/2022	07:44:38	25.4	22.0	47.1
10/11/2022	07:44:40	25.4	22.0	47.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	07:44:41	25.4	22.0	47.0
10/11/2022	07:44:42	25.4	22.0	47.0
10/11/2022	07:44:43	25.4	22.0	46.9
10/11/2022	07:44:44	25.5	22.0	46.8
10/11/2022	07:44:45	25.5	22.0	46.8
10/11/2022	07:44:46	25.5	22.0	46.7
10/11/2022	07:44:47	25.6	22.0	46.7
10/11/2022	07:44:48	25.6	22.0	46.7
10/11/2022	07:44:49	25.6	22.0	46.6
10/11/2022	07:44:50	25.6	22.0	46.6
10/11/2022	07:44:51	25.7	22.0	46.5
10/11/2022	07:44:52	25.7	22.0	46.5
10/11/2022	07:44:53	25.7	22.0	46.4
10/11/2022	07:44:54	25.8	22.0	46.4
10/11/2022	07:44:55	25.8	22.0	46.3
10/11/2022	07:44:56	25.8	22.0	46.3
10/11/2022	07:44:57	25.8	21.9	46.2
10/11/2022	07:44:58	25.9	21.9	46.2
10/11/2022	07:44:59	25.9	21.9	46.1
10/11/2022	07:45:01	25.9	21.9	46.1
10/11/2022	07:45:02	26.0	21.9	46.0
10/11/2022	07:45:03	26.0	21.9	46.0
10/11/2022	07:45:04	26.0	21.9	45.9
10/11/2022	07:45:05	26.0	21.9	45.9
10/11/2022	07:45:06	26.1	21.9	45.8
10/11/2022	07:45:07	26.1	21.9	45.8
10/11/2022	07:45:08	26.1	22.0	45.7
10/11/2022	07:45:09	26.1	21.9	45.7
10/11/2022	07:45:10	26.2	21.9	45.6
10/11/2022	07:45:11	26.2	21.9	45.6
10/11/2022	07:45:12	26.2	21.9	45.5
10/11/2022	07:45:13	26.2	21.9	45.5
10/11/2022	07:45:14	26.3	21.9	45.4
10/11/2022	07:45:15	26.3	21.9	45.4
10/11/2022	07:45:16	26.3	21.9	45.3
10/11/2022	07:45:17	26.3	21.9	45.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	07:45:18	26.4	21.9	45.3
10/11/2022	07:45:19	26.4	21.9	45.2
10/11/2022	07:45:20	26.4	21.9	45.2
10/11/2022	07:45:22	26.4	21.9	45.1
10/11/2022	07:45:23	26.4	21.9	45.1
10/11/2022	07:45:24	26.5	21.9	45.0
10/11/2022	07:45:25	26.5	21.9	44.9
10/11/2022	07:45:26	26.5	21.9	44.9
10/11/2022	07:45:27	26.5	21.9	44.9
10/11/2022	07:45:28	26.6	21.9	44.8
10/11/2022	07:45:29	26.6	21.9	44.7
10/11/2022	07:45:30	26.6	21.9	44.7
10/11/2022	07:45:31	26.7	21.9	44.7
10/11/2022	07:45:32	26.7	21.9	44.6
10/11/2022	07:45:33	26.7	21.9	44.6
10/11/2022	07:45:34	26.7	21.9	44.5
10/11/2022	07:45:35	26.8	21.9	44.5
10/11/2022	07:45:36	26.8	21.9	44.4
10/11/2022	07:45:37	26.8	21.9	44.4
10/11/2022	07:45:38	26.8	21.9	44.3
10/11/2022	07:45:39	26.9	21.9	44.2
10/11/2022	07:45:40	26.9	21.9	44.2
10/11/2022	07:45:41	26.9	21.9	44.1
10/11/2022	07:45:42	26.9	21.9	44.1
10/11/2022	07:45:44	26.9	21.9	44.0
10/11/2022	07:45:45	27.0	21.9	44.0
10/11/2022	07:45:46	27.0	21.9	44.0
10/11/2022	07:45:47	27.0	21.9	43.9
10/11/2022	07:45:48	27.1	21.9	43.9
10/11/2022	07:45:49	27.1	21.9	43.9
10/11/2022	07:45:50	27.1	21.9	43.8
10/11/2022	07:45:51	27.1	21.9	43.7
10/11/2022	07:45:52	27.2	21.9	43.7
10/11/2022	07:45:53	27.2	21.9	43.7
10/11/2022	07:45:54	27.2	21.9	43.6
10/11/2022	07:45:55	27.2	21.9	43.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	07:45:56	27.2	21.9	43.5
10/11/2022	07:45:57	27.3	21.9	43.4
10/11/2022	07:45:58	27.3	21.9	43.4
10/11/2022	07:45:59	27.3	21.9	43.3
10/11/2022	07:46:00	27.3	21.9	43.2
10/11/2022	07:46:01	27.4	21.9	43.2
10/11/2022	07:46:02	27.4	21.9	43.1
10/11/2022	07:46:03	27.4	21.9	43.1
10/11/2022	07:46:05	27.4	21.9	43.0
10/11/2022	07:46:06	27.4	21.9	42.9
10/11/2022	07:46:07	27.5	21.9	42.9
10/11/2022	07:46:08	27.5	21.9	42.9
10/11/2022	07:46:09	27.5	21.9	42.8
10/11/2022	07:46:10	27.5	21.9	42.8
10/11/2022	07:46:11	27.5	21.9	42.7
10/11/2022	07:46:12	27.6	21.9	42.6
10/11/2022	07:46:13	27.6	21.9	42.6
10/11/2022	07:46:14	27.6	21.9	42.6
10/11/2022	07:46:15	27.6	21.9	42.5
10/11/2022	07:46:16	27.7	21.9	42.5
10/11/2022	07:46:17	27.7	21.8	42.5
10/11/2022	07:46:18	27.7	21.8	42.4
10/11/2022	07:46:19	27.8	21.8	42.4
10/11/2022	07:46:20	27.8	21.8	42.4
10/11/2022	07:46:21	27.8	21.8	42.3
10/11/2022	07:46:22	27.8	21.8	42.3
10/11/2022	07:46:23	27.9	21.8	42.2
10/11/2022	07:46:25	27.9	21.8	42.1
10/11/2022	07:46:26	27.9	21.8	42.1
10/11/2022	07:46:27	27.9	21.8	42.0
10/11/2022	07:46:28	28.0	21.8	41.9
10/11/2022	07:46:29	28.0	21.8	41.9
10/11/2022	07:46:30	28.0	21.8	41.8
10/11/2022	07:46:31	28.0	21.8	41.8
10/11/2022	07:46:32	28.1	21.8	41.7
10/11/2022	07:46:33	28.1	21.8	41.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	07:46:34	28.1	21.8	41.7
10/11/2022	07:46:35	28.1	21.8	41.6
10/11/2022	07:46:36	28.2	21.8	41.6
10/11/2022	07:46:37	28.2	21.8	41.5
10/11/2022	07:46:38	28.2	21.8	41.5
10/11/2022	07:46:39	28.2	21.8	41.4
10/11/2022	07:46:40	28.2	21.8	41.4
10/11/2022	07:46:41	28.3	21.8	41.3
10/11/2022	07:46:42	28.3	21.8	41.2
10/11/2022	07:46:43	28.3	21.8	41.2
10/11/2022	07:46:44	28.3	21.8	41.2
10/11/2022	07:46:45	28.3	21.8	41.1
10/11/2022	07:46:47	28.4	21.8	41.1
10/11/2022	07:46:48	28.4	21.8	41.0
10/11/2022	07:46:49	28.4	21.8	41.0
10/11/2022	07:46:50	28.4	21.8	40.9
10/11/2022	07:46:51	28.5	21.8	40.9
10/11/2022	07:46:52	28.5	21.8	40.8
10/11/2022	07:46:53	28.5	21.8	40.7
10/11/2022	07:46:54	28.5	21.8	40.7
10/11/2022	07:46:55	28.5	21.8	40.6
10/11/2022	07:46:56	28.6	21.8	40.6
10/11/2022	07:46:57	28.6	21.8	40.5
10/11/2022	07:46:58	28.6	21.8	40.5
10/11/2022	07:46:59	28.6	21.8	40.4
10/11/2022	07:47:00	28.7	21.8	40.4
10/11/2022	07:47:01	28.7	21.8	40.4
10/11/2022	07:47:02	28.7	21.8	40.3
10/11/2022	07:47:03	28.7	21.8	40.3
10/11/2022	07:47:04	28.7	21.8	40.2
10/11/2022	07:47:05	28.8	21.8	40.2
10/11/2022	07:47:06	28.8	21.8	40.1
10/11/2022	07:47:08	28.8	21.8	40.1
10/11/2022	07:47:09	28.8	21.8	40.0
10/11/2022	07:47:10	28.8	21.8	40.0
10/11/2022	07:47:11	28.9	21.8	39.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	07:47:12	28.9	21.8	39.9
10/11/2022	07:47:13	28.9	21.8	39.8
10/11/2022	07:47:14	28.9	21.8	39.8
10/11/2022	07:47:15	29.0	21.8	39.7
10/11/2022	07:47:16	29.0	21.8	39.7
10/11/2022	07:47:17	29.0	21.8	39.7
10/11/2022	07:47:18	29.0	21.8	39.6
10/11/2022	07:47:19	29.1	21.8	39.6
10/11/2022	07:47:20	29.1	21.8	39.6
10/11/2022	07:47:21	29.1	21.8	39.5
10/11/2022	07:47:22	29.1	21.8	39.4
10/11/2022	07:47:23	29.1	21.8	39.4
10/11/2022	07:47:24	29.2	21.8	39.4
10/11/2022	07:47:25	29.2	21.8	39.3
10/11/2022	07:47:27	29.2	21.8	39.3
10/11/2022	07:47:28	29.2	21.8	39.2
10/11/2022	07:47:29	29.2	21.8	39.1
10/11/2022	07:47:30	29.3	21.8	39.1
10/11/2022	07:47:31	29.3	21.8	39.0
10/11/2022	07:47:32	29.3	21.8	39.0
10/11/2022	07:47:33	29.3	21.8	38.9
10/11/2022	07:47:34	29.3	21.8	38.9
10/11/2022	07:47:35	29.4	21.8	38.8
10/11/2022	07:47:36	29.4	21.8	38.8
10/11/2022	07:47:37	29.4	21.8	38.8
10/11/2022	07:47:38	29.4	21.8	38.7
10/11/2022	07:47:39	29.5	21.8	38.7
10/11/2022	07:47:40	29.5	21.7	38.7
10/11/2022	07:47:41	29.5	21.7	38.6
10/11/2022	07:47:42	29.5	21.7	38.6
10/11/2022	07:47:43	29.5	21.7	38.5
10/11/2022	07:47:44	29.6	21.7	38.5
10/11/2022	07:47:45	29.6	21.7	38.5
10/11/2022	07:47:46	29.6	21.8	38.4
10/11/2022	07:47:48	29.6	21.8	38.4
10/11/2022	07:47:49	29.6	21.8	38.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	07:47:50	29.6	21.8	38.3
10/11/2022	07:47:51	29.7	21.8	38.2
10/11/2022	07:47:52	29.7	21.8	38.2
10/11/2022	07:47:53	29.7	21.7	38.1
10/11/2022	07:47:54	29.7	21.7	38.1
10/11/2022	07:47:55	29.8	21.7	38.1
10/11/2022	07:47:56	29.8	21.7	38.0
10/11/2022	07:47:57	29.8	21.7	38.0
10/11/2022	07:47:58	29.8	21.7	37.9
10/11/2022	07:47:59	29.8	21.7	37.9
10/11/2022	07:48:00	29.8	21.7	37.8
10/11/2022	07:48:01	29.9	21.7	37.8
10/11/2022	07:48:02	29.9	21.7	37.8
10/11/2022	07:48:03	29.9	21.7	37.7
10/11/2022	07:48:04	29.9	21.7	37.7
10/11/2022	07:48:05	29.9	21.7	37.6
10/11/2022	07:48:06	30.0	21.7	37.6
10/11/2022	07:48:07	30.0	21.8	37.5
10/11/2022	07:48:08	30.0	21.8	37.5
10/11/2022	07:48:10	30.1	21.7	37.4
10/11/2022	07:48:11	30.1	21.7	37.4
10/11/2022	07:48:12	30.1	21.7	37.4
10/11/2022	07:48:13	30.2	21.7	37.4
10/11/2022	07:48:14	30.2	21.7	37.3
10/11/2022	07:48:15	30.2	21.7	37.3
10/11/2022	07:48:16	30.2	21.7	37.3
10/11/2022	07:48:17	30.3	21.7	37.2
10/11/2022	07:48:18	30.3	21.7	37.2
10/11/2022	07:48:19	30.3	21.7	37.1
10/11/2022	07:48:20	30.3	21.7	37.1
10/11/2022	07:48:21	30.3	21.7	37.1
10/11/2022	07:48:22	30.4	21.7	37.1
10/11/2022	07:48:23	30.4	21.7	37.0
10/11/2022	07:48:24	30.4	21.7	36.9
10/11/2022	07:48:25	30.4	21.7	36.9
10/11/2022	07:48:26	30.5	21.7	36.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	07:48:27	30.5	21.7	36.8
10/11/2022	07:48:28	30.5	21.7	36.8
10/11/2022	07:48:29	30.5	21.7	36.7
10/11/2022	07:48:31	30.6	21.7	36.7
10/11/2022	07:48:32	30.6	21.7	36.7
10/11/2022	07:48:33	30.6	21.7	36.6
10/11/2022	07:48:34	30.6	21.7	36.6
10/11/2022	07:48:35	30.6	21.7	36.6
10/11/2022	07:48:36	30.7	21.7	36.5
10/11/2022	07:48:37	30.7	21.7	36.5
10/11/2022	07:48:38	30.7	21.7	36.5
10/11/2022	07:48:39	30.7	21.7	36.4
10/11/2022	07:48:40	30.7	21.7	36.3
10/11/2022	07:48:41	30.8	21.7	36.3
10/11/2022	07:48:42	30.8	21.7	36.2
10/11/2022	07:48:43	30.8	21.7	36.2
10/11/2022	07:48:44	30.8	21.7	36.2
10/11/2022	07:48:45	30.8	21.7	36.1
10/11/2022	07:48:46	30.9	21.7	36.1
10/11/2022	07:48:47	30.9	21.7	36.1
10/11/2022	07:48:48	30.9	21.7	36.0
10/11/2022	07:48:49	30.9	21.7	36.0
10/11/2022	07:48:50	30.9	21.7	35.9
10/11/2022	07:48:52	31.0	21.7	35.9
10/11/2022	07:48:53	31.0	21.7	35.9
10/11/2022	07:48:54	31.0	21.7	35.9
10/11/2022	07:48:55	31.0	21.7	35.8
10/11/2022	07:48:56	31.0	21.7	35.8
10/11/2022	07:48:57	31.0	21.7	35.7
10/11/2022	07:48:58	31.0	21.7	35.7
10/11/2022	07:48:59	31.0	21.7	35.7
10/11/2022	07:49:00	31.1	21.7	35.6
10/11/2022	07:49:01	31.1	21.7	35.6
10/11/2022	07:49:02	31.1	21.7	35.6
10/11/2022	07:49:03	31.1	21.7	35.5
10/11/2022	07:49:04	31.1	21.7	35.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	07:49:05	31.1	21.7	35.5
10/11/2022	07:49:06	31.2	21.7	35.4
10/11/2022	07:49:07	31.2	21.7	35.4
10/11/2022	07:49:08	31.2	21.7	35.4
10/11/2022	07:49:09	31.2	21.7	35.4
10/11/2022	07:49:10	31.3	21.7	35.4
10/11/2022	07:49:11	31.3	21.7	35.3
10/11/2022	07:49:12	31.3	21.7	35.3
10/11/2022	07:49:14	31.3	21.7	35.3
10/11/2022	07:49:15	31.3	21.7	35.2
10/11/2022	07:49:16	31.3	21.7	35.1
10/11/2022	07:49:17	31.4	21.7	35.1
10/11/2022	07:49:18	31.4	21.7	35.1
10/11/2022	07:49:19	31.4	21.7	35.0
10/11/2022	07:49:20	31.4	21.7	35.0
10/11/2022	07:49:21	31.4	21.7	35.0
10/11/2022	07:49:22	31.4	21.7	34.9
10/11/2022	07:49:23	31.4	21.7	34.9
10/11/2022	07:49:24	31.4	21.7	34.9
10/11/2022	07:49:25	31.5	21.7	34.9
10/11/2022	07:49:26	31.5	21.7	34.9
10/11/2022	07:49:27	31.5	21.7	34.8
10/11/2022	07:49:28	31.5	21.7	34.8
10/11/2022	07:49:29	31.5	21.7	34.8
10/11/2022	07:49:30	31.5	21.7	34.7
10/11/2022	07:49:31	31.6	21.7	34.7
10/11/2022	07:49:32	31.6	21.7	34.7
10/11/2022	07:49:33	31.6	21.7	34.7
10/11/2022	07:49:34	31.6	21.7	34.6
10/11/2022	07:49:36	31.6	21.7	34.6
10/11/2022	07:49:37	31.7	21.7	34.5
10/11/2022	07:49:38	31.7	21.7	34.5
10/11/2022	07:49:39	31.7	21.7	34.5
10/11/2022	07:49:40	31.7	21.7	34.5
10/11/2022	07:49:41	31.7	21.7	34.4
10/11/2022	07:49:42	31.7	21.7	34.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	07:49:43	31.7	21.7	34.3
10/11/2022	07:49:44	31.8	21.7	34.3
10/11/2022	07:49:45	31.8	21.7	34.3
10/11/2022	07:49:46	31.8	21.7	34.2
10/11/2022	07:49:47	31.8	21.7	34.2
10/11/2022	07:49:48	31.8	21.7	34.1
10/11/2022	07:49:49	31.8	21.7	34.1
10/11/2022	07:49:50	31.9	21.7	34.1
10/11/2022	07:49:51	31.9	21.7	34.1
10/11/2022	07:49:52	31.9	21.7	34.1
10/11/2022	07:49:53	31.9	21.7	34.0
10/11/2022	07:49:54	31.9	21.7	34.0
10/11/2022	07:49:55	31.9	21.7	34.0
10/11/2022	07:49:56	31.9	21.7	34.0
10/11/2022	07:49:58	32.0	21.7	34.0
10/11/2022	07:49:59	32.0	21.7	33.9
10/11/2022	07:50:00	32.0	21.7	33.9
10/11/2022	07:50:01	32.0	21.7	33.9
10/11/2022	07:50:02	32.0	21.7	33.8
10/11/2022	07:50:03	32.1	21.7	33.8
10/11/2022	07:50:04	32.1	21.7	33.8
10/11/2022	07:50:05	32.1	21.7	33.8
10/11/2022	07:50:06	32.1	21.7	33.7
10/11/2022	07:50:07	32.1	21.7	33.7
10/11/2022	07:50:08	32.2	21.7	33.6
10/11/2022	07:50:09	32.2	21.7	33.6
10/11/2022	07:50:10	32.2	21.7	33.6
10/11/2022	07:50:11	32.2	21.7	33.6
10/11/2022	07:50:12	32.2	21.7	33.5
10/11/2022	07:50:13	32.2	21.7	33.5
10/11/2022	07:50:14	32.2	21.7	33.5
10/11/2022	07:50:15	32.3	21.7	33.5
10/11/2022	07:50:16	32.3	21.7	33.4
10/11/2022	07:50:17	32.3	21.7	33.4
10/11/2022	07:50:19	32.3	21.7	33.4
10/11/2022	07:50:20	32.3	21.7	33.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	07:50:21	32.3	21.7	33.4
10/11/2022	07:50:22	32.3	21.7	33.3
10/11/2022	07:50:23	32.4	21.7	33.3
10/11/2022	07:50:24	32.4	21.7	33.3
10/11/2022	07:50:25	32.4	21.7	33.2
10/11/2022	07:50:26	32.4	21.7	33.2
10/11/2022	07:50:27	32.4	21.7	33.2
10/11/2022	07:50:28	32.5	21.7	33.2
10/11/2022	07:50:29	32.5	21.7	33.1
10/11/2022	07:50:30	32.5	21.7	33.1
10/11/2022	07:50:31	32.5	21.7	33.1
10/11/2022	07:50:32	32.5	21.7	33.0
10/11/2022	07:50:33	32.5	21.7	33.0
10/11/2022	07:50:34	32.5	21.7	32.9
10/11/2022	07:50:35	32.5	21.7	32.9
10/11/2022	07:50:36	32.5	21.7	32.9
10/11/2022	07:50:37	32.5	21.7	32.9
10/11/2022	07:50:39	32.6	21.7	32.9
10/11/2022	07:50:40	32.6	21.7	32.8
10/11/2022	07:50:41	32.6	21.7	32.8
10/11/2022	07:50:42	32.6	21.7	32.8
10/11/2022	07:50:43	32.6	21.7	32.8
10/11/2022	07:50:44	32.6	21.7	32.8
10/11/2022	07:50:45	32.6	21.7	32.7
10/11/2022	07:50:46	32.6	21.7	32.7
10/11/2022	07:50:47	32.7	21.7	32.7
10/11/2022	07:50:48	32.7	21.7	32.7
10/11/2022	07:50:49	32.7	21.8	32.6
10/11/2022	07:50:50	32.7	21.7	32.6
10/11/2022	07:50:51	32.7	21.7	32.6
10/11/2022	07:50:52	32.7	21.7	32.6
10/11/2022	07:50:53	32.7	21.7	32.5
10/11/2022	07:50:54	32.7	21.7	32.5
10/11/2022	07:50:55	32.7	21.7	32.5
10/11/2022	07:50:56	32.7	21.7	32.5
10/11/2022	07:50:57	32.8	21.7	32.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	07:50:59	32.8	21.7	32.5
10/11/2022	07:51:00	32.8	21.7	32.4
10/11/2022	07:51:01	32.8	21.7	32.4
10/11/2022	07:51:02	32.8	21.7	32.4
10/11/2022	07:51:03	32.8	21.7	32.4
10/11/2022	07:51:04	32.8	21.7	32.4
10/11/2022	07:51:05	32.9	21.7	32.3
10/11/2022	07:51:06	32.9	21.7	32.3
10/11/2022	07:51:07	32.9	21.7	32.3
10/11/2022	07:51:08	32.9	21.7	32.3
10/11/2022	07:51:09	32.9	21.7	32.3
10/11/2022	07:51:10	32.9	21.7	32.2
10/11/2022	07:51:11	32.9	21.7	32.2
10/11/2022	07:51:12	32.9	21.7	32.2
10/11/2022	07:51:13	32.9	21.7	32.2
10/11/2022	07:51:14	32.9	21.7	32.1
10/11/2022	07:51:15	32.9	21.7	32.2
10/11/2022	07:51:16	32.9	21.7	32.1
10/11/2022	07:51:17	33.0	21.7	32.1
10/11/2022	07:51:18	33.0	21.7	32.1
10/11/2022	07:51:19	33.0	21.7	32.0
10/11/2022	07:51:21	33.0	21.7	32.0
10/11/2022	07:51:22	33.0	21.7	32.0
10/11/2022	07:51:23	33.0	21.7	32.0
10/11/2022	07:51:24	33.0	21.7	32.0
10/11/2022	07:51:25	33.0	21.7	32.0
10/11/2022	07:51:26	33.0	21.7	32.0
10/11/2022	07:51:27	33.0	21.7	31.9
10/11/2022	07:51:28	33.0	21.7	31.9
10/11/2022	07:51:29	33.0	21.7	31.9
10/11/2022	07:51:30	33.0	21.7	31.9
10/11/2022	07:51:31	33.0	21.7	31.9
10/11/2022	07:51:32	33.0	21.7	31.8
10/11/2022	07:51:33	33.1	21.7	31.8
10/11/2022	07:51:34	33.1	21.7	31.8
10/11/2022	07:51:35	33.1	21.7	31.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	07:51:36	33.1	21.7	31.7
10/11/2022	07:51:37	33.1	21.7	31.7
10/11/2022	07:51:38	33.1	21.7	31.7
10/11/2022	07:51:40	33.1	21.7	31.7
10/11/2022	07:51:41	33.1	21.7	31.7
10/11/2022	07:51:42	33.1	21.7	31.7
10/11/2022	07:51:43	33.1	21.7	31.7
10/11/2022	07:51:44	33.1	21.7	31.7
10/11/2022	07:51:45	33.1	21.7	31.7
10/11/2022	07:51:46	33.1	21.7	31.6
10/11/2022	07:51:47	33.1	21.7	31.6
10/11/2022	07:51:48	33.1	21.7	31.6
10/11/2022	07:51:49	33.2	21.7	31.6
10/11/2022	07:51:50	33.2	21.7	31.5
10/11/2022	07:51:51	33.2	21.7	31.5
10/11/2022	07:51:52	33.2	21.7	31.5
10/11/2022	07:51:53	33.2	21.7	31.5
10/11/2022	07:51:54	33.2	21.7	31.5
10/11/2022	07:51:55	33.2	21.7	31.5
10/11/2022	07:51:56	33.2	21.7	31.5
10/11/2022	07:51:57	33.2	21.7	31.5
10/11/2022	07:51:58	33.3	21.7	31.4
10/11/2022	07:51:59	33.3	21.7	31.4
10/11/2022	07:52:00	33.3	21.7	31.4
10/11/2022	07:52:01	33.3	21.7	31.4
10/11/2022	07:52:02	33.3	21.7	31.4
10/11/2022	07:52:04	33.3	21.7	31.4
10/11/2022	07:52:05	33.3	21.7	31.4
10/11/2022	07:52:06	33.3	21.7	31.3
10/11/2022	07:52:07	33.3	21.7	31.3
10/11/2022	07:52:08	33.3	21.7	31.3
10/11/2022	07:52:09	33.3	21.7	31.3
10/11/2022	07:52:10	33.3	21.7	31.3
10/11/2022	07:52:11	33.3	21.7	31.3
10/11/2022	07:52:12	33.3	21.7	31.3
10/11/2022	07:52:13	33.3	21.7	31.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	07:52:14	33.3	21.7	31.3
10/11/2022	07:52:15	33.4	21.7	31.2
10/11/2022	07:52:16	33.4	21.8	31.2
10/11/2022	07:52:17	33.4	21.8	31.2
10/11/2022	07:52:18	33.4	21.8	31.2
10/11/2022	07:52:19	33.4	21.8	31.1
10/11/2022	07:52:20	33.4	21.8	31.1
10/11/2022	07:52:21	33.4	21.7	31.1
10/11/2022	07:52:22	33.4	21.7	31.1
10/11/2022	07:52:23	33.4	21.7	31.1
10/11/2022	07:52:24	33.4	21.7	31.1
10/11/2022	07:52:26	33.4	21.7	31.1
10/11/2022	07:52:27	33.4	21.7	31.1
10/11/2022	07:52:28	33.4	21.7	31.1
10/11/2022	07:52:29	33.5	21.7	31.1
10/11/2022	07:52:30	33.5	21.7	31.1
10/11/2022	07:52:31	33.5	21.7	31.1
10/11/2022	07:52:32	33.5	21.7	31.1
10/11/2022	07:52:33	33.5	21.7	31.0
10/11/2022	07:52:34	33.5	21.8	31.0
10/11/2022	07:52:35	33.5	21.8	31.0
10/11/2022	07:52:36	33.5	21.8	30.9
10/11/2022	07:52:37	33.5	21.8	31.0
10/11/2022	07:52:38	33.5	21.8	30.9
10/11/2022	07:52:39	33.5	21.7	30.9
10/11/2022	07:52:40	33.5	21.8	30.9
10/11/2022	07:52:41	33.5	21.7	30.9
10/11/2022	07:52:42	33.5	21.8	30.9
10/11/2022	07:52:43	33.5	21.7	30.9
10/11/2022	07:52:44	33.5	21.7	30.9
10/11/2022	07:52:46	33.5	21.8	30.9
10/11/2022	07:52:47	33.6	21.7	30.9
10/11/2022	07:52:48	33.6	21.7	30.9
10/11/2022	07:52:49	33.6	21.7	30.9
10/11/2022	07:52:50	33.6	21.7	30.9
10/11/2022	07:52:51	33.6	21.7	30.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	07:52:52	33.6	21.7	30.9
10/11/2022	07:52:53	33.6	21.7	30.9
10/11/2022	07:52:54	33.6	21.7	30.8
10/11/2022	07:52:55	33.6	21.7	30.8
10/11/2022	07:52:56	33.6	21.7	30.8
10/11/2022	07:52:57	33.6	21.7	30.8
10/11/2022	07:52:58	33.6	21.7	30.8
10/11/2022	07:52:59	33.6	21.7	30.8
10/11/2022	07:53:00	33.6	21.7	30.8
10/11/2022	07:53:01	33.6	21.7	30.7
10/11/2022	07:53:02	33.6	21.7	30.7
10/11/2022	07:53:03	33.6	21.7	30.7
10/11/2022	07:53:04	33.6	21.7	30.7
10/11/2022	07:53:05	33.7	21.7	30.7
10/11/2022	07:53:06	33.7	21.7	30.7
10/11/2022	07:53:08	33.7	21.7	30.6
10/11/2022	07:53:09	33.7	21.7	30.6
10/11/2022	07:53:10	33.7	21.7	30.6
10/11/2022	07:53:11	33.7	21.7	30.6
10/11/2022	07:53:12	33.7	21.7	30.6
10/11/2022	07:53:13	33.7	21.7	30.6
10/11/2022	07:53:14	33.7	21.7	30.7
10/11/2022	07:53:15	33.7	21.7	30.7
10/11/2022	07:53:16	33.7	21.7	30.7
10/11/2022	07:53:17	33.7	21.7	30.7
10/11/2022	07:53:18	33.7	21.7	30.7
10/11/2022	07:53:19	33.7	21.7	30.6
10/11/2022	07:53:20	33.7	21.7	30.6
10/11/2022	07:53:21	33.7	21.7	30.6
10/11/2022	07:53:22	33.7	21.7	30.6
10/11/2022	07:53:23	33.7	21.7	30.6
10/11/2022	07:53:24	33.7	21.7	30.6
10/11/2022	07:53:25	33.7	21.7	30.6
10/11/2022	07:53:26	33.7	21.7	30.5
10/11/2022	07:53:28	33.7	21.8	30.5
10/11/2022	07:53:29	33.8	21.8	30.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35^aC-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	07:53:30	33.8	21.8	30.5
10/11/2022	07:53:31	33.8	21.8	30.5
10/11/2022	07:53:32	33.8	21.8	30.5
10/11/2022	07:53:33	33.8	21.8	30.5
10/11/2022	07:53:34	33.8	21.8	30.5
10/11/2022	07:53:35	33.8	21.8	30.5
10/11/2022	07:53:36	33.8	21.8	30.5
10/11/2022	07:53:37	33.8	21.8	30.5
10/11/2022	07:53:38	33.8	21.8	30.4
10/11/2022	07:53:39	33.8	21.8	30.4
10/11/2022	07:53:40	33.8	21.8	30.4
10/11/2022	07:53:41	33.8	21.8	30.5
10/11/2022	07:53:42	33.8	21.8	30.4
10/11/2022	07:53:43	33.8	21.8	30.4
10/11/2022	07:53:44	33.8	21.8	30.4
10/11/2022	07:53:45	33.8	21.8	30.4
10/11/2022	07:53:46	33.8	21.8	30.4
10/11/2022	07:53:48	33.8	21.7	30.4
10/11/2022	07:53:49	33.8	21.7	30.4
10/11/2022	07:53:50	33.8	21.7	30.4
10/11/2022	07:53:51	33.8	21.8	30.4
10/11/2022	07:53:52	33.8	21.7	30.4
10/11/2022	07:53:53	33.8	21.7	30.4
10/11/2022	07:53:54	33.9	21.7	30.4
10/11/2022	07:53:55	33.9	21.7	30.3
10/11/2022	07:53:56	33.9	21.7	30.4
10/11/2022	07:53:57	33.9	21.7	30.4
10/11/2022	07:53:58	33.9	21.7	30.4
10/11/2022	07:53:59	33.9	21.7	30.3
10/11/2022	07:54:00	33.9	21.8	30.3
10/11/2022	07:54:01	33.9	21.8	30.3
10/11/2022	07:54:02	33.9	21.7	30.4
10/11/2022	07:54:03	33.9	21.8	30.4
10/11/2022	07:54:04	33.9	21.8	30.3
10/11/2022	07:54:05	33.9	21.8	30.3
10/11/2022	07:54:06	33.9	21.8	30.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	07:54:08	33.9	21.8	30.3
10/11/2022	07:54:09	33.9	21.8	30.3
10/11/2022	07:54:10	33.9	21.8	30.3
10/11/2022	07:54:11	33.9	21.8	30.3
10/11/2022	07:54:12	33.9	21.8	30.3
10/11/2022	07:54:13	33.9	21.8	30.3
10/11/2022	07:54:14	33.9	21.8	30.3
10/11/2022	07:54:15	33.9	21.8	30.3
10/11/2022	07:54:16	33.9	21.8	30.3
10/11/2022	07:54:17	33.9	21.8	30.3
10/11/2022	07:54:18	33.9	21.8	30.3
10/11/2022	07:54:19	33.9	21.8	30.3
10/11/2022	07:54:20	33.9	21.8	30.3
10/11/2022	07:54:21	34.0	21.8	30.3
10/11/2022	07:54:22	34.0	21.8	30.2
10/11/2022	07:54:23	34.0	21.8	30.2
10/11/2022	07:54:24	34.0	21.8	30.2
10/11/2022	07:54:25	34.0	21.8	30.2
10/11/2022	07:54:26	34.0	21.8	30.2
10/11/2022	07:54:28	34.0	21.8	30.2
10/11/2022	07:54:29	34.0	21.8	30.2
10/11/2022	07:54:30	34.0	21.8	30.2
10/11/2022	07:54:31	34.0	21.8	30.2
10/11/2022	07:54:32	34.0	21.8	30.2
10/11/2022	07:54:33	34.0	21.8	30.2
10/11/2022	07:54:34	34.0	21.8	30.2
10/11/2022	07:54:35	34.0	21.7	30.2
10/11/2022	07:54:36	34.0	21.7	30.2
10/11/2022	07:54:37	34.0	21.7	30.2
10/11/2022	07:54:38	34.0	21.7	30.2
10/11/2022	07:54:39	34.0	21.7	30.2
10/11/2022	07:54:40	34.0	21.7	30.2
10/11/2022	07:54:41	34.0	21.7	30.2
10/11/2022	07:54:42	34.0	21.7	30.2
10/11/2022	07:54:43	34.0	21.7	30.2
10/11/2022	07:54:44	34.0	21.7	30.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	07:54:46	34.0	21.7	30.2
10/11/2022	07:54:47	34.0	21.8	30.1
10/11/2022	07:54:48	34.0	21.8	30.1
10/11/2022	07:54:49	34.0	21.8	30.2
10/11/2022	07:54:50	34.0	21.8	30.2
10/11/2022	07:54:51	34.0	21.8	30.2
10/11/2022	07:54:52	34.0	21.8	30.2
10/11/2022	07:54:53	34.0	21.8	30.2
10/11/2022	07:54:54	34.0	21.8	30.2
10/11/2022	07:54:55	34.0	21.8	30.2
10/11/2022	07:54:56	34.0	21.8	30.2
10/11/2022	07:54:57	34.0	21.8	30.2
10/11/2022	07:54:58	34.0	21.8	30.2
10/11/2022	07:54:59	34.0	21.7	30.1
10/11/2022	07:55:01	34.0	21.8	30.2
10/11/2022	07:55:02	34.0	21.7	30.1
10/11/2022	07:55:03	34.0	21.7	30.1
10/11/2022	07:55:04	34.0	21.8	30.1
10/11/2022	07:55:05	34.0	21.7	30.1
10/11/2022	07:55:06	34.0	21.7	30.1
10/11/2022	07:55:07	34.0	21.7	30.1
10/11/2022	07:55:08	34.1	21.7	30.1
10/11/2022	07:55:09	34.1	21.7	30.1
10/11/2022	07:55:10	34.1	21.7	30.1
10/11/2022	07:55:11	34.0	21.8	30.1
10/11/2022	07:55:12	34.0	21.8	30.1
10/11/2022	07:55:13	34.0	21.8	30.1
10/11/2022	07:55:14	34.1	21.8	30.1
10/11/2022	07:55:15	34.1	21.8	30.1
10/11/2022	07:55:16	34.1	21.8	30.1
10/11/2022	07:55:17	34.1	21.8	30.1
10/11/2022	07:55:18	34.1	21.8	30.1
10/11/2022	07:55:19	34.1	21.8	30.1
10/11/2022	07:55:21	34.1	21.8	30.1
10/11/2022	07:55:22	34.1	21.8	30.1
10/11/2022	07:55:23	34.1	21.8	30.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	07:55:24	34.1	21.8	30.1
10/11/2022	07:55:25	34.1	21.7	30.1
10/11/2022	07:55:26	34.1	21.8	30.1
10/11/2022	07:55:27	34.1	21.8	30.1
10/11/2022	07:55:28	34.1	21.7	30.1
10/11/2022	07:55:29	34.1	21.8	30.1
10/11/2022	07:55:30	34.1	21.8	30.1
10/11/2022	07:55:31	34.1	21.8	30.1
10/11/2022	07:55:32	34.1	21.8	30.1
10/11/2022	07:55:33	34.1	21.8	30.1
10/11/2022	07:55:34	34.1	21.8	30.1
10/11/2022	07:55:35	34.1	21.8	30.1
10/11/2022	07:55:36	34.1	21.8	30.1
10/11/2022	07:55:37	34.1	21.8	30.1
10/11/2022	07:55:38	34.1	21.8	30.1
10/11/2022	07:55:40	34.1	21.8	30.1
10/11/2022	07:55:41	34.1	21.8	30.2
10/11/2022	07:55:42	34.1	21.8	30.2
10/11/2022	07:55:43	34.1	21.8	30.2
10/11/2022	07:55:44	34.1	21.8	30.2
10/11/2022	07:55:45	34.1	21.8	30.2
10/11/2022	07:55:46	34.1	21.8	30.2
10/11/2022	07:55:47	34.1	21.8	30.2
10/11/2022	07:55:48	34.1	21.8	30.2
10/11/2022	07:55:49	34.1	21.8	30.1
10/11/2022	07:55:50	34.1	21.8	30.1
10/11/2022	07:55:51	34.1	21.8	30.1
10/11/2022	07:55:52	34.1	21.8	30.1
10/11/2022	07:55:53	34.1	21.8	30.1
10/11/2022	07:55:54	34.1	21.8	30.1
10/11/2022	07:55:55	34.1	21.8	30.1
10/11/2022	07:55:56	34.1	21.8	30.1
10/11/2022	07:55:58	34.1	21.8	30.1
10/11/2022	07:55:59	34.1	21.8	30.1
10/11/2022	07:56:00	34.1	21.8	30.2
10/11/2022	07:56:01	34.1	21.8	30.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	07:56:02	34.1	21.8	30.1
10/11/2022	07:56:03	34.1	21.8	30.2
10/11/2022	07:56:04	34.1	21.8	30.1
10/11/2022	07:56:05	34.1	21.8	30.1
10/11/2022	07:56:06	34.1	21.8	30.2
10/11/2022	07:56:07	34.1	21.8	30.2
10/11/2022	07:56:08	34.1	21.8	30.2
10/11/2022	07:56:09	34.1	21.8	30.2
10/11/2022	07:56:10	34.1	21.8	30.2
10/11/2022	07:56:11	34.1	21.8	30.2
10/11/2022	07:56:12	34.1	21.8	30.2
10/11/2022	07:56:13	34.1	21.8	30.1
10/11/2022	07:56:14	34.1	21.8	30.1
10/11/2022	07:56:15	34.1	21.8	30.1
10/11/2022	07:56:16	34.1	21.8	30.1
10/11/2022	07:56:18	34.1	21.8	30.1
10/11/2022	07:56:19	34.1	21.8	30.2
10/11/2022	07:56:20	34.1	21.8	30.2
10/11/2022	07:56:21	34.1	21.8	30.2
10/11/2022	07:56:22	34.1	21.8	30.2
10/11/2022	07:56:23	34.1	21.8	30.2
10/11/2022	07:56:24	34.1	21.8	30.2
10/11/2022	07:56:25	34.1	21.8	30.2
10/11/2022	07:56:26	34.1	21.8	30.2
10/11/2022	07:56:27	34.1	21.8	30.2
10/11/2022	07:56:28	34.1	21.8	30.2
10/11/2022	07:56:29	34.1	21.8	30.2
10/11/2022	07:56:30	34.1	21.8	30.2
10/11/2022	07:56:31	34.1	21.8	30.2
10/11/2022	07:56:32	34.1	21.8	30.2
10/11/2022	07:56:33	34.1	21.8	30.2
10/11/2022	07:56:34	34.1	21.8	30.2
10/11/2022	07:56:35	34.1	21.8	30.2
10/11/2022	07:56:37	34.1	21.8	30.2
10/11/2022	07:56:38	34.1	21.8	30.2
10/11/2022	07:56:39	34.1	21.8	30.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	07:56:40	34.1	21.8	30.2
10/11/2022	07:56:41	34.1	21.8	30.2
10/11/2022	07:56:42	34.1	21.8	30.2
10/11/2022	07:56:43	34.1	21.8	30.2
10/11/2022	07:56:44	34.1	21.8	30.2
10/11/2022	07:56:45	34.1	21.8	30.2
10/11/2022	07:56:46	34.2	21.8	30.2
10/11/2022	07:56:47	34.2	21.8	30.2
10/11/2022	07:56:48	34.2	21.8	30.2
10/11/2022	07:56:49	34.2	21.8	30.2
10/11/2022	07:56:50	34.2	21.8	30.2
10/11/2022	07:56:51	34.2	21.8	30.2
10/11/2022	07:56:52	34.2	21.8	30.2
10/11/2022	07:56:53	34.2	21.8	30.2
10/11/2022	07:56:55	34.2	21.8	30.2
10/11/2022	07:56:56	34.2	21.8	30.2
10/11/2022	07:56:57	34.2	21.8	30.2
10/11/2022	07:56:58	34.2	21.8	30.2
10/11/2022	07:56:59	34.2	21.8	30.2
10/11/2022	07:57:00	34.2	21.8	30.3
10/11/2022	07:57:01	34.2	21.8	30.2
10/11/2022	07:57:02	34.2	21.8	30.2
10/11/2022	07:57:03	34.2	21.8	30.2
10/11/2022	07:57:04	34.2	21.8	30.2
10/11/2022	07:57:05	34.2	21.8	30.2
10/11/2022	07:57:06	34.2	21.8	30.2
10/11/2022	07:57:07	34.2	21.8	30.2
10/11/2022	07:57:08	34.2	21.8	30.2
10/11/2022	07:57:09	34.2	21.8	30.3
10/11/2022	07:57:10	34.2	21.8	30.3
10/11/2022	07:57:11	34.2	21.8	30.3
10/11/2022	07:57:12	34.1	21.8	30.3
10/11/2022	07:57:14	34.1	21.8	30.3
10/11/2022	07:57:15	34.1	21.8	30.3
10/11/2022	07:57:16	34.2	21.8	30.3
10/11/2022	07:57:17	34.2	21.8	30.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	07:57:18	34.2	21.8	30.2
10/11/2022	07:57:19	34.2	21.8	30.2
10/11/2022	07:57:20	34.2	21.8	30.2
10/11/2022	07:57:21	34.2	21.8	30.2
10/11/2022	07:57:22	34.2	21.8	30.2
10/11/2022	07:57:23	34.2	21.8	30.2
10/11/2022	07:57:24	34.2	21.8	30.2
10/11/2022	07:57:25	34.2	21.8	30.2
10/11/2022	07:57:26	34.2	21.8	30.2
10/11/2022	07:57:27	34.2	21.8	30.2
10/11/2022	07:57:28	34.2	21.8	30.2
10/11/2022	07:57:29	34.2	21.8	30.3
10/11/2022	07:57:30	34.2	21.8	30.3
10/11/2022	07:57:32	34.2	21.8	30.3
10/11/2022	07:57:33	34.2	21.8	30.3
10/11/2022	07:57:34	34.2	21.8	30.3
10/11/2022	07:57:35	34.2	21.8	30.3
10/11/2022	07:57:36	34.2	21.8	30.3
10/11/2022	07:57:37	34.2	21.8	30.3
10/11/2022	07:57:38	34.2	21.8	30.3
10/11/2022	07:57:39	34.2	21.8	30.3
10/11/2022	07:57:40	34.2	21.8	30.3
10/11/2022	07:57:41	34.2	21.8	30.3
10/11/2022	07:57:42	34.2	21.8	30.3
10/11/2022	07:57:43	34.2	21.8	30.3
10/11/2022	07:57:44	34.2	21.8	30.3
10/11/2022	07:57:45	34.2	21.8	30.3
10/11/2022	07:57:46	34.2	21.8	30.3
10/11/2022	07:57:47	34.2	21.8	30.3
10/11/2022	07:57:48	34.2	21.8	30.3
10/11/2022	07:57:50	34.2	21.8	30.3
10/11/2022	07:57:51	34.2	21.8	30.3
10/11/2022	07:57:52	34.2	21.8	30.3
10/11/2022	07:57:53	34.2	21.8	30.3
10/11/2022	07:57:54	34.2	21.8	30.3
10/11/2022	07:57:55	34.2	21.8	30.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	07:57:56	34.2	21.8	30.3
10/11/2022	07:57:57	34.2	21.8	30.3
10/11/2022	07:57:58	34.2	21.8	30.4
10/11/2022	07:57:59	34.2	21.8	30.4
10/11/2022	07:58:00	34.2	21.8	30.4
10/11/2022	07:58:01	34.2	21.8	30.4
10/11/2022	07:58:02	34.2	21.8	30.4
10/11/2022	07:58:03	34.2	21.8	30.4
10/11/2022	07:58:04	34.2	21.8	30.4
10/11/2022	07:58:05	34.2	21.8	30.4
10/11/2022	07:58:07	34.2	21.8	30.4
10/11/2022	07:58:08	34.2	21.8	30.4
10/11/2022	07:58:09	34.2	21.8	30.4
10/11/2022	07:58:10	34.2	21.8	30.4
10/11/2022	07:58:11	34.2	21.8	30.4
10/11/2022	07:58:12	34.2	21.8	30.4
10/11/2022	07:58:13	34.2	21.8	30.4
10/11/2022	07:58:14	34.2	21.8	30.4
10/11/2022	07:58:15	34.2	21.8	30.4
10/11/2022	07:58:16	34.2	21.8	30.4
10/11/2022	07:58:17	34.2	21.8	30.4
10/11/2022	07:58:18	34.2	21.8	30.4
10/11/2022	07:58:19	34.2	21.8	30.4
10/11/2022	07:58:20	34.2	21.8	30.4
10/11/2022	07:58:21	34.2	21.8	30.4
10/11/2022	07:58:23	34.2	21.8	30.4
10/11/2022	07:58:24	34.2	21.8	30.4
10/11/2022	07:58:25	34.2	21.8	30.4
10/11/2022	07:58:26	34.2	21.8	30.4
10/11/2022	07:58:27	34.2	21.8	30.4
10/11/2022	07:58:28	34.2	21.8	30.4
10/11/2022	07:58:29	34.2	21.8	30.4
10/11/2022	07:58:30	34.3	21.8	30.4
10/11/2022	07:58:31	34.3	21.8	30.4
10/11/2022	07:58:32	34.3	21.8	30.4
10/11/2022	07:58:33	34.3	21.8	30.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	07:58:34	34.3	21.8	30.4
10/11/2022	07:58:35	34.3	21.8	30.4
10/11/2022	07:58:36	34.3	21.8	30.4
10/11/2022	07:58:37	34.3	21.8	30.4
10/11/2022	07:58:38	34.3	21.8	30.4
10/11/2022	07:58:39	34.3	21.8	30.5
10/11/2022	07:58:41	34.2	21.8	30.5
10/11/2022	07:58:42	34.2	21.8	30.5
10/11/2022	07:58:43	34.2	21.8	30.4
10/11/2022	07:58:44	34.2	21.8	30.4
10/11/2022	07:58:45	34.3	21.8	30.4
10/11/2022	07:58:46	34.3	21.8	30.4
10/11/2022	07:58:47	34.3	21.8	30.5
10/11/2022	07:58:48	34.3	21.8	30.5
10/11/2022	07:58:49	34.3	21.7	30.5
10/11/2022	07:58:50	34.3	21.8	30.5
10/11/2022	07:58:51	34.3	21.8	30.5
10/11/2022	07:58:52	34.3	21.8	30.5
10/11/2022	07:58:53	34.3	21.8	30.4
10/11/2022	07:58:54	34.3	21.8	30.4
10/11/2022	07:58:55	34.3	21.8	30.5
10/11/2022	07:58:56	34.3	21.8	30.5
10/11/2022	07:58:57	34.3	21.8	30.5
10/11/2022	07:58:58	34.3	21.8	30.5
10/11/2022	07:59:00	34.3	21.8	30.5
10/11/2022	07:59:01	34.3	21.8	30.5
10/11/2022	07:59:02	34.3	21.8	30.5
10/11/2022	07:59:03	34.3	21.8	30.5
10/11/2022	07:59:04	34.3	21.8	30.4
10/11/2022	07:59:05	34.3	21.8	30.5
10/11/2022	07:59:06	34.3	21.8	30.5
10/11/2022	07:59:07	34.3	21.8	30.5
10/11/2022	07:59:08	34.3	21.8	30.5
10/11/2022	07:59:09	34.3	21.8	30.5
10/11/2022	07:59:10	34.3	21.8	30.5
10/11/2022	07:59:11	34.3	21.8	30.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	07:59:12	34.3	21.8	30.5
10/11/2022	07:59:13	34.3	21.8	30.5
10/11/2022	07:59:14	34.3	21.8	30.5
10/11/2022	07:59:15	34.3	21.8	30.5
10/11/2022	07:59:16	34.3	21.8	30.5
10/11/2022	07:59:18	34.3	21.8	30.5
10/11/2022	07:59:19	34.3	21.8	30.5
10/11/2022	07:59:20	34.3	21.8	30.5
10/11/2022	07:59:21	34.3	21.8	30.5
10/11/2022	07:59:22	34.3	21.8	30.5
10/11/2022	07:59:23	34.3	21.8	30.5
10/11/2022	07:59:24	34.3	21.8	30.5
10/11/2022	07:59:25	34.3	21.8	30.5
10/11/2022	07:59:26	34.3	21.8	30.5
10/11/2022	07:59:27	34.3	21.8	30.5
10/11/2022	07:59:28	34.4	21.8	30.5
10/11/2022	07:59:29	34.4	21.8	30.5
10/11/2022	07:59:30	34.4	21.8	30.5
10/11/2022	07:59:31	34.4	21.8	30.5
10/11/2022	07:59:32	34.4	21.8	30.5
10/11/2022	07:59:33	34.4	21.8	30.5
10/11/2022	07:59:34	34.4	21.8	30.5
10/11/2022	07:59:36	34.4	21.8	30.5
10/11/2022	07:59:37	34.4	21.8	30.5
10/11/2022	07:59:38	34.4	21.8	30.6
10/11/2022	07:59:39	34.4	21.8	30.6
10/11/2022	07:59:40	34.4	21.8	30.6
10/11/2022	07:59:41	34.4	21.8	30.6
10/11/2022	07:59:42	34.4	21.8	30.6
10/11/2022	07:59:43	34.4	21.8	30.6
10/11/2022	07:59:44	34.4	21.8	30.6
10/11/2022	07:59:45	34.4	21.8	30.6
10/11/2022	07:59:46	34.4	21.8	30.6
10/11/2022	07:59:47	34.4	21.8	30.6
10/11/2022	07:59:48	34.4	21.8	30.6
10/11/2022	07:59:49	34.4	21.8	30.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	07:59:50	34.4	21.8	30.6
10/11/2022	07:59:51	34.4	21.8	30.6
10/11/2022	07:59:52	34.4	21.8	30.6
10/11/2022	07:59:54	34.4	21.8	30.6
10/11/2022	07:59:55	34.4	21.8	30.6
10/11/2022	07:59:56	34.4	21.8	30.6
10/11/2022	07:59:57	34.4	21.8	30.6
10/11/2022	07:59:58	34.4	21.8	30.6
10/11/2022	07:59:59	34.4	21.8	30.6
10/11/2022	08:00:00	34.4	21.8	30.6
10/11/2022	08:00:01	34.4	21.8	30.6
10/11/2022	08:00:02	34.4	21.8	30.5
10/11/2022	08:00:03	34.4	21.8	30.5
10/11/2022	08:00:04	34.4	21.8	30.5
10/11/2022	08:00:05	34.4	21.8	30.5
10/11/2022	08:00:06	34.4	21.8	30.5
10/11/2022	08:00:07	34.4	21.8	30.5
10/11/2022	08:00:08	34.4	21.8	30.5
10/11/2022	08:00:09	34.4	21.8	30.6
10/11/2022	08:00:11	34.4	21.8	30.6
10/11/2022	08:00:12	34.4	21.8	30.6
10/11/2022	08:00:13	34.4	21.8	30.6
10/11/2022	08:00:14	34.4	21.8	30.6
10/11/2022	08:00:15	34.4	21.8	30.6
10/11/2022	08:00:16	34.4	21.8	30.6
10/11/2022	08:00:17	34.4	21.8	30.6
10/11/2022	08:00:18	34.4	21.8	30.6
10/11/2022	08:00:19	34.4	21.8	30.6
10/11/2022	08:00:20	34.4	21.8	30.6
10/11/2022	08:00:21	34.4	21.8	30.6
10/11/2022	08:00:22	34.4	21.8	30.6
10/11/2022	08:00:23	34.4	21.8	30.6
10/11/2022	08:00:24	34.4	21.8	30.6
10/11/2022	08:00:25	34.4	21.8	30.6
10/11/2022	08:00:26	34.4	21.8	30.7
10/11/2022	08:00:27	34.4	21.8	30.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	08:00:29	34.4	21.8	30.6
10/11/2022	08:00:30	34.4	21.8	30.6
10/11/2022	08:00:31	34.4	21.8	30.6
10/11/2022	08:00:32	34.5	21.8	30.6
10/11/2022	08:00:33	34.5	21.8	30.6
10/11/2022	08:00:34	34.5	21.8	30.6
10/11/2022	08:00:35	34.4	21.8	30.6
10/11/2022	08:00:36	34.5	21.8	30.6
10/11/2022	08:00:37	34.5	21.8	30.6
10/11/2022	08:00:38	34.5	21.8	30.6
10/11/2022	08:00:39	34.5	21.8	30.6
10/11/2022	08:00:40	34.5	21.8	30.6
10/11/2022	08:00:41	34.5	21.8	30.5
10/11/2022	08:00:42	34.5	21.8	30.6
10/11/2022	08:00:43	34.5	21.8	30.6
10/11/2022	08:00:44	34.5	21.8	30.6
10/11/2022	08:00:46	34.5	21.8	30.6
10/11/2022	08:00:47	34.5	21.8	30.7
10/11/2022	08:00:48	34.5	21.8	30.7
10/11/2022	08:00:49	34.5	21.8	30.8
10/11/2022	08:00:50	34.5	21.8	30.7
10/11/2022	08:00:51	34.5	21.8	30.7
10/11/2022	08:00:52	34.5	21.8	30.7
10/11/2022	08:00:53	34.5	21.8	30.7
10/11/2022	08:00:54	34.5	21.8	30.7
10/11/2022	08:00:55	34.5	21.8	30.7
10/11/2022	08:00:56	34.5	21.8	30.7
10/11/2022	08:00:57	34.5	21.8	30.7
10/11/2022	08:00:58	34.6	21.8	30.9
10/11/2022	08:00:59	34.6	21.8	31.3
10/11/2022	08:01:01	34.6	21.8	31.8
10/11/2022	08:01:02	34.6	21.9	32.4
10/11/2022	08:01:03	34.6	21.9	33.2
10/11/2022	08:01:04	34.6	21.9	34.0
10/11/2022	08:01:05	34.6	21.9	34.8
10/11/2022	08:01:06	34.6	21.9	35.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	08:01:07	34.5	21.9	36.0
10/11/2022	08:01:08	34.5	21.9	36.2
10/11/2022	08:01:09	34.5	21.9	36.4
10/11/2022	08:01:10	34.5	21.9	36.3
10/11/2022	08:01:11	34.5	21.9	36.1
10/11/2022	08:01:12	34.5	22.0	35.8
10/11/2022	08:01:13	34.5	22.0	35.5
10/11/2022	08:01:14	34.5	22.0	35.2
10/11/2022	08:01:15	34.5	22.0	35.1
10/11/2022	08:01:16	34.5	22.0	35.1
10/11/2022	08:01:17	34.5	22.0	35.3
10/11/2022	08:01:18	34.5	22.0	35.5
10/11/2022	08:01:20	34.5	22.0	36.0
10/11/2022	08:01:21	34.5	22.1	36.5
10/11/2022	08:01:22	34.5	22.1	37.3
10/11/2022	08:01:23	34.5	22.1	38.0
10/11/2022	08:01:24	34.5	22.1	38.9
10/11/2022	08:01:25	34.5	22.1	39.7
10/11/2022	08:01:26	34.5	22.1	40.7
10/11/2022	08:01:27	34.5	22.1	41.5
10/11/2022	08:01:28	34.5	22.1	42.2
10/11/2022	08:01:29	34.4	22.1	43.0
10/11/2022	08:01:30	34.4	22.2	43.5
10/11/2022	08:01:31	34.4	22.2	43.7
10/11/2022	08:01:32	34.4	22.2	43.9
10/11/2022	08:01:33	34.4	22.2	43.9
10/11/2022	08:01:34	34.4	22.2	43.9
10/11/2022	08:01:35	34.3	22.2	43.7
10/11/2022	08:01:36	34.3	22.2	43.5
10/11/2022	08:01:37	34.3	22.2	43.5
10/11/2022	08:01:38	34.3	22.2	43.6
10/11/2022	08:01:40	34.3	22.2	44.0
10/11/2022	08:01:41	34.3	22.2	44.5
10/11/2022	08:01:42	34.3	22.2	45.1
10/11/2022	08:01:43	34.3	22.3	46.9
10/11/2022	08:01:44	34.3	22.3	46.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	08:01:45	34.3	22.3	47.6
10/11/2022	08:01:46	34.3	22.3	48.3
10/11/2022	08:01:47	34.3	22.3	49.1
10/11/2022	08:01:48	34.2	22.3	49.9
10/11/2022	08:01:49	34.2	22.3	50.5
10/11/2022	08:01:50	34.2	22.3	51.1
10/11/2022	08:01:51	34.2	22.3	51.6
10/11/2022	08:01:52	34.2	22.3	51.9
10/11/2022	08:01:53	34.1	22.3	52.0
10/11/2022	08:01:54	34.1	22.3	52.0
10/11/2022	08:01:55	34.1	22.4	52.0
10/11/2022	08:01:57	34.1	22.3	52.0
10/11/2022	08:01:58	34.1	22.4	52.0
10/11/2022	08:01:59	34.1	22.4	52.0
10/11/2022	08:02:00	34.1	22.4	52.3
10/11/2022	08:02:01	34.1	22.4	52.7
10/11/2022	08:02:02	34.1	22.4	53.2
10/11/2022	08:02:03	34.1	22.4	54.0
10/11/2022	08:02:04	34.1	22.5	54.7
10/11/2022	08:02:05	34.1	22.5	55.5
10/11/2022	08:02:06	34.1	22.5	56.1
10/11/2022	08:02:07	34.0	22.5	56.8
10/11/2022	08:02:08	34.0	22.5	57.4
10/11/2022	08:02:09	34.0	22.5	57.9
10/11/2022	08:02:10	34.0	22.5	58.2
10/11/2022	08:02:11	34.0	22.5	58.3
10/11/2022	08:02:12	34.0	22.5	58.4
10/11/2022	08:02:13	34.0	22.6	58.3
10/11/2022	08:02:14	34.0	22.6	58.1
10/11/2022	08:02:15	34.0	22.6	57.9
10/11/2022	08:02:17	33.9	22.6	57.7
10/11/2022	08:02:18	33.9	22.6	57.6
10/11/2022	08:02:19	34.0	22.6	57.7
10/11/2022	08:02:20	34.0	22.6	58.0
10/11/2022	08:02:21	34.0	22.7	58.4
10/11/2022	08:02:22	34.0	22.7	59.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	08:02:23	34.0	22.7	59.7
10/11/2022	08:02:24	34.0	22.7	60.3
10/11/2022	08:02:25	34.0	22.7	61.1
10/11/2022	08:02:26	34.0	22.7	61.7
10/11/2022	08:02:27	34.0	22.7	62.1
10/11/2022	08:02:28	34.0	22.7	62.5
10/11/2022	08:02:29	33.9	22.7	62.6
10/11/2022	08:02:30	33.9	22.7	62.6
10/11/2022	08:02:31	33.9	22.7	62.6
10/11/2022	08:02:32	33.9	22.7	62.4
10/11/2022	08:02:33	33.9	22.7	62.2
10/11/2022	08:02:35	33.9	22.7	61.9
10/11/2022	08:02:36	33.9	22.8	61.7
10/11/2022	08:02:37	33.9	22.8	61.6
10/11/2022	08:02:38	33.9	22.8	61.7
10/11/2022	08:02:39	33.9	22.8	61.8
10/11/2022	08:02:40	33.9	22.8	62.1
10/11/2022	08:02:41	33.9	22.9	62.5
10/11/2022	08:02:42	34.0	22.9	63.0
10/11/2022	08:02:43	34.0	22.9	63.6
10/11/2022	08:02:44	34.0	22.9	64.3
10/11/2022	08:02:45	34.0	22.9	64.9
10/11/2022	08:02:46	33.9	22.9	65.4
10/11/2022	08:02:47	33.9	22.9	65.7
10/11/2022	08:02:48	33.9	22.9	65.9
10/11/2022	08:02:49	33.9	22.9	66.0
10/11/2022	08:02:50	33.9	22.9	66.0
10/11/2022	08:02:52	33.9	22.9	65.9
10/11/2022	08:02:53	33.9	22.9	65.6
10/11/2022	08:02:54	33.9	22.9	65.4
10/11/2022	08:02:55	33.9	22.9	65.1
10/11/2022	08:02:56	33.9	23.0	64.9
10/11/2022	08:02:57	33.9	23.0	64.8
10/11/2022	08:02:58	33.9	23.0	64.8
10/11/2022	08:02:59	33.9	23.0	64.9
10/11/2022	08:03:00	33.9	23.0	65.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35^aC-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	08:03:01	34.0	23.0	65.4
10/11/2022	08:03:02	34.0	23.0	65.8
10/11/2022	08:03:03	34.0	23.0	66.2
10/11/2022	08:03:04	34.0	23.0	66.7
10/11/2022	08:03:05	34.0	23.0	67.0
10/11/2022	08:03:06	33.9	23.0	67.3
10/11/2022	08:03:07	33.9	23.0	67.4
10/11/2022	08:03:08	33.9	23.0	67.4
10/11/2022	08:03:09	33.9	23.0	67.3
10/11/2022	08:03:10	33.9	23.0	67.2
10/11/2022	08:03:12	33.9	23.0	67.0
10/11/2022	08:03:13	33.9	23.0	66.7
10/11/2022	08:03:14	33.9	23.0	66.5
10/11/2022	08:03:15	34.0	23.0	66.3
10/11/2022	08:03:16	34.0	23.0	66.2
10/11/2022	08:03:17	34.0	23.1	66.2
10/11/2022	08:03:18	34.0	23.1	66.2
10/11/2022	08:03:19	34.0	23.1	66.3
10/11/2022	08:03:20	34.1	23.1	66.6
10/11/2022	08:03:21	34.1	23.1	66.9
10/11/2022	08:03:22	34.1	23.1	67.3
10/11/2022	08:03:23	34.1	23.1	67.6
10/11/2022	08:03:24	34.1	23.2	67.9
10/11/2022	08:03:25	34.1	23.2	68.1
10/11/2022	08:03:26	34.1	23.2	68.2
10/11/2022	08:03:27	34.1	23.2	68.2
10/11/2022	08:03:29	34.1	23.2	68.0
10/11/2022	08:03:30	34.1	23.2	67.8
10/11/2022	08:03:31	34.0	23.2	67.5
10/11/2022	08:03:32	34.0	23.2	67.3
10/11/2022	08:03:33	34.1	23.2	67.1
10/11/2022	08:03:34	34.1	23.2	66.9
10/11/2022	08:03:35	34.1	23.2	66.7
10/11/2022	08:03:36	34.1	23.2	66.6
10/11/2022	08:03:37	34.1	23.2	66.5
10/11/2022	08:03:38	34.1	23.2	66.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	08:03:39	34.1	23.2	66.7
10/11/2022	08:03:40	34.2	23.3	67.0
10/11/2022	08:03:41	34.2	23.3	67.3
10/11/2022	08:03:42	34.2	23.3	67.7
10/11/2022	08:03:43	34.2	23.3	68.1
10/11/2022	08:03:44	34.2	23.3	68.3
10/11/2022	08:03:46	34.2	23.3	68.6
10/11/2022	08:03:47	34.2	23.3	68.7
10/11/2022	08:03:48	34.2	23.3	68.7
10/11/2022	08:03:49	34.2	23.3	68.6
10/11/2022	08:03:50	34.2	23.3	68.3
10/11/2022	08:03:51	34.2	23.3	68.1
10/11/2022	08:03:52	34.2	23.3	67.8
10/11/2022	08:03:53	34.2	23.3	67.6
10/11/2022	08:03:54	34.2	23.3	67.4
10/11/2022	08:03:55	34.2	23.3	67.2
10/11/2022	08:03:56	34.2	23.3	67.1
10/11/2022	08:03:57	34.2	23.3	67.1
10/11/2022	08:03:58	34.2	23.3	67.1
10/11/2022	08:03:59	34.3	23.3	67.2
10/11/2022	08:04:00	34.3	23.3	67.5
10/11/2022	08:04:01	34.3	23.4	68.0
10/11/2022	08:04:02	34.3	23.4	68.4
10/11/2022	08:04:04	34.3	23.4	68.8
10/11/2022	08:04:05	34.3	23.4	69.1
10/11/2022	08:04:06	34.3	23.4	69.4
10/11/2022	08:04:07	34.3	23.4	69.5
10/11/2022	08:04:08	34.3	23.4	69.5
10/11/2022	08:04:09	34.3	23.4	69.4
10/11/2022	08:04:10	34.3	23.4	69.1
10/11/2022	08:04:11	34.3	23.4	68.8
10/11/2022	08:04:12	34.3	23.4	68.5
10/11/2022	08:04:13	34.3	23.4	68.3
10/11/2022	08:04:14	34.3	23.4	68.1
10/11/2022	08:04:15	34.3	23.4	67.9
10/11/2022	08:04:16	34.3	23.4	67.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	08:04:17	34.3	23.4	67.7
10/11/2022	08:04:18	34.4	23.4	67.7
10/11/2022	08:04:19	34.4	23.5	67.8
10/11/2022	08:04:21	34.4	23.5	68.1
10/11/2022	08:04:22	34.4	23.5	68.4
10/11/2022	08:04:23	34.4	23.5	68.8
10/11/2022	08:04:24	34.4	23.5	69.1
10/11/2022	08:04:25	34.4	23.5	69.4
10/11/2022	08:04:26	34.4	23.5	69.6
10/11/2022	08:04:27	34.4	23.5	69.7
10/11/2022	08:04:28	34.4	23.5	69.6
10/11/2022	08:04:29	34.4	23.5	69.4
10/11/2022	08:04:30	34.4	23.5	69.2
10/11/2022	08:04:31	34.4	23.5	68.9
10/11/2022	08:04:32	34.4	23.5	68.6
10/11/2022	08:04:33	34.4	23.5	68.4
10/11/2022	08:04:34	34.4	23.5	68.2
10/11/2022	08:04:35	34.4	23.5	68.1
10/11/2022	08:04:36	34.4	23.5	67.9
10/11/2022	08:04:37	34.5	23.6	67.9
10/11/2022	08:04:38	34.5	23.6	68.0
10/11/2022	08:04:40	34.5	23.6	68.1
10/11/2022	08:04:41	34.5	23.6	68.3
10/11/2022	08:04:42	34.5	23.6	68.7
10/11/2022	08:04:43	34.5	23.6	69.1
10/11/2022	08:04:44	34.5	23.6	69.4
10/11/2022	08:04:45	34.5	23.6	69.7
10/11/2022	08:04:46	34.5	23.6	69.9
10/11/2022	08:04:47	34.5	23.6	69.9
10/11/2022	08:04:48	34.5	23.6	69.9
10/11/2022	08:04:49	34.5	23.6	69.8
10/11/2022	08:04:50	34.5	23.6	69.5
10/11/2022	08:04:51	34.5	23.6	69.3
10/11/2022	08:04:52	34.5	23.6	68.9
10/11/2022	08:04:53	34.5	23.6	68.7
10/11/2022	08:04:54	34.5	23.6	68.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	08:04:55	34.5	23.6	68.3
10/11/2022	08:04:56	34.5	23.6	68.2
10/11/2022	08:04:57	34.5	23.6	68.1
10/11/2022	08:04:59	34.5	23.7	68.2
10/11/2022	08:05:00	34.5	23.7	68.3
10/11/2022	08:05:01	34.6	23.7	68.5
10/11/2022	08:05:02	34.6	23.7	68.9
10/11/2022	08:05:03	34.6	23.7	69.1
10/11/2022	08:05:04	34.6	23.7	69.4
10/11/2022	08:05:05	34.6	23.7	69.6
10/11/2022	08:05:06	34.6	23.7	69.8
10/11/2022	08:05:07	34.6	23.7	69.9
10/11/2022	08:05:08	34.6	23.7	69.8
10/11/2022	08:05:09	34.5	23.7	69.6
10/11/2022	08:05:10	34.5	23.7	69.3
10/11/2022	08:05:11	34.5	23.7	69.0
10/11/2022	08:05:12	34.5	23.7	68.8
10/11/2022	08:05:13	34.5	23.7	68.6
10/11/2022	08:05:15	34.6	23.7	68.4
10/11/2022	08:05:16	34.6	23.7	68.2
10/11/2022	08:05:17	34.6	23.7	68.1
10/11/2022	08:05:18	34.6	23.7	68.0
10/11/2022	08:05:19	34.6	23.7	68.0
10/11/2022	08:05:20	34.6	23.7	68.1
10/11/2022	08:05:21	34.6	23.8	68.3
10/11/2022	08:05:22	34.7	23.8	68.6
10/11/2022	08:05:23	34.7	23.8	69.0
10/11/2022	08:05:24	34.7	23.8	69.3
10/11/2022	08:05:25	34.7	23.8	69.6
10/11/2022	08:05:26	34.7	23.8	69.8
10/11/2022	08:05:27	34.6	23.8	69.8
10/11/2022	08:05:28	34.7	23.8	69.8
10/11/2022	08:05:29	34.6	23.8	69.7
10/11/2022	08:05:31	34.6	23.8	69.5
10/11/2022	08:05:32	34.6	23.8	69.1
10/11/2022	08:05:33	34.6	23.8	68.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	08:05:34	34.6	23.8	68.7
10/11/2022	08:05:35	34.6	23.8	68.5
10/11/2022	08:05:36	34.7	23.8	68.3
10/11/2022	08:05:37	34.7	23.8	68.2
10/11/2022	08:05:38	34.7	23.8	68.1
10/11/2022	08:05:39	34.7	23.8	68.2
10/11/2022	08:05:40	34.7	23.8	68.4
10/11/2022	08:05:41	34.7	23.8	68.6
10/11/2022	08:05:42	34.7	23.8	68.9
10/11/2022	08:05:43	34.7	23.8	69.2
10/11/2022	08:05:44	34.7	23.8	69.5
10/11/2022	08:05:45	34.7	23.9	69.6
10/11/2022	08:05:47	34.7	23.8	69.8
10/11/2022	08:05:48	34.7	23.8	69.9
10/11/2022	08:05:49	34.7	23.9	69.7
10/11/2022	08:05:50	34.7	23.8	69.5
10/11/2022	08:05:51	34.7	23.9	69.2
10/11/2022	08:05:52	34.7	23.8	69.0
10/11/2022	08:05:53	34.7	23.8	68.8
10/11/2022	08:05:54	34.7	23.9	68.6
10/11/2022	08:05:55	34.7	23.9	68.3
10/11/2022	08:05:56	34.7	23.9	68.2
10/11/2022	08:05:57	34.7	23.9	68.1
10/11/2022	08:05:58	34.7	23.9	68.1
10/11/2022	08:05:59	34.8	23.9	68.2
10/11/2022	08:06:00	34.8	23.9	68.4
10/11/2022	08:06:01	34.8	23.9	68.7
10/11/2022	08:06:03	34.8	23.9	69.1
10/11/2022	08:06:04	34.8	23.9	69.4
10/11/2022	08:06:05	34.8	23.9	69.7
10/11/2022	08:06:06	34.8	23.9	69.9
10/11/2022	08:06:07	34.8	23.9	70.1
10/11/2022	08:06:08	34.7	23.9	70.2
10/11/2022	08:06:09	34.7	23.9	70.1
10/11/2022	08:06:10	34.7	23.9	69.9
10/11/2022	08:06:11	34.7	23.9	69.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	08:06:12	34.7	23.9	69.3
10/11/2022	08:06:13	34.7	23.9	69.2
10/11/2022	08:06:14	34.7	23.9	69.0
10/11/2022	08:06:15	34.7	23.9	68.8
10/11/2022	08:06:17	34.7	23.9	68.6
10/11/2022	08:06:18	34.8	24.0	68.5
10/11/2022	08:06:19	34.8	24.0	68.5
10/11/2022	08:06:20	34.8	24.0	68.7
10/11/2022	08:06:21	34.8	24.0	68.9
10/11/2022	08:06:22	34.8	24.0	69.2
10/11/2022	08:06:23	34.8	24.0	69.5
10/11/2022	08:06:24	34.8	24.0	70.0
10/11/2022	08:06:25	34.8	24.0	70.3
10/11/2022	08:06:26	34.8	24.0	70.5
10/11/2022	08:06:27	34.8	24.0	70.6
10/11/2022	08:06:28	34.8	24.0	70.6
10/11/2022	08:06:29	34.8	24.0	70.5
10/11/2022	08:06:30	34.8	24.0	70.3
10/11/2022	08:06:31	34.7	24.0	70.1
10/11/2022	08:06:32	34.7	24.0	69.8
10/11/2022	08:06:34	34.7	24.0	69.6
10/11/2022	08:06:35	34.7	24.0	69.4
10/11/2022	08:06:36	34.7	24.0	69.2
10/11/2022	08:06:37	34.7	24.1	69.1
10/11/2022	08:06:38	34.8	24.1	69.0
10/11/2022	08:06:39	34.8	24.1	69.0
10/11/2022	08:06:40	34.8	24.1	69.1
10/11/2022	08:06:41	34.8	24.1	69.3
10/11/2022	08:06:42	34.8	24.1	69.5
10/11/2022	08:06:43	34.8	24.1	69.7
10/11/2022	08:06:44	34.8	24.1	69.9
10/11/2022	08:06:45	34.8	24.1	70.0
10/11/2022	08:06:46	34.8	24.1	70.1
10/11/2022	08:06:47	34.8	24.1	70.2
10/11/2022	08:06:48	34.8	24.1	70.1
10/11/2022	08:06:50	34.7	24.1	69.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	08:06:51	34.7	24.1	69.7
10/11/2022	08:06:52	34.7	24.1	69.5
10/11/2022	08:06:53	34.7	24.1	69.3
10/11/2022	08:06:54	34.7	24.1	69.2
10/11/2022	08:06:55	34.7	24.1	69.0
10/11/2022	08:06:56	34.7	24.1	68.8
10/11/2022	08:06:57	34.8	24.1	68.7
10/11/2022	08:06:58	34.8	24.1	68.6
10/11/2022	08:06:59	34.8	24.2	68.7
10/11/2022	08:07:00	34.8	24.2	68.8
10/11/2022	08:07:01	34.8	24.2	69.0
10/11/2022	08:07:02	34.8	24.2	69.3
10/11/2022	08:07:03	34.8	24.2	69.8
10/11/2022	08:07:04	34.8	24.2	70.2
10/11/2022	08:07:05	34.8	24.2	70.5
10/11/2022	08:07:06	34.8	24.2	70.8
10/11/2022	08:07:08	34.8	24.2	70.9
10/11/2022	08:07:09	34.8	24.2	71.0
10/11/2022	08:07:10	34.8	24.2	70.9
10/11/2022	08:07:11	34.8	24.2	70.8
10/11/2022	08:07:12	34.7	24.2	70.5
10/11/2022	08:07:13	34.7	24.2	70.3
10/11/2022	08:07:14	34.7	24.2	70.0
10/11/2022	08:07:15	34.7	24.2	69.8
10/11/2022	08:07:16	34.8	24.2	69.6
10/11/2022	08:07:17	34.8	24.2	69.5
10/11/2022	08:07:18	34.8	24.2	69.4
10/11/2022	08:07:19	34.8	24.2	69.4
10/11/2022	08:07:20	34.8	24.3	69.4
10/11/2022	08:07:21	34.8	24.3	69.4
10/11/2022	08:07:22	34.8	24.3	69.4
10/11/2022	08:07:23	34.8	24.2	69.4
10/11/2022	08:07:25	34.8	24.2	69.4
10/11/2022	08:07:26	34.8	24.2	69.4
10/11/2022	08:07:27	34.8	24.2	69.4
10/11/2022	08:07:28	34.8	24.2	69.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	08:07:29	34.8	24.2	69.1
10/11/2022	08:07:30	34.8	24.2	68.9
10/11/2022	08:07:31	34.8	24.2	68.8
10/11/2022	08:07:32	34.8	24.2	68.7
10/11/2022	08:07:33	34.8	24.2	68.6
10/11/2022	08:07:34	34.8	24.2	68.5
10/11/2022	08:07:35	34.8	24.3	68.4
10/11/2022	08:07:36	34.8	24.3	68.3
10/11/2022	08:07:37	34.8	24.3	68.2
10/11/2022	08:07:38	34.8	24.3	68.2
10/11/2022	08:07:39	34.8	24.3	68.3
10/11/2022	08:07:41	34.9	24.3	68.5
10/11/2022	08:07:42	34.9	24.3	68.8
10/11/2022	08:07:43	34.9	24.3	69.1
10/11/2022	08:07:44	34.9	24.3	69.6
10/11/2022	08:07:45	34.9	24.3	70.0
10/11/2022	08:07:46	34.9	24.3	70.6
10/11/2022	08:07:47	34.9	24.3	70.9
10/11/2022	08:07:48	34.8	24.3	71.1
10/11/2022	08:07:49	34.8	24.3	71.1
10/11/2022	08:07:50	34.8	24.3	71.1
10/11/2022	08:07:51	34.8	24.3	71.0
10/11/2022	08:07:52	34.8	24.3	70.8
10/11/2022	08:07:53	34.8	24.3	70.5
10/11/2022	08:07:54	34.8	24.4	70.1
10/11/2022	08:07:55	34.8	24.4	70.0
10/11/2022	08:07:56	34.8	24.4	69.8
10/11/2022	08:07:58	34.8	24.4	69.7
10/11/2022	08:07:59	34.8	24.4	69.7
10/11/2022	08:08:00	34.8	24.4	69.7
10/11/2022	08:08:01	34.8	24.4	69.8
10/11/2022	08:08:02	34.8	24.4	69.9
10/11/2022	08:08:03	34.8	24.4	70.0
10/11/2022	08:08:04	34.8	24.4	70.1
10/11/2022	08:08:05	34.8	24.4	70.2
10/11/2022	08:08:06	34.8	24.4	70.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	08:08:07	34.7	24.4	70.1
10/11/2022	08:08:08	34.7	24.4	70.0
10/11/2022	08:08:09	34.7	24.4	69.8
10/11/2022	08:08:10	34.7	24.4	69.6
10/11/2022	08:08:11	34.8	24.4	69.5
10/11/2022	08:08:12	34.7	24.4	69.2
10/11/2022	08:08:13	34.8	24.4	69.1
10/11/2022	08:08:15	34.8	24.4	69.0
10/11/2022	08:08:16	34.8	24.4	69.0
10/11/2022	08:08:17	34.8	24.4	68.8
10/11/2022	08:08:18	34.8	24.4	68.8
10/11/2022	08:08:19	34.8	24.4	68.8
10/11/2022	08:08:20	34.8	24.4	68.8
10/11/2022	08:08:21	34.8	24.5	69.0
10/11/2022	08:08:22	34.8	24.5	69.3
10/11/2022	08:08:23	34.8	24.5	69.7
10/11/2022	08:08:24	34.8	24.5	70.1
10/11/2022	08:08:25	34.8	24.5	70.4
10/11/2022	08:08:26	34.8	24.5	70.7
10/11/2022	08:08:27	34.8	24.5	70.8
10/11/2022	08:08:28	34.8	24.5	71.0
10/11/2022	08:08:29	34.8	24.5	71.0
10/11/2022	08:08:30	34.8	24.5	70.8
10/11/2022	08:08:32	34.8	24.5	70.6
10/11/2022	08:08:33	34.8	24.5	70.3
10/11/2022	08:08:34	34.8	24.5	70.1
10/11/2022	08:08:35	34.8	24.5	69.9
10/11/2022	08:08:36	34.8	24.5	69.7
10/11/2022	08:08:37	34.8	24.5	69.6
10/11/2022	08:08:38	34.8	24.5	69.5
10/11/2022	08:08:39	34.8	24.5	69.5
10/11/2022	08:08:40	34.8	24.5	69.6
10/11/2022	08:08:41	34.8	24.5	69.7
10/11/2022	08:08:42	34.8	24.5	69.8
10/11/2022	08:08:43	34.8	24.5	69.8
10/11/2022	08:08:44	34.8	24.5	70.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	08:08:45	34.8	24.5	70.1
10/11/2022	08:08:46	34.8	24.5	70.1
10/11/2022	08:08:47	34.8	24.5	70.1
10/11/2022	08:08:48	34.8	24.5	70.1
10/11/2022	08:08:50	34.8	24.5	69.9
10/11/2022	08:08:51	34.8	24.5	69.8
10/11/2022	08:08:52	34.8	24.5	69.6
10/11/2022	08:08:53	34.8	24.5	69.4
10/11/2022	08:08:54	34.8	24.5	69.3
10/11/2022	08:08:55	34.8	24.5	69.2
10/11/2022	08:08:56	34.8	24.5	69.1
10/11/2022	08:08:57	34.8	24.6	69.0
10/11/2022	08:08:58	34.8	24.6	68.9
10/11/2022	08:08:59	34.8	24.6	68.9
10/11/2022	08:09:00	34.8	24.6	69.0
10/11/2022	08:09:01	34.8	24.6	69.2
10/11/2022	08:09:02	34.8	24.6	69.5
10/11/2022	08:09:03	34.8	24.6	69.9
10/11/2022	08:09:04	34.9	24.6	70.3
10/11/2022	08:09:05	34.8	24.6	70.7
10/11/2022	08:09:06	34.8	24.6	71.0
10/11/2022	08:09:07	34.8	24.6	71.2
10/11/2022	08:09:08	34.8	24.6	71.3
10/11/2022	08:09:09	34.8	24.6	71.3
10/11/2022	08:09:10	34.8	24.6	71.2
10/11/2022	08:09:11	34.8	24.6	71.0
10/11/2022	08:09:12	34.7	24.6	70.7
10/11/2022	08:09:13	34.8	24.6	70.5
10/11/2022	08:09:14	34.7	24.6	70.3
10/11/2022	08:09:15	34.7	24.6	70.1
10/11/2022	08:09:17	34.8	24.6	69.9
10/11/2022	08:09:18	34.8	24.6	69.9
10/11/2022	08:09:19	34.8	24.6	69.8
10/11/2022	08:09:20	34.8	24.6	69.8
10/11/2022	08:09:21	34.8	24.6	69.7
10/11/2022	08:09:22	34.8	24.7	69.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	08:09:23	34.8	24.7	69.6
10/11/2022	08:09:24	34.8	24.6	69.5
10/11/2022	08:09:25	34.8	24.6	69.5
10/11/2022	08:09:26	34.8	24.6	69.5
10/11/2022	08:09:27	34.8	24.6	69.3
10/11/2022	08:09:28	34.8	24.6	69.3
10/11/2022	08:09:29	34.8	24.6	69.2
10/11/2022	08:09:30	34.8	24.6	69.1
10/11/2022	08:09:32	34.8	24.6	69.0
10/11/2022	08:09:33	34.8	24.6	68.9
10/11/2022	08:09:34	34.8	24.6	68.8
10/11/2022	08:09:35	34.8	24.6	68.7
10/11/2022	08:09:36	34.8	24.6	68.6
10/11/2022	08:09:37	34.8	24.7	68.5
10/11/2022	08:09:38	34.8	24.7	68.5
10/11/2022	08:09:39	34.8	24.7	68.4
10/11/2022	08:09:40	34.8	24.7	68.5
10/11/2022	08:09:41	34.8	24.7	68.7
10/11/2022	08:09:42	34.9	24.7	69.0
10/11/2022	08:09:43	34.9	24.7	69.3
10/11/2022	08:09:44	34.9	24.7	69.9
10/11/2022	08:09:45	34.9	24.7	70.3
10/11/2022	08:09:47	34.9	24.7	70.8
10/11/2022	08:09:48	34.8	24.7	71.3
10/11/2022	08:09:49	34.8	24.7	71.7
10/11/2022	08:09:50	34.8	24.7	71.8
10/11/2022	08:09:51	34.8	24.7	71.8
10/11/2022	08:09:52	34.8	24.7	71.6
10/11/2022	08:09:53	34.8	24.7	71.5
10/11/2022	08:09:54	34.8	24.7	71.2
10/11/2022	08:09:55	34.8	24.7	71.0
10/11/2022	08:09:56	34.7	24.7	70.7
10/11/2022	08:09:57	34.7	24.7	70.5
10/11/2022	08:09:58	34.7	24.7	70.3
10/11/2022	08:09:59	34.7	24.7	70.2
10/11/2022	08:10:00	34.7	24.7	70.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	08:10:01	34.7	24.7	70.0
10/11/2022	08:10:03	34.7	24.7	69.8
10/11/2022	08:10:04	34.7	24.7	69.7
10/11/2022	08:10:05	34.7	24.7	69.5
10/11/2022	08:10:06	34.7	24.7	69.5
10/11/2022	08:10:07	34.7	24.7	69.4
10/11/2022	08:10:08	34.7	24.8	69.4
10/11/2022	08:10:09	34.8	24.7	69.3
10/11/2022	08:10:10	34.8	24.8	69.3
10/11/2022	08:10:11	34.8	24.7	69.3
10/11/2022	08:10:12	34.8	24.7	69.2
10/11/2022	08:10:13	34.8	24.7	69.2
10/11/2022	08:10:14	34.8	24.7	69.0
10/11/2022	08:10:15	34.8	24.7	69.0
10/11/2022	08:10:17	34.8	24.8	68.9
10/11/2022	08:10:18	34.8	24.8	68.8
10/11/2022	08:10:19	34.8	24.8	68.7
10/11/2022	08:10:20	34.8	24.8	68.7
10/11/2022	08:10:21	34.8	24.8	68.8
10/11/2022	08:10:22	34.8	24.8	69.1
10/11/2022	08:10:23	34.8	24.8	69.4
10/11/2022	08:10:24	34.8	24.8	69.7
10/11/2022	08:10:25	34.8	24.8	70.1
10/11/2022	08:10:26	34.8	24.8	70.6
10/11/2022	08:10:27	34.8	24.8	71.0
10/11/2022	08:10:28	34.8	24.8	71.3
10/11/2022	08:10:29	34.8	24.8	71.3
10/11/2022	08:10:30	34.8	24.8	71.3
10/11/2022	08:10:32	34.8	24.8	71.2
10/11/2022	08:10:33	34.8	24.8	70.9
10/11/2022	08:10:34	34.7	24.8	70.7
10/11/2022	08:10:35	34.7	24.8	70.5
10/11/2022	08:10:36	34.7	24.8	70.3
10/11/2022	08:10:37	34.8	24.8	70.1
10/11/2022	08:10:38	34.8	24.8	70.0
10/11/2022	08:10:39	34.8	24.9	70.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	08:10:40	34.8	24.9	70.1
10/11/2022	08:10:41	34.8	24.9	70.2
10/11/2022	08:10:42	34.8	24.9	70.3
10/11/2022	08:10:43	34.8	24.9	70.4
10/11/2022	08:10:44	34.8	24.9	70.5
10/11/2022	08:10:45	34.8	24.9	70.6
10/11/2022	08:10:46	34.8	24.9	70.6
10/11/2022	08:10:47	34.8	24.9	70.6
10/11/2022	08:10:48	34.7	24.9	70.5
10/11/2022	08:10:49	34.7	24.9	70.4
10/11/2022	08:10:50	34.7	24.9	70.3
10/11/2022	08:10:51	34.7	24.9	70.1
10/11/2022	08:10:52	34.7	24.9	70.0
10/11/2022	08:10:53	34.7	24.9	70.0
10/11/2022	08:10:55	34.7	24.9	69.8
10/11/2022	08:10:56	34.7	24.9	69.7
10/11/2022	08:10:57	34.7	24.9	69.5
10/11/2022	08:10:58	34.8	24.9	69.4
10/11/2022	08:10:59	34.8	24.9	69.4
10/11/2022	08:11:00	34.8	24.9	69.4
10/11/2022	08:11:01	34.8	25.0	69.6
10/11/2022	08:11:02	34.8	25.0	69.8
10/11/2022	08:11:03	34.8	25.0	70.1
10/11/2022	08:11:04	34.8	25.0	70.5
10/11/2022	08:11:05	34.8	25.0	70.8
10/11/2022	08:11:06	34.8	25.0	71.1
10/11/2022	08:11:07	34.8	25.0	71.3
10/11/2022	08:11:08	34.7	25.0	71.4
10/11/2022	08:11:09	34.7	25.0	71.3
10/11/2022	08:11:10	34.7	25.0	71.2
10/11/2022	08:11:11	34.7	25.0	71.0
10/11/2022	08:11:12	34.7	25.0	70.8
10/11/2022	08:11:13	34.7	25.0	70.5
10/11/2022	08:11:15	34.7	25.0	70.3
10/11/2022	08:11:16	34.7	25.0	70.2
10/11/2022	08:11:17	34.7	25.0	70.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	08:11:18	34.7	25.0	70.0
10/11/2022	08:11:19	34.7	25.0	69.9
10/11/2022	08:11:20	34.7	25.0	69.9
10/11/2022	08:11:21	34.7	25.0	69.9
10/11/2022	08:11:22	34.7	25.0	69.9
10/11/2022	08:11:23	34.7	25.0	69.8
10/11/2022	08:11:24	34.7	25.0	69.8
10/11/2022	08:11:25	34.7	25.0	69.7
10/11/2022	08:11:26	34.7	25.0	69.7
10/11/2022	08:11:27	34.8	25.0	69.7
10/11/2022	08:11:28	34.8	25.0	69.7
10/11/2022	08:11:29	34.8	25.0	69.6
10/11/2022	08:11:30	34.8	25.0	69.6
10/11/2022	08:11:31	34.8	25.0	69.5
10/11/2022	08:11:32	34.8	25.0	69.4
10/11/2022	08:11:33	34.8	25.0	69.4
10/11/2022	08:11:35	34.8	25.0	69.3
10/11/2022	08:11:36	34.8	25.0	69.2
10/11/2022	08:11:37	34.8	25.0	69.2
10/11/2022	08:11:38	34.8	25.0	69.1
10/11/2022	08:11:39	34.8	25.0	69.0
10/11/2022	08:11:40	34.8	25.0	69.0
10/11/2022	08:11:41	34.8	25.0	69.1
10/11/2022	08:11:42	34.8	25.0	69.3
10/11/2022	08:11:43	34.8	25.0	69.6
10/11/2022	08:11:44	34.8	25.0	70.0
10/11/2022	08:11:45	34.8	25.0	70.4
10/11/2022	08:11:46	34.8	25.0	70.8
10/11/2022	08:11:47	34.8	25.1	71.2
10/11/2022	08:11:48	34.8	25.1	71.4
10/11/2022	08:11:49	34.8	25.1	71.6
10/11/2022	08:11:51	34.8	25.1	71.5
10/11/2022	08:11:52	34.8	25.1	71.4
10/11/2022	08:11:53	34.8	25.1	71.2
10/11/2022	08:11:54	34.8	25.1	71.0
10/11/2022	08:11:55	34.7	25.1	70.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	08:11:56	34.7	25.1	70.6
10/11/2022	08:11:57	34.7	25.1	70.4
10/11/2022	08:11:58	34.7	25.1	70.2
10/11/2022	08:11:59	34.7	25.1	70.2
10/11/2022	08:12:00	34.7	25.1	70.2
10/11/2022	08:12:01	34.7	25.1	70.2
10/11/2022	08:12:02	34.7	25.1	70.1
10/11/2022	08:12:03	34.7	25.1	70.0
10/11/2022	08:12:05	34.7	25.1	69.9
10/11/2022	08:12:06	34.7	25.1	69.9
10/11/2022	08:12:07	34.7	25.1	69.8
10/11/2022	08:12:08	34.7	25.1	69.7
10/11/2022	08:12:09	34.7	25.1	69.6
10/11/2022	08:12:10	34.7	25.1	69.5
10/11/2022	08:12:11	34.7	25.1	69.4
10/11/2022	08:12:12	34.7	25.1	69.4
10/11/2022	08:12:13	34.7	25.1	69.3
10/11/2022	08:12:14	34.7	25.1	69.3
10/11/2022	08:12:15	34.8	25.1	69.2
10/11/2022	08:12:16	34.8	25.1	69.1
10/11/2022	08:12:17	34.8	25.1	69.1
10/11/2022	08:12:19	34.8	25.1	69.1
10/11/2022	08:12:20	34.8	25.1	69.0
10/11/2022	08:12:21	34.9	25.1	69.0
10/11/2022	08:12:22	34.9	25.1	69.2
10/11/2022	08:12:23	34.9	25.1	69.5
10/11/2022	08:12:24	34.9	25.1	70.0
10/11/2022	08:12:25	34.9	25.1	70.4
10/11/2022	08:12:26	34.9	25.1	70.9
10/11/2022	08:12:27	34.9	25.1	71.3
10/11/2022	08:12:28	34.9	25.1	71.6
10/11/2022	08:12:29	34.8	25.2	71.9
10/11/2022	08:12:30	34.8	25.1	71.9
10/11/2022	08:12:31	34.8	25.1	71.8
10/11/2022	08:12:32	34.8	25.1	71.6
10/11/2022	08:12:34	34.8	25.2	71.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	08:12:35	34.8	25.2	71.0
10/11/2022	08:12:36	34.8	25.2	70.8
10/11/2022	08:12:37	34.8	25.2	70.6
10/11/2022	08:12:38	34.8	25.2	70.4
10/11/2022	08:12:39	34.8	25.2	70.3
10/11/2022	08:12:40	34.8	25.2	70.2
10/11/2022	08:12:41	34.8	25.2	70.3
10/11/2022	08:12:42	34.8	25.2	70.2
10/11/2022	08:12:43	34.8	25.2	70.2
10/11/2022	08:12:44	34.8	25.2	70.1
10/11/2022	08:12:45	34.8	25.2	70.1
10/11/2022	08:12:46	34.8	25.2	70.0
10/11/2022	08:12:47	34.8	25.2	70.0
10/11/2022	08:12:48	34.8	25.2	69.9
10/11/2022	08:12:49	34.8	25.2	69.7
10/11/2022	08:12:51	34.8	25.2	69.6
10/11/2022	08:12:52	34.8	25.2	69.5
10/11/2022	08:12:53	34.8	25.2	69.5
10/11/2022	08:12:54	34.8	25.2	69.5
10/11/2022	08:12:55	34.8	25.2	69.4
10/11/2022	08:12:56	34.8	25.2	69.3
10/11/2022	08:12:57	34.8	25.2	69.2
10/11/2022	08:12:58	34.8	25.2	69.2
10/11/2022	08:12:59	34.8	25.2	69.2
10/11/2022	08:13:00	34.8	25.3	69.2
10/11/2022	08:13:01	34.9	25.3	69.4
10/11/2022	08:13:02	34.9	25.3	69.6
10/11/2022	08:13:03	34.9	25.3	69.9
10/11/2022	08:13:04	34.9	25.3	70.3
10/11/2022	08:13:05	34.9	25.3	70.7
10/11/2022	08:13:07	34.9	25.3	71.0
10/11/2022	08:13:08	34.9	25.3	71.2
10/11/2022	08:13:09	34.9	25.3	71.4
10/11/2022	08:13:10	34.9	25.3	71.5
10/11/2022	08:13:11	34.9	25.3	71.5
10/11/2022	08:13:12	34.8	25.3	71.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	08:13:13	34.8	25.3	71.0
10/11/2022	08:13:14	34.8	25.3	70.8
10/11/2022	08:13:15	34.8	25.3	70.6
10/11/2022	08:13:16	34.8	25.3	70.5
10/11/2022	08:13:17	34.8	25.3	70.3
10/11/2022	08:13:18	34.8	25.3	70.2
10/11/2022	08:13:19	34.8	25.3	70.1
10/11/2022	08:13:21	34.8	25.3	70.0
10/11/2022	08:13:22	34.8	25.3	69.9
10/11/2022	08:13:23	34.8	25.3	69.9
10/11/2022	08:13:24	34.8	25.3	69.9
10/11/2022	08:13:25	34.8	25.3	69.8
10/11/2022	08:13:26	34.8	25.3	69.7
10/11/2022	08:13:27	34.8	25.3	69.6
10/11/2022	08:13:28	34.8	25.3	69.6
10/11/2022	08:13:29	34.8	25.3	69.6
10/11/2022	08:13:30	34.8	25.3	69.5
10/11/2022	08:13:31	34.8	25.3	69.4
10/11/2022	08:13:32	34.8	25.3	69.3
10/11/2022	08:13:34	34.8	25.3	69.3
10/11/2022	08:13:35	34.8	25.3	69.3
10/11/2022	08:13:36	34.8	25.3	69.2
10/11/2022	08:13:37	34.9	25.3	69.0
10/11/2022	08:13:38	34.9	25.3	68.9
10/11/2022	08:13:39	34.9	25.3	68.9
10/11/2022	08:13:40	34.9	25.3	68.9
10/11/2022	08:13:41	34.9	25.3	68.9
10/11/2022	08:13:42	34.9	25.4	69.1
10/11/2022	08:13:43	34.9	25.4	69.4
10/11/2022	08:13:44	34.9	25.4	69.8
10/11/2022	08:13:45	34.9	25.4	70.2
10/11/2022	08:13:46	34.9	25.4	70.7
10/11/2022	08:13:47	34.9	25.4	71.1
10/11/2022	08:13:49	34.9	25.4	71.4
10/11/2022	08:13:50	34.9	25.4	71.6
10/11/2022	08:13:51	34.9	25.4	71.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	08:13:52	34.9	25.4	71.5
10/11/2022	08:13:53	34.9	25.4	71.3
10/11/2022	08:13:54	34.8	25.4	71.1
10/11/2022	08:13:55	34.8	25.4	70.9
10/11/2022	08:13:56	34.8	25.4	70.7
10/11/2022	08:13:57	34.8	25.4	70.5
10/11/2022	08:13:58	34.8	25.4	70.4
10/11/2022	08:13:59	34.8	25.4	70.4
10/11/2022	08:14:00	34.8	25.4	70.3
10/11/2022	08:14:01	34.8	25.4	70.3
10/11/2022	08:14:02	34.8	25.4	70.2
10/11/2022	08:14:04	34.8	25.4	70.1
10/11/2022	08:14:05	34.8	25.4	70.0
10/11/2022	08:14:06	34.8	25.4	70.0
10/11/2022	08:14:07	34.8	25.4	69.9
10/11/2022	08:14:08	34.8	25.4	69.7
10/11/2022	08:14:09	34.8	25.4	69.7
10/11/2022	08:14:10	34.8	25.4	69.6
10/11/2022	08:14:11	34.8	25.4	69.6
10/11/2022	08:14:12	34.8	25.4	69.5
10/11/2022	08:14:13	34.8	25.4	69.4
10/11/2022	08:14:14	34.8	25.4	69.3
10/11/2022	08:14:15	34.8	25.4	69.3
10/11/2022	08:14:16	34.8	25.4	69.3
10/11/2022	08:14:17	34.9	25.4	69.2
10/11/2022	08:14:19	34.9	25.4	69.2
10/11/2022	08:14:20	34.9	25.4	69.1
10/11/2022	08:14:21	34.9	25.4	69.2
10/11/2022	08:14:22	34.9	25.4	69.3
10/11/2022	08:14:23	34.9	25.4	69.6
10/11/2022	08:14:24	34.9	25.4	69.9
10/11/2022	08:14:25	34.9	25.4	70.3
10/11/2022	08:14:26	34.9	25.4	70.7
10/11/2022	08:14:27	34.9	25.4	71.0
10/11/2022	08:14:28	34.9	25.4	71.3
10/11/2022	08:14:29	34.9	25.4	71.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	08:14:30	34.9	25.4	71.6
10/11/2022	08:14:31	34.9	25.4	71.6
10/11/2022	08:14:32	34.9	25.4	71.4
10/11/2022	08:14:34	34.8	25.4	71.2
10/11/2022	08:14:35	34.8	25.4	71.0
10/11/2022	08:14:36	34.8	25.4	70.9
10/11/2022	08:14:37	34.8	25.4	70.7
10/11/2022	08:14:38	34.8	25.4	70.6
10/11/2022	08:14:39	34.8	25.4	70.5
10/11/2022	08:14:40	34.8	25.4	70.5
10/11/2022	08:14:41	34.8	25.4	70.4
10/11/2022	08:14:42	34.8	25.4	70.4
10/11/2022	08:14:43	34.8	25.4	70.3
10/11/2022	08:14:44	34.8	25.4	70.3
10/11/2022	08:14:45	34.8	25.5	70.2
10/11/2022	08:14:46	34.8	25.5	70.2
10/11/2022	08:14:47	34.8	25.4	70.0
10/11/2022	08:14:49	34.8	25.4	70.0
10/11/2022	08:14:50	34.8	25.5	70.0
10/11/2022	08:14:51	34.8	25.5	69.9
10/11/2022	08:14:52	34.8	25.5	69.8
10/11/2022	08:14:53	34.8	25.5	69.7
10/11/2022	08:14:54	34.8	25.5	69.6
10/11/2022	08:14:55	34.8	25.5	69.6
10/11/2022	08:14:56	34.8	25.5	69.5
10/11/2022	08:14:57	34.8	25.5	69.4
10/11/2022	08:14:58	34.9	25.5	69.3
10/11/2022	08:14:59	34.9	25.5	69.2
10/11/2022	08:15:00	34.9	25.5	69.3
10/11/2022	08:15:01	34.9	25.5	69.4
10/11/2022	08:15:03	34.9	25.5	69.6
10/11/2022	08:15:04	34.9	25.5	69.9
10/11/2022	08:15:05	34.9	25.5	70.3
10/11/2022	08:15:06	34.9	25.5	70.6
10/11/2022	08:15:07	34.9	25.5	70.9
10/11/2022	08:15:08	34.9	25.5	71.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	08:15:09	34.9	25.5	71.3
10/11/2022	08:15:10	34.9	25.5	71.4
10/11/2022	08:15:11	34.9	25.5	71.3
10/11/2022	08:15:12	34.8	25.5	71.1
10/11/2022	08:15:13	34.8	25.5	70.9
10/11/2022	08:15:14	34.8	25.5	70.7
10/11/2022	08:15:15	34.8	25.5	70.6
10/11/2022	08:15:16	34.8	25.5	70.5
10/11/2022	08:15:18	34.9	25.6	70.4
10/11/2022	08:15:19	34.9	25.6	70.2
10/11/2022	08:15:20	34.9	25.6	70.1
10/11/2022	08:15:21	34.9	25.6	70.2
10/11/2022	08:15:22	34.9	25.6	70.4
10/11/2022	08:15:23	34.9	25.6	70.4
10/11/2022	08:15:24	34.9	25.6	70.5
10/11/2022	08:15:25	34.9	25.6	70.6
10/11/2022	08:15:26	34.9	25.6	70.7
10/11/2022	08:15:27	34.8	25.6	70.8
10/11/2022	08:15:28	34.8	25.6	70.8
10/11/2022	08:15:29	34.8	25.6	70.7
10/11/2022	08:15:30	34.8	25.5	70.5
10/11/2022	08:15:31	34.8	25.6	70.4
10/11/2022	08:15:33	34.8	25.6	70.3
10/11/2022	08:15:34	34.8	25.6	70.2
10/11/2022	08:15:35	34.8	25.6	70.1
10/11/2022	08:15:36	34.8	25.6	70.0
10/11/2022	08:15:37	34.8	25.6	69.9
10/11/2022	08:15:38	34.9	25.6	69.8
10/11/2022	08:15:39	34.9	25.6	69.8
10/11/2022	08:15:40	34.9	25.6	69.8
10/11/2022	08:15:41	34.9	25.6	69.9
10/11/2022	08:15:42	34.9	25.6	70.0
10/11/2022	08:15:43	34.9	25.6	70.3
10/11/2022	08:15:44	34.9	25.6	70.5
10/11/2022	08:15:45	34.9	25.6	70.8
10/11/2022	08:15:46	34.9	25.7	71.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	08:15:48	34.9	25.6	71.2
10/11/2022	08:15:49	34.9	25.6	71.3
10/11/2022	08:15:50	34.8	25.6	71.4
10/11/2022	08:15:51	34.8	25.6	71.2
10/11/2022	08:15:52	34.8	25.6	71.1
10/11/2022	08:15:53	34.8	25.6	70.9
10/11/2022	08:15:54	34.8	25.6	70.8
10/11/2022	08:15:55	34.8	25.6	70.6
10/11/2022	08:15:56	34.8	25.7	70.4
10/11/2022	08:15:57	34.8	25.7	70.3
10/11/2022	08:15:58	34.8	25.7	70.3
10/11/2022	08:15:59	34.8	25.7	70.2
10/11/2022	08:16:01	34.8	25.7	70.2
10/11/2022	08:16:02	34.8	25.7	70.2
10/11/2022	08:16:03	34.9	25.7	70.2
10/11/2022	08:16:04	34.9	25.7	70.2
10/11/2022	08:16:05	34.9	25.7	70.2
10/11/2022	08:16:06	34.9	25.7	70.3
10/11/2022	08:16:07	34.9	25.7	70.3
10/11/2022	08:16:08	34.8	25.7	70.3
10/11/2022	08:16:09	34.8	25.7	70.2
10/11/2022	08:16:10	34.8	25.7	70.1
10/11/2022	08:16:11	34.8	25.7	70.1
10/11/2022	08:16:12	34.8	25.7	70.0
10/11/2022	08:16:13	34.9	25.7	70.0
10/11/2022	08:16:14	34.9	25.7	69.9
10/11/2022	08:16:16	34.9	25.7	69.7
10/11/2022	08:16:17	34.9	25.7	69.7
10/11/2022	08:16:18	34.9	25.7	69.7
10/11/2022	08:16:19	34.9	25.7	69.6
10/11/2022	08:16:20	34.9	25.7	69.6
10/11/2022	08:16:21	34.9	25.7	69.6
10/11/2022	08:16:22	34.9	25.7	69.6
10/11/2022	08:16:23	34.9	25.7	69.9
10/11/2022	08:16:24	34.9	25.7	70.2
10/11/2022	08:16:25	34.9	25.7	70.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	08:16:26	34.9	25.7	70.8
10/11/2022	08:16:27	34.9	25.7	71.1
10/11/2022	08:16:28	34.9	25.7	71.4
10/11/2022	08:16:30	34.9	25.7	71.5
10/11/2022	08:16:31	34.9	25.7	71.5
10/11/2022	08:16:32	34.9	25.7	71.4
10/11/2022	08:16:33	34.9	25.7	71.2
10/11/2022	08:16:34	34.9	25.7	71.0
10/11/2022	08:16:35	34.9	25.7	70.9
10/11/2022	08:16:36	34.9	25.7	70.6
10/11/2022	08:16:37	34.9	25.7	70.5
10/11/2022	08:16:38	34.9	25.7	70.4
10/11/2022	08:16:39	34.9	25.7	70.3
10/11/2022	08:16:40	34.9	25.7	70.3
10/11/2022	08:16:41	34.9	25.7	70.3
10/11/2022	08:16:42	34.9	25.7	70.3
10/11/2022	08:16:44	34.8	25.7	70.3
10/11/2022	08:16:45	34.8	25.8	70.3
10/11/2022	08:16:46	34.8	25.8	70.2
10/11/2022	08:16:47	34.8	25.8	70.2
10/11/2022	08:16:48	34.8	25.8	70.2
10/11/2022	08:16:49	34.8	25.7	70.1
10/11/2022	08:16:50	34.8	25.7	70.1
10/11/2022	08:16:51	34.8	25.7	69.9
10/11/2022	08:16:52	34.8	25.8	69.8
10/11/2022	08:16:53	34.8	25.7	69.8
10/11/2022	08:16:54	34.8	25.7	69.8
10/11/2022	08:16:55	34.8	25.7	69.7
10/11/2022	08:16:56	34.9	25.7	69.6
10/11/2022	08:16:57	34.9	25.7	69.5
10/11/2022	08:16:58	34.9	25.7	69.5
10/11/2022	08:16:59	34.9	25.7	69.4
10/11/2022	08:17:01	34.9	25.7	69.4
10/11/2022	08:17:02	34.9	25.8	69.5
10/11/2022	08:17:03	34.9	25.7	69.7
10/11/2022	08:17:04	34.9	25.7	69.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	08:17:05	34.9	25.7	70.3
10/11/2022	08:17:06	34.9	25.8	70.6
10/11/2022	08:17:07	34.9	25.8	70.8
10/11/2022	08:17:08	34.9	25.8	71.0
10/11/2022	08:17:09	34.9	25.8	71.1
10/11/2022	08:17:10	34.9	25.8	71.1
10/11/2022	08:17:11	34.9	25.8	71.1
10/11/2022	08:17:12	34.9	25.8	71.0
10/11/2022	08:17:13	34.9	25.8	70.8
10/11/2022	08:17:14	34.9	25.8	70.6
10/11/2022	08:17:15	34.9	25.8	70.5
10/11/2022	08:17:17	34.9	25.8	70.4
10/11/2022	08:17:18	34.9	25.8	70.2
10/11/2022	08:17:19	34.9	25.8	70.2
10/11/2022	08:17:20	34.9	25.8	70.1
10/11/2022	08:17:21	34.9	25.8	70.1
10/11/2022	08:17:22	34.9	25.8	70.2
10/11/2022	08:17:23	34.9	25.8	70.3
10/11/2022	08:17:24	34.9	25.8	70.5
10/11/2022	08:17:25	34.9	25.8	70.6
10/11/2022	08:17:26	34.9	25.8	70.8
10/11/2022	08:17:27	34.9	25.8	70.8
10/11/2022	08:17:28	34.9	25.8	70.8
10/11/2022	08:17:30	34.9	25.8	70.8
10/11/2022	08:17:31	34.8	25.8	70.7
10/11/2022	08:17:32	34.8	25.8	70.6
10/11/2022	08:17:33	34.8	25.8	70.5
10/11/2022	08:17:34	34.8	25.8	70.3
10/11/2022	08:17:35	34.8	25.8	70.2
10/11/2022	08:17:36	34.8	25.8	70.1
10/11/2022	08:17:37	34.8	25.8	70.1
10/11/2022	08:17:38	34.8	25.9	70.0
10/11/2022	08:17:39	34.8	25.8	69.9
10/11/2022	08:17:40	34.9	25.8	69.9
10/11/2022	08:17:41	34.9	25.9	70.0
10/11/2022	08:17:43	34.9	25.9	70.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	08:17:44	34.9	25.9	70.4
10/11/2022	08:17:45	34.9	25.9	70.6
10/11/2022	08:17:46	34.9	25.9	70.9
10/11/2022	08:17:47	34.9	25.9	71.1
10/11/2022	08:17:48	34.9	25.9	71.1
10/11/2022	08:17:49	34.9	25.9	71.2
10/11/2022	08:17:50	34.9	25.9	71.2
10/11/2022	08:17:51	34.8	25.9	71.1
10/11/2022	08:17:52	34.8	25.9	71.0
10/11/2022	08:17:53	34.8	25.9	70.8
10/11/2022	08:17:54	34.8	25.9	70.6
10/11/2022	08:17:56	34.8	25.9	70.5
10/11/2022	08:17:57	34.8	25.9	70.4
10/11/2022	08:17:58	34.8	25.9	70.4
10/11/2022	08:17:59	34.8	25.9	70.3
10/11/2022	08:18:00	34.9	25.9	70.2
10/11/2022	08:18:01	34.9	25.9	70.2
10/11/2022	08:18:02	34.9	25.9	70.2
10/11/2022	08:18:03	34.9	25.9	70.2
10/11/2022	08:18:04	34.9	25.9	70.3
10/11/2022	08:18:05	34.9	25.9	70.3
10/11/2022	08:18:06	34.9	25.9	70.3
10/11/2022	08:18:07	34.9	25.9	70.4
10/11/2022	08:18:08	34.9	25.9	70.4
10/11/2022	08:18:09	34.9	25.9	70.4
10/11/2022	08:18:11	34.9	25.9	70.3
10/11/2022	08:18:12	34.9	25.9	70.2
10/11/2022	08:18:13	34.9	25.9	70.1
10/11/2022	08:18:14	34.9	25.9	70.0
10/11/2022	08:18:15	34.9	25.9	70.0
10/11/2022	08:18:16	34.9	25.9	69.8
10/11/2022	08:18:17	34.9	25.9	69.8
10/11/2022	08:18:18	34.9	25.9	69.7
10/11/2022	08:18:19	34.9	25.9	69.7
10/11/2022	08:18:20	34.9	25.9	69.7
10/11/2022	08:18:21	34.9	25.9	69.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	08:18:22	34.9	25.9	69.8
10/11/2022	08:18:23	34.9	25.9	70.0
10/11/2022	08:18:24	34.9	25.9	70.4
10/11/2022	08:18:26	34.9	25.9	70.7
10/11/2022	08:18:27	34.9	25.9	70.9
10/11/2022	08:18:28	34.9	25.9	71.1
10/11/2022	08:18:29	34.9	25.9	71.3
10/11/2022	08:18:30	34.9	25.9	71.4
10/11/2022	08:18:31	34.9	25.9	71.4
10/11/2022	08:18:32	34.9	25.9	71.3
10/11/2022	08:18:33	34.9	25.9	71.1
10/11/2022	08:18:34	34.9	25.9	70.9
10/11/2022	08:18:35	34.9	25.9	70.7
10/11/2022	08:18:36	34.9	25.9	70.6
10/11/2022	08:18:37	34.9	25.9	70.5
10/11/2022	08:18:38	34.9	25.9	70.4
10/11/2022	08:18:40	34.9	25.9	70.3
10/11/2022	08:18:41	34.9	25.9	70.3
10/11/2022	08:18:42	34.9	26.0	70.2
10/11/2022	08:18:43	34.9	26.0	70.2
10/11/2022	08:18:44	34.9	25.9	70.2
10/11/2022	08:18:45	34.9	25.9	70.2
10/11/2022	08:18:46	34.9	25.9	70.2
10/11/2022	08:18:47	34.9	25.9	70.2
10/11/2022	08:18:48	34.9	25.9	70.1
10/11/2022	08:18:49	34.9	25.9	70.0
10/11/2022	08:18:50	34.9	25.9	69.9
10/11/2022	08:18:51	34.9	25.9	69.9
10/11/2022	08:18:53	34.9	25.9	69.8
10/11/2022	08:18:54	34.9	25.9	69.8
10/11/2022	08:18:55	34.9	25.9	69.7
10/11/2022	08:18:56	34.9	26.0	69.6
10/11/2022	08:18:57	34.9	26.0	69.5
10/11/2022	08:18:58	34.9	26.0	69.5
10/11/2022	08:18:59	34.9	26.0	69.5
10/11/2022	08:19:00	34.9	26.0	69.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	08:19:01	34.9	26.0	69.5
10/11/2022	08:19:02	34.9	26.0	69.5
10/11/2022	08:19:03	34.9	26.0	69.7
10/11/2022	08:19:04	34.9	26.0	70.1
10/11/2022	08:19:06	34.9	26.0	70.5
10/11/2022	08:19:07	34.9	26.0	70.9
10/11/2022	08:19:08	34.9	26.0	71.2
10/11/2022	08:19:09	34.9	26.0	71.4
10/11/2022	08:19:10	34.9	26.0	71.6
10/11/2022	08:19:11	34.9	26.0	71.6
10/11/2022	08:19:12	34.9	26.0	71.6
10/11/2022	08:19:13	34.9	26.0	71.5
10/11/2022	08:19:14	34.8	26.0	71.3
10/11/2022	08:19:15	34.8	26.0	71.1
10/11/2022	08:19:16	34.8	26.0	70.9
10/11/2022	08:19:17	34.8	26.0	70.8
10/11/2022	08:19:18	34.8	26.0	70.7
10/11/2022	08:19:20	34.8	26.0	70.6
10/11/2022	08:19:21	34.8	26.0	70.6
10/11/2022	08:19:22	34.8	26.0	70.6
10/11/2022	08:19:23	34.8	26.1	70.5
10/11/2022	08:19:24	34.8	26.0	70.5
10/11/2022	08:19:25	34.8	26.1	70.4
10/11/2022	08:19:26	34.8	26.0	70.4
10/11/2022	08:19:27	34.8	26.0	70.5
10/11/2022	08:19:28	34.8	26.0	70.4
10/11/2022	08:19:29	34.8	26.0	70.3
10/11/2022	08:19:30	34.8	26.0	70.2
10/11/2022	08:19:31	34.8	26.0	70.2
10/11/2022	08:19:32	34.8	26.0	70.1
10/11/2022	08:19:34	34.8	26.0	70.1
10/11/2022	08:19:35	34.8	26.0	70.0
10/11/2022	08:19:36	34.8	26.0	69.9
10/11/2022	08:19:37	34.8	26.0	69.8
10/11/2022	08:19:38	34.8	26.0	69.8
10/11/2022	08:19:39	34.9	26.0	69.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	08:19:40	34.9	26.1	69.6
10/11/2022	08:19:41	34.9	26.1	69.7
10/11/2022	08:19:42	34.9	26.1	69.8
10/11/2022	08:19:43	34.9	26.1	70.0
10/11/2022	08:19:44	34.9	26.1	70.3
10/11/2022	08:19:45	34.9	26.1	70.6
10/11/2022	08:19:46	34.9	26.1	70.8
10/11/2022	08:19:48	34.9	26.1	71.0
10/11/2022	08:19:49	34.9	26.1	71.3
10/11/2022	08:19:50	34.9	26.1	71.4
10/11/2022	08:19:51	34.9	26.1	71.4
10/11/2022	08:19:52	34.9	26.1	71.3
10/11/2022	08:19:53	34.8	26.1	71.2
10/11/2022	08:19:54	34.8	26.1	71.0
10/11/2022	08:19:55	34.8	26.1	70.8
10/11/2022	08:19:56	34.8	26.1	70.7
10/11/2022	08:19:57	34.8	26.1	70.6
10/11/2022	08:19:58	34.9	26.1	70.5
10/11/2022	08:19:59	34.9	26.1	70.4
10/11/2022	08:20:00	34.9	26.1	70.4
10/11/2022	08:20:02	34.9	26.1	70.4
10/11/2022	08:20:03	34.9	26.1	70.4
10/11/2022	08:20:04	34.9	26.1	70.6
10/11/2022	08:20:05	34.9	26.1	70.7
10/11/2022	08:20:06	34.9	26.1	70.7
10/11/2022	08:20:07	34.9	26.1	70.8
10/11/2022	08:20:08	34.9	26.1	70.8
10/11/2022	08:20:09	34.9	26.1	70.8
10/11/2022	08:20:10	34.9	26.1	70.8
10/11/2022	08:20:11	34.8	26.1	70.7
10/11/2022	08:20:12	34.8	26.1	70.6
10/11/2022	08:20:13	34.8	26.1	70.4
10/11/2022	08:20:15	34.8	26.1	70.3
10/11/2022	08:20:16	34.8	26.1	70.3
10/11/2022	08:20:17	34.9	26.1	70.2
10/11/2022	08:20:18	34.9	26.1	70.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	08:20:19	34.9	26.1	70.0
10/11/2022	08:20:20	34.9	26.1	70.0
10/11/2022	08:20:21	34.9	26.1	70.0
10/11/2022	08:20:22	34.9	26.1	70.1
10/11/2022	08:20:23	34.9	26.1	70.3
10/11/2022	08:20:24	34.9	26.1	70.5
10/11/2022	08:20:25	34.9	26.1	70.8
10/11/2022	08:20:26	34.9	26.2	71.1
10/11/2022	08:20:27	34.9	26.2	71.3
10/11/2022	08:20:29	34.9	26.2	71.4
10/11/2022	08:20:30	34.9	26.2	71.5
10/11/2022	08:20:31	34.9	26.2	71.5
10/11/2022	08:20:32	34.9	26.2	71.4
10/11/2022	08:20:33	34.8	26.2	71.2
10/11/2022	08:20:34	34.8	26.2	71.1
10/11/2022	08:20:35	34.8	26.2	70.9
10/11/2022	08:20:36	34.8	26.2	70.7
10/11/2022	08:20:37	34.8	26.2	70.7
10/11/2022	08:20:38	34.8	26.2	70.6
10/11/2022	08:20:39	34.8	26.2	70.5
10/11/2022	08:20:40	34.8	26.2	70.4
10/11/2022	08:20:41	34.8	26.2	70.4
10/11/2022	08:20:43	34.8	26.2	70.3
10/11/2022	08:20:44	34.8	26.2	70.2
10/11/2022	08:20:45	34.8	26.2	70.2
10/11/2022	08:20:46	34.8	26.2	70.2
10/11/2022	08:20:47	34.9	26.2	70.1
10/11/2022	08:20:48	34.9	26.2	70.1
10/11/2022	08:20:49	34.8	26.2	70.1
10/11/2022	08:20:50	34.8	26.2	70.0
10/11/2022	08:20:51	34.9	26.2	69.9
10/11/2022	08:20:52	34.8	26.2	69.9
10/11/2022	08:20:53	34.9	26.2	69.8
10/11/2022	08:20:54	34.9	26.2	69.8
10/11/2022	08:20:56	34.9	26.2	69.7
10/11/2022	08:20:57	34.9	26.2	69.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	08:20:58	34.9	26.2	69.6
10/11/2022	08:20:59	34.9	26.2	69.6
10/11/2022	08:21:00	34.9	26.2	69.6
10/11/2022	08:21:01	34.9	26.2	69.6
10/11/2022	08:21:02	34.9	26.2	69.5
10/11/2022	08:21:03	34.9	26.2	69.6
10/11/2022	08:21:04	34.9	26.2	69.9
10/11/2022	08:21:05	34.9	26.2	70.1
10/11/2022	08:21:06	34.9	26.2	70.4
10/11/2022	08:21:07	34.9	26.2	70.7
10/11/2022	08:21:09	34.9	26.2	71.0
10/11/2022	08:21:10	34.9	26.2	71.2
10/11/2022	08:21:11	34.9	26.2	71.3
10/11/2022	08:21:12	34.9	26.2	71.3
10/11/2022	08:21:13	34.9	26.2	71.2
10/11/2022	08:21:14	34.9	26.2	71.1
10/11/2022	08:21:15	34.9	26.2	70.9
10/11/2022	08:21:16	34.9	26.2	70.8
10/11/2022	08:21:17	34.9	26.2	70.6
10/11/2022	08:21:18	34.9	26.2	70.5
10/11/2022	08:21:19	34.9	26.2	70.5
10/11/2022	08:21:20	34.9	26.2	70.4
10/11/2022	08:21:21	34.9	26.2	70.4
10/11/2022	08:21:23	34.9	26.2	70.4
10/11/2022	08:21:24	34.9	26.2	70.4
10/11/2022	08:21:25	34.9	26.2	70.4
10/11/2022	08:21:26	34.9	26.2	70.4
10/11/2022	08:21:27	34.9	26.2	70.4
10/11/2022	08:21:28	34.9	26.2	70.3
10/11/2022	08:21:29	34.9	26.2	70.3
10/11/2022	08:21:30	34.9	26.2	70.2
10/11/2022	08:21:31	34.9	26.2	70.1
10/11/2022	08:21:32	34.9	26.2	70.1
10/11/2022	08:21:33	34.9	26.2	70.0
10/11/2022	08:21:34	34.9	26.2	70.0
10/11/2022	08:21:36	34.9	26.2	69.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	08:21:37	34.9	26.2	69.9
10/11/2022	08:21:38	34.9	26.2	69.9
10/11/2022	08:21:39	34.9	26.2	69.9
10/11/2022	08:21:40	34.9	26.3	69.8
10/11/2022	08:21:41	34.9	26.3	69.8
10/11/2022	08:21:42	34.9	26.3	69.7
10/11/2022	08:21:43	34.9	26.3	69.9
10/11/2022	08:21:44	34.9	26.3	70.1
10/11/2022	08:21:45	34.9	26.3	70.4
10/11/2022	08:21:46	34.9	26.3	70.7
10/11/2022	08:21:47	34.9	26.3	70.8
10/11/2022	08:21:48	34.9	26.3	71.0
10/11/2022	08:21:49	34.9	26.2	71.2
10/11/2022	08:21:50	34.9	26.2	71.3
10/11/2022	08:21:52	34.9	26.2	71.2
10/11/2022	08:21:53	34.9	26.2	71.1
10/11/2022	08:21:54	34.9	26.2	70.9
10/11/2022	08:21:55	34.9	26.2	70.7
10/11/2022	08:21:56	34.9	26.2	70.6
10/11/2022	08:21:57	34.9	26.2	70.5
10/11/2022	08:21:58	34.9	26.2	70.4
10/11/2022	08:21:59	34.9	26.2	70.3
10/11/2022	08:22:00	34.9	26.3	70.2
10/11/2022	08:22:01	34.9	26.2	70.2
10/11/2022	08:22:02	34.9	26.3	70.3
10/11/2022	08:22:03	34.9	26.3	70.5
10/11/2022	08:22:04	34.9	26.3	70.5
10/11/2022	08:22:05	34.9	26.3	70.7
10/11/2022	08:22:07	34.9	26.3	70.8
10/11/2022	08:22:08	34.9	26.3	70.9
10/11/2022	08:22:09	34.9	26.3	71.0
10/11/2022	08:22:10	34.9	26.3	71.0
10/11/2022	08:22:11	34.9	26.3	70.9
10/11/2022	08:22:12	34.9	26.2	70.8
10/11/2022	08:22:13	34.9	26.3	70.6
10/11/2022	08:22:14	34.9	26.3	70.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	08:22:15	34.9	26.3	70.4
10/11/2022	08:22:16	34.9	26.3	70.3
10/11/2022	08:22:17	34.9	26.3	70.2
10/11/2022	08:22:18	34.9	26.3	70.2
10/11/2022	08:22:19	34.9	26.3	70.2
10/11/2022	08:22:21	34.9	26.3	70.1
10/11/2022	08:22:22	34.9	26.3	70.1
10/11/2022	08:22:23	35.0	26.3	70.2
10/11/2022	08:22:24	34.9	26.3	70.4
10/11/2022	08:22:25	34.9	26.3	70.6
10/11/2022	08:22:26	34.9	26.3	70.8
10/11/2022	08:22:27	34.9	26.3	70.9
10/11/2022	08:22:28	34.9	26.3	71.0
10/11/2022	08:22:29	34.9	26.3	71.1
10/11/2022	08:22:30	34.9	26.3	71.2
10/11/2022	08:22:31	34.9	26.3	71.2
10/11/2022	08:22:32	34.9	26.3	71.0
10/11/2022	08:22:33	34.8	26.3	70.8
10/11/2022	08:22:35	34.9	26.3	70.8
10/11/2022	08:22:36	34.9	26.3	70.6
10/11/2022	08:22:37	34.9	26.3	70.5
10/11/2022	08:22:38	34.9	26.3	70.4
10/11/2022	08:22:39	34.9	26.3	70.4
10/11/2022	08:22:40	34.9	26.4	70.3
10/11/2022	08:22:41	34.9	26.4	70.3
10/11/2022	08:22:42	34.9	26.4	70.3
10/11/2022	08:22:43	34.9	26.4	70.4
10/11/2022	08:22:44	34.9	26.4	70.5
10/11/2022	08:22:45	34.9	26.4	70.6
10/11/2022	08:22:46	34.9	26.4	70.6
10/11/2022	08:22:48	34.9	26.4	70.6
10/11/2022	08:22:49	34.9	26.4	70.6
10/11/2022	08:22:50	34.9	26.4	70.7
10/11/2022	08:22:51	34.9	26.3	70.7
10/11/2022	08:22:52	34.9	26.3	70.6
10/11/2022	08:22:53	34.9	26.3	70.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	08:22:54	34.9	26.3	70.5
10/11/2022	08:22:55	34.9	26.3	70.4
10/11/2022	08:22:56	34.9	26.3	70.3
10/11/2022	08:22:57	34.9	26.3	70.3
10/11/2022	08:22:58	34.9	26.4	70.2
10/11/2022	08:22:59	34.9	26.4	70.2
10/11/2022	08:23:01	34.9	26.4	70.1
10/11/2022	08:23:02	34.9	26.4	70.0
10/11/2022	08:23:03	34.9	26.4	70.1
10/11/2022	08:23:04	34.9	26.4	70.2
10/11/2022	08:23:05	34.9	26.4	70.4
10/11/2022	08:23:06	34.9	26.4	70.6
10/11/2022	08:23:07	34.9	26.4	70.7
10/11/2022	08:23:08	34.9	26.4	70.9
10/11/2022	08:23:09	34.9	26.4	71.0
10/11/2022	08:23:10	34.9	26.4	71.2
10/11/2022	08:23:11	34.9	26.4	71.2
10/11/2022	08:23:12	34.9	26.4	71.1
10/11/2022	08:23:13	34.9	26.4	70.9
10/11/2022	08:23:14	34.9	26.4	70.8
10/11/2022	08:23:16	34.9	26.4	70.7
10/11/2022	08:23:17	34.9	26.4	70.6
10/11/2022	08:23:18	34.9	26.4	70.5
10/11/2022	08:23:19	34.9	26.4	70.4
10/11/2022	08:23:20	34.9	26.4	70.3
10/11/2022	08:23:21	34.9	26.4	70.3
10/11/2022	08:23:22	34.9	26.4	70.2
10/11/2022	08:23:23	34.9	26.4	70.3
10/11/2022	08:23:24	34.9	26.4	70.3
10/11/2022	08:23:25	34.9	26.4	70.4
10/11/2022	08:23:26	34.9	26.4	70.4
10/11/2022	08:23:27	34.9	26.4	70.4
10/11/2022	08:23:28	34.9	26.4	70.4
10/11/2022	08:23:30	34.9	26.4	70.4
10/11/2022	08:23:31	34.9	26.4	70.4
10/11/2022	08:23:32	34.8	26.4	70.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	08:23:33	34.8	26.4	70.2
10/11/2022	08:23:34	34.9	26.4	70.1
10/11/2022	08:23:35	34.9	26.4	70.0
10/11/2022	08:23:36	34.9	26.4	70.0
10/11/2022	08:23:37	34.9	26.4	70.0
10/11/2022	08:23:38	34.9	26.4	69.9
10/11/2022	08:23:39	34.9	26.4	69.8
10/11/2022	08:23:40	34.9	26.4	69.7
10/11/2022	08:23:41	34.9	26.4	69.8
10/11/2022	08:23:43	34.9	26.4	69.8
10/11/2022	08:23:44	34.9	26.4	69.9
10/11/2022	08:23:45	34.9	26.4	70.1
10/11/2022	08:23:46	34.9	26.4	70.4
10/11/2022	08:23:47	34.9	26.4	70.7
10/11/2022	08:23:48	34.9	26.4	70.9
10/11/2022	08:23:49	34.9	26.4	71.2
10/11/2022	08:23:50	34.9	26.4	71.3
10/11/2022	08:23:51	34.9	26.4	71.5
10/11/2022	08:23:52	34.9	26.4	71.5
10/11/2022	08:23:53	34.8	26.4	71.3
10/11/2022	08:23:54	34.8	26.4	71.1
10/11/2022	08:23:56	34.8	26.4	71.0
10/11/2022	08:23:57	34.8	26.4	70.8
10/11/2022	08:23:58	34.8	26.4	70.6
10/11/2022	08:23:59	34.8	26.4	70.5
10/11/2022	08:24:00	34.8	26.5	70.4
10/11/2022	08:24:01	34.8	26.5	70.3
10/11/2022	08:24:02	34.8	26.5	70.3
10/11/2022	08:24:03	34.8	26.5	70.3
10/11/2022	08:24:04	34.8	26.5	70.3
10/11/2022	08:24:05	34.8	26.5	70.4
10/11/2022	08:24:06	34.8	26.5	70.4
10/11/2022	08:24:08	34.8	26.5	70.5
10/11/2022	08:24:09	34.8	26.5	70.5
10/11/2022	08:24:10	34.8	26.5	70.5
10/11/2022	08:24:11	34.8	26.4	70.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	08:24:12	34.8	26.4	70.4
10/11/2022	08:24:13	34.8	26.4	70.3
10/11/2022	08:24:14	34.8	26.4	70.3
10/11/2022	08:24:15	34.8	26.5	70.2
10/11/2022	08:24:16	34.8	26.4	70.1
10/11/2022	08:24:17	34.8	26.4	70.0
10/11/2022	08:24:18	34.8	26.5	70.0
10/11/2022	08:24:19	34.8	26.5	70.0
10/11/2022	08:24:20	34.8	26.5	70.0
10/11/2022	08:24:22	34.9	26.5	69.9
10/11/2022	08:24:23	34.9	26.5	69.9
10/11/2022	08:24:24	34.9	26.5	70.0
10/11/2022	08:24:25	34.9	26.5	70.2
10/11/2022	08:24:26	34.8	26.5	70.5
10/11/2022	08:24:27	34.9	26.5	70.7
10/11/2022	08:24:28	34.9	26.5	70.9
10/11/2022	08:24:29	34.8	26.5	71.0
10/11/2022	08:24:30	34.8	26.5	71.1
10/11/2022	08:24:31	34.8	26.5	71.2
10/11/2022	08:24:32	34.8	26.5	71.1
10/11/2022	08:24:33	34.8	26.5	71.0
10/11/2022	08:24:35	34.8	26.5	70.9
10/11/2022	08:24:36	34.8	26.5	70.7
10/11/2022	08:24:37	34.8	26.5	70.6
10/11/2022	08:24:38	34.8	26.5	70.5
10/11/2022	08:24:39	34.8	26.5	70.5
10/11/2022	08:24:40	34.8	26.5	70.5
10/11/2022	08:24:41	34.8	26.5	70.4
10/11/2022	08:24:42	34.8	26.5	70.4
10/11/2022	08:24:43	34.8	26.5	70.4
10/11/2022	08:24:44	34.8	26.5	70.5
10/11/2022	08:24:45	34.8	26.5	70.7
10/11/2022	08:24:46	34.8	26.5	70.8
10/11/2022	08:24:48	34.8	26.5	70.9
10/11/2022	08:24:49	34.8	26.5	70.9
10/11/2022	08:24:50	34.8	26.5	71.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	08:24:51	34.8	26.5	70.9
10/11/2022	08:24:52	34.8	26.5	70.9
10/11/2022	08:24:53	34.8	26.5	70.8
10/11/2022	08:24:54	34.8	26.5	70.7
10/11/2022	08:24:55	34.8	26.5	70.6
10/11/2022	08:24:56	34.8	26.5	70.5
10/11/2022	08:24:57	34.8	26.5	70.4
10/11/2022	08:24:58	34.8	26.5	70.4
10/11/2022	08:24:59	34.8	26.5	70.4
10/11/2022	08:25:00	34.8	26.5	70.3
10/11/2022	08:25:02	34.8	26.6	70.3
10/11/2022	08:25:03	34.8	26.6	70.3
10/11/2022	08:25:04	34.8	26.6	70.4
10/11/2022	08:25:05	34.8	26.6	70.5
10/11/2022	08:25:06	34.8	26.6	70.7
10/11/2022	08:25:07	34.8	26.6	70.8
10/11/2022	08:25:08	34.8	26.6	70.8
10/11/2022	08:25:09	34.8	26.6	70.9
10/11/2022	08:25:10	34.8	26.6	71.0
10/11/2022	08:25:11	34.8	26.6	71.0
10/11/2022	08:25:12	34.8	26.6	71.0
10/11/2022	08:25:13	34.8	26.5	70.9
10/11/2022	08:25:14	34.8	26.5	70.8
10/11/2022	08:25:15	34.7	26.6	70.7
10/11/2022	08:25:17	34.7	26.6	70.6
10/11/2022	08:25:18	34.7	26.6	70.6
10/11/2022	08:25:19	34.8	26.6	70.5
10/11/2022	08:25:20	34.8	26.6	70.5
10/11/2022	08:25:21	34.8	26.6	70.4
10/11/2022	08:25:22	34.8	26.6	70.4
10/11/2022	08:25:23	34.8	26.6	70.4
10/11/2022	08:25:24	34.8	26.6	70.5
10/11/2022	08:25:25	34.8	26.6	70.6
10/11/2022	08:25:26	34.8	26.6	70.7
10/11/2022	08:25:27	34.8	26.6	70.7
10/11/2022	08:25:28	34.8	26.6	70.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	08:25:29	34.8	26.6	70.7
10/11/2022	08:25:31	34.8	26.6	70.8
10/11/2022	08:25:32	34.7	26.6	70.7
10/11/2022	08:25:33	34.7	26.6	70.7
10/11/2022	08:25:34	34.7	26.6	70.6
10/11/2022	08:25:35	34.7	26.6	70.6
10/11/2022	08:25:36	34.7	26.6	70.5
10/11/2022	08:25:37	34.7	26.6	70.5
10/11/2022	08:25:38	34.7	26.6	70.5
10/11/2022	08:25:39	34.7	26.6	70.4
10/11/2022	08:25:40	34.8	26.6	70.2
10/11/2022	08:25:41	34.8	26.6	70.2
10/11/2022	08:25:42	34.8	26.6	70.2
10/11/2022	08:25:44	34.8	26.6	70.2
10/11/2022	08:25:45	34.8	26.6	70.2
10/11/2022	08:25:46	34.8	26.6	70.3
10/11/2022	08:25:47	34.8	26.6	70.4
10/11/2022	08:25:48	34.8	26.6	70.5
10/11/2022	08:25:49	34.8	26.6	70.6
10/11/2022	08:25:50	34.8	26.6	70.7
10/11/2022	08:25:51	34.7	26.6	70.6
10/11/2022	08:25:52	34.7	26.6	70.6
10/11/2022	08:25:53	34.7	26.6	70.5
10/11/2022	08:25:54	34.7	26.6	70.5
10/11/2022	08:25:55	34.7	26.6	70.4
10/11/2022	08:25:56	34.7	26.6	70.3
10/11/2022	08:25:58	34.7	26.6	70.3
10/11/2022	08:25:59	34.7	26.6	70.2
10/11/2022	08:26:00	34.7	26.6	70.2
10/11/2022	08:26:01	34.8	26.6	70.1
10/11/2022	08:26:02	34.8	26.6	70.1
10/11/2022	08:26:03	34.8	26.6	70.1
10/11/2022	08:26:04	34.8	26.6	70.1
10/11/2022	08:26:05	34.8	26.6	70.3
10/11/2022	08:26:06	34.8	26.6	70.5
10/11/2022	08:26:07	34.8	26.6	70.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	08:26:08	34.8	26.6	70.8
10/11/2022	08:26:09	34.8	26.6	71.0
10/11/2022	08:26:10	34.8	26.6	71.0
10/11/2022	08:26:12	34.8	26.6	71.0
10/11/2022	08:26:13	34.8	26.6	70.9
10/11/2022	08:26:14	34.8	26.6	70.8
10/11/2022	08:26:15	34.8	26.6	70.7
10/11/2022	08:26:16	34.8	26.7	70.6
10/11/2022	08:26:17	34.8	26.7	70.5
10/11/2022	08:26:18	34.8	26.7	70.4
10/11/2022	08:26:19	34.8	26.7	70.4
10/11/2022	08:26:20	34.8	26.7	70.3
10/11/2022	08:26:21	34.8	26.7	70.3
10/11/2022	08:26:22	34.8	26.7	70.3
10/11/2022	08:26:24	34.8	26.7	70.3
10/11/2022	08:26:25	34.8	26.7	70.4
10/11/2022	08:26:26	34.8	26.7	70.6
10/11/2022	08:26:27	34.8	26.7	70.8
10/11/2022	08:26:28	34.8	26.7	70.9
10/11/2022	08:26:29	34.8	26.7	71.0
10/11/2022	08:26:30	34.8	26.7	71.1
10/11/2022	08:26:31	34.8	26.6	71.1
10/11/2022	08:26:32	34.8	26.6	71.0
10/11/2022	08:26:33	34.8	26.6	70.9
10/11/2022	08:26:34	34.8	26.6	70.8
10/11/2022	08:26:35	34.8	26.6	70.6
10/11/2022	08:26:36	34.8	26.6	70.5
10/11/2022	08:26:38	34.8	26.6	70.4
10/11/2022	08:26:39	34.8	26.7	70.4
10/11/2022	08:26:40	34.8	26.7	70.4
10/11/2022	08:26:41	34.8	26.7	70.3
10/11/2022	08:26:42	34.8	26.7	70.3
10/11/2022	08:26:43	34.8	26.7	70.3
10/11/2022	08:26:44	34.8	26.7	70.4
10/11/2022	08:26:45	34.8	26.7	70.6
10/11/2022	08:26:46	34.8	26.7	70.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	08:26:47	34.8	26.7	70.8
10/11/2022	08:26:48	34.8	26.7	70.9
10/11/2022	08:26:49	34.8	26.7	71.0
10/11/2022	08:26:51	34.8	26.7	71.1
10/11/2022	08:26:52	34.8	26.7	71.1
10/11/2022	08:26:53	34.8	26.7	71.1
10/11/2022	08:26:54	34.8	26.7	70.9
10/11/2022	08:26:55	34.8	26.7	70.9
10/11/2022	08:26:56	34.8	26.7	70.7
10/11/2022	08:26:57	34.8	26.7	70.6
10/11/2022	08:26:58	34.8	26.7	70.6
10/11/2022	08:26:59	34.8	26.7	70.5
10/11/2022	08:27:00	34.8	26.7	70.4
10/11/2022	08:27:01	34.8	26.7	70.4
10/11/2022	08:27:02	34.8	26.7	70.3
10/11/2022	08:27:04	34.8	26.7	70.4
10/11/2022	08:27:05	34.8	26.7	70.5
10/11/2022	08:27:06	34.8	26.7	70.7
10/11/2022	08:27:07	34.8	26.7	70.8
10/11/2022	08:27:08	34.8	26.7	70.9
10/11/2022	08:27:09	34.8	26.7	70.9
10/11/2022	08:27:10	34.8	26.7	71.0
10/11/2022	08:27:11	34.8	26.7	71.0
10/11/2022	08:27:12	34.8	26.7	71.0
10/11/2022	08:27:13	34.8	26.7	70.9
10/11/2022	08:27:14	34.8	26.7	70.8
10/11/2022	08:27:15	34.8	26.7	70.7
10/11/2022	08:27:16	34.8	26.7	70.6
10/11/2022	08:27:18	34.8	26.7	70.6
10/11/2022	08:27:19	34.8	26.7	70.5
10/11/2022	08:27:20	34.8	26.7	70.4
10/11/2022	08:27:21	34.9	26.7	70.4
10/11/2022	08:27:22	34.9	26.8	70.4
10/11/2022	08:27:23	34.9	26.8	70.4
10/11/2022	08:27:24	34.9	26.8	70.5
10/11/2022	08:27:25	34.9	26.8	70.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	08:27:26	34.9	26.8	70.7
10/11/2022	08:27:27	34.9	26.8	70.8
10/11/2022	08:27:28	34.9	26.8	70.9
10/11/2022	08:27:29	34.9	26.8	71.0
10/11/2022	08:27:31	34.9	26.8	71.1
10/11/2022	08:27:32	34.9	26.8	71.1
10/11/2022	08:27:33	34.9	26.8	70.9
10/11/2022	08:27:34	34.9	26.7	70.8
10/11/2022	08:27:35	34.9	26.7	70.7
10/11/2022	08:27:36	34.9	26.7	70.6
10/11/2022	08:27:37	34.9	26.8	70.5
10/11/2022	08:27:38	34.9	26.7	70.4
10/11/2022	08:27:39	34.9	26.8	70.4
10/11/2022	08:27:40	34.9	26.7	70.4
10/11/2022	08:27:41	34.9	26.8	70.4
10/11/2022	08:27:42	34.9	26.8	70.3
10/11/2022	08:27:43	34.9	26.8	70.4
10/11/2022	08:27:45	34.9	26.8	70.4
10/11/2022	08:27:46	34.9	26.7	70.5
10/11/2022	08:27:47	34.9	26.7	70.7
10/11/2022	08:27:48	34.9	26.7	70.8
10/11/2022	08:27:49	34.9	26.7	70.9
10/11/2022	08:27:50	34.9	26.7	70.9
10/11/2022	08:27:51	34.9	26.7	70.9
10/11/2022	08:27:52	34.9	26.7	70.9
10/11/2022	08:27:53	34.9	26.7	70.8
10/11/2022	08:27:54	34.9	26.7	70.7
10/11/2022	08:27:55	34.9	26.7	70.5
10/11/2022	08:27:56	34.9	26.7	70.4
10/11/2022	08:27:57	34.9	26.7	70.3
10/11/2022	08:27:58	34.9	26.7	70.3
10/11/2022	08:28:00	34.9	26.7	70.2
10/11/2022	08:28:01	34.9	26.7	70.2
10/11/2022	08:28:02	34.9	26.7	70.1
10/11/2022	08:28:03	34.9	26.7	70.1
10/11/2022	08:28:04	34.9	26.7	70.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	08:28:05	34.9	26.7	70.3
10/11/2022	08:28:06	34.9	26.7	70.5
10/11/2022	08:28:07	34.9	26.7	70.6
10/11/2022	08:28:08	34.9	26.7	70.8
10/11/2022	08:28:09	34.9	26.7	70.9
10/11/2022	08:28:10	34.9	26.7	71.0
10/11/2022	08:28:12	34.9	26.7	70.9
10/11/2022	08:28:13	34.9	26.7	70.9
10/11/2022	08:28:14	34.9	26.7	70.8
10/11/2022	08:28:15	34.9	26.7	70.7
10/11/2022	08:28:16	34.9	26.7	70.6
10/11/2022	08:28:17	34.9	26.7	70.5
10/11/2022	08:28:18	34.9	26.7	70.3
10/11/2022	08:28:19	34.9	26.7	70.3
10/11/2022	08:28:20	34.9	26.8	70.3
10/11/2022	08:28:21	35.0	26.8	70.3
10/11/2022	08:28:22	35.0	26.8	70.2
10/11/2022	08:28:23	35.0	26.8	70.2
10/11/2022	08:28:25	35.0	26.8	70.2
10/11/2022	08:28:26	35.0	26.8	70.4
10/11/2022	08:28:27	35.0	26.8	70.6
10/11/2022	08:28:28	35.0	26.8	70.6
10/11/2022	08:28:29	35.0	26.8	70.7
10/11/2022	08:28:30	35.0	26.8	70.7
10/11/2022	08:28:31	35.0	26.8	70.8
10/11/2022	08:28:32	35.0	26.8	70.8
10/11/2022	08:28:33	35.0	26.8	70.7
10/11/2022	08:28:34	35.0	26.8	70.5
10/11/2022	08:28:35	35.0	26.8	70.4
10/11/2022	08:28:36	35.0	26.8	70.3
10/11/2022	08:28:38	35.0	26.8	70.2
10/11/2022	08:28:39	35.0	26.8	70.2
10/11/2022	08:28:40	35.0	26.8	70.1
10/11/2022	08:28:41	35.0	26.8	70.0
10/11/2022	08:28:42	35.0	26.8	70.0
10/11/2022	08:28:43	35.0	26.8	70.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	08:28:44	35.0	26.8	70.1
10/11/2022	08:28:45	35.0	26.8	70.2
10/11/2022	08:28:46	35.0	26.8	70.4
10/11/2022	08:28:47	35.0	26.8	70.6
10/11/2022	08:28:48	35.0	26.8	70.8
10/11/2022	08:28:49	35.0	26.8	70.9
10/11/2022	08:28:51	35.0	26.8	71.0
10/11/2022	08:28:52	35.0	26.8	71.0
10/11/2022	08:28:53	35.0	26.8	71.0
10/11/2022	08:28:54	35.0	26.8	70.9
10/11/2022	08:28:55	35.0	26.8	70.8
10/11/2022	08:28:56	35.0	26.8	70.6
10/11/2022	08:28:57	34.9	26.8	70.5
10/11/2022	08:28:58	34.9	26.8	70.4
10/11/2022	08:28:59	35.0	26.9	70.4
10/11/2022	08:29:00	35.0	26.9	70.3
10/11/2022	08:29:01	35.0	26.9	70.3
10/11/2022	08:29:02	35.0	26.9	70.3
10/11/2022	08:29:04	35.0	26.9	70.3
10/11/2022	08:29:05	35.0	26.9	70.4
10/11/2022	08:29:06	35.0	26.9	70.6
10/11/2022	08:29:07	35.0	26.9	70.8
10/11/2022	08:29:08	35.0	26.9	70.9
10/11/2022	08:29:09	35.0	26.9	70.9
10/11/2022	08:29:10	35.0	26.9	71.0
10/11/2022	08:29:11	35.0	26.9	71.1
10/11/2022	08:29:12	35.0	26.9	71.1
10/11/2022	08:29:13	35.0	26.9	71.0
10/11/2022	08:29:14	35.0	26.9	70.9
10/11/2022	08:29:15	35.0	26.9	70.7
10/11/2022	08:29:17	35.0	26.9	70.6
10/11/2022	08:29:18	35.0	26.9	70.6
10/11/2022	08:29:19	35.0	26.9	70.5
10/11/2022	08:29:20	35.0	26.9	70.4
10/11/2022	08:29:21	35.0	26.9	70.3
10/11/2022	08:29:22	35.0	26.9	70.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35^aC-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	08:29:23	35.0	26.9	70.2
10/11/2022	08:29:24	35.0	26.9	70.2
10/11/2022	08:29:25	35.0	26.9	70.3
10/11/2022	08:29:26	35.0	26.9	70.5
10/11/2022	08:29:27	35.0	26.9	70.6
10/11/2022	08:29:28	35.0	26.9	70.7
10/11/2022	08:29:29	35.0	26.9	70.9
10/11/2022	08:29:31	35.0	26.9	70.9
10/11/2022	08:29:32	35.0	26.9	70.9
10/11/2022	08:29:33	35.0	26.9	70.9
10/11/2022	08:29:34	35.0	26.9	70.9
10/11/2022	08:29:35	35.0	26.9	70.8
10/11/2022	08:29:36	35.0	26.9	70.7
10/11/2022	08:29:37	35.0	26.9	70.6
10/11/2022	08:29:38	35.0	26.9	70.5
10/11/2022	08:29:39	35.0	26.9	70.4
10/11/2022	08:29:40	35.0	26.9	70.4
10/11/2022	08:29:41	35.0	26.9	70.4
10/11/2022	08:29:42	35.0	26.9	70.3
10/11/2022	08:29:44	35.0	26.9	70.3
10/11/2022	08:29:45	35.0	26.9	70.4
10/11/2022	08:29:46	35.0	26.9	70.5
10/11/2022	08:29:47	35.0	26.9	70.7
10/11/2022	08:29:48	35.0	26.9	70.8
10/11/2022	08:29:49	35.0	26.9	70.8
10/11/2022	08:29:50	35.0	26.9	70.9
10/11/2022	08:29:51	35.0	26.9	71.0
10/11/2022	08:29:52	35.0	26.9	71.0
10/11/2022	08:29:53	35.0	26.9	70.9
10/11/2022	08:29:54	34.9	26.9	70.8
10/11/2022	08:29:55	34.9	26.9	70.7
10/11/2022	08:29:57	34.9	26.9	70.5
10/11/2022	08:29:58	35.0	26.9	70.4
10/11/2022	08:29:59	35.0	26.9	70.4
10/11/2022	08:30:00	35.0	26.9	70.3
10/11/2022	08:30:01	35.0	26.9	70.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35^aC-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	08:30:02	35.0	26.9	70.2
10/11/2022	08:30:03	35.0	26.9	70.2
10/11/2022	08:30:04	35.0	26.9	70.3
10/11/2022	08:30:05	35.0	26.9	70.5
10/11/2022	08:30:06	35.0	26.9	70.7
10/11/2022	08:30:07	35.0	26.9	70.8
10/11/2022	08:30:08	35.0	26.9	70.9
10/11/2022	08:30:09	35.0	26.9	71.0
10/11/2022	08:30:11	35.0	26.9	71.1
10/11/2022	08:30:12	34.9	26.9	71.1
10/11/2022	08:30:13	34.9	26.9	71.0
10/11/2022	08:30:14	34.9	26.9	70.9
10/11/2022	08:30:15	34.9	26.9	70.7
10/11/2022	08:30:16	34.9	26.9	70.6
10/11/2022	08:30:17	34.9	26.9	70.6
10/11/2022	08:30:18	34.9	26.9	70.5
10/11/2022	08:30:19	34.9	26.9	70.4
10/11/2022	08:30:20	34.9	26.9	70.4
10/11/2022	08:30:21	34.9	26.9	70.4
10/11/2022	08:30:22	35.0	26.9	70.3
10/11/2022	08:30:24	35.0	26.9	70.3
10/11/2022	08:30:25	34.9	26.9	70.3
10/11/2022	08:30:26	35.0	26.9	70.3
10/11/2022	08:30:27	35.0	26.9	70.3
10/11/2022	08:30:28	35.0	26.9	70.4
10/11/2022	08:30:29	35.0	26.9	70.5
10/11/2022	08:30:30	35.0	26.9	70.5
10/11/2022	08:30:31	35.0	26.9	70.5
10/11/2022	08:30:32	34.9	26.9	70.6
10/11/2022	08:30:33	34.9	26.9	70.6
10/11/2022	08:30:34	34.9	26.9	70.5
10/11/2022	08:30:36	34.9	26.9	70.4
10/11/2022	08:30:37	34.9	26.9	70.3
10/11/2022	08:30:38	34.9	26.9	70.2
10/11/2022	08:30:39	34.9	26.9	70.2
10/11/2022	08:30:40	35.0	27.0	70.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	08:30:41	35.0	27.0	70.1
10/11/2022	08:30:42	35.0	27.0	70.0
10/11/2022	08:30:43	35.0	27.0	69.9
10/11/2022	08:30:44	35.0	27.0	70.0
10/11/2022	08:30:45	35.0	27.0	70.2
10/11/2022	08:30:46	35.0	27.0	70.4
10/11/2022	08:30:48	35.0	27.0	70.6
10/11/2022	08:30:49	35.0	27.0	70.7
10/11/2022	08:30:50	35.0	27.0	70.8
10/11/2022	08:30:51	35.0	27.0	70.9
10/11/2022	08:30:52	34.9	27.0	71.0
10/11/2022	08:30:53	34.9	27.0	71.0
10/11/2022	08:30:54	34.9	27.0	70.8
10/11/2022	08:30:55	34.9	27.0	70.7
10/11/2022	08:30:56	34.9	27.0	70.6
10/11/2022	08:30:57	34.9	27.0	70.4
10/11/2022	08:30:58	34.9	27.0	70.3
10/11/2022	08:30:59	34.9	27.0	70.3
10/11/2022	08:31:00	34.9	27.0	70.2
10/11/2022	08:31:02	34.9	27.0	70.2
10/11/2022	08:31:03	34.9	27.0	70.1
10/11/2022	08:31:04	34.9	27.0	70.1
10/11/2022	08:31:05	34.9	27.0	70.2
10/11/2022	08:31:06	34.9	27.0	70.4
10/11/2022	08:31:07	34.9	27.0	70.6
10/11/2022	08:31:08	34.9	27.0	70.7
10/11/2022	08:31:09	34.9	27.0	70.8
10/11/2022	08:31:10	35.0	27.0	71.0
10/11/2022	08:31:11	35.0	27.0	71.1
10/11/2022	08:31:12	34.9	27.0	71.0
10/11/2022	08:31:13	34.9	27.0	71.0
10/11/2022	08:31:14	34.9	27.0	70.8
10/11/2022	08:31:16	34.9	27.0	70.7
10/11/2022	08:31:17	34.9	27.0	70.6
10/11/2022	08:31:18	34.9	27.0	70.5
10/11/2022	08:31:19	34.9	27.0	70.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	08:31:20	34.9	27.0	70.4
10/11/2022	08:31:21	34.9	27.0	70.4
10/11/2022	08:31:22	34.9	27.0	70.3
10/11/2022	08:31:23	34.9	27.0	70.3
10/11/2022	08:31:24	34.9	27.0	70.4
10/11/2022	08:31:25	34.9	27.0	70.5
10/11/2022	08:31:26	34.9	27.0	70.6
10/11/2022	08:31:27	34.9	27.0	70.8
10/11/2022	08:31:29	34.9	27.0	70.9
10/11/2022	08:31:30	34.9	27.0	71.0
10/11/2022	08:31:31	34.9	27.0	71.1
10/11/2022	08:31:32	34.9	27.0	71.2
10/11/2022	08:31:33	34.9	27.0	71.1
10/11/2022	08:31:34	34.9	27.0	71.0
10/11/2022	08:31:35	34.9	27.0	70.9
10/11/2022	08:31:36	34.9	27.0	70.8
10/11/2022	08:31:37	34.9	27.0	70.7
10/11/2022	08:31:38	34.9	27.0	70.6
10/11/2022	08:31:39	34.9	27.0	70.5
10/11/2022	08:31:40	34.9	27.0	70.4
10/11/2022	08:31:41	34.9	27.0	70.4
10/11/2022	08:31:43	34.9	27.0	70.4
10/11/2022	08:31:44	34.9	27.1	70.4
10/11/2022	08:31:45	34.9	27.0	70.4
10/11/2022	08:31:46	34.9	27.1	70.5
10/11/2022	08:31:47	34.9	27.1	70.7
10/11/2022	08:31:48	34.9	27.1	70.9
10/11/2022	08:31:49	34.9	27.1	71.0
10/11/2022	08:31:50	34.9	27.1	71.1
10/11/2022	08:31:51	34.9	27.1	71.2
10/11/2022	08:31:52	34.9	27.1	71.2
10/11/2022	08:31:54	34.9	27.0	71.2
10/11/2022	08:31:55	34.9	27.0	71.0
10/11/2022	08:31:56	34.9	27.0	70.8
10/11/2022	08:31:57	34.9	27.0	70.8
10/11/2022	08:31:58	34.9	27.0	70.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	08:31:59	34.9	27.0	70.6
10/11/2022	08:32:00	34.9	27.1	70.5
10/11/2022	08:32:01	34.9	27.1	70.5
10/11/2022	08:32:02	34.9	27.1	70.4
10/11/2022	08:32:03	34.9	27.1	70.4
10/11/2022	08:32:04	34.9	27.1	70.4
10/11/2022	08:32:05	34.9	27.1	70.4
10/11/2022	08:32:07	34.9	27.1	70.5
10/11/2022	08:32:08	34.9	27.1	70.6
10/11/2022	08:32:09	34.9	27.1	70.7
10/11/2022	08:32:10	34.9	27.1	70.8
10/11/2022	08:32:11	34.9	27.1	70.8
10/11/2022	08:32:12	34.9	27.1	70.8
10/11/2022	08:32:13	34.9	27.1	70.8
10/11/2022	08:32:14	34.9	27.1	70.7
10/11/2022	08:32:15	34.9	27.1	70.6
10/11/2022	08:32:16	34.9	27.1	70.5
10/11/2022	08:32:17	34.9	27.0	70.5
10/11/2022	08:32:18	34.9	27.0	70.4
10/11/2022	08:32:20	34.9	27.0	70.3
10/11/2022	08:32:21	34.9	27.1	70.2
10/11/2022	08:32:22	34.9	27.1	70.2
10/11/2022	08:32:23	34.9	27.1	70.3
10/11/2022	08:32:24	34.9	27.1	70.2
10/11/2022	08:32:25	34.9	27.1	70.2
10/11/2022	08:32:26	34.9	27.1	70.4
10/11/2022	08:32:27	34.9	27.1	70.6
10/11/2022	08:32:28	34.9	27.1	70.7
10/11/2022	08:32:29	34.9	27.1	70.8
10/11/2022	08:32:30	34.9	27.1	70.9
10/11/2022	08:32:31	34.9	27.1	71.0
10/11/2022	08:32:33	34.9	27.1	71.1
10/11/2022	08:32:34	34.9	27.1	71.2
10/11/2022	08:32:35	34.9	27.1	71.0
10/11/2022	08:32:36	34.9	27.0	70.8
10/11/2022	08:32:37	34.9	27.0	70.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	08:32:38	34.9	27.1	70.6
10/11/2022	08:32:39	34.8	27.1	70.5
10/11/2022	08:32:40	34.9	27.1	70.4
10/11/2022	08:32:41	34.9	27.1	70.4
10/11/2022	08:32:42	34.9	27.1	70.3
10/11/2022	08:32:43	34.9	27.1	70.2
10/11/2022	08:32:44	34.9	27.1	70.3
10/11/2022	08:32:46	34.9	27.1	70.4
10/11/2022	08:32:47	34.9	27.1	70.4
10/11/2022	08:32:48	34.9	27.1	70.5
10/11/2022	08:32:49	34.9	27.1	70.5
10/11/2022	08:32:50	34.9	27.1	70.5
10/11/2022	08:32:51	34.9	27.1	70.5
10/11/2022	08:32:52	34.9	27.1	70.5
10/11/2022	08:32:53	34.9	27.1	70.5
10/11/2022	08:32:54	34.9	27.1	70.4
10/11/2022	08:32:55	34.9	27.1	70.3
10/11/2022	08:32:56	34.9	27.1	70.3
10/11/2022	08:32:57	34.9	27.1	70.2
10/11/2022	08:32:59	34.9	27.1	70.2
10/11/2022	08:33:00	34.9	27.1	70.1
10/11/2022	08:33:01	34.9	27.1	70.1
10/11/2022	08:33:02	34.9	27.1	70.0
10/11/2022	08:33:03	34.9	27.2	69.9
10/11/2022	08:33:04	34.9	27.2	70.0
10/11/2022	08:33:05	34.9	27.2	70.0
10/11/2022	08:33:06	34.9	27.1	70.2
10/11/2022	08:33:07	34.9	27.2	70.4
10/11/2022	08:33:08	34.9	27.2	70.6
10/11/2022	08:33:09	34.9	27.2	70.7
10/11/2022	08:33:10	34.9	27.2	70.9
10/11/2022	08:33:11	34.9	27.2	71.0
10/11/2022	08:33:12	34.9	27.2	71.1
10/11/2022	08:33:14	34.9	27.1	71.2
10/11/2022	08:33:15	34.9	27.1	71.1
10/11/2022	08:33:16	34.8	27.1	71.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	08:33:17	34.8	27.1	70.8
10/11/2022	08:33:18	34.8	27.1	70.7
10/11/2022	08:33:19	34.8	27.1	70.6
10/11/2022	08:33:20	34.8	27.1	70.5
10/11/2022	08:33:21	34.8	27.2	70.4
10/11/2022	08:33:22	34.8	27.2	70.4
10/11/2022	08:33:23	34.9	27.2	70.3
10/11/2022	08:33:24	34.9	27.2	70.3
10/11/2022	08:33:25	34.9	27.2	70.4
10/11/2022	08:33:27	34.9	27.2	70.5
10/11/2022	08:33:28	34.9	27.2	70.6
10/11/2022	08:33:29	34.9	27.2	70.7
10/11/2022	08:33:30	34.9	27.2	70.7
10/11/2022	08:33:31	34.9	27.2	70.7
10/11/2022	08:33:32	34.9	27.2	70.8
10/11/2022	08:33:33	34.9	27.2	70.8
10/11/2022	08:33:34	34.9	27.2	70.7
10/11/2022	08:33:35	34.8	27.2	70.6
10/11/2022	08:33:36	34.8	27.2	70.5
10/11/2022	08:33:37	34.8	27.2	70.5
10/11/2022	08:33:39	34.8	27.2	70.4
10/11/2022	08:33:40	34.8	27.2	70.4
10/11/2022	08:33:41	34.8	27.2	70.3
10/11/2022	08:33:42	34.9	27.2	70.3
10/11/2022	08:33:43	34.9	27.2	70.2
10/11/2022	08:33:44	34.9	27.2	70.1
10/11/2022	08:33:45	34.9	27.2	70.2
10/11/2022	08:33:46	34.9	27.2	70.3
10/11/2022	08:33:47	34.9	27.2	70.5
10/11/2022	08:33:48	34.9	27.2	70.6
10/11/2022	08:33:49	34.9	27.2	70.7
10/11/2022	08:33:50	34.9	27.2	70.8
10/11/2022	08:33:52	34.9	27.2	71.0
10/11/2022	08:33:53	34.9	27.2	71.0
10/11/2022	08:33:54	34.8	27.2	71.0
10/11/2022	08:33:55	34.8	27.2	70.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	08:33:56	34.8	27.2	70.7
10/11/2022	08:33:57	34.8	27.2	70.6
10/11/2022	08:33:58	34.8	27.2	70.5
10/11/2022	08:33:59	34.8	27.2	70.4
10/11/2022	08:34:00	34.8	27.2	70.3
10/11/2022	08:34:01	34.8	27.2	70.3
10/11/2022	08:34:02	34.8	27.2	70.2
10/11/2022	08:34:03	34.8	27.2	70.2
10/11/2022	08:34:05	34.8	27.2	70.3
10/11/2022	08:34:06	34.8	27.2	70.4
10/11/2022	08:34:07	34.8	27.2	70.5
10/11/2022	08:34:08	34.8	27.2	70.7
10/11/2022	08:34:09	34.8	27.2	70.8
10/11/2022	08:34:10	34.8	27.2	71.0
10/11/2022	08:34:11	34.8	27.2	71.1
10/11/2022	08:34:12	34.8	27.2	71.2
10/11/2022	08:34:13	34.8	27.2	71.2
10/11/2022	08:34:14	34.8	27.2	71.2
10/11/2022	08:34:15	34.8	27.2	71.1
10/11/2022	08:34:16	34.8	27.2	70.9
10/11/2022	08:34:18	34.8	27.2	70.7
10/11/2022	08:34:19	34.8	27.2	70.6
10/11/2022	08:34:20	34.8	27.2	70.6
10/11/2022	08:34:21	34.8	27.2	70.5
10/11/2022	08:34:22	34.8	27.2	70.4
10/11/2022	08:34:23	34.8	27.2	70.4
10/11/2022	08:34:24	34.8	27.2	70.3
10/11/2022	08:34:25	34.8	27.2	70.4
10/11/2022	08:34:26	34.8	27.2	70.5
10/11/2022	08:34:27	34.8	27.2	70.6
10/11/2022	08:34:28	34.8	27.3	70.7
10/11/2022	08:34:29	34.8	27.2	70.8
10/11/2022	08:34:31	34.8	27.2	70.8
10/11/2022	08:34:32	34.8	27.2	70.9
10/11/2022	08:34:33	34.8	27.2	70.9
10/11/2022	08:34:34	34.8	27.2	70.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35^aC-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	08:34:35	34.8	27.2	70.7
10/11/2022	08:34:36	34.8	27.2	70.7
10/11/2022	08:34:37	34.8	27.2	70.6
10/11/2022	08:34:38	34.8	27.2	70.5
10/11/2022	08:34:39	34.8	27.2	70.5
10/11/2022	08:34:40	34.8	27.2	70.4
10/11/2022	08:34:41	34.8	27.2	70.3
10/11/2022	08:34:43	34.8	27.2	70.2
10/11/2022	08:34:44	34.8	27.2	70.2
10/11/2022	08:34:45	34.8	27.2	70.2
10/11/2022	08:34:46	34.8	27.2	70.3
10/11/2022	08:34:47	34.8	27.2	70.4
10/11/2022	08:34:48	34.9	27.2	70.6
10/11/2022	08:34:49	34.9	27.2	70.7
10/11/2022	08:34:50	34.8	27.2	70.9
10/11/2022	08:34:51	34.9	27.2	71.0
10/11/2022	08:34:52	34.9	27.2	71.0
10/11/2022	08:34:53	34.8	27.2	71.1
10/11/2022	08:34:54	34.8	27.2	71.1
10/11/2022	08:34:55	34.8	27.2	70.9
10/11/2022	08:34:57	34.8	27.2	70.8
10/11/2022	08:34:58	34.8	27.2	70.7
10/11/2022	08:34:59	34.8	27.2	70.6
10/11/2022	08:35:00	34.8	27.2	70.5
10/11/2022	08:35:01	34.8	27.2	70.5
10/11/2022	08:35:02	34.8	27.2	70.4
10/11/2022	08:35:03	34.8	27.2	70.4
10/11/2022	08:35:04	34.8	27.2	70.3
10/11/2022	08:35:05	34.8	27.2	70.3
10/11/2022	08:35:06	34.8	27.2	70.3
10/11/2022	08:35:07	34.8	27.2	70.4
10/11/2022	08:35:09	34.8	27.2	70.5
10/11/2022	08:35:10	34.8	27.2	70.5
10/11/2022	08:35:11	34.8	27.2	70.5
10/11/2022	08:35:12	34.8	27.2	70.5
10/11/2022	08:35:13	34.8	27.2	70.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	08:35:14	34.8	27.2	70.5
10/11/2022	08:35:15	34.8	27.2	70.4
10/11/2022	08:35:16	34.8	27.2	70.3
10/11/2022	08:35:17	34.8	27.2	70.1
10/11/2022	08:35:18	34.8	27.2	70.1
10/11/2022	08:35:19	34.8	27.2	70.0
10/11/2022	08:35:20	34.8	27.2	70.0
10/11/2022	08:35:22	34.8	27.2	70.0
10/11/2022	08:35:23	34.8	27.3	70.0
10/11/2022	08:35:24	34.8	27.3	69.9
10/11/2022	08:35:25	34.8	27.3	70.0
10/11/2022	08:35:26	34.8	27.3	70.1
10/11/2022	08:35:27	34.8	27.3	70.3
10/11/2022	08:35:28	34.8	27.3	70.5
10/11/2022	08:35:29	34.8	27.3	70.7
10/11/2022	08:35:30	34.8	27.3	70.9
10/11/2022	08:35:31	34.8	27.3	71.1
10/11/2022	08:35:32	34.8	27.3	71.3
10/11/2022	08:35:33	34.8	27.3	71.4
10/11/2022	08:35:35	34.8	27.3	71.4
10/11/2022	08:35:36	34.8	27.3	71.3
10/11/2022	08:35:37	34.8	27.3	71.1
10/11/2022	08:35:38	34.8	27.3	71.0
10/11/2022	08:35:39	34.8	27.3	70.9
10/11/2022	08:35:40	34.8	27.3	70.8
10/11/2022	08:35:41	34.8	27.3	70.7
10/11/2022	08:35:42	34.8	27.3	70.7
10/11/2022	08:35:43	34.8	27.3	70.6
10/11/2022	08:35:44	34.8	27.3	70.5
10/11/2022	08:35:45	34.8	27.3	70.5
10/11/2022	08:35:46	34.8	27.3	70.6
10/11/2022	08:35:48	34.8	27.3	70.7
10/11/2022	08:35:49	34.8	27.3	70.7
10/11/2022	08:35:50	34.8	27.3	70.7
10/11/2022	08:35:51	34.8	27.3	70.7
10/11/2022	08:35:52	34.8	27.3	70.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	08:35:53	34.8	27.3	70.7
10/11/2022	08:35:54	34.8	27.3	70.6
10/11/2022	08:35:55	34.8	27.3	70.6
10/11/2022	08:35:56	34.8	27.3	70.5
10/11/2022	08:35:57	34.8	27.3	70.4
10/11/2022	08:35:58	34.8	27.3	70.4
10/11/2022	08:36:00	34.8	27.3	70.4
10/11/2022	08:36:01	34.8	27.3	70.3
10/11/2022	08:36:02	34.8	27.3	70.3
10/11/2022	08:36:03	34.8	27.3	70.2
10/11/2022	08:36:04	34.8	27.3	70.1
10/11/2022	08:36:05	34.8	27.3	70.1
10/11/2022	08:36:06	34.8	27.3	70.2
10/11/2022	08:36:07	34.8	27.3	70.4
10/11/2022	08:36:08	34.8	27.3	70.5
10/11/2022	08:36:09	34.8	27.3	70.7
10/11/2022	08:36:10	34.8	27.3	70.8
10/11/2022	08:36:11	34.8	27.3	70.9
10/11/2022	08:36:12	34.8	27.3	71.0
10/11/2022	08:36:14	34.8	27.3	71.1
10/11/2022	08:36:15	34.8	27.3	71.1
10/11/2022	08:36:16	34.8	27.3	71.0
10/11/2022	08:36:17	34.8	27.3	70.8
10/11/2022	08:36:18	34.8	27.3	70.6
10/11/2022	08:36:19	34.8	27.3	70.5
10/11/2022	08:36:20	34.8	27.3	70.5
10/11/2022	08:36:21	34.8	27.3	70.4
10/11/2022	08:36:22	34.8	27.3	70.3
10/11/2022	08:36:23	34.8	27.3	70.3
10/11/2022	08:36:24	34.8	27.3	70.3
10/11/2022	08:36:26	34.8	27.3	70.4
10/11/2022	08:36:27	34.8	27.3	70.5
10/11/2022	08:36:28	34.8	27.3	70.6
10/11/2022	08:36:29	34.8	27.3	70.8
10/11/2022	08:36:30	34.8	27.4	70.9
10/11/2022	08:36:31	34.8	27.4	71.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	08:36:32	34.8	27.3	71.1
10/11/2022	08:36:33	34.8	27.3	71.2
10/11/2022	08:36:34	34.8	27.3	71.1
10/11/2022	08:36:35	34.8	27.3	71.0
10/11/2022	08:36:36	34.8	27.3	71.0
10/11/2022	08:36:37	34.8	27.3	70.9
10/11/2022	08:36:39	34.7	27.3	70.8
10/11/2022	08:36:40	34.7	27.3	70.6
10/11/2022	08:36:41	34.7	27.3	70.6
10/11/2022	08:36:42	34.7	27.3	70.6
10/11/2022	08:36:43	34.8	27.3	70.5
10/11/2022	08:36:44	34.7	27.4	70.5
10/11/2022	08:36:45	34.7	27.4	70.4
10/11/2022	08:36:46	34.8	27.4	70.5
10/11/2022	08:36:47	34.8	27.3	70.6
10/11/2022	08:36:48	34.8	27.4	70.7
10/11/2022	08:36:49	34.8	27.4	70.7
10/11/2022	08:36:50	34.8	27.4	70.7
10/11/2022	08:36:52	34.8	27.4	70.7
10/11/2022	08:36:53	34.8	27.4	70.7
10/11/2022	08:36:54	34.8	27.3	70.7
10/11/2022	08:36:55	34.7	27.3	70.7
10/11/2022	08:36:56	34.8	27.4	70.6
10/11/2022	08:36:57	34.8	27.3	70.5
10/11/2022	08:36:58	34.8	27.3	70.5
10/11/2022	08:36:59	34.8	27.3	70.4
10/11/2022	08:37:00	34.8	27.3	70.4
10/11/2022	08:37:01	34.8	27.3	70.3
10/11/2022	08:37:02	34.8	27.4	70.3
10/11/2022	08:37:03	34.8	27.4	70.3
10/11/2022	08:37:04	34.8	27.4	70.2
10/11/2022	08:37:05	34.8	27.4	70.2
10/11/2022	08:37:07	34.8	27.4	70.3
10/11/2022	08:37:08	34.8	27.4	70.5
10/11/2022	08:37:09	34.8	27.4	70.7
10/11/2022	08:37:10	34.8	27.4	70.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	08:37:11	34.8	27.4	71.0
10/11/2022	08:37:12	34.8	27.4	71.0
10/11/2022	08:37:13	34.8	27.4	71.1
10/11/2022	08:37:14	34.8	27.3	71.1
10/11/2022	08:37:15	34.8	27.3	71.1
10/11/2022	08:37:16	34.8	27.3	71.0
10/11/2022	08:37:17	34.8	27.3	70.9
10/11/2022	08:37:18	34.8	27.3	70.7
10/11/2022	08:37:20	34.8	27.4	70.7
10/11/2022	08:37:21	34.8	27.4	70.6
10/11/2022	08:37:22	34.8	27.4	70.5
10/11/2022	08:37:23	34.8	27.4	70.5
10/11/2022	08:37:24	34.8	27.4	70.4
10/11/2022	08:37:25	34.8	27.4	70.4
10/11/2022	08:37:26	34.8	27.4	70.4
10/11/2022	08:37:27	34.8	27.4	70.4
10/11/2022	08:37:28	34.8	27.4	70.4
10/11/2022	08:37:29	34.8	27.4	70.5
10/11/2022	08:37:30	34.8	27.4	70.5
10/11/2022	08:37:31	34.8	27.4	70.6
10/11/2022	08:37:33	34.8	27.4	70.5
10/11/2022	08:37:34	34.8	27.4	70.5
10/11/2022	08:37:35	34.8	27.4	70.4
10/11/2022	08:37:36	34.8	27.4	70.4
10/11/2022	08:37:37	34.8	27.4	70.4
10/11/2022	08:37:38	34.8	27.4	70.3
10/11/2022	08:37:39	34.8	27.4	70.2
10/11/2022	08:37:40	34.8	27.4	70.1
10/11/2022	08:37:41	34.8	27.4	70.1
10/11/2022	08:37:42	34.8	27.4	70.1
10/11/2022	08:37:43	34.8	27.4	70.1
10/11/2022	08:37:44	34.9	27.4	70.0
10/11/2022	08:37:46	34.9	27.4	70.0
10/11/2022	08:37:47	34.9	27.4	70.1
10/11/2022	08:37:48	34.9	27.4	70.2
10/11/2022	08:37:49	34.9	27.4	70.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	08:37:50	34.8	27.4	70.6
10/11/2022	08:37:51	34.9	27.4	70.7
10/11/2022	08:37:52	34.9	27.4	70.8
10/11/2022	08:37:53	34.9	27.4	70.9
10/11/2022	08:37:54	34.8	27.4	71.0
10/11/2022	08:37:55	34.8	27.4	71.0
10/11/2022	08:37:56	34.8	27.4	70.8
10/11/2022	08:37:57	34.8	27.4	70.6
10/11/2022	08:37:58	34.9	27.4	70.5
10/11/2022	08:38:00	34.9	27.4	70.5
10/11/2022	08:38:01	34.9	27.4	70.4
10/11/2022	08:38:02	34.9	27.4	70.3
10/11/2022	08:38:03	34.9	27.4	70.3
10/11/2022	08:38:04	34.9	27.5	70.2
10/11/2022	08:38:05	34.9	27.5	70.3
10/11/2022	08:38:06	34.9	27.5	70.3
10/11/2022	08:38:07	34.9	27.5	70.5
10/11/2022	08:38:08	34.9	27.5	70.6
10/11/2022	08:38:09	34.9	27.5	70.8
10/11/2022	08:38:10	34.9	27.5	70.9
10/11/2022	08:38:12	34.9	27.5	70.9
10/11/2022	08:38:13	34.9	27.5	71.0
10/11/2022	08:38:14	34.9	27.5	71.0
10/11/2022	08:38:15	34.9	27.4	71.0
10/11/2022	08:38:16	34.9	27.4	70.9
10/11/2022	08:38:17	34.9	27.4	70.7
10/11/2022	08:38:18	34.9	27.4	70.6
10/11/2022	08:38:19	34.8	27.4	70.5
10/11/2022	08:38:20	34.9	27.4	70.5
10/11/2022	08:38:21	34.9	27.4	70.5
10/11/2022	08:38:22	34.9	27.4	70.4
10/11/2022	08:38:23	34.9	27.4	70.3
10/11/2022	08:38:25	34.9	27.5	70.2
10/11/2022	08:38:26	34.9	27.5	70.2
10/11/2022	08:38:27	34.9	27.5	70.3
10/11/2022	08:38:28	34.9	27.5	70.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	08:38:29	34.9	27.5	70.6
10/11/2022	08:38:30	34.9	27.5	70.8
10/11/2022	08:38:31	34.9	27.5	70.9
10/11/2022	08:38:32	34.9	27.5	71.0
10/11/2022	08:38:33	34.9	27.5	71.1
10/11/2022	08:38:34	34.9	27.5	71.1
10/11/2022	08:38:35	34.9	27.5	71.1
10/11/2022	08:38:37	34.9	27.4	70.9
10/11/2022	08:38:38	34.9	27.4	70.8
10/11/2022	08:38:39	34.9	27.5	70.7
10/11/2022	08:38:40	34.9	27.5	70.6
10/11/2022	08:38:41	34.9	27.5	70.5
10/11/2022	08:38:42	34.9	27.5	70.5
10/11/2022	08:38:43	34.9	27.5	70.4
10/11/2022	08:38:44	34.9	27.5	70.3
10/11/2022	08:38:45	34.9	27.5	70.3
10/11/2022	08:38:46	34.9	27.5	70.4
10/11/2022	08:38:47	34.9	27.5	70.5
10/11/2022	08:38:48	34.9	27.5	70.7
10/11/2022	08:38:49	34.9	27.5	70.8
10/11/2022	08:38:51	34.9	27.5	70.8
10/11/2022	08:38:52	34.9	27.5	70.9
10/11/2022	08:38:53	34.9	27.5	71.0
10/11/2022	08:38:54	34.9	27.5	71.0
10/11/2022	08:38:55	34.9	27.5	70.9
10/11/2022	08:38:56	34.9	27.5	70.8
10/11/2022	08:38:57	34.9	27.5	70.7
10/11/2022	08:38:58	34.9	27.5	70.6
10/11/2022	08:38:59	34.9	27.5	70.5
10/11/2022	08:39:00	34.9	27.5	70.4
10/11/2022	08:39:01	34.9	27.5	70.3
10/11/2022	08:39:02	34.9	27.5	70.2
10/11/2022	08:39:04	34.9	27.5	70.1
10/11/2022	08:39:05	34.9	27.5	70.1
10/11/2022	08:39:06	35.0	27.5	70.2
10/11/2022	08:39:07	35.0	27.5	70.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	08:39:08	35.0	27.5	70.5
10/11/2022	08:39:09	35.0	27.5	70.7
10/11/2022	08:39:10	35.0	27.5	71.0
10/11/2022	08:39:11	35.0	27.5	71.2
10/11/2022	08:39:12	35.0	27.5	71.4
10/11/2022	08:39:13	35.0	27.5	71.5
10/11/2022	08:39:14	35.0	27.5	71.6
10/11/2022	08:39:15	34.9	27.5	71.5
10/11/2022	08:39:17	34.9	27.5	71.3
10/11/2022	08:39:18	34.9	27.5	71.1
10/11/2022	08:39:19	35.0	27.5	70.9
10/11/2022	08:39:20	35.0	27.5	70.8
10/11/2022	08:39:21	35.0	27.5	70.7
10/11/2022	08:39:22	35.0	27.5	70.6
10/11/2022	08:39:23	35.0	27.5	70.5
10/11/2022	08:39:24	35.0	27.5	70.5
10/11/2022	08:39:25	35.0	27.5	70.5
10/11/2022	08:39:26	35.0	27.5	70.5
10/11/2022	08:39:27	35.0	27.5	70.5
10/11/2022	08:39:28	35.0	27.5	70.5
10/11/2022	08:39:30	35.0	27.5	70.4
10/11/2022	08:39:31	35.0	27.5	70.3
10/11/2022	08:39:32	35.0	27.5	70.3
10/11/2022	08:39:33	35.0	27.5	70.3
10/11/2022	08:39:34	35.0	27.5	70.3
10/11/2022	08:39:35	35.0	27.5	70.3
10/11/2022	08:39:36	35.0	27.5	70.2
10/11/2022	08:39:37	35.0	27.5	70.1
10/11/2022	08:39:38	35.0	27.5	70.1
10/11/2022	08:39:39	35.0	27.5	70.0
10/11/2022	08:39:40	35.0	27.5	69.9
10/11/2022	08:39:41	35.0	27.5	69.9
10/11/2022	08:39:43	35.0	27.5	69.9
10/11/2022	08:39:44	35.0	27.5	69.7
10/11/2022	08:39:45	35.0	27.5	69.7
10/11/2022	08:39:46	35.0	27.5	69.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	08:39:47	35.0	27.5	69.8
10/11/2022	08:39:48	35.0	27.5	70.0
10/11/2022	08:39:49	35.0	27.5	70.3
10/11/2022	08:39:50	35.0	27.6	70.6
10/11/2022	08:39:51	35.0	27.5	70.8
10/11/2022	08:39:52	35.0	27.5	71.2
10/11/2022	08:39:53	35.0	27.5	71.4
10/11/2022	08:39:54	35.0	27.5	71.6
10/11/2022	08:39:55	35.0	27.5	71.6
10/11/2022	08:39:57	35.0	27.5	71.6
10/11/2022	08:39:58	35.0	27.5	71.5
10/11/2022	08:39:59	35.0	27.5	71.3
10/11/2022	08:40:00	35.0	27.5	71.1
10/11/2022	08:40:01	35.0	27.5	71.0
10/11/2022	08:40:02	35.0	27.5	70.9
10/11/2022	08:40:03	35.0	27.5	70.8
10/11/2022	08:40:04	34.9	27.5	70.7
10/11/2022	08:40:05	34.9	27.5	70.7
10/11/2022	08:40:06	34.9	27.6	70.6
10/11/2022	08:40:07	34.9	27.6	70.5
10/11/2022	08:40:08	35.0	27.6	70.5
10/11/2022	08:40:09	35.0	27.6	70.5
10/11/2022	08:40:11	35.0	27.6	70.5
10/11/2022	08:40:12	35.0	27.6	70.4
10/11/2022	08:40:13	35.0	27.6	70.4
10/11/2022	08:40:14	34.9	27.6	70.4
10/11/2022	08:40:15	34.9	27.6	70.3
10/11/2022	08:40:16	34.9	27.6	70.2
10/11/2022	08:40:17	35.0	27.6	70.2
10/11/2022	08:40:18	35.0	27.6	70.2
10/11/2022	08:40:19	35.0	27.6	70.1
10/11/2022	08:40:20	35.0	27.6	70.0
10/11/2022	08:40:21	35.0	27.6	70.0
10/11/2022	08:40:23	35.0	27.6	69.9
10/11/2022	08:40:24	35.0	27.6	69.9
10/11/2022	08:40:25	35.0	27.6	69.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	08:40:26	35.0	27.6	69.8
10/11/2022	08:40:27	35.0	27.6	69.9
10/11/2022	08:40:28	35.0	27.6	70.0
10/11/2022	08:40:29	35.0	27.6	70.2
10/11/2022	08:40:30	35.0	27.6	70.4
10/11/2022	08:40:31	35.0	27.6	70.7
10/11/2022	08:40:32	35.0	27.6	70.9
10/11/2022	08:40:33	35.0	27.6	70.9
10/11/2022	08:40:34	35.0	27.6	71.0
10/11/2022	08:40:36	35.0	27.5	71.0
10/11/2022	08:40:37	35.0	27.5	70.9
10/11/2022	08:40:38	35.0	27.5	70.8
10/11/2022	08:40:39	35.0	27.5	70.7
10/11/2022	08:40:40	35.0	27.6	70.5
10/11/2022	08:40:41	35.0	27.6	70.4
10/11/2022	08:40:42	35.0	27.6	70.4
10/11/2022	08:40:43	35.0	27.6	70.3
10/11/2022	08:40:44	35.0	27.6	70.3
10/11/2022	08:40:45	35.0	27.6	70.3
10/11/2022	08:40:46	35.0	27.6	70.3
10/11/2022	08:40:47	35.0	27.6	70.4
10/11/2022	08:40:49	35.0	27.6	70.5
10/11/2022	08:40:50	35.0	27.6	70.7
10/11/2022	08:40:51	35.0	27.6	70.8
10/11/2022	08:40:52	35.0	27.6	70.9
10/11/2022	08:40:53	35.0	27.6	71.0
10/11/2022	08:40:54	35.0	27.6	71.0
10/11/2022	08:40:55	35.0	27.6	71.0
10/11/2022	08:40:56	34.9	27.6	70.9
10/11/2022	08:40:57	34.9	27.6	70.8
10/11/2022	08:40:58	34.9	27.6	70.7
10/11/2022	08:40:59	34.9	27.6	70.6
10/11/2022	08:41:01	34.9	27.6	70.5
10/11/2022	08:41:02	34.9	27.6	70.5
10/11/2022	08:41:03	34.9	27.6	70.4
10/11/2022	08:41:04	35.0	27.7	70.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35^aC-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	08:41:05	35.0	27.7	70.4
10/11/2022	08:41:06	35.0	27.7	70.4
10/11/2022	08:41:07	35.0	27.7	70.4
10/11/2022	08:41:08	35.0	27.7	70.5
10/11/2022	08:41:09	35.0	27.7	70.8
10/11/2022	08:41:10	35.0	27.7	70.9
10/11/2022	08:41:11	35.0	27.7	71.0
10/11/2022	08:41:12	35.0	27.7	71.0
10/11/2022	08:41:14	35.0	27.6	71.1
10/11/2022	08:41:15	35.0	27.6	71.1
10/11/2022	08:41:16	35.0	27.6	71.1
10/11/2022	08:41:17	34.9	27.6	71.0
10/11/2022	08:41:18	35.0	27.6	70.8
10/11/2022	08:41:19	34.9	27.6	70.6
10/11/2022	08:41:20	34.9	27.6	70.6
10/11/2022	08:41:21	34.9	27.6	70.5
10/11/2022	08:41:22	34.9	27.6	70.5
10/11/2022	08:41:23	35.0	27.6	70.4
10/11/2022	08:41:24	35.0	27.6	70.3
10/11/2022	08:41:25	35.0	27.6	70.3
10/11/2022	08:41:26	35.0	27.6	70.3
10/11/2022	08:41:28	35.0	27.6	70.4
10/11/2022	08:41:29	35.0	27.6	70.6
10/11/2022	08:41:30	35.0	27.7	70.6
10/11/2022	08:41:31	35.0	27.7	70.7
10/11/2022	08:41:32	35.0	27.7	70.7
10/11/2022	08:41:33	35.0	27.6	70.8
10/11/2022	08:41:34	35.0	27.6	70.8
10/11/2022	08:41:35	35.0	27.6	70.8
10/11/2022	08:41:36	35.0	27.6	70.7
10/11/2022	08:41:37	35.0	27.6	70.6
10/11/2022	08:41:38	35.0	27.6	70.5
10/11/2022	08:41:40	35.0	27.6	70.5
10/11/2022	08:41:41	35.0	27.6	70.4
10/11/2022	08:41:42	35.0	27.6	70.4
10/11/2022	08:41:43	35.0	27.6	70.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35^aC-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	08:41:44	35.0	27.6	70.2
10/11/2022	08:41:45	35.0	27.7	70.2
10/11/2022	08:41:46	35.0	27.7	70.2
10/11/2022	08:41:47	35.0	27.7	70.3
10/11/2022	08:41:48	35.0	27.7	70.5
10/11/2022	08:41:49	35.0	27.7	70.6
10/11/2022	08:41:50	35.0	27.7	70.7
10/11/2022	08:41:51	35.0	27.7	70.9
10/11/2022	08:41:52	35.0	27.7	71.0
10/11/2022	08:41:54	35.0	27.7	71.1
10/11/2022	08:41:55	35.0	27.7	71.2
10/11/2022	08:41:56	35.0	27.7	71.1
10/11/2022	08:41:57	35.0	27.6	71.0
10/11/2022	08:41:58	35.0	27.6	70.8
10/11/2022	08:41:59	35.0	27.7	70.8
10/11/2022	08:42:00	35.0	27.7	70.7
10/11/2022	08:42:01	35.0	27.7	70.6
10/11/2022	08:42:02	35.0	27.7	70.5
10/11/2022	08:42:03	35.0	27.7	70.5
10/11/2022	08:42:04	35.0	27.7	70.4
10/11/2022	08:42:05	35.0	27.7	70.4
10/11/2022	08:42:07	35.0	27.7	70.4
10/11/2022	08:42:08	35.0	27.7	70.5
10/11/2022	08:42:09	35.0	27.7	70.5
10/11/2022	08:42:10	35.0	27.7	70.5
10/11/2022	08:42:11	35.0	27.7	70.6
10/11/2022	08:42:12	35.0	27.7	70.6
10/11/2022	08:42:13	35.0	27.7	70.6
10/11/2022	08:42:14	35.0	27.7	70.6
10/11/2022	08:42:15	34.9	27.7	70.5
10/11/2022	08:42:16	34.9	27.7	70.4
10/11/2022	08:42:17	34.9	27.7	70.4
10/11/2022	08:42:19	34.9	27.7	70.4
10/11/2022	08:42:20	34.9	27.7	70.3
10/11/2022	08:42:21	34.9	27.7	70.2
10/11/2022	08:42:22	34.9	27.7	70.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	08:42:23	34.9	27.7	70.1
10/11/2022	08:42:24	35.0	27.7	70.1
10/11/2022	08:42:25	35.0	27.7	70.1
10/11/2022	08:42:26	35.0	27.7	70.1
10/11/2022	08:42:27	35.0	27.7	70.1
10/11/2022	08:42:28	35.0	27.7	70.3
10/11/2022	08:42:29	35.0	27.7	70.4
10/11/2022	08:42:30	35.0	27.7	70.6
10/11/2022	08:42:32	35.0	27.7	70.8
10/11/2022	08:42:33	35.0	27.7	70.9
10/11/2022	08:42:34	35.0	27.7	71.0
10/11/2022	08:42:35	35.0	27.7	71.0
10/11/2022	08:42:36	35.0	27.7	71.0
10/11/2022	08:42:37	34.9	27.7	70.9
10/11/2022	08:42:38	35.0	27.7	70.8
10/11/2022	08:42:39	34.9	27.7	70.6
10/11/2022	08:42:40	34.9	27.7	70.5
10/11/2022	08:42:41	34.9	27.7	70.4
10/11/2022	08:42:42	34.9	27.7	70.3
10/11/2022	08:42:44	34.9	27.7	70.2
10/11/2022	08:42:45	34.9	27.7	70.2
10/11/2022	08:42:46	35.0	27.7	70.2
10/11/2022	08:42:47	35.0	27.7	70.2
10/11/2022	08:42:48	35.0	27.7	70.3
10/11/2022	08:42:49	34.9	27.7	70.4
10/11/2022	08:42:50	34.9	27.7	70.5
10/11/2022	08:42:51	34.9	27.7	70.6
10/11/2022	08:42:52	35.0	27.7	70.8
10/11/2022	08:42:53	35.0	27.7	70.9
10/11/2022	08:42:54	34.9	27.7	71.0
10/11/2022	08:42:55	34.9	27.7	71.0
10/11/2022	08:42:57	34.9	27.7	71.0
10/11/2022	08:42:58	34.9	27.7	70.9
10/11/2022	08:42:59	34.9	27.7	70.7
10/11/2022	08:43:00	34.9	27.7	70.6
10/11/2022	08:43:01	34.9	27.7	70.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	08:43:02	34.9	27.7	70.4
10/11/2022	08:43:03	34.9	27.8	70.3
10/11/2022	08:43:04	34.9	27.8	70.2
10/11/2022	08:43:05	35.0	27.8	70.2
10/11/2022	08:43:06	35.0	27.8	70.2
10/11/2022	08:43:08	35.0	27.8	70.3
10/11/2022	08:43:09	35.0	27.8	70.4
10/11/2022	08:43:10	35.0	27.8	70.6
10/11/2022	08:43:11	35.0	27.8	70.7
10/11/2022	08:43:12	35.0	27.8	70.8
10/11/2022	08:43:13	35.0	27.8	71.0
10/11/2022	08:43:14	35.0	27.8	71.1
10/11/2022	08:43:15	35.0	27.7	71.1
10/11/2022	08:43:16	34.9	27.7	71.0
10/11/2022	08:43:17	34.9	27.7	70.9
10/11/2022	08:43:18	34.9	27.7	70.8
10/11/2022	08:43:19	34.9	27.7	70.7
10/11/2022	08:43:20	34.9	27.7	70.6
10/11/2022	08:43:22	34.9	27.7	70.5
10/11/2022	08:43:23	34.9	27.7	70.4
10/11/2022	08:43:24	34.9	27.7	70.4
10/11/2022	08:43:25	34.9	27.8	70.3
10/11/2022	08:43:26	34.9	27.8	70.3
10/11/2022	08:43:27	34.9	27.8	70.4
10/11/2022	08:43:28	34.9	27.8	70.6
10/11/2022	08:43:29	34.9	27.8	70.7
10/11/2022	08:43:30	34.9	27.8	70.8
10/11/2022	08:43:31	34.9	27.8	70.9
10/11/2022	08:43:32	34.9	27.8	71.0
10/11/2022	08:43:34	34.9	27.8	71.1
10/11/2022	08:43:35	34.9	27.8	71.2
10/11/2022	08:43:36	34.9	27.8	71.2
10/11/2022	08:43:37	34.9	27.8	71.1
10/11/2022	08:43:38	34.9	27.8	71.0
10/11/2022	08:43:39	34.9	27.8	70.9
10/11/2022	08:43:40	34.9	27.8	70.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	08:43:41	34.9	27.8	70.7
10/11/2022	08:43:42	34.9	27.8	70.6
10/11/2022	08:43:43	34.9	27.8	70.6
10/11/2022	08:43:44	34.9	27.8	70.5
10/11/2022	08:43:46	34.9	27.8	70.5
10/11/2022	08:43:47	34.9	27.8	70.5
10/11/2022	08:43:48	34.9	27.8	70.6
10/11/2022	08:43:49	34.9	27.8	70.7
10/11/2022	08:43:50	34.9	27.8	70.7
10/11/2022	08:43:51	34.9	27.8	70.8
10/11/2022	08:43:52	34.9	27.8	70.8
10/11/2022	08:43:53	34.9	27.8	70.8
10/11/2022	08:43:54	34.9	27.8	70.8
10/11/2022	08:43:55	34.9	27.8	70.8
10/11/2022	08:43:56	34.9	27.8	70.7
10/11/2022	08:43:57	34.9	27.8	70.6
10/11/2022	08:43:58	34.9	27.8	70.5
10/11/2022	08:44:00	34.9	27.8	70.4
10/11/2022	08:44:01	34.9	27.8	70.4
10/11/2022	08:44:02	34.9	27.8	70.3
10/11/2022	08:44:03	34.9	27.8	70.3
10/11/2022	08:44:04	34.9	27.8	70.2
10/11/2022	08:44:05	34.9	27.8	70.1
10/11/2022	08:44:06	34.9	27.8	70.1
10/11/2022	08:44:07	34.9	27.8	70.1
10/11/2022	08:44:08	34.9	27.8	70.2
10/11/2022	08:44:09	34.9	27.8	70.5
10/11/2022	08:44:11	34.9	27.8	70.6
10/11/2022	08:44:12	35.0	27.8	70.8
10/11/2022	08:44:13	34.9	27.8	71.0
10/11/2022	08:44:14	35.0	27.8	71.2
10/11/2022	08:44:15	34.9	27.8	71.3
10/11/2022	08:44:16	34.9	27.8	71.4
10/11/2022	08:44:17	34.9	27.8	71.3
10/11/2022	08:44:18	34.9	27.8	71.1
10/11/2022	08:44:19	34.9	27.8	71.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	08:44:20	34.9	27.8	70.9
10/11/2022	08:44:21	34.9	27.8	70.8
10/11/2022	08:44:22	34.9	27.8	70.7
10/11/2022	08:44:24	34.9	27.8	70.6
10/11/2022	08:44:25	34.9	27.8	70.5
10/11/2022	08:44:26	34.9	27.8	70.5
10/11/2022	08:44:27	34.9	27.9	70.5
10/11/2022	08:44:28	34.9	27.9	70.4
10/11/2022	08:44:29	34.9	27.9	70.5
10/11/2022	08:44:30	34.9	27.8	70.5
10/11/2022	08:44:31	34.9	27.8	70.5
10/11/2022	08:44:32	34.9	27.9	70.5
10/11/2022	08:44:33	34.9	27.9	70.5
10/11/2022	08:44:34	34.9	27.9	70.4
10/11/2022	08:44:35	34.9	27.8	70.4
10/11/2022	08:44:37	34.9	27.9	70.4
10/11/2022	08:44:38	34.9	27.8	70.3
10/11/2022	08:44:39	34.9	27.8	70.2
10/11/2022	08:44:40	34.9	27.8	70.2
10/11/2022	08:44:41	34.9	27.8	70.1
10/11/2022	08:44:42	34.9	27.8	70.1
10/11/2022	08:44:43	34.9	27.8	70.0
10/11/2022	08:44:44	34.9	27.8	70.0
10/11/2022	08:44:45	34.9	27.8	70.0
10/11/2022	08:44:46	34.9	27.8	69.9
10/11/2022	08:44:47	34.9	27.8	70.0
10/11/2022	08:44:48	34.9	27.9	70.1
10/11/2022	08:44:50	34.9	27.9	70.4
10/11/2022	08:44:51	34.9	27.9	70.5
10/11/2022	08:44:52	35.0	27.9	70.7
10/11/2022	08:44:53	35.0	27.9	70.9
10/11/2022	08:44:54	34.9	27.9	71.0
10/11/2022	08:44:55	34.9	27.9	71.1
10/11/2022	08:44:56	34.9	27.8	71.1
10/11/2022	08:44:57	34.9	27.8	71.0
10/11/2022	08:44:58	34.9	27.8	70.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	08:44:59	34.9	27.9	70.7
10/11/2022	08:45:00	34.9	27.8	70.6
10/11/2022	08:45:02	34.9	27.8	70.5
10/11/2022	08:45:03	34.9	27.8	70.4
10/11/2022	08:45:04	34.9	27.9	70.4
10/11/2022	08:45:05	34.9	27.9	70.3
10/11/2022	08:45:06	34.9	27.9	70.3
10/11/2022	08:45:07	34.9	27.9	70.3
10/11/2022	08:45:08	34.9	27.9	70.4
10/11/2022	08:45:09	34.9	27.9	70.5
10/11/2022	08:45:10	34.9	27.9	70.6
10/11/2022	08:45:11	34.9	27.9	70.7
10/11/2022	08:45:12	34.9	27.9	70.8
10/11/2022	08:45:13	34.9	27.9	70.9
10/11/2022	08:45:15	34.9	27.9	70.9
10/11/2022	08:45:16	34.9	27.9	70.9
10/11/2022	08:45:17	34.9	27.9	70.9
10/11/2022	08:45:18	34.9	27.9	70.8
10/11/2022	08:45:19	34.9	27.9	70.7
10/11/2022	08:45:20	34.9	27.9	70.6
10/11/2022	08:45:21	34.9	27.9	70.5
10/11/2022	08:45:22	34.9	27.9	70.4
10/11/2022	08:45:23	34.9	27.9	70.5
10/11/2022	08:45:24	34.9	27.9	70.4
10/11/2022	08:45:25	34.9	27.9	70.4
10/11/2022	08:45:26	34.9	27.9	70.4
10/11/2022	08:45:28	34.9	27.9	70.4
10/11/2022	08:45:29	34.9	27.9	70.5
10/11/2022	08:45:30	34.9	27.9	70.6
10/11/2022	08:45:31	34.9	27.9	70.6
10/11/2022	08:45:32	34.9	27.9	70.7
10/11/2022	08:45:33	34.9	27.9	70.8
10/11/2022	08:45:34	34.9	27.9	70.9
10/11/2022	08:45:35	34.9	27.9	70.9
10/11/2022	08:45:36	34.9	27.9	70.9
10/11/2022	08:45:37	34.9	27.9	70.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	08:45:38	34.9	27.9	70.7
10/11/2022	08:45:40	34.9	27.9	70.6
10/11/2022	08:45:41	34.9	27.9	70.5
10/11/2022	08:45:42	34.9	27.9	70.4
10/11/2022	08:45:43	34.9	27.9	70.4
10/11/2022	08:45:44	34.9	27.9	70.3
10/11/2022	08:45:45	34.9	27.9	70.3
10/11/2022	08:45:46	34.9	28.0	70.2
10/11/2022	08:45:47	34.9	28.0	70.3
10/11/2022	08:45:48	34.9	28.0	70.4
10/11/2022	08:45:49	34.9	28.0	70.6
10/11/2022	08:45:50	34.9	28.0	70.8
10/11/2022	08:45:52	34.9	28.0	70.9
10/11/2022	08:45:53	34.9	28.0	71.1
10/11/2022	08:45:54	34.9	28.0	71.2
10/11/2022	08:45:55	34.9	28.0	71.3
10/11/2022	08:45:56	34.9	28.0	71.3
10/11/2022	08:45:57	34.9	28.0	71.2
10/11/2022	08:45:58	34.9	28.0	71.0
10/11/2022	08:45:59	34.9	27.9	70.9
10/11/2022	08:46:00	34.9	28.0	70.8
10/11/2022	08:46:01	34.9	28.0	70.8
10/11/2022	08:46:03	34.9	28.0	70.7
10/11/2022	08:46:04	34.9	28.0	70.6
10/11/2022	08:46:05	34.9	28.0	70.6
10/11/2022	08:46:06	34.9	28.0	70.6
10/11/2022	08:46:07	34.9	28.0	70.6
10/11/2022	08:46:08	34.9	28.0	70.6
10/11/2022	08:46:09	34.9	28.0	70.7
10/11/2022	08:46:10	34.9	28.0	70.8
10/11/2022	08:46:11	34.8	28.0	70.8
10/11/2022	08:46:12	34.8	28.0	70.8
10/11/2022	08:46:13	34.8	28.0	70.8
10/11/2022	08:46:15	34.8	28.0	70.8
10/11/2022	08:46:16	34.8	28.0	70.9
10/11/2022	08:46:17	34.8	28.0	70.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35^aC-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	08:46:18	34.8	28.0	70.6
10/11/2022	08:46:19	34.8	28.0	70.5
10/11/2022	08:46:20	34.8	28.0	70.5
10/11/2022	08:46:21	34.8	28.0	70.5
10/11/2022	08:46:22	34.8	28.0	70.4
10/11/2022	08:46:23	34.9	28.0	70.3
10/11/2022	08:46:24	34.9	28.0	70.3
10/11/2022	08:46:25	34.9	28.0	70.2
10/11/2022	08:46:27	34.9	28.0	70.3
10/11/2022	08:46:28	34.9	28.0	70.3
10/11/2022	08:46:29	34.9	28.0	70.4
10/11/2022	08:46:30	34.9	28.0	70.5
10/11/2022	08:46:31	34.9	28.0	70.7
10/11/2022	08:46:32	34.9	28.0	70.9
10/11/2022	08:46:33	34.9	28.0	71.0
10/11/2022	08:46:34	34.9	28.0	71.1
10/11/2022	08:46:35	34.9	28.0	71.2
10/11/2022	08:46:36	34.9	28.0	71.3
10/11/2022	08:46:37	34.9	28.0	71.2
10/11/2022	08:46:39	34.9	28.0	71.0
10/11/2022	08:46:40	34.9	28.0	70.9
10/11/2022	08:46:41	34.9	28.0	70.8
10/11/2022	08:46:42	34.8	28.0	70.7
10/11/2022	08:46:43	34.8	28.0	70.6
10/11/2022	08:46:44	34.8	28.0	70.5
10/11/2022	08:46:45	34.9	28.0	70.4
10/11/2022	08:46:46	34.9	28.0	70.4
10/11/2022	08:46:47	34.9	28.0	70.5
10/11/2022	08:46:48	34.9	28.0	70.5
10/11/2022	08:46:50	34.9	28.0	70.6
10/11/2022	08:46:51	34.9	28.0	70.6
10/11/2022	08:46:52	34.9	28.0	70.6
10/11/2022	08:46:53	34.9	28.0	70.6
10/11/2022	08:46:54	34.9	28.0	70.7
10/11/2022	08:46:55	34.9	28.0	70.7
10/11/2022	08:46:56	34.9	28.0	70.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	08:46:57	34.9	28.0	70.6
10/11/2022	08:46:58	34.9	28.0	70.5
10/11/2022	08:46:59	34.9	27.9	70.5
10/11/2022	08:47:00	34.9	27.9	70.3
10/11/2022	08:47:02	34.9	27.9	70.3
10/11/2022	08:47:03	34.9	28.0	70.2
10/11/2022	08:47:04	34.9	28.0	70.2
10/11/2022	08:47:05	34.9	28.0	70.1
10/11/2022	08:47:06	34.9	28.0	70.1
10/11/2022	08:47:07	34.9	28.0	70.1
10/11/2022	08:47:08	34.9	28.0	70.1
10/11/2022	08:47:09	34.9	28.0	70.3
10/11/2022	08:47:10	34.9	28.0	70.5
10/11/2022	08:47:11	34.9	28.0	70.6
10/11/2022	08:47:12	34.9	28.0	70.7
10/11/2022	08:47:14	34.9	28.0	70.9
10/11/2022	08:47:15	34.9	28.0	71.0
10/11/2022	08:47:16	34.9	28.0	71.0
10/11/2022	08:47:17	34.9	28.0	71.0
10/11/2022	08:47:18	34.9	28.0	70.9
10/11/2022	08:47:19	34.9	28.0	70.8
10/11/2022	08:47:20	34.9	28.0	70.7
10/11/2022	08:47:21	34.9	28.0	70.6
10/11/2022	08:47:22	34.9	28.0	70.5
10/11/2022	08:47:23	34.9	28.0	70.4
10/11/2022	08:47:24	34.9	28.0	70.3
10/11/2022	08:47:26	34.9	28.0	70.3
10/11/2022	08:47:27	34.9	28.0	70.3
10/11/2022	08:47:28	34.9	28.0	70.3
10/11/2022	08:47:29	34.9	28.0	70.4
10/11/2022	08:47:30	34.9	28.0	70.5
10/11/2022	08:47:31	34.9	28.0	70.7
10/11/2022	08:47:32	34.9	28.0	70.8
10/11/2022	08:47:33	34.9	28.0	70.9
10/11/2022	08:47:34	34.9	28.0	70.9
10/11/2022	08:47:35	34.9	28.0	70.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	08:47:37	34.9	28.0	70.9
10/11/2022	08:47:38	34.9	28.0	70.8
10/11/2022	08:47:39	34.9	28.0	70.7
10/11/2022	08:47:40	34.9	28.0	70.6
10/11/2022	08:47:41	34.9	28.0	70.5
10/11/2022	08:47:42	34.9	28.0	70.4
10/11/2022	08:47:43	34.9	28.0	70.4
10/11/2022	08:47:44	34.9	28.0	70.4
10/11/2022	08:47:45	34.9	28.0	70.4
10/11/2022	08:47:46	34.9	28.0	70.4
10/11/2022	08:47:48	34.9	28.0	70.4
10/11/2022	08:47:49	34.9	28.0	70.5
10/11/2022	08:47:50	34.9	28.0	70.6
10/11/2022	08:47:51	34.9	28.0	70.7
10/11/2022	08:47:52	34.9	28.0	70.9
10/11/2022	08:47:53	34.9	28.0	71.0
10/11/2022	08:47:54	34.9	28.0	71.0
10/11/2022	08:47:55	34.9	28.0	71.1
10/11/2022	08:47:56	34.9	28.0	71.2
10/11/2022	08:47:57	34.8	28.0	71.1
10/11/2022	08:47:58	34.8	28.0	70.9
10/11/2022	08:48:00	34.8	28.0	70.8
10/11/2022	08:48:01	34.8	28.0	70.8
10/11/2022	08:48:02	34.9	28.0	70.7
10/11/2022	08:48:03	34.9	28.0	70.5
10/11/2022	08:48:04	34.9	28.0	70.5
10/11/2022	08:48:05	34.9	28.0	70.5
10/11/2022	08:48:06	34.9	28.0	70.5
10/11/2022	08:48:07	34.9	28.0	70.4
10/11/2022	08:48:08	34.9	28.0	70.5
10/11/2022	08:48:09	34.9	28.0	70.6
10/11/2022	08:48:10	34.9	28.0	70.7
10/11/2022	08:48:12	34.9	28.0	70.9
10/11/2022	08:48:13	34.9	28.0	71.0
10/11/2022	08:48:14	34.9	28.0	71.1
10/11/2022	08:48:15	34.9	28.0	71.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	08:48:16	34.9	28.1	71.2
10/11/2022	08:48:17	34.9	28.0	71.2
10/11/2022	08:48:18	34.9	28.0	71.1
10/11/2022	08:48:19	34.9	28.1	71.0
10/11/2022	08:48:20	34.9	28.1	70.9
10/11/2022	08:48:21	34.9	28.1	70.7
10/11/2022	08:48:22	34.9	28.0	70.7
10/11/2022	08:48:24	34.9	28.1	70.6
10/11/2022	08:48:25	34.9	28.1	70.6
10/11/2022	08:48:26	34.9	28.1	70.5
10/11/2022	08:48:27	34.9	28.1	70.4
10/11/2022	08:48:28	34.9	28.1	70.4
10/11/2022	08:48:29	34.9	28.1	70.5
10/11/2022	08:48:30	34.9	28.1	70.5
10/11/2022	08:48:31	34.9	28.1	70.6
10/11/2022	08:48:32	34.9	28.1	70.6
10/11/2022	08:48:33	34.9	28.1	70.7
10/11/2022	08:48:34	34.9	28.1	70.7
10/11/2022	08:48:36	34.9	28.1	70.8
10/11/2022	08:48:37	34.9	28.1	70.7
10/11/2022	08:48:38	34.9	28.1	70.6
10/11/2022	08:48:39	34.9	28.0	70.6
10/11/2022	08:48:40	34.9	28.0	70.6
10/11/2022	08:48:41	34.9	28.0	70.5
10/11/2022	08:48:42	34.9	28.0	70.4
10/11/2022	08:48:43	34.9	28.0	70.4
10/11/2022	08:48:44	34.9	28.0	70.4
10/11/2022	08:48:45	34.9	28.0	70.4
10/11/2022	08:48:46	34.9	28.0	70.4
10/11/2022	08:48:48	34.9	28.0	70.3
10/11/2022	08:48:49	34.9	28.0	70.3
10/11/2022	08:48:50	34.9	28.0	70.4
10/11/2022	08:48:51	34.9	28.0	70.6
10/11/2022	08:48:52	34.9	28.0	70.7
10/11/2022	08:48:53	34.9	28.0	70.8
10/11/2022	08:48:54	34.9	28.0	70.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	08:48:55	34.9	28.0	70.9
10/11/2022	08:48:56	34.9	28.0	70.9
10/11/2022	08:48:58	34.9	28.0	70.9
10/11/2022	08:48:59	34.9	28.0	70.8
10/11/2022	08:49:00	34.9	28.0	70.7
10/11/2022	08:49:01	34.9	28.0	70.5
10/11/2022	08:49:02	34.9	28.0	70.4
10/11/2022	08:49:03	34.8	28.0	70.4
10/11/2022	08:49:04	34.8	28.1	70.3
10/11/2022	08:49:05	34.8	28.1	70.2
10/11/2022	08:49:06	34.9	28.1	70.2
10/11/2022	08:49:07	34.9	28.1	70.2
10/11/2022	08:49:08	34.9	28.1	70.3
10/11/2022	08:49:09	34.9	28.1	70.4
10/11/2022	08:49:11	34.9	28.1	70.5
10/11/2022	08:49:12	34.9	28.1	70.7
10/11/2022	08:49:13	34.9	28.1	70.8
10/11/2022	08:49:14	34.9	28.1	70.9
10/11/2022	08:49:15	34.8	28.1	71.0
10/11/2022	08:49:16	34.8	28.1	71.0
10/11/2022	08:49:17	34.8	28.1	70.9
10/11/2022	08:49:18	34.8	28.1	70.8
10/11/2022	08:49:19	34.8	28.1	70.7
10/11/2022	08:49:20	34.9	28.1	70.6
10/11/2022	08:49:22	34.8	28.1	70.5
10/11/2022	08:49:23	34.8	28.1	70.5
10/11/2022	08:49:24	34.8	28.1	70.4
10/11/2022	08:49:25	34.9	28.1	70.4
10/11/2022	08:49:26	34.9	28.1	70.3
10/11/2022	08:49:27	34.9	28.1	70.3
10/11/2022	08:49:28	34.9	28.1	70.3
10/11/2022	08:49:29	34.9	28.1	70.4
10/11/2022	08:49:30	34.9	28.1	70.5
10/11/2022	08:49:31	34.9	28.1	70.7
10/11/2022	08:49:32	34.9	28.1	70.9
10/11/2022	08:49:34	34.9	28.1	71.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35^aC-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	08:49:35	34.9	28.1	71.0
10/11/2022	08:49:36	34.9	28.1	71.0
10/11/2022	08:49:37	34.9	28.1	71.0
10/11/2022	08:49:38	34.9	28.1	70.9
10/11/2022	08:49:39	34.9	28.1	70.8
10/11/2022	08:49:40	34.9	28.1	70.7
10/11/2022	08:49:41	34.9	28.1	70.6
10/11/2022	08:49:42	34.9	28.1	70.5
10/11/2022	08:49:43	34.9	28.1	70.4
10/11/2022	08:49:44	34.9	28.1	70.4
10/11/2022	08:49:45	34.9	28.1	70.4
10/11/2022	08:49:47	34.9	28.1	70.4
10/11/2022	08:49:48	34.9	28.1	70.4
10/11/2022	08:49:49	34.9	28.1	70.4
10/11/2022	08:49:50	34.9	28.1	70.6
10/11/2022	08:49:51	34.9	28.1	70.7
10/11/2022	08:49:52	34.9	28.1	70.9
10/11/2022	08:49:53	34.9	28.1	71.0
10/11/2022	08:49:54	34.9	28.1	71.2
10/11/2022	08:49:55	34.9	28.1	71.2
10/11/2022	08:49:56	34.9	28.1	71.2
10/11/2022	08:49:57	34.9	28.1	71.2
10/11/2022	08:49:59	34.9	28.1	71.1
10/11/2022	08:50:00	34.8	28.1	70.9
10/11/2022	08:50:01	34.8	28.1	70.9
10/11/2022	08:50:02	34.9	28.1	70.7
10/11/2022	08:50:03	34.9	28.1	70.6
10/11/2022	08:50:04	34.9	28.1	70.5
10/11/2022	08:50:05	34.9	28.1	70.6
10/11/2022	08:50:06	34.9	28.2	70.5
10/11/2022	08:50:07	34.9	28.2	70.5
10/11/2022	08:50:08	34.9	28.2	70.5
10/11/2022	08:50:09	34.9	28.2	70.6
10/11/2022	08:50:11	34.9	28.2	70.7
10/11/2022	08:50:12	34.9	28.2	70.8
10/11/2022	08:50:13	34.9	28.2	70.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	08:50:14	34.9	28.2	71.0
10/11/2022	08:50:15	34.9	28.2	71.1
10/11/2022	08:50:16	34.9	28.2	71.1
10/11/2022	08:50:17	34.8	28.2	71.1
10/11/2022	08:50:18	34.8	28.2	71.0
10/11/2022	08:50:19	34.9	28.2	70.9
10/11/2022	08:50:20	34.9	28.2	70.8
10/11/2022	08:50:21	34.9	28.2	70.7
10/11/2022	08:50:22	34.9	28.2	70.6
10/11/2022	08:50:24	34.9	28.2	70.6
10/11/2022	08:50:25	34.9	28.2	70.6
10/11/2022	08:50:26	34.9	28.2	70.5
10/11/2022	08:50:27	34.9	28.2	70.5
10/11/2022	08:50:28	34.9	28.2	70.5
10/11/2022	08:50:29	34.9	28.2	70.5
10/11/2022	08:50:30	34.9	28.2	70.7
10/11/2022	08:50:31	34.9	28.2	70.8
10/11/2022	08:50:32	34.9	28.2	70.9
10/11/2022	08:50:33	34.9	28.2	71.0
10/11/2022	08:50:34	34.9	28.2	71.0
10/11/2022	08:50:35	34.9	28.2	71.1
10/11/2022	08:50:37	34.9	28.2	71.1
10/11/2022	08:50:38	34.8	28.2	71.0
10/11/2022	08:50:39	34.8	28.2	70.9
10/11/2022	08:50:40	34.8	28.2	70.7
10/11/2022	08:50:41	34.8	28.2	70.6
10/11/2022	08:50:42	34.8	28.2	70.5
10/11/2022	08:50:43	34.8	28.2	70.4
10/11/2022	08:50:44	34.8	28.2	70.4
10/11/2022	08:50:45	34.8	28.2	70.3
10/11/2022	08:50:46	34.8	28.2	70.3
10/11/2022	08:50:48	34.9	28.2	70.3
10/11/2022	08:50:49	34.9	28.2	70.3
10/11/2022	08:50:50	34.9	28.2	70.5
10/11/2022	08:50:51	34.9	28.2	70.8
10/11/2022	08:50:52	34.9	28.2	71.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	08:50:53	34.9	28.2	71.1
10/11/2022	08:50:54	34.9	28.2	71.3
10/11/2022	08:50:55	34.9	28.2	71.4
10/11/2022	08:50:56	34.9	28.2	71.5
10/11/2022	08:50:57	34.9	28.2	71.5
10/11/2022	08:50:58	34.8	28.2	71.5
10/11/2022	08:51:00	34.8	28.2	71.4
10/11/2022	08:51:01	34.8	28.2	71.3
10/11/2022	08:51:02	34.8	28.2	71.1
10/11/2022	08:51:03	34.8	28.2	71.0
10/11/2022	08:51:04	34.8	28.2	71.0
10/11/2022	08:51:05	34.8	28.2	70.9
10/11/2022	08:51:06	34.8	28.2	70.8
10/11/2022	08:51:07	34.8	28.2	70.7
10/11/2022	08:51:08	34.8	28.2	70.7
10/11/2022	08:51:09	34.8	28.2	70.6
10/11/2022	08:51:10	34.8	28.2	70.6
10/11/2022	08:51:12	34.8	28.2	70.5
10/11/2022	08:51:13	34.8	28.2	70.5
10/11/2022	08:51:14	34.8	28.2	70.5
10/11/2022	08:51:15	34.8	28.2	70.4
10/11/2022	08:51:16	34.8	28.2	70.4
10/11/2022	08:51:17	34.8	28.2	70.4
10/11/2022	08:51:18	34.8	28.2	70.4
10/11/2022	08:51:19	34.9	28.2	70.4
10/11/2022	08:51:20	34.9	28.2	70.3
10/11/2022	08:51:21	34.9	28.2	70.3
10/11/2022	08:51:23	34.9	28.2	70.2
10/11/2022	08:51:24	34.9	28.2	70.2
10/11/2022	08:51:25	34.9	28.2	70.1
10/11/2022	08:51:26	34.9	28.2	70.1
10/11/2022	08:51:27	34.9	28.2	70.0
10/11/2022	08:51:28	34.9	28.2	70.0
10/11/2022	08:51:29	34.9	28.2	70.1
10/11/2022	08:51:30	34.9	28.2	70.3
10/11/2022	08:51:31	34.9	28.2	70.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	08:51:32	34.9	28.2	70.7
10/11/2022	08:51:33	34.9	28.2	70.8
10/11/2022	08:51:35	34.9	28.2	71.0
10/11/2022	08:51:36	34.9	28.2	71.2
10/11/2022	08:51:37	34.9	28.2	71.4
10/11/2022	08:51:38	34.9	28.2	71.4
10/11/2022	08:51:39	34.9	28.2	71.3
10/11/2022	08:51:40	34.9	28.2	71.2
10/11/2022	08:51:41	34.8	28.2	71.0
10/11/2022	08:51:42	34.8	28.2	70.9
10/11/2022	08:51:43	34.8	28.2	70.7
10/11/2022	08:51:44	34.8	28.2	70.7
10/11/2022	08:51:46	34.8	28.2	70.6
10/11/2022	08:51:47	34.9	28.3	70.5
10/11/2022	08:51:48	34.9	28.3	70.5
10/11/2022	08:51:49	34.9	28.3	70.6
10/11/2022	08:51:50	34.9	28.3	70.6
10/11/2022	08:51:51	34.9	28.3	70.7
10/11/2022	08:51:52	34.9	28.3	70.7
10/11/2022	08:51:53	34.9	28.3	70.6
10/11/2022	08:51:54	34.9	28.2	70.6
10/11/2022	08:51:55	34.9	28.2	70.6
10/11/2022	08:51:56	34.9	28.2	70.6
10/11/2022	08:51:58	34.9	28.2	70.5
10/11/2022	08:51:59	34.9	28.2	70.5
10/11/2022	08:52:00	34.9	28.2	70.4
10/11/2022	08:52:01	34.9	28.2	70.3
10/11/2022	08:52:02	34.9	28.2	70.3
10/11/2022	08:52:03	34.9	28.2	70.3
10/11/2022	08:52:04	34.9	28.2	70.2
10/11/2022	08:52:05	34.9	28.2	70.2
10/11/2022	08:52:06	34.9	28.2	70.1
10/11/2022	08:52:07	34.9	28.3	70.0
10/11/2022	08:52:08	34.9	28.3	70.0
10/11/2022	08:52:09	34.9	28.3	70.1
10/11/2022	08:52:11	34.9	28.3	70.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	08:52:12	34.9	28.3	70.5
10/11/2022	08:52:13	34.9	28.3	70.7
10/11/2022	08:52:14	34.9	28.2	70.9
10/11/2022	08:52:15	34.9	28.3	71.1
10/11/2022	08:52:16	34.9	28.3	71.2
10/11/2022	08:52:17	34.9	28.2	71.2
10/11/2022	08:52:18	34.9	28.2	71.2
10/11/2022	08:52:19	34.9	28.2	71.1
10/11/2022	08:52:20	34.9	28.2	70.9
10/11/2022	08:52:22	34.9	28.2	70.8
10/11/2022	08:52:23	34.9	28.2	70.7
10/11/2022	08:52:24	34.9	28.2	70.6
10/11/2022	08:52:25	34.9	28.2	70.5
10/11/2022	08:52:26	34.9	28.2	70.4
10/11/2022	08:52:27	34.9	28.3	70.4
10/11/2022	08:52:28	34.9	28.3	70.4
10/11/2022	08:52:29	34.9	28.3	70.4
10/11/2022	08:52:30	34.9	28.3	70.5
10/11/2022	08:52:31	34.9	28.3	70.6
10/11/2022	08:52:32	34.9	28.2	70.7
10/11/2022	08:52:33	34.9	28.3	70.9
10/11/2022	08:52:35	34.9	28.2	71.0
10/11/2022	08:52:36	34.9	28.3	71.1
10/11/2022	08:52:37	34.9	28.2	71.1
10/11/2022	08:52:38	34.9	28.2	71.1
10/11/2022	08:52:39	34.9	28.2	71.0
10/11/2022	08:52:40	34.9	28.2	71.0
10/11/2022	08:52:41	34.9	28.2	70.9
10/11/2022	08:52:42	34.9	28.2	70.8
10/11/2022	08:52:43	34.9	28.2	70.7
10/11/2022	08:52:44	34.9	28.2	70.6
10/11/2022	08:52:45	34.9	28.2	70.6
10/11/2022	08:52:47	34.9	28.2	70.6
10/11/2022	08:52:48	34.9	28.2	70.5
10/11/2022	08:52:49	34.9	28.2	70.6
10/11/2022	08:52:50	34.9	28.3	70.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	08:52:51	34.9	28.3	70.7
10/11/2022	08:52:52	34.9	28.3	70.8
10/11/2022	08:52:53	34.9	28.3	70.9
10/11/2022	08:52:54	34.9	28.3	71.0
10/11/2022	08:52:55	34.9	28.3	71.1
10/11/2022	08:52:56	34.9	28.3	71.1
10/11/2022	08:52:57	34.9	28.3	71.0
10/11/2022	08:52:59	34.9	28.3	70.9
10/11/2022	08:53:00	34.9	28.3	70.9
10/11/2022	08:53:01	34.9	28.3	70.8
10/11/2022	08:53:02	34.9	28.3	70.6
10/11/2022	08:53:03	34.9	28.3	70.6
10/11/2022	08:53:04	34.9	28.3	70.5
10/11/2022	08:53:05	34.9	28.3	70.4
10/11/2022	08:53:06	34.9	28.3	70.4
10/11/2022	08:53:07	34.9	28.3	70.4
10/11/2022	08:53:08	34.9	28.3	70.4
10/11/2022	08:53:10	34.9	28.3	70.4
10/11/2022	08:53:11	34.9	28.3	70.5
10/11/2022	08:53:12	34.9	28.3	70.7
10/11/2022	08:53:13	34.9	28.3	70.8
10/11/2022	08:53:14	34.9	28.3	71.0
10/11/2022	08:53:15	34.9	28.3	71.1
10/11/2022	08:53:16	34.9	28.3	71.2
10/11/2022	08:53:17	34.9	28.3	71.3
10/11/2022	08:53:18	34.9	28.3	71.3
10/11/2022	08:53:19	34.9	28.3	71.2
10/11/2022	08:53:20	34.9	28.3	71.0
10/11/2022	08:53:21	34.9	28.3	70.9
10/11/2022	08:53:23	34.9	28.3	70.7
10/11/2022	08:53:24	34.9	28.3	70.6
10/11/2022	08:53:25	34.9	28.3	70.5
10/11/2022	08:53:26	34.9	28.3	70.5
10/11/2022	08:53:27	34.9	28.3	70.4
10/11/2022	08:53:28	34.9	28.3	70.4
10/11/2022	08:53:29	34.9	28.3	70.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	08:53:30	34.9	28.3	70.5
10/11/2022	08:53:31	34.9	28.3	70.6
10/11/2022	08:53:32	34.9	28.3	70.6
10/11/2022	08:53:34	34.9	28.3	70.6
10/11/2022	08:53:35	34.9	28.3	70.6
10/11/2022	08:53:36	34.9	28.3	70.6
10/11/2022	08:53:37	34.9	28.2	70.6
10/11/2022	08:53:38	34.9	28.2	70.6
10/11/2022	08:53:39	34.9	28.2	70.6
10/11/2022	08:53:40	34.9	28.2	70.5
10/11/2022	08:53:41	34.9	28.2	70.5
10/11/2022	08:53:42	34.9	28.2	70.5
10/11/2022	08:53:43	34.9	28.2	70.5
10/11/2022	08:53:44	34.9	28.2	70.4
10/11/2022	08:53:46	34.9	28.2	70.4
10/11/2022	08:53:47	34.9	28.2	70.3
10/11/2022	08:53:48	34.9	28.2	70.2
10/11/2022	08:53:49	34.9	28.2	70.2
10/11/2022	08:53:50	34.9	28.2	70.2
10/11/2022	08:53:51	34.9	28.2	70.3
10/11/2022	08:53:52	34.9	28.2	70.4
10/11/2022	08:53:53	34.9	28.2	70.6
10/11/2022	08:53:54	34.9	28.2	70.7
10/11/2022	08:53:55	34.9	28.2	70.8
10/11/2022	08:53:56	34.9	28.2	70.8
10/11/2022	08:53:58	34.9	28.2	70.9
10/11/2022	08:53:59	34.9	28.2	70.8
10/11/2022	08:54:00	34.9	28.2	70.8
10/11/2022	08:54:01	34.9	28.2	70.6
10/11/2022	08:54:02	34.9	28.2	70.5
10/11/2022	08:54:03	34.9	28.2	70.5
10/11/2022	08:54:04	34.9	28.3	70.4
10/11/2022	08:54:05	34.9	28.3	70.3
10/11/2022	08:54:06	34.9	28.3	70.2
10/11/2022	08:54:07	34.9	28.3	70.2
10/11/2022	08:54:09	34.9	28.3	70.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35^aC-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	08:54:10	34.9	28.3	70.2
10/11/2022	08:54:11	34.9	28.3	70.3
10/11/2022	08:54:12	34.9	28.3	70.5
10/11/2022	08:54:13	34.9	28.3	70.6
10/11/2022	08:54:14	34.9	28.3	70.7
10/11/2022	08:54:15	34.9	28.3	70.8
10/11/2022	08:54:16	34.9	28.3	70.9
10/11/2022	08:54:17	34.9	28.3	71.0
10/11/2022	08:54:18	34.9	28.3	71.0
10/11/2022	08:54:20	34.9	28.3	70.9
10/11/2022	08:54:21	34.9	28.3	70.8
10/11/2022	08:54:22	34.9	28.3	70.7
10/11/2022	08:54:23	34.9	28.3	70.6
10/11/2022	08:54:24	34.9	28.3	70.6
10/11/2022	08:54:25	34.9	28.3	70.5
10/11/2022	08:54:26	34.9	28.3	70.4
10/11/2022	08:54:27	34.9	28.3	70.3
10/11/2022	08:54:28	34.9	28.3	70.3
10/11/2022	08:54:29	34.9	28.3	70.3
10/11/2022	08:54:31	34.9	28.3	70.4
10/11/2022	08:54:32	34.9	28.4	70.6
10/11/2022	08:54:33	34.9	28.4	70.7
10/11/2022	08:54:34	34.9	28.4	70.7
10/11/2022	08:54:35	34.9	28.4	70.8
10/11/2022	08:54:36	34.9	28.4	71.0
10/11/2022	08:54:37	34.9	28.3	71.0
10/11/2022	08:54:38	34.9	28.3	70.9
10/11/2022	08:54:39	34.9	28.3	70.8
10/11/2022	08:54:40	34.9	28.3	70.7
10/11/2022	08:54:41	34.9	28.3	70.7
10/11/2022	08:54:43	34.9	28.3	70.6
10/11/2022	08:54:44	34.9	28.3	70.5
10/11/2022	08:54:45	34.8	28.4	70.4
10/11/2022	08:54:46	34.9	28.4	70.4
10/11/2022	08:54:47	34.9	28.4	70.4
10/11/2022	08:54:48	34.9	28.4	70.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	08:54:49	34.9	28.4	70.3
10/11/2022	08:54:50	34.9	28.4	70.4
10/11/2022	08:54:51	34.9	28.4	70.5
10/11/2022	08:54:52	34.9	28.4	70.6
10/11/2022	08:54:53	34.9	28.4	70.8
10/11/2022	08:54:54	34.9	28.4	70.9
10/11/2022	08:54:56	34.9	28.4	71.0
10/11/2022	08:54:57	34.9	28.4	71.1
10/11/2022	08:54:58	34.9	28.4	71.1
10/11/2022	08:54:59	34.9	28.4	71.0
10/11/2022	08:55:00	34.9	28.4	70.9
10/11/2022	08:55:01	34.9	28.4	70.8
10/11/2022	08:55:02	34.9	28.4	70.7
10/11/2022	08:55:03	34.9	28.4	70.6
10/11/2022	08:55:04	34.9	28.4	70.5
10/11/2022	08:55:05	34.9	28.4	70.4
10/11/2022	08:55:06	34.9	28.4	70.4
10/11/2022	08:55:07	34.9	28.4	70.3
10/11/2022	08:55:09	34.9	28.4	70.3
10/11/2022	08:55:10	34.9	28.4	70.4
10/11/2022	08:55:11	34.9	28.4	70.5
10/11/2022	08:55:12	34.9	28.4	70.7
10/11/2022	08:55:13	34.9	28.4	70.9
10/11/2022	08:55:14	34.9	28.4	71.0
10/11/2022	08:55:15	34.9	28.4	71.1
10/11/2022	08:55:16	34.9	28.4	71.2
10/11/2022	08:55:17	34.9	28.4	71.3
10/11/2022	08:55:18	34.9	28.4	71.3
10/11/2022	08:55:19	34.9	28.4	71.2
10/11/2022	08:55:21	34.9	28.4	71.1
10/11/2022	08:55:22	34.9	28.4	71.0
10/11/2022	08:55:23	34.9	28.4	70.9
10/11/2022	08:55:24	34.9	28.4	70.8
10/11/2022	08:55:25	34.9	28.4	70.8
10/11/2022	08:55:26	34.9	28.4	70.8
10/11/2022	08:55:27	34.9	28.4	70.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	08:55:28	34.9	28.4	70.7
10/11/2022	08:55:29	34.9	28.4	70.6
10/11/2022	08:55:30	34.9	28.4	70.6
10/11/2022	08:55:31	34.9	28.4	70.7
10/11/2022	08:55:33	34.9	28.4	70.7
10/11/2022	08:55:34	34.9	28.4	70.8
10/11/2022	08:55:35	34.9	28.4	70.8
10/11/2022	08:55:36	34.9	28.4	70.8
10/11/2022	08:55:37	34.9	28.4	70.8
10/11/2022	08:55:38	34.9	28.4	70.7
10/11/2022	08:55:39	34.9	28.4	70.7
10/11/2022	08:55:40	34.9	28.4	70.6
10/11/2022	08:55:41	34.9	28.4	70.5
10/11/2022	08:55:42	34.9	28.4	70.4
10/11/2022	08:55:44	34.9	28.3	70.4
10/11/2022	08:55:45	34.9	28.3	70.3
10/11/2022	08:55:46	34.9	28.3	70.2
10/11/2022	08:55:47	34.9	28.3	70.2
10/11/2022	08:55:48	34.9	28.3	70.2
10/11/2022	08:55:49	34.9	28.3	70.2
10/11/2022	08:55:50	34.9	28.3	70.2
10/11/2022	08:55:51	34.9	28.3	70.3
10/11/2022	08:55:52	34.9	28.3	70.4
10/11/2022	08:55:53	34.9	28.3	70.6
10/11/2022	08:55:55	34.9	28.4	70.9
10/11/2022	08:55:56	34.9	28.4	71.1
10/11/2022	08:55:57	34.9	28.4	71.2
10/11/2022	08:55:58	34.9	28.4	71.3
10/11/2022	08:55:59	34.9	28.4	71.3
10/11/2022	08:56:00	34.9	28.3	71.2
10/11/2022	08:56:01	34.9	28.3	71.1
10/11/2022	08:56:02	34.9	28.3	71.0
10/11/2022	08:56:03	34.9	28.3	70.8
10/11/2022	08:56:04	34.9	28.3	70.7
10/11/2022	08:56:05	34.9	28.3	70.7
10/11/2022	08:56:07	34.9	28.4	70.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	08:56:08	34.9	28.4	70.6
10/11/2022	08:56:09	34.9	28.4	70.6
10/11/2022	08:56:10	34.9	28.4	70.6
10/11/2022	08:56:11	34.9	28.4	70.7
10/11/2022	08:56:12	34.9	28.4	70.7
10/11/2022	08:56:13	34.9	28.4	70.7
10/11/2022	08:56:14	34.9	28.4	70.6
10/11/2022	08:56:15	34.9	28.4	70.6
10/11/2022	08:56:16	34.9	28.4	70.6
10/11/2022	08:56:17	34.9	28.4	70.6
10/11/2022	08:56:19	34.9	28.4	70.5
10/11/2022	08:56:20	34.9	28.4	70.5
10/11/2022	08:56:21	34.9	28.4	70.4
10/11/2022	08:56:22	34.9	28.4	70.4
10/11/2022	08:56:23	34.9	28.4	70.4
10/11/2022	08:56:24	34.9	28.4	70.4
10/11/2022	08:56:25	34.9	28.4	70.3
10/11/2022	08:56:26	34.9	28.4	70.3
10/11/2022	08:56:27	34.9	28.4	70.3
10/11/2022	08:56:28	34.9	28.4	70.2
10/11/2022	08:56:30	34.9	28.4	70.1
10/11/2022	08:56:31	34.9	28.4	70.2
10/11/2022	08:56:32	34.9	28.4	70.4
10/11/2022	08:56:33	34.9	28.4	70.5
10/11/2022	08:56:34	34.9	28.4	70.7
10/11/2022	08:56:35	34.9	28.5	70.8
10/11/2022	08:56:36	34.9	28.5	70.8
10/11/2022	08:56:37	34.9	28.5	70.9
10/11/2022	08:56:38	34.9	28.4	71.0
10/11/2022	08:56:39	34.9	28.4	71.0
10/11/2022	08:56:40	34.9	28.4	70.9
10/11/2022	08:56:42	34.9	28.4	70.7
10/11/2022	08:56:43	34.9	28.4	70.6
10/11/2022	08:56:44	34.9	28.4	70.5
10/11/2022	08:56:45	34.9	28.4	70.5
10/11/2022	08:56:46	34.9	28.4	70.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	08:56:47	34.9	28.4	70.4
10/11/2022	08:56:48	34.9	28.4	70.3
10/11/2022	08:56:49	34.9	28.4	70.3
10/11/2022	08:56:50	34.9	28.4	70.3
10/11/2022	08:56:51	34.9	28.4	70.4
10/11/2022	08:56:53	34.9	28.5	70.6
10/11/2022	08:56:54	34.9	28.4	70.7
10/11/2022	08:56:55	34.9	28.5	70.9
10/11/2022	08:56:56	34.9	28.5	71.0
10/11/2022	08:56:57	34.9	28.5	71.0
10/11/2022	08:56:58	34.9	28.5	71.0
10/11/2022	08:56:59	34.9	28.5	70.9
10/11/2022	08:57:00	34.9	28.5	70.9
10/11/2022	08:57:01	34.9	28.5	70.8
10/11/2022	08:57:02	34.9	28.5	70.7
10/11/2022	08:57:03	34.9	28.5	70.6
10/11/2022	08:57:04	34.9	28.4	70.5
10/11/2022	08:57:06	34.9	28.5	70.5
10/11/2022	08:57:07	34.9	28.5	70.5
10/11/2022	08:57:08	34.9	28.5	70.5
10/11/2022	08:57:09	34.9	28.5	70.4
10/11/2022	08:57:10	34.9	28.5	70.4
10/11/2022	08:57:11	34.9	28.5	70.6
10/11/2022	08:57:12	34.9	28.5	70.7
10/11/2022	08:57:13	34.9	28.5	70.8
10/11/2022	08:57:14	34.9	28.5	70.9
10/11/2022	08:57:15	34.9	28.5	70.9
10/11/2022	08:57:16	34.9	28.5	71.1
10/11/2022	08:57:18	34.9	28.5	71.2
10/11/2022	08:57:19	34.9	28.5	71.1
10/11/2022	08:57:20	34.9	28.5	71.0
10/11/2022	08:57:21	34.9	28.5	70.9
10/11/2022	08:57:22	34.9	28.5	70.8
10/11/2022	08:57:23	34.9	28.5	70.7
10/11/2022	08:57:24	34.9	28.5	70.7
10/11/2022	08:57:25	34.9	28.5	70.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	08:57:26	34.9	28.5	70.5
10/11/2022	08:57:27	34.9	28.5	70.5
10/11/2022	08:57:29	34.9	28.5	70.4
10/11/2022	08:57:30	34.9	28.5	70.5
10/11/2022	08:57:31	34.9	28.5	70.5
10/11/2022	08:57:32	34.9	28.5	70.4
10/11/2022	08:57:33	34.9	28.5	70.4
10/11/2022	08:57:34	34.9	28.5	70.4
10/11/2022	08:57:35	34.9	28.5	70.4
10/11/2022	08:57:36	34.9	28.5	70.4
10/11/2022	08:57:37	34.9	28.5	70.4
10/11/2022	08:57:39	34.9	28.5	70.4
10/11/2022	08:57:40	34.9	28.5	70.3
10/11/2022	08:57:41	34.9	28.5	70.3
10/11/2022	08:57:42	34.9	28.5	70.2
10/11/2022	08:57:43	34.9	28.5	70.2
10/11/2022	08:57:44	34.9	28.5	70.1
10/11/2022	08:57:45	34.9	28.5	70.1
10/11/2022	08:57:46	34.9	28.5	70.0
10/11/2022	08:57:47	34.9	28.5	70.0
10/11/2022	08:57:48	34.9	28.5	70.0
10/11/2022	08:57:49	34.9	28.5	70.0
10/11/2022	08:57:51	35.0	28.5	70.0
10/11/2022	08:57:52	34.9	28.5	70.2
10/11/2022	08:57:53	35.0	28.5	70.4
10/11/2022	08:57:54	35.0	28.5	70.6
10/11/2022	08:57:55	35.0	28.5	70.8
10/11/2022	08:57:56	35.0	28.5	71.0
10/11/2022	08:57:57	35.0	28.5	71.1
10/11/2022	08:57:58	34.9	28.5	71.2
10/11/2022	08:57:59	34.9	28.5	71.2
10/11/2022	08:58:00	34.9	28.5	71.2
10/11/2022	08:58:02	34.9	28.5	71.0
10/11/2022	08:58:03	34.9	28.5	70.9
10/11/2022	08:58:04	34.9	28.5	70.8
10/11/2022	08:58:05	34.9	28.5	70.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	08:58:06	34.9	28.5	70.6
10/11/2022	08:58:07	34.9	28.5	70.6
10/11/2022	08:58:08	34.9	28.5	70.6
10/11/2022	08:58:09	34.9	28.5	70.5
10/11/2022	08:58:10	34.9	28.5	70.5
10/11/2022	08:58:12	34.9	28.5	70.6
10/11/2022	08:58:13	34.9	28.5	70.6
10/11/2022	08:58:14	34.9	28.5	70.8
10/11/2022	08:58:15	34.9	28.5	70.8
10/11/2022	08:58:16	34.9	28.5	70.9
10/11/2022	08:58:17	34.9	28.5	70.9
10/11/2022	08:58:18	34.9	28.5	71.0
10/11/2022	08:58:19	34.9	28.5	71.0
10/11/2022	08:58:20	34.9	28.5	70.9
10/11/2022	08:58:21	34.9	28.5	70.8
10/11/2022	08:58:22	34.9	28.5	70.6
10/11/2022	08:58:23	34.9	28.5	70.6
10/11/2022	08:58:24	34.9	28.5	70.5
10/11/2022	08:58:26	34.9	28.5	70.4
10/11/2022	08:58:27	34.9	28.5	70.3
10/11/2022	08:58:28	34.9	28.6	70.3
10/11/2022	08:58:29	34.9	28.6	70.3
10/11/2022	08:58:30	34.9	28.6	70.3
10/11/2022	08:58:31	34.9	28.6	70.4
10/11/2022	08:58:32	34.9	28.6	70.6
10/11/2022	08:58:33	34.9	28.6	70.7
10/11/2022	08:58:34	34.9	28.6	70.9
10/11/2022	08:58:35	34.9	28.6	71.0
10/11/2022	08:58:36	34.9	28.6	71.2
10/11/2022	08:58:38	34.9	28.5	71.2
10/11/2022	08:58:39	34.9	28.5	71.3
10/11/2022	08:58:40	34.9	28.5	71.3
10/11/2022	08:58:41	34.9	28.5	71.2
10/11/2022	08:58:42	34.9	28.5	71.1
10/11/2022	08:58:43	34.9	28.5	71.0
10/11/2022	08:58:44	34.9	28.5	70.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	08:58:45	34.9	28.5	70.8
10/11/2022	08:58:46	34.9	28.5	70.8
10/11/2022	08:58:47	34.9	28.5	70.7
10/11/2022	08:58:49	34.9	28.5	70.6
10/11/2022	08:58:50	34.9	28.6	70.6
10/11/2022	08:58:51	34.9	28.6	70.6
10/11/2022	08:58:52	34.9	28.6	70.6
10/11/2022	08:58:53	34.9	28.6	70.6
10/11/2022	08:58:54	34.9	28.6	70.6
10/11/2022	08:58:55	34.9	28.6	70.6
10/11/2022	08:58:56	34.9	28.6	70.6
10/11/2022	08:58:57	34.9	28.6	70.6
10/11/2022	08:58:58	34.9	28.6	70.6
10/11/2022	08:58:59	34.9	28.5	70.5
10/11/2022	08:59:01	34.9	28.5	70.5
10/11/2022	08:59:02	34.9	28.5	70.5
10/11/2022	08:59:03	34.9	28.6	70.4
10/11/2022	08:59:04	34.9	28.5	70.4
10/11/2022	08:59:05	34.9	28.5	70.3
10/11/2022	08:59:06	34.9	28.5	70.3
10/11/2022	08:59:07	34.9	28.5	70.2
10/11/2022	08:59:08	34.9	28.5	70.2
10/11/2022	08:59:09	34.9	28.5	70.2
10/11/2022	08:59:10	34.9	28.6	70.3
10/11/2022	08:59:11	34.9	28.6	70.3
10/11/2022	08:59:13	34.9	28.6	70.4
10/11/2022	08:59:14	34.9	28.6	70.6
10/11/2022	08:59:15	34.9	28.6	70.8
10/11/2022	08:59:16	34.9	28.6	71.0
10/11/2022	08:59:17	34.9	28.6	71.1
10/11/2022	08:59:18	34.9	28.6	71.2
10/11/2022	08:59:19	34.9	28.6	71.2
10/11/2022	08:59:20	34.9	28.6	71.2
10/11/2022	08:59:21	34.9	28.6	71.2
10/11/2022	08:59:22	34.9	28.5	71.1
10/11/2022	08:59:24	34.9	28.5	70.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	08:59:25	34.9	28.5	70.8
10/11/2022	08:59:26	34.9	28.5	70.7
10/11/2022	08:59:27	34.9	28.5	70.6
10/11/2022	08:59:28	34.9	28.6	70.6
10/11/2022	08:59:29	34.9	28.6	70.5
10/11/2022	08:59:30	34.9	28.6	70.4
10/11/2022	08:59:31	34.9	28.6	70.4
10/11/2022	08:59:32	34.9	28.6	70.4
10/11/2022	08:59:33	34.9	28.6	70.5
10/11/2022	08:59:35	34.9	28.6	70.5
10/11/2022	08:59:36	34.9	28.6	70.5
10/11/2022	08:59:37	34.9	28.6	70.5
10/11/2022	08:59:38	34.9	28.6	70.5
10/11/2022	08:59:39	34.9	28.6	70.5
10/11/2022	08:59:40	34.9	28.6	70.5
10/11/2022	08:59:41	34.9	28.6	70.4
10/11/2022	08:59:42	34.9	28.6	70.4
10/11/2022	08:59:43	34.9	28.6	70.3
10/11/2022	08:59:44	34.9	28.5	70.2
10/11/2022	08:59:45	34.9	28.5	70.1
10/11/2022	08:59:47	34.9	28.5	70.0
10/11/2022	08:59:48	34.9	28.5	70.0
10/11/2022	08:59:49	34.9	28.6	70.0
10/11/2022	08:59:50	34.9	28.6	70.0
10/11/2022	08:59:51	34.9	28.6	70.0
10/11/2022	08:59:52	34.9	28.6	70.2
10/11/2022	08:59:53	34.9	28.6	70.5
10/11/2022	08:59:54	34.9	28.6	70.7
10/11/2022	08:59:55	35.0	28.6	70.8
10/11/2022	08:59:56	35.0	28.6	71.0
10/11/2022	08:59:58	35.0	28.6	71.1
10/11/2022	08:59:59	35.0	28.6	71.3
10/11/2022	09:00:00	35.0	28.6	71.3
10/11/2022	09:00:01	34.9	28.6	71.2
10/11/2022	09:00:02	34.9	28.6	71.1
10/11/2022	09:00:03	34.9	28.6	71.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	09:00:04	34.9	28.6	70.9
10/11/2022	09:00:05	34.9	28.6	70.8
10/11/2022	09:00:06	34.9	28.6	70.7
10/11/2022	09:00:07	34.9	28.6	70.7
10/11/2022	09:00:08	34.9	28.6	70.6
10/11/2022	09:00:10	34.9	28.6	70.5
10/11/2022	09:00:11	34.9	28.6	70.5
10/11/2022	09:00:12	34.9	28.6	70.6
10/11/2022	09:00:13	34.9	28.6	70.8
10/11/2022	09:00:14	34.9	28.6	70.8
10/11/2022	09:00:15	34.9	28.6	70.8
10/11/2022	09:00:16	34.9	28.6	70.8
10/11/2022	09:00:17	34.9	28.6	70.8
10/11/2022	09:00:18	34.9	28.6	70.8
10/11/2022	09:00:19	34.9	28.6	70.8
10/11/2022	09:00:21	34.9	28.6	70.7
10/11/2022	09:00:22	34.9	28.6	70.6
10/11/2022	09:00:23	34.9	28.6	70.5
10/11/2022	09:00:24	34.9	28.6	70.5
10/11/2022	09:00:25	34.9	28.6	70.4
10/11/2022	09:00:26	34.9	28.6	70.4
10/11/2022	09:00:27	34.9	28.6	70.4
10/11/2022	09:00:28	34.9	28.6	70.3
10/11/2022	09:00:29	34.9	28.6	70.2
10/11/2022	09:00:30	34.9	28.6	70.2
10/11/2022	09:00:32	34.9	28.6	70.3
10/11/2022	09:00:33	34.9	28.6	70.5
10/11/2022	09:00:34	34.9	28.6	70.7
10/11/2022	09:00:35	34.9	28.6	70.8
10/11/2022	09:00:36	34.9	28.6	70.9
10/11/2022	09:00:37	34.9	28.6	71.0
10/11/2022	09:00:38	34.9	28.6	71.1
10/11/2022	09:00:39	34.9	28.6	71.2
10/11/2022	09:00:40	34.9	28.6	71.1
10/11/2022	09:00:41	34.9	28.6	71.0
10/11/2022	09:00:42	34.9	28.6	70.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	09:00:44	34.9	28.6	70.7
10/11/2022	09:00:45	34.9	28.6	70.7
10/11/2022	09:00:46	34.9	28.6	70.6
10/11/2022	09:00:47	34.9	28.6	70.5
10/11/2022	09:00:48	34.9	28.7	70.4
10/11/2022	09:00:49	34.9	28.7	70.4
10/11/2022	09:00:50	34.9	28.7	70.4
10/11/2022	09:00:51	34.9	28.7	70.4
10/11/2022	09:00:52	34.9	28.7	70.6
10/11/2022	09:00:53	34.9	28.7	70.7
10/11/2022	09:00:55	34.9	28.7	70.9
10/11/2022	09:00:56	34.9	28.7	71.0
10/11/2022	09:00:57	34.9	28.7	71.1
10/11/2022	09:00:58	34.9	28.7	71.2
10/11/2022	09:00:59	34.9	28.7	71.2
10/11/2022	09:01:00	34.9	28.7	71.2
10/11/2022	09:01:01	34.9	28.7	71.2
10/11/2022	09:01:02	34.9	28.6	71.1
10/11/2022	09:01:03	34.9	28.6	71.0
10/11/2022	09:01:04	34.9	28.6	70.9
10/11/2022	09:01:06	34.9	28.6	70.8
10/11/2022	09:01:07	34.9	28.6	70.7
10/11/2022	09:01:08	34.9	28.7	70.7
10/11/2022	09:01:09	34.9	28.7	70.7
10/11/2022	09:01:10	34.9	28.7	70.6
10/11/2022	09:01:11	34.9	28.7	70.6
10/11/2022	09:01:12	34.9	28.7	70.5
10/11/2022	09:01:13	34.9	28.7	70.5
10/11/2022	09:01:14	34.9	28.7	70.6
10/11/2022	09:01:16	34.9	28.7	70.6
10/11/2022	09:01:17	34.9	28.7	70.6
10/11/2022	09:01:18	34.9	28.7	70.7
10/11/2022	09:01:19	34.9	28.7	70.7
10/11/2022	09:01:20	34.9	28.6	70.6
10/11/2022	09:01:21	34.9	28.6	70.5
10/11/2022	09:01:22	34.9	28.6	70.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	09:01:23	34.9	28.6	70.3
10/11/2022	09:01:24	34.9	28.6	70.3
10/11/2022	09:01:25	34.9	28.6	70.2
10/11/2022	09:01:26	34.9	28.6	70.1
10/11/2022	09:01:28	34.9	28.6	70.1
10/11/2022	09:01:29	34.9	28.6	70.1
10/11/2022	09:01:30	35.0	28.6	70.1
10/11/2022	09:01:31	35.0	28.6	70.1
10/11/2022	09:01:32	35.0	28.7	70.2
10/11/2022	09:01:33	35.0	28.7	70.4
10/11/2022	09:01:34	35.0	28.7	70.6
10/11/2022	09:01:35	35.0	28.7	70.8
10/11/2022	09:01:36	35.0	28.7	71.0
10/11/2022	09:01:37	35.0	28.7	71.2
10/11/2022	09:01:39	35.0	28.7	71.4
10/11/2022	09:01:40	35.0	28.7	71.5
10/11/2022	09:01:41	34.9	28.7	71.5
10/11/2022	09:01:42	34.9	28.7	71.3
10/11/2022	09:01:43	34.9	28.7	71.1
10/11/2022	09:01:44	34.9	28.7	71.0
10/11/2022	09:01:45	34.9	28.7	70.9
10/11/2022	09:01:46	34.9	28.7	70.8
10/11/2022	09:01:47	34.9	28.7	70.7
10/11/2022	09:01:48	34.9	28.7	70.6
10/11/2022	09:01:49	34.9	28.7	70.6
10/11/2022	09:01:51	34.9	28.7	70.6
10/11/2022	09:01:52	34.9	28.7	70.6
10/11/2022	09:01:53	34.9	28.7	70.6
10/11/2022	09:01:54	34.9	28.7	70.6
10/11/2022	09:01:55	34.9	28.7	70.6
10/11/2022	09:01:56	34.9	28.7	70.6
10/11/2022	09:01:57	34.9	28.7	70.6
10/11/2022	09:01:58	34.9	28.7	70.6
10/11/2022	09:01:59	34.9	28.7	70.5
10/11/2022	09:02:00	34.9	28.7	70.5
10/11/2022	09:02:02	34.9	28.7	70.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35^aC-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	09:02:03	34.9	28.7	70.3
10/11/2022	09:02:04	34.9	28.7	70.3
10/11/2022	09:02:05	35.0	28.7	70.2
10/11/2022	09:02:06	34.9	28.7	70.2
10/11/2022	09:02:07	35.0	28.7	70.2
10/11/2022	09:02:08	35.0	28.7	70.1
10/11/2022	09:02:09	35.0	28.7	70.1
10/11/2022	09:02:10	35.0	28.7	70.1
10/11/2022	09:02:11	35.0	28.7	70.1
10/11/2022	09:02:13	35.0	28.7	70.2
10/11/2022	09:02:14	35.0	28.7	70.4
10/11/2022	09:02:15	35.0	28.7	70.6
10/11/2022	09:02:16	35.0	28.7	70.8
10/11/2022	09:02:17	35.0	28.7	71.0
10/11/2022	09:02:18	35.0	28.7	71.1
10/11/2022	09:02:19	35.0	28.7	71.1
10/11/2022	09:02:20	35.0	28.7	71.2
10/11/2022	09:02:21	35.0	28.7	71.1
10/11/2022	09:02:22	34.9	28.7	71.0
10/11/2022	09:02:23	35.0	28.7	70.9
10/11/2022	09:02:25	35.0	28.7	70.8
10/11/2022	09:02:26	34.9	28.7	70.7
10/11/2022	09:02:27	34.9	28.7	70.6
10/11/2022	09:02:28	34.9	28.7	70.6
10/11/2022	09:02:29	34.9	28.7	70.5
10/11/2022	09:02:30	34.9	28.7	70.5
10/11/2022	09:02:31	35.0	28.7	70.4
10/11/2022	09:02:32	35.0	28.7	70.5
10/11/2022	09:02:33	35.0	28.7	70.6
10/11/2022	09:02:35	35.0	28.7	70.7
10/11/2022	09:02:36	35.0	28.7	70.8
10/11/2022	09:02:37	35.0	28.7	70.8
10/11/2022	09:02:38	35.0	28.7	70.8
10/11/2022	09:02:39	35.0	28.7	70.9
10/11/2022	09:02:40	35.0	28.7	70.9
10/11/2022	09:02:41	35.0	28.7	70.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35^aC-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	09:02:42	35.0	28.6	70.7
10/11/2022	09:02:43	35.0	28.6	70.6
10/11/2022	09:02:45	34.9	28.7	70.6
10/11/2022	09:02:46	34.9	28.6	70.5
10/11/2022	09:02:47	34.9	28.7	70.5
10/11/2022	09:02:48	35.0	28.7	70.4
10/11/2022	09:02:49	35.0	28.7	70.4
10/11/2022	09:02:50	35.0	28.7	70.4
10/11/2022	09:02:51	35.0	28.7	70.3
10/11/2022	09:02:52	35.0	28.7	70.4
10/11/2022	09:02:53	35.0	28.7	70.5
10/11/2022	09:02:54	35.0	28.7	70.7
10/11/2022	09:02:55	35.0	28.7	70.9
10/11/2022	09:02:57	35.0	28.7	71.0
10/11/2022	09:02:58	35.0	28.7	71.1
10/11/2022	09:02:59	35.0	28.7	71.1
10/11/2022	09:03:00	35.0	28.7	71.1
10/11/2022	09:03:01	34.9	28.7	71.1
10/11/2022	09:03:02	34.9	28.7	70.9
10/11/2022	09:03:03	34.9	28.7	70.8
10/11/2022	09:03:04	34.9	28.7	70.7
10/11/2022	09:03:05	34.9	28.7	70.6
10/11/2022	09:03:06	34.9	28.7	70.6
10/11/2022	09:03:07	35.0	28.7	70.5
10/11/2022	09:03:09	35.0	28.7	70.5
10/11/2022	09:03:10	35.0	28.8	70.4
10/11/2022	09:03:11	35.0	28.8	70.4
10/11/2022	09:03:12	35.0	28.8	70.4
10/11/2022	09:03:13	35.0	28.8	70.5
10/11/2022	09:03:14	35.0	28.8	70.7
10/11/2022	09:03:15	35.0	28.8	70.8
10/11/2022	09:03:16	35.0	28.8	71.0
10/11/2022	09:03:17	35.0	28.8	71.1
10/11/2022	09:03:18	35.0	28.8	71.1
10/11/2022	09:03:19	35.0	28.8	71.1
10/11/2022	09:03:21	35.0	28.8	71.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	09:03:22	35.0	28.8	71.1
10/11/2022	09:03:23	35.0	28.8	71.0
10/11/2022	09:03:24	34.9	28.8	70.9
10/11/2022	09:03:25	35.0	28.8	70.7
10/11/2022	09:03:26	34.9	28.8	70.7
10/11/2022	09:03:27	34.9	28.8	70.6
10/11/2022	09:03:28	35.0	28.8	70.6
10/11/2022	09:03:29	35.0	28.8	70.5
10/11/2022	09:03:30	35.0	28.8	70.5
10/11/2022	09:03:32	35.0	28.8	70.5
10/11/2022	09:03:33	35.0	28.8	70.5
10/11/2022	09:03:34	35.0	28.8	70.6
10/11/2022	09:03:35	35.0	28.8	70.7
10/11/2022	09:03:36	35.0	28.8	70.7
10/11/2022	09:03:37	35.0	28.8	70.8
10/11/2022	09:03:38	35.0	28.8	70.8
10/11/2022	09:03:39	35.0	28.8	70.8
10/11/2022	09:03:40	35.0	28.8	70.8
10/11/2022	09:03:41	35.0	28.8	70.7
10/11/2022	09:03:43	35.0	28.8	70.6
10/11/2022	09:03:44	35.0	28.8	70.5
10/11/2022	09:03:45	35.0	28.7	70.5
10/11/2022	09:03:46	35.0	28.7	70.4
10/11/2022	09:03:47	35.0	28.7	70.4
10/11/2022	09:03:48	35.0	28.7	70.4
10/11/2022	09:03:49	35.0	28.7	70.3
10/11/2022	09:03:50	35.0	28.7	70.2
10/11/2022	09:03:51	35.0	28.8	70.2
10/11/2022	09:03:52	35.0	28.8	70.3
10/11/2022	09:03:54	35.0	28.7	70.4
10/11/2022	09:03:55	35.0	28.7	70.7
10/11/2022	09:03:56	35.0	28.7	70.9
10/11/2022	09:03:57	35.0	28.7	71.1
10/11/2022	09:03:58	35.0	28.7	71.3
10/11/2022	09:03:59	35.0	28.7	71.4
10/11/2022	09:04:00	35.0	28.7	71.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	09:04:01	35.0	28.7	71.5
10/11/2022	09:04:02	34.9	28.7	71.3
10/11/2022	09:04:04	34.9	28.7	71.2
10/11/2022	09:04:05	34.9	28.7	71.1
10/11/2022	09:04:06	34.9	28.7	70.9
10/11/2022	09:04:07	34.9	28.7	70.8
10/11/2022	09:04:08	35.0	28.7	70.8
10/11/2022	09:04:09	35.0	28.8	70.7
10/11/2022	09:04:10	35.0	28.8	70.7
10/11/2022	09:04:11	35.0	28.8	70.6
10/11/2022	09:04:12	35.0	28.8	70.6
10/11/2022	09:04:13	35.0	28.8	70.5
10/11/2022	09:04:15	35.0	28.8	70.6
10/11/2022	09:04:16	35.0	28.8	70.6
10/11/2022	09:04:17	35.0	28.8	70.5
10/11/2022	09:04:18	35.0	28.8	70.4
10/11/2022	09:04:19	35.0	28.7	70.4
10/11/2022	09:04:20	34.9	28.7	70.4
10/11/2022	09:04:21	35.0	28.7	70.4
10/11/2022	09:04:22	35.0	28.7	70.3
10/11/2022	09:04:23	35.0	28.7	70.3
10/11/2022	09:04:24	35.0	28.7	70.2
10/11/2022	09:04:25	35.0	28.7	70.2
10/11/2022	09:04:27	34.9	28.7	70.2
10/11/2022	09:04:28	35.0	28.7	70.1
10/11/2022	09:04:29	35.0	28.7	70.1
10/11/2022	09:04:30	35.0	28.8	70.1
10/11/2022	09:04:31	35.0	28.8	70.0
10/11/2022	09:04:32	35.0	28.8	70.1
10/11/2022	09:04:33	35.0	28.8	70.2
10/11/2022	09:04:34	35.0	28.8	70.5
10/11/2022	09:04:35	35.0	28.8	70.7
10/11/2022	09:04:36	35.0	28.8	70.8
10/11/2022	09:04:38	35.0	28.8	70.9
10/11/2022	09:04:39	35.0	28.8	71.0
10/11/2022	09:04:40	35.0	28.8	71.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35^aC-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	09:04:41	35.0	28.8	71.2
10/11/2022	09:04:42	35.0	28.8	71.1
10/11/2022	09:04:43	35.0	28.7	71.0
10/11/2022	09:04:44	35.0	28.7	70.8
10/11/2022	09:04:45	35.0	28.7	70.8
10/11/2022	09:04:46	34.9	28.8	70.8
10/11/2022	09:04:47	35.0	28.8	70.7
10/11/2022	09:04:48	35.0	28.8	70.7
10/11/2022	09:04:50	35.0	28.8	70.6
10/11/2022	09:04:51	35.0	28.8	70.6
10/11/2022	09:04:52	35.0	28.8	70.6
10/11/2022	09:04:53	35.0	28.8	70.6
10/11/2022	09:04:54	35.0	28.8	70.6
10/11/2022	09:04:55	35.0	28.8	70.7
10/11/2022	09:04:56	35.0	28.8	70.8
10/11/2022	09:04:57	35.0	28.8	70.8
10/11/2022	09:04:58	35.0	28.8	70.8
10/11/2022	09:04:59	35.0	28.8	70.8
10/11/2022	09:05:01	34.9	28.8	70.8
10/11/2022	09:05:02	34.9	28.8	70.7
10/11/2022	09:05:03	34.9	28.8	70.6
10/11/2022	09:05:04	34.9	28.8	70.5
10/11/2022	09:05:05	34.9	28.8	70.4
10/11/2022	09:05:06	34.9	28.8	70.4
10/11/2022	09:05:07	34.9	28.8	70.3
10/11/2022	09:05:08	35.0	28.8	70.3
10/11/2022	09:05:09	35.0	28.8	70.2
10/11/2022	09:05:10	35.0	28.8	70.2
10/11/2022	09:05:12	35.0	28.8	70.2
10/11/2022	09:05:13	35.0	28.8	70.3
10/11/2022	09:05:14	35.0	28.8	70.5
10/11/2022	09:05:15	35.0	28.8	70.7
10/11/2022	09:05:16	35.0	28.8	70.9
10/11/2022	09:05:17	35.0	28.8	71.0
10/11/2022	09:05:18	35.0	28.8	71.1
10/11/2022	09:05:19	35.0	28.8	71.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35^aC-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	09:05:20	35.0	28.8	71.2
10/11/2022	09:05:21	35.0	28.8	71.2
10/11/2022	09:05:23	35.0	28.8	71.1
10/11/2022	09:05:24	35.0	28.8	71.0
10/11/2022	09:05:25	35.0	28.8	70.9
10/11/2022	09:05:26	35.0	28.8	70.8
10/11/2022	09:05:27	35.0	28.8	70.8
10/11/2022	09:05:28	35.0	28.8	70.7
10/11/2022	09:05:29	35.0	28.8	70.6
10/11/2022	09:05:30	35.0	28.8	70.6
10/11/2022	09:05:31	35.0	28.8	70.5
10/11/2022	09:05:32	35.0	28.8	70.5
10/11/2022	09:05:34	35.0	28.8	70.5
10/11/2022	09:05:35	35.0	28.8	70.6
10/11/2022	09:05:36	35.0	28.8	70.7
10/11/2022	09:05:37	35.0	28.8	70.8
10/11/2022	09:05:38	35.0	28.8	70.9
10/11/2022	09:05:39	35.0	28.8	70.9
10/11/2022	09:05:40	35.0	28.8	70.9
10/11/2022	09:05:41	35.0	28.8	70.9
10/11/2022	09:05:42	35.0	28.8	70.8
10/11/2022	09:05:43	34.9	28.8	70.7
10/11/2022	09:05:45	35.0	28.8	70.6
10/11/2022	09:05:46	34.9	28.8	70.5
10/11/2022	09:05:47	35.0	28.8	70.4
10/11/2022	09:05:48	34.9	28.8	70.3
10/11/2022	09:05:49	35.0	28.8	70.3
10/11/2022	09:05:50	35.0	28.8	70.2
10/11/2022	09:05:51	35.0	28.8	70.3
10/11/2022	09:05:52	35.0	28.8	70.3
10/11/2022	09:05:53	35.0	28.8	70.5
10/11/2022	09:05:54	35.0	28.9	70.6
10/11/2022	09:05:55	35.0	28.9	70.8
10/11/2022	09:05:57	35.0	28.9	71.1
10/11/2022	09:05:58	35.0	28.9	71.3
10/11/2022	09:05:59	35.0	28.9	71.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	09:06:00	35.0	28.9	71.5
10/11/2022	09:06:01	35.0	28.8	71.6
10/11/2022	09:06:02	35.0	28.8	71.5
10/11/2022	09:06:03	35.0	28.8	71.4
10/11/2022	09:06:04	34.9	28.8	71.2
10/11/2022	09:06:05	34.9	28.8	71.0
10/11/2022	09:06:06	34.9	28.8	70.9
10/11/2022	09:06:08	34.9	28.8	70.9
10/11/2022	09:06:09	34.9	28.8	70.8
10/11/2022	09:06:10	34.9	28.8	70.7
10/11/2022	09:06:11	34.9	28.8	70.6
10/11/2022	09:06:12	34.9	28.8	70.6
10/11/2022	09:06:13	34.9	28.8	70.5
10/11/2022	09:06:14	34.9	28.8	70.6
10/11/2022	09:06:15	35.0	28.8	70.6
10/11/2022	09:06:16	35.0	28.8	70.6
10/11/2022	09:06:17	35.0	28.8	70.5
10/11/2022	09:06:19	35.0	28.8	70.5
10/11/2022	09:06:20	35.0	28.8	70.5
10/11/2022	09:06:21	35.0	28.8	70.4
10/11/2022	09:06:22	35.0	28.8	70.4
10/11/2022	09:06:23	35.0	28.8	70.3
10/11/2022	09:06:24	35.0	28.8	70.3
10/11/2022	09:06:25	35.0	28.8	70.2
10/11/2022	09:06:26	35.0	28.8	70.2
10/11/2022	09:06:27	35.0	28.8	70.2
10/11/2022	09:06:28	35.0	28.8	70.2
10/11/2022	09:06:30	35.0	28.8	70.1
10/11/2022	09:06:31	35.0	28.8	70.1
10/11/2022	09:06:32	35.0	28.8	70.0
10/11/2022	09:06:33	35.0	28.8	70.1
10/11/2022	09:06:34	35.0	28.8	70.2
10/11/2022	09:06:35	35.0	28.8	70.4
10/11/2022	09:06:36	35.0	28.8	70.6
10/11/2022	09:06:37	35.0	28.8	70.9
10/11/2022	09:06:38	35.0	28.8	71.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	09:06:40	35.0	28.8	71.3
10/11/2022	09:06:41	35.0	28.8	71.4
10/11/2022	09:06:42	35.0	28.8	71.5
10/11/2022	09:06:43	35.0	28.8	71.4
10/11/2022	09:06:44	35.0	28.8	71.2
10/11/2022	09:06:45	35.0	28.8	71.0
10/11/2022	09:06:46	34.9	28.8	70.9
10/11/2022	09:06:47	34.9	28.8	70.8
10/11/2022	09:06:48	34.9	28.8	70.7
10/11/2022	09:06:49	34.9	28.8	70.6
10/11/2022	09:06:51	35.0	28.8	70.6
10/11/2022	09:06:52	34.9	28.8	70.6
10/11/2022	09:06:53	34.9	28.8	70.6
10/11/2022	09:06:54	34.9	28.9	70.7
10/11/2022	09:06:55	34.9	28.9	70.7
10/11/2022	09:06:56	34.9	28.9	70.7
10/11/2022	09:06:57	35.0	28.9	70.7
10/11/2022	09:06:58	34.9	28.9	70.7
10/11/2022	09:06:59	34.9	28.9	70.7
10/11/2022	09:07:00	34.9	28.9	70.6
10/11/2022	09:07:01	34.9	28.9	70.5
10/11/2022	09:07:03	34.9	28.9	70.4
10/11/2022	09:07:04	34.9	28.9	70.3
10/11/2022	09:07:05	34.9	28.8	70.3
10/11/2022	09:07:06	34.9	28.8	70.3
10/11/2022	09:07:07	34.9	28.8	70.3
10/11/2022	09:07:08	34.9	28.9	70.2
10/11/2022	09:07:09	35.0	28.9	70.2
10/11/2022	09:07:10	35.0	28.9	70.2
10/11/2022	09:07:11	35.0	28.9	70.2
10/11/2022	09:07:12	35.0	28.9	70.2
10/11/2022	09:07:13	35.0	28.9	70.2
10/11/2022	09:07:15	35.0	28.9	70.4
10/11/2022	09:07:16	35.0	28.9	70.6
10/11/2022	09:07:17	35.0	28.9	70.8
10/11/2022	09:07:18	35.0	28.9	71.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	09:07:19	35.0	28.9	71.1
10/11/2022	09:07:20	35.0	28.9	71.2
10/11/2022	09:07:21	35.0	28.9	71.3
10/11/2022	09:07:22	34.9	28.9	71.2
10/11/2022	09:07:23	34.9	28.9	71.1
10/11/2022	09:07:24	34.9	28.9	70.9
10/11/2022	09:07:26	34.9	28.9	70.8
10/11/2022	09:07:27	34.9	28.9	70.7
10/11/2022	09:07:28	34.9	28.9	70.6
10/11/2022	09:07:29	34.9	28.9	70.5
10/11/2022	09:07:30	34.9	28.9	70.4
10/11/2022	09:07:31	34.9	28.9	70.4
10/11/2022	09:07:32	34.9	28.9	70.4
10/11/2022	09:07:33	34.9	28.9	70.6
10/11/2022	09:07:34	34.9	28.9	70.8
10/11/2022	09:07:36	34.9	28.9	70.9
10/11/2022	09:07:37	34.9	28.9	71.0
10/11/2022	09:07:38	34.9	28.9	71.1
10/11/2022	09:07:39	35.0	28.9	71.2
10/11/2022	09:07:40	35.0	28.9	71.2
10/11/2022	09:07:41	35.0	28.9	71.3
10/11/2022	09:07:42	34.9	28.9	71.2
10/11/2022	09:07:43	35.0	28.9	71.0
10/11/2022	09:07:44	35.0	28.9	70.9
10/11/2022	09:07:46	34.9	28.9	70.8
10/11/2022	09:07:47	35.0	28.9	70.7
10/11/2022	09:07:48	35.0	28.9	70.7
10/11/2022	09:07:49	35.0	28.9	70.7
10/11/2022	09:07:50	35.0	28.9	70.5
10/11/2022	09:07:51	35.0	29.0	70.5
10/11/2022	09:07:52	35.0	29.0	70.5
10/11/2022	09:07:53	35.0	29.0	70.6
10/11/2022	09:07:54	35.0	29.0	70.7
10/11/2022	09:07:55	35.0	29.0	70.8
10/11/2022	09:07:57	35.0	29.0	70.8
10/11/2022	09:07:58	35.0	29.0	70.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	09:07:59	35.0	29.0	71.0
10/11/2022	09:08:00	35.0	29.0	71.0
10/11/2022	09:08:01	35.0	29.0	71.0
10/11/2022	09:08:02	34.9	28.9	70.9
10/11/2022	09:08:03	34.9	28.9	70.8
10/11/2022	09:08:04	34.9	28.9	70.7
10/11/2022	09:08:06	34.9	29.0	70.6
10/11/2022	09:08:07	34.9	28.9	70.6
10/11/2022	09:08:08	34.9	28.9	70.5
10/11/2022	09:08:09	34.9	28.9	70.5
10/11/2022	09:08:10	34.9	29.0	70.4
10/11/2022	09:08:11	35.0	29.0	70.4
10/11/2022	09:08:12	35.0	29.0	70.4
10/11/2022	09:08:13	35.0	29.0	70.5
10/11/2022	09:08:14	35.0	29.0	70.6
10/11/2022	09:08:16	35.0	29.0	70.7
10/11/2022	09:08:17	35.0	29.0	70.9
10/11/2022	09:08:18	35.0	29.0	71.0
10/11/2022	09:08:19	35.0	29.0	71.1
10/11/2022	09:08:20	35.0	29.0	71.2
10/11/2022	09:08:21	35.0	29.0	71.2
10/11/2022	09:08:22	35.0	29.0	71.2
10/11/2022	09:08:23	34.9	29.0	71.1
10/11/2022	09:08:24	34.9	29.0	71.1
10/11/2022	09:08:25	34.9	29.0	70.9
10/11/2022	09:08:26	34.9	29.0	70.8
10/11/2022	09:08:28	34.9	29.0	70.8
10/11/2022	09:08:29	34.9	29.0	70.7
10/11/2022	09:08:30	34.9	29.0	70.7
10/11/2022	09:08:31	34.9	29.0	70.6
10/11/2022	09:08:32	34.9	29.0	70.6
10/11/2022	09:08:33	34.9	29.0	70.6
10/11/2022	09:08:34	34.9	28.9	70.6
10/11/2022	09:08:35	34.9	28.9	70.6
10/11/2022	09:08:36	34.9	28.9	70.6
10/11/2022	09:08:37	34.9	28.9	70.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	09:08:39	34.9	28.9	70.5
10/11/2022	09:08:40	34.9	28.9	70.5
10/11/2022	09:08:41	34.9	28.9	70.5
10/11/2022	09:08:42	34.9	28.9	70.5
10/11/2022	09:08:43	34.9	28.9	70.4
10/11/2022	09:08:44	35.0	28.9	70.4
10/11/2022	09:08:45	34.9	28.9	70.3
10/11/2022	09:08:46	35.0	28.9	70.3
10/11/2022	09:08:47	35.0	28.9	70.2
10/11/2022	09:08:49	35.0	28.9	70.2
10/11/2022	09:08:50	35.0	29.0	70.1
10/11/2022	09:08:51	35.0	29.0	70.0
10/11/2022	09:08:52	35.0	29.0	70.0
10/11/2022	09:08:53	35.0	29.0	70.0
10/11/2022	09:08:54	35.0	29.0	70.2
10/11/2022	09:08:55	35.0	29.0	70.4
10/11/2022	09:08:56	35.0	29.0	70.6
10/11/2022	09:08:57	35.0	29.0	70.9
10/11/2022	09:08:58	35.0	29.0	71.1
10/11/2022	09:09:00	35.0	29.0	71.3
10/11/2022	09:09:01	35.0	29.0	71.5
10/11/2022	09:09:02	35.0	29.0	71.5
10/11/2022	09:09:03	35.0	28.9	71.5
10/11/2022	09:09:04	34.9	28.9	71.4
10/11/2022	09:09:05	34.9	28.9	71.3
10/11/2022	09:09:06	34.9	28.9	71.1
10/11/2022	09:09:07	34.9	28.9	70.9
10/11/2022	09:09:08	34.9	28.9	70.9
10/11/2022	09:09:09	34.9	29.0	70.8
10/11/2022	09:09:11	34.9	29.0	70.8
10/11/2022	09:09:12	34.9	28.9	70.7
10/11/2022	09:09:13	34.9	29.0	70.7
10/11/2022	09:09:14	34.9	29.0	70.7
10/11/2022	09:09:15	34.9	29.0	70.7
10/11/2022	09:09:16	34.9	29.0	70.7
10/11/2022	09:09:17	35.0	29.0	70.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	09:09:18	35.0	29.0	70.6
10/11/2022	09:09:19	35.0	29.0	70.6
10/11/2022	09:09:20	35.0	29.0	70.6
10/11/2022	09:09:22	35.0	28.9	70.5
10/11/2022	09:09:23	35.0	29.0	70.5
10/11/2022	09:09:24	35.0	29.0	70.5
10/11/2022	09:09:25	34.9	28.9	70.4
10/11/2022	09:09:26	34.9	29.0	70.4
10/11/2022	09:09:27	35.0	29.0	70.4
10/11/2022	09:09:28	35.0	29.0	70.3
10/11/2022	09:09:29	35.0	29.0	70.3
10/11/2022	09:09:30	35.0	29.0	70.3
10/11/2022	09:09:32	35.0	29.0	70.2
10/11/2022	09:09:33	35.0	29.0	70.2
10/11/2022	09:09:34	35.0	29.0	70.3
10/11/2022	09:09:35	35.0	29.0	70.4
10/11/2022	09:09:36	35.0	29.0	70.6
10/11/2022	09:09:37	35.0	29.0	70.8
10/11/2022	09:09:38	35.0	29.0	70.8
10/11/2022	09:09:39	35.0	29.0	70.9
10/11/2022	09:09:40	35.0	29.0	70.9
10/11/2022	09:09:41	35.0	29.0	71.0
10/11/2022	09:09:43	34.9	29.0	70.9
10/11/2022	09:09:44	34.9	29.0	70.8
10/11/2022	09:09:45	34.9	29.0	70.7
10/11/2022	09:09:46	34.9	29.0	70.6
10/11/2022	09:09:47	34.9	29.0	70.5
10/11/2022	09:09:48	34.9	29.0	70.5
10/11/2022	09:09:49	34.9	29.0	70.4
10/11/2022	09:09:50	35.0	29.0	70.4
10/11/2022	09:09:51	35.0	29.0	70.4
10/11/2022	09:09:52	35.0	29.0	70.4
10/11/2022	09:09:53	35.0	29.0	70.5
10/11/2022	09:09:55	35.0	29.0	70.6
10/11/2022	09:09:56	35.0	29.0	70.8
10/11/2022	09:09:57	35.0	29.0	71.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	09:09:58	35.0	29.0	71.2
10/11/2022	09:09:59	35.0	29.0	71.2
10/11/2022	09:10:00	35.0	29.0	71.3
10/11/2022	09:10:01	35.0	29.0	71.3
10/11/2022	09:10:02	34.9	29.0	71.3
10/11/2022	09:10:03	34.9	29.0	71.2
10/11/2022	09:10:05	34.9	29.0	71.0
10/11/2022	09:10:06	34.9	29.0	70.9
10/11/2022	09:10:07	34.9	29.0	70.8
10/11/2022	09:10:08	34.9	29.0	70.8
10/11/2022	09:10:09	34.9	29.0	70.7
10/11/2022	09:10:10	35.0	29.0	70.6
10/11/2022	09:10:11	34.9	29.0	70.6
10/11/2022	09:10:12	34.9	29.0	70.5
10/11/2022	09:10:13	34.9	29.0	70.5
10/11/2022	09:10:14	34.9	29.0	70.4
10/11/2022	09:10:15	34.9	29.0	70.5
10/11/2022	09:10:17	35.0	29.0	70.5
10/11/2022	09:10:18	35.0	29.0	70.5
10/11/2022	09:10:19	35.0	29.0	70.6
10/11/2022	09:10:20	35.0	29.0	70.6
10/11/2022	09:10:21	34.9	29.0	70.6
10/11/2022	09:10:22	35.0	29.0	70.6
10/11/2022	09:10:23	35.0	29.0	70.6
10/11/2022	09:10:24	35.0	29.0	70.5
10/11/2022	09:10:25	35.0	29.0	70.5
10/11/2022	09:10:27	35.0	29.0	70.4
10/11/2022	09:10:28	35.0	29.0	70.3
10/11/2022	09:10:29	35.0	29.0	70.2
10/11/2022	09:10:30	35.0	29.0	70.2
10/11/2022	09:10:31	35.0	29.0	70.2
10/11/2022	09:10:32	35.0	29.0	70.2
10/11/2022	09:10:33	35.0	29.0	70.2
10/11/2022	09:10:34	35.0	29.0	70.2
10/11/2022	09:10:35	35.0	29.0	70.4
10/11/2022	09:10:36	35.0	29.0	70.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	09:10:38	35.0	29.0	70.8
10/11/2022	09:10:39	35.0	29.0	71.0
10/11/2022	09:10:40	35.0	29.0	71.1
10/11/2022	09:10:41	35.0	28.9	71.2
10/11/2022	09:10:42	35.0	28.9	71.3
10/11/2022	09:10:43	35.0	28.9	71.2
10/11/2022	09:10:44	34.9	28.9	71.1
10/11/2022	09:10:45	34.9	28.9	70.9
10/11/2022	09:10:46	34.9	28.9	70.8
10/11/2022	09:10:47	34.9	28.9	70.7
10/11/2022	09:10:49	34.9	28.9	70.6
10/11/2022	09:10:50	34.9	28.9	70.5
10/11/2022	09:10:51	34.9	28.9	70.5
10/11/2022	09:10:52	35.0	28.9	70.4
10/11/2022	09:10:53	35.0	28.9	70.5
10/11/2022	09:10:54	35.0	28.9	70.5
10/11/2022	09:10:55	35.0	28.9	70.5
10/11/2022	09:10:56	35.0	28.9	70.5
10/11/2022	09:10:58	35.0	28.9	70.5
10/11/2022	09:10:59	35.0	29.0	70.5
10/11/2022	09:11:00	34.9	28.9	70.5
10/11/2022	09:11:01	34.9	28.9	70.5
10/11/2022	09:11:02	34.9	28.9	70.5
10/11/2022	09:11:03	34.9	28.9	70.5
10/11/2022	09:11:04	34.9	28.9	70.5
10/11/2022	09:11:05	34.9	29.0	70.5
10/11/2022	09:11:06	34.9	29.0	70.5
10/11/2022	09:11:08	34.9	29.0	70.4
10/11/2022	09:11:09	34.9	29.0	70.4
10/11/2022	09:11:10	35.0	29.0	70.4
10/11/2022	09:11:11	35.0	29.0	70.3
10/11/2022	09:11:12	35.0	29.0	70.2
10/11/2022	09:11:13	35.0	29.0	70.2
10/11/2022	09:11:14	35.0	29.0	70.2
10/11/2022	09:11:15	35.0	29.0	70.4
10/11/2022	09:11:16	35.0	29.0	70.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	09:11:17	35.0	29.0	70.8
10/11/2022	09:11:19	35.0	29.0	70.9
10/11/2022	09:11:20	35.0	29.0	71.0
10/11/2022	09:11:21	35.0	29.0	71.1
10/11/2022	09:11:22	35.0	29.0	71.1
10/11/2022	09:11:23	34.9	29.0	71.0
10/11/2022	09:11:24	34.9	29.0	70.9
10/11/2022	09:11:25	34.9	29.0	70.8
10/11/2022	09:11:26	34.9	29.0	70.7
10/11/2022	09:11:27	34.9	29.0	70.6
10/11/2022	09:11:28	34.9	29.0	70.6
10/11/2022	09:11:29	34.9	29.0	70.5
10/11/2022	09:11:31	34.9	29.0	70.4
10/11/2022	09:11:32	34.9	29.0	70.4
10/11/2022	09:11:33	35.0	29.0	70.4
10/11/2022	09:11:34	35.0	29.0	70.4
10/11/2022	09:11:35	35.0	29.0	70.4
10/11/2022	09:11:36	35.0	29.0	70.5
10/11/2022	09:11:37	35.0	29.0	70.6
10/11/2022	09:11:38	35.0	29.0	70.7
10/11/2022	09:11:39	35.0	29.0	70.8
10/11/2022	09:11:40	35.0	29.0	70.8
10/11/2022	09:11:42	35.0	29.0	70.8
10/11/2022	09:11:43	35.0	29.0	70.7
10/11/2022	09:11:44	35.0	29.0	70.7
10/11/2022	09:11:45	35.0	29.0	70.7
10/11/2022	09:11:46	35.0	29.0	70.6
10/11/2022	09:11:47	35.0	29.0	70.6
10/11/2022	09:11:48	35.0	29.0	70.5
10/11/2022	09:11:49	35.0	29.0	70.5
10/11/2022	09:11:50	35.0	29.0	70.4
10/11/2022	09:11:52	35.0	29.0	70.4
10/11/2022	09:11:53	35.0	29.0	70.3
10/11/2022	09:11:54	35.0	29.0	70.3
10/11/2022	09:11:55	35.0	29.0	70.4
10/11/2022	09:11:56	35.0	29.0	70.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	09:11:57	35.0	29.0	70.7
10/11/2022	09:11:58	35.0	29.0	70.8
10/11/2022	09:11:59	35.0	29.0	70.9
10/11/2022	09:12:00	35.0	29.0	71.0
10/11/2022	09:12:01	34.9	29.0	71.0
10/11/2022	09:12:03	34.9	29.0	70.9
10/11/2022	09:12:04	34.9	29.0	70.8
10/11/2022	09:12:05	34.9	29.0	70.7
10/11/2022	09:12:06	34.9	29.0	70.6
10/11/2022	09:12:07	34.9	29.0	70.5
10/11/2022	09:12:08	34.9	29.0	70.4
10/11/2022	09:12:09	35.0	29.0	70.4
10/11/2022	09:12:10	35.0	29.0	70.4
10/11/2022	09:12:11	35.0	29.0	70.3
10/11/2022	09:12:13	35.0	29.0	70.3
10/11/2022	09:12:14	35.0	29.1	70.4
10/11/2022	09:12:15	35.0	29.0	70.4
10/11/2022	09:12:16	35.0	29.0	70.6
10/11/2022	09:12:17	35.0	29.0	70.8
10/11/2022	09:12:18	35.0	29.1	70.9
10/11/2022	09:12:19	35.0	29.0	71.1
10/11/2022	09:12:20	35.0	29.1	71.2
10/11/2022	09:12:21	35.0	29.0	71.3
10/11/2022	09:12:22	35.0	29.0	71.3
10/11/2022	09:12:24	34.9	29.0	71.3
10/11/2022	09:12:25	34.9	29.0	71.2
10/11/2022	09:12:26	34.9	29.0	71.0
10/11/2022	09:12:27	34.9	29.0	70.9
10/11/2022	09:12:28	34.9	29.0	70.8
10/11/2022	09:12:29	34.9	29.0	70.8
10/11/2022	09:12:30	34.9	29.0	70.7
10/11/2022	09:12:31	34.9	29.1	70.6
10/11/2022	09:12:32	35.0	29.1	70.6
10/11/2022	09:12:33	35.0	29.1	70.7
10/11/2022	09:12:35	35.0	29.1	70.7
10/11/2022	09:12:36	35.0	29.1	70.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35^aC-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	09:12:37	35.0	29.1	70.9
10/11/2022	09:12:38	35.0	29.1	70.9
10/11/2022	09:12:39	35.0	29.1	70.9
10/11/2022	09:12:40	35.0	29.1	71.0
10/11/2022	09:12:41	35.0	29.1	71.0
10/11/2022	09:12:42	35.0	29.1	71.0
10/11/2022	09:12:43	35.0	29.1	70.9
10/11/2022	09:12:44	35.0	29.1	70.8
10/11/2022	09:12:45	35.0	29.1	70.7
10/11/2022	09:12:46	35.0	29.1	70.6
10/11/2022	09:12:48	34.9	29.1	70.5
10/11/2022	09:12:49	35.0	29.1	70.5
10/11/2022	09:12:50	35.0	29.1	70.4
10/11/2022	09:12:51	35.0	29.1	70.4
10/11/2022	09:12:52	35.0	29.1	70.3
10/11/2022	09:12:53	35.0	29.1	70.3
10/11/2022	09:12:54	35.0	29.1	70.4
10/11/2022	09:12:55	35.0	29.1	70.5
10/11/2022	09:12:56	35.0	29.1	70.8
10/11/2022	09:12:58	35.0	29.1	71.0
10/11/2022	09:12:59	35.0	29.1	71.1
10/11/2022	09:13:00	35.0	29.1	71.2
10/11/2022	09:13:01	35.0	29.1	71.3
10/11/2022	09:13:02	35.0	29.1	71.3
10/11/2022	09:13:03	35.0	29.1	71.3
10/11/2022	09:13:04	35.0	29.1	71.3
10/11/2022	09:13:05	35.0	29.1	71.1
10/11/2022	09:13:07	35.0	29.1	71.0
10/11/2022	09:13:08	35.0	29.1	71.0
10/11/2022	09:13:09	34.9	29.1	70.9
10/11/2022	09:13:10	34.9	29.1	70.9
10/11/2022	09:13:11	35.0	29.1	70.9
10/11/2022	09:13:12	35.0	29.1	70.8
10/11/2022	09:13:13	34.9	29.1	70.7
10/11/2022	09:13:14	34.9	29.1	70.7
10/11/2022	09:13:15	34.9	29.1	70.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	09:13:16	35.0	29.1	70.6
10/11/2022	09:13:17	35.0	29.1	70.6
10/11/2022	09:13:18	35.0	29.1	70.6
10/11/2022	09:13:20	35.0	29.1	70.6
10/11/2022	09:13:21	35.0	29.1	70.6
10/11/2022	09:13:22	34.9	29.1	70.5
10/11/2022	09:13:23	34.9	29.1	70.5
10/11/2022	09:13:24	34.9	29.1	70.5
10/11/2022	09:13:25	34.9	29.1	70.5
10/11/2022	09:13:26	34.9	29.1	70.4
10/11/2022	09:13:27	34.9	29.1	70.3
10/11/2022	09:13:28	34.9	29.1	70.3
10/11/2022	09:13:30	35.0	29.1	70.3
10/11/2022	09:13:31	35.0	29.1	70.3
10/11/2022	09:13:32	35.0	29.1	70.2
10/11/2022	09:13:33	35.0	29.1	70.1
10/11/2022	09:13:34	35.0	29.1	70.1
10/11/2022	09:13:35	35.0	29.1	70.2
10/11/2022	09:13:36	35.0	29.1	70.4
10/11/2022	09:13:37	35.0	29.1	70.6
10/11/2022	09:13:38	35.0	29.1	70.8
10/11/2022	09:13:40	35.0	29.1	71.0
10/11/2022	09:13:41	35.0	29.1	71.2
10/11/2022	09:13:42	35.0	29.1	71.3
10/11/2022	09:13:43	35.0	29.1	71.3
10/11/2022	09:13:44	35.0	29.1	71.2
10/11/2022	09:13:45	35.0	29.1	71.2
10/11/2022	09:13:46	35.0	29.1	71.1
10/11/2022	09:13:47	35.0	29.1	70.9
10/11/2022	09:13:48	35.0	29.1	70.8
10/11/2022	09:13:49	35.0	29.1	70.7
10/11/2022	09:13:51	35.0	29.1	70.7
10/11/2022	09:13:52	35.0	29.1	70.6
10/11/2022	09:13:53	35.0	29.1	70.6
10/11/2022	09:13:54	35.0	29.1	70.5
10/11/2022	09:13:55	35.0	29.1	70.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35^aC-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	09:13:56	35.0	29.1	70.5
10/11/2022	09:13:57	35.0	29.1	70.6
10/11/2022	09:13:58	35.0	29.1	70.7
10/11/2022	09:13:59	35.0	29.1	70.7
10/11/2022	09:14:00	35.0	29.1	70.7
10/11/2022	09:14:02	35.0	29.1	70.6
10/11/2022	09:14:03	35.0	29.1	70.6
10/11/2022	09:14:04	35.0	29.1	70.6
10/11/2022	09:14:05	35.0	29.1	70.5
10/11/2022	09:14:06	35.0	29.1	70.4
10/11/2022	09:14:07	35.0	29.1	70.4
10/11/2022	09:14:08	35.0	29.1	70.4
10/11/2022	09:14:09	35.0	29.1	70.3
10/11/2022	09:14:10	35.0	29.1	70.3
10/11/2022	09:14:12	35.0	29.1	70.3
10/11/2022	09:14:13	35.0	29.1	70.2
10/11/2022	09:14:14	35.0	29.1	70.2
10/11/2022	09:14:15	35.0	29.1	70.3
10/11/2022	09:14:16	35.0	29.1	70.5
10/11/2022	09:14:17	35.0	29.1	70.7
10/11/2022	09:14:18	35.0	29.1	70.8
10/11/2022	09:14:19	35.0	29.1	71.0
10/11/2022	09:14:21	35.0	29.1	71.1
10/11/2022	09:14:22	35.0	29.1	71.2
10/11/2022	09:14:23	35.0	29.1	71.2
10/11/2022	09:14:24	35.0	29.1	71.1
10/11/2022	09:14:25	34.9	29.1	70.9
10/11/2022	09:14:26	35.0	29.1	70.8
10/11/2022	09:14:27	35.0	29.1	70.7
10/11/2022	09:14:28	35.0	29.1	70.6
10/11/2022	09:14:29	35.0	29.1	70.5
10/11/2022	09:14:30	35.0	29.1	70.5
10/11/2022	09:14:32	35.0	29.1	70.4
10/11/2022	09:14:33	35.0	29.1	70.3
10/11/2022	09:14:34	35.0	29.1	70.4
10/11/2022	09:14:35	35.0	29.1	70.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	09:14:36	35.0	29.1	70.7
10/11/2022	09:14:37	35.0	29.1	70.8
10/11/2022	09:14:38	35.0	29.1	70.9
10/11/2022	09:14:39	35.0	29.1	71.0
10/11/2022	09:14:40	35.0	29.1	71.0
10/11/2022	09:14:41	35.0	29.1	71.2
10/11/2022	09:14:43	35.0	29.1	71.1
10/11/2022	09:14:44	34.9	29.1	71.1
10/11/2022	09:14:45	34.9	29.1	71.0
10/11/2022	09:14:46	35.0	29.1	70.9
10/11/2022	09:14:47	35.0	29.1	70.8
10/11/2022	09:14:48	34.9	29.1	70.8
10/11/2022	09:14:49	35.0	29.1	70.8
10/11/2022	09:14:50	35.0	29.1	70.7
10/11/2022	09:14:51	35.0	29.1	70.6
10/11/2022	09:14:53	35.0	29.1	70.5
10/11/2022	09:14:54	35.0	29.2	70.5
10/11/2022	09:14:55	35.0	29.2	70.6
10/11/2022	09:14:56	35.0	29.2	70.6
10/11/2022	09:14:57	35.0	29.2	70.8
10/11/2022	09:14:58	35.0	29.1	70.9
10/11/2022	09:14:59	35.0	29.1	71.0
10/11/2022	09:15:00	35.0	29.1	71.0
10/11/2022	09:15:01	35.0	29.1	71.0
10/11/2022	09:15:03	35.0	29.1	71.0
10/11/2022	09:15:04	35.0	29.1	70.9
10/11/2022	09:15:05	35.0	29.1	70.8
10/11/2022	09:15:06	35.0	29.1	70.7
10/11/2022	09:15:07	35.0	29.1	70.6
10/11/2022	09:15:08	35.0	29.1	70.6
10/11/2022	09:15:09	35.0	29.1	70.5
10/11/2022	09:15:10	35.0	29.1	70.4
10/11/2022	09:15:11	35.0	29.1	70.4
10/11/2022	09:15:12	35.0	29.1	70.4
10/11/2022	09:15:14	35.0	29.1	70.4
10/11/2022	09:15:15	35.0	29.1	70.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	09:15:16	35.0	29.1	70.6
10/11/2022	09:15:17	35.0	29.1	70.7
10/11/2022	09:15:18	35.0	29.1	70.9
10/11/2022	09:15:19	35.0	29.1	71.1
10/11/2022	09:15:20	35.0	29.1	71.2
10/11/2022	09:15:21	35.0	29.1	71.3
10/11/2022	09:15:22	35.0	29.1	71.3
10/11/2022	09:15:23	35.0	29.1	71.3
10/11/2022	09:15:25	35.0	29.1	71.2
10/11/2022	09:15:26	35.0	29.1	71.1
10/11/2022	09:15:27	35.0	29.1	70.9
10/11/2022	09:15:28	35.0	29.1	70.8
10/11/2022	09:15:29	35.0	29.1	70.7
10/11/2022	09:15:30	35.0	29.2	70.6
10/11/2022	09:15:31	35.0	29.2	70.5
10/11/2022	09:15:32	35.0	29.2	70.5
10/11/2022	09:15:33	35.0	29.2	70.5
10/11/2022	09:15:34	35.0	29.2	70.6
10/11/2022	09:15:36	35.0	29.2	70.6
10/11/2022	09:15:37	35.0	29.2	70.6
10/11/2022	09:15:38	35.0	29.2	70.6
10/11/2022	09:15:39	35.0	29.2	70.6
10/11/2022	09:15:40	35.0	29.1	70.6
10/11/2022	09:15:41	35.0	29.1	70.7
10/11/2022	09:15:42	35.0	29.1	70.6
10/11/2022	09:15:43	35.0	29.1	70.5
10/11/2022	09:15:44	35.0	29.1	70.5
10/11/2022	09:15:46	35.0	29.1	70.5
10/11/2022	09:15:47	35.0	29.1	70.5
10/11/2022	09:15:48	35.0	29.1	70.5
10/11/2022	09:15:49	35.0	29.1	70.4
10/11/2022	09:15:50	35.0	29.1	70.3
10/11/2022	09:15:51	35.0	29.1	70.3
10/11/2022	09:15:52	35.0	29.1	70.3
10/11/2022	09:15:53	35.0	29.1	70.4
10/11/2022	09:15:54	35.0	29.1	70.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	09:15:55	35.0	29.1	70.4
10/11/2022	09:15:57	35.0	29.1	70.5
10/11/2022	09:15:58	35.0	29.1	70.6
10/11/2022	09:15:59	35.0	29.1	70.7
10/11/2022	09:16:00	35.0	29.1	70.8
10/11/2022	09:16:01	35.0	29.1	70.8
10/11/2022	09:16:02	35.0	29.1	70.9
10/11/2022	09:16:03	35.0	29.1	70.9
10/11/2022	09:16:04	35.0	29.1	70.8
10/11/2022	09:16:05	35.0	29.1	70.7
10/11/2022	09:16:06	35.0	29.1	70.6
10/11/2022	09:16:08	35.0	29.1	70.6
10/11/2022	09:16:09	35.0	29.1	70.5
10/11/2022	09:16:10	35.0	29.1	70.5
10/11/2022	09:16:11	35.0	29.1	70.3
10/11/2022	09:16:12	35.0	29.2	70.3
10/11/2022	09:16:13	35.0	29.2	70.3
10/11/2022	09:16:14	35.0	29.2	70.3
10/11/2022	09:16:15	35.0	29.2	70.4
10/11/2022	09:16:17	35.0	29.2	70.5
10/11/2022	09:16:18	35.0	29.2	70.6
10/11/2022	09:16:19	35.0	29.2	70.7
10/11/2022	09:16:20	35.0	29.2	70.8
10/11/2022	09:16:21	35.0	29.2	70.9
10/11/2022	09:16:22	35.0	29.2	71.0
10/11/2022	09:16:23	35.0	29.2	71.0
10/11/2022	09:16:24	35.0	29.2	70.9
10/11/2022	09:16:25	35.0	29.2	70.8
10/11/2022	09:16:26	35.0	29.2	70.7
10/11/2022	09:16:28	35.0	29.2	70.6
10/11/2022	09:16:29	35.0	29.2	70.6
10/11/2022	09:16:30	34.9	29.2	70.5
10/11/2022	09:16:31	34.9	29.2	70.4
10/11/2022	09:16:32	35.0	29.2	70.4
10/11/2022	09:16:33	35.0	29.2	70.4
10/11/2022	09:16:34	35.0	29.2	70.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	09:16:35	35.0	29.2	70.4
10/11/2022	09:16:36	35.0	29.2	70.6
10/11/2022	09:16:38	35.0	29.2	70.7
10/11/2022	09:16:39	35.0	29.2	70.8
10/11/2022	09:16:40	35.0	29.2	70.9
10/11/2022	09:16:41	35.0	29.2	71.0
10/11/2022	09:16:42	35.0	29.2	71.0
10/11/2022	09:16:43	35.0	29.2	71.0
10/11/2022	09:16:44	34.9	29.1	70.9
10/11/2022	09:16:45	35.0	29.1	70.8
10/11/2022	09:16:46	35.0	29.1	70.7
10/11/2022	09:16:47	35.0	29.1	70.6
10/11/2022	09:16:48	35.0	29.1	70.6
10/11/2022	09:16:50	34.9	29.1	70.5
10/11/2022	09:16:51	34.9	29.1	70.5
10/11/2022	09:16:52	35.0	29.2	70.4
10/11/2022	09:16:53	35.0	29.2	70.4
10/11/2022	09:16:54	35.0	29.2	70.4
10/11/2022	09:16:55	35.0	29.2	70.4
10/11/2022	09:16:56	35.0	29.2	70.5
10/11/2022	09:16:57	35.0	29.2	70.7
10/11/2022	09:16:58	35.0	29.2	70.9
10/11/2022	09:16:59	35.0	29.2	71.0
10/11/2022	09:17:00	35.0	29.2	71.1
10/11/2022	09:17:02	35.0	29.2	71.2
10/11/2022	09:17:03	35.0	29.2	71.2
10/11/2022	09:17:04	35.0	29.2	71.2
10/11/2022	09:17:05	34.9	29.2	71.1
10/11/2022	09:17:06	34.9	29.2	70.9
10/11/2022	09:17:07	34.9	29.2	70.8
10/11/2022	09:17:08	34.9	29.2	70.8
10/11/2022	09:17:09	34.9	29.2	70.7
10/11/2022	09:17:10	34.9	29.2	70.6
10/11/2022	09:17:11	34.9	29.2	70.6
10/11/2022	09:17:13	35.0	29.2	70.6
10/11/2022	09:17:14	35.0	29.2	70.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	09:17:15	35.0	29.2	70.6
10/11/2022	09:17:16	35.0	29.2	70.7
10/11/2022	09:17:17	35.0	29.2	70.9
10/11/2022	09:17:18	35.0	29.2	71.0
10/11/2022	09:17:19	35.0	29.2	71.1
10/11/2022	09:17:20	35.0	29.3	71.2
10/11/2022	09:17:21	35.0	29.2	71.3
10/11/2022	09:17:22	35.0	29.2	71.3
10/11/2022	09:17:24	35.0	29.2	71.3
10/11/2022	09:17:25	35.0	29.2	71.2
10/11/2022	09:17:26	35.0	29.2	71.0
10/11/2022	09:17:27	35.0	29.2	70.9
10/11/2022	09:17:28	35.0	29.2	70.8
10/11/2022	09:17:29	35.0	29.2	70.7
10/11/2022	09:17:30	35.0	29.2	70.6
10/11/2022	09:17:31	35.0	29.2	70.6
10/11/2022	09:17:32	35.0	29.2	70.5
10/11/2022	09:17:33	35.0	29.2	70.6
10/11/2022	09:17:35	35.0	29.2	70.6
10/11/2022	09:17:36	35.0	29.2	70.6
10/11/2022	09:17:37	35.0	29.2	70.7
10/11/2022	09:17:38	35.0	29.2	70.7
10/11/2022	09:17:39	35.0	29.2	70.7
10/11/2022	09:17:40	35.0	29.2	70.8
10/11/2022	09:17:41	35.0	29.2	70.8
10/11/2022	09:17:42	35.0	29.2	70.8
10/11/2022	09:17:43	34.9	29.2	70.8
10/11/2022	09:17:44	34.9	29.2	70.7
10/11/2022	09:17:46	34.9	29.2	70.6
10/11/2022	09:17:47	34.9	29.2	70.6
10/11/2022	09:17:48	34.9	29.2	70.5
10/11/2022	09:17:49	34.9	29.2	70.5
10/11/2022	09:17:50	34.9	29.2	70.4
10/11/2022	09:17:51	34.9	29.2	70.4
10/11/2022	09:17:52	35.0	29.2	70.4
10/11/2022	09:17:53	35.0	29.2	70.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	09:17:54	35.0	29.2	70.3
10/11/2022	09:17:55	35.0	29.2	70.4
10/11/2022	09:17:57	35.0	29.2	70.5
10/11/2022	09:17:58	35.0	29.2	70.6
10/11/2022	09:17:59	35.0	29.2	70.8
10/11/2022	09:18:00	35.0	29.2	70.9
10/11/2022	09:18:01	35.0	29.2	71.0
10/11/2022	09:18:02	35.0	29.2	71.2
10/11/2022	09:18:03	34.9	29.2	71.2
10/11/2022	09:18:04	34.9	29.2	71.2
10/11/2022	09:18:05	34.9	29.2	71.1
10/11/2022	09:18:07	34.9	29.2	71.0
10/11/2022	09:18:08	34.9	29.2	70.9
10/11/2022	09:18:09	34.9	29.2	70.8
10/11/2022	09:18:10	34.9	29.2	70.7
10/11/2022	09:18:11	34.9	29.2	70.6
10/11/2022	09:18:12	34.9	29.2	70.6
10/11/2022	09:18:13	34.9	29.2	70.5
10/11/2022	09:18:14	35.0	29.2	70.5
10/11/2022	09:18:15	35.0	29.2	70.6
10/11/2022	09:18:16	35.0	29.2	70.6
10/11/2022	09:18:18	35.0	29.2	70.7
10/11/2022	09:18:19	35.0	29.2	70.7
10/11/2022	09:18:20	35.0	29.2	70.7
10/11/2022	09:18:21	35.0	29.3	70.6
10/11/2022	09:18:22	35.0	29.2	70.7
10/11/2022	09:18:23	35.0	29.2	70.6
10/11/2022	09:18:24	35.0	29.2	70.6
10/11/2022	09:18:26	35.0	29.2	70.5
10/11/2022	09:18:27	35.0	29.2	70.4
10/11/2022	09:18:28	34.9	29.2	70.4
10/11/2022	09:18:29	34.9	29.2	70.3
10/11/2022	09:18:30	34.9	29.2	70.3
10/11/2022	09:18:31	35.0	29.2	70.3
10/11/2022	09:18:32	35.0	29.2	70.3
10/11/2022	09:18:33	35.0	29.2	70.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	09:18:34	35.0	29.2	70.2
10/11/2022	09:18:36	35.0	29.2	70.2
10/11/2022	09:18:37	35.0	29.2	70.4
10/11/2022	09:18:38	35.0	29.2	70.7
10/11/2022	09:18:39	35.0	29.2	70.8
10/11/2022	09:18:40	35.0	29.2	70.9
10/11/2022	09:18:41	35.0	29.2	71.1
10/11/2022	09:18:42	35.0	29.2	71.2
10/11/2022	09:18:43	35.0	29.2	71.3
10/11/2022	09:18:44	34.9	29.2	71.3
10/11/2022	09:18:46	34.9	29.2	71.1
10/11/2022	09:18:47	34.9	29.2	71.0
10/11/2022	09:18:48	34.9	29.2	70.9
10/11/2022	09:18:49	34.9	29.2	70.8
10/11/2022	09:18:50	34.9	29.2	70.7
10/11/2022	09:18:51	34.9	29.2	70.6
10/11/2022	09:18:52	34.9	29.2	70.5
10/11/2022	09:18:53	35.0	29.2	70.5
10/11/2022	09:18:54	35.0	29.2	70.5
10/11/2022	09:18:55	35.0	29.2	70.5
10/11/2022	09:18:57	35.0	29.2	70.6
10/11/2022	09:18:58	35.0	29.3	70.7
10/11/2022	09:18:59	35.0	29.3	70.8
10/11/2022	09:19:00	35.0	29.3	70.9
10/11/2022	09:19:01	35.0	29.3	71.0
10/11/2022	09:19:02	35.0	29.2	70.9
10/11/2022	09:19:03	34.9	29.2	70.9
10/11/2022	09:19:04	34.9	29.2	70.8
10/11/2022	09:19:05	34.9	29.2	70.8
10/11/2022	09:19:07	34.9	29.2	70.7
10/11/2022	09:19:08	34.9	29.2	70.5
10/11/2022	09:19:09	34.9	29.2	70.5
10/11/2022	09:19:10	34.9	29.2	70.4
10/11/2022	09:19:11	34.9	29.2	70.4
10/11/2022	09:19:12	34.9	29.2	70.4
10/11/2022	09:19:13	34.9	29.2	70.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	09:19:14	35.0	29.2	70.3
10/11/2022	09:19:15	35.0	29.2	70.4
10/11/2022	09:19:16	35.0	29.2	70.5
10/11/2022	09:19:18	35.0	29.2	70.6
10/11/2022	09:19:19	35.0	29.2	70.8
10/11/2022	09:19:20	35.0	29.2	70.9
10/11/2022	09:19:21	35.0	29.2	71.0
10/11/2022	09:19:22	35.0	29.2	71.1
10/11/2022	09:19:23	35.0	29.2	71.2
10/11/2022	09:19:24	35.0	29.2	71.2
10/11/2022	09:19:25	35.0	29.2	71.1
10/11/2022	09:19:26	34.9	29.2	71.0
10/11/2022	09:19:27	34.9	29.2	71.0
10/11/2022	09:19:29	34.9	29.2	70.9
10/11/2022	09:19:30	35.0	29.2	70.8
10/11/2022	09:19:31	35.0	29.3	70.7
10/11/2022	09:19:32	35.0	29.3	70.6
10/11/2022	09:19:33	35.0	29.3	70.6
10/11/2022	09:19:34	35.0	29.3	70.6
10/11/2022	09:19:35	35.0	29.3	70.6
10/11/2022	09:19:36	35.0	29.3	70.7
10/11/2022	09:19:37	35.0	29.3	70.8
10/11/2022	09:19:39	35.0	29.3	71.0
10/11/2022	09:19:40	35.0	29.3	71.1
10/11/2022	09:19:41	35.0	29.3	71.2
10/11/2022	09:19:42	35.0	29.3	71.2
10/11/2022	09:19:43	35.0	29.3	71.2
10/11/2022	09:19:44	34.9	29.3	71.2
10/11/2022	09:19:45	34.9	29.2	71.1
10/11/2022	09:19:46	34.9	29.2	71.0
10/11/2022	09:19:47	34.9	29.2	70.8
10/11/2022	09:19:49	34.9	29.2	70.7
10/11/2022	09:19:50	34.9	29.2	70.6
10/11/2022	09:19:51	34.9	29.2	70.5
10/11/2022	09:19:52	34.9	29.2	70.5
10/11/2022	09:19:53	34.9	29.2	70.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	09:19:54	34.9	29.2	70.4
10/11/2022	09:19:55	35.0	29.2	70.4
10/11/2022	09:19:56	35.0	29.2	70.6
10/11/2022	09:19:57	35.0	29.2	70.7
10/11/2022	09:19:59	35.0	29.2	70.8
10/11/2022	09:20:00	35.0	29.2	70.9
10/11/2022	09:20:01	35.0	29.2	70.9
10/11/2022	09:20:02	35.0	29.2	70.9
10/11/2022	09:20:03	35.0	29.2	71.0
10/11/2022	09:20:04	34.9	29.2	70.9
10/11/2022	09:20:05	35.0	29.2	70.8
10/11/2022	09:20:06	35.0	29.2	70.7
10/11/2022	09:20:07	35.0	29.2	70.6
10/11/2022	09:20:08	35.0	29.2	70.6
10/11/2022	09:20:10	35.0	29.2	70.5
10/11/2022	09:20:11	35.0	29.2	70.5
10/11/2022	09:20:12	35.0	29.2	70.5
10/11/2022	09:20:13	35.0	29.2	70.4
10/11/2022	09:20:14	35.0	29.2	70.4
10/11/2022	09:20:15	35.0	29.2	70.3
10/11/2022	09:20:16	35.0	29.2	70.3
10/11/2022	09:20:17	35.0	29.2	70.4
10/11/2022	09:20:18	35.0	29.2	70.6
10/11/2022	09:20:19	35.0	29.2	70.8
10/11/2022	09:20:21	35.0	29.2	70.9
10/11/2022	09:20:22	35.0	29.2	71.0
10/11/2022	09:20:23	35.0	29.2	71.1
10/11/2022	09:20:24	35.0	29.2	71.1
10/11/2022	09:20:25	35.0	29.2	71.1
10/11/2022	09:20:26	35.0	29.2	71.0
10/11/2022	09:20:27	35.0	29.2	70.9
10/11/2022	09:20:28	35.0	29.2	70.8
10/11/2022	09:20:29	35.0	29.2	70.7
10/11/2022	09:20:31	35.0	29.2	70.6
10/11/2022	09:20:32	35.0	29.3	70.6
10/11/2022	09:20:33	35.0	29.3	70.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35^aC-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	09:20:34	35.0	29.3	70.6
10/11/2022	09:20:35	35.0	29.3	70.6
10/11/2022	09:20:36	35.0	29.3	70.6
10/11/2022	09:20:37	35.0	29.3	70.6
10/11/2022	09:20:38	35.0	29.3	70.6
10/11/2022	09:20:39	35.0	29.3	70.6
10/11/2022	09:20:41	35.0	29.3	70.7
10/11/2022	09:20:42	35.0	29.3	70.7
10/11/2022	09:20:43	35.0	29.3	70.8
10/11/2022	09:20:44	35.0	29.2	70.7
10/11/2022	09:20:45	35.0	29.2	70.6
10/11/2022	09:20:46	35.0	29.3	70.6
10/11/2022	09:20:47	35.0	29.3	70.5
10/11/2022	09:20:48	35.0	29.3	70.5
10/11/2022	09:20:50	35.0	29.3	70.4
10/11/2022	09:20:51	35.0	29.3	70.4
10/11/2022	09:20:52	35.0	29.3	70.3
10/11/2022	09:20:53	35.0	29.3	70.3
10/11/2022	09:20:54	35.0	29.3	70.2
10/11/2022	09:20:55	35.0	29.3	70.2
10/11/2022	09:20:56	35.0	29.3	70.3
10/11/2022	09:20:57	35.0	29.3	70.4
10/11/2022	09:20:58	35.0	29.3	70.5
10/11/2022	09:21:00	35.0	29.3	70.6
10/11/2022	09:21:01	35.0	29.3	70.7
10/11/2022	09:21:02	35.0	29.3	70.8
10/11/2022	09:21:03	35.0	29.3	70.9
10/11/2022	09:21:04	35.0	29.3	70.9
10/11/2022	09:21:05	35.0	29.3	70.9
10/11/2022	09:21:06	35.0	29.3	70.8
10/11/2022	09:21:07	35.0	29.3	70.7
10/11/2022	09:21:08	35.0	29.3	70.6
10/11/2022	09:21:09	35.0	29.2	70.5
10/11/2022	09:21:10	35.0	29.3	70.4
10/11/2022	09:21:11	35.0	29.3	70.4
10/11/2022	09:21:13	35.0	29.3	70.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35^aC-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	09:21:14	35.0	29.3	70.4
10/11/2022	09:21:15	35.0	29.3	70.3
10/11/2022	09:21:16	35.0	29.3	70.3
10/11/2022	09:21:17	35.0	29.3	70.5
10/11/2022	09:21:18	35.0	29.3	70.7
10/11/2022	09:21:19	35.0	29.3	71.0
10/11/2022	09:21:20	35.0	29.3	71.1
10/11/2022	09:21:21	35.0	29.3	71.1
10/11/2022	09:21:23	35.0	29.3	71.2
10/11/2022	09:21:24	35.0	29.3	71.2
10/11/2022	09:21:25	35.0	29.3	71.2
10/11/2022	09:21:26	35.0	29.3	71.1
10/11/2022	09:21:27	35.0	29.3	70.9
10/11/2022	09:21:28	35.0	29.3	70.8
10/11/2022	09:21:29	35.0	29.3	70.7
10/11/2022	09:21:30	34.9	29.3	70.7
10/11/2022	09:21:31	34.9	29.3	70.6
10/11/2022	09:21:32	35.0	29.3	70.6
10/11/2022	09:21:34	35.0	29.3	70.6
10/11/2022	09:21:35	35.0	29.3	70.5
10/11/2022	09:21:36	35.0	29.3	70.5
10/11/2022	09:21:37	35.0	29.3	70.6
10/11/2022	09:21:38	35.0	29.3	70.7
10/11/2022	09:21:39	35.0	29.3	70.9
10/11/2022	09:21:40	35.0	29.3	70.9
10/11/2022	09:21:41	35.0	29.3	70.9
10/11/2022	09:21:42	35.0	29.3	71.0
10/11/2022	09:21:44	35.0	29.3	71.0
10/11/2022	09:21:45	35.0	29.3	71.0
10/11/2022	09:21:46	35.0	29.3	70.9
10/11/2022	09:21:47	35.0	29.3	70.8
10/11/2022	09:21:48	34.9	29.3	70.7
10/11/2022	09:21:49	34.9	29.3	70.7
10/11/2022	09:21:50	34.9	29.3	70.6
10/11/2022	09:21:51	35.0	29.3	70.6
10/11/2022	09:21:52	35.0	29.3	70.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	09:21:53	35.0	29.3	70.5
10/11/2022	09:21:55	35.0	29.3	70.4
10/11/2022	09:21:56	35.0	29.3	70.4
10/11/2022	09:21:57	35.0	29.3	70.6
10/11/2022	09:21:58	35.0	29.3	70.7
10/11/2022	09:21:59	35.0	29.3	70.8
10/11/2022	09:22:00	35.0	29.3	70.9
10/11/2022	09:22:01	35.0	29.3	71.0
10/11/2022	09:22:02	35.0	29.3	71.0
10/11/2022	09:22:03	35.0	29.3	71.1
10/11/2022	09:22:04	35.0	29.3	71.1
10/11/2022	09:22:06	35.0	29.3	71.0
10/11/2022	09:22:07	35.0	29.3	70.9
10/11/2022	09:22:08	35.0	29.3	70.8
10/11/2022	09:22:09	35.0	29.3	70.8
10/11/2022	09:22:10	35.0	29.3	70.7
10/11/2022	09:22:11	35.0	29.3	70.6
10/11/2022	09:22:12	35.0	29.3	70.6
10/11/2022	09:22:13	35.0	29.3	70.6
10/11/2022	09:22:14	35.0	29.3	70.5
10/11/2022	09:22:15	35.0	29.3	70.5
10/11/2022	09:22:17	35.0	29.3	70.5
10/11/2022	09:22:18	35.0	29.3	70.7
10/11/2022	09:22:19	35.0	29.4	70.8
10/11/2022	09:22:20	35.0	29.4	70.9
10/11/2022	09:22:21	35.0	29.4	71.1
10/11/2022	09:22:22	35.0	29.4	71.1
10/11/2022	09:22:23	35.0	29.4	71.2
10/11/2022	09:22:24	35.0	29.3	71.2
10/11/2022	09:22:25	35.0	29.3	71.2
10/11/2022	09:22:26	34.9	29.3	71.1
10/11/2022	09:22:28	34.9	29.3	71.0
10/11/2022	09:22:29	34.9	29.3	70.8
10/11/2022	09:22:30	34.9	29.3	70.7
10/11/2022	09:22:31	34.9	29.3	70.7
10/11/2022	09:22:32	35.0	29.3	70.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	09:22:33	35.0	29.3	70.5
10/11/2022	09:22:34	35.0	29.3	70.5
10/11/2022	09:22:35	35.0	29.3	70.5
10/11/2022	09:22:36	35.0	29.3	70.5
10/11/2022	09:22:38	35.0	29.3	70.6
10/11/2022	09:22:39	35.0	29.3	70.7
10/11/2022	09:22:40	35.0	29.3	70.7
10/11/2022	09:22:41	35.0	29.3	70.7
10/11/2022	09:22:42	35.0	29.3	70.7
10/11/2022	09:22:43	35.0	29.3	70.8
10/11/2022	09:22:44	35.0	29.3	70.8
10/11/2022	09:22:45	35.0	29.3	70.7
10/11/2022	09:22:46	35.0	29.3	70.6
10/11/2022	09:22:47	35.0	29.3	70.5
10/11/2022	09:22:49	35.0	29.2	70.4
10/11/2022	09:22:50	35.0	29.3	70.3
10/11/2022	09:22:51	35.0	29.2	70.3
10/11/2022	09:22:52	35.0	29.2	70.2
10/11/2022	09:22:53	35.0	29.2	70.2
10/11/2022	09:22:54	35.0	29.3	70.1
10/11/2022	09:22:55	35.0	29.3	70.1
10/11/2022	09:22:56	35.0	29.3	70.2
10/11/2022	09:22:57	35.0	29.3	70.3
10/11/2022	09:22:59	35.0	29.3	70.5
10/11/2022	09:23:00	35.0	29.3	70.8
10/11/2022	09:23:01	35.0	29.3	71.0
10/11/2022	09:23:02	35.0	29.3	71.2
10/11/2022	09:23:03	35.0	29.3	71.4
10/11/2022	09:23:04	35.0	29.3	71.5
10/11/2022	09:23:05	35.0	29.3	71.5
10/11/2022	09:23:06	35.0	29.3	71.4
10/11/2022	09:23:07	35.0	29.3	71.3
10/11/2022	09:23:09	35.0	29.3	71.1
10/11/2022	09:23:10	35.0	29.3	71.0
10/11/2022	09:23:11	35.0	29.3	70.9
10/11/2022	09:23:12	35.0	29.3	70.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35^aC-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	09:23:13	35.0	29.3	70.8
10/11/2022	09:23:14	35.0	29.3	70.7
10/11/2022	09:23:15	35.0	29.3	70.8
10/11/2022	09:23:16	35.0	29.3	70.7
10/11/2022	09:23:17	35.0	29.3	70.7
10/11/2022	09:23:18	35.0	29.3	70.7
10/11/2022	09:23:19	35.0	29.3	70.7
10/11/2022	09:23:20	35.0	29.3	70.7
10/11/2022	09:23:22	35.0	29.3	70.7
10/11/2022	09:23:23	35.0	29.3	70.7
10/11/2022	09:23:24	35.0	29.3	70.7
10/11/2022	09:23:25	34.9	29.3	70.6
10/11/2022	09:23:26	34.9	29.3	70.6
10/11/2022	09:23:27	34.9	29.3	70.5
10/11/2022	09:23:28	35.0	29.3	70.5
10/11/2022	09:23:29	34.9	29.3	70.5
10/11/2022	09:23:31	35.0	29.3	70.5
10/11/2022	09:23:32	35.0	29.3	70.4
10/11/2022	09:23:33	35.0	29.3	70.3
10/11/2022	09:23:34	35.0	29.3	70.2
10/11/2022	09:23:35	35.0	29.3	70.2
10/11/2022	09:23:36	35.0	29.3	70.2
10/11/2022	09:23:37	35.0	29.3	70.3
10/11/2022	09:23:38	35.0	29.3	70.4
10/11/2022	09:23:39	35.0	29.3	70.5
10/11/2022	09:23:40	35.0	29.3	70.7
10/11/2022	09:23:41	35.0	29.3	70.9
10/11/2022	09:23:43	35.0	29.3	71.0
10/11/2022	09:23:44	35.0	29.3	71.1
10/11/2022	09:23:45	35.0	29.3	71.1
10/11/2022	09:23:46	35.0	29.3	71.1
10/11/2022	09:23:47	35.0	29.3	70.9
10/11/2022	09:23:48	35.0	29.3	70.8
10/11/2022	09:23:49	35.0	29.3	70.7
10/11/2022	09:23:50	34.9	29.3	70.6
10/11/2022	09:23:51	35.0	29.3	70.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35^aC-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	09:23:52	35.0	29.3	70.5
10/11/2022	09:23:53	35.0	29.3	70.4
10/11/2022	09:23:54	35.0	29.3	70.4
10/11/2022	09:23:55	35.0	29.3	70.4
10/11/2022	09:23:57	35.0	29.3	70.5
10/11/2022	09:23:58	35.0	29.3	70.6
10/11/2022	09:23:59	35.0	29.3	70.8
10/11/2022	09:24:00	35.0	29.3	71.0
10/11/2022	09:24:01	35.0	29.3	71.1
10/11/2022	09:24:02	35.0	29.3	71.2
10/11/2022	09:24:03	35.0	29.3	71.3
10/11/2022	09:24:04	35.0	29.3	71.4
10/11/2022	09:24:05	35.0	29.3	71.3
10/11/2022	09:24:06	35.0	29.3	71.2
10/11/2022	09:24:07	35.0	29.3	71.0
10/11/2022	09:24:08	35.0	29.3	70.9
10/11/2022	09:24:09	35.0	29.3	70.8
10/11/2022	09:24:10	35.0	29.3	70.8
10/11/2022	09:24:11	35.0	29.3	70.7
10/11/2022	09:24:13	35.0	29.3	70.6
10/11/2022	09:24:14	35.0	29.3	70.6
10/11/2022	09:24:15	35.0	29.3	70.6
10/11/2022	09:24:16	35.0	29.3	70.6
10/11/2022	09:24:17	35.0	29.4	70.7
10/11/2022	09:24:18	35.0	29.3	70.7
10/11/2022	09:24:19	35.0	29.3	70.9
10/11/2022	09:24:20	35.0	29.3	71.0
10/11/2022	09:24:21	35.0	29.3	71.0
10/11/2022	09:24:22	35.0	29.3	71.1
10/11/2022	09:24:23	35.0	29.3	71.1
10/11/2022	09:24:24	35.0	29.3	71.2
10/11/2022	09:24:25	35.0	29.3	71.2
10/11/2022	09:24:26	35.0	29.3	71.0
10/11/2022	09:24:27	35.0	29.3	70.9
10/11/2022	09:24:28	34.9	29.3	70.8
10/11/2022	09:24:29	34.9	29.3	70.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	09:24:30	34.9	29.3	70.7
10/11/2022	09:24:31	34.9	29.3	70.6
10/11/2022	09:24:32	34.9	29.3	70.6
10/11/2022	09:24:34	34.9	29.3	70.6
10/11/2022	09:24:35	34.9	29.4	70.6
10/11/2022	09:24:36	34.9	29.3	70.6
10/11/2022	09:24:37	35.0	29.3	70.6
10/11/2022	09:24:38	35.0	29.4	70.8
10/11/2022	09:24:39	35.0	29.4	70.9
10/11/2022	09:24:40	35.0	29.4	71.0
10/11/2022	09:24:41	34.9	29.4	71.1
10/11/2022	09:24:42	35.0	29.4	71.2
10/11/2022	09:24:43	35.0	29.3	71.2
10/11/2022	09:24:44	35.0	29.3	71.3
10/11/2022	09:24:45	34.0	29.3	71.3
10/11/2022	09:24:47	34.9	29.3	71.2
10/11/2022	09:24:48	34.9	29.3	71.0
10/11/2022	09:24:49	34.9	29.3	70.9
10/11/2022	09:24:50	34.9	29.3	70.9
10/11/2022	09:24:51	34.9	29.3	70.8
10/11/2022	09:24:52	34.9	29.3	70.8
10/11/2022	09:24:53	34.9	29.3	70.7
10/11/2022	09:24:54	35.0	29.3	70.6
10/11/2022	09:24:55	35.0	29.4	70.6
10/11/2022	09:24:56	35.0	29.4	70.6
10/11/2022	09:24:57	35.0	29.4	70.6
10/11/2022	09:24:58	34.9	29.4	70.6
10/11/2022	09:24:59	35.0	29.4	70.6
10/11/2022	09:25:00	35.0	29.3	70.6
10/11/2022	09:25:01	35.0	29.3	70.7
10/11/2022	09:25:03	35.0	29.3	70.7
10/11/2022	09:25:04	35.0	29.3	70.7
10/11/2022	09:25:05	35.0	29.3	70.6
10/11/2022	09:25:06	35.0	29.3	70.6
10/11/2022	09:25:07	35.0	29.3	70.5
10/11/2022	09:25:08	35.0	29.3	70.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35^aC-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	09:25:09	35.0	29.3	70.4
10/11/2022	09:25:10	35.0	29.3	70.3
10/11/2022	09:25:11	35.0	29.3	70.3
10/11/2022	09:25:13	35.0	29.3	70.2
10/11/2022	09:25:14	35.0	29.3	70.2
10/11/2022	09:25:15	35.0	29.3	70.2
10/11/2022	09:25:16	35.0	29.3	70.2
10/11/2022	09:25:17	35.0	29.3	70.3
10/11/2022	09:25:18	35.0	29.3	70.4
10/11/2022	09:25:19	35.0	29.3	70.5
10/11/2022	09:25:20	35.0	29.3	70.7
10/11/2022	09:25:21	35.0	29.3	70.9
10/11/2022	09:25:22	35.0	29.3	71.1
10/11/2022	09:25:23	35.0	29.3	71.2
10/11/2022	09:25:24	35.0	29.3	71.3
10/11/2022	09:25:25	35.0	29.3	71.3
10/11/2022	09:25:27	35.0	29.3	71.2
10/11/2022	09:25:28	35.0	29.3	71.1
10/11/2022	09:25:29	35.0	29.3	71.0
10/11/2022	09:25:30	35.0	29.3	70.9
10/11/2022	09:25:31	35.0	29.3	70.8
10/11/2022	09:25:32	35.0	29.4	70.7
10/11/2022	09:25:33	35.0	29.4	70.6
10/11/2022	09:25:34	35.0	29.4	70.6
10/11/2022	09:25:35	35.0	29.4	70.6
10/11/2022	09:25:36	35.0	29.4	70.6
10/11/2022	09:25:37	35.0	29.4	70.7
10/11/2022	09:25:39	35.0	29.4	70.8
10/11/2022	09:25:40	35.0	29.4	70.8
10/11/2022	09:25:41	35.0	29.4	70.8
10/11/2022	09:25:42	35.0	29.4	70.8
10/11/2022	09:25:43	35.0	29.4	70.8
10/11/2022	09:25:44	35.0	29.3	70.8
10/11/2022	09:25:45	35.0	29.3	70.8
10/11/2022	09:25:46	35.0	29.3	70.7
10/11/2022	09:25:47	34.9	29.3	70.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35^aC-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	09:25:48	34.9	29.3	70.6
10/11/2022	09:25:50	34.9	29.3	70.5
10/11/2022	09:25:51	34.9	29.3	70.4
10/11/2022	09:25:52	34.9	29.3	70.5
10/11/2022	09:25:53	34.9	29.3	70.4
10/11/2022	09:25:54	35.0	29.4	70.3
10/11/2022	09:25:55	35.0	29.4	70.3
10/11/2022	09:25:56	35.0	29.4	70.2
10/11/2022	09:25:57	34.9	29.4	70.3
10/11/2022	09:25:58	35.0	29.4	70.5
10/11/2022	09:25:59	35.0	29.4	70.6
10/11/2022	09:26:00	35.0	29.4	70.8
10/11/2022	09:26:01	35.0	29.4	70.9
10/11/2022	09:26:03	35.0	29.3	71.0
10/11/2022	09:26:04	35.0	29.3	71.1
10/11/2022	09:26:05	35.0	29.3	71.2
10/11/2022	09:26:06	35.0	29.3	71.2
10/11/2022	09:26:07	35.0	29.3	71.1
10/11/2022	09:26:08	35.0	29.3	71.0
10/11/2022	09:26:09	35.0	29.3	70.8
10/11/2022	09:26:10	34.9	29.3	70.7
10/11/2022	09:26:11	34.9	29.3	70.7
10/11/2022	09:26:12	34.9	29.3	70.7
10/11/2022	09:26:14	34.9	29.3	70.6
10/11/2022	09:26:15	34.9	29.4	70.5
10/11/2022	09:26:16	35.0	29.4	70.5
10/11/2022	09:26:17	35.0	29.4	70.5
10/11/2022	09:26:18	34.9	29.4	70.6
10/11/2022	09:26:19	34.9	29.4	70.7
10/11/2022	09:26:20	35.0	29.4	70.8
10/11/2022	09:26:21	35.0	29.4	70.8
10/11/2022	09:26:22	35.0	29.4	70.9
10/11/2022	09:26:23	35.0	29.4	70.9
10/11/2022	09:26:25	35.0	29.4	71.0
10/11/2022	09:26:26	34.9	29.4	70.9
10/11/2022	09:26:27	34.9	29.4	70.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35^aC-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	09:26:28	34.9	29.4	70.7
10/11/2022	09:26:29	34.9	29.4	70.7
10/11/2022	09:26:30	35.0	29.4	70.6
10/11/2022	09:26:31	35.0	29.4	70.5
10/11/2022	09:26:32	35.0	29.4	70.5
10/11/2022	09:26:33	35.0	29.4	70.5
10/11/2022	09:26:34	35.0	29.4	70.5
10/11/2022	09:26:35	35.0	29.4	70.4
10/11/2022	09:26:37	35.0	29.4	70.4
10/11/2022	09:26:38	35.0	29.4	70.4
10/11/2022	09:26:39	35.0	29.4	70.6
10/11/2022	09:26:40	35.0	29.4	70.8
10/11/2022	09:26:41	35.0	29.4	70.9
10/11/2022	09:26:42	35.0	29.4	71.0
10/11/2022	09:26:43	35.0	29.4	71.1
10/11/2022	09:26:44	35.0	29.4	71.2
10/11/2022	09:26:45	35.0	29.4	71.3
10/11/2022	09:26:46	35.0	29.4	71.2
10/11/2022	09:26:48	35.0	29.4	71.1
10/11/2022	09:26:49	35.0	29.4	70.9
10/11/2022	09:26:50	35.0	29.4	70.8
10/11/2022	09:26:51	35.0	29.4	70.8
10/11/2022	09:26:52	35.0	29.4	70.7
10/11/2022	09:26:53	35.0	29.4	70.6
10/11/2022	09:26:54	35.0	29.4	70.6
10/11/2022	09:26:55	35.0	29.4	70.6
10/11/2022	09:26:56	35.0	29.4	70.6
10/11/2022	09:26:57	35.0	29.4	70.6
10/11/2022	09:26:58	35.0	29.4	70.7
10/11/2022	09:26:59	35.0	29.4	70.8
10/11/2022	09:27:01	35.0	29.4	70.9
10/11/2022	09:27:02	35.0	29.4	71.0
10/11/2022	09:27:03	35.0	29.3	71.0
10/11/2022	09:27:04	35.0	29.3	71.0
10/11/2022	09:27:05	35.0	29.3	71.1
10/11/2022	09:27:06	35.0	29.3	71.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	09:27:07	35.0	29.3	70.9
10/11/2022	09:27:08	35.0	29.3	70.8
10/11/2022	09:27:09	35.0	29.3	70.7
10/11/2022	09:27:10	35.0	29.3	70.6
10/11/2022	09:27:11	34.9	29.3	70.6
10/11/2022	09:27:12	35.0	29.3	70.6
10/11/2022	09:27:14	35.0	29.3	70.5
10/11/2022	09:27:15	35.0	29.3	70.4
10/11/2022	09:27:16	35.0	29.4	70.4
10/11/2022	09:27:17	35.0	29.4	70.4
10/11/2022	09:27:18	35.0	29.4	70.5
10/11/2022	09:27:19	35.0	29.4	70.5
10/11/2022	09:27:20	35.0	29.4	70.7
10/11/2022	09:27:21	35.0	29.4	70.8
10/11/2022	09:27:22	35.0	29.4	70.9
10/11/2022	09:27:23	35.0	29.4	71.0
10/11/2022	09:27:25	35.0	29.4	71.1
10/11/2022	09:27:26	35.0	29.4	71.1
10/11/2022	09:27:27	35.0	29.4	71.0
10/11/2022	09:27:28	35.0	29.3	71.0
10/11/2022	09:27:29	35.0	29.3	70.9
10/11/2022	09:27:30	35.0	29.3	70.8
10/11/2022	09:27:31	35.0	29.3	70.7
10/11/2022	09:27:32	35.0	29.3	70.6
10/11/2022	09:27:33	35.0	29.3	70.6
10/11/2022	09:27:34	35.0	29.4	70.6
10/11/2022	09:27:35	35.0	29.4	70.5
10/11/2022	09:27:36	35.0	29.4	70.5
10/11/2022	09:27:38	35.0	29.4	70.5
10/11/2022	09:27:39	35.0	29.4	70.6
10/11/2022	09:27:40	35.0	29.4	70.6
10/11/2022	09:27:41	35.0	29.4	70.7
10/11/2022	09:27:42	35.0	29.4	70.7
10/11/2022	09:27:43	35.0	29.4	70.7
10/11/2022	09:27:44	35.0	29.3	70.7
10/11/2022	09:27:45	35.0	29.3	70.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35^aC-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	09:27:46	35.0	29.3	70.6
10/11/2022	09:27:47	35.0	29.3	70.5
10/11/2022	09:27:49	35.0	29.3	70.5
10/11/2022	09:27:50	35.0	29.3	70.5
10/11/2022	09:27:51	35.0	29.3	70.4
10/11/2022	09:27:52	35.0	29.3	70.4
10/11/2022	09:27:53	35.0	29.3	70.3
10/11/2022	09:27:54	35.0	29.4	70.3
10/11/2022	09:27:55	35.0	29.4	70.3
10/11/2022	09:27:56	35.0	29.4	70.3
10/11/2022	09:27:57	35.0	29.4	70.3
10/11/2022	09:27:58	35.0	29.4	70.4
10/11/2022	09:27:59	35.0	29.4	70.5
10/11/2022	09:28:01	35.0	29.4	70.7
10/11/2022	09:28:02	35.0	29.4	70.8
10/11/2022	09:28:03	35.0	29.4	71.0
10/11/2022	09:28:04	35.0	29.4	71.1
10/11/2022	09:28:05	35.0	29.4	71.2
10/11/2022	09:28:06	35.0	29.4	71.2
10/11/2022	09:28:07	35.0	29.4	71.1
10/11/2022	09:28:08	35.0	29.4	70.9
10/11/2022	09:28:09	35.0	29.4	70.8
10/11/2022	09:28:10	35.0	29.4	70.7
10/11/2022	09:28:11	35.0	29.4	70.6
10/11/2022	09:28:13	35.0	29.4	70.5
10/11/2022	09:28:14	35.0	29.4	70.4
10/11/2022	09:28:15	35.0	29.4	70.4
10/11/2022	09:28:16	35.0	29.4	70.4
10/11/2022	09:28:17	35.0	29.4	70.4
10/11/2022	09:28:18	35.0	29.4	70.5
10/11/2022	09:28:19	35.0	29.4	70.6
10/11/2022	09:28:20	35.0	29.4	70.7
10/11/2022	09:28:21	35.0	29.4	70.8
10/11/2022	09:28:22	35.0	29.4	70.8
10/11/2022	09:28:23	35.0	29.4	70.9
10/11/2022	09:28:24	35.0	29.4	70.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35^aC-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	09:28:26	35.0	29.4	70.9
10/11/2022	09:28:27	35.0	29.4	70.9
10/11/2022	09:28:28	35.0	29.4	70.8
10/11/2022	09:28:29	35.0	29.4	70.8
10/11/2022	09:28:30	35.0	29.3	70.7
10/11/2022	09:28:31	35.0	29.3	70.6
10/11/2022	09:28:32	35.0	29.4	70.6
10/11/2022	09:28:33	35.0	29.4	70.6
10/11/2022	09:28:34	35.0	29.4	70.5
10/11/2022	09:28:35	35.0	29.4	70.5
10/11/2022	09:28:37	35.0	29.4	70.4
10/11/2022	09:28:38	35.0	29.4	70.4
10/11/2022	09:28:39	35.0	29.4	70.5
10/11/2022	09:28:40	35.0	29.4	70.6
10/11/2022	09:28:41	35.0	29.4	70.8
10/11/2022	09:28:42	35.0	29.4	70.9
10/11/2022	09:28:43	35.0	29.4	70.9
10/11/2022	09:28:44	35.0	29.4	70.9
10/11/2022	09:28:45	35.0	29.4	70.9
10/11/2022	09:28:46	35.0	29.4	70.9
10/11/2022	09:28:47	35.0	29.4	70.9
10/11/2022	09:28:49	35.0	29.4	70.8
10/11/2022	09:28:50	35.0	29.4	70.7
10/11/2022	09:28:51	35.0	29.4	70.6
10/11/2022	09:28:52	35.0	29.4	70.6
10/11/2022	09:28:53	35.0	29.4	70.6
10/11/2022	09:28:54	35.0	29.4	70.6
10/11/2022	09:28:55	35.0	29.4	70.6
10/11/2022	09:28:56	35.0	29.4	70.5
10/11/2022	09:28:57	35.0	29.4	70.5
10/11/2022	09:28:58	35.0	29.4	70.6
10/11/2022	09:29:00	35.0	29.4	70.7
10/11/2022	09:29:01	35.0	29.4	70.8
10/11/2022	09:29:02	35.0	29.4	70.8
10/11/2022	09:29:03	35.0	29.4	70.9
10/11/2022	09:29:04	35.0	29.4	70.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	09:29:05	35.0	29.4	71.0
10/11/2022	09:29:06	35.0	29.4	71.0
10/11/2022	09:29:07	35.0	29.4	70.8
10/11/2022	09:29:08	35.0	29.4	70.8
10/11/2022	09:29:09	35.0	29.4	70.7
10/11/2022	09:29:10	35.0	29.4	70.6
10/11/2022	09:29:12	35.0	29.4	70.6
10/11/2022	09:29:13	35.0	29.4	70.5
10/11/2022	09:29:14	35.0	29.4	70.4
10/11/2022	09:29:15	35.0	29.4	70.4
10/11/2022	09:29:16	35.0	29.4	70.4
10/11/2022	09:29:17	35.0	29.4	70.4
10/11/2022	09:29:18	35.0	29.4	70.5
10/11/2022	09:29:19	35.0	29.4	70.6
10/11/2022	09:29:20	35.0	29.4	70.7
10/11/2022	09:29:21	35.0	29.4	70.9
10/11/2022	09:29:22	35.0	29.4	71.1
10/11/2022	09:29:23	35.0	29.4	71.3
10/11/2022	09:29:25	35.0	29.4	71.4
10/11/2022	09:29:26	35.0	29.4	71.4
10/11/2022	09:29:27	35.0	29.4	71.4
10/11/2022	09:29:28	35.0	29.4	71.3
10/11/2022	09:29:29	35.0	29.4	71.3
10/11/2022	09:29:30	35.0	29.4	71.1
10/11/2022	09:29:31	35.0	29.4	71.0
10/11/2022	09:29:32	35.0	29.4	70.9
10/11/2022	09:29:33	35.0	29.4	70.8
10/11/2022	09:29:34	35.0	29.4	70.8
10/11/2022	09:29:36	35.0	29.4	70.7
10/11/2022	09:29:37	35.0	29.4	70.6
10/11/2022	09:29:38	35.0	29.4	70.6
10/11/2022	09:29:39	35.0	29.4	70.5
10/11/2022	09:29:40	34.9	29.4	70.6
10/11/2022	09:29:41	34.9	29.4	70.6
10/11/2022	09:29:42	34.9	29.4	70.5
10/11/2022	09:29:43	34.9	29.4	70.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	09:29:44	34.9	29.4	70.4
10/11/2022	09:29:45	34.9	29.4	70.4
10/11/2022	09:29:46	34.9	29.4	70.4
10/11/2022	09:29:47	34.9	29.4	70.4
10/11/2022	09:29:49	34.9	29.4	70.3
10/11/2022	09:29:50	34.9	29.4	70.2
10/11/2022	09:29:51	34.9	29.4	70.2
10/11/2022	09:29:52	35.0	29.4	70.2
10/11/2022	09:29:53	35.0	29.4	70.2
10/11/2022	09:29:54	35.0	29.4	70.1
10/11/2022	09:29:55	35.0	29.4	70.1
10/11/2022	09:29:56	35.0	29.4	70.0
10/11/2022	09:29:57	35.0	29.4	70.1
10/11/2022	09:29:58	35.0	29.4	70.1
10/11/2022	09:30:00	35.0	29.4	70.3
10/11/2022	09:30:01	35.0	29.4	70.5
10/11/2022	09:30:02	35.0	29.4	70.8
10/11/2022	09:30:03	35.0	29.4	71.0
10/11/2022	09:30:04	35.0	29.4	71.2
10/11/2022	09:30:05	35.0	29.4	71.3
10/11/2022	09:30:06	35.0	29.4	71.4
10/11/2022	09:30:07	35.0	29.4	71.5
10/11/2022	09:30:08	34.9	29.4	71.4
10/11/2022	09:30:10	34.9	29.4	71.3
10/11/2022	09:30:11	34.9	29.4	71.1
10/11/2022	09:30:12	34.9	29.4	71.0
10/11/2022	09:30:13	34.9	29.4	70.9
10/11/2022	09:30:14	34.9	29.4	70.9
10/11/2022	09:30:15	35.0	29.4	70.8
10/11/2022	09:30:16	35.0	29.4	70.7
10/11/2022	09:30:17	34.9	29.4	70.7
10/11/2022	09:30:18	34.9	29.4	70.7
10/11/2022	09:30:19	35.0	29.4	70.8
10/11/2022	09:30:20	35.0	29.4	70.8
10/11/2022	09:30:21	35.0	29.4	70.8
10/11/2022	09:30:22	35.0	29.4	70.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	09:30:23	35.0	29.4	70.7
10/11/2022	09:30:25	34.9	29.4	70.7
10/11/2022	09:30:26	34.9	29.4	70.7
10/11/2022	09:30:27	35.0	29.4	70.7
10/11/2022	09:30:28	34.9	29.4	70.6
10/11/2022	09:30:29	35.0	29.4	70.5
10/11/2022	09:30:30	34.9	29.4	70.5
10/11/2022	09:30:31	34.9	29.4	70.5
10/11/2022	09:30:32	34.9	29.3	70.4
10/11/2022	09:30:33	34.9	29.3	70.4
10/11/2022	09:30:34	34.9	29.3	70.4
10/11/2022	09:30:35	35.0	29.3	70.4
10/11/2022	09:30:37	35.0	29.3	70.4
10/11/2022	09:30:38	35.0	29.3	70.3
10/11/2022	09:30:39	35.0	29.3	70.4
10/11/2022	09:30:40	35.0	29.3	70.6
10/11/2022	09:30:41	35.0	29.3	70.8
10/11/2022	09:30:42	35.0	29.3	70.9
10/11/2022	09:30:43	35.0	29.3	70.9
10/11/2022	09:30:44	35.0	29.3	71.0
10/11/2022	09:30:45	35.0	29.3	71.1
10/11/2022	09:30:46	35.0	29.3	71.2
10/11/2022	09:30:47	35.0	29.3	71.1
10/11/2022	09:30:48	35.0	29.3	71.0
10/11/2022	09:30:49	35.0	29.3	70.8
10/11/2022	09:30:51	35.0	29.4	70.7
10/11/2022	09:30:52	35.0	29.4	70.7
10/11/2022	09:30:53	35.0	29.4	70.6
10/11/2022	09:30:54	35.0	29.4	70.5
10/11/2022	09:30:55	35.0	29.4	70.5
10/11/2022	09:30:56	35.0	29.4	70.5
10/11/2022	09:30:57	35.0	29.4	70.4
10/11/2022	09:30:58	35.0	29.4	70.5
10/11/2022	09:30:59	35.0	29.4	70.7
10/11/2022	09:31:00	35.0	29.4	70.8
10/11/2022	09:31:01	35.0	29.4	70.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	09:31:03	35.0	29.4	71.0
10/11/2022	09:31:04	35.0	29.4	71.0
10/11/2022	09:31:05	35.0	29.4	71.1
10/11/2022	09:31:06	35.0	29.4	71.2
10/11/2022	09:31:07	35.0	29.4	71.1
10/11/2022	09:31:08	35.0	29.4	70.9
10/11/2022	09:31:09	35.0	29.4	70.8
10/11/2022	09:31:10	35.0	29.4	70.8
10/11/2022	09:31:11	35.0	29.4	70.8
10/11/2022	09:31:12	35.0	29.4	70.7
10/11/2022	09:31:13	35.0	29.4	70.7
10/11/2022	09:31:15	35.0	29.4	70.6
10/11/2022	09:31:16	35.0	29.4	70.6
10/11/2022	09:31:17	35.0	29.4	70.6
10/11/2022	09:31:18	35.0	29.5	70.5
10/11/2022	09:31:19	35.0	29.4	70.6
10/11/2022	09:31:20	35.0	29.4	70.7
10/11/2022	09:31:21	35.0	29.4	70.8
10/11/2022	09:31:22	35.0	29.4	70.8
10/11/2022	09:31:23	35.0	29.4	70.9
10/11/2022	09:31:24	35.0	29.4	70.9
10/11/2022	09:31:26	35.0	29.4	70.9
10/11/2022	09:31:27	35.0	29.4	71.0
10/11/2022	09:31:28	35.0	29.4	70.9
10/11/2022	09:31:29	35.0	29.4	70.8
10/11/2022	09:31:30	35.0	29.4	70.8
10/11/2022	09:31:31	35.0	29.4	70.7
10/11/2022	09:31:32	35.0	29.4	70.7
10/11/2022	09:31:33	35.0	29.4	70.6
10/11/2022	09:31:34	35.0	29.5	70.6
10/11/2022	09:31:35	35.0	29.5	70.6
10/11/2022	09:31:36	35.0	29.5	70.5
10/11/2022	09:31:38	35.0	29.5	70.5
10/11/2022	09:31:39	35.0	29.5	70.5
10/11/2022	09:31:40	35.0	29.5	70.7
10/11/2022	09:31:41	35.0	29.5	70.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35^aC-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	09:31:42	35.0	29.5	71.0
10/11/2022	09:31:43	35.0	29.5	71.0
10/11/2022	09:31:44	35.0	29.5	71.1
10/11/2022	09:31:45	35.0	29.5	71.1
10/11/2022	09:31:47	35.0	29.4	71.2
10/11/2022	09:31:48	35.0	29.4	71.1
10/11/2022	09:31:49	35.0	29.4	71.0
10/11/2022	09:31:50	35.0	29.4	70.8
10/11/2022	09:31:51	35.0	29.4	70.7
10/11/2022	09:31:52	34.9	29.4	70.6
10/11/2022	09:31:53	34.9	29.4	70.6
10/11/2022	09:31:54	35.0	29.4	70.5
10/11/2022	09:31:55	35.0	29.4	70.4
10/11/2022	09:31:56	35.0	29.4	70.4
10/11/2022	09:31:58	35.0	29.4	70.4
10/11/2022	09:31:59	35.0	29.4	70.4
10/11/2022	09:32:00	35.0	29.4	70.6
10/11/2022	09:32:01	35.0	29.4	70.8
10/11/2022	09:32:02	35.0	29.4	70.9
10/11/2022	09:32:03	35.0	29.4	71.0
10/11/2022	09:32:04	35.0	29.5	71.1
10/11/2022	09:32:05	35.0	29.5	71.1
10/11/2022	09:32:06	35.0	29.5	71.2
10/11/2022	09:32:07	35.0	29.4	71.2
10/11/2022	09:32:09	35.0	29.4	71.0
10/11/2022	09:32:10	34.9	29.4	70.9
10/11/2022	09:32:11	34.9	29.4	70.8
10/11/2022	09:32:12	34.9	29.4	70.7
10/11/2022	09:32:13	34.9	29.4	70.7
10/11/2022	09:32:14	35.0	29.4	70.6
10/11/2022	09:32:15	35.0	29.4	70.5
10/11/2022	09:32:16	35.0	29.4	70.5
10/11/2022	09:32:17	35.0	29.4	70.5
10/11/2022	09:32:19	35.0	29.4	70.5
10/11/2022	09:32:20	35.0	29.4	70.6
10/11/2022	09:32:21	35.0	29.4	70.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35^aC-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	09:32:22	35.0	29.4	70.7
10/11/2022	09:32:23	35.0	29.4	70.8
10/11/2022	09:32:24	35.0	29.4	70.8
10/11/2022	09:32:25	35.0	29.4	70.8
10/11/2022	09:32:26	35.0	29.4	70.8
10/11/2022	09:32:27	35.0	29.4	70.8
10/11/2022	09:32:28	35.0	29.4	70.7
10/11/2022	09:32:30	35.0	29.4	70.6
10/11/2022	09:32:31	35.0	29.4	70.5
10/11/2022	09:32:32	35.0	29.4	70.5
10/11/2022	09:32:33	35.0	29.4	70.5
10/11/2022	09:32:34	34.9	29.4	70.4
10/11/2022	09:32:35	35.0	29.5	70.4
10/11/2022	09:32:36	35.0	29.5	70.4
10/11/2022	09:32:37	35.0	29.5	70.4
10/11/2022	09:32:38	35.0	29.5	70.4
10/11/2022	09:32:40	35.0	29.5	70.5
10/11/2022	09:32:41	35.0	29.5	70.6
10/11/2022	09:32:42	35.0	29.5	70.8
10/11/2022	09:32:43	35.0	29.5	70.9
10/11/2022	09:32:44	35.0	29.5	70.9
10/11/2022	09:32:45	35.0	29.5	70.9
10/11/2022	09:32:46	35.0	29.4	71.0
10/11/2022	09:32:47	35.0	29.4	71.0
10/11/2022	09:32:48	35.0	29.4	70.9
10/11/2022	09:32:50	35.0	29.4	70.8
10/11/2022	09:32:51	35.0	29.4	70.7
10/11/2022	09:32:52	35.0	29.4	70.6
10/11/2022	09:32:53	34.9	29.4	70.6
10/11/2022	09:32:54	35.0	29.5	70.5
10/11/2022	09:32:55	35.0	29.5	70.5
10/11/2022	09:32:56	35.0	29.5	70.5
10/11/2022	09:32:57	35.0	29.5	70.4
10/11/2022	09:32:59	35.0	29.5	70.4
10/11/2022	09:33:00	35.0	29.5	70.5
10/11/2022	09:33:01	35.0	29.5	70.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	09:33:02	35.0	29.5	70.8
10/11/2022	09:33:03	35.0	29.5	70.9
10/11/2022	09:33:04	35.0	29.4	71.0
10/11/2022	09:33:05	35.0	29.4	71.0
10/11/2022	09:33:06	35.0	29.4	71.1
10/11/2022	09:33:07	35.0	29.4	71.1
10/11/2022	09:33:09	35.0	29.4	71.0
10/11/2022	09:33:10	35.0	29.4	70.9
10/11/2022	09:33:11	35.0	29.4	70.8
10/11/2022	09:33:12	35.0	29.4	70.7
10/11/2022	09:33:13	35.0	29.4	70.7
10/11/2022	09:33:14	35.0	29.4	70.6
10/11/2022	09:33:15	35.0	29.4	70.6
10/11/2022	09:33:16	35.0	29.5	70.5
10/11/2022	09:33:17	35.0	29.5	70.5
10/11/2022	09:33:19	35.0	29.5	70.5
10/11/2022	09:33:20	35.0	29.5	70.6
10/11/2022	09:33:21	35.0	29.5	70.7
10/11/2022	09:33:22	35.0	29.5	70.7
10/11/2022	09:33:23	35.0	29.5	70.8
10/11/2022	09:33:24	35.0	29.5	70.9
10/11/2022	09:33:25	35.0	29.5	71.0
10/11/2022	09:33:26	35.0	29.5	71.0
10/11/2022	09:33:27	35.0	29.5	71.0
10/11/2022	09:33:28	35.0	29.5	70.9
10/11/2022	09:33:30	35.0	29.5	70.8
10/11/2022	09:33:31	35.0	29.5	70.8
10/11/2022	09:33:32	34.9	29.5	70.7
10/11/2022	09:33:33	34.9	29.5	70.6
10/11/2022	09:33:34	35.0	29.5	70.5
10/11/2022	09:33:35	35.0	29.5	70.5
10/11/2022	09:33:36	35.0	29.5	70.5
10/11/2022	09:33:37	35.0	29.5	70.5
10/11/2022	09:33:38	35.0	29.5	70.5
10/11/2022	09:33:40	35.0	29.5	70.6
10/11/2022	09:33:41	35.0	29.5	70.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	09:33:42	35.0	29.5	70.9
10/11/2022	09:33:43	35.0	29.5	71.0
10/11/2022	09:33:44	35.0	29.5	71.1
10/11/2022	09:33:45	35.0	29.5	71.2
10/11/2022	09:33:46	35.0	29.5	71.2
10/11/2022	09:33:47	35.0	29.5	71.2
10/11/2022	09:33:48	35.0	29.5	71.2
10/11/2022	09:33:50	35.0	29.5	71.1
10/11/2022	09:33:51	35.0	29.5	70.9
10/11/2022	09:33:52	35.0	29.5	70.8
10/11/2022	09:33:53	35.0	29.5	70.8
10/11/2022	09:33:54	35.0	29.5	70.7
10/11/2022	09:33:55	35.0	29.5	70.7
10/11/2022	09:33:56	35.0	29.5	70.6
10/11/2022	09:33:57	35.0	29.5	70.5
10/11/2022	09:33:58	35.0	29.5	70.5
10/11/2022	09:34:00	35.0	29.5	70.6
10/11/2022	09:34:01	35.0	29.5	70.6
10/11/2022	09:34:02	35.0	29.5	70.7
10/11/2022	09:34:03	35.0	29.5	70.8
10/11/2022	09:34:04	35.0	29.4	70.8
10/11/2022	09:34:05	35.0	29.4	70.9
10/11/2022	09:34:06	35.0	29.4	70.9
10/11/2022	09:34:07	35.0	29.4	70.8
10/11/2022	09:34:08	35.0	29.4	70.8
10/11/2022	09:34:10	35.0	29.4	70.7
10/11/2022	09:34:11	35.0	29.4	70.6
10/11/2022	09:34:12	34.9	29.4	70.5
10/11/2022	09:34:13	34.9	29.4	70.4
10/11/2022	09:34:14	34.9	29.4	70.4
10/11/2022	09:34:15	35.0	29.4	70.4
10/11/2022	09:34:16	35.0	29.4	70.4
10/11/2022	09:34:17	35.0	29.4	70.3
10/11/2022	09:34:18	35.0	29.4	70.3
10/11/2022	09:34:20	35.0	29.4	70.4
10/11/2022	09:34:21	35.0	29.4	70.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35^aC-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	09:34:22	35.0	29.4	70.7
10/11/2022	09:34:23	35.0	29.4	70.8
10/11/2022	09:34:24	35.0	29.4	71.0
10/11/2022	09:34:25	35.0	29.4	71.1
10/11/2022	09:34:26	35.0	29.4	71.2
10/11/2022	09:34:27	35.0	29.4	71.2
10/11/2022	09:34:28	35.0	29.4	71.1
10/11/2022	09:34:30	35.0	29.4	71.0
10/11/2022	09:34:31	35.0	29.4	70.9
10/11/2022	09:34:32	35.0	29.4	70.8
10/11/2022	09:34:33	35.0	29.4	70.7
10/11/2022	09:34:34	35.0	29.4	70.6
10/11/2022	09:34:35	35.0	29.4	70.6
10/11/2022	09:34:36	35.0	29.4	70.5
10/11/2022	09:34:37	35.0	29.4	70.5
10/11/2022	09:34:38	35.0	29.4	70.5
10/11/2022	09:34:40	35.0	29.4	70.6
10/11/2022	09:34:41	35.0	29.4	70.6
10/11/2022	09:34:42	35.0	29.4	70.6
10/11/2022	09:34:43	35.0	29.4	70.6
10/11/2022	09:34:44	35.0	29.4	70.7
10/11/2022	09:34:45	35.0	29.4	70.7
10/11/2022	09:34:46	35.0	29.4	70.8
10/11/2022	09:34:47	35.0	29.4	70.7
10/11/2022	09:34:48	35.0	29.4	70.6
10/11/2022	09:34:50	35.0	29.4	70.5
10/11/2022	09:34:51	35.0	29.4	70.5
10/11/2022	09:34:52	35.0	29.4	70.5
10/11/2022	09:34:53	35.0	29.4	70.4
10/11/2022	09:34:54	35.0	29.4	70.3
10/11/2022	09:34:55	35.0	29.5	70.3
10/11/2022	09:34:56	35.0	29.5	70.2
10/11/2022	09:34:57	35.0	29.5	70.3
10/11/2022	09:34:59	35.0	29.5	70.3
10/11/2022	09:35:00	35.0	29.5	70.3
10/11/2022	09:35:01	35.0	29.5	70.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35^aC-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	09:35:02	35.0	29.5	70.6
10/11/2022	09:35:03	35.0	29.5	70.7
10/11/2022	09:35:04	35.0	29.5	70.9
10/11/2022	09:35:05	35.0	29.5	71.0
10/11/2022	09:35:06	35.0	29.5	71.0
10/11/2022	09:35:07	35.0	29.5	71.1
10/11/2022	09:35:08	35.0	29.5	71.0
10/11/2022	09:35:10	35.0	29.5	70.8
10/11/2022	09:35:11	35.0	29.5	70.7
10/11/2022	09:35:12	35.0	29.5	70.6
10/11/2022	09:35:13	35.0	29.5	70.6
10/11/2022	09:35:14	35.0	29.5	70.5
10/11/2022	09:35:15	35.0	29.5	70.4
10/11/2022	09:35:16	35.0	29.5	70.4
10/11/2022	09:35:17	35.0	29.5	70.4
10/11/2022	09:35:19	35.0	29.5	70.4
10/11/2022	09:35:20	35.0	29.5	70.5
10/11/2022	09:35:21	35.0	29.5	70.6
10/11/2022	09:35:22	35.0	29.5	70.7
10/11/2022	09:35:23	35.0	29.5	70.8
10/11/2022	09:35:24	35.0	29.5	71.0
10/11/2022	09:35:25	35.0	29.5	71.1
10/11/2022	09:35:26	35.0	29.5	71.1
10/11/2022	09:35:27	35.0	29.5	71.1
10/11/2022	09:35:28	35.0	29.5	71.1
10/11/2022	09:35:30	35.0	29.5	71.0
10/11/2022	09:35:31	35.0	29.5	70.9
10/11/2022	09:35:32	35.0	29.4	70.8
10/11/2022	09:35:33	35.0	29.4	70.7
10/11/2022	09:35:34	35.0	29.5	70.7
10/11/2022	09:35:35	35.0	29.5	70.7
10/11/2022	09:35:36	35.0	29.5	70.6
10/11/2022	09:35:37	35.0	29.5	70.5
10/11/2022	09:35:39	35.0	29.5	70.5
10/11/2022	09:35:40	35.0	29.5	70.6
10/11/2022	09:35:41	35.0	29.5	70.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35^aC-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	09:35:42	35.0	29.5	70.8
10/11/2022	09:35:43	35.0	29.5	70.9
10/11/2022	09:35:44	35.0	29.5	71.0
10/11/2022	09:35:45	35.0	29.5	71.0
10/11/2022	09:35:46	35.0	29.5	71.0
10/11/2022	09:35:47	35.0	29.5	71.0
10/11/2022	09:35:49	35.0	29.4	70.9
10/11/2022	09:35:50	35.0	29.4	70.9
10/11/2022	09:35:51	35.0	29.4	70.8
10/11/2022	09:35:52	35.0	29.4	70.8
10/11/2022	09:35:53	35.0	29.4	70.7
10/11/2022	09:35:54	34.9	29.5	70.6
10/11/2022	09:35:55	35.0	29.5	70.6
10/11/2022	09:35:56	35.0	29.5	70.6
10/11/2022	09:35:57	35.0	29.5	70.6
10/11/2022	09:35:58	35.0	29.5	70.6
10/11/2022	09:36:00	35.0	29.5	70.6
10/11/2022	09:36:01	35.0	29.5	70.7
10/11/2022	09:36:02	35.0	29.5	70.9
10/11/2022	09:36:03	35.0	29.5	71.0
10/11/2022	09:36:04	35.0	29.5	71.0
10/11/2022	09:36:05	35.0	29.5	71.0
10/11/2022	09:36:06	35.0	29.5	71.0
10/11/2022	09:36:07	35.0	29.5	71.0
10/11/2022	09:36:08	35.0	29.5	71.0
10/11/2022	09:36:10	35.0	29.5	70.9
10/11/2022	09:36:11	35.0	29.5	70.8
10/11/2022	09:36:12	35.0	29.5	70.7
10/11/2022	09:36:13	35.0	29.5	70.7
10/11/2022	09:36:14	35.0	29.5	70.7
10/11/2022	09:36:15	35.0	29.5	70.6
10/11/2022	09:36:16	35.0	29.5	70.6
10/11/2022	09:36:17	35.0	29.5	70.6
10/11/2022	09:36:18	35.0	29.5	70.5
10/11/2022	09:36:20	35.0	29.5	70.5
10/11/2022	09:36:21	35.0	29.5	70.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	09:36:22	35.0	29.5	70.8
10/11/2022	09:36:23	35.0	29.5	70.9
10/11/2022	09:36:24	35.0	29.5	71.0
10/11/2022	09:36:25	35.0	29.5	71.0
10/11/2022	09:36:26	35.0	29.5	71.1
10/11/2022	09:36:27	35.0	29.5	71.2
10/11/2022	09:36:29	35.0	29.5	71.1
10/11/2022	09:36:30	35.0	29.5	71.0
10/11/2022	09:36:31	35.0	29.5	70.8
10/11/2022	09:36:32	35.0	29.5	70.8
10/11/2022	09:36:33	35.0	29.5	70.7
10/11/2022	09:36:34	35.0	29.5	70.7
10/11/2022	09:36:35	35.0	29.5	70.6
10/11/2022	09:36:36	35.0	29.5	70.5
10/11/2022	09:36:37	35.0	29.5	70.4
10/11/2022	09:36:39	35.0	29.5	70.4
10/11/2022	09:36:40	35.0	29.5	70.5
10/11/2022	09:36:41	35.0	29.5	70.6
10/11/2022	09:36:42	35.0	29.5	70.8
10/11/2022	09:36:43	35.0	29.5	70.9
10/11/2022	09:36:44	35.0	29.5	71.0
10/11/2022	09:36:45	35.0	29.6	71.1
10/11/2022	09:36:46	35.0	29.5	71.1
10/11/2022	09:36:47	35.0	29.5	71.2
10/11/2022	09:36:48	35.0	29.5	71.2
10/11/2022	09:36:50	35.0	29.5	71.1
10/11/2022	09:36:51	35.0	29.5	70.9
10/11/2022	09:36:52	35.0	29.5	70.8
10/11/2022	09:36:53	35.0	29.5	70.7
10/11/2022	09:36:54	35.0	29.5	70.6
10/11/2022	09:36:55	35.0	29.5	70.6
10/11/2022	09:36:56	35.0	29.5	70.6
10/11/2022	09:36:57	35.0	29.5	70.5
10/11/2022	09:36:58	35.0	29.5	70.5
10/11/2022	09:37:00	35.0	29.5	70.5
10/11/2022	09:37:01	35.0	29.5	70.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	09:37:02	35.0	29.5	70.7
10/11/2022	09:37:03	35.0	29.5	70.7
10/11/2022	09:37:04	35.0	29.5	70.7
10/11/2022	09:37:05	35.0	29.5	70.7
10/11/2022	09:37:06	35.0	29.5	70.8
10/11/2022	09:37:07	35.0	29.5	70.8
10/11/2022	09:37:08	35.0	29.5	70.8
10/11/2022	09:37:10	35.0	29.5	70.7
10/11/2022	09:37:11	35.0	29.5	70.6
10/11/2022	09:37:12	35.0	29.5	70.5
10/11/2022	09:37:13	35.0	29.5	70.5
10/11/2022	09:37:14	35.0	29.5	70.4
10/11/2022	09:37:15	35.0	29.5	70.4
10/11/2022	09:37:16	35.0	29.5	70.3
10/11/2022	09:37:17	35.0	29.5	70.2
10/11/2022	09:37:18	35.0	29.5	70.2
10/11/2022	09:37:20	35.0	29.6	70.3
10/11/2022	09:37:21	35.0	29.6	70.4
10/11/2022	09:37:22	35.0	29.5	70.5
10/11/2022	09:37:23	35.0	29.6	70.7
10/11/2022	09:37:24	35.0	29.6	70.8
10/11/2022	09:37:25	35.0	29.5	71.0
10/11/2022	09:37:26	35.0	29.5	71.0
10/11/2022	09:37:27	35.0	29.5	71.1
10/11/2022	09:37:29	35.0	29.5	71.1
10/11/2022	09:37:30	35.0	29.5	71.0
10/11/2022	09:37:31	35.0	29.5	70.9
10/11/2022	09:37:32	35.0	29.5	70.8
10/11/2022	09:37:33	35.0	29.5	70.7
10/11/2022	09:37:34	35.0	29.5	70.6
10/11/2022	09:37:35	35.0	29.5	70.6
10/11/2022	09:37:36	35.0	29.5	70.6
10/11/2022	09:37:37	35.0	29.5	70.5
10/11/2022	09:37:38	35.0	29.5	70.5
10/11/2022	09:37:40	35.0	29.5	70.4
10/11/2022	09:37:41	35.0	29.5	70.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	09:37:42	35.0	29.5	70.8
10/11/2022	09:37:43	35.0	29.5	70.9
10/11/2022	09:37:44	35.0	29.5	71.0
10/11/2022	09:37:45	35.0	29.5	71.1
10/11/2022	09:37:46	35.0	29.5	71.2
10/11/2022	09:37:47	35.0	29.5	71.2
10/11/2022	09:37:48	35.0	29.5	71.1
10/11/2022	09:37:50	35.0	29.5	71.0
10/11/2022	09:37:51	35.0	29.5	70.9
10/11/2022	09:37:52	35.0	29.5	70.7
10/11/2022	09:37:53	34.9	29.5	70.6
10/11/2022	09:37:54	35.0	29.5	70.6
10/11/2022	09:37:55	35.0	29.5	70.5
10/11/2022	09:37:56	35.0	29.5	70.5
10/11/2022	09:37:57	35.0	29.5	70.4
10/11/2022	09:37:58	35.0	29.5	70.4
10/11/2022	09:38:00	35.0	29.5	70.5
10/11/2022	09:38:01	35.0	29.5	70.6
10/11/2022	09:38:02	35.0	29.5	70.8
10/11/2022	09:38:03	35.0	29.5	70.9
10/11/2022	09:38:04	35.0	29.5	71.0
10/11/2022	09:38:05	35.0	29.5	71.1
10/11/2022	09:38:06	35.0	29.5	71.2
10/11/2022	09:38:07	35.0	29.5	71.3
10/11/2022	09:38:08	35.0	29.5	71.3
10/11/2022	09:38:10	35.0	29.5	71.2
10/11/2022	09:38:11	35.0	29.5	71.1
10/11/2022	09:38:12	35.0	29.5	71.0
10/11/2022	09:38:13	34.9	29.5	70.9
10/11/2022	09:38:14	34.9	29.5	70.8
10/11/2022	09:38:15	34.9	29.5	70.7
10/11/2022	09:38:16	35.0	29.5	70.6
10/11/2022	09:38:17	35.0	29.5	70.6
10/11/2022	09:38:18	35.0	29.5	70.6
10/11/2022	09:38:20	35.0	29.5	70.6
10/11/2022	09:38:21	35.0	29.5	70.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	09:38:22	35.0	29.5	70.8
10/11/2022	09:38:23	35.0	29.5	71.0
10/11/2022	09:38:24	35.0	29.5	71.1
10/11/2022	09:38:25	35.0	29.5	71.2
10/11/2022	09:38:26	35.0	29.5	71.2
10/11/2022	09:38:27	35.0	29.5	71.2
10/11/2022	09:38:29	35.0	29.5	71.2
10/11/2022	09:38:30	35.0	29.5	71.1
10/11/2022	09:38:31	35.0	29.5	71.0
10/11/2022	09:38:32	35.0	29.5	70.9
10/11/2022	09:38:33	35.0	29.5	70.9
10/11/2022	09:38:34	35.0	29.5	70.8
10/11/2022	09:38:35	35.0	29.5	70.8
10/11/2022	09:38:36	35.0	29.6	70.8
10/11/2022	09:38:37	35.0	29.6	70.8
10/11/2022	09:38:38	35.0	29.6	70.7
10/11/2022	09:38:40	35.0	29.6	70.7
10/11/2022	09:38:41	35.0	29.6	70.7
10/11/2022	09:38:42	35.0	29.6	70.7
10/11/2022	09:38:43	35.0	29.6	70.8
10/11/2022	09:38:44	35.0	29.6	70.8
10/11/2022	09:38:45	35.0	29.6	70.8
10/11/2022	09:38:46	35.0	29.6	70.8
10/11/2022	09:38:47	35.0	29.6	70.8
10/11/2022	09:38:49	35.0	29.6	70.7
10/11/2022	09:38:50	35.0	29.5	70.7
10/11/2022	09:38:51	35.0	29.5	70.6
10/11/2022	09:38:52	35.0	29.5	70.5
10/11/2022	09:38:53	35.0	29.5	70.5
10/11/2022	09:38:54	35.0	29.5	70.5
10/11/2022	09:38:55	35.0	29.5	70.5
10/11/2022	09:38:56	35.0	29.5	70.4
10/11/2022	09:38:57	35.0	29.5	70.4
10/11/2022	09:38:59	35.0	29.5	70.4
10/11/2022	09:39:00	35.0	29.5	70.3
10/11/2022	09:39:01	35.0	29.5	70.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	09:39:02	35.0	29.5	70.5
10/11/2022	09:39:03	35.0	29.5	70.7
10/11/2022	09:39:04	35.0	29.5	70.8
10/11/2022	09:39:05	35.0	29.5	71.0
10/11/2022	09:39:06	35.0	29.5	71.1
10/11/2022	09:39:07	35.0	29.5	71.1
10/11/2022	09:39:09	35.0	29.5	71.2
10/11/2022	09:39:10	35.0	29.5	71.1
10/11/2022	09:39:11	35.0	29.5	71.0
10/11/2022	09:39:12	35.0	29.5	70.8
10/11/2022	09:39:13	35.0	29.5	70.8
10/11/2022	09:39:14	35.0	29.5	70.7
10/11/2022	09:39:15	35.0	29.5	70.7
10/11/2022	09:39:16	35.0	29.5	70.6
10/11/2022	09:39:17	35.0	29.6	70.6
10/11/2022	09:39:19	35.0	29.6	70.6
10/11/2022	09:39:20	35.0	29.6	70.6
10/11/2022	09:39:21	35.0	29.6	70.7
10/11/2022	09:39:22	35.0	29.6	70.8
10/11/2022	09:39:23	35.0	29.6	70.8
10/11/2022	09:39:24	35.0	29.6	70.8
10/11/2022	09:39:25	35.0	29.6	70.8
10/11/2022	09:39:26	35.0	29.6	70.8
10/11/2022	09:39:28	35.0	29.5	70.8
10/11/2022	09:39:29	35.0	29.5	70.7
10/11/2022	09:39:30	35.0	29.5	70.6
10/11/2022	09:39:31	35.0	29.5	70.6
10/11/2022	09:39:32	35.0	29.5	70.6
10/11/2022	09:39:33	35.0	29.5	70.6
10/11/2022	09:39:34	35.0	29.5	70.6
10/11/2022	09:39:35	35.0	29.5	70.5
10/11/2022	09:39:37	35.0	29.6	70.5
10/11/2022	09:39:38	35.0	29.6	70.4
10/11/2022	09:39:39	35.0	29.6	70.4
10/11/2022	09:39:40	35.0	29.6	70.4
10/11/2022	09:39:41	35.0	29.6	70.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35^aC-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	09:39:42	35.0	29.6	70.5
10/11/2022	09:39:43	35.0	29.6	70.7
10/11/2022	09:39:44	35.0	29.6	70.8
10/11/2022	09:39:45	35.0	29.6	70.9
10/11/2022	09:39:47	35.0	29.6	71.0
10/11/2022	09:39:48	35.0	29.5	71.0
10/11/2022	09:39:49	35.0	29.5	71.0
10/11/2022	09:39:50	35.0	29.5	70.9
10/11/2022	09:39:51	35.0	29.5	70.7
10/11/2022	09:39:52	35.0	29.5	70.6
10/11/2022	09:39:53	35.0	29.5	70.6
10/11/2022	09:39:54	34.9	29.6	70.5
10/11/2022	09:39:56	34.9	29.6	70.5
10/11/2022	09:39:57	34.9	29.6	70.5
10/11/2022	09:39:58	34.9	29.6	70.4
10/11/2022	09:39:59	35.0	29.6	70.4
10/11/2022	09:40:00	35.0	29.6	70.4
10/11/2022	09:40:01	35.0	29.6	70.5
10/11/2022	09:40:02	35.0	29.6	70.6
10/11/2022	09:40:03	35.0	29.6	70.7
10/11/2022	09:40:04	35.0	29.6	70.9
10/11/2022	09:40:06	35.0	29.6	71.1
10/11/2022	09:40:07	35.0	29.6	71.2
10/11/2022	09:40:08	35.0	29.6	71.2
10/11/2022	09:40:09	35.0	29.6	71.2
10/11/2022	09:40:10	35.0	29.5	71.1
10/11/2022	09:40:11	35.0	29.5	71.0
10/11/2022	09:40:12	35.0	29.5	70.9
10/11/2022	09:40:13	35.0	29.6	70.8
10/11/2022	09:40:15	35.0	29.6	70.7
10/11/2022	09:40:16	35.0	29.6	70.6
10/11/2022	09:40:17	35.0	29.6	70.6
10/11/2022	09:40:18	35.0	29.6	70.6
10/11/2022	09:40:19	35.0	29.6	70.5
10/11/2022	09:40:20	35.0	29.6	70.6
10/11/2022	09:40:21	35.0	29.6	70.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	09:40:22	35.0	29.6	70.8
10/11/2022	09:40:23	35.0	29.6	70.8
10/11/2022	09:40:25	35.0	29.6	70.9
10/11/2022	09:40:26	35.0	29.6	70.9
10/11/2022	09:40:27	35.0	29.6	71.0
10/11/2022	09:40:28	35.0	29.6	71.1
10/11/2022	09:40:29	35.0	29.6	71.1
10/11/2022	09:40:30	35.0	29.6	71.0
10/11/2022	09:40:31	34.9	29.6	70.9
10/11/2022	09:40:32	34.9	29.6	70.8
10/11/2022	09:40:33	34.9	29.6	70.7
10/11/2022	09:40:34	34.9	29.6	70.6
10/11/2022	09:40:36	35.0	29.6	70.6
10/11/2022	09:40:37	35.0	29.6	70.5
10/11/2022	09:40:38	35.0	29.6	70.5
10/11/2022	09:40:39	35.0	29.6	70.5
10/11/2022	09:40:40	35.0	29.6	70.5
10/11/2022	09:40:41	35.0	29.6	70.5
10/11/2022	09:40:42	35.0	29.6	70.7
10/11/2022	09:40:43	35.0	29.6	70.9
10/11/2022	09:40:44	35.0	29.6	71.1
10/11/2022	09:40:46	35.0	29.6	71.2
10/11/2022	09:40:47	35.0	29.6	71.2
10/11/2022	09:40:48	35.0	29.6	71.3
10/11/2022	09:40:49	35.0	29.6	71.3
10/11/2022	09:40:50	34.9	29.6	71.3
10/11/2022	09:40:51	34.9	29.6	71.2
10/11/2022	09:40:52	34.9	29.6	71.0
10/11/2022	09:40:53	34.9	29.6	70.9
10/11/2022	09:40:54	34.9	29.6	70.8
10/11/2022	09:40:56	34.9	29.6	70.8
10/11/2022	09:40:57	34.9	29.6	70.8
10/11/2022	09:40:58	35.0	29.6	70.7
10/11/2022	09:40:59	35.0	29.6	70.6
10/11/2022	09:41:00	35.0	29.6	70.6
10/11/2022	09:41:01	35.0	29.6	70.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	09:41:02	35.0	29.6	70.6
10/11/2022	09:41:03	35.0	29.6	70.7
10/11/2022	09:41:04	35.0	29.6	70.7
10/11/2022	09:41:06	35.0	29.5	70.7
10/11/2022	09:41:07	35.0	29.5	70.7
10/11/2022	09:41:08	35.0	29.5	70.7
10/11/2022	09:41:09	35.0	29.5	70.6
10/11/2022	09:41:10	35.0	29.5	70.5
10/11/2022	09:41:11	35.0	29.5	70.4
10/11/2022	09:41:12	35.0	29.5	70.4
10/11/2022	09:41:13	35.0	29.5	70.4
10/11/2022	09:41:15	34.9	29.5	70.4
10/11/2022	09:41:16	34.9	29.5	70.4
10/11/2022	09:41:17	35.0	29.5	70.4
10/11/2022	09:41:18	35.0	29.5	70.4
10/11/2022	09:41:19	35.0	29.6	70.3
10/11/2022	09:41:20	35.0	29.5	70.3
10/11/2022	09:41:21	35.0	29.5	70.4
10/11/2022	09:41:22	35.0	29.5	70.4
10/11/2022	09:41:24	35.0	29.6	70.6
10/11/2022	09:41:25	35.0	29.6	70.8
10/11/2022	09:41:26	35.0	29.6	70.9
10/11/2022	09:41:27	35.0	29.6	71.0
10/11/2022	09:41:28	35.0	29.6	71.1
10/11/2022	09:41:29	35.0	29.6	71.1
10/11/2022	09:41:30	35.0	29.6	71.1
10/11/2022	09:41:31	35.0	29.5	71.0
10/11/2022	09:41:32	35.0	29.5	70.9
10/11/2022	09:41:34	35.0	29.5	70.7
10/11/2022	09:41:35	35.0	29.5	70.6
10/11/2022	09:41:36	35.0	29.5	70.6
10/11/2022	09:41:37	35.0	29.6	70.6
10/11/2022	09:41:38	35.0	29.6	70.6
10/11/2022	09:41:39	35.0	29.6	70.5
10/11/2022	09:41:40	35.0	29.6	70.6
10/11/2022	09:41:41	35.0	29.6	70.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	09:41:42	35.0	29.6	70.7
10/11/2022	09:41:44	35.0	29.6	70.8
10/11/2022	09:41:45	35.0	29.6	70.8
10/11/2022	09:41:46	35.0	29.6	70.8
10/11/2022	09:41:47	35.0	29.6	70.9
10/11/2022	09:41:48	35.0	29.6	70.9
10/11/2022	09:41:49	35.0	29.6	70.8
10/11/2022	09:41:50	35.0	29.6	70.7
10/11/2022	09:41:51	35.0	29.5	70.6
10/11/2022	09:41:52	35.0	29.5	70.5
10/11/2022	09:41:54	35.0	29.5	70.4
10/11/2022	09:41:55	35.0	29.5	70.4
10/11/2022	09:41:56	35.0	29.5	70.3
10/11/2022	09:41:57	35.0	29.5	70.3
10/11/2022	09:41:58	35.0	29.6	70.3
10/11/2022	09:41:59	35.0	29.6	70.3
10/11/2022	09:42:00	35.0	29.6	70.2
10/11/2022	09:42:01	35.0	29.6	70.4
10/11/2022	09:42:03	35.0	29.6	70.6
10/11/2022	09:42:04	35.0	29.6	70.7
10/11/2022	09:42:05	35.0	29.6	70.9
10/11/2022	09:42:06	35.0	29.6	71.0
10/11/2022	09:42:07	35.0	29.6	71.2
10/11/2022	09:42:08	35.0	29.6	71.3
10/11/2022	09:42:09	35.0	29.6	71.3
10/11/2022	09:42:10	34.9	29.6	71.3
10/11/2022	09:42:11	34.9	29.6	71.1
10/11/2022	09:42:13	35.0	29.6	71.0
10/11/2022	09:42:14	35.0	29.6	70.9
10/11/2022	09:42:15	34.9	29.5	70.8
10/11/2022	09:42:16	35.0	29.6	70.7
10/11/2022	09:42:17	35.0	29.6	70.6
10/11/2022	09:42:18	35.0	29.6	70.6
10/11/2022	09:42:19	35.0	29.6	70.6
10/11/2022	09:42:20	35.0	29.6	70.6
10/11/2022	09:42:21	35.0	29.6	70.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	09:42:23	35.0	29.6	70.7
10/11/2022	09:42:24	35.0	29.6	70.8
10/11/2022	09:42:25	35.0	29.6	70.8
10/11/2022	09:42:26	35.0	29.6	70.8
10/11/2022	09:42:27	35.0	29.6	70.8
10/11/2022	09:42:28	35.0	29.6	70.9
10/11/2022	09:42:29	35.0	29.6	70.8
10/11/2022	09:42:30	35.0	29.6	70.8
10/11/2022	09:42:32	35.0	29.5	70.6
10/11/2022	09:42:33	35.0	29.5	70.5
10/11/2022	09:42:34	35.0	29.6	70.5
10/11/2022	09:42:35	35.0	29.6	70.5
10/11/2022	09:42:36	35.0	29.6	70.4
10/11/2022	09:42:37	35.0	29.6	70.4
10/11/2022	09:42:38	35.0	29.6	70.3
10/11/2022	09:42:39	35.0	29.6	70.3
10/11/2022	09:42:40	35.0	29.6	70.3
10/11/2022	09:42:42	35.0	29.6	70.5
10/11/2022	09:42:43	35.0	29.6	70.6
10/11/2022	09:42:44	35.0	29.6	70.8
10/11/2022	09:42:45	35.0	29.6	70.9
10/11/2022	09:42:46	35.0	29.6	71.0
10/11/2022	09:42:47	35.0	29.6	71.2
10/11/2022	09:42:48	35.0	29.6	71.3
10/11/2022	09:42:49	35.0	29.6	71.3
10/11/2022	09:42:51	35.0	29.6	71.2
10/11/2022	09:42:52	35.0	29.6	71.2
10/11/2022	09:42:53	35.0	29.6	71.0
10/11/2022	09:42:54	35.0	29.6	70.9
10/11/2022	09:42:55	34.9	29.6	70.8
10/11/2022	09:42:56	35.0	29.6	70.7
10/11/2022	09:42:57	35.0	29.6	70.6
10/11/2022	09:42:58	35.0	29.6	70.6
10/11/2022	09:42:59	35.0	29.6	70.6
10/11/2022	09:43:01	35.0	29.6	70.5
10/11/2022	09:43:02	35.0	29.6	70.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	09:43:03	35.0	29.6	70.8
10/11/2022	09:43:04	35.0	29.6	71.0
10/11/2022	09:43:05	35.0	29.6	71.1
10/11/2022	09:43:06	35.0	29.6	71.2
10/11/2022	09:43:07	35.0	29.6	71.2
10/11/2022	09:43:08	35.0	29.6	71.2
10/11/2022	09:43:10	35.0	29.6	71.3
10/11/2022	09:43:11	35.0	29.6	71.2
10/11/2022	09:43:12	35.0	29.6	71.1
10/11/2022	09:43:13	35.0	29.6	71.0
10/11/2022	09:43:14	34.9	29.6	70.9
10/11/2022	09:43:15	34.9	29.6	70.8
10/11/2022	09:43:16	34.9	29.6	70.8
10/11/2022	09:43:17	35.0	29.6	70.8
10/11/2022	09:43:19	35.0	29.6	70.7
10/11/2022	09:43:20	35.0	29.6	70.6
10/11/2022	09:43:21	35.0	29.6	70.6
10/11/2022	09:43:22	35.0	29.6	70.6
10/11/2022	09:43:23	35.0	29.6	70.7
10/11/2022	09:43:24	35.0	29.6	70.7
10/11/2022	09:43:25	35.0	29.6	70.7
10/11/2022	09:43:26	35.0	29.6	70.7
10/11/2022	09:43:27	35.0	29.6	70.7
10/11/2022	09:43:28	35.0	29.6	70.7
10/11/2022	09:43:29	35.0	29.6	70.7
10/11/2022	09:43:31	35.0	29.6	70.6
10/11/2022	09:43:32	35.0	29.6	70.6
10/11/2022	09:43:33	35.0	29.6	70.6
10/11/2022	09:43:34	35.0	29.6	70.5
10/11/2022	09:43:35	35.0	29.6	70.5
10/11/2022	09:43:36	35.0	29.6	70.5
10/11/2022	09:43:37	35.0	29.6	70.5
10/11/2022	09:43:38	35.0	29.6	70.4
10/11/2022	09:43:40	35.0	29.6	70.3
10/11/2022	09:43:41	35.0	29.6	70.3
10/11/2022	09:43:42	35.0	29.6	70.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	09:43:43	35.0	29.6	70.5
10/11/2022	09:43:44	35.0	29.6	70.7
10/11/2022	09:43:45	35.0	29.6	70.9
10/11/2022	09:43:46	35.0	29.6	71.0
10/11/2022	09:43:47	35.0	29.6	71.1
10/11/2022	09:43:48	35.0	29.6	71.2
10/11/2022	09:43:50	35.0	29.6	71.3
10/11/2022	09:43:51	35.0	29.6	71.2
10/11/2022	09:43:52	35.0	29.6	71.1
10/11/2022	09:43:53	35.0	29.6	70.9
10/11/2022	09:43:54	35.0	29.6	70.8
10/11/2022	09:43:55	35.0	29.6	70.6
10/11/2022	09:43:56	35.0	29.6	70.6
10/11/2022	09:43:57	35.0	29.6	70.6
10/11/2022	09:43:58	35.0	29.6	70.5
10/11/2022	09:44:00	35.0	29.6	70.5
10/11/2022	09:44:01	35.0	29.6	70.5
10/11/2022	09:44:02	35.0	29.6	70.6
10/11/2022	09:44:03	35.0	29.6	70.7
10/11/2022	09:44:04	35.0	29.6	70.8
10/11/2022	09:44:05	35.0	29.6	70.8
10/11/2022	09:44:06	35.0	29.6	70.8
10/11/2022	09:44:07	35.0	29.6	70.8
10/11/2022	09:44:09	35.0	29.6	70.9
10/11/2022	09:44:10	35.0	29.6	70.8
10/11/2022	09:44:11	35.0	29.6	70.7
10/11/2022	09:44:12	35.0	29.6	70.7
10/11/2022	09:44:13	35.0	29.6	70.6
10/11/2022	09:44:14	35.0	29.6	70.6
10/11/2022	09:44:15	35.0	29.6	70.5
10/11/2022	09:44:16	35.0	29.6	70.5
10/11/2022	09:44:17	35.0	29.6	70.5
10/11/2022	09:44:19	35.0	29.6	70.4
10/11/2022	09:44:20	35.0	29.6	70.4
10/11/2022	09:44:21	35.0	29.6	70.4
10/11/2022	09:44:22	35.0	29.6	70.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35^aC-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	09:44:23	35.0	29.6	70.5
10/11/2022	09:44:24	35.0	29.6	70.7
10/11/2022	09:44:25	35.0	29.6	70.8
10/11/2022	09:44:26	35.0	29.6	70.9
10/11/2022	09:44:27	35.0	29.6	70.9
10/11/2022	09:44:29	35.0	29.6	71.0
10/11/2022	09:44:30	35.0	29.6	71.0
10/11/2022	09:44:31	35.0	29.6	70.9
10/11/2022	09:44:32	35.0	29.6	70.8
10/11/2022	09:44:33	35.0	29.6	70.7
10/11/2022	09:44:34	35.0	29.6	70.6
10/11/2022	09:44:35	35.0	29.6	70.5
10/11/2022	09:44:36	35.0	29.6	70.5
10/11/2022	09:44:37	35.0	29.6	70.4
10/11/2022	09:44:39	35.0	29.6	70.4
10/11/2022	09:44:40	35.0	29.6	70.4
10/11/2022	09:44:41	35.0	29.6	70.3
10/11/2022	09:44:42	35.0	29.6	70.4
10/11/2022	09:44:43	35.0	29.6	70.5
10/11/2022	09:44:44	35.0	29.6	70.7
10/11/2022	09:44:45	35.0	29.6	70.9
10/11/2022	09:44:46	35.0	29.6	71.0
10/11/2022	09:44:48	35.0	29.6	71.1
10/11/2022	09:44:49	35.0	29.6	71.1
10/11/2022	09:44:50	35.0	29.6	71.2
10/11/2022	09:44:51	35.0	29.6	71.2
10/11/2022	09:44:52	35.0	29.6	71.0
10/11/2022	09:44:53	35.0	29.6	70.8
10/11/2022	09:44:54	35.0	29.6	70.7
10/11/2022	09:44:55	35.0	29.6	70.7
10/11/2022	09:44:57	35.0	29.6	70.6
10/11/2022	09:44:58	35.0	29.6	70.5
10/11/2022	09:44:59	35.0	29.6	70.5
10/11/2022	09:45:00	35.0	29.6	70.4
10/11/2022	09:45:01	35.0	29.6	70.5
10/11/2022	09:45:02	35.0	29.6	70.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	09:45:03	35.0	29.6	70.7
10/11/2022	09:45:04	35.0	29.6	70.9
10/11/2022	09:45:05	35.0	29.6	71.0
10/11/2022	09:45:07	35.0	29.6	71.0
10/11/2022	09:45:08	35.0	29.6	71.1
10/11/2022	09:45:09	35.0	29.6	71.2
10/11/2022	09:45:10	35.0	29.6	71.2
10/11/2022	09:45:11	35.0	29.6	71.0
10/11/2022	09:45:12	35.0	29.6	70.8
10/11/2022	09:45:13	35.0	29.6	70.7
10/11/2022	09:45:14	35.0	29.6	70.7
10/11/2022	09:45:15	35.0	29.6	70.6
10/11/2022	09:45:17	35.0	29.6	70.6
10/11/2022	09:45:18	35.0	29.6	70.5
10/11/2022	09:45:19	35.0	29.6	70.4
10/11/2022	09:45:20	35.0	29.6	70.4
10/11/2022	09:45:21	35.0	29.6	70.5
10/11/2022	09:45:22	35.0	29.6	70.6
10/11/2022	09:45:23	35.0	29.6	70.7
10/11/2022	09:45:24	35.0	29.6	70.8
10/11/2022	09:45:26	35.0	29.6	70.9
10/11/2022	09:45:27	35.0	29.6	71.1
10/11/2022	09:45:28	35.0	29.6	71.2
10/11/2022	09:45:29	35.0	29.6	71.3
10/11/2022	09:45:30	35.0	29.6	71.2
10/11/2022	09:45:31	35.0	29.6	71.2
10/11/2022	09:45:32	35.0	29.6	71.1
10/11/2022	09:45:33	35.0	29.6	71.0
10/11/2022	09:45:34	35.0	29.6	70.9
10/11/2022	09:45:36	35.0	29.7	70.9
10/11/2022	09:45:37	35.0	29.7	70.8
10/11/2022	09:45:38	35.0	29.7	70.7
10/11/2022	09:45:39	35.0	29.7	70.7
10/11/2022	09:45:40	35.0	29.7	70.7
10/11/2022	09:45:41	35.0	29.7	70.7
10/11/2022	09:45:42	35.0	29.7	70.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35^aC-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	09:45:43	35.0	29.7	70.7
10/11/2022	09:45:45	35.0	29.7	70.7
10/11/2022	09:45:46	35.0	29.7	70.8
10/11/2022	09:45:47	35.0	29.6	70.8
10/11/2022	09:45:48	35.0	29.6	70.8
10/11/2022	09:45:49	35.0	29.6	70.8
10/11/2022	09:45:50	35.0	29.6	70.7
10/11/2022	09:45:51	35.0	29.6	70.7
10/11/2022	09:45:52	35.0	29.6	70.6
10/11/2022	09:45:53	35.0	29.6	70.6
10/11/2022	09:45:55	35.0	29.6	70.5
10/11/2022	09:45:56	35.0	29.6	70.5
10/11/2022	09:45:57	35.0	29.6	70.4
10/11/2022	09:45:58	35.0	29.6	70.5
10/11/2022	09:45:59	35.0	29.6	70.4
10/11/2022	09:46:00	35.0	29.6	70.4
10/11/2022	09:46:01	35.0	29.6	70.4
10/11/2022	09:46:02	35.0	29.6	70.4
10/11/2022	09:46:04	35.0	29.6	70.6
10/11/2022	09:46:05	35.0	29.6	70.8
10/11/2022	09:46:06	35.0	29.6	70.9
10/11/2022	09:46:07	35.0	29.6	70.9
10/11/2022	09:46:08	35.0	29.6	71.0
10/11/2022	09:46:09	35.0	29.6	71.1
10/11/2022	09:46:10	35.0	29.6	71.1
10/11/2022	09:46:11	35.0	29.6	71.1
10/11/2022	09:46:13	35.0	29.6	71.0
10/11/2022	09:46:14	35.0	29.6	70.9
10/11/2022	09:46:15	35.0	29.6	70.8
10/11/2022	09:46:16	35.0	29.6	70.7
10/11/2022	09:46:17	34.9	29.6	70.7
10/11/2022	09:46:18	35.0	29.6	70.7
10/11/2022	09:46:19	35.0	29.6	70.7
10/11/2022	09:46:20	35.0	29.6	70.6
10/11/2022	09:46:21	35.0	29.6	70.5
10/11/2022	09:46:23	35.0	29.6	70.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	09:46:24	35.0	29.6	70.7
10/11/2022	09:46:25	35.0	29.6	70.8
10/11/2022	09:46:26	35.0	29.6	70.7
10/11/2022	09:46:27	35.0	29.6	70.8
10/11/2022	09:46:28	35.0	29.6	70.8
10/11/2022	09:46:29	35.0	29.6	70.8
10/11/2022	09:46:30	35.0	29.6	70.8
10/11/2022	09:46:32	35.0	29.6	70.7
10/11/2022	09:46:33	35.0	29.6	70.7
10/11/2022	09:46:34	35.0	29.6	70.6
10/11/2022	09:46:35	35.0	29.6	70.6
10/11/2022	09:46:36	35.0	29.6	70.5
10/11/2022	09:46:37	35.0	29.6	70.5
10/11/2022	09:46:38	35.0	29.6	70.5
10/11/2022	09:46:39	35.0	29.6	70.4
10/11/2022	09:46:40	35.0	29.6	70.3
10/11/2022	09:46:41	35.0	29.6	70.4
10/11/2022	09:46:43	35.0	29.6	70.4
10/11/2022	09:46:44	35.0	29.6	70.6
10/11/2022	09:46:45	35.0	29.6	70.7
10/11/2022	09:46:46	35.0	29.6	70.8
10/11/2022	09:46:47	35.0	29.6	70.8
10/11/2022	09:46:48	35.0	29.6	70.9
10/11/2022	09:46:49	35.0	29.6	71.0
10/11/2022	09:46:50	35.0	29.6	71.0
10/11/2022	09:46:52	35.0	29.6	70.9
10/11/2022	09:46:53	35.0	29.6	70.7
10/11/2022	09:46:54	35.0	29.6	70.6
10/11/2022	09:46:55	35.0	29.6	70.5
10/11/2022	09:46:56	35.0	29.6	70.4
10/11/2022	09:46:57	35.0	29.6	70.4
10/11/2022	09:46:58	35.0	29.6	70.4
10/11/2022	09:46:59	35.0	29.7	70.4
10/11/2022	09:47:01	35.0	29.7	70.4
10/11/2022	09:47:02	35.0	29.7	70.5
10/11/2022	09:47:03	35.0	29.7	70.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	09:47:04	35.0	29.7	70.8
10/11/2022	09:47:05	35.0	29.7	71.0
10/11/2022	09:47:06	35.0	29.7	71.0
10/11/2022	09:47:07	35.0	29.7	71.1
10/11/2022	09:47:08	35.0	29.7	71.2
10/11/2022	09:47:09	35.0	29.7	71.3
10/11/2022	09:47:11	35.0	29.6	71.3
10/11/2022	09:47:12	35.0	29.6	71.2
10/11/2022	09:47:13	35.0	29.6	71.1
10/11/2022	09:47:14	35.0	29.6	70.9
10/11/2022	09:47:15	35.0	29.6	70.9
10/11/2022	09:47:16	35.0	29.6	70.8
10/11/2022	09:47:17	35.0	29.6	70.7
10/11/2022	09:47:18	35.0	29.6	70.7
10/11/2022	09:47:20	35.0	29.6	70.6
10/11/2022	09:47:21	35.0	29.6	70.6
10/11/2022	09:47:22	35.0	29.6	70.6
10/11/2022	09:47:23	35.0	29.7	70.8
10/11/2022	09:47:24	35.0	29.6	70.9
10/11/2022	09:47:25	35.0	29.6	71.0
10/11/2022	09:47:26	35.0	29.6	71.0
10/11/2022	09:47:27	35.0	29.6	71.1
10/11/2022	09:47:28	35.0	29.6	71.1
10/11/2022	09:47:30	35.0	29.6	71.2
10/11/2022	09:47:31	35.0	29.6	71.1
10/11/2022	09:47:32	35.0	29.6	71.0
10/11/2022	09:47:33	35.0	29.6	70.8
10/11/2022	09:47:34	34.9	29.6	70.7
10/11/2022	09:47:35	35.0	29.6	70.7
10/11/2022	09:47:36	35.0	29.6	70.6
10/11/2022	09:47:37	34.9	29.7	70.6
10/11/2022	09:47:38	34.9	29.7	70.5
10/11/2022	09:47:40	35.0	29.7	70.5
10/11/2022	09:47:41	35.0	29.7	70.5
10/11/2022	09:47:42	35.0	29.7	70.5
10/11/2022	09:47:43	35.0	29.7	70.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	09:47:44	35.0	29.7	70.7
10/11/2022	09:47:45	35.0	29.7	70.9
10/11/2022	09:47:46	35.0	29.7	71.0
10/11/2022	09:47:47	35.0	29.6	71.1
10/11/2022	09:47:48	35.0	29.6	71.2
10/11/2022	09:47:50	35.0	29.6	71.3
10/11/2022	09:47:51	35.0	29.6	71.3
10/11/2022	09:47:52	35.0	29.6	71.2
10/11/2022	09:47:53	35.0	29.6	71.0
10/11/2022	09:47:54	35.0	29.6	70.9
10/11/2022	09:47:55	35.0	29.6	70.9
10/11/2022	09:47:56	34.9	29.6	70.8
10/11/2022	09:47:57	34.9	29.6	70.7
10/11/2022	09:47:58	35.0	29.6	70.6
10/11/2022	09:48:00	35.0	29.6	70.6
10/11/2022	09:48:01	35.0	29.6	70.6
10/11/2022	09:48:02	35.0	29.7	70.6
10/11/2022	09:48:03	35.0	29.7	70.6
10/11/2022	09:48:04	35.0	29.7	70.6
10/11/2022	09:48:05	35.0	29.7	70.7
10/11/2022	09:48:06	35.0	29.7	70.8
10/11/2022	09:48:07	35.0	29.7	70.8
10/11/2022	09:48:08	35.0	29.7	70.8
10/11/2022	09:48:10	35.0	29.7	70.8
10/11/2022	09:48:11	35.0	29.6	70.8
10/11/2022	09:48:12	35.0	29.6	70.8
10/11/2022	09:48:13	35.0	29.6	70.7
10/11/2022	09:48:14	35.0	29.6	70.6
10/11/2022	09:48:15	34.9	29.6	70.5
10/11/2022	09:48:16	34.9	29.6	70.5
10/11/2022	09:48:17	34.9	29.6	70.5
10/11/2022	09:48:19	34.9	29.6	70.4
10/11/2022	09:48:20	35.0	29.6	70.4
10/11/2022	09:48:21	35.0	29.7	70.4
10/11/2022	09:48:22	35.0	29.6	70.4
10/11/2022	09:48:23	35.0	29.7	70.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	09:48:24	35.0	29.6	70.6
10/11/2022	09:48:25	35.0	29.6	70.8
10/11/2022	09:48:26	35.0	29.6	70.9
10/11/2022	09:48:27	35.0	29.7	71.0
10/11/2022	09:48:29	35.0	29.7	71.1
10/11/2022	09:48:30	35.0	29.7	71.1
10/11/2022	09:48:31	35.0	29.6	71.2
10/11/2022	09:48:32	35.0	29.6	71.2
10/11/2022	09:48:33	35.0	29.6	71.0
10/11/2022	09:48:34	35.0	29.6	70.8
10/11/2022	09:48:35	35.0	29.7	70.7
10/11/2022	09:48:36	35.0	29.6	70.7
10/11/2022	09:48:38	35.0	29.6	70.6
10/11/2022	09:48:39	35.0	29.6	70.5
10/11/2022	09:48:40	35.0	29.7	70.5
10/11/2022	09:48:41	35.0	29.7	70.5
10/11/2022	09:48:42	35.0	29.6	70.5
10/11/2022	09:48:43	35.0	29.7	70.6
10/11/2022	09:48:44	35.0	29.7	70.6
10/11/2022	09:48:45	35.0	29.7	70.6
10/11/2022	09:48:46	35.0	29.7	70.7
10/11/2022	09:48:48	35.0	29.7	70.7
10/11/2022	09:48:49	35.0	29.7	70.7
10/11/2022	09:48:50	35.0	29.7	70.7
10/11/2022	09:48:51	35.0	29.7	70.8
10/11/2022	09:48:52	35.0	29.7	70.7
10/11/2022	09:48:53	35.0	29.7	70.6
10/11/2022	09:48:54	35.0	29.7	70.6
10/11/2022	09:48:55	35.0	29.7	70.5
10/11/2022	09:48:56	34.9	29.7	70.4
10/11/2022	09:48:58	35.0	29.7	70.4
10/11/2022	09:48:59	35.0	29.7	70.3
10/11/2022	09:49:00	35.0	29.7	70.3
10/11/2022	09:49:01	35.0	29.7	70.3
10/11/2022	09:49:02	35.0	29.7	70.3
10/11/2022	09:49:03	35.0	29.7	70.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35^aC-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	09:49:04	35.0	29.7	70.6
10/11/2022	09:49:05	35.0	29.7	70.8
10/11/2022	09:49:06	35.0	29.7	70.9
10/11/2022	09:49:07	35.0	29.7	70.9
10/11/2022	09:49:09	35.0	29.7	70.9
10/11/2022	09:49:10	35.0	29.7	71.0
10/11/2022	09:49:11	35.0	29.7	71.0
10/11/2022	09:49:12	35.0	29.7	70.9
10/11/2022	09:49:13	35.0	29.7	70.7
10/11/2022	09:49:14	35.0	29.7	70.6
10/11/2022	09:49:15	35.0	29.7	70.5
10/11/2022	09:49:16	35.0	29.7	70.5
10/11/2022	09:49:18	35.0	29.7	70.5
10/11/2022	09:49:19	35.0	29.7	70.4
10/11/2022	09:49:20	35.0	29.7	70.4
10/11/2022	09:49:21	35.0	29.7	70.3
10/11/2022	09:49:22	35.0	29.7	70.3
10/11/2022	09:49:23	35.0	29.7	70.4
10/11/2022	09:49:24	35.0	29.7	70.6
10/11/2022	09:49:25	35.0	29.7	70.7
10/11/2022	09:49:26	35.0	29.7	70.8
10/11/2022	09:49:28	35.0	29.7	70.9
10/11/2022	09:49:29	35.0	29.7	71.0
10/11/2022	09:49:30	35.0	29.7	71.1
10/11/2022	09:49:31	35.0	29.7	71.1
10/11/2022	09:49:32	35.0	29.7	71.1
10/11/2022	09:49:33	35.0	29.7	71.0
10/11/2022	09:49:34	35.0	29.7	70.9
10/11/2022	09:49:35	35.0	29.7	70.8
10/11/2022	09:49:36	35.0	29.7	70.8
10/11/2022	09:49:38	35.0	29.7	70.7
10/11/2022	09:49:39	35.0	29.7	70.6
10/11/2022	09:49:40	35.0	29.7	70.5
10/11/2022	09:49:41	35.0	29.7	70.5
10/11/2022	09:49:42	35.0	29.7	70.4
10/11/2022	09:49:43	35.0	29.7	70.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	09:49:44	35.0	29.7	70.6
10/11/2022	09:49:45	35.0	29.7	70.8
10/11/2022	09:49:47	35.0	29.7	70.9
10/11/2022	09:49:48	35.0	29.7	71.0
10/11/2022	09:49:49	35.0	29.7	71.0
10/11/2022	09:49:50	35.0	29.7	71.0
10/11/2022	09:49:51	35.0	29.6	71.0
10/11/2022	09:49:52	34.9	29.6	71.0
10/11/2022	09:49:53	35.0	29.6	70.8
10/11/2022	09:49:54	34.9	29.6	70.8
10/11/2022	09:49:55	35.0	29.6	70.7
10/11/2022	09:49:57	34.9	29.6	70.6
10/11/2022	09:49:58	35.0	29.6	70.6
10/11/2022	09:49:59	34.9	29.6	70.6
10/11/2022	09:50:00	35.0	29.6	70.6
10/11/2022	09:50:01	35.0	29.6	70.5
10/11/2022	09:50:02	35.0	29.6	70.4
10/11/2022	09:50:03	35.0	29.6	70.5
10/11/2022	09:50:04	35.0	29.6	70.6
10/11/2022	09:50:05	35.0	29.6	70.7
10/11/2022	09:50:07	35.0	29.6	70.8
10/11/2022	09:50:08	35.0	29.6	70.8
10/11/2022	09:50:09	35.0	29.6	70.9
10/11/2022	09:50:10	35.0	29.6	71.0
10/11/2022	09:50:11	35.0	29.6	71.0
10/11/2022	09:50:12	35.0	29.6	70.9
10/11/2022	09:50:13	35.0	29.6	70.8
10/11/2022	09:50:14	35.0	29.6	70.7
10/11/2022	09:50:16	35.0	29.6	70.7
10/11/2022	09:50:17	35.0	29.6	70.6
10/11/2022	09:50:18	35.0	29.6	70.6
10/11/2022	09:50:19	35.0	29.6	70.6
10/11/2022	09:50:20	35.0	29.6	70.5
10/11/2022	09:50:21	35.0	29.7	70.4
10/11/2022	09:50:22	35.0	29.7	70.5
10/11/2022	09:50:23	35.0	29.7	70.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	09:50:24	35.0	29.7	70.8
10/11/2022	09:50:26	35.0	29.7	70.9
10/11/2022	09:50:27	35.0	29.7	71.0
10/11/2022	09:50:28	35.0	29.7	71.1
10/11/2022	09:50:29	35.0	29.7	71.2
10/11/2022	09:50:30	35.0	29.7	71.3
10/11/2022	09:50:31	35.0	29.6	71.2
10/11/2022	09:50:32	35.0	29.6	71.1
10/11/2022	09:50:33	34.9	29.7	71.0
10/11/2022	09:50:34	35.0	29.7	71.0
10/11/2022	09:50:36	35.0	29.6	70.9
10/11/2022	09:50:37	35.0	29.6	70.8
10/11/2022	09:50:38	35.0	29.6	70.7
10/11/2022	09:50:39	35.0	29.6	70.7
10/11/2022	09:50:40	35.0	29.6	70.7
10/11/2022	09:50:41	35.0	29.6	70.7
10/11/2022	09:50:42	35.0	29.6	70.6
10/11/2022	09:50:43	35.0	29.6	70.6
10/11/2022	09:50:44	35.0	29.6	70.6
10/11/2022	09:50:46	35.0	29.6	70.7
10/11/2022	09:50:47	35.0	29.6	70.7
10/11/2022	09:50:48	35.0	29.6	70.6
10/11/2022	09:50:49	35.0	29.6	70.6
10/11/2022	09:50:50	35.0	29.6	70.6
10/11/2022	09:50:51	35.0	29.6	70.6
10/11/2022	09:50:52	35.0	29.6	70.6
10/11/2022	09:50:54	35.0	29.6	70.5
10/11/2022	09:50:55	35.0	29.6	70.4
10/11/2022	09:50:56	35.0	29.6	70.4
10/11/2022	09:50:57	35.0	29.6	70.4
10/11/2022	09:50:58	35.0	29.6	70.4
10/11/2022	09:50:59	35.0	29.6	70.4
10/11/2022	09:51:00	35.0	29.6	70.3
10/11/2022	09:51:01	35.0	29.7	70.2
10/11/2022	09:51:02	35.0	29.7	70.2
10/11/2022	09:51:04	35.0	29.7	70.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35^aC-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	09:51:05	35.0	29.7	70.5
10/11/2022	09:51:06	35.0	29.7	70.7
10/11/2022	09:51:07	35.0	29.7	70.8
10/11/2022	09:51:08	35.0	29.7	71.0
10/11/2022	09:51:09	35.0	29.7	71.2
10/11/2022	09:51:10	35.0	29.7	71.3
10/11/2022	09:51:11	35.0	29.7	71.3
10/11/2022	09:51:13	35.0	29.7	71.3
10/11/2022	09:51:14	35.0	29.7	71.1
10/11/2022	09:51:15	35.0	29.7	71.0
10/11/2022	09:51:16	35.0	29.7	70.9
10/11/2022	09:51:17	35.0	29.7	70.8
10/11/2022	09:51:18	35.0	29.7	70.7
10/11/2022	09:51:19	35.0	29.7	70.6
10/11/2022	09:51:20	35.0	29.7	70.6
10/11/2022	09:51:22	35.0	29.7	70.6
10/11/2022	09:51:23	35.0	29.7	70.6
10/11/2022	09:51:24	35.0	29.7	70.6
10/11/2022	09:51:25	35.0	29.7	70.6
10/11/2022	09:51:26	35.0	29.7	70.7
10/11/2022	09:51:27	35.0	29.7	70.8
10/11/2022	09:51:28	35.0	29.7	70.9
10/11/2022	09:51:29	35.0	29.7	70.9
10/11/2022	09:51:31	35.0	29.7	70.8
10/11/2022	09:51:32	35.0	29.7	70.8
10/11/2022	09:51:33	35.0	29.7	70.7
10/11/2022	09:51:34	35.0	29.7	70.6
10/11/2022	09:51:35	35.0	29.7	70.6
10/11/2022	09:51:36	35.0	29.7	70.5
10/11/2022	09:51:37	35.0	29.7	70.4
10/11/2022	09:51:38	35.0	29.7	70.4
10/11/2022	09:51:39	35.0	29.7	70.4
10/11/2022	09:51:41	35.0	29.7	70.4
10/11/2022	09:51:42	35.0	29.7	70.4
10/11/2022	09:51:43	35.0	29.7	70.4
10/11/2022	09:51:44	35.0	29.7	70.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35^aC-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	09:51:45	35.0	29.7	70.6
10/11/2022	09:51:46	35.0	29.7	70.8
10/11/2022	09:51:47	35.0	29.7	71.0
10/11/2022	09:51:48	35.0	29.7	71.0
10/11/2022	09:51:49	35.0	29.7	71.1
10/11/2022	09:51:51	35.0	29.7	71.2
10/11/2022	09:51:52	35.0	29.7	71.2
10/11/2022	09:51:53	35.0	29.7	71.1
10/11/2022	09:51:54	35.0	29.7	71.0
10/11/2022	09:51:55	35.0	29.7	70.9
10/11/2022	09:51:56	35.0	29.7	70.8
10/11/2022	09:51:57	35.0	29.7	70.8
10/11/2022	09:51:58	35.0	29.7	70.7
10/11/2022	09:52:00	35.0	29.7	70.7
10/11/2022	09:52:01	35.0	29.7	70.7
10/11/2022	09:52:02	35.0	29.7	70.6
10/11/2022	09:52:03	35.0	29.7	70.6
10/11/2022	09:52:04	35.0	29.7	70.7
10/11/2022	09:52:05	35.0	29.7	70.8
10/11/2022	09:52:06	35.0	29.7	70.9
10/11/2022	09:52:07	35.0	29.7	71.0
10/11/2022	09:52:09	35.0	29.7	71.0
10/11/2022	09:52:10	35.0	29.7	71.0
10/11/2022	09:52:11	35.0	29.7	71.1
10/11/2022	09:52:12	35.0	29.7	71.1
10/11/2022	09:52:13	35.0	29.7	71.0
10/11/2022	09:52:14	35.0	29.7	70.8
10/11/2022	09:52:15	35.0	29.7	70.7
10/11/2022	09:52:16	35.0	29.7	70.7
10/11/2022	09:52:17	35.0	29.7	70.7
10/11/2022	09:52:19	35.0	29.7	70.7
10/11/2022	09:52:20	35.0	29.7	70.6
10/11/2022	09:52:21	35.0	29.7	70.5
10/11/2022	09:52:22	35.0	29.7	70.5
10/11/2022	09:52:23	35.0	29.7	70.5
10/11/2022	09:52:24	35.0	29.7	70.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35^aC-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	09:52:25	35.0	29.8	70.7
10/11/2022	09:52:26	35.0	29.7	70.8
10/11/2022	09:52:27	35.0	29.7	70.9
10/11/2022	09:52:29	35.0	29.7	70.9
10/11/2022	09:52:30	35.0	29.7	71.0
10/11/2022	09:52:31	35.0	29.7	71.0
10/11/2022	09:52:32	35.0	29.7	71.0
10/11/2022	09:52:33	35.0	29.7	71.0
10/11/2022	09:52:34	35.0	29.7	70.8
10/11/2022	09:52:35	35.0	29.7	70.7
10/11/2022	09:52:36	35.0	29.7	70.6
10/11/2022	09:52:38	35.0	29.7	70.6
10/11/2022	09:52:39	35.0	29.7	70.6
10/11/2022	09:52:40	35.0	29.7	70.6
10/11/2022	09:52:41	35.0	29.7	70.5
10/11/2022	09:52:42	35.0	29.7	70.4
10/11/2022	09:52:43	35.0	29.7	70.5
10/11/2022	09:52:44	35.0	29.8	70.6
10/11/2022	09:52:45	35.0	29.8	70.8
10/11/2022	09:52:46	35.0	29.8	70.8
10/11/2022	09:52:48	35.0	29.7	70.9
10/11/2022	09:52:49	35.0	29.7	71.0
10/11/2022	09:52:50	35.0	29.7	71.0
10/11/2022	09:52:51	35.0	29.7	71.1
10/11/2022	09:52:52	35.0	29.7	71.1
10/11/2022	09:52:53	35.0	29.7	71.1
10/11/2022	09:52:54	35.0	29.7	71.0
10/11/2022	09:52:55	35.0	29.7	70.9
10/11/2022	09:52:56	35.0	29.7	70.9
10/11/2022	09:52:58	35.0	29.7	70.8
10/11/2022	09:52:59	35.0	29.7	70.8
10/11/2022	09:53:00	35.0	29.7	70.7
10/11/2022	09:53:01	35.0	29.7	70.7
10/11/2022	09:53:02	35.0	29.7	70.6
10/11/2022	09:53:03	35.0	29.7	70.6
10/11/2022	09:53:04	35.0	29.7	70.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35^aC-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	09:53:05	35.0	29.7	70.6
10/11/2022	09:53:06	35.0	29.7	70.6
10/11/2022	09:53:08	35.0	29.7	70.6
10/11/2022	09:53:09	35.0	29.7	70.6
10/11/2022	09:53:10	35.0	29.7	70.6
10/11/2022	09:53:11	35.0	29.7	70.6
10/11/2022	09:53:12	35.0	29.7	70.5
10/11/2022	09:53:13	35.0	29.7	70.5
10/11/2022	09:53:14	35.0	29.6	70.4
10/11/2022	09:53:15	34.9	29.7	70.4
10/11/2022	09:53:17	34.9	29.7	70.4
10/11/2022	09:53:18	34.9	29.7	70.3
10/11/2022	09:53:19	34.9	29.7	70.3
10/11/2022	09:53:20	34.9	29.7	70.3
10/11/2022	09:53:21	35.0	29.7	70.3
10/11/2022	09:53:22	35.0	29.7	70.2
10/11/2022	09:53:23	35.0	29.7	70.2
10/11/2022	09:53:24	35.0	29.7	70.4
10/11/2022	09:53:25	35.0	29.7	70.6
10/11/2022	09:53:26	35.0	29.7	70.8
10/11/2022	09:53:28	35.0	29.7	70.9
10/11/2022	09:53:29	35.0	29.7	71.0
10/11/2022	09:53:30	35.0	29.7	71.0
10/11/2022	09:53:31	35.0	29.7	71.1
10/11/2022	09:53:32	35.0	29.7	71.2
10/11/2022	09:53:33	34.9	29.7	71.1
10/11/2022	09:53:34	34.9	29.7	71.0
10/11/2022	09:53:35	34.9	29.7	70.9
10/11/2022	09:53:37	34.9	29.7	70.8
10/11/2022	09:53:38	34.9	29.7	70.8
10/11/2022	09:53:39	34.9	29.7	70.7
10/11/2022	09:53:40	35.0	29.7	70.7
10/11/2022	09:53:41	35.0	29.7	70.6
10/11/2022	09:53:42	35.0	29.7	70.6
10/11/2022	09:53:43	35.0	29.7	70.6
10/11/2022	09:53:44	35.0	29.7	70.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	09:53:45	35.0	29.7	70.7
10/11/2022	09:53:47	35.0	29.7	70.8
10/11/2022	09:53:48	35.0	29.7	70.9
10/11/2022	09:53:49	35.0	29.7	70.9
10/11/2022	09:53:50	35.0	29.7	70.9
10/11/2022	09:53:51	35.0	29.7	70.9
10/11/2022	09:53:52	35.0	29.7	70.9
10/11/2022	09:53:53	34.9	29.7	70.8
10/11/2022	09:53:54	35.0	29.7	70.7
10/11/2022	09:53:55	34.9	29.7	70.6
10/11/2022	09:53:57	34.9	29.7	70.5
10/11/2022	09:53:58	34.9	29.7	70.5
10/11/2022	09:53:59	34.9	29.7	70.5
10/11/2022	09:54:00	35.0	29.7	70.4
10/11/2022	09:54:01	35.0	29.7	70.4
10/11/2022	09:54:02	35.0	29.7	70.4
10/11/2022	09:54:03	35.0	29.7	70.4
10/11/2022	09:54:04	35.0	29.7	70.5
10/11/2022	09:54:06	35.0	29.7	70.6
10/11/2022	09:54:07	35.0	29.7	70.8
10/11/2022	09:54:08	35.0	29.7	71.0
10/11/2022	09:54:09	35.0	29.7	71.1
10/11/2022	09:54:10	35.0	29.7	71.2
10/11/2022	09:54:11	35.0	29.7	71.2
10/11/2022	09:54:12	35.0	29.7	71.2
10/11/2022	09:54:13	35.0	29.7	71.1
10/11/2022	09:54:14	35.0	29.7	71.0
10/11/2022	09:54:16	35.0	29.7	70.9
10/11/2022	09:54:17	35.0	29.7	70.7
10/11/2022	09:54:18	34.9	29.7	70.7
10/11/2022	09:54:19	34.9	29.7	70.7
10/11/2022	09:54:20	35.0	29.7	70.7
10/11/2022	09:54:21	35.0	29.7	70.6
10/11/2022	09:54:22	35.0	29.7	70.6
10/11/2022	09:54:23	35.0	29.7	70.6
10/11/2022	09:54:24	35.0	29.7	70.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	09:54:26	35.0	29.7	70.8
10/11/2022	09:54:27	35.0	29.7	70.9
10/11/2022	09:54:28	35.0	29.7	71.0
10/11/2022	09:54:29	35.0	29.8	71.0
10/11/2022	09:54:30	35.0	29.7	71.1
10/11/2022	09:54:31	35.0	29.7	71.1
10/11/2022	09:54:32	35.0	29.7	71.1
10/11/2022	09:54:33	35.0	29.7	71.0
10/11/2022	09:54:35	35.0	29.7	70.8
10/11/2022	09:54:36	35.0	29.7	70.8
10/11/2022	09:54:37	35.0	29.7	70.7
10/11/2022	09:54:38	35.0	29.7	70.7
10/11/2022	09:54:39	35.0	29.7	70.6
10/11/2022	09:54:40	35.0	29.7	70.5
10/11/2022	09:54:41	35.0	29.8	70.5
10/11/2022	09:54:42	35.0	29.8	70.5
10/11/2022	09:54:43	35.0	29.8	70.6
10/11/2022	09:54:45	35.0	29.8	70.6
10/11/2022	09:54:46	35.0	29.8	70.7
10/11/2022	09:54:47	35.0	29.8	70.9
10/11/2022	09:54:48	35.0	29.8	71.0
10/11/2022	09:54:49	35.0	29.8	71.1
10/11/2022	09:54:50	35.0	29.8	71.1
10/11/2022	09:54:51	35.0	29.8	71.1
10/11/2022	09:54:52	35.0	29.7	71.1
10/11/2022	09:54:53	35.0	29.7	71.1
10/11/2022	09:54:55	35.0	29.7	71.0
10/11/2022	09:54:56	35.0	29.7	70.9
10/11/2022	09:54:57	35.0	29.7	70.8
10/11/2022	09:54:58	35.0	29.7	70.8
10/11/2022	09:54:59	35.0	29.7	70.7
10/11/2022	09:55:00	35.0	29.7	70.7
10/11/2022	09:55:01	35.0	29.7	70.6
10/11/2022	09:55:02	35.0	29.7	70.6
10/11/2022	09:55:03	35.0	29.7	70.5
10/11/2022	09:55:05	35.0	29.7	70.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35^aC-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	09:55:06	35.0	29.7	70.7
10/11/2022	09:55:07	35.0	29.7	70.7
10/11/2022	09:55:08	35.0	29.7	70.8
10/11/2022	09:55:09	35.0	29.7	70.8
10/11/2022	09:55:10	35.0	29.7	70.8
10/11/2022	09:55:11	35.0	29.7	70.9
10/11/2022	09:55:12	35.0	29.7	70.9
10/11/2022	09:55:13	35.0	29.7	70.8
10/11/2022	09:55:15	35.0	29.7	70.7
10/11/2022	09:55:16	35.0	29.7	70.7
10/11/2022	09:55:17	35.0	29.7	70.6
10/11/2022	09:55:18	35.0	29.7	70.6
10/11/2022	09:55:19	35.0	29.7	70.5
10/11/2022	09:55:20	35.0	29.7	70.4
10/11/2022	09:55:21	35.0	29.7	70.4
10/11/2022	09:55:22	35.0	29.8	70.3
10/11/2022	09:55:24	35.0	29.8	70.3
10/11/2022	09:55:25	35.0	29.8	70.5
10/11/2022	09:55:26	35.0	29.8	70.7
10/11/2022	09:55:27	35.0	29.8	70.8
10/11/2022	09:55:28	35.0	29.8	70.9
10/11/2022	09:55:29	35.0	29.8	71.0
10/11/2022	09:55:30	35.0	29.8	71.1
10/11/2022	09:55:31	35.0	29.7	71.2
10/11/2022	09:55:32	35.0	29.7	71.3
10/11/2022	09:55:34	35.0	29.7	71.2
10/11/2022	09:55:35	35.0	29.7	71.0
10/11/2022	09:55:36	35.0	29.7	70.9
10/11/2022	09:55:37	35.0	29.7	70.8
10/11/2022	09:55:38	35.0	29.7	70.8
10/11/2022	09:55:39	35.0	29.7	70.7
10/11/2022	09:55:40	35.0	29.8	70.6
10/11/2022	09:55:41	35.0	29.8	70.5
10/11/2022	09:55:42	35.0	29.8	70.5
10/11/2022	09:55:44	35.0	29.8	70.6
10/11/2022	09:55:45	35.0	29.8	70.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	09:55:46	35.0	29.8	70.7
10/11/2022	09:55:47	35.0	29.8	70.6
10/11/2022	09:55:48	35.0	29.8	70.6
10/11/2022	09:55:49	35.0	29.8	70.7
10/11/2022	09:55:50	35.0	29.8	70.7
10/11/2022	09:55:51	35.0	29.8	70.7
10/11/2022	09:55:52	35.0	29.8	70.6
10/11/2022	09:55:53	35.0	29.8	70.5
10/11/2022	09:55:55	35.0	29.8	70.5
10/11/2022	09:55:56	35.0	29.8	70.5
10/11/2022	09:55:57	35.0	29.8	70.5
10/11/2022	09:55:58	35.0	29.8	70.4
10/11/2022	09:55:59	35.0	29.8	70.3
10/11/2022	09:56:00	35.0	29.8	70.3
10/11/2022	09:56:01	35.0	29.8	70.3
10/11/2022	09:56:02	35.0	29.8	70.3
10/11/2022	09:56:03	35.0	29.8	70.3
10/11/2022	09:56:05	35.0	29.8	70.3
10/11/2022	09:56:06	35.0	29.8	70.4
10/11/2022	09:56:07	35.0	29.8	70.6
10/11/2022	09:56:08	35.0	29.8	70.7
10/11/2022	09:56:09	35.0	29.8	70.8
10/11/2022	09:56:10	35.0	29.8	70.9
10/11/2022	09:56:11	35.0	29.8	71.0
10/11/2022	09:56:12	35.0	29.8	71.0
10/11/2022	09:56:13	35.0	29.8	71.0
10/11/2022	09:56:15	35.0	29.7	70.9
10/11/2022	09:56:16	35.0	29.7	70.9
10/11/2022	09:56:17	35.0	29.8	70.7
10/11/2022	09:56:18	35.0	29.7	70.6
10/11/2022	09:56:19	35.0	29.8	70.6
10/11/2022	09:56:20	35.0	29.8	70.6
10/11/2022	09:56:21	35.0	29.8	70.6
10/11/2022	09:56:22	35.0	29.8	70.5
10/11/2022	09:56:23	35.0	29.8	70.5
10/11/2022	09:56:25	35.0	29.8	70.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	09:56:26	35.0	29.8	70.7
10/11/2022	09:56:27	35.0	29.8	70.8
10/11/2022	09:56:28	35.0	29.8	70.9
10/11/2022	09:56:29	35.0	29.8	71.0
10/11/2022	09:56:30	35.0	29.8	71.0
10/11/2022	09:56:31	35.0	29.8	71.1
10/11/2022	09:56:32	35.0	29.7	71.0
10/11/2022	09:56:33	35.0	29.7	70.9
10/11/2022	09:56:35	35.0	29.7	70.9
10/11/2022	09:56:36	35.0	29.7	70.8
10/11/2022	09:56:37	35.0	29.8	70.7
10/11/2022	09:56:38	35.0	29.8	70.7
10/11/2022	09:56:39	35.0	29.7	70.6
10/11/2022	09:56:40	35.0	29.7	70.6
10/11/2022	09:56:41	35.0	29.8	70.6
10/11/2022	09:56:42	35.0	29.8	70.5
10/11/2022	09:56:44	35.0	29.8	70.5
10/11/2022	09:56:45	35.0	29.8	70.6
10/11/2022	09:56:46	35.0	29.8	70.7
10/11/2022	09:56:47	35.0	29.8	70.8
10/11/2022	09:56:48	35.0	29.8	70.9
10/11/2022	09:56:49	35.0	29.8	70.9
10/11/2022	09:56:50	35.0	29.8	71.0
10/11/2022	09:56:51	35.0	29.8	71.1
10/11/2022	09:56:52	35.0	29.8	71.1
10/11/2022	09:56:54	35.0	29.8	71.0
10/11/2022	09:56:55	35.0	29.8	70.9
10/11/2022	09:56:56	35.0	29.8	70.8
10/11/2022	09:56:57	35.0	29.8	70.7
10/11/2022	09:56:58	35.0	29.8	70.7
10/11/2022	09:56:59	35.0	29.8	70.7
10/11/2022	09:57:00	35.0	29.8	70.6
10/11/2022	09:57:01	35.0	29.8	70.6
10/11/2022	09:57:02	35.0	29.8	70.6
10/11/2022	09:57:04	35.0	29.8	70.6
10/11/2022	09:57:05	35.0	29.8	70.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35^aC-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	09:57:06	35.0	29.8	70.7
10/11/2022	09:57:07	35.0	29.8	70.8
10/11/2022	09:57:08	35.0	29.8	70.9
10/11/2022	09:57:09	35.0	29.8	71.0
10/11/2022	09:57:10	35.0	29.8	71.1
10/11/2022	09:57:11	35.0	29.8	71.1
10/11/2022	09:57:13	35.0	29.8	71.1
10/11/2022	09:57:14	35.0	29.8	71.0
10/11/2022	09:57:15	35.0	29.7	70.9
10/11/2022	09:57:16	35.0	29.7	70.8
10/11/2022	09:57:17	35.0	29.7	70.7
10/11/2022	09:57:18	35.0	29.7	70.6
10/11/2022	09:57:19	35.0	29.7	70.6
10/11/2022	09:57:21	35.0	29.7	70.6
10/11/2022	09:57:22	35.0	29.8	70.6
10/11/2022	09:57:23	35.0	29.8	70.5
10/11/2022	09:57:24	35.0	29.7	70.5
10/11/2022	09:57:25	35.0	29.7	70.6
10/11/2022	09:57:26	35.0	29.7	70.8
10/11/2022	09:57:27	35.0	29.7	70.9
10/11/2022	09:57:28	35.0	29.7	70.9
10/11/2022	09:57:29	35.0	29.7	71.0
10/11/2022	09:57:31	35.0	29.7	71.1
10/11/2022	09:57:32	35.0	29.7	71.2
10/11/2022	09:57:33	34.9	29.7	71.2
10/11/2022	09:57:34	34.9	29.7	71.0
10/11/2022	09:57:35	34.9	29.7	70.9
10/11/2022	09:57:36	34.9	29.7	70.8
10/11/2022	09:57:37	34.9	29.8	70.7
10/11/2022	09:57:38	35.0	29.8	70.7
10/11/2022	09:57:39	35.0	29.8	70.6
10/11/2022	09:57:41	34.9	29.8	70.5
10/11/2022	09:57:42	35.0	29.8	70.5
10/11/2022	09:57:43	35.0	29.8	70.5
10/11/2022	09:57:44	35.0	29.8	70.6
10/11/2022	09:57:45	35.0	29.8	70.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	09:57:46	35.0	29.8	70.7
10/11/2022	09:57:47	35.0	29.8	70.8
10/11/2022	09:57:48	35.0	29.8	70.9
10/11/2022	09:57:50	35.0	29.8	70.9
10/11/2022	09:57:51	35.0	29.8	71.0
10/11/2022	09:57:52	35.0	29.8	71.0
10/11/2022	09:57:53	35.0	29.8	70.9
10/11/2022	09:57:54	35.0	29.8	70.9
10/11/2022	09:57:55	35.0	29.8	70.8
10/11/2022	09:57:56	35.0	29.8	70.7
10/11/2022	09:57:57	35.0	29.8	70.6
10/11/2022	09:57:58	34.9	29.8	70.6
10/11/2022	09:58:00	35.0	29.8	70.5
10/11/2022	09:58:01	35.0	29.8	70.5
10/11/2022	09:58:02	35.0	29.8	70.5
10/11/2022	09:58:03	35.0	29.8	70.5
10/11/2022	09:58:04	35.0	29.8	70.4
10/11/2022	09:58:05	35.0	29.8	70.5
10/11/2022	09:58:06	35.0	29.8	70.6
10/11/2022	09:58:07	35.0	29.8	70.7
10/11/2022	09:58:08	35.0	29.8	70.8
10/11/2022	09:58:10	35.0	29.8	70.8
10/11/2022	09:58:11	35.0	29.8	70.8
10/11/2022	09:58:12	35.0	29.8	70.9
10/11/2022	09:58:13	35.0	29.8	70.9
10/11/2022	09:58:14	35.0	29.8	70.8
10/11/2022	09:58:15	35.0	29.8	70.7
10/11/2022	09:58:16	35.0	29.8	70.6
10/11/2022	09:58:17	35.0	29.8	70.6
10/11/2022	09:58:19	35.0	29.8	70.5
10/11/2022	09:58:20	35.0	29.8	70.5
10/11/2022	09:58:21	35.0	29.8	70.5
10/11/2022	09:58:22	35.0	29.8	70.4
10/11/2022	09:58:23	35.0	29.8	70.4
10/11/2022	09:58:24	35.0	29.8	70.4
10/11/2022	09:58:25	35.0	29.8	70.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35^aC-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	09:58:26	35.0	29.8	70.6
10/11/2022	09:58:27	35.0	29.8	70.8
10/11/2022	09:58:29	35.0	29.8	70.9
10/11/2022	09:58:30	35.0	29.8	71.0
10/11/2022	09:58:31	35.0	29.8	71.1
10/11/2022	09:58:32	35.0	29.8	71.1
10/11/2022	09:58:33	35.0	29.8	71.1
10/11/2022	09:58:34	35.0	29.8	71.1
10/11/2022	09:58:35	35.0	29.8	70.9
10/11/2022	09:58:36	34.9	29.8	70.8
10/11/2022	09:58:38	34.9	29.8	70.7
10/11/2022	09:58:39	34.9	29.8	70.7
10/11/2022	09:58:40	35.0	29.8	70.6
10/11/2022	09:58:41	35.0	29.8	70.5
10/11/2022	09:58:42	35.0	29.8	70.5
10/11/2022	09:58:43	35.0	29.8	70.5
10/11/2022	09:58:44	35.0	29.8	70.5
10/11/2022	09:58:45	35.0	29.8	70.6
10/11/2022	09:58:47	35.0	29.8	70.7
10/11/2022	09:58:48	35.0	29.8	70.8
10/11/2022	09:58:49	35.0	29.8	70.9
10/11/2022	09:58:50	35.0	29.8	71.0
10/11/2022	09:58:51	35.0	29.8	71.0
10/11/2022	09:58:52	35.0	29.8	71.1
10/11/2022	09:58:53	35.0	29.8	71.0
10/11/2022	09:58:54	35.0	29.8	71.0
10/11/2022	09:58:55	35.0	29.8	70.8
10/11/2022	09:58:57	35.0	29.8	70.7
10/11/2022	09:58:58	35.0	29.8	70.7
10/11/2022	09:58:59	35.0	29.8	70.6
10/11/2022	09:59:00	35.0	29.8	70.5
10/11/2022	09:59:01	35.0	29.7	70.5
10/11/2022	09:59:02	35.0	29.8	70.5
10/11/2022	09:59:03	35.0	29.8	70.5
10/11/2022	09:59:04	35.0	29.7	70.5
10/11/2022	09:59:05	35.0	29.8	70.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35^aC-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	09:59:07	35.0	29.8	70.7
10/11/2022	09:59:08	35.0	29.8	70.8
10/11/2022	09:59:09	35.0	29.8	71.0
10/11/2022	09:59:10	35.0	29.8	71.1
10/11/2022	09:59:11	35.0	29.8	71.1
10/11/2022	09:59:12	35.0	29.8	71.1
10/11/2022	09:59:13	35.0	29.8	71.1
10/11/2022	09:59:14	35.0	29.8	71.0
10/11/2022	09:59:15	35.0	29.8	70.9
10/11/2022	09:59:17	35.0	29.8	70.8
10/11/2022	09:59:18	35.0	29.8	70.8
10/11/2022	09:59:19	35.0	29.8	70.7
10/11/2022	09:59:20	35.0	29.8	70.7
10/11/2022	09:59:21	35.0	29.8	70.7
10/11/2022	09:59:22	35.0	29.8	70.6
10/11/2022	09:59:23	35.0	29.8	70.6
10/11/2022	09:59:24	35.0	29.8	70.6
10/11/2022	09:59:26	35.0	29.8	70.7
10/11/2022	09:59:27	35.0	29.8	70.7
10/11/2022	09:59:28	35.0	29.8	70.8
10/11/2022	09:59:29	35.0	29.8	70.9
10/11/2022	09:59:30	35.0	29.8	71.0
10/11/2022	09:59:31	35.0	29.8	71.1
10/11/2022	09:59:32	35.0	29.8	71.0
10/11/2022	09:59:33	35.0	29.8	71.0
10/11/2022	09:59:35	35.0	29.8	70.9
10/11/2022	09:59:36	35.0	29.8	70.8
10/11/2022	09:59:37	35.0	29.8	70.7
10/11/2022	09:59:38	35.0	29.7	70.6
10/11/2022	09:59:39	35.0	29.7	70.6
10/11/2022	09:59:40	35.0	29.7	70.5
10/11/2022	09:59:41	35.0	29.7	70.5
10/11/2022	09:59:42	35.0	29.8	70.5
10/11/2022	09:59:43	35.0	29.8	70.5
10/11/2022	09:59:45	35.0	29.8	70.5
10/11/2022	09:59:46	35.0	29.8	70.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	09:59:47	35.0	29.8	70.7
10/11/2022	09:59:48	35.0	29.8	70.9
10/11/2022	09:59:49	35.0	29.8	71.0
10/11/2022	09:59:50	35.0	29.8	71.1
10/11/2022	09:59:51	35.0	29.8	71.3
10/11/2022	09:59:52	35.0	29.8	71.3
10/11/2022	09:59:54	35.0	29.8	71.3
10/11/2022	09:59:55	35.0	29.8	71.2
10/11/2022	09:59:56	35.0	29.8	71.1
10/11/2022	09:59:57	35.0	29.8	71.0
10/11/2022	09:59:58	35.0	29.8	70.8
10/11/2022	09:59:59	35.0	29.8	70.8
10/11/2022	10:00:00	35.0	29.8	70.7
10/11/2022	10:00:01	35.0	29.8	70.7
10/11/2022	10:00:03	35.0	29.8	70.6
10/11/2022	10:00:04	35.0	29.8	70.6
10/11/2022	10:00:05	35.0	29.8	70.6
10/11/2022	10:00:06	35.0	29.8	70.5
10/11/2022	10:00:07	35.0	29.8	70.6
10/11/2022	10:00:08	35.0	29.8	70.6
10/11/2022	10:00:09	35.0	29.8	70.6
10/11/2022	10:00:10	35.0	29.8	70.5
10/11/2022	10:00:12	35.0	29.8	70.5
10/11/2022	10:00:13	35.0	29.8	70.5
10/11/2022	10:00:14	35.0	29.8	70.5
10/11/2022	10:00:15	35.0	29.8	70.5
10/11/2022	10:00:16	35.0	29.8	70.4
10/11/2022	10:00:17	35.0	29.7	70.4
10/11/2022	10:00:18	35.0	29.7	70.4
10/11/2022	10:00:19	35.0	29.8	70.4
10/11/2022	10:00:21	35.0	29.8	70.3
10/11/2022	10:00:22	35.0	29.8	70.2
10/11/2022	10:00:23	35.0	29.8	70.2
10/11/2022	10:00:24	35.0	29.8	70.2
10/11/2022	10:00:25	35.0	29.8	70.2
10/11/2022	10:00:26	35.0	29.8	70.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	10:00:27	35.0	29.8	70.5
10/11/2022	10:00:28	35.0	29.8	70.7
10/11/2022	10:00:29	35.0	29.8	70.9
10/11/2022	10:00:31	35.0	29.8	71.0
10/11/2022	10:00:32	35.0	29.8	71.1
10/11/2022	10:00:33	35.0	29.8	71.2
10/11/2022	10:00:34	35.0	29.8	71.3
10/11/2022	10:00:35	35.0	29.7	71.2
10/11/2022	10:00:36	35.0	29.7	71.0
10/11/2022	10:00:37	35.0	29.7	70.9
10/11/2022	10:00:38	35.0	29.7	70.9
10/11/2022	10:00:39	35.0	29.7	70.8
10/11/2022	10:00:41	35.0	29.7	70.7
10/11/2022	10:00:42	35.0	29.7	70.6
10/11/2022	10:00:43	35.0	29.7	70.6
10/11/2022	10:00:44	35.0	29.7	70.6
10/11/2022	10:00:45	35.0	29.8	70.5
10/11/2022	10:00:46	35.0	29.8	70.6
10/11/2022	10:00:47	35.0	29.8	70.6
10/11/2022	10:00:48	35.0	29.8	70.6
10/11/2022	10:00:50	35.0	29.8	70.6
10/11/2022	10:00:51	35.0	29.8	70.7
10/11/2022	10:00:52	35.0	29.8	70.6
10/11/2022	10:00:53	35.0	29.8	70.6
10/11/2022	10:00:54	34.9	29.8	70.7
10/11/2022	10:00:55	35.0	29.8	70.7
10/11/2022	10:00:56	35.0	29.8	70.6
10/11/2022	10:00:57	35.0	29.8	70.5
10/11/2022	10:00:58	35.0	29.8	70.4
10/11/2022	10:01:00	35.0	29.8	70.4
10/11/2022	10:01:01	35.0	29.8	70.5
10/11/2022	10:01:02	35.0	29.8	70.4
10/11/2022	10:01:03	35.0	29.8	70.3
10/11/2022	10:01:04	35.0	29.8	70.3
10/11/2022	10:01:05	35.0	29.8	70.3
10/11/2022	10:01:06	35.0	29.8	70.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	10:01:08	35.0	29.8	70.6
10/11/2022	10:01:09	35.0	29.8	70.7
10/11/2022	10:01:10	35.0	29.8	70.8
10/11/2022	10:01:11	35.0	29.8	70.9
10/11/2022	10:01:12	35.0	29.8	71.1
10/11/2022	10:01:13	35.0	29.8	71.1
10/11/2022	10:01:14	35.0	29.8	71.1
10/11/2022	10:01:15	35.0	29.8	71.0
10/11/2022	10:01:17	35.0	29.8	70.9
10/11/2022	10:01:18	35.0	29.8	70.8
10/11/2022	10:01:19	35.0	29.8	70.8
10/11/2022	10:01:20	35.0	29.8	70.7
10/11/2022	10:01:21	35.0	29.8	70.6
10/11/2022	10:01:22	35.0	29.8	70.6
10/11/2022	10:01:23	35.0	29.8	70.6
10/11/2022	10:01:24	35.0	29.8	70.5
10/11/2022	10:01:25	35.0	29.8	70.6
10/11/2022	10:01:27	35.0	29.8	70.7
10/11/2022	10:01:28	35.0	29.8	70.8
10/11/2022	10:01:29	35.0	29.8	71.0
10/11/2022	10:01:30	35.0	29.8	71.1
10/11/2022	10:01:31	35.0	29.8	71.1
10/11/2022	10:01:32	35.0	29.8	71.1
10/11/2022	10:01:33	35.0	29.8	71.2
10/11/2022	10:01:35	35.0	29.8	71.1
10/11/2022	10:01:36	34.9	29.8	71.0
10/11/2022	10:01:37	34.9	29.8	71.0
10/11/2022	10:01:38	34.9	29.8	70.9
10/11/2022	10:01:39	35.0	29.8	70.7
10/11/2022	10:01:40	35.0	29.8	70.8
10/11/2022	10:01:41	35.0	29.8	70.7
10/11/2022	10:01:42	35.0	29.8	70.6
10/11/2022	10:01:44	35.0	29.8	70.6
10/11/2022	10:01:45	35.0	29.8	70.6
10/11/2022	10:01:46	35.0	29.8	70.6
10/11/2022	10:01:47	35.0	29.8	70.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35^aC-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	10:01:48	35.0	29.8	70.8
10/11/2022	10:01:49	35.0	29.8	70.9
10/11/2022	10:01:50	35.0	29.8	71.0
10/11/2022	10:01:51	35.0	29.8	71.0
10/11/2022	10:01:53	35.0	29.8	71.0
10/11/2022	10:01:54	35.0	29.8	71.0
10/11/2022	10:01:55	35.0	29.8	71.0
10/11/2022	10:01:56	35.0	29.8	70.9
10/11/2022	10:01:57	35.0	29.8	70.7
10/11/2022	10:01:58	35.0	29.8	70.7
10/11/2022	10:01:59	35.0	29.8	70.7
10/11/2022	10:02:00	35.0	29.8	70.6
10/11/2022	10:02:02	35.0	29.8	70.6
10/11/2022	10:02:03	35.0	29.9	70.5
10/11/2022	10:02:04	35.0	29.9	70.5
10/11/2022	10:02:05	35.0	29.9	70.5
10/11/2022	10:02:06	35.0	29.9	70.5
10/11/2022	10:02:07	35.0	29.9	70.6
10/11/2022	10:02:08	35.0	29.8	70.8
10/11/2022	10:02:09	35.0	29.9	70.9
10/11/2022	10:02:10	35.0	29.9	71.0
10/11/2022	10:02:12	35.0	29.9	71.2
10/11/2022	10:02:13	35.0	29.9	71.3
10/11/2022	10:02:14	35.0	29.8	71.3
10/11/2022	10:02:15	35.0	29.8	71.2
10/11/2022	10:02:16	35.0	29.8	71.1
10/11/2022	10:02:17	35.0	29.8	71.0
10/11/2022	10:02:18	35.0	29.8	70.9
10/11/2022	10:02:19	35.0	29.8	70.8
10/11/2022	10:02:21	35.0	29.8	70.7
10/11/2022	10:02:22	35.0	29.8	70.7
10/11/2022	10:02:23	35.0	29.8	70.7
10/11/2022	10:02:24	35.0	29.8	70.7
10/11/2022	10:02:25	35.0	29.8	70.6
10/11/2022	10:02:26	35.0	29.8	70.6
10/11/2022	10:02:27	35.0	29.8	70.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	10:02:28	35.0	29.8	70.6
10/11/2022	10:02:30	35.0	29.8	70.6
10/11/2022	10:02:31	35.0	29.8	70.6
10/11/2022	10:02:32	35.0	29.8	70.6
10/11/2022	10:02:33	35.0	29.8	70.5
10/11/2022	10:02:34	35.0	29.8	70.0
10/11/2022	10:02:35	34.9	29.8	69.0
10/11/2022	10:02:36	34.9	29.8	67.4
10/11/2022	10:02:38	34.8	29.8	64.9
10/11/2022	10:02:39	34.8	29.8	62.1
10/11/2022	10:02:40	34.7	29.8	58.8
10/11/2022	10:02:41	34.6	29.8	54.7
10/11/2022	10:02:42	34.5	29.8	51.1
10/11/2022	10:02:43	34.4	29.8	47.5
10/11/2022	10:02:44	34.3	29.8	43.8
10/11/2022	10:02:45	34.2	29.8	41.0
10/11/2022	10:02:47	34.1	29.8	38.3
10/11/2022	10:02:48	34.0	29.8	36.3
10/11/2022	10:02:49	34.0	29.8	34.6
10/11/2022	10:02:50	33.9	29.8	33.1
10/11/2022	10:02:51	33.8	29.8	31.9
10/11/2022	10:02:52	33.8	29.8	30.8
10/11/2022	10:02:53	33.7	29.8	30.0
10/11/2022	10:02:54	33.7	29.8	29.3
10/11/2022	10:02:56	33.6	29.8	28.7
10/11/2022	10:02:57	33.6	29.8	28.3
10/11/2022	10:02:58	33.5	29.8	27.9
10/11/2022	10:02:59	33.5	29.8	27.6
10/11/2022	10:03:00	33.5	29.8	27.3
10/11/2022	10:03:01	33.4	29.8	27.1
10/11/2022	10:03:02	33.4	29.8	26.9
10/11/2022	10:03:03	33.3	29.8	26.7
10/11/2022	10:03:04	33.3	29.8	26.5
10/11/2022	10:03:06	33.3	29.8	26.4
10/11/2022	10:03:07	33.3	29.8	26.3
10/11/2022	10:03:08	33.2	29.8	26.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	10:03:09	33.2	29.8	26.1
10/11/2022	10:03:10	33.2	29.8	26.1
10/11/2022	10:03:11	33.2	29.8	26.0
10/11/2022	10:03:12	33.1	29.8	26.0
10/11/2022	10:03:13	33.1	29.8	26.0
10/11/2022	10:03:15	33.1	29.8	26.0
10/11/2022	10:03:16	33.0	29.8	26.0
10/11/2022	10:03:17	33.0	29.8	26.0
10/11/2022	10:03:18	33.0	29.8	26.0
10/11/2022	10:03:19	33.0	29.8	26.0
10/11/2022	10:03:20	33.0	29.8	26.0
10/11/2022	10:03:21	32.9	29.8	26.0
10/11/2022	10:03:22	32.9	29.8	25.9
10/11/2022	10:03:24	32.9	29.8	25.9
10/11/2022	10:03:25	32.9	29.8	25.8
10/11/2022	10:03:26	32.9	29.8	25.7
10/11/2022	10:03:27	32.8	29.8	25.7
10/11/2022	10:03:28	32.8	29.8	25.6
10/11/2022	10:03:29	32.8	29.8	25.6
10/11/2022	10:03:30	32.8	29.8	25.6
10/11/2022	10:03:31	32.7	29.8	25.6
10/11/2022	10:03:32	32.7	29.8	25.5
10/11/2022	10:03:33	32.7	29.8	25.5
10/11/2022	10:03:35	32.7	29.8	25.5
10/11/2022	10:03:36	32.7	29.8	25.5
10/11/2022	10:03:37	32.7	29.8	25.4
10/11/2022	10:03:38	32.6	29.8	25.3
10/11/2022	10:03:39	32.6	29.8	25.2
10/11/2022	10:03:40	32.6	29.7	25.2
10/11/2022	10:03:41	32.5	29.7	25.2
10/11/2022	10:03:42	32.5	29.7	25.3
10/11/2022	10:03:43	32.5	29.7	25.5
10/11/2022	10:03:45	32.4	29.7	25.7
10/11/2022	10:03:46	32.4	29.7	26.0
10/11/2022	10:03:47	32.4	29.7	26.3
10/11/2022	10:03:48	32.4	29.7	26.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35^aC-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	10:03:49	32.4	29.7	27.0
10/11/2022	10:03:50	32.4	29.7	27.4
10/11/2022	10:03:51	32.4	29.7	27.7
10/11/2022	10:03:52	32.5	29.7	28.1
10/11/2022	10:03:54	32.5	29.7	28.4
10/11/2022	10:03:55	32.5	29.7	28.7
10/11/2022	10:03:56	32.6	29.7	29.0
10/11/2022	10:03:57	32.6	29.7	29.4
10/11/2022	10:03:58	32.6	29.7	29.7
10/11/2022	10:03:59	32.6	29.7	30.0
10/11/2022	10:04:00	32.7	29.7	30.4
10/11/2022	10:04:01	32.7	29.7	30.7
10/11/2022	10:04:03	32.7	29.7	31.0
10/11/2022	10:04:04	32.8	29.7	31.3
10/11/2022	10:04:05	32.8	29.7	31.6
10/11/2022	10:04:06	32.8	29.7	31.9
10/11/2022	10:04:07	32.9	29.7	32.2
10/11/2022	10:04:08	32.9	29.7	32.5
10/11/2022	10:04:09	32.9	29.7	32.9
10/11/2022	10:04:10	32.9	29.7	33.2
10/11/2022	10:04:11	33.0	29.7	33.4
10/11/2022	10:04:13	33.0	29.7	33.7
10/11/2022	10:04:14	33.0	29.7	34.0
10/11/2022	10:04:15	33.0	29.7	34.3
10/11/2022	10:04:16	33.0	29.7	34.5
10/11/2022	10:04:17	33.0	29.7	34.7
10/11/2022	10:04:18	33.1	29.7	35.0
10/11/2022	10:04:19	33.1	29.7	35.2
10/11/2022	10:04:20	33.1	29.7	35.5
10/11/2022	10:04:22	33.1	29.7	35.7
10/11/2022	10:04:23	33.1	29.7	36.0
10/11/2022	10:04:24	33.1	29.7	36.2
10/11/2022	10:04:25	33.1	29.7	36.4
10/11/2022	10:04:26	33.1	29.7	36.7
10/11/2022	10:04:27	33.1	29.7	36.9
10/11/2022	10:04:28	33.1	29.7	37.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35^aC-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	10:04:29	33.1	29.7	37.3
10/11/2022	10:04:30	33.1	29.7	37.6
10/11/2022	10:04:32	33.1	29.7	37.8
10/11/2022	10:04:33	33.1	29.7	38.0
10/11/2022	10:04:34	33.2	29.7	38.2
10/11/2022	10:04:35	33.2	29.7	38.4
10/11/2022	10:04:36	33.2	29.7	38.6
10/11/2022	10:04:37	33.2	29.7	38.8
10/11/2022	10:04:38	33.2	29.7	39.1
10/11/2022	10:04:39	33.2	29.7	39.3
10/11/2022	10:04:41	33.2	29.7	39.4
10/11/2022	10:04:42	33.2	29.7	39.6
10/11/2022	10:04:43	33.2	29.7	39.9
10/11/2022	10:04:44	33.2	29.7	40.1
10/11/2022	10:04:45	33.2	29.7	40.3
10/11/2022	10:04:46	33.2	29.7	40.4
10/11/2022	10:04:47	33.2	29.7	40.6
10/11/2022	10:04:48	33.2	29.7	40.8
10/11/2022	10:04:50	33.2	29.7	41.0
10/11/2022	10:04:51	33.2	29.7	41.2
10/11/2022	10:04:52	33.2	29.7	41.3
10/11/2022	10:04:53	33.2	29.7	41.5
10/11/2022	10:04:54	33.2	29.7	41.6
10/11/2022	10:04:55	33.3	29.7	41.9
10/11/2022	10:04:56	33.3	29.7	42.0
10/11/2022	10:04:57	33.2	29.7	42.2
10/11/2022	10:04:58	33.2	29.7	42.3
10/11/2022	10:05:00	33.2	29.7	42.5
10/11/2022	10:05:01	33.2	29.7	42.6
10/11/2022	10:05:02	33.2	29.7	42.8
10/11/2022	10:05:03	33.3	29.7	42.9
10/11/2022	10:05:04	33.2	29.6	43.1
10/11/2022	10:05:05	33.2	29.7	43.3
10/11/2022	10:05:06	33.2	29.6	43.4
10/11/2022	10:05:07	33.2	29.6	43.6
10/11/2022	10:05:09	33.2	29.7	43.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35^aC-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	10:05:10	33.2	29.7	43.8
10/11/2022	10:05:11	33.3	29.7	44.0
10/11/2022	10:05:12	33.2	29.6	44.2
10/11/2022	10:05:13	33.2	29.6	44.3
10/11/2022	10:05:14	33.2	29.6	44.4
10/11/2022	10:05:15	33.2	29.7	44.6
10/11/2022	10:05:16	33.2	29.6	44.7
10/11/2022	10:05:18	33.3	29.6	44.8
10/11/2022	10:05:19	33.3	29.6	45.0
10/11/2022	10:05:20	33.3	29.6	45.1
10/11/2022	10:05:21	33.3	29.6	45.3
10/11/2022	10:05:22	33.3	29.6	45.4
10/11/2022	10:05:23	33.3	29.6	45.5
10/11/2022	10:05:24	33.3	29.6	45.6
10/11/2022	10:05:25	33.3	29.6	45.8
10/11/2022	10:05:26	33.3	29.6	45.9
10/11/2022	10:05:28	33.3	29.6	46.0
10/11/2022	10:05:29	33.3	29.6	46.1
10/11/2022	10:05:30	33.3	29.6	46.2
10/11/2022	10:05:31	33.3	29.6	46.3
10/11/2022	10:05:32	33.2	29.6	46.5
10/11/2022	10:05:33	33.2	29.6	46.6
10/11/2022	10:05:34	33.2	29.6	46.7
10/11/2022	10:05:35	33.2	29.6	46.8
10/11/2022	10:05:37	33.2	29.6	46.9
10/11/2022	10:05:38	33.2	29.6	47.0
10/11/2022	10:05:39	33.2	29.6	47.2
10/11/2022	10:05:40	33.2	29.6	47.3
10/11/2022	10:05:41	33.2	29.6	47.4
10/11/2022	10:05:42	33.2	29.6	47.5
10/11/2022	10:05:43	33.2	29.6	47.6
10/11/2022	10:05:44	33.2	29.6	47.7
10/11/2022	10:05:45	33.2	29.6	47.8
10/11/2022	10:05:47	33.2	29.6	47.9
10/11/2022	10:05:48	33.2	29.6	48.1
10/11/2022	10:05:49	33.2	29.6	48.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35^aC-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	10:05:50	33.2	29.6	48.2
10/11/2022	10:05:51	33.2	29.6	48.3
10/11/2022	10:05:52	33.2	29.6	48.4
10/11/2022	10:05:53	33.2	29.6	48.5
10/11/2022	10:05:54	33.2	29.6	48.6
10/11/2022	10:05:55	33.2	29.6	48.7
10/11/2022	10:05:57	33.2	29.6	48.8
10/11/2022	10:05:58	33.2	29.6	48.9
10/11/2022	10:05:59	33.2	29.6	49.0
10/11/2022	10:06:00	33.2	29.6	49.1
10/11/2022	10:06:01	33.2	29.6	49.2
10/11/2022	10:06:02	33.2	29.6	49.3
10/11/2022	10:06:03	33.2	29.6	49.4
10/11/2022	10:06:04	33.2	29.6	49.5
10/11/2022	10:06:06	33.2	29.6	49.6
10/11/2022	10:06:07	33.2	29.6	49.7
10/11/2022	10:06:08	33.2	29.6	49.8
10/11/2022	10:06:09	33.2	29.6	49.9
10/11/2022	10:06:10	33.2	29.6	50.0
10/11/2022	10:06:11	33.2	29.6	50.0
10/11/2022	10:06:12	33.2	29.6	50.1
10/11/2022	10:06:14	33.2	29.6	50.2
10/11/2022	10:06:15	33.2	29.6	50.3
10/11/2022	10:06:16	33.2	29.6	50.3
10/11/2022	10:06:17	33.2	29.5	50.4
10/11/2022	10:06:18	33.2	29.5	50.5
10/11/2022	10:06:19	33.2	29.6	50.6
10/11/2022	10:06:20	33.2	29.6	50.7
10/11/2022	10:06:21	33.2	29.5	50.8
10/11/2022	10:06:22	33.2	29.5	50.9
10/11/2022	10:06:24	33.2	29.5	51.0
10/11/2022	10:06:25	33.2	29.5	51.0
10/11/2022	10:06:26	33.2	29.5	51.1
10/11/2022	10:06:27	33.2	29.5	51.2
10/11/2022	10:06:28	33.2	29.5	51.3
10/11/2022	10:06:29	33.2	29.5	51.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	10:06:30	33.2	29.5	51.4
10/11/2022	10:06:31	33.2	29.5	51.4
10/11/2022	10:06:33	33.2	29.5	51.5
10/11/2022	10:06:34	33.2	29.5	51.6
10/11/2022	10:06:35	33.2	29.5	51.7
10/11/2022	10:06:36	33.2	29.5	51.7
10/11/2022	10:06:37	33.2	29.5	51.8
10/11/2022	10:06:38	33.2	29.5	51.9
10/11/2022	10:06:39	33.2	29.5	52.0
10/11/2022	10:06:40	33.2	29.5	52.1
10/11/2022	10:06:42	33.2	29.5	52.1
10/11/2022	10:06:43	33.2	29.5	52.2
10/11/2022	10:06:44	33.2	29.5	52.2
10/11/2022	10:06:45	33.2	29.5	52.3
10/11/2022	10:06:46	33.2	29.5	52.4
10/11/2022	10:06:47	33.2	29.5	52.4
10/11/2022	10:06:48	33.2	29.5	52.5
10/11/2022	10:06:49	33.2	29.5	52.6
10/11/2022	10:06:51	33.2	29.5	52.6
10/11/2022	10:06:52	33.2	29.5	52.7
10/11/2022	10:06:53	33.2	29.5	52.8
10/11/2022	10:06:54	33.3	29.5	52.8
10/11/2022	10:06:55	33.2	29.5	52.9
10/11/2022	10:06:56	33.2	29.5	53.0
10/11/2022	10:06:57	33.2	29.5	53.0
10/11/2022	10:06:59	33.2	29.5	53.1
10/11/2022	10:07:00	33.2	29.5	53.2
10/11/2022	10:07:01	33.2	29.5	53.2
10/11/2022	10:07:02	33.2	29.5	53.3
10/11/2022	10:07:03	33.2	29.5	53.3
10/11/2022	10:07:04	33.2	29.5	53.4
10/11/2022	10:07:05	33.2	29.5	53.5
10/11/2022	10:07:06	33.2	29.5	53.5
10/11/2022	10:07:08	33.2	29.5	53.6
10/11/2022	10:07:09	33.2	29.5	53.6
10/11/2022	10:07:10	33.2	29.5	53.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	10:07:11	33.2	29.5	53.7
10/11/2022	10:07:12	33.2	29.5	53.8
10/11/2022	10:07:13	33.3	29.5	53.8
10/11/2022	10:07:14	33.3	29.5	53.9
10/11/2022	10:07:15	33.3	29.5	53.9
10/11/2022	10:07:16	33.3	29.5	53.9
10/11/2022	10:07:18	33.3	29.5	54.0
10/11/2022	10:07:19	33.3	29.4	54.1
10/11/2022	10:07:20	33.3	29.4	54.1
10/11/2022	10:07:21	33.3	29.4	54.2
10/11/2022	10:07:22	33.3	29.5	54.2
10/11/2022	10:07:23	33.3	29.4	54.3
10/11/2022	10:07:24	33.3	29.4	54.3
10/11/2022	10:07:25	33.3	29.4	54.4
10/11/2022	10:07:27	33.3	29.4	54.4
10/11/2022	10:07:28	33.3	29.4	54.5
10/11/2022	10:07:29	33.3	29.4	54.5
10/11/2022	10:07:30	33.3	29.4	54.6
10/11/2022	10:07:31	33.3	29.4	54.6
10/11/2022	10:07:32	33.3	29.4	54.7
10/11/2022	10:07:33	33.3	29.4	54.7
10/11/2022	10:07:35	33.3	29.5	54.7
10/11/2022	10:07:36	33.3	29.5	54.8
10/11/2022	10:07:37	33.3	29.4	54.9
10/11/2022	10:07:38	33.3	29.4	54.9
10/11/2022	10:07:39	33.3	29.4	54.9
10/11/2022	10:07:40	33.3	29.4	55.0
10/11/2022	10:07:41	33.3	29.5	55.0
10/11/2022	10:07:42	33.3	29.5	55.1
10/11/2022	10:07:43	33.3	29.5	55.1
10/11/2022	10:07:45	33.3	29.4	55.2
10/11/2022	10:07:46	33.3	29.4	55.2
10/11/2022	10:07:47	33.3	29.4	55.3
10/11/2022	10:07:48	33.3	29.5	55.3
10/11/2022	10:07:49	33.3	29.4	55.3
10/11/2022	10:07:50	33.3	29.5	55.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	10:07:51	33.3	29.4	55.4
10/11/2022	10:07:52	33.3	29.4	55.5
10/11/2022	10:07:54	33.3	29.4	55.5
10/11/2022	10:07:55	33.3	29.4	55.5
10/11/2022	10:07:56	33.3	29.4	55.6
10/11/2022	10:07:57	33.3	29.4	55.6
10/11/2022	10:07:58	33.3	29.4	55.6
10/11/2022	10:07:59	33.3	29.4	55.7
10/11/2022	10:08:00	33.3	29.4	55.7
10/11/2022	10:08:01	33.3	29.4	55.7
10/11/2022	10:08:03	33.3	29.4	55.8
10/11/2022	10:08:04	33.3	29.4	55.8
10/11/2022	10:08:05	33.3	29.4	55.8
10/11/2022	10:08:06	33.3	29.4	55.9
10/11/2022	10:08:07	33.3	29.4	55.9
10/11/2022	10:08:08	33.3	29.4	55.9
10/11/2022	10:08:09	33.3	29.4	56.0
10/11/2022	10:08:10	33.3	29.4	56.0
10/11/2022	10:08:12	33.3	29.4	56.1
10/11/2022	10:08:13	33.3	29.4	56.1
10/11/2022	10:08:14	33.3	29.4	56.2
10/11/2022	10:08:15	33.3	29.4	56.2
10/11/2022	10:08:16	33.3	29.4	56.3
10/11/2022	10:08:17	33.3	29.4	56.3
10/11/2022	10:08:18	33.3	29.4	56.3
10/11/2022	10:08:19	33.3	29.4	56.4
10/11/2022	10:08:21	33.3	29.4	56.4
10/11/2022	10:08:22	33.3	29.4	56.4
10/11/2022	10:08:23	33.4	29.4	56.4
10/11/2022	10:08:24	33.4	29.4	56.5
10/11/2022	10:08:25	33.4	29.4	56.5
10/11/2022	10:08:26	33.4	29.4	56.6
10/11/2022	10:08:27	33.4	29.4	56.6
10/11/2022	10:08:28	33.4	29.4	56.7
10/11/2022	10:08:30	33.4	29.4	56.7
10/11/2022	10:08:31	33.4	29.4	56.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	10:08:32	33.4	29.4	56.8
10/11/2022	10:08:33	33.4	29.4	56.8
10/11/2022	10:08:34	33.4	29.4	56.8
10/11/2022	10:08:35	33.4	29.4	56.8
10/11/2022	10:08:36	33.4	29.4	56.9
10/11/2022	10:08:37	33.4	29.4	56.9
10/11/2022	10:08:39	33.4	29.4	57.0
10/11/2022	10:08:40	33.4	29.4	57.0
10/11/2022	10:08:41	33.4	29.4	57.0
10/11/2022	10:08:42	33.4	29.4	57.1
10/11/2022	10:08:43	33.4	29.4	57.1
10/11/2022	10:08:44	33.4	29.4	57.1
10/11/2022	10:08:45	33.4	29.4	57.1
10/11/2022	10:08:46	33.4	29.4	57.1
10/11/2022	10:08:48	33.4	29.4	57.1
10/11/2022	10:08:49	33.4	29.4	57.2
10/11/2022	10:08:50	33.5	29.4	57.2
10/11/2022	10:08:51	33.5	29.4	57.2
10/11/2022	10:08:52	33.5	29.4	57.2
10/11/2022	10:08:53	33.5	29.4	57.2
10/11/2022	10:08:54	33.5	29.4	57.3
10/11/2022	10:08:55	33.5	29.4	57.3
10/11/2022	10:08:56	33.5	29.4	57.3
10/11/2022	10:08:58	33.5	29.4	57.4
10/11/2022	10:08:59	33.5	29.4	57.4
10/11/2022	10:09:00	33.5	29.4	57.4
10/11/2022	10:09:01	33.5	29.4	57.4
10/11/2022	10:09:02	33.5	29.4	57.5
10/11/2022	10:09:03	33.5	29.4	57.5
10/11/2022	10:09:04	33.5	29.4	57.5
10/11/2022	10:09:06	33.5	29.4	57.5
10/11/2022	10:09:07	33.5	29.4	57.6
10/11/2022	10:09:08	33.5	29.4	57.6
10/11/2022	10:09:09	33.5	29.4	57.6
10/11/2022	10:09:10	33.5	29.4	57.7
10/11/2022	10:09:11	33.5	29.4	57.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	10:09:12	33.5	29.4	57.7
10/11/2022	10:09:13	33.5	29.4	57.7
10/11/2022	10:09:15	33.5	29.4	57.7
10/11/2022	10:09:16	33.5	29.4	57.8
10/11/2022	10:09:17	33.5	29.4	57.8
10/11/2022	10:09:18	33.6	29.4	57.8
10/11/2022	10:09:19	33.6	29.4	57.8
10/11/2022	10:09:20	33.6	29.4	57.9
10/11/2022	10:09:21	33.6	29.4	57.9
10/11/2022	10:09:22	33.6	29.4	57.9
10/11/2022	10:09:24	33.6	29.4	57.9
10/11/2022	10:09:25	33.6	29.4	57.9
10/11/2022	10:09:26	33.6	29.4	57.9
10/11/2022	10:09:27	33.6	29.4	58.0
10/11/2022	10:09:28	33.6	29.4	58.0
10/11/2022	10:09:29	33.6	29.4	58.0
10/11/2022	10:09:30	33.6	29.4	58.1
10/11/2022	10:09:31	33.6	29.4	58.1
10/11/2022	10:09:32	33.6	29.4	58.1
10/11/2022	10:09:34	33.6	29.3	58.1
10/11/2022	10:09:35	33.6	29.3	58.1
10/11/2022	10:09:36	33.6	29.3	58.2
10/11/2022	10:09:37	33.6	29.3	58.2
10/11/2022	10:09:38	33.6	29.3	58.2
10/11/2022	10:09:39	33.6	29.3	58.2
10/11/2022	10:09:40	33.6	29.3	58.2
10/11/2022	10:09:41	33.6	29.3	58.3
10/11/2022	10:09:43	33.6	29.3	58.3
10/11/2022	10:09:44	33.6	29.4	58.3
10/11/2022	10:09:45	33.6	29.3	58.3
10/11/2022	10:09:46	33.6	29.3	58.3
10/11/2022	10:09:47	33.6	29.3	58.3
10/11/2022	10:09:48	33.6	29.3	58.3
10/11/2022	10:09:49	33.6	29.3	58.4
10/11/2022	10:09:51	33.7	29.3	58.4
10/11/2022	10:09:52	33.7	29.3	58.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	10:09:53	33.7	29.3	58.4
10/11/2022	10:09:54	33.7	29.3	58.4
10/11/2022	10:09:55	33.7	29.3	58.5
10/11/2022	10:09:56	33.7	29.3	58.5
10/11/2022	10:09:57	33.7	29.3	58.4
10/11/2022	10:09:58	33.7	29.3	58.5
10/11/2022	10:09:59	33.7	29.3	58.5
10/11/2022	10:10:01	33.7	29.3	58.5
10/11/2022	10:10:02	33.7	29.3	58.6
10/11/2022	10:10:03	33.7	29.3	58.6
10/11/2022	10:10:04	33.7	29.3	58.6
10/11/2022	10:10:05	33.7	29.3	58.6
10/11/2022	10:10:06	33.7	29.3	58.6
10/11/2022	10:10:07	33.7	29.3	58.6
10/11/2022	10:10:08	33.7	29.3	58.6
10/11/2022	10:10:10	33.7	29.3	58.6
10/11/2022	10:10:11	33.7	29.3	58.6
10/11/2022	10:10:12	33.7	29.3	58.6
10/11/2022	10:10:13	33.7	29.3	58.7
10/11/2022	10:10:14	33.7	29.3	58.7
10/11/2022	10:10:15	33.7	29.3	58.7
10/11/2022	10:10:16	33.7	29.3	58.7
10/11/2022	10:10:17	33.7	29.3	58.7
10/11/2022	10:10:18	33.7	29.3	58.7
10/11/2022	10:10:20	33.8	29.3	58.7
10/11/2022	10:10:21	33.8	29.3	58.8
10/11/2022	10:10:22	33.8	29.3	58.8
10/11/2022	10:10:23	33.8	29.3	58.8
10/11/2022	10:10:24	33.8	29.3	58.8
10/11/2022	10:10:25	33.8	29.3	58.8
10/11/2022	10:10:26	33.8	29.3	58.8
10/11/2022	10:10:27	33.8	29.3	58.8
10/11/2022	10:10:29	33.8	29.3	58.8
10/11/2022	10:10:30	33.8	29.3	58.8
10/11/2022	10:10:31	33.8	29.3	58.9
10/11/2022	10:10:32	33.8	29.3	58.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	10:10:33	33.8	29.3	58.9
10/11/2022	10:10:34	33.8	29.3	58.9
10/11/2022	10:10:35	33.9	29.3	58.9
10/11/2022	10:10:36	33.9	29.3	59.0
10/11/2022	10:10:37	33.9	29.3	58.9
10/11/2022	10:10:39	33.9	29.3	58.9
10/11/2022	10:10:40	33.9	29.3	59.0
10/11/2022	10:10:41	33.9	29.3	59.0
10/11/2022	10:10:42	33.9	29.3	59.0
10/11/2022	10:10:43	33.9	29.3	59.0
10/11/2022	10:10:44	33.9	29.3	59.1
10/11/2022	10:10:45	33.9	29.3	59.1
10/11/2022	10:10:46	33.9	29.3	59.1
10/11/2022	10:10:48	33.9	29.3	59.1
10/11/2022	10:10:49	33.9	29.3	59.1
10/11/2022	10:10:50	33.9	29.3	59.1
10/11/2022	10:10:51	33.9	29.3	59.1
10/11/2022	10:10:52	33.9	29.3	59.1
10/11/2022	10:10:53	33.9	29.3	59.1
10/11/2022	10:10:54	33.9	29.3	59.1
10/11/2022	10:10:56	33.9	29.3	59.1
10/11/2022	10:10:57	33.9	29.3	59.1
10/11/2022	10:10:58	33.9	29.3	59.2
10/11/2022	10:10:59	33.9	29.3	59.2
10/11/2022	10:11:00	33.9	29.3	59.2
10/11/2022	10:11:01	33.9	29.3	59.2
10/11/2022	10:11:02	33.9	29.3	59.2
10/11/2022	10:11:03	33.9	29.3	59.2
10/11/2022	10:11:05	33.9	29.2	59.2
10/11/2022	10:11:06	33.9	29.2	59.2
10/11/2022	10:11:07	33.9	29.2	59.2
10/11/2022	10:11:08	33.9	29.2	59.3
10/11/2022	10:11:09	33.9	29.2	59.2
10/11/2022	10:11:10	33.9	29.2	59.2
10/11/2022	10:11:11	33.9	29.2	59.2
10/11/2022	10:11:12	33.9	29.2	59.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	10:11:14	33.9	29.2	59.3
10/11/2022	10:11:15	34.0	29.2	59.2
10/11/2022	10:11:16	34.0	29.2	59.2
10/11/2022	10:11:17	34.0	29.2	59.3
10/11/2022	10:11:18	34.0	29.2	59.3
10/11/2022	10:11:19	34.0	29.2	59.3
10/11/2022	10:11:20	34.0	29.2	59.3
10/11/2022	10:11:21	34.0	29.2	59.4
10/11/2022	10:11:22	34.0	29.2	59.4
10/11/2022	10:11:24	34.0	29.2	59.4
10/11/2022	10:11:25	34.0	29.2	59.4
10/11/2022	10:11:26	34.0	29.2	59.4
10/11/2022	10:11:27	34.0	29.2	59.4
10/11/2022	10:11:28	34.0	29.2	59.4
10/11/2022	10:11:29	34.0	29.2	59.4
10/11/2022	10:11:30	34.0	29.2	59.4
10/11/2022	10:11:32	34.0	29.2	59.4
10/11/2022	10:11:33	34.0	29.2	59.4
10/11/2022	10:11:34	34.0	29.2	59.4
10/11/2022	10:11:35	34.0	29.2	59.4
10/11/2022	10:11:36	34.0	29.2	59.4
10/11/2022	10:11:37	34.0	29.2	59.4
10/11/2022	10:11:38	34.0	29.2	59.4
10/11/2022	10:11:40	34.0	29.2	59.5
10/11/2022	10:11:41	34.0	29.2	59.5
10/11/2022	10:11:42	34.1	29.2	59.5
10/11/2022	10:11:43	34.1	29.2	59.5
10/11/2022	10:11:44	34.1	29.2	59.5
10/11/2022	10:11:45	34.1	29.2	59.5
10/11/2022	10:11:46	34.1	29.2	59.5
10/11/2022	10:11:48	34.1	29.2	59.5
10/11/2022	10:11:49	34.1	29.2	59.5
10/11/2022	10:11:50	34.1	29.2	59.5
10/11/2022	10:11:51	34.1	29.2	59.5
10/11/2022	10:11:52	34.1	29.2	59.5
10/11/2022	10:11:53	34.1	29.2	59.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	10:11:54	34.1	29.2	59.5
10/11/2022	10:11:55	34.1	29.2	59.5
10/11/2022	10:11:57	34.1	29.2	59.5
10/11/2022	10:11:58	34.1	29.2	59.5
10/11/2022	10:11:59	34.1	29.2	59.5
10/11/2022	10:12:00	34.1	29.2	59.5
10/11/2022	10:12:01	34.1	29.2	59.5
10/11/2022	10:12:02	34.1	29.2	59.5
10/11/2022	10:12:03	34.1	29.2	59.5
10/11/2022	10:12:04	34.1	29.2	59.5
10/11/2022	10:12:06	34.1	29.2	59.5
10/11/2022	10:12:07	34.1	29.2	59.6
10/11/2022	10:12:08	34.1	29.2	59.6
10/11/2022	10:12:09	34.1	29.2	59.6
10/11/2022	10:12:10	34.1	29.2	59.6
10/11/2022	10:12:11	34.1	29.2	59.6
10/11/2022	10:12:12	34.1	29.2	59.6
10/11/2022	10:12:13	34.1	29.2	59.6
10/11/2022	10:12:14	34.1	29.2	59.6
10/11/2022	10:12:16	34.2	29.2	59.6
10/11/2022	10:12:17	34.2	29.2	59.6
10/11/2022	10:12:18	34.2	29.2	59.6
10/11/2022	10:12:19	34.2	29.2	59.6
10/11/2022	10:12:20	34.2	29.2	59.6
10/11/2022	10:12:21	34.2	29.1	59.6
10/11/2022	10:12:22	34.2	29.1	59.6
10/11/2022	10:12:24	34.2	29.1	59.6
10/11/2022	10:12:25	34.2	29.1	59.6
10/11/2022	10:12:26	34.2	29.1	59.6
10/11/2022	10:12:27	34.2	29.2	59.6
10/11/2022	10:12:28	34.2	29.1	59.6
10/11/2022	10:12:29	34.2	29.1	59.6
10/11/2022	10:12:30	34.2	29.1	59.6
10/11/2022	10:12:31	34.2	29.1	59.6
10/11/2022	10:12:33	34.2	29.1	59.6
10/11/2022	10:12:34	34.2	29.1	59.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	10:12:35	34.2	29.1	59.6
10/11/2022	10:12:36	34.2	29.1	59.6
10/11/2022	10:12:37	34.2	29.1	59.6
10/11/2022	10:12:38	34.2	29.1	59.6
10/11/2022	10:12:39	34.2	29.1	59.7
10/11/2022	10:12:41	34.2	29.1	59.7
10/11/2022	10:12:42	34.2	29.1	59.7
10/11/2022	10:12:43	34.2	29.1	59.7
10/11/2022	10:12:44	34.2	29.1	59.7
10/11/2022	10:12:45	34.2	29.1	59.7
10/11/2022	10:12:46	34.3	29.1	59.7
10/11/2022	10:12:47	34.3	29.1	59.7
10/11/2022	10:12:48	34.3	29.1	59.7
10/11/2022	10:12:50	34.3	29.1	59.7
10/11/2022	10:12:51	34.3	29.2	59.7
10/11/2022	10:12:52	34.3	29.2	59.7
10/11/2022	10:12:53	34.3	29.1	59.7
10/11/2022	10:12:54	34.3	29.1	59.8
10/11/2022	10:12:55	34.3	29.1	59.7
10/11/2022	10:12:56	34.3	29.2	59.7
10/11/2022	10:12:58	34.3	29.2	59.7
10/11/2022	10:12:59	34.3	29.1	59.7
10/11/2022	10:13:00	34.3	29.1	59.7
10/11/2022	10:13:01	34.3	29.1	59.7
10/11/2022	10:13:02	34.3	29.1	59.7
10/11/2022	10:13:03	34.3	29.1	59.7
10/11/2022	10:13:04	34.3	29.1	59.7
10/11/2022	10:13:05	34.3	29.1	59.7
10/11/2022	10:13:07	34.3	29.1	59.7
10/11/2022	10:13:08	34.3	29.1	59.7
10/11/2022	10:13:09	34.3	29.1	59.7
10/11/2022	10:13:10	34.3	29.1	59.7
10/11/2022	10:13:11	34.3	29.1	59.7
10/11/2022	10:13:12	34.3	29.1	59.7
10/11/2022	10:13:13	34.3	29.1	59.7
10/11/2022	10:13:14	34.3	29.1	59.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	10:13:16	34.3	29.1	59.8
10/11/2022	10:13:17	34.3	29.1	59.8
10/11/2022	10:13:18	34.3	29.1	59.8
10/11/2022	10:13:19	34.3	29.1	59.8
10/11/2022	10:13:20	34.3	29.1	59.8
10/11/2022	10:13:21	34.3	29.1	59.7
10/11/2022	10:13:22	34.3	29.1	59.8
10/11/2022	10:13:23	34.3	29.1	59.8
10/11/2022	10:13:25	34.3	29.1	59.8
10/11/2022	10:13:26	34.3	29.1	59.8
10/11/2022	10:13:27	34.3	29.1	59.8
10/11/2022	10:13:28	34.3	29.1	59.8
10/11/2022	10:13:29	34.3	29.1	59.8
10/11/2022	10:13:30	34.3	29.1	59.8
10/11/2022	10:13:31	34.3	29.1	59.8
10/11/2022	10:13:32	34.3	29.1	59.8
10/11/2022	10:13:33	34.3	29.1	59.8
10/11/2022	10:13:34	34.4	29.1	59.8
10/11/2022	10:13:36	34.4	29.1	59.8
10/11/2022	10:13:37	34.4	29.1	59.8
10/11/2022	10:13:38	34.4	29.1	59.8
10/11/2022	10:13:39	34.4	29.1	59.8
10/11/2022	10:13:40	34.4	29.1	59.8
10/11/2022	10:13:41	34.4	29.1	59.8
10/11/2022	10:13:42	34.4	29.1	59.8
10/11/2022	10:13:44	34.4	29.1	59.8
10/11/2022	10:13:45	34.4	29.1	59.9
10/11/2022	10:13:46	34.4	29.1	59.9
10/11/2022	10:13:47	34.4	29.1	59.9
10/11/2022	10:13:48	34.4	29.1	59.9
10/11/2022	10:13:49	34.4	29.1	59.9
10/11/2022	10:13:50	34.4	29.1	59.9
10/11/2022	10:13:51	34.4	29.1	59.9
10/11/2022	10:13:53	34.4	29.1	59.9
10/11/2022	10:13:54	34.4	29.1	59.8
10/11/2022	10:13:55	34.4	29.1	59.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	10:13:56	34.4	29.1	59.8
10/11/2022	10:13:57	34.4	29.1	59.8
10/11/2022	10:13:58	34.4	29.1	59.9
10/11/2022	10:13:59	34.4	29.1	59.9
10/11/2022	10:14:00	34.4	29.1	59.9
10/11/2022	10:14:02	34.4	29.1	59.9
10/11/2022	10:14:03	34.4	29.1	59.9
10/11/2022	10:14:04	34.4	29.1	59.9
10/11/2022	10:14:05	34.4	29.1	59.9
10/11/2022	10:14:06	34.4	29.1	59.8
10/11/2022	10:14:07	34.4	29.1	59.8
10/11/2022	10:14:08	34.4	29.1	59.8
10/11/2022	10:14:10	34.4	29.1	59.9
10/11/2022	10:14:11	34.5	29.1	59.9
10/11/2022	10:14:12	34.4	29.0	59.9
10/11/2022	10:14:13	34.4	29.1	59.9
10/11/2022	10:14:14	34.5	29.1	59.9
10/11/2022	10:14:15	34.4	29.1	59.9
10/11/2022	10:14:16	34.5	29.1	59.9
10/11/2022	10:14:17	34.5	29.1	59.9
10/11/2022	10:14:18	34.5	29.1	59.9
10/11/2022	10:14:20	34.5	29.1	59.9
10/11/2022	10:14:21	34.5	29.1	59.9
10/11/2022	10:14:22	34.4	29.1	59.8
10/11/2022	10:14:23	34.4	29.1	59.9
10/11/2022	10:14:24	34.5	29.1	59.9
10/11/2022	10:14:25	34.5	29.1	59.9
10/11/2022	10:14:26	34.5	29.1	59.9
10/11/2022	10:14:27	34.5	29.1	59.9
10/11/2022	10:14:29	34.5	29.1	59.8
10/11/2022	10:14:30	34.5	29.1	59.9
10/11/2022	10:14:31	34.5	29.0	59.9
10/11/2022	10:14:32	34.5	29.1	59.8
10/11/2022	10:14:33	34.5	29.0	59.8
10/11/2022	10:14:34	34.5	29.1	59.8
10/11/2022	10:14:35	34.5	29.1	59.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	10:14:36	34.5	29.1	59.8
10/11/2022	10:14:38	34.5	29.1	59.9
10/11/2022	10:14:39	34.5	29.1	59.9
10/11/2022	10:14:40	34.5	29.1	59.9
10/11/2022	10:14:41	34.5	29.1	59.9
10/11/2022	10:14:42	34.5	29.1	59.9
10/11/2022	10:14:43	34.5	29.1	60.0
10/11/2022	10:14:44	34.5	29.1	60.0
10/11/2022	10:14:45	34.5	29.0	60.0
10/11/2022	10:14:47	34.5	29.0	59.9
10/11/2022	10:14:48	34.5	29.0	59.9
10/11/2022	10:14:49	34.5	29.0	60.0
10/11/2022	10:14:50	34.5	29.0	60.0
10/11/2022	10:14:51	34.5	29.0	60.0
10/11/2022	10:14:52	34.5	29.0	60.0
10/11/2022	10:14:53	34.5	29.0	60.0
10/11/2022	10:14:54	34.5	29.0	60.0
10/11/2022	10:14:56	34.5	29.1	60.0
10/11/2022	10:14:57	34.5	29.1	60.1
10/11/2022	10:14:58	34.5	29.1	60.2
10/11/2022	10:14:59	34.5	29.1	60.4
10/11/2022	10:15:00	34.5	29.1	60.5
10/11/2022	10:15:01	34.5	29.1	60.7
10/11/2022	10:15:02	34.5	29.1	60.8
10/11/2022	10:15:03	34.5	29.1	61.0
10/11/2022	10:15:04	34.5	29.1	61.0
10/11/2022	10:15:06	34.5	29.1	61.0
10/11/2022	10:15:07	34.5	29.1	61.0
10/11/2022	10:15:08	34.5	29.1	61.0
10/11/2022	10:15:09	34.5	29.0	60.9
10/11/2022	10:15:10	34.5	29.0	60.8
10/11/2022	10:15:11	34.5	28.9	60.8
10/11/2022	10:15:12	34.5	28.8	60.8
10/11/2022	10:15:14	34.5	28.8	60.8
10/11/2022	10:15:15	34.5	28.6	60.8
10/11/2022	10:15:16	34.5	28.5	60.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	10:15:17	34.6	28.4	61.0
10/11/2022	10:15:18	34.6	28.3	61.2
10/11/2022	10:15:19	34.6	28.2	61.6
10/11/2022	10:15:20	34.6	28.0	62.0
10/11/2022	10:15:21	34.6	27.9	62.4
10/11/2022	10:15:22	34.6	27.8	62.7
10/11/2022	10:15:24	34.6	27.8	63.0
10/11/2022	10:15:25	34.6	27.7	63.1
10/11/2022	10:15:26	34.5	27.6	63.2
10/11/2022	10:15:27	34.5	27.6	63.2
10/11/2022	10:15:28	34.5	27.5	63.0
10/11/2022	10:15:29	34.5	27.5	62.7
10/11/2022	10:15:30	34.5	27.4	62.6
10/11/2022	10:15:31	34.5	27.4	62.5
10/11/2022	10:15:33	34.5	27.4	62.4
10/11/2022	10:15:34	34.5	27.4	62.3
10/11/2022	10:15:35	34.5	27.4	62.3
10/11/2022	10:15:36	34.5	27.3	62.3
10/11/2022	10:15:37	34.5	27.3	62.4
10/11/2022	10:15:38	34.5	27.3	62.8
10/11/2022	10:15:39	34.5	27.3	63.1
10/11/2022	10:15:40	34.5	27.3	63.6
10/11/2022	10:15:42	34.5	27.3	64.0
10/11/2022	10:15:43	34.5	27.3	64.5
10/11/2022	10:15:44	34.5	27.3	64.9
10/11/2022	10:15:45	34.5	27.3	65.2
10/11/2022	10:15:46	34.5	27.3	65.3
10/11/2022	10:15:47	34.5	27.3	65.2
10/11/2022	10:15:48	34.5	27.3	65.1
10/11/2022	10:15:49	34.5	27.3	65.0
10/11/2022	10:15:50	34.5	27.3	64.9
10/11/2022	10:15:52	34.5	27.3	64.7
10/11/2022	10:15:53	34.5	27.4	64.6
10/11/2022	10:15:54	34.5	27.4	64.5
10/11/2022	10:15:55	34.5	27.4	64.5
10/11/2022	10:15:56	34.5	27.4	64.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	10:15:57	34.5	27.4	64.5
10/11/2022	10:15:58	34.5	27.4	64.8
10/11/2022	10:15:59	34.5	27.4	65.1
10/11/2022	10:16:01	34.5	27.4	65.5
10/11/2022	10:16:02	34.5	27.4	65.9
10/11/2022	10:16:03	34.5	27.4	66.2
10/11/2022	10:16:04	34.5	27.4	66.4
10/11/2022	10:16:05	34.5	27.4	66.7
10/11/2022	10:16:06	34.5	27.4	66.8
10/11/2022	10:16:07	34.4	27.4	66.8
10/11/2022	10:16:08	34.4	27.4	66.7
10/11/2022	10:16:09	34.4	27.4	66.5
10/11/2022	10:16:11	34.4	27.4	66.4
10/11/2022	10:16:12	34.4	27.4	66.3
10/11/2022	10:16:13	34.4	27.4	66.2
10/11/2022	10:16:14	34.4	27.5	66.1
10/11/2022	10:16:15	34.4	27.5	66.2
10/11/2022	10:16:16	34.4	27.5	66.1
10/11/2022	10:16:17	34.4	27.5	66.2
10/11/2022	10:16:18	34.4	27.5	66.5
10/11/2022	10:16:20	34.4	27.5	66.8
10/11/2022	10:16:21	34.5	27.5	67.1
10/11/2022	10:16:22	34.5	27.5	67.4
10/11/2022	10:16:23	34.5	27.5	67.6
10/11/2022	10:16:24	34.4	27.5	67.9
10/11/2022	10:16:25	34.4	27.5	68.0
10/11/2022	10:16:26	34.4	27.5	68.0
10/11/2022	10:16:27	34.4	27.5	67.9
10/11/2022	10:16:29	34.4	27.5	67.8
10/11/2022	10:16:30	34.4	27.5	67.7
10/11/2022	10:16:31	34.4	27.5	67.6
10/11/2022	10:16:32	34.4	27.5	67.5
10/11/2022	10:16:33	34.4	27.5	67.4
10/11/2022	10:16:34	34.4	27.5	67.4
10/11/2022	10:16:35	34.4	27.5	67.3
10/11/2022	10:16:36	34.4	27.5	67.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	10:16:38	34.4	27.5	67.4
10/11/2022	10:16:39	34.4	27.5	67.6
10/11/2022	10:16:40	34.4	27.5	67.9
10/11/2022	10:16:41	34.4	27.6	68.1
10/11/2022	10:16:42	34.5	27.6	68.3
10/11/2022	10:16:43	34.4	27.6	68.5
10/11/2022	10:16:44	34.4	27.6	68.7
10/11/2022	10:16:45	34.4	27.5	68.7
10/11/2022	10:16:47	34.4	27.5	68.7
10/11/2022	10:16:48	34.4	27.5	68.6
10/11/2022	10:16:49	34.4	27.5	68.4
10/11/2022	10:16:50	34.4	27.6	68.4
10/11/2022	10:16:51	34.4	27.6	68.3
10/11/2022	10:16:52	34.4	27.6	68.1
10/11/2022	10:16:53	34.4	27.6	68.1
10/11/2022	10:16:54	34.4	27.6	68.0
10/11/2022	10:16:56	34.4	27.6	68.0
10/11/2022	10:16:57	34.4	27.6	68.0
10/11/2022	10:16:58	34.4	27.6	68.2
10/11/2022	10:16:59	34.5	27.6	68.4
10/11/2022	10:17:00	34.5	27.6	68.7
10/11/2022	10:17:01	34.5	27.6	69.0
10/11/2022	10:17:02	34.5	27.6	69.2
10/11/2022	10:17:03	34.5	27.6	69.3
10/11/2022	10:17:05	34.5	27.6	69.4
10/11/2022	10:17:06	34.5	27.6	69.5
10/11/2022	10:17:07	34.4	27.6	69.4
10/11/2022	10:17:08	34.4	27.6	69.3
10/11/2022	10:17:09	34.4	27.6	69.1
10/11/2022	10:17:10	34.4	27.6	69.0
10/11/2022	10:17:11	34.4	27.6	68.9
10/11/2022	10:17:12	34.4	27.6	68.8
10/11/2022	10:17:13	34.4	27.6	68.8
10/11/2022	10:17:15	34.4	27.6	68.7
10/11/2022	10:17:16	34.5	27.6	68.7
10/11/2022	10:17:17	34.5	27.6	68.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	10:17:18	34.5	27.6	68.8
10/11/2022	10:17:19	34.5	27.6	69.0
10/11/2022	10:17:20	34.5	27.6	69.2
10/11/2022	10:17:21	34.5	27.6	69.3
10/11/2022	10:17:22	34.5	27.6	69.5
10/11/2022	10:17:24	34.5	27.6	69.6
10/11/2022	10:17:25	34.5	27.6	69.8
10/11/2022	10:17:26	34.4	27.6	69.7
10/11/2022	10:17:27	34.4	27.6	69.7
10/11/2022	10:17:28	34.4	27.6	69.5
10/11/2022	10:17:29	34.4	27.6	69.4
10/11/2022	10:17:30	34.4	27.6	69.4
10/11/2022	10:17:31	34.4	27.6	69.3
10/11/2022	10:17:33	34.4	27.7	69.2
10/11/2022	10:17:34	34.4	27.7	69.1
10/11/2022	10:17:35	34.5	27.7	69.1
10/11/2022	10:17:36	34.5	27.7	69.1
10/11/2022	10:17:37	34.5	27.7	69.1
10/11/2022	10:17:38	34.5	27.7	69.2
10/11/2022	10:17:39	34.5	27.7	69.4
10/11/2022	10:17:40	34.5	27.7	69.6
10/11/2022	10:17:42	34.5	27.7	69.7
10/11/2022	10:17:43	34.5	27.7	69.8
10/11/2022	10:17:44	34.5	27.7	69.9
10/11/2022	10:17:45	34.5	27.7	70.0
10/11/2022	10:17:46	34.5	27.7	69.9
10/11/2022	10:17:47	34.5	27.7	69.8
10/11/2022	10:17:48	34.5	27.7	69.6
10/11/2022	10:17:49	34.5	27.7	69.5
10/11/2022	10:17:51	34.5	27.7	69.4
10/11/2022	10:17:52	34.5	27.7	69.4
10/11/2022	10:17:53	34.5	27.7	69.3
10/11/2022	10:17:54	34.5	27.7	69.3
10/11/2022	10:17:55	34.5	27.7	69.3
10/11/2022	10:17:56	34.5	27.7	69.3
10/11/2022	10:17:57	34.5	27.7	69.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	10:17:58	34.5	27.7	69.4
10/11/2022	10:18:00	34.5	27.7	69.5
10/11/2022	10:18:01	34.5	27.7	69.6
10/11/2022	10:18:02	34.5	27.7	69.7
10/11/2022	10:18:03	34.5	27.7	69.7
10/11/2022	10:18:04	34.5	27.7	69.7
10/11/2022	10:18:05	34.5	27.7	69.7
10/11/2022	10:18:06	34.5	27.7	69.7
10/11/2022	10:18:07	34.5	27.7	69.6
10/11/2022	10:18:09	34.5	27.7	69.5
10/11/2022	10:18:10	34.5	27.7	69.4
10/11/2022	10:18:11	34.5	27.7	69.3
10/11/2022	10:18:12	34.5	27.7	69.2
10/11/2022	10:18:13	34.5	27.7	69.2
10/11/2022	10:18:14	34.5	27.7	69.1
10/11/2022	10:18:15	34.5	27.7	69.0
10/11/2022	10:18:16	34.6	27.7	69.0
10/11/2022	10:18:18	34.6	27.7	69.1
10/11/2022	10:18:19	34.6	27.7	69.2
10/11/2022	10:18:20	34.6	27.7	69.3
10/11/2022	10:18:21	34.6	27.7	69.4
10/11/2022	10:18:22	34.6	27.7	69.5
10/11/2022	10:18:23	34.6	27.7	69.7
10/11/2022	10:18:24	34.6	27.7	69.8
10/11/2022	10:18:25	34.6	27.7	69.8
10/11/2022	10:18:26	34.6	27.7	69.7
10/11/2022	10:18:28	34.6	27.7	69.6
10/11/2022	10:18:29	34.6	27.7	69.5
10/11/2022	10:18:30	34.6	27.7	69.4
10/11/2022	10:18:31	34.6	27.7	69.4
10/11/2022	10:18:32	34.6	27.7	69.3
10/11/2022	10:18:33	34.6	27.7	69.2
10/11/2022	10:18:34	34.6	27.7	69.1
10/11/2022	10:18:35	34.6	27.7	69.1
10/11/2022	10:18:37	34.6	27.7	69.1
10/11/2022	10:18:38	34.6	27.7	69.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	10:18:39	34.6	27.8	69.3
10/11/2022	10:18:40	34.6	27.8	69.4
10/11/2022	10:18:41	34.6	27.8	69.5
10/11/2022	10:18:42	34.6	27.8	69.7
10/11/2022	10:18:43	34.6	27.8	69.8
10/11/2022	10:18:45	34.6	27.8	69.8
10/11/2022	10:18:46	34.6	27.8	69.7
10/11/2022	10:18:47	34.6	27.8	69.6
10/11/2022	10:18:48	34.6	27.8	69.5
10/11/2022	10:18:49	34.6	27.8	69.4
10/11/2022	10:18:50	34.6	27.8	69.4
10/11/2022	10:18:51	34.6	27.8	69.3
10/11/2022	10:18:52	34.6	27.8	69.3
10/11/2022	10:18:54	34.6	27.8	69.2
10/11/2022	10:18:55	34.6	27.8	69.1
10/11/2022	10:18:56	34.6	27.8	69.1
10/11/2022	10:18:57	34.6	27.8	69.2
10/11/2022	10:18:58	34.6	27.8	69.2
10/11/2022	10:18:59	34.6	27.8	69.3
10/11/2022	10:19:00	34.6	27.8	69.4
10/11/2022	10:19:01	34.6	27.8	69.5
10/11/2022	10:19:03	34.7	27.8	69.6
10/11/2022	10:19:04	34.7	27.8	69.7
10/11/2022	10:19:05	34.7	27.8	69.8
10/11/2022	10:19:06	34.6	27.8	69.8
10/11/2022	10:19:07	34.6	27.8	69.7
10/11/2022	10:19:08	34.6	27.8	69.6
10/11/2022	10:19:09	34.6	27.8	69.6
10/11/2022	10:19:10	34.6	27.8	69.5
10/11/2022	10:19:11	34.6	27.8	69.4
10/11/2022	10:19:13	34.6	27.8	69.4
10/11/2022	10:19:14	34.6	27.8	69.3
10/11/2022	10:19:15	34.6	27.8	69.2
10/11/2022	10:19:16	34.7	27.8	69.1
10/11/2022	10:19:17	34.6	27.8	69.1
10/11/2022	10:19:18	34.7	27.8	69.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	10:19:19	34.7	27.8	69.4
10/11/2022	10:19:20	34.7	27.8	69.5
10/11/2022	10:19:22	34.7	27.8	69.6
10/11/2022	10:19:23	34.7	27.8	69.7
10/11/2022	10:19:24	34.7	27.8	69.8
10/11/2022	10:19:25	34.7	27.8	69.8
10/11/2022	10:19:26	34.6	27.8	69.8
10/11/2022	10:19:27	34.6	27.8	69.7
10/11/2022	10:19:28	34.6	27.8	69.6
10/11/2022	10:19:30	34.6	27.8	69.5
10/11/2022	10:19:31	34.6	27.8	69.4
10/11/2022	10:19:32	34.6	27.8	69.4
10/11/2022	10:19:33	34.6	27.8	69.3
10/11/2022	10:19:34	34.6	27.8	69.2
10/11/2022	10:19:35	34.6	27.8	69.1
10/11/2022	10:19:36	34.6	27.8	69.1
10/11/2022	10:19:37	34.6	27.8	69.1
10/11/2022	10:19:39	34.7	27.8	69.3
10/11/2022	10:19:40	34.7	27.8	69.5
10/11/2022	10:19:41	34.7	27.8	69.6
10/11/2022	10:19:42	34.7	27.8	69.8
10/11/2022	10:19:43	34.7	27.8	69.9
10/11/2022	10:19:44	34.7	27.8	70.0
10/11/2022	10:19:45	34.7	27.8	70.0
10/11/2022	10:19:46	34.7	27.8	70.0
10/11/2022	10:19:47	34.7	27.8	69.9
10/11/2022	10:19:49	34.7	27.8	69.8
10/11/2022	10:19:50	34.7	27.8	69.7
10/11/2022	10:19:51	34.7	27.8	69.5
10/11/2022	10:19:52	34.7	27.8	69.5
10/11/2022	10:19:53	34.7	27.8	69.5
10/11/2022	10:19:54	34.7	27.8	69.4
10/11/2022	10:19:55	34.7	27.8	69.3
10/11/2022	10:19:56	34.7	27.9	69.3
10/11/2022	10:19:57	34.7	27.9	69.4
10/11/2022	10:19:59	34.7	27.9	69.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35^aC-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	10:20:00	34.7	27.9	69.6
10/11/2022	10:20:01	34.7	27.9	69.7
10/11/2022	10:20:02	34.7	27.9	69.8
10/11/2022	10:20:03	34.7	27.9	69.9
10/11/2022	10:20:04	34.7	27.9	69.9
10/11/2022	10:20:05	34.7	27.9	69.9
10/11/2022	10:20:07	34.7	27.9	69.9
10/11/2022	10:20:08	34.6	27.9	69.8
10/11/2022	10:20:09	34.7	27.9	69.7
10/11/2022	10:20:10	34.7	27.9	69.6
10/11/2022	10:20:11	34.7	27.9	69.5
10/11/2022	10:20:12	34.7	27.9	69.5
10/11/2022	10:20:13	34.7	27.9	69.4
10/11/2022	10:20:14	34.7	27.9	69.4
10/11/2022	10:20:16	34.7	27.9	69.3
10/11/2022	10:20:17	34.7	27.9	69.3
10/11/2022	10:20:18	34.7	27.9	69.4
10/11/2022	10:20:19	34.7	27.9	69.5
10/11/2022	10:20:20	34.7	27.9	69.6
10/11/2022	10:20:21	34.7	27.9	69.7
10/11/2022	10:20:22	34.7	27.9	69.7
10/11/2022	10:20:24	34.7	27.9	69.8
10/11/2022	10:20:25	34.7	27.9	69.8
10/11/2022	10:20:26	34.7	27.9	69.9
10/11/2022	10:20:27	34.7	27.9	69.8
10/11/2022	10:20:28	34.7	27.9	69.6
10/11/2022	10:20:29	34.7	27.9	69.5
10/11/2022	10:20:30	34.7	27.9	69.5
10/11/2022	10:20:31	34.7	27.9	69.4
10/11/2022	10:20:33	34.7	27.9	69.3
10/11/2022	10:20:34	34.7	27.9	69.2
10/11/2022	10:20:35	34.7	27.9	69.2
10/11/2022	10:20:36	34.7	27.9	69.1
10/11/2022	10:20:37	34.7	27.9	69.1
10/11/2022	10:20:38	34.7	27.9	69.2
10/11/2022	10:20:39	34.7	27.9	69.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	10:20:40	34.7	27.9	69.4
10/11/2022	10:20:42	34.8	27.9	69.6
10/11/2022	10:20:43	34.8	27.9	69.7
10/11/2022	10:20:44	34.8	27.9	69.7
10/11/2022	10:20:45	34.8	27.9	69.7
10/11/2022	10:20:46	34.8	27.9	69.7
10/11/2022	10:20:47	34.7	27.9	69.7
10/11/2022	10:20:48	34.7	27.9	69.5
10/11/2022	10:20:49	34.7	27.9	69.4
10/11/2022	10:20:50	34.8	27.9	69.2
10/11/2022	10:20:52	34.7	27.9	69.2
10/11/2022	10:20:53	34.7	27.9	69.2
10/11/2022	10:20:54	34.8	27.9	69.2
10/11/2022	10:20:55	34.8	27.9	69.1
10/11/2022	10:20:56	34.8	27.9	69.0
10/11/2022	10:20:57	34.8	27.9	69.0
10/11/2022	10:20:58	34.8	27.9	69.1
10/11/2022	10:21:00	34.8	27.9	69.3
10/11/2022	10:21:01	34.8	27.9	69.4
10/11/2022	10:21:02	34.8	27.9	69.6
10/11/2022	10:21:03	34.8	27.9	69.7
10/11/2022	10:21:04	34.7	27.9	69.8
10/11/2022	10:21:05	34.7	27.9	69.8
10/11/2022	10:21:06	34.7	27.9	69.8
10/11/2022	10:21:07	34.7	27.9	69.7
10/11/2022	10:21:09	34.7	27.9	69.7
10/11/2022	10:21:10	34.7	27.9	69.5
10/11/2022	10:21:11	34.7	27.9	69.4
10/11/2022	10:21:12	34.7	27.9	69.3
10/11/2022	10:21:13	34.8	27.9	69.4
10/11/2022	10:21:14	34.8	27.9	69.3
10/11/2022	10:21:15	34.8	27.9	69.2
10/11/2022	10:21:17	34.8	27.9	69.2
10/11/2022	10:21:18	34.8	27.9	69.2
10/11/2022	10:21:19	34.8	27.9	69.3
10/11/2022	10:21:20	34.8	27.9	69.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35^aC-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	10:21:21	34.8	27.9	69.6
10/11/2022	10:21:22	34.8	27.9	69.7
10/11/2022	10:21:23	34.8	27.9	69.8
10/11/2022	10:21:24	34.8	27.9	69.8
10/11/2022	10:21:26	34.8	27.9	69.8
10/11/2022	10:21:27	34.8	27.9	69.8
10/11/2022	10:21:28	34.7	27.9	69.8
10/11/2022	10:21:29	34.7	27.9	69.7
10/11/2022	10:21:30	34.7	27.9	69.6
10/11/2022	10:21:31	34.8	27.9	69.5
10/11/2022	10:21:32	34.8	27.9	69.4
10/11/2022	10:21:33	34.7	27.9	69.4
10/11/2022	10:21:35	34.8	27.9	69.3
10/11/2022	10:21:36	34.8	27.9	69.2
10/11/2022	10:21:37	34.8	27.9	69.2
10/11/2022	10:21:38	34.8	27.9	69.2
10/11/2022	10:21:39	34.8	27.9	69.3
10/11/2022	10:21:40	34.8	27.9	69.5
10/11/2022	10:21:41	34.8	27.9	69.6
10/11/2022	10:21:42	34.8	27.9	69.7
10/11/2022	10:21:44	34.8	27.9	69.8
10/11/2022	10:21:45	34.8	27.9	69.8
10/11/2022	10:21:46	34.8	27.9	69.9
10/11/2022	10:21:47	34.8	27.9	69.9
10/11/2022	10:21:48	34.8	27.9	69.8
10/11/2022	10:21:49	34.8	27.9	69.7
10/11/2022	10:21:50	34.8	27.9	69.5
10/11/2022	10:21:51	34.8	27.9	69.5
10/11/2022	10:21:53	34.8	27.9	69.4
10/11/2022	10:21:54	34.8	27.9	69.4
10/11/2022	10:21:55	34.8	27.9	69.3
10/11/2022	10:21:56	34.8	27.9	69.2
10/11/2022	10:21:57	34.8	27.9	69.2
10/11/2022	10:21:58	34.8	27.9	69.3
10/11/2022	10:21:59	34.8	27.9	69.4
10/11/2022	10:22:00	34.8	27.9	69.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	10:22:02	34.8	27.9	69.6
10/11/2022	10:22:03	34.8	27.9	69.7
10/11/2022	10:22:04	34.8	27.9	69.8
10/11/2022	10:22:05	34.8	27.9	69.9
10/11/2022	10:22:06	34.8	27.9	70.0
10/11/2022	10:22:07	34.8	27.9	69.9
10/11/2022	10:22:09	34.8	27.9	69.8
10/11/2022	10:22:10	34.8	28.0	69.7
10/11/2022	10:22:11	34.8	28.0	69.6
10/11/2022	10:22:12	34.8	28.0	69.5
10/11/2022	10:22:13	34.8	28.0	69.4
10/11/2022	10:22:14	34.8	28.0	69.3
10/11/2022	10:22:15	34.8	28.0	69.3
10/11/2022	10:22:16	34.8	28.0	69.3
10/11/2022	10:22:18	34.8	28.0	69.3
10/11/2022	10:22:19	34.8	28.0	69.4
10/11/2022	10:22:20	34.8	28.0	69.5
10/11/2022	10:22:21	34.8	28.0	69.6
10/11/2022	10:22:22	34.8	28.0	69.8
10/11/2022	10:22:23	34.8	28.0	69.9
10/11/2022	10:22:24	34.8	28.0	70.0
10/11/2022	10:22:26	34.8	28.0	70.0
10/11/2022	10:22:27	34.8	28.0	70.0
10/11/2022	10:22:28	34.8	28.0	70.0
10/11/2022	10:22:29	34.8	28.0	69.9
10/11/2022	10:22:30	34.8	28.0	69.7
10/11/2022	10:22:31	34.8	28.0	69.6
10/11/2022	10:22:32	34.8	28.0	69.5
10/11/2022	10:22:33	34.8	28.0	69.5
10/11/2022	10:22:35	34.8	28.0	69.5
10/11/2022	10:22:36	34.8	28.0	69.4
10/11/2022	10:22:37	34.8	28.0	69.3
10/11/2022	10:22:38	34.8	28.0	69.3
10/11/2022	10:22:39	34.8	28.0	69.4
10/11/2022	10:22:40	34.8	28.0	69.5
10/11/2022	10:22:41	34.8	28.0	69.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	10:22:42	34.8	28.0	69.6
10/11/2022	10:22:44	34.8	28.0	69.7
10/11/2022	10:22:45	34.8	28.0	69.8
10/11/2022	10:22:46	34.8	28.0	69.8
10/11/2022	10:22:47	34.8	28.0	69.7
10/11/2022	10:22:48	34.8	28.0	69.7
10/11/2022	10:22:49	34.8	28.0	69.6
10/11/2022	10:22:50	34.8	28.0	69.6
10/11/2022	10:22:51	34.8	28.0	69.5
10/11/2022	10:22:53	34.8	28.0	69.4
10/11/2022	10:22:54	34.8	28.0	69.4
10/11/2022	10:22:55	34.8	28.0	69.4
10/11/2022	10:22:56	34.8	28.0	69.4
10/11/2022	10:22:57	34.8	28.0	69.3
10/11/2022	10:22:58	34.8	28.0	69.3
10/11/2022	10:22:59	34.8	28.0	69.4
10/11/2022	10:23:00	34.8	28.0	69.5
10/11/2022	10:23:02	34.8	28.0	69.6
10/11/2022	10:23:03	34.8	28.0	69.7
10/11/2022	10:23:04	34.8	28.0	69.7
10/11/2022	10:23:05	34.8	28.0	69.8
10/11/2022	10:23:06	34.8	28.0	69.9
10/11/2022	10:23:07	34.8	28.0	69.8
10/11/2022	10:23:08	34.8	28.0	69.6
10/11/2022	10:23:09	34.8	28.0	69.5
10/11/2022	10:23:11	34.8	28.0	69.5
10/11/2022	10:23:12	34.8	28.0	69.4
10/11/2022	10:23:13	34.8	28.0	69.3
10/11/2022	10:23:14	34.8	28.0	69.2
10/11/2022	10:23:15	34.8	28.0	69.2
10/11/2022	10:23:16	34.8	28.0	69.2
10/11/2022	10:23:17	34.8	28.0	69.1
10/11/2022	10:23:18	34.8	28.0	69.2
10/11/2022	10:23:20	34.8	28.0	69.3
10/11/2022	10:23:21	34.8	28.0	69.4
10/11/2022	10:23:22	34.8	28.0	69.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	10:23:23	34.8	28.0	69.6
10/11/2022	10:23:24	34.8	28.0	69.6
10/11/2022	10:23:25	34.8	28.0	69.7
10/11/2022	10:23:26	34.8	28.0	69.8
10/11/2022	10:23:27	34.8	28.0	69.7
10/11/2022	10:23:29	34.8	28.0	69.6
10/11/2022	10:23:30	34.8	28.0	69.5
10/11/2022	10:23:31	34.8	28.0	69.4
10/11/2022	10:23:32	34.8	28.0	69.3
10/11/2022	10:23:33	34.8	28.0	69.3
10/11/2022	10:23:34	34.8	28.0	69.2
10/11/2022	10:23:35	34.8	28.0	69.2
10/11/2022	10:23:36	34.8	28.0	69.1
10/11/2022	10:23:37	34.8	28.0	69.1
10/11/2022	10:23:38	34.8	28.0	69.2
10/11/2022	10:23:40	34.8	28.1	69.4
10/11/2022	10:23:41	34.8	28.0	69.5
10/11/2022	10:23:42	34.8	28.0	69.6
10/11/2022	10:23:43	34.8	28.0	69.7
10/11/2022	10:23:44	34.8	28.0	69.9
10/11/2022	10:23:45	34.8	28.0	69.9
10/11/2022	10:23:46	34.8	28.0	69.9
10/11/2022	10:23:47	34.8	28.0	69.9
10/11/2022	10:23:49	34.8	28.0	69.9
10/11/2022	10:23:50	34.8	28.0	69.7
10/11/2022	10:23:51	34.8	28.0	69.6
10/11/2022	10:23:52	34.8	28.0	69.5
10/11/2022	10:23:53	34.8	28.0	69.4
10/11/2022	10:23:54	34.8	28.1	69.4
10/11/2022	10:23:55	34.8	28.1	69.4
10/11/2022	10:23:57	34.8	28.1	69.3
10/11/2022	10:23:58	34.8	28.1	69.2
10/11/2022	10:23:59	34.8	28.1	69.4
10/11/2022	10:24:00	34.8	28.1	69.6
10/11/2022	10:24:01	34.8	28.1	69.7
10/11/2022	10:24:02	34.8	28.0	69.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	10:24:03	34.8	28.0	69.9
10/11/2022	10:24:05	34.8	28.0	69.9
10/11/2022	10:24:06	34.8	28.0	70.0
10/11/2022	10:24:07	34.8	28.0	70.0
10/11/2022	10:24:08	34.8	28.0	69.9
10/11/2022	10:24:09	34.8	28.0	69.8
10/11/2022	10:24:10	34.8	28.0	69.7
10/11/2022	10:24:11	34.8	28.0	69.6
10/11/2022	10:24:12	34.8	28.0	69.6
10/11/2022	10:24:14	34.8	28.0	69.5
10/11/2022	10:24:15	34.8	28.1	69.5
10/11/2022	10:24:16	34.8	28.1	69.4
10/11/2022	10:24:17	34.8	28.1	69.4
10/11/2022	10:24:18	34.8	28.1	69.4
10/11/2022	10:24:19	34.8	28.1	69.5
10/11/2022	10:24:20	34.8	28.1	69.5
10/11/2022	10:24:21	34.8	28.1	69.6
10/11/2022	10:24:23	34.8	28.1	69.8
10/11/2022	10:24:24	34.8	28.1	69.9
10/11/2022	10:24:25	34.8	28.1	69.9
10/11/2022	10:24:26	34.8	28.1	69.9
10/11/2022	10:24:27	34.8	28.1	69.9
10/11/2022	10:24:28	34.8	28.1	69.8
10/11/2022	10:24:29	34.8	28.1	69.8
10/11/2022	10:24:31	34.8	28.1	69.7
10/11/2022	10:24:32	34.8	28.1	69.6
10/11/2022	10:24:33	34.8	28.1	69.5
10/11/2022	10:24:34	34.8	28.1	69.5
10/11/2022	10:24:35	34.8	28.1	69.5
10/11/2022	10:24:36	34.8	28.1	69.5
10/11/2022	10:24:37	34.8	28.1	69.4
10/11/2022	10:24:38	34.8	28.1	69.4
10/11/2022	10:24:40	34.8	28.1	69.5
10/11/2022	10:24:41	34.8	28.1	69.6
10/11/2022	10:24:42	34.8	28.1	69.8
10/11/2022	10:24:43	34.8	28.1	69.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	10:24:44	34.8	28.1	70.0
10/11/2022	10:24:45	34.8	28.1	70.0
10/11/2022	10:24:46	34.8	28.1	70.0
10/11/2022	10:24:47	34.8	28.1	70.0
10/11/2022	10:24:48	34.8	28.1	69.9
10/11/2022	10:24:50	34.8	28.1	69.8
10/11/2022	10:24:51	34.8	28.1	69.7
10/11/2022	10:24:52	34.8	28.1	69.6
10/11/2022	10:24:53	34.8	28.1	69.5
10/11/2022	10:24:54	34.8	28.1	69.5
10/11/2022	10:24:55	34.8	28.1	69.5
10/11/2022	10:24:56	34.8	28.1	69.4
10/11/2022	10:24:58	34.8	28.1	69.4
10/11/2022	10:24:59	34.8	28.1	69.5
10/11/2022	10:25:00	34.8	28.1	69.6
10/11/2022	10:25:01	34.8	28.1	69.6
10/11/2022	10:25:02	34.8	28.1	69.7
10/11/2022	10:25:03	34.8	28.1	69.7
10/11/2022	10:25:04	34.8	28.1	69.8
10/11/2022	10:25:06	34.8	28.1	69.9
10/11/2022	10:25:07	34.8	28.1	69.8
10/11/2022	10:25:08	34.8	28.1	69.7
10/11/2022	10:25:09	34.8	28.1	69.6
10/11/2022	10:25:10	34.8	28.1	69.6
10/11/2022	10:25:11	34.8	28.1	69.5
10/11/2022	10:25:12	34.8	28.1	69.4
10/11/2022	10:25:13	34.8	28.1	69.3
10/11/2022	10:25:15	34.8	28.1	69.3
10/11/2022	10:25:16	34.8	28.1	69.3
10/11/2022	10:25:17	34.8	28.1	69.3
10/11/2022	10:25:18	34.8	28.1	69.3
10/11/2022	10:25:19	34.8	28.1	69.3
10/11/2022	10:25:20	34.8	28.1	69.5
10/11/2022	10:25:21	34.8	28.1	69.6
10/11/2022	10:25:23	34.8	28.1	69.7
10/11/2022	10:25:24	34.8	28.1	69.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	10:25:25	34.8	28.1	69.8
10/11/2022	10:25:26	34.8	28.1	69.9
10/11/2022	10:25:27	34.8	28.1	69.9
10/11/2022	10:25:28	34.8	28.1	69.8
10/11/2022	10:25:29	34.8	28.1	69.6
10/11/2022	10:25:31	34.8	28.1	69.6
10/11/2022	10:25:32	34.8	28.1	69.5
10/11/2022	10:25:33	34.8	28.1	69.5
10/11/2022	10:25:34	34.8	28.1	69.4
10/11/2022	10:25:35	34.8	28.1	69.3
10/11/2022	10:25:36	34.8	28.1	69.3
10/11/2022	10:25:37	34.8	28.1	69.3
10/11/2022	10:25:38	34.8	28.1	69.3
10/11/2022	10:25:40	34.8	28.1	69.3
10/11/2022	10:25:41	34.8	28.1	69.4
10/11/2022	10:25:42	34.8	28.1	69.6
10/11/2022	10:25:43	34.8	28.1	69.7
10/11/2022	10:25:44	34.8	28.1	69.8
10/11/2022	10:25:45	34.8	28.1	69.8
10/11/2022	10:25:46	34.8	28.1	69.9
10/11/2022	10:25:48	34.8	28.1	69.9
10/11/2022	10:25:49	34.8	28.1	69.8
10/11/2022	10:25:50	34.8	28.1	69.6
10/11/2022	10:25:51	34.8	28.1	69.5
10/11/2022	10:25:52	34.8	28.1	69.4
10/11/2022	10:25:53	34.8	28.1	69.4
10/11/2022	10:25:54	34.8	28.1	69.4
10/11/2022	10:25:56	34.8	28.1	69.3
10/11/2022	10:25:57	34.8	28.1	69.2
10/11/2022	10:25:58	34.8	28.1	69.2
10/11/2022	10:25:59	34.8	28.1	69.3
10/11/2022	10:26:00	34.8	28.1	69.4
10/11/2022	10:26:01	34.8	28.1	69.5
10/11/2022	10:26:02	34.8	28.1	69.7
10/11/2022	10:26:04	34.8	28.1	69.8
10/11/2022	10:26:05	34.8	28.1	69.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	10:26:06	34.8	28.1	69.9
10/11/2022	10:26:07	34.8	28.1	70.0
10/11/2022	10:26:08	34.8	28.1	70.0
10/11/2022	10:26:09	34.8	28.1	69.9
10/11/2022	10:26:10	34.8	28.1	69.7
10/11/2022	10:26:11	34.8	28.1	69.6
10/11/2022	10:26:13	34.8	28.1	69.6
10/11/2022	10:26:14	34.8	28.1	69.6
10/11/2022	10:26:15	34.8	28.1	69.5
10/11/2022	10:26:16	34.8	28.1	69.4
10/11/2022	10:26:17	34.8	28.1	69.4
10/11/2022	10:26:18	34.8	28.1	69.4
10/11/2022	10:26:19	34.8	28.1	69.4
10/11/2022	10:26:20	34.8	28.1	69.6
10/11/2022	10:26:22	34.8	28.1	69.6
10/11/2022	10:26:23	34.8	28.1	69.7
10/11/2022	10:26:24	34.8	28.1	69.8
10/11/2022	10:26:25	34.8	28.1	69.9
10/11/2022	10:26:26	34.8	28.1	69.9
10/11/2022	10:26:27	34.8	28.1	69.9
10/11/2022	10:26:28	34.8	28.1	69.8
10/11/2022	10:26:30	34.8	28.1	69.8
10/11/2022	10:26:31	34.8	28.1	69.7
10/11/2022	10:26:32	34.8	28.1	69.6
10/11/2022	10:26:33	34.8	28.1	69.4
10/11/2022	10:26:34	34.8	28.1	69.5
10/11/2022	10:26:35	34.8	28.1	69.4
10/11/2022	10:26:36	34.8	28.2	69.4
10/11/2022	10:26:38	34.8	28.2	69.3
10/11/2022	10:26:39	34.8	28.2	69.4
10/11/2022	10:26:40	34.8	28.2	69.5
10/11/2022	10:26:41	34.8	28.2	69.6
10/11/2022	10:26:42	34.8	28.2	69.7
10/11/2022	10:26:43	34.8	28.2	69.8
10/11/2022	10:26:44	34.8	28.2	69.9
10/11/2022	10:26:45	34.8	28.2	70.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	10:26:47	34.8	28.2	70.0
10/11/2022	10:26:48	34.8	28.2	70.0
10/11/2022	10:26:49	34.8	28.2	69.9
10/11/2022	10:26:50	34.7	28.2	69.8
10/11/2022	10:26:51	34.8	28.2	69.7
10/11/2022	10:26:52	34.8	28.2	69.6
10/11/2022	10:26:53	34.8	28.2	69.6
10/11/2022	10:26:54	34.8	28.2	69.5
10/11/2022	10:26:56	34.8	28.2	69.5
10/11/2022	10:26:57	34.8	28.2	69.5
10/11/2022	10:26:58	34.8	28.2	69.4
10/11/2022	10:26:59	34.8	28.2	69.5
10/11/2022	10:27:00	34.8	28.2	69.6
10/11/2022	10:27:01	34.8	28.2	69.7
10/11/2022	10:27:02	34.8	28.2	69.8
10/11/2022	10:27:03	34.8	28.2	69.9
10/11/2022	10:27:05	34.8	28.2	70.0
10/11/2022	10:27:06	34.8	28.2	70.1
10/11/2022	10:27:07	34.8	28.2	70.1
10/11/2022	10:27:08	34.8	28.2	70.1
10/11/2022	10:27:09	34.8	28.1	70.0
10/11/2022	10:27:10	34.8	28.2	69.9
10/11/2022	10:27:11	34.7	28.2	69.8
10/11/2022	10:27:13	34.7	28.2	69.7
10/11/2022	10:27:14	34.7	28.2	69.7
10/11/2022	10:27:15	34.7	28.2	69.7
10/11/2022	10:27:16	34.8	28.2	69.6
10/11/2022	10:27:17	34.8	28.2	69.6
10/11/2022	10:27:19	34.8	28.2	69.5
10/11/2022	10:27:20	34.8	28.2	69.6
10/11/2022	10:27:21	34.7	28.2	69.7
10/11/2022	10:27:22	34.8	28.2	69.8
10/11/2022	10:27:23	34.8	28.2	69.8
10/11/2022	10:27:24	34.8	28.2	69.8
10/11/2022	10:27:25	34.8	28.2	69.8
10/11/2022	10:27:26	34.8	28.2	69.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35^aC-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	10:27:27	34.8	28.2	69.9
10/11/2022	10:27:29	34.8	28.2	69.8
10/11/2022	10:27:30	34.8	28.2	69.6
10/11/2022	10:27:31	34.8	28.2	69.5
10/11/2022	10:27:32	34.8	28.2	69.5
10/11/2022	10:27:33	34.8	28.2	69.5
10/11/2022	10:27:34	34.8	28.2	69.5
10/11/2022	10:27:35	34.8	28.2	69.5
10/11/2022	10:27:37	34.8	28.2	69.4
10/11/2022	10:27:38	34.8	28.2	69.4
10/11/2022	10:27:39	34.8	28.2	69.4
10/11/2022	10:27:40	34.8	28.2	69.5
10/11/2022	10:27:41	34.8	28.2	69.6
10/11/2022	10:27:42	34.8	28.2	69.7
10/11/2022	10:27:43	34.8	28.2	69.8
10/11/2022	10:27:45	34.8	28.2	69.8
10/11/2022	10:27:46	34.8	28.2	69.8
10/11/2022	10:27:47	34.8	28.2	69.9
10/11/2022	10:27:48	34.8	28.2	69.9
10/11/2022	10:27:49	34.8	28.2	69.8
10/11/2022	10:27:50	34.8	28.2	69.7
10/11/2022	10:27:51	34.8	28.2	69.5
10/11/2022	10:27:53	34.8	28.2	69.5
10/11/2022	10:27:54	34.7	28.2	69.5
10/11/2022	10:27:55	34.7	28.2	69.4
10/11/2022	10:27:56	34.8	28.2	69.4
10/11/2022	10:27:57	34.8	28.2	69.3
10/11/2022	10:27:58	34.8	28.2	69.3
10/11/2022	10:27:59	34.8	28.2	69.3
10/11/2022	10:28:00	34.8	28.2	69.4
10/11/2022	10:28:01	34.8	28.2	69.6
10/11/2022	10:28:03	34.8	28.2	69.7
10/11/2022	10:28:04	34.8	28.2	69.8
10/11/2022	10:28:05	34.8	28.2	69.9
10/11/2022	10:28:06	34.8	28.2	69.9
10/11/2022	10:28:07	34.8	28.2	70.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	10:28:08	34.8	28.2	70.0
10/11/2022	10:28:09	34.8	28.2	69.8
10/11/2022	10:28:10	34.8	28.2	69.7
10/11/2022	10:28:12	34.8	28.2	69.7
10/11/2022	10:28:13	34.8	28.2	69.6
10/11/2022	10:28:14	34.8	28.2	69.6
10/11/2022	10:28:15	34.8	28.2	69.5
10/11/2022	10:28:16	34.8	28.2	69.5
10/11/2022	10:28:17	34.8	28.2	69.5
10/11/2022	10:28:18	34.8	28.2	69.4
10/11/2022	10:28:19	34.8	28.2	69.5
10/11/2022	10:28:21	34.8	28.2	69.6
10/11/2022	10:28:22	34.8	28.2	69.7
10/11/2022	10:28:23	34.8	28.2	69.8
10/11/2022	10:28:24	34.8	28.2	69.9
10/11/2022	10:28:25	34.8	28.2	69.9
10/11/2022	10:28:26	34.8	28.2	70.0
10/11/2022	10:28:27	34.8	28.2	70.0
10/11/2022	10:28:29	34.8	28.2	69.9
10/11/2022	10:28:30	34.8	28.2	69.8
10/11/2022	10:28:31	34.8	28.2	69.7
10/11/2022	10:28:32	34.8	28.2	69.6
10/11/2022	10:28:33	34.8	28.2	69.5
10/11/2022	10:28:34	34.8	28.2	69.5
10/11/2022	10:28:35	34.8	28.2	69.4
10/11/2022	10:28:36	34.8	28.2	69.4
10/11/2022	10:28:38	34.8	28.2	69.3
10/11/2022	10:28:39	34.8	28.2	69.3
10/11/2022	10:28:40	34.8	28.3	69.4
10/11/2022	10:28:41	34.8	28.3	69.5
10/11/2022	10:28:42	34.8	28.3	69.6
10/11/2022	10:28:43	34.8	28.2	69.7
10/11/2022	10:28:44	34.8	28.2	69.8
10/11/2022	10:28:45	34.8	28.3	69.9
10/11/2022	10:28:47	34.8	28.3	70.0
10/11/2022	10:28:48	34.8	28.3	70.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	10:28:49	34.8	28.2	69.9
10/11/2022	10:28:50	34.8	28.2	69.8
10/11/2022	10:28:51	34.8	28.3	69.7
10/11/2022	10:28:52	34.8	28.3	69.7
10/11/2022	10:28:53	34.8	28.2	69.6
10/11/2022	10:28:54	34.8	28.2	69.5
10/11/2022	10:28:56	34.8	28.3	69.5
10/11/2022	10:28:57	34.8	28.3	69.5
10/11/2022	10:28:58	34.8	28.3	69.5
10/11/2022	10:28:59	34.8	28.3	69.4
10/11/2022	10:29:00	34.8	28.3	69.4
10/11/2022	10:29:01	34.8	28.3	69.6
10/11/2022	10:29:02	34.8	28.3	69.7
10/11/2022	10:29:03	34.8	28.3	69.8
10/11/2022	10:29:05	34.8	28.3	69.9
10/11/2022	10:29:06	34.8	28.3	70.0
10/11/2022	10:29:07	34.8	28.3	70.0
10/11/2022	10:29:08	34.8	28.3	70.0
10/11/2022	10:29:09	34.8	28.3	70.0
10/11/2022	10:29:10	34.8	28.3	69.9
10/11/2022	10:29:11	34.8	28.3	69.8
10/11/2022	10:29:12	34.8	28.3	69.6
10/11/2022	10:29:13	34.8	28.3	69.5
10/11/2022	10:29:15	34.8	28.3	69.5
10/11/2022	10:29:16	34.8	28.3	69.5
10/11/2022	10:29:17	34.8	28.3	69.5
10/11/2022	10:29:18	34.8	28.3	69.4
10/11/2022	10:29:19	34.8	28.3	69.4
10/11/2022	10:29:20	34.8	28.3	69.5
10/11/2022	10:29:21	34.8	28.3	69.6
10/11/2022	10:29:22	34.8	28.3	69.8
10/11/2022	10:29:24	34.8	28.3	69.8
10/11/2022	10:29:25	34.8	28.3	69.9
10/11/2022	10:29:26	34.8	28.3	70.0
10/11/2022	10:29:27	34.8	28.3	70.1
10/11/2022	10:29:28	34.8	28.3	70.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	10:29:29	34.8	28.3	70.0
10/11/2022	10:29:30	34.8	28.3	69.9
10/11/2022	10:29:31	34.8	28.3	69.8
10/11/2022	10:29:33	34.8	28.3	69.7
10/11/2022	10:29:34	34.8	28.3	69.6
10/11/2022	10:29:35	34.8	28.3	69.5
10/11/2022	10:29:36	34.8	28.3	69.5
10/11/2022	10:29:37	34.8	28.3	69.5
10/11/2022	10:29:38	34.8	28.3	69.4
10/11/2022	10:29:39	34.8	28.3	69.5
10/11/2022	10:29:40	34.8	28.3	69.6
10/11/2022	10:29:42	34.8	28.3	69.7
10/11/2022	10:29:43	34.8	28.3	69.8
10/11/2022	10:29:44	34.8	28.3	69.9
10/11/2022	10:29:45	34.8	28.3	69.9
10/11/2022	10:29:46	34.8	28.3	69.8
10/11/2022	10:29:47	34.8	28.3	69.9
10/11/2022	10:29:48	34.8	28.3	69.8
10/11/2022	10:29:50	34.8	28.3	69.8
10/11/2022	10:29:51	34.8	28.3	69.7
10/11/2022	10:29:52	34.8	28.3	69.6
10/11/2022	10:29:53	34.8	28.3	69.5
10/11/2022	10:29:54	34.8	28.3	69.5
10/11/2022	10:29:55	34.8	28.3	69.5
10/11/2022	10:29:56	34.8	28.3	69.5
10/11/2022	10:29:57	34.8	28.3	69.4
10/11/2022	10:29:59	34.8	28.3	69.4
10/11/2022	10:30:00	34.8	28.3	69.4
10/11/2022	10:30:01	34.8	28.3	69.5
10/11/2022	10:30:02	34.8	28.3	69.7
10/11/2022	10:30:03	34.8	28.3	69.8
10/11/2022	10:30:04	34.8	28.3	69.8
10/11/2022	10:30:05	34.9	28.3	69.8
10/11/2022	10:30:07	34.9	28.3	69.9
10/11/2022	10:30:08	34.9	28.3	70.0
10/11/2022	10:30:09	34.9	28.3	69.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35^aC-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	10:30:10	34.8	28.3	69.8
10/11/2022	10:30:11	34.8	28.3	69.7
10/11/2022	10:30:12	34.8	28.3	69.6
10/11/2022	10:30:13	34.8	28.3	69.6
10/11/2022	10:30:14	34.8	28.3	69.6
10/11/2022	10:30:16	34.8	28.3	69.5
10/11/2022	10:30:17	34.8	28.3	69.4
10/11/2022	10:30:18	34.8	28.3	69.4
10/11/2022	10:30:19	34.9	28.3	69.3
10/11/2022	10:30:20	34.9	28.3	69.4
10/11/2022	10:30:21	34.9	28.3	69.5
10/11/2022	10:30:22	34.9	28.3	69.5
10/11/2022	10:30:23	34.9	28.3	69.6
10/11/2022	10:30:25	34.9	28.3	69.7
10/11/2022	10:30:26	34.9	28.3	69.8
10/11/2022	10:30:27	34.9	28.3	69.8
10/11/2022	10:30:28	34.9	28.3	69.8
10/11/2022	10:30:29	34.8	28.3	69.7
10/11/2022	10:30:30	34.8	28.3	69.7
10/11/2022	10:30:31	34.8	28.3	69.6
10/11/2022	10:30:33	34.8	28.3	69.5
10/11/2022	10:30:34	34.8	28.3	69.5
10/11/2022	10:30:35	34.8	28.3	69.4
10/11/2022	10:30:36	34.8	28.3	69.4
10/11/2022	10:30:37	34.8	28.3	69.4
10/11/2022	10:30:38	34.8	28.3	69.3
10/11/2022	10:30:39	34.8	28.3	69.3
10/11/2022	10:30:40	34.8	28.3	69.4
10/11/2022	10:30:42	34.8	28.3	69.5
10/11/2022	10:30:43	34.8	28.3	69.7
10/11/2022	10:30:44	34.8	28.3	69.8
10/11/2022	10:30:45	34.8	28.3	69.9
10/11/2022	10:30:46	34.8	28.3	70.0
10/11/2022	10:30:47	34.8	28.3	70.1
10/11/2022	10:30:48	34.8	28.3	70.1
10/11/2022	10:30:49	34.8	28.3	70.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	10:30:51	34.8	28.3	69.9
10/11/2022	10:30:52	34.8	28.3	69.8
10/11/2022	10:30:53	34.8	28.3	69.7
10/11/2022	10:30:54	34.8	28.3	69.6
10/11/2022	10:30:55	34.8	28.3	69.5
10/11/2022	10:30:56	34.8	28.3	69.5
10/11/2022	10:30:57	34.8	28.3	69.4
10/11/2022	10:30:58	34.8	28.3	69.4
10/11/2022	10:31:00	34.8	28.3	69.5
10/11/2022	10:31:01	34.8	28.3	69.5
10/11/2022	10:31:02	34.8	28.3	69.6
10/11/2022	10:31:03	34.8	28.3	69.7
10/11/2022	10:31:04	34.8	28.3	69.8
10/11/2022	10:31:05	34.8	28.3	69.9
10/11/2022	10:31:06	34.8	28.3	69.9
10/11/2022	10:31:08	34.8	28.3	69.9
10/11/2022	10:31:09	34.8	28.3	69.8
10/11/2022	10:31:10	34.8	28.3	69.7
10/11/2022	10:31:11	34.8	28.3	69.7
10/11/2022	10:31:12	34.8	28.3	69.7
10/11/2022	10:31:13	34.8	28.3	69.6
10/11/2022	10:31:14	34.8	28.3	69.5
10/11/2022	10:31:15	34.8	28.3	69.4
10/11/2022	10:31:17	34.8	28.3	69.5
10/11/2022	10:31:18	34.8	28.3	69.5
10/11/2022	10:31:19	34.8	28.3	69.4
10/11/2022	10:31:20	34.9	28.3	69.4
10/11/2022	10:31:21	34.8	28.3	69.6
10/11/2022	10:31:22	34.8	28.3	69.7
10/11/2022	10:31:23	34.8	28.3	69.8
10/11/2022	10:31:24	34.8	28.4	69.9
10/11/2022	10:31:26	34.8	28.3	70.0
10/11/2022	10:31:27	34.8	28.3	70.1
10/11/2022	10:31:28	34.8	28.3	70.1
10/11/2022	10:31:29	34.8	28.3	70.0
10/11/2022	10:31:30	34.8	28.3	69.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	10:31:31	34.8	28.3	69.9
10/11/2022	10:31:33	34.8	28.3	69.8
10/11/2022	10:31:34	34.8	28.3	69.6
10/11/2022	10:31:35	34.8	28.3	69.6
10/11/2022	10:31:36	34.8	28.3	69.5
10/11/2022	10:31:37	34.8	28.4	69.5
10/11/2022	10:31:38	34.8	28.4	69.4
10/11/2022	10:31:39	34.8	28.4	69.4
10/11/2022	10:31:40	34.8	28.4	69.4
10/11/2022	10:31:41	34.8	28.4	69.6
10/11/2022	10:31:43	34.8	28.4	69.7
10/11/2022	10:31:44	34.8	28.4	69.7
10/11/2022	10:31:45	34.8	28.4	69.8
10/11/2022	10:31:46	34.8	28.4	70.0
10/11/2022	10:31:47	34.8	28.3	70.1
10/11/2022	10:31:48	34.8	28.3	70.1
10/11/2022	10:31:49	34.8	28.3	70.0
10/11/2022	10:31:50	34.8	28.3	69.9
10/11/2022	10:31:52	34.8	28.3	69.8
10/11/2022	10:31:53	34.8	28.3	69.8
10/11/2022	10:31:54	34.8	28.3	69.7
10/11/2022	10:31:55	34.8	28.3	69.6
10/11/2022	10:31:56	34.8	28.3	69.5
10/11/2022	10:31:57	34.8	28.3	69.5
10/11/2022	10:31:58	34.8	28.3	69.5
10/11/2022	10:32:00	34.8	28.3	69.4
10/11/2022	10:32:01	34.8	28.3	69.5
10/11/2022	10:32:02	34.9	28.3	69.5
10/11/2022	10:32:03	34.9	28.3	69.6
10/11/2022	10:32:04	34.9	28.4	69.6
10/11/2022	10:32:05	34.8	28.4	69.7
10/11/2022	10:32:06	34.8	28.4	69.7
10/11/2022	10:32:07	34.8	28.4	69.7
10/11/2022	10:32:09	34.8	28.4	69.7
10/11/2022	10:32:10	34.8	28.3	69.7
10/11/2022	10:32:11	34.8	28.4	69.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35^aC-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	10:32:12	34.8	28.4	69.6
10/11/2022	10:32:13	34.8	28.3	69.5
10/11/2022	10:32:14	34.8	28.4	69.4
10/11/2022	10:32:15	34.8	28.4	69.4
10/11/2022	10:32:16	34.8	28.4	69.4
10/11/2022	10:32:18	34.8	28.4	69.4
10/11/2022	10:32:19	34.9	28.4	69.4
10/11/2022	10:32:20	34.9	28.4	69.3
10/11/2022	10:32:21	34.8	28.4	69.4
10/11/2022	10:32:22	34.8	28.4	69.5
10/11/2022	10:32:23	34.8	28.4	69.6
10/11/2022	10:32:24	34.8	28.4	69.7
10/11/2022	10:32:26	34.8	28.4	69.8
10/11/2022	10:32:27	34.8	28.4	69.8
10/11/2022	10:32:28	34.8	28.4	69.9
10/11/2022	10:32:29	34.8	28.4	69.8
10/11/2022	10:32:30	34.8	28.4	69.7
10/11/2022	10:32:31	34.8	28.4	69.7
10/11/2022	10:32:32	34.8	28.4	69.6
10/11/2022	10:32:34	34.8	28.4	69.6
10/11/2022	10:32:35	34.8	28.4	69.5
10/11/2022	10:32:36	34.8	28.4	69.5
10/11/2022	10:32:37	34.8	28.4	69.4
10/11/2022	10:32:38	34.8	28.4	69.4
10/11/2022	10:32:39	34.8	28.4	69.4
10/11/2022	10:32:40	34.8	28.4	69.4
10/11/2022	10:32:42	34.8	28.4	69.5
10/11/2022	10:32:43	34.8	28.4	69.7
10/11/2022	10:32:44	34.8	28.4	69.7
10/11/2022	10:32:45	34.8	28.4	69.8
10/11/2022	10:32:46	34.8	28.4	69.9
10/11/2022	10:32:47	34.8	28.4	69.9
10/11/2022	10:32:48	34.8	28.4	70.0
10/11/2022	10:32:49	34.8	28.4	70.0
10/11/2022	10:32:51	34.8	28.4	69.8
10/11/2022	10:32:52	34.8	28.4	69.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	10:32:53	34.8	28.4	69.6
10/11/2022	10:32:54	34.8	28.4	69.6
10/11/2022	10:32:55	34.8	28.4	69.5
10/11/2022	10:32:56	34.8	28.4	69.4
10/11/2022	10:32:57	34.8	28.4	69.4
10/11/2022	10:32:58	34.8	28.4	69.4
10/11/2022	10:33:00	34.9	28.4	69.4
10/11/2022	10:33:01	34.9	28.4	69.4
10/11/2022	10:33:02	34.9	28.4	69.5
10/11/2022	10:33:03	34.9	28.4	69.6
10/11/2022	10:33:04	34.8	28.4	69.7
10/11/2022	10:33:05	34.8	28.4	69.8
10/11/2022	10:33:06	34.8	28.4	69.9
10/11/2022	10:33:08	34.8	28.4	69.9
10/11/2022	10:33:09	34.8	28.4	70.0
10/11/2022	10:33:10	34.8	28.4	69.9
10/11/2022	10:33:11	34.8	28.4	69.8
10/11/2022	10:33:12	34.8	28.4	69.7
10/11/2022	10:33:13	34.8	28.4	69.7
10/11/2022	10:33:14	34.8	28.4	69.6
10/11/2022	10:33:15	34.8	28.4	69.5
10/11/2022	10:33:17	34.8	28.4	69.5
10/11/2022	10:33:18	34.8	28.4	69.5
10/11/2022	10:33:19	34.8	28.4	69.5
10/11/2022	10:33:20	34.8	28.4	69.5
10/11/2022	10:33:21	34.8	28.4	69.5
10/11/2022	10:33:22	34.9	28.4	69.7
10/11/2022	10:33:23	34.9	28.4	69.8
10/11/2022	10:33:25	34.9	28.4	69.9
10/11/2022	10:33:26	34.9	28.4	69.9
10/11/2022	10:33:27	34.9	28.4	70.0
10/11/2022	10:33:28	34.9	28.4	70.1
10/11/2022	10:33:29	34.9	28.4	70.1
10/11/2022	10:33:30	34.8	28.4	70.0
10/11/2022	10:33:31	34.8	28.4	69.9
10/11/2022	10:33:32	34.8	28.4	69.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35^aC-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	10:33:33	34.8	28.4	69.7
10/11/2022	10:33:35	34.8	28.4	69.7
10/11/2022	10:33:36	34.8	28.4	69.6
10/11/2022	10:33:37	34.8	28.4	69.6
10/11/2022	10:33:38	34.8	28.4	69.5
10/11/2022	10:33:39	34.8	28.4	69.4
10/11/2022	10:33:40	34.8	28.4	69.4
10/11/2022	10:33:41	34.8	28.4	69.5
10/11/2022	10:33:42	34.8	28.4	69.7
10/11/2022	10:33:43	34.8	28.4	69.8
10/11/2022	10:33:45	34.8	28.4	69.9
10/11/2022	10:33:46	34.8	28.4	70.0
10/11/2022	10:33:47	34.8	28.4	70.0
10/11/2022	10:33:48	34.8	28.4	70.1
10/11/2022	10:33:49	34.8	28.4	70.1
10/11/2022	10:33:50	34.8	28.4	70.1
10/11/2022	10:33:51	34.8	28.4	69.9
10/11/2022	10:33:53	34.8	28.4	69.8
10/11/2022	10:33:54	34.8	28.4	69.8
10/11/2022	10:33:55	34.8	28.4	69.7
10/11/2022	10:33:56	34.8	28.4	69.6
10/11/2022	10:33:57	34.8	28.4	69.6
10/11/2022	10:33:58	34.8	28.5	69.6
10/11/2022	10:33:59	34.8	28.4	69.5
10/11/2022	10:34:01	34.8	28.5	69.5
10/11/2022	10:34:02	34.8	28.5	69.6
10/11/2022	10:34:03	34.8	28.5	69.7
10/11/2022	10:34:04	34.9	28.5	69.8
10/11/2022	10:34:05	34.9	28.5	69.9
10/11/2022	10:34:06	34.9	28.5	69.9
10/11/2022	10:34:07	34.9	28.5	70.0
10/11/2022	10:34:08	34.9	28.5	70.0
10/11/2022	10:34:10	34.8	28.5	70.1
10/11/2022	10:34:11	34.8	28.5	70.0
10/11/2022	10:34:12	34.8	28.4	69.9
10/11/2022	10:34:13	34.8	28.4	69.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	10:34:14	34.8	28.4	69.7
10/11/2022	10:34:15	34.8	28.4	69.7
10/11/2022	10:34:16	34.8	28.4	69.6
10/11/2022	10:34:18	34.8	28.4	69.5
10/11/2022	10:34:19	34.8	28.5	69.4
10/11/2022	10:34:20	34.8	28.5	69.4
10/11/2022	10:34:21	34.8	28.5	69.4
10/11/2022	10:34:22	34.8	28.5	69.6
10/11/2022	10:34:23	34.9	28.5	69.6
10/11/2022	10:34:24	34.9	28.5	69.7
10/11/2022	10:34:26	34.8	28.5	69.8
10/11/2022	10:34:27	34.8	28.5	69.9
10/11/2022	10:34:28	34.8	28.5	69.8
10/11/2022	10:34:29	34.8	28.5	69.8
10/11/2022	10:34:30	34.8	28.4	69.8
10/11/2022	10:34:31	34.8	28.4	69.8
10/11/2022	10:34:32	34.8	28.5	69.6
10/11/2022	10:34:34	34.8	28.5	69.5
10/11/2022	10:34:35	34.8	28.5	69.5
10/11/2022	10:34:36	34.8	28.5	69.5
10/11/2022	10:34:37	34.8	28.5	69.5
10/11/2022	10:34:38	34.8	28.5	69.5
10/11/2022	10:34:39	34.9	28.5	69.4
10/11/2022	10:34:40	34.9	28.5	69.4
10/11/2022	10:34:41	34.9	28.5	69.5
10/11/2022	10:34:43	34.9	28.5	69.7
10/11/2022	10:34:44	34.9	28.5	69.8
10/11/2022	10:34:45	34.9	28.5	69.9
10/11/2022	10:34:46	34.9	28.5	69.9
10/11/2022	10:34:47	34.8	28.5	70.0
10/11/2022	10:34:48	34.8	28.5	70.0
10/11/2022	10:34:49	34.8	28.5	70.0
10/11/2022	10:34:51	34.8	28.4	69.8
10/11/2022	10:34:52	34.8	28.4	69.7
10/11/2022	10:34:53	34.8	28.4	69.6
10/11/2022	10:34:54	34.8	28.4	69.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	10:34:55	34.8	28.4	69.5
10/11/2022	10:34:56	34.8	28.4	69.5
10/11/2022	10:34:57	34.8	28.4	69.4
10/11/2022	10:34:58	34.8	28.4	69.4
10/11/2022	10:35:00	34.8	28.4	69.4
10/11/2022	10:35:01	34.8	28.4	69.5
10/11/2022	10:35:02	34.9	28.4	69.5
10/11/2022	10:35:03	34.8	28.4	69.6
10/11/2022	10:35:04	34.9	28.4	69.7
10/11/2022	10:35:05	34.9	28.4	69.8
10/11/2022	10:35:06	34.9	28.4	69.9
10/11/2022	10:35:07	34.9	28.4	69.9
10/11/2022	10:35:09	34.8	28.4	69.9
10/11/2022	10:35:10	34.8	28.4	69.9
10/11/2022	10:35:11	34.8	28.4	69.8
10/11/2022	10:35:12	34.8	28.4	69.8
10/11/2022	10:35:13	34.8	28.4	69.7
10/11/2022	10:35:14	34.8	28.4	69.6
10/11/2022	10:35:15	34.8	28.4	69.5
10/11/2022	10:35:16	34.8	28.4	69.5
10/11/2022	10:35:18	34.8	28.4	69.5
10/11/2022	10:35:19	34.8	28.4	69.4
10/11/2022	10:35:20	34.9	28.4	69.4
10/11/2022	10:35:21	34.9	28.4	69.4
10/11/2022	10:35:22	34.9	28.5	69.5
10/11/2022	10:35:23	34.9	28.5	69.6
10/11/2022	10:35:24	34.9	28.5	69.7
10/11/2022	10:35:25	34.9	28.5	69.9
10/11/2022	10:35:27	34.9	28.5	70.0
10/11/2022	10:35:28	34.9	28.5	70.0
10/11/2022	10:35:29	34.9	28.5	70.0
10/11/2022	10:35:30	34.8	28.4	70.0
10/11/2022	10:35:31	34.8	28.4	69.9
10/11/2022	10:35:32	34.8	28.4	69.8
10/11/2022	10:35:33	34.8	28.4	69.7
10/11/2022	10:35:35	34.8	28.4	69.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35^aC-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	10:35:36	34.8	28.4	69.6
10/11/2022	10:35:37	34.8	28.4	69.5
10/11/2022	10:35:38	34.8	28.4	69.5
10/11/2022	10:35:39	34.8	28.5	69.4
10/11/2022	10:35:40	34.8	28.5	69.4
10/11/2022	10:35:41	34.8	28.5	69.4
10/11/2022	10:35:43	34.8	28.5	69.5
10/11/2022	10:35:44	34.8	28.5	69.6
10/11/2022	10:35:45	34.8	28.5	69.8
10/11/2022	10:35:46	34.8	28.5	69.9
10/11/2022	10:35:47	34.8	28.5	69.9
10/11/2022	10:35:48	34.8	28.5	70.0
10/11/2022	10:35:49	34.8	28.5	70.1
10/11/2022	10:35:50	34.8	28.5	70.0
10/11/2022	10:35:52	34.8	28.5	69.8
10/11/2022	10:35:53	34.8	28.5	69.7
10/11/2022	10:35:54	34.8	28.5	69.6
10/11/2022	10:35:55	34.8	28.5	69.6
10/11/2022	10:35:56	34.8	28.5	69.5
10/11/2022	10:35:57	34.8	28.5	69.5
10/11/2022	10:35:58	34.8	28.5	69.5
10/11/2022	10:36:00	34.8	28.5	69.4
10/11/2022	10:36:01	34.8	28.5	69.5
10/11/2022	10:36:02	34.8	28.5	69.6
10/11/2022	10:36:03	34.8	28.5	69.7
10/11/2022	10:36:04	34.8	28.5	69.8
10/11/2022	10:36:05	34.8	28.5	70.0
10/11/2022	10:36:06	34.8	28.5	70.0
10/11/2022	10:36:07	34.8	28.5	70.0
10/11/2022	10:36:09	34.8	28.5	70.1
10/11/2022	10:36:10	34.8	28.5	70.1
10/11/2022	10:36:11	34.8	28.5	70.0
10/11/2022	10:36:12	34.8	28.5	69.8
10/11/2022	10:36:13	34.8	28.5	69.7
10/11/2022	10:36:14	34.8	28.5	69.7
10/11/2022	10:36:15	34.8	28.5	69.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	10:36:16	34.8	28.5	69.6
10/11/2022	10:36:18	34.8	28.5	69.6
10/11/2022	10:36:19	34.8	28.5	69.6
10/11/2022	10:36:20	34.9	28.5	69.6
10/11/2022	10:36:21	34.9	28.5	69.6
10/11/2022	10:36:22	34.9	28.5	69.7
10/11/2022	10:36:23	34.9	28.5	69.8
10/11/2022	10:36:24	34.9	28.5	70.0
10/11/2022	10:36:26	34.9	28.5	70.0
10/11/2022	10:36:27	34.9	28.5	70.0
10/11/2022	10:36:28	34.9	28.5	70.0
10/11/2022	10:36:29	34.8	28.5	70.1
10/11/2022	10:36:30	34.8	28.5	70.1
10/11/2022	10:36:31	34.8	28.5	70.0
10/11/2022	10:36:32	34.8	28.5	69.9
10/11/2022	10:36:34	34.8	28.5	69.8
10/11/2022	10:36:35	34.8	28.5	69.7
10/11/2022	10:36:36	34.8	28.5	69.7
10/11/2022	10:36:37	34.8	28.5	69.7
10/11/2022	10:36:38	34.8	28.5	69.6
10/11/2022	10:36:39	34.8	28.5	69.5
10/11/2022	10:36:40	34.8	28.5	69.5
10/11/2022	10:36:42	34.8	28.5	69.6
10/11/2022	10:36:43	34.8	28.5	69.7
10/11/2022	10:36:44	34.8	28.5	69.8
10/11/2022	10:36:45	34.8	28.5	69.9
10/11/2022	10:36:46	34.8	28.5	69.9
10/11/2022	10:36:47	34.8	28.5	70.0
10/11/2022	10:36:48	34.8	28.5	70.1
10/11/2022	10:36:49	34.8	28.5	70.1
10/11/2022	10:36:51	34.8	28.5	70.0
10/11/2022	10:36:52	34.8	28.5	69.8
10/11/2022	10:36:53	34.8	28.5	69.8
10/11/2022	10:36:54	34.8	28.5	69.7
10/11/2022	10:36:55	34.8	28.5	69.7
10/11/2022	10:36:56	34.8	28.5	69.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	10:36:57	34.8	28.5	69.5
10/11/2022	10:36:59	34.8	28.5	69.5
10/11/2022	10:37:00	34.9	28.5	69.5
10/11/2022	10:37:01	34.9	28.5	69.5
10/11/2022	10:37:02	34.9	28.5	69.5
10/11/2022	10:37:03	34.9	28.5	69.6
10/11/2022	10:37:04	34.9	28.5	69.6
10/11/2022	10:37:05	34.9	28.5	69.8
10/11/2022	10:37:06	34.9	28.5	69.8
10/11/2022	10:37:08	34.9	28.5	69.9
10/11/2022	10:37:09	34.9	28.5	69.9
10/11/2022	10:37:10	34.9	28.5	69.9
10/11/2022	10:37:11	34.8	28.4	69.8
10/11/2022	10:37:12	34.8	28.4	69.8
10/11/2022	10:37:13	34.8	28.4	69.6
10/11/2022	10:37:14	34.8	28.4	69.6
10/11/2022	10:37:15	34.8	28.4	69.6
10/11/2022	10:37:16	34.8	28.5	69.5
10/11/2022	10:37:18	34.8	28.5	69.5
10/11/2022	10:37:19	34.8	28.5	69.4
10/11/2022	10:37:20	34.8	28.5	69.5
10/11/2022	10:37:21	34.8	28.5	69.5
10/11/2022	10:37:22	34.8	28.5	69.5
10/11/2022	10:37:23	34.8	28.5	69.6
10/11/2022	10:37:24	34.8	28.5	69.7
10/11/2022	10:37:26	34.8	28.5	69.8
10/11/2022	10:37:27	34.8	28.5	69.9
10/11/2022	10:37:28	34.8	28.5	69.9
10/11/2022	10:37:29	34.8	28.5	69.9
10/11/2022	10:37:30	34.8	28.5	69.9
10/11/2022	10:37:31	34.8	28.5	69.9
10/11/2022	10:37:32	34.8	28.5	69.8
10/11/2022	10:37:33	34.8	28.5	69.6
10/11/2022	10:37:35	34.8	28.5	69.6
10/11/2022	10:37:36	34.8	28.5	69.6
10/11/2022	10:37:37	34.8	28.5	69.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	10:37:38	34.8	28.5	69.4
10/11/2022	10:37:39	34.8	28.5	69.4
10/11/2022	10:37:40	34.8	28.5	69.3
10/11/2022	10:37:41	34.8	28.5	69.4
10/11/2022	10:37:43	34.8	28.5	69.5
10/11/2022	10:37:44	34.8	28.5	69.6
10/11/2022	10:37:45	34.8	28.5	69.7
10/11/2022	10:37:46	34.8	28.5	69.8
10/11/2022	10:37:47	34.8	28.5	69.9
10/11/2022	10:37:48	34.8	28.5	69.9
10/11/2022	10:37:49	34.8	28.5	70.0
10/11/2022	10:37:50	34.8	28.5	70.0
10/11/2022	10:37:52	34.8	28.5	69.9
10/11/2022	10:37:53	34.8	28.5	69.7
10/11/2022	10:37:54	34.8	28.5	69.6
10/11/2022	10:37:55	34.8	28.5	69.6
10/11/2022	10:37:56	34.8	28.5	69.6
10/11/2022	10:37:57	34.8	28.5	69.5
10/11/2022	10:37:58	34.8	28.5	69.4
10/11/2022	10:38:00	34.8	28.5	69.4
10/11/2022	10:38:01	34.8	28.6	69.4
10/11/2022	10:38:02	34.8	28.6	69.5
10/11/2022	10:38:03	34.8	28.6	69.5
10/11/2022	10:38:04	34.8	28.6	69.6
10/11/2022	10:38:05	34.8	28.6	69.7
10/11/2022	10:38:06	34.8	28.6	69.9
10/11/2022	10:38:07	34.8	28.6	70.0
10/11/2022	10:38:09	34.8	28.6	70.0
10/11/2022	10:38:10	34.8	28.6	70.0
10/11/2022	10:38:11	34.8	28.5	70.0
10/11/2022	10:38:12	34.8	28.5	69.9
10/11/2022	10:38:13	34.8	28.6	69.8
10/11/2022	10:38:14	34.8	28.5	69.7
10/11/2022	10:38:15	34.8	28.5	69.6
10/11/2022	10:38:16	34.8	28.5	69.5
10/11/2022	10:38:18	34.8	28.5	69.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	10:38:19	34.8	28.6	69.5
10/11/2022	10:38:20	34.8	28.6	69.5
10/11/2022	10:38:21	34.8	28.6	69.5
10/11/2022	10:38:22	34.8	28.6	69.6
10/11/2022	10:38:23	34.8	28.6	69.7
10/11/2022	10:38:24	34.8	28.6	69.9
10/11/2022	10:38:25	34.8	28.6	69.9
10/11/2022	10:38:27	34.8	28.6	70.0
10/11/2022	10:38:28	34.8	28.6	70.1
10/11/2022	10:38:29	34.8	28.6	70.2
10/11/2022	10:38:30	34.8	28.6	70.2
10/11/2022	10:38:31	34.8	28.6	70.0
10/11/2022	10:38:32	34.8	28.6	69.9
10/11/2022	10:38:33	34.8	28.5	69.8
10/11/2022	10:38:35	34.8	28.5	69.8
10/11/2022	10:38:36	34.8	28.5	69.8
10/11/2022	10:38:37	34.8	28.5	69.7
10/11/2022	10:38:38	34.8	28.5	69.6
10/11/2022	10:38:39	34.8	28.5	69.6
10/11/2022	10:38:40	34.8	28.5	69.6
10/11/2022	10:38:41	34.8	28.5	69.6
10/11/2022	10:38:43	34.8	28.5	69.6
10/11/2022	10:38:44	34.8	28.5	69.7
10/11/2022	10:38:45	34.8	28.5	69.8
10/11/2022	10:38:46	34.8	28.5	69.9
10/11/2022	10:38:47	34.8	28.5	70.0
10/11/2022	10:38:48	34.8	28.5	70.1
10/11/2022	10:38:49	34.8	28.5	70.2
10/11/2022	10:38:51	34.8	28.5	70.1
10/11/2022	10:38:52	34.8	28.5	70.0
10/11/2022	10:38:53	34.8	28.5	69.9
10/11/2022	10:38:54	34.8	28.5	69.9
10/11/2022	10:38:55	34.8	28.5	69.8
10/11/2022	10:38:56	34.8	28.5	69.8
10/11/2022	10:38:57	34.8	28.5	69.6
10/11/2022	10:38:58	34.8	28.5	69.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	10:39:00	34.8	28.6	69.6
10/11/2022	10:39:01	34.8	28.6	69.6
10/11/2022	10:39:02	34.8	28.6	69.6
10/11/2022	10:39:03	34.8	28.6	69.6
10/11/2022	10:39:04	34.8	28.6	69.7
10/11/2022	10:39:05	34.8	28.5	69.7
10/11/2022	10:39:06	34.8	28.5	69.8
10/11/2022	10:39:07	34.8	28.5	69.7
10/11/2022	10:39:09	34.8	28.5	69.7
10/11/2022	10:39:10	34.8	28.5	69.8
10/11/2022	10:39:11	34.8	28.5	69.8
10/11/2022	10:39:12	34.8	28.5	69.7
10/11/2022	10:39:13	34.8	28.5	69.5
10/11/2022	10:39:14	34.8	28.5	69.5
10/11/2022	10:39:15	34.8	28.5	69.5
10/11/2022	10:39:16	34.8	28.5	69.4
10/11/2022	10:39:18	34.8	28.5	69.4
10/11/2022	10:39:19	34.8	28.5	69.4
10/11/2022	10:39:20	34.8	28.6	69.3
10/11/2022	10:39:21	34.8	28.6	69.3
10/11/2022	10:39:22	34.8	28.6	69.4
10/11/2022	10:39:23	34.8	28.5	69.5
10/11/2022	10:39:24	34.8	28.5	69.6
10/11/2022	10:39:26	34.8	28.5	69.7
10/11/2022	10:39:27	34.9	28.5	69.8
10/11/2022	10:39:28	34.9	28.6	69.9
10/11/2022	10:39:29	34.8	28.5	69.9
10/11/2022	10:39:30	34.8	28.5	69.9
10/11/2022	10:39:31	34.8	28.5	69.9
10/11/2022	10:39:32	34.8	28.5	69.7
10/11/2022	10:39:34	34.8	28.5	69.6
10/11/2022	10:39:35	34.8	28.5	69.6
10/11/2022	10:39:36	34.8	28.6	69.5
10/11/2022	10:39:37	34.8	28.6	69.5
10/11/2022	10:39:38	34.8	28.6	69.5
10/11/2022	10:39:39	34.8	28.6	69.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	10:39:40	34.8	28.6	69.4
10/11/2022	10:39:42	34.8	28.6	69.4
10/11/2022	10:39:43	34.8	28.6	69.5
10/11/2022	10:39:44	34.8	28.6	69.6
10/11/2022	10:39:45	34.8	28.6	69.7
10/11/2022	10:39:46	34.8	28.6	69.8
10/11/2022	10:39:47	34.9	28.6	69.9
10/11/2022	10:39:48	34.9	28.6	69.9
10/11/2022	10:39:50	34.9	28.6	70.0
10/11/2022	10:39:51	34.8	28.6	70.1
10/11/2022	10:39:52	34.8	28.6	70.0
10/11/2022	10:39:53	34.8	28.6	69.8
10/11/2022	10:39:54	34.8	28.6	69.7
10/11/2022	10:39:55	34.8	28.6	69.7
10/11/2022	10:39:56	34.8	28.6	69.7
10/11/2022	10:39:57	34.8	28.6	69.6
10/11/2022	10:39:58	34.8	28.6	69.5
10/11/2022	10:40:00	34.8	28.6	69.4
10/11/2022	10:40:01	34.8	28.6	69.4
10/11/2022	10:40:02	34.9	28.6	69.4
10/11/2022	10:40:03	34.9	28.6	69.5
10/11/2022	10:40:04	34.9	28.6	69.6
10/11/2022	10:40:05	34.9	28.6	69.7
10/11/2022	10:40:06	34.9	28.6	69.8
10/11/2022	10:40:08	34.9	28.6	69.9
10/11/2022	10:40:09	34.9	28.6	69.9
10/11/2022	10:40:10	34.9	28.6	70.0
10/11/2022	10:40:11	34.9	28.6	69.9
10/11/2022	10:40:12	34.9	28.6	69.8
10/11/2022	10:40:13	34.8	28.6	69.8
10/11/2022	10:40:14	34.8	28.6	69.7
10/11/2022	10:40:15	34.8	28.6	69.6
10/11/2022	10:40:17	34.8	28.6	69.5
10/11/2022	10:40:18	34.8	28.6	69.5
10/11/2022	10:40:19	34.8	28.6	69.5
10/11/2022	10:40:20	34.9	28.6	69.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	10:40:21	34.9	28.6	69.4
10/11/2022	10:40:22	34.9	28.6	69.4
10/11/2022	10:40:23	34.9	28.6	69.5
10/11/2022	10:40:24	34.9	28.6	69.6
10/11/2022	10:40:26	34.9	28.6	69.7
10/11/2022	10:40:27	34.9	28.6	69.8
10/11/2022	10:40:28	34.9	28.6	69.8
10/11/2022	10:40:29	34.9	28.6	69.9
10/11/2022	10:40:30	34.9	28.6	69.9
10/11/2022	10:40:31	34.8	28.6	69.9
10/11/2022	10:40:32	34.8	28.6	69.8
10/11/2022	10:40:33	34.8	28.6	69.7
10/11/2022	10:40:35	34.8	28.6	69.6
10/11/2022	10:40:36	34.8	28.6	69.6
10/11/2022	10:40:37	34.8	28.6	69.5
10/11/2022	10:40:38	34.8	28.6	69.5
10/11/2022	10:40:39	34.8	28.6	69.5
10/11/2022	10:40:40	34.8	28.6	69.5
10/11/2022	10:40:41	34.8	28.6	69.5
10/11/2022	10:40:42	34.8	28.6	69.5
10/11/2022	10:40:44	34.8	28.6	69.6
10/11/2022	10:40:45	34.8	28.6	69.8
10/11/2022	10:40:46	34.8	28.6	69.9
10/11/2022	10:40:47	34.8	28.6	70.0
10/11/2022	10:40:48	34.8	28.6	70.0
10/11/2022	10:40:49	34.8	28.6	70.1
10/11/2022	10:40:50	34.8	28.6	70.1
10/11/2022	10:40:52	34.8	28.6	70.1
10/11/2022	10:40:53	34.8	28.6	70.0
10/11/2022	10:40:54	34.8	28.6	69.9
10/11/2022	10:40:55	34.8	28.6	69.8
10/11/2022	10:40:56	34.8	28.6	69.7
10/11/2022	10:40:57	34.8	28.6	69.7
10/11/2022	10:40:58	34.8	28.6	69.7
10/11/2022	10:40:59	34.8	28.6	69.7
10/11/2022	10:41:00	34.9	28.6	69.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35^aC-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	10:41:02	34.9	28.6	69.5
10/11/2022	10:41:03	34.9	28.6	69.6
10/11/2022	10:41:04	34.8	28.6	69.7
10/11/2022	10:41:05	34.8	28.6	69.9
10/11/2022	10:41:06	34.8	28.6	70.0
10/11/2022	10:41:07	34.8	28.6	70.0
10/11/2022	10:41:08	34.8	28.6	70.0
10/11/2022	10:41:10	34.8	28.6	70.1
10/11/2022	10:41:11	34.8	28.6	70.1
10/11/2022	10:41:12	34.8	28.6	70.1
10/11/2022	10:41:13	34.8	28.6	69.9
10/11/2022	10:41:14	34.8	28.6	69.8
10/11/2022	10:41:15	34.8	28.6	69.7
10/11/2022	10:41:16	34.8	28.6	69.7
10/11/2022	10:41:18	34.8	28.6	69.6
10/11/2022	10:41:19	34.8	28.6	69.6
10/11/2022	10:41:20	34.8	28.6	69.5
10/11/2022	10:41:21	34.8	28.6	69.5
10/11/2022	10:41:22	34.8	28.6	69.5
10/11/2022	10:41:23	34.8	28.6	69.6
10/11/2022	10:41:24	34.8	28.6	69.7
10/11/2022	10:41:25	34.8	28.6	69.7
10/11/2022	10:41:27	34.8	28.6	69.8
10/11/2022	10:41:28	34.8	28.6	69.9
10/11/2022	10:41:29	34.8	28.6	69.9
10/11/2022	10:41:30	34.8	28.6	69.9
10/11/2022	10:41:31	34.8	28.6	69.8
10/11/2022	10:41:32	34.8	28.6	69.8
10/11/2022	10:41:33	34.8	28.6	69.7
10/11/2022	10:41:35	34.8	28.6	69.6
10/11/2022	10:41:36	34.8	28.6	69.6
10/11/2022	10:41:37	34.8	28.6	69.5
10/11/2022	10:41:38	34.8	28.6	69.5
10/11/2022	10:41:39	34.8	28.6	69.5
10/11/2022	10:41:40	34.8	28.7	69.4
10/11/2022	10:41:41	34.8	28.7	69.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	10:41:42	34.8	28.6	69.4
10/11/2022	10:41:44	34.8	28.6	69.5
10/11/2022	10:41:45	34.8	28.7	69.6
10/11/2022	10:41:46	34.9	28.6	69.7
10/11/2022	10:41:47	34.8	28.6	69.8
10/11/2022	10:41:48	34.8	28.6	69.9
10/11/2022	10:41:49	34.8	28.6	69.9
10/11/2022	10:41:50	34.9	28.6	70.0
10/11/2022	10:41:52	34.8	28.6	70.0
10/11/2022	10:41:53	34.8	28.6	69.9
10/11/2022	10:41:54	34.8	28.6	69.7
10/11/2022	10:41:55	34.8	28.6	69.6
10/11/2022	10:41:56	34.8	28.6	69.6
10/11/2022	10:41:57	34.8	28.6	69.6
10/11/2022	10:41:58	34.8	28.6	69.5
10/11/2022	10:42:00	34.8	28.6	69.4
10/11/2022	10:42:01	34.8	28.6	69.4
10/11/2022	10:42:02	34.9	28.7	69.4
10/11/2022	10:42:03	34.9	28.7	69.5
10/11/2022	10:42:04	34.9	28.6	69.6
10/11/2022	10:42:05	34.8	28.7	69.7
10/11/2022	10:42:06	34.9	28.6	69.8
10/11/2022	10:42:07	34.9	28.7	69.9
10/11/2022	10:42:09	34.9	28.6	70.0
10/11/2022	10:42:10	34.9	28.6	70.1
10/11/2022	10:42:11	34.9	28.6	70.0
10/11/2022	10:42:12	34.8	28.6	69.9
10/11/2022	10:42:13	34.8	28.6	69.9
10/11/2022	10:42:14	34.8	28.6	69.8
10/11/2022	10:42:15	34.8	28.6	69.7
10/11/2022	10:42:17	34.8	28.6	69.6
10/11/2022	10:42:18	34.8	28.6	69.6
10/11/2022	10:42:19	34.8	28.7	69.5
10/11/2022	10:42:20	34.9	28.7	69.5
10/11/2022	10:42:21	34.9	28.7	69.4
10/11/2022	10:42:22	34.9	28.7	69.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	10:42:23	34.9	28.7	69.5
10/11/2022	10:42:25	34.9	28.7	69.6
10/11/2022	10:42:26	34.9	28.7	69.7
10/11/2022	10:42:27	34.9	28.7	69.9
10/11/2022	10:42:28	34.9	28.7	69.9
10/11/2022	10:42:29	34.9	28.7	70.0
10/11/2022	10:42:30	34.8	28.7	70.1
10/11/2022	10:42:31	34.8	28.7	70.1
10/11/2022	10:42:33	34.8	28.7	69.9
10/11/2022	10:42:34	34.8	28.7	69.8
10/11/2022	10:42:35	34.8	28.7	69.7
10/11/2022	10:42:36	34.8	28.7	69.6
10/11/2022	10:42:37	34.8	28.7	69.6
10/11/2022	10:42:38	34.8	28.7	69.5
10/11/2022	10:42:39	34.9	28.7	69.4
10/11/2022	10:42:40	34.9	28.7	69.4
10/11/2022	10:42:42	34.9	28.7	69.4
10/11/2022	10:42:43	34.9	28.7	69.4
10/11/2022	10:42:44	34.9	28.7	69.5
10/11/2022	10:42:45	34.9	28.7	69.6
10/11/2022	10:42:46	34.9	28.7	69.8
10/11/2022	10:42:47	34.9	28.7	69.9
10/11/2022	10:42:48	34.9	28.7	70.0
10/11/2022	10:42:49	34.9	28.7	70.1
10/11/2022	10:42:51	34.8	28.7	70.1
10/11/2022	10:42:52	34.8	28.7	70.1
10/11/2022	10:42:53	34.8	28.6	70.0
10/11/2022	10:42:54	34.8	28.7	69.9
10/11/2022	10:42:55	34.8	28.7	69.9
10/11/2022	10:42:56	34.8	28.7	69.8
10/11/2022	10:42:57	34.8	28.7	69.7
10/11/2022	10:42:58	34.8	28.7	69.7
10/11/2022	10:42:59	34.8	28.7	69.7
10/11/2022	10:43:01	34.8	28.7	69.6
10/11/2022	10:43:02	34.8	28.7	69.5
10/11/2022	10:43:03	34.8	28.7	69.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	10:43:04	34.8	28.7	69.6
10/11/2022	10:43:05	34.8	28.7	69.8
10/11/2022	10:43:06	34.8	28.7	69.9
10/11/2022	10:43:07	34.8	28.7	69.9
10/11/2022	10:43:08	34.8	28.7	70.0
10/11/2022	10:43:09	34.8	28.7	70.1
10/11/2022	10:43:11	34.8	28.7	70.1
10/11/2022	10:43:12	34.8	28.7	70.1
10/11/2022	10:43:13	34.8	28.7	70.0
10/11/2022	10:43:14	34.8	28.7	69.9
10/11/2022	10:43:15	34.8	28.7	69.8
10/11/2022	10:43:16	34.8	28.7	69.8
10/11/2022	10:43:17	34.8	28.7	69.7
10/11/2022	10:43:18	34.8	28.7	69.6
10/11/2022	10:43:20	34.9	28.7	69.6
10/11/2022	10:43:21	34.9	28.7	69.5
10/11/2022	10:43:22	34.9	28.7	69.5
10/11/2022	10:43:23	34.9	28.7	69.6
10/11/2022	10:43:24	34.9	28.7	69.6
10/11/2022	10:43:25	34.9	28.7	69.7
10/11/2022	10:43:26	34.9	28.7	69.9
10/11/2022	10:43:28	34.9	28.7	70.0
10/11/2022	10:43:29	34.8	28.7	70.1
10/11/2022	10:43:30	34.8	28.7	70.1
10/11/2022	10:43:31	34.8	28.7	70.1
10/11/2022	10:43:32	34.8	28.7	70.1
10/11/2022	10:43:33	34.8	28.7	70.1
10/11/2022	10:43:35	34.8	28.7	69.9
10/11/2022	10:43:36	34.8	28.7	69.8
10/11/2022	10:43:37	34.8	28.7	69.7
10/11/2022	10:43:38	34.8	28.7	69.6
10/11/2022	10:43:39	34.8	28.7	69.6
10/11/2022	10:43:40	34.8	28.7	69.5
10/11/2022	10:43:41	34.8	28.7	69.5
10/11/2022	10:43:42	34.8	28.7	69.5
10/11/2022	10:43:43	34.8	28.7	69.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	10:43:44	34.8	28.7	69.8
10/11/2022	10:43:46	34.8	28.7	69.8
10/11/2022	10:43:47	34.8	28.7	69.8
10/11/2022	10:43:48	34.8	28.7	69.9
10/11/2022	10:43:49	34.8	28.7	69.8
10/11/2022	10:43:50	34.8	28.7	69.8
10/11/2022	10:43:51	34.8	28.7	69.8
10/11/2022	10:43:52	34.8	28.7	69.7
10/11/2022	10:43:54	34.8	28.7	69.6
10/11/2022	10:43:55	34.8	28.7	69.6
10/11/2022	10:43:56	34.8	28.7	69.5
10/11/2022	10:43:57	34.8	28.7	69.5
10/11/2022	10:43:58	34.8	28.7	69.5
10/11/2022	10:43:59	34.9	28.7	69.5
10/11/2022	10:44:00	34.9	28.7	69.4
10/11/2022	10:44:01	34.9	28.7	69.4
10/11/2022	10:44:03	34.9	28.7	69.4
10/11/2022	10:44:04	34.9	28.7	69.5
10/11/2022	10:44:05	34.9	28.7	69.7
10/11/2022	10:44:06	34.9	28.7	69.8
10/11/2022	10:44:07	34.9	28.7	69.9
10/11/2022	10:44:08	34.9	28.7	69.9
10/11/2022	10:44:09	34.9	28.7	69.9
10/11/2022	10:44:11	34.9	28.7	70.0
10/11/2022	10:44:12	34.8	28.7	70.0
10/11/2022	10:44:13	34.8	28.7	69.9
10/11/2022	10:44:14	34.8	28.7	69.7
10/11/2022	10:44:15	34.8	28.7	69.6
10/11/2022	10:44:16	34.8	28.7	69.6
10/11/2022	10:44:17	34.8	28.7	69.6
10/11/2022	10:44:18	34.8	28.7	69.5
10/11/2022	10:44:19	34.8	28.7	69.5
10/11/2022	10:44:21	34.9	28.7	69.4
10/11/2022	10:44:22	34.9	28.7	69.4
10/11/2022	10:44:23	34.9	28.7	69.4
10/11/2022	10:44:24	34.9	28.7	69.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	10:44:25	34.9	28.7	69.6
10/11/2022	10:44:26	34.9	28.8	69.6
10/11/2022	10:44:27	34.9	28.7	69.7
10/11/2022	10:44:28	34.9	28.8	69.8
10/11/2022	10:44:30	34.9	28.8	69.9
10/11/2022	10:44:31	34.9	28.8	70.0
10/11/2022	10:44:32	34.9	28.7	70.0
10/11/2022	10:44:33	34.8	28.7	69.9
10/11/2022	10:44:34	34.8	28.7	69.9
10/11/2022	10:44:35	34.9	28.7	69.8
10/11/2022	10:44:36	34.9	28.7	69.8
10/11/2022	10:44:37	34.9	28.7	69.7
10/11/2022	10:44:39	34.9	28.7	69.6
10/11/2022	10:44:40	34.9	28.7	69.5
10/11/2022	10:44:41	34.9	28.7	69.5
10/11/2022	10:44:42	34.9	28.7	69.5
10/11/2022	10:44:43	34.9	28.7	69.5
10/11/2022	10:44:44	34.9	28.7	69.6
10/11/2022	10:44:45	34.9	28.7	69.6
10/11/2022	10:44:46	34.9	28.7	69.7
10/11/2022	10:44:48	34.9	28.7	69.8
10/11/2022	10:44:49	34.9	28.7	69.9
10/11/2022	10:44:50	34.9	28.7	70.0
10/11/2022	10:44:51	34.8	28.7	69.9
10/11/2022	10:44:52	34.8	28.7	69.9
10/11/2022	10:44:53	34.8	28.7	69.8
10/11/2022	10:44:54	34.8	28.7	69.7
10/11/2022	10:44:55	34.8	28.7	69.7
10/11/2022	10:44:57	34.8	28.7	69.6
10/11/2022	10:44:58	34.8	28.7	69.5
10/11/2022	10:44:59	34.8	28.7	69.5
10/11/2022	10:45:00	34.8	28.7	69.5
10/11/2022	10:45:01	34.9	28.8	69.5
10/11/2022	10:45:02	34.9	28.8	69.5
10/11/2022	10:45:03	34.9	28.8	69.5
10/11/2022	10:45:05	34.9	28.8	69.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	10:45:06	34.9	28.8	69.7
10/11/2022	10:45:07	34.9	28.8	69.8
10/11/2022	10:45:08	34.9	28.8	69.9
10/11/2022	10:45:09	34.9	28.8	69.9
10/11/2022	10:45:10	34.9	28.8	69.9
10/11/2022	10:45:12	34.9	28.8	70.0
10/11/2022	10:45:13	34.8	28.8	69.9
10/11/2022	10:45:14	34.8	28.7	69.8
10/11/2022	10:45:15	34.8	28.7	69.7
10/11/2022	10:45:16	34.8	28.7	69.6
10/11/2022	10:45:17	34.8	28.7	69.6
10/11/2022	10:45:18	34.8	28.7	69.6
10/11/2022	10:45:19	34.8	28.7	69.5
10/11/2022	10:45:20	34.8	28.7	69.4
10/11/2022	10:45:22	34.8	28.7	69.4
10/11/2022	10:45:23	34.8	28.7	69.4
10/11/2022	10:45:24	34.8	28.7	69.4
10/11/2022	10:45:25	34.8	28.7	69.6
10/11/2022	10:45:26	34.8	28.8	69.7
10/11/2022	10:45:27	34.8	28.8	69.8
10/11/2022	10:45:28	34.8	28.8	70.0
10/11/2022	10:45:29	34.8	28.8	70.0
10/11/2022	10:45:31	34.8	28.8	70.1
10/11/2022	10:45:32	34.8	28.8	70.1
10/11/2022	10:45:33	34.8	28.8	70.1
10/11/2022	10:45:34	34.8	28.8	70.0
10/11/2022	10:45:35	34.8	28.8	69.8
10/11/2022	10:45:36	34.8	28.8	69.7
10/11/2022	10:45:37	34.8	28.8	69.7
10/11/2022	10:45:38	34.8	28.8	69.7
10/11/2022	10:45:40	34.8	28.8	69.7
10/11/2022	10:45:41	34.8	28.8	69.6
10/11/2022	10:45:42	34.8	28.8	69.6
10/11/2022	10:45:43	34.8	28.8	69.6
10/11/2022	10:45:44	34.8	28.8	69.7
10/11/2022	10:45:45	34.8	28.8	69.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	10:45:46	34.8	28.8	69.9
10/11/2022	10:45:47	34.8	28.8	70.0
10/11/2022	10:45:49	34.8	28.8	70.1
10/11/2022	10:45:50	34.8	28.8	70.1
10/11/2022	10:45:51	34.8	28.8	70.2
10/11/2022	10:45:52	34.8	28.8	70.2
10/11/2022	10:45:53	34.8	28.8	70.1
10/11/2022	10:45:54	34.8	28.8	70.0
10/11/2022	10:45:55	34.8	28.8	69.9
10/11/2022	10:45:57	34.8	28.8	69.9
10/11/2022	10:45:58	34.8	28.8	69.8
10/11/2022	10:45:59	34.8	28.8	69.8
10/11/2022	10:46:00	34.8	28.8	69.8
10/11/2022	10:46:01	34.8	28.8	69.7
10/11/2022	10:46:02	34.8	28.8	69.7
10/11/2022	10:46:03	34.8	28.8	69.7
10/11/2022	10:46:04	34.8	28.8	69.7
10/11/2022	10:46:06	34.8	28.8	69.8
10/11/2022	10:46:07	34.8	28.8	69.8
10/11/2022	10:46:08	34.8	28.8	69.8
10/11/2022	10:46:09	34.8	28.8	69.9
10/11/2022	10:46:10	34.8	28.8	70.0
10/11/2022	10:46:11	34.8	28.8	69.9
10/11/2022	10:46:12	34.8	28.8	69.8
10/11/2022	10:46:13	34.8	28.8	69.8
10/11/2022	10:46:15	34.8	28.8	69.7
10/11/2022	10:46:16	34.8	28.8	69.7
10/11/2022	10:46:17	34.8	28.8	69.6
10/11/2022	10:46:18	34.8	28.8	69.5
10/11/2022	10:46:19	34.8	28.8	69.5
10/11/2022	10:46:20	34.8	28.8	69.5
10/11/2022	10:46:21	34.8	28.8	69.5
10/11/2022	10:46:22	34.8	28.8	69.5
10/11/2022	10:46:24	34.8	28.8	69.5
10/11/2022	10:46:25	34.8	28.8	69.7
10/11/2022	10:46:26	34.8	28.8	69.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35^aC-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	10:46:27	34.8	28.8	69.8
10/11/2022	10:46:28	34.8	28.8	69.9
10/11/2022	10:46:29	34.8	28.8	69.9
10/11/2022	10:46:30	34.8	28.8	70.0
10/11/2022	10:46:32	34.8	28.8	70.0
10/11/2022	10:46:33	34.8	28.8	69.9
10/11/2022	10:46:34	34.8	28.8	69.7
10/11/2022	10:46:35	34.8	28.8	69.7
10/11/2022	10:46:36	34.8	28.8	69.6
10/11/2022	10:46:37	34.8	28.8	69.6
10/11/2022	10:46:38	34.8	28.8	69.5
10/11/2022	10:46:39	34.8	28.7	69.5
10/11/2022	10:46:41	34.8	28.8	69.4
10/11/2022	10:46:42	34.8	28.8	69.5
10/11/2022	10:46:43	34.8	28.8	69.5
10/11/2022	10:46:44	34.8	28.8	69.5
10/11/2022	10:46:45	34.8	28.8	69.6
10/11/2022	10:46:46	34.8	28.8	69.7
10/11/2022	10:46:47	34.8	28.8	69.8
10/11/2022	10:46:48	34.8	28.8	69.9
10/11/2022	10:46:50	34.8	28.8	69.9
10/11/2022	10:46:51	34.8	28.8	70.0
10/11/2022	10:46:52	34.8	28.8	70.0
10/11/2022	10:46:53	34.8	28.8	70.0
10/11/2022	10:46:54	34.8	28.8	69.9
10/11/2022	10:46:55	34.8	28.8	69.8
10/11/2022	10:46:56	34.8	28.8	69.7
10/11/2022	10:46:57	34.8	28.8	69.7
10/11/2022	10:46:59	34.8	28.8	69.6
10/11/2022	10:47:00	34.8	28.8	69.5
10/11/2022	10:47:01	34.8	28.8	69.5
10/11/2022	10:47:02	34.8	28.8	69.5
10/11/2022	10:47:03	34.8	28.8	69.5
10/11/2022	10:47:04	34.8	28.8	69.5
10/11/2022	10:47:05	34.8	28.8	69.6
10/11/2022	10:47:07	34.8	28.8	69.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	10:47:08	34.8	28.8	69.8
10/11/2022	10:47:09	34.8	28.8	69.9
10/11/2022	10:47:10	34.8	28.8	69.9
10/11/2022	10:47:11	34.8	28.8	69.9
10/11/2022	10:47:12	34.8	28.8	69.9
10/11/2022	10:47:13	34.8	28.8	69.9
10/11/2022	10:47:15	34.8	28.8	69.8
10/11/2022	10:47:16	34.8	28.8	69.7
10/11/2022	10:47:17	34.8	28.8	69.6
10/11/2022	10:47:18	34.8	28.8	69.6
10/11/2022	10:47:19	34.8	28.8	69.5
10/11/2022	10:47:20	34.8	28.8	69.5
10/11/2022	10:47:21	34.8	28.8	69.5
10/11/2022	10:47:22	34.9	28.8	69.4
10/11/2022	10:47:24	34.8	28.8	69.4
10/11/2022	10:47:25	34.8	28.8	69.5
10/11/2022	10:47:26	34.8	28.8	69.6
10/11/2022	10:47:27	34.8	28.8	69.8
10/11/2022	10:47:28	34.9	28.8	69.8
10/11/2022	10:47:29	34.8	28.8	69.9
10/11/2022	10:47:30	34.9	28.8	69.9
10/11/2022	10:47:31	34.9	28.8	70.0
10/11/2022	10:47:33	34.8	28.8	70.1
10/11/2022	10:47:34	34.8	28.8	69.9
10/11/2022	10:47:35	34.8	28.8	69.8
10/11/2022	10:47:36	34.8	28.8	69.7
10/11/2022	10:47:37	34.8	28.8	69.6
10/11/2022	10:47:38	34.8	28.8	69.6
10/11/2022	10:47:39	34.8	28.8	69.5
10/11/2022	10:47:40	34.8	28.8	69.4
10/11/2022	10:47:42	34.9	28.8	69.4
10/11/2022	10:47:43	34.9	28.8	69.4
10/11/2022	10:47:44	34.9	28.9	69.4
10/11/2022	10:47:45	34.9	28.8	69.6
10/11/2022	10:47:46	34.9	28.8	69.7
10/11/2022	10:47:47	34.9	28.8	69.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35^aC-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	10:47:48	34.9	28.8	69.9
10/11/2022	10:47:49	34.8	28.8	70.1
10/11/2022	10:47:51	34.8	28.8	70.2
10/11/2022	10:47:52	34.8	28.8	70.2
10/11/2022	10:47:53	34.8	28.8	70.2
10/11/2022	10:47:54	34.8	28.8	70.1
10/11/2022	10:47:55	34.8	28.8	70.0
10/11/2022	10:47:56	34.8	28.8	69.9
10/11/2022	10:47:57	34.8	28.8	69.8
10/11/2022	10:47:58	34.8	28.8	69.7
10/11/2022	10:48:00	34.8	28.8	69.7
10/11/2022	10:48:01	34.8	28.8	69.7
10/11/2022	10:48:02	34.8	28.8	69.6
10/11/2022	10:48:03	34.8	28.8	69.6
10/11/2022	10:48:04	34.8	28.8	69.6
10/11/2022	10:48:05	34.8	28.8	69.7
10/11/2022	10:48:06	34.9	28.8	69.8
10/11/2022	10:48:07	34.9	28.8	69.9
10/11/2022	10:48:09	34.9	28.8	69.9
10/11/2022	10:48:10	34.9	28.8	70.0
10/11/2022	10:48:11	34.9	28.8	70.0
10/11/2022	10:48:12	34.9	28.8	70.0
10/11/2022	10:48:13	34.9	28.8	70.0
10/11/2022	10:48:14	34.9	28.8	69.9
10/11/2022	10:48:15	34.9	28.8	69.8
10/11/2022	10:48:16	34.8	28.8	69.8
10/11/2022	10:48:18	34.8	28.8	69.7
10/11/2022	10:48:19	34.8	28.8	69.7
10/11/2022	10:48:20	34.8	28.8	69.6
10/11/2022	10:48:21	34.9	28.8	69.6
10/11/2022	10:48:22	34.9	28.8	69.5
10/11/2022	10:48:23	34.9	28.8	69.5
10/11/2022	10:48:24	34.9	28.8	69.6
10/11/2022	10:48:26	34.9	28.8	69.7
10/11/2022	10:48:27	34.9	28.8	69.7
10/11/2022	10:48:28	34.9	28.8	69.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	10:48:29	34.9	28.8	69.8
10/11/2022	10:48:30	34.9	28.8	69.9
10/11/2022	10:48:31	34.9	28.8	69.9
10/11/2022	10:48:32	34.8	28.8	69.9
10/11/2022	10:48:34	34.8	28.8	69.8
10/11/2022	10:48:35	34.8	28.8	69.7
10/11/2022	10:48:36	34.8	28.8	69.7
10/11/2022	10:48:37	34.8	28.8	69.6
10/11/2022	10:48:38	34.8	28.8	69.5
10/11/2022	10:48:39	34.9	28.8	69.4
10/11/2022	10:48:40	34.8	28.8	69.4
10/11/2022	10:48:41	34.9	28.8	69.4
10/11/2022	10:48:43	34.9	28.8	69.4
10/11/2022	10:48:44	34.9	28.8	69.3
10/11/2022	10:48:45	34.9	28.8	69.4
10/11/2022	10:48:46	34.9	28.8	69.5
10/11/2022	10:48:47	34.9	28.8	69.7
10/11/2022	10:48:48	34.9	28.8	69.7
10/11/2022	10:48:49	34.9	28.8	69.8
10/11/2022	10:48:50	34.9	28.8	69.8
10/11/2022	10:48:52	34.9	28.8	69.9
10/11/2022	10:48:53	34.9	28.8	69.9
10/11/2022	10:48:54	34.8	28.8	69.8
10/11/2022	10:48:55	34.8	28.8	69.7
10/11/2022	10:48:56	34.8	28.8	69.6
10/11/2022	10:48:57	34.8	28.8	69.6
10/11/2022	10:48:58	34.8	28.8	69.5
10/11/2022	10:49:00	34.8	28.8	69.5
10/11/2022	10:49:01	34.8	28.8	69.4
10/11/2022	10:49:02	34.9	28.8	69.4
10/11/2022	10:49:03	34.9	28.8	69.4
10/11/2022	10:49:04	34.9	28.8	69.3
10/11/2022	10:49:05	34.9	28.8	69.4
10/11/2022	10:49:06	34.9	28.8	69.6
10/11/2022	10:49:07	34.9	28.8	69.7
10/11/2022	10:49:08	34.9	28.8	69.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	10:49:10	34.9	28.9	69.9
10/11/2022	10:49:11	34.9	28.9	70.0
10/11/2022	10:49:12	34.9	28.9	70.0
10/11/2022	10:49:13	34.9	28.9	70.1
10/11/2022	10:49:14	34.8	28.9	70.0
10/11/2022	10:49:15	34.8	28.9	69.9
10/11/2022	10:49:16	34.8	28.8	69.8
10/11/2022	10:49:18	34.8	28.8	69.7
10/11/2022	10:49:19	34.8	28.8	69.7
10/11/2022	10:49:20	34.8	28.8	69.6
10/11/2022	10:49:21	34.8	28.9	69.6
10/11/2022	10:49:22	34.8	28.9	69.5
10/11/2022	10:49:23	34.8	28.9	69.4
10/11/2022	10:49:25	34.8	28.9	69.5
10/11/2022	10:49:26	34.8	28.9	69.6
10/11/2022	10:49:27	34.8	28.9	69.7
10/11/2022	10:49:28	34.8	28.9	69.8
10/11/2022	10:49:29	34.8	28.9	69.8
10/11/2022	10:49:30	34.8	28.9	69.9
10/11/2022	10:49:31	34.8	28.8	70.0
10/11/2022	10:49:32	34.8	28.8	70.0
10/11/2022	10:49:33	34.8	28.8	69.9
10/11/2022	10:49:35	34.8	28.8	69.9
10/11/2022	10:49:36	34.8	28.8	69.8
10/11/2022	10:49:37	34.8	28.8	69.7
10/11/2022	10:49:38	34.8	28.8	69.6
10/11/2022	10:49:39	34.8	28.8	69.5
10/11/2022	10:49:40	34.8	28.8	69.5
10/11/2022	10:49:41	34.8	28.8	69.5
10/11/2022	10:49:42	34.9	28.8	69.5
10/11/2022	10:49:44	34.9	28.8	69.5
10/11/2022	10:49:45	34.9	28.8	69.5
10/11/2022	10:49:46	34.9	28.8	69.6
10/11/2022	10:49:47	34.9	28.9	69.8
10/11/2022	10:49:48	34.9	28.9	69.8
10/11/2022	10:49:49	34.9	28.9	69.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	10:49:50	34.9	28.9	69.9
10/11/2022	10:49:51	34.9	28.9	70.0
10/11/2022	10:49:53	34.9	28.8	70.0
10/11/2022	10:49:54	34.8	28.8	70.0
10/11/2022	10:49:55	34.8	28.8	69.9
10/11/2022	10:49:56	34.8	28.8	69.8
10/11/2022	10:49:57	34.8	28.8	69.7
10/11/2022	10:49:58	34.8	28.8	69.7
10/11/2022	10:49:59	34.8	28.8	69.7
10/11/2022	10:50:00	34.8	28.8	69.6
10/11/2022	10:50:02	34.8	28.8	69.6
10/11/2022	10:50:03	34.8	28.9	69.6
10/11/2022	10:50:04	34.8	28.9	69.5
10/11/2022	10:50:05	34.8	28.9	69.5
10/11/2022	10:50:06	34.8	28.9	69.6
10/11/2022	10:50:07	34.8	28.9	69.8
10/11/2022	10:50:08	34.8	28.9	69.9
10/11/2022	10:50:09	34.8	28.9	69.9
10/11/2022	10:50:11	34.8	28.9	70.0
10/11/2022	10:50:12	34.8	28.8	70.1
10/11/2022	10:50:13	34.8	28.8	70.1
10/11/2022	10:50:14	34.8	28.8	70.0
10/11/2022	10:50:15	34.8	28.8	69.9
10/11/2022	10:50:16	34.8	28.8	69.9
10/11/2022	10:50:17	34.8	28.8	69.8
10/11/2022	10:50:19	34.8	28.8	69.7
10/11/2022	10:50:20	34.8	28.8	69.6
10/11/2022	10:50:21	34.8	28.9	69.6
10/11/2022	10:50:22	34.8	28.9	69.6
10/11/2022	10:50:23	34.8	28.9	69.6
10/11/2022	10:50:24	34.8	28.9	69.6
10/11/2022	10:50:25	34.8	28.9	69.6
10/11/2022	10:50:26	34.8	28.9	69.7
10/11/2022	10:50:28	34.8	28.9	69.7
10/11/2022	10:50:29	34.8	28.9	69.9
10/11/2022	10:50:30	34.9	28.9	69.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35^aC-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	10:50:31	34.9	28.9	69.9
10/11/2022	10:50:32	34.8	28.9	69.9
10/11/2022	10:50:33	34.8	28.9	69.9
10/11/2022	10:50:34	34.8	28.8	69.9
10/11/2022	10:50:35	34.8	28.9	69.8
10/11/2022	10:50:37	34.8	28.9	69.7
10/11/2022	10:50:38	34.8	28.9	69.6
10/11/2022	10:50:39	34.8	28.8	69.5
10/11/2022	10:50:40	34.8	28.8	69.6
10/11/2022	10:50:41	34.8	28.8	69.6
10/11/2022	10:50:42	34.8	28.9	69.5
10/11/2022	10:50:43	34.9	28.9	69.5
10/11/2022	10:50:45	34.9	28.9	69.5
10/11/2022	10:50:46	34.9	28.9	69.6
10/11/2022	10:50:47	34.9	28.9	69.7
10/11/2022	10:50:48	34.9	28.8	69.7
10/11/2022	10:50:49	34.9	28.8	69.7
10/11/2022	10:50:50	34.9	28.8	69.8
10/11/2022	10:50:51	34.9	28.8	69.9
10/11/2022	10:50:52	34.9	28.8	69.9
10/11/2022	10:50:54	34.9	28.8	69.8
10/11/2022	10:50:55	34.9	28.8	69.7
10/11/2022	10:50:56	34.8	28.8	69.7
10/11/2022	10:50:57	34.8	28.8	69.7
10/11/2022	10:50:58	34.8	28.8	69.6
10/11/2022	10:50:59	34.8	28.8	69.6
10/11/2022	10:51:00	34.8	28.8	69.5
10/11/2022	10:51:01	34.8	28.9	69.5
10/11/2022	10:51:03	34.9	28.9	69.5
10/11/2022	10:51:04	34.9	28.9	69.4
10/11/2022	10:51:05	34.9	28.9	69.4
10/11/2022	10:51:06	34.9	28.9	69.5
10/11/2022	10:51:07	34.9	28.9	69.7
10/11/2022	10:51:08	34.9	28.9	69.8
10/11/2022	10:51:09	34.9	28.9	69.8
10/11/2022	10:51:10	34.9	28.9	69.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35^aC-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	10:51:12	34.9	28.9	69.9
10/11/2022	10:51:13	34.9	28.8	69.9
10/11/2022	10:51:14	34.8	28.8	69.9
10/11/2022	10:51:15	34.8	28.8	69.7
10/11/2022	10:51:16	34.8	28.8	69.7
10/11/2022	10:51:18	34.8	28.9	69.6
10/11/2022	10:51:19	34.8	28.9	69.5
10/11/2022	10:51:20	34.8	28.9	69.5
10/11/2022	10:51:21	34.8	28.9	69.4
10/11/2022	10:51:22	34.9	28.9	69.4
10/11/2022	10:51:23	34.9	28.9	69.4
10/11/2022	10:51:24	34.9	28.9	69.4
10/11/2022	10:51:25	34.9	28.9	69.4
10/11/2022	10:51:27	34.9	28.9	69.6
10/11/2022	10:51:28	34.9	28.9	69.8
10/11/2022	10:51:29	34.9	28.9	69.8
10/11/2022	10:51:30	34.9	28.9	69.9
10/11/2022	10:51:31	34.9	28.9	70.0
10/11/2022	10:51:32	34.9	28.9	70.1
10/11/2022	10:51:33	34.9	28.9	70.1
10/11/2022	10:51:35	34.8	28.9	70.0
10/11/2022	10:51:36	34.9	28.9	69.9
10/11/2022	10:51:37	34.8	28.9	69.8
10/11/2022	10:51:38	34.8	28.9	69.7
10/11/2022	10:51:39	34.8	28.9	69.6
10/11/2022	10:51:40	34.8	28.9	69.6
10/11/2022	10:51:41	34.8	28.9	69.5
10/11/2022	10:51:42	34.8	28.9	69.4
10/11/2022	10:51:44	34.8	28.9	69.4
10/11/2022	10:51:45	34.9	28.9	69.5
10/11/2022	10:51:46	34.9	28.9	69.6
10/11/2022	10:51:47	34.9	28.9	69.7
10/11/2022	10:51:48	34.9	28.9	69.8
10/11/2022	10:51:49	34.9	28.9	69.8
10/11/2022	10:51:50	34.8	28.9	69.9
10/11/2022	10:51:51	34.9	28.9	70.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	10:51:53	34.9	28.9	70.1
10/11/2022	10:51:54	34.9	28.9	70.0
10/11/2022	10:51:55	34.9	28.9	69.9
10/11/2022	10:51:56	34.8	28.9	69.8
10/11/2022	10:51:57	34.8	28.9	69.7
10/11/2022	10:51:58	34.8	28.9	69.7
10/11/2022	10:51:59	34.8	28.9	69.7
10/11/2022	10:52:01	34.8	28.9	69.6
10/11/2022	10:52:02	34.8	28.9	69.5
10/11/2022	10:52:03	34.9	28.9	69.5
10/11/2022	10:52:04	34.9	28.9	69.5
10/11/2022	10:52:05	34.9	28.9	69.6
10/11/2022	10:52:06	34.9	28.9	69.7
10/11/2022	10:52:07	34.9	28.9	69.7
10/11/2022	10:52:08	34.9	28.9	69.8
10/11/2022	10:52:10	34.9	28.9	69.9
10/11/2022	10:52:11	34.9	28.9	70.0
10/11/2022	10:52:12	34.9	28.9	70.1
10/11/2022	10:52:13	34.9	28.9	70.1
10/11/2022	10:52:14	34.9	28.9	70.0
10/11/2022	10:52:16	34.9	28.9	69.9
10/11/2022	10:52:17	34.9	28.9	69.8
10/11/2022	10:52:18	34.9	28.9	69.7
10/11/2022	10:52:19	34.8	28.9	69.6
10/11/2022	10:52:20	34.8	28.9	69.5
10/11/2022	10:52:21	34.8	28.9	69.5
10/11/2022	10:52:22	34.8	28.9	69.5
10/11/2022	10:52:24	34.8	28.9	69.5
10/11/2022	10:52:25	34.8	28.9	69.5
10/11/2022	10:52:26	34.8	28.9	69.6
10/11/2022	10:52:27	34.8	28.9	69.7
10/11/2022	10:52:28	34.8	28.9	69.8
10/11/2022	10:52:29	34.8	28.9	70.0
10/11/2022	10:52:30	34.8	28.9	70.0
10/11/2022	10:52:32	34.9	28.9	70.0
10/11/2022	10:52:33	34.9	28.9	70.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	10:52:34	34.8	28.9	70.1
10/11/2022	10:52:35	34.8	28.9	70.1
10/11/2022	10:52:36	34.8	28.9	69.9
10/11/2022	10:52:37	34.8	28.9	69.8
10/11/2022	10:52:38	34.8	28.9	69.8
10/11/2022	10:52:39	34.8	28.9	69.8
10/11/2022	10:52:41	34.8	28.9	69.7
10/11/2022	10:52:42	34.8	28.9	69.6
10/11/2022	10:52:43	34.8	28.9	69.6
10/11/2022	10:52:44	34.8	28.9	69.6
10/11/2022	10:52:45	34.8	28.9	69.6
10/11/2022	10:52:46	34.8	28.9	69.7
10/11/2022	10:52:47	34.8	28.9	69.8
10/11/2022	10:52:48	34.8	28.9	69.9
10/11/2022	10:52:50	34.8	28.9	70.1
10/11/2022	10:52:51	34.8	28.9	70.1
10/11/2022	10:52:52	34.8	28.9	70.1
10/11/2022	10:52:53	34.8	28.9	70.2
10/11/2022	10:52:54	34.8	28.9	70.2
10/11/2022	10:52:55	34.8	28.9	70.1
10/11/2022	10:52:56	34.8	28.9	70.0
10/11/2022	10:52:58	34.8	28.9	69.8
10/11/2022	10:52:59	34.8	28.9	69.8
10/11/2022	10:53:00	34.8	28.9	69.7
10/11/2022	10:53:01	34.8	28.9	69.7
10/11/2022	10:53:02	34.8	28.9	69.7
10/11/2022	10:53:03	34.8	28.9	69.6
10/11/2022	10:53:04	34.8	28.9	69.6
10/11/2022	10:53:06	34.8	28.9	69.7
10/11/2022	10:53:07	34.8	28.9	69.8
10/11/2022	10:53:08	34.8	28.9	69.9
10/11/2022	10:53:09	34.8	28.9	69.9
10/11/2022	10:53:10	34.8	28.9	69.9
10/11/2022	10:53:11	34.8	28.9	70.0
10/11/2022	10:53:12	34.8	28.9	70.0
10/11/2022	10:53:14	34.8	28.9	70.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	10:53:15	34.8	28.9	69.9
10/11/2022	10:53:16	34.8	28.9	69.8
10/11/2022	10:53:17	34.8	28.9	69.7
10/11/2022	10:53:18	34.8	28.9	69.7
10/11/2022	10:53:19	34.8	28.9	69.7
10/11/2022	10:53:20	34.8	28.9	69.6
10/11/2022	10:53:21	34.9	28.9	69.5
10/11/2022	10:53:23	34.9	28.9	69.5
10/11/2022	10:53:24	34.9	28.9	69.4
10/11/2022	10:53:25	34.9	28.9	69.4
10/11/2022	10:53:26	34.9	28.9	69.4
10/11/2022	10:53:27	34.9	28.9	69.6
10/11/2022	10:53:28	34.9	28.9	69.7
10/11/2022	10:53:29	34.9	29.0	69.9
10/11/2022	10:53:31	34.8	28.9	69.9
10/11/2022	10:53:32	34.8	28.9	69.9
10/11/2022	10:53:33	34.8	28.9	70.0
10/11/2022	10:53:34	34.8	28.9	70.0
10/11/2022	10:53:35	34.8	28.9	69.9
10/11/2022	10:53:36	34.8	28.9	69.8
10/11/2022	10:53:37	34.8	28.9	69.6
10/11/2022	10:53:39	34.8	28.9	69.5
10/11/2022	10:53:40	34.8	28.9	69.5
10/11/2022	10:53:41	34.8	28.9	69.5
10/11/2022	10:53:42	34.8	28.9	69.4
10/11/2022	10:53:43	34.8	28.9	69.4
10/11/2022	10:53:44	34.8	29.0	69.4
10/11/2022	10:53:45	34.8	29.0	69.4
10/11/2022	10:53:46	34.8	29.0	69.6
10/11/2022	10:53:48	34.8	29.0	69.7
10/11/2022	10:53:49	34.8	29.0	69.8
10/11/2022	10:53:50	34.8	29.0	69.9
10/11/2022	10:53:51	34.8	29.0	70.0
10/11/2022	10:53:52	34.8	29.0	70.1
10/11/2022	10:53:53	34.8	29.0	70.1
10/11/2022	10:53:54	34.8	29.0	70.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	10:53:56	34.8	29.0	69.9
10/11/2022	10:53:57	34.8	28.9	69.8
10/11/2022	10:53:58	34.8	28.9	69.8
10/11/2022	10:53:59	34.8	28.9	69.7
10/11/2022	10:54:00	34.8	28.9	69.6
10/11/2022	10:54:01	34.8	29.0	69.6
10/11/2022	10:54:02	34.8	29.0	69.5
10/11/2022	10:54:03	34.8	29.0	69.5
10/11/2022	10:54:05	34.9	29.0	69.5
10/11/2022	10:54:06	34.8	29.0	69.6
10/11/2022	10:54:07	34.8	29.0	69.6
10/11/2022	10:54:08	34.8	29.0	69.6
10/11/2022	10:54:09	34.8	29.0	69.7
10/11/2022	10:54:10	34.9	29.0	69.8
10/11/2022	10:54:11	34.9	29.0	69.9
10/11/2022	10:54:13	34.9	28.9	69.9
10/11/2022	10:54:14	34.9	28.9	69.9
10/11/2022	10:54:15	34.8	28.9	69.8
10/11/2022	10:54:16	34.8	28.9	69.8
10/11/2022	10:54:17	34.9	28.9	69.8
10/11/2022	10:54:18	34.9	28.9	69.7
10/11/2022	10:54:19	34.9	28.9	69.6
10/11/2022	10:54:21	34.9	28.9	69.5
10/11/2022	10:54:22	34.8	28.9	69.5
10/11/2022	10:54:23	34.9	28.9	69.5
10/11/2022	10:54:24	34.9	29.0	69.4
10/11/2022	10:54:25	34.9	29.0	69.4
10/11/2022	10:54:26	34.9	29.0	69.5
10/11/2022	10:54:27	34.9	29.0	69.6
10/11/2022	10:54:28	34.9	29.0	69.7
10/11/2022	10:54:30	34.9	29.0	69.8
10/11/2022	10:54:31	34.9	29.0	69.9
10/11/2022	10:54:32	34.9	29.0	70.0
10/11/2022	10:54:33	34.9	29.0	70.1
10/11/2022	10:54:34	34.9	29.0	70.1
10/11/2022	10:54:35	34.9	29.0	70.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	10:54:36	34.9	29.0	69.9
10/11/2022	10:54:38	34.9	29.0	69.8
10/11/2022	10:54:39	34.9	29.0	69.7
10/11/2022	10:54:40	34.9	29.0	69.6
10/11/2022	10:54:41	34.9	28.9	69.5
10/11/2022	10:54:42	34.8	29.0	69.5
10/11/2022	10:54:43	34.9	29.0	69.6
10/11/2022	10:54:44	34.9	29.0	69.6
10/11/2022	10:54:46	34.9	29.0	69.6
10/11/2022	10:54:47	34.9	29.0	69.7
10/11/2022	10:54:48	34.9	29.0	69.8
10/11/2022	10:54:49	34.8	29.0	69.9
10/11/2022	10:54:50	34.9	29.0	70.0
10/11/2022	10:54:51	34.9	29.0	70.1
10/11/2022	10:54:52	34.9	29.0	70.1
10/11/2022	10:54:54	34.9	29.0	70.2
10/11/2022	10:54:55	34.8	29.0	70.2
10/11/2022	10:54:56	34.8	29.0	70.1
10/11/2022	10:54:57	34.8	29.0	70.0
10/11/2022	10:54:58	34.8	29.0	70.0
10/11/2022	10:54:59	34.8	29.0	69.9
10/11/2022	10:55:00	34.8	29.0	69.8
10/11/2022	10:55:01	34.8	29.0	69.8
10/11/2022	10:55:03	34.8	29.0	69.8
10/11/2022	10:55:04	34.8	29.0	69.7
10/11/2022	10:55:05	34.8	29.0	69.7
10/11/2022	10:55:06	34.8	29.0	69.7
10/11/2022	10:55:07	34.8	29.0	69.8
10/11/2022	10:55:08	34.8	29.0	69.8
10/11/2022	10:55:09	34.8	29.0	69.9
10/11/2022	10:55:10	34.8	29.0	69.9
10/11/2022	10:55:12	34.8	29.0	70.0
10/11/2022	10:55:13	34.8	29.0	70.0
10/11/2022	10:55:14	34.8	29.0	69.9
10/11/2022	10:55:15	34.8	29.0	69.9
10/11/2022	10:55:16	34.8	29.0	69.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	10:55:17	34.8	29.0	69.8
10/11/2022	10:55:18	34.8	29.0	69.7
10/11/2022	10:55:20	34.8	29.0	69.6
10/11/2022	10:55:21	34.8	29.0	69.6
10/11/2022	10:55:22	34.8	29.0	69.6
10/11/2022	10:55:23	34.8	29.0	69.6
10/11/2022	10:55:24	34.8	29.0	69.5
10/11/2022	10:55:25	34.9	29.0	69.5
10/11/2022	10:55:26	34.8	29.0	69.6
10/11/2022	10:55:28	34.8	29.0	69.6
10/11/2022	10:55:29	34.8	29.0	69.7
10/11/2022	10:55:30	34.8	29.0	69.7
10/11/2022	10:55:31	34.8	29.0	69.7
10/11/2022	10:55:32	34.8	29.0	69.8
10/11/2022	10:55:33	34.8	29.0	69.9
10/11/2022	10:55:35	34.8	29.0	69.8
10/11/2022	10:55:36	34.8	28.9	69.7
10/11/2022	10:55:37	34.8	28.9	69.7
10/11/2022	10:55:38	34.8	28.9	69.6
10/11/2022	10:55:39	34.8	28.9	69.6
10/11/2022	10:55:40	34.8	28.9	69.5
10/11/2022	10:55:41	34.8	28.9	69.5
10/11/2022	10:55:42	34.8	29.0	69.5
10/11/2022	10:55:44	34.8	29.0	69.4
10/11/2022	10:55:45	34.8	29.0	69.4
10/11/2022	10:55:46	34.8	29.0	69.4
10/11/2022	10:55:47	34.9	29.0	69.5
10/11/2022	10:55:48	34.9	29.0	69.6
10/11/2022	10:55:49	34.9	29.0	69.7
10/11/2022	10:55:51	34.9	29.0	69.8
10/11/2022	10:55:52	34.9	29.0	69.8
10/11/2022	10:55:53	34.9	29.0	69.8
10/11/2022	10:55:54	34.9	29.0	69.8
10/11/2022	10:55:56	34.9	29.0	69.8
10/11/2022	10:55:57	34.9	29.0	69.6
10/11/2022	10:55:58	34.9	29.0	69.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	10:55:59	34.9	29.0	69.5
10/11/2022	10:56:00	34.9	29.0	69.5
10/11/2022	10:56:02	34.9	29.0	69.5
10/11/2022	10:56:03	34.9	29.0	69.4
10/11/2022	10:56:04	34.9	29.0	69.3
10/11/2022	10:56:05	34.9	29.0	69.3
10/11/2022	10:56:06	34.9	29.0	69.4
10/11/2022	10:56:07	34.9	29.0	69.4
10/11/2022	10:56:08	34.9	29.0	69.6
10/11/2022	10:56:09	34.9	29.0	69.7
10/11/2022	10:56:11	34.9	29.0	69.8
10/11/2022	10:56:12	34.9	29.0	69.9
10/11/2022	10:56:13	34.9	29.0	69.9
10/11/2022	10:56:14	34.9	29.0	70.0
10/11/2022	10:56:15	34.8	29.0	70.0
10/11/2022	10:56:16	34.8	29.0	69.9
10/11/2022	10:56:18	34.8	29.0	69.8
10/11/2022	10:56:19	34.8	29.0	69.7
10/11/2022	10:56:20	34.8	29.0	69.6
10/11/2022	10:56:21	34.8	29.0	69.6
10/11/2022	10:56:22	34.8	29.0	69.5
10/11/2022	10:56:23	34.8	29.0	69.4
10/11/2022	10:56:24	34.8	29.0	69.4
10/11/2022	10:56:25	34.8	29.0	69.4
10/11/2022	10:56:27	34.8	29.0	69.5
10/11/2022	10:56:28	34.9	29.0	69.6
10/11/2022	10:56:29	34.9	29.0	69.7
10/11/2022	10:56:30	34.9	29.0	69.8
10/11/2022	10:56:31	34.9	29.0	69.9
10/11/2022	10:56:32	34.9	29.0	70.0
10/11/2022	10:56:34	34.8	29.0	70.0
10/11/2022	10:56:35	34.8	29.0	70.0
10/11/2022	10:56:36	34.8	29.0	69.9
10/11/2022	10:56:37	34.8	29.0	69.8
10/11/2022	10:56:38	34.8	29.0	69.7
10/11/2022	10:56:39	34.8	29.0	69.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	10:56:41	34.8	29.0	69.6
10/11/2022	10:56:42	34.8	29.0	69.6
10/11/2022	10:56:43	34.8	29.0	69.5
10/11/2022	10:56:44	34.8	29.0	69.5
10/11/2022	10:56:45	34.9	29.0	69.5
10/11/2022	10:56:46	34.9	29.0	69.5
10/11/2022	10:56:48	34.8	29.0	69.6
10/11/2022	10:56:49	34.9	29.0	69.7
10/11/2022	10:56:50	34.8	29.0	69.8
10/11/2022	10:56:51	34.8	29.0	70.0
10/11/2022	10:56:52	34.8	29.0	70.0
10/11/2022	10:56:53	34.8	29.0	70.0
10/11/2022	10:56:54	34.8	29.0	70.0
10/11/2022	10:56:56	34.8	29.0	70.0
10/11/2022	10:56:57	34.8	29.0	70.0
10/11/2022	10:56:58	34.8	29.0	69.9
10/11/2022	10:56:59	34.8	29.0	69.8
10/11/2022	10:57:00	34.8	29.0	69.7
10/11/2022	10:57:01	34.8	29.0	69.7
10/11/2022	10:57:02	34.8	29.0	69.6
10/11/2022	10:57:03	34.9	29.0	69.6
10/11/2022	10:57:05	34.9	29.0	69.5
10/11/2022	10:57:06	34.9	29.0	69.5
10/11/2022	10:57:07	34.9	29.0	69.6
10/11/2022	10:57:08	34.9	29.0	69.7
10/11/2022	10:57:09	34.8	29.0	69.8
10/11/2022	10:57:10	34.8	29.0	69.9
10/11/2022	10:57:12	34.8	29.0	69.9
10/11/2022	10:57:13	34.8	29.0	70.0
10/11/2022	10:57:14	34.8	29.0	70.1
10/11/2022	10:57:15	34.8	29.0	70.1
10/11/2022	10:57:16	34.8	29.0	69.9
10/11/2022	10:57:17	34.8	29.0	69.9
10/11/2022	10:57:19	34.8	29.0	69.8
10/11/2022	10:57:20	34.8	29.0	69.8
10/11/2022	10:57:21	34.8	29.0	69.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35^aC-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	10:57:22	34.8	29.0	69.6
10/11/2022	10:57:23	34.8	29.1	69.5
10/11/2022	10:57:24	34.8	29.1	69.5
10/11/2022	10:57:25	34.8	29.0	69.5
10/11/2022	10:57:27	34.8	29.0	69.5
10/11/2022	10:57:28	34.9	29.0	69.7
10/11/2022	10:57:29	34.9	29.0	69.8
10/11/2022	10:57:30	34.9	29.1	69.9
10/11/2022	10:57:31	34.9	29.1	70.0
10/11/2022	10:57:32	34.9	29.1	70.1
10/11/2022	10:57:33	34.9	29.0	70.1
10/11/2022	10:57:35	34.9	29.0	70.2
10/11/2022	10:57:36	34.9	29.0	70.1
10/11/2022	10:57:37	34.9	29.0	70.0
10/11/2022	10:57:38	34.9	29.0	69.9
10/11/2022	10:57:39	34.8	29.0	69.8
10/11/2022	10:57:40	34.8	29.0	69.8
10/11/2022	10:57:41	34.8	29.0	69.7
10/11/2022	10:57:43	34.8	29.0	69.6
10/11/2022	10:57:44	34.8	29.0	69.6
10/11/2022	10:57:45	34.8	29.1	69.6
10/11/2022	10:57:46	34.8	29.1	69.6
10/11/2022	10:57:47	34.8	29.0	69.6
10/11/2022	10:57:48	34.8	29.0	69.7
10/11/2022	10:57:49	34.8	29.1	69.8
10/11/2022	10:57:50	34.8	29.1	69.9
10/11/2022	10:57:52	34.9	29.1	70.0
10/11/2022	10:57:53	34.9	29.0	70.0
10/11/2022	10:57:54	34.8	29.0	70.0
10/11/2022	10:57:55	34.8	29.0	70.0
10/11/2022	10:57:56	34.8	29.0	69.9
10/11/2022	10:57:57	34.8	29.0	69.8
10/11/2022	10:57:58	34.8	29.0	69.7
10/11/2022	10:58:00	34.8	29.0	69.7
10/11/2022	10:58:01	34.8	29.0	69.6
10/11/2022	10:58:02	34.8	29.0	69.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	10:58:03	34.8	29.0	69.5
10/11/2022	10:58:04	34.8	29.0	69.5
10/11/2022	10:58:05	34.8	29.0	69.5
10/11/2022	10:58:06	34.8	29.1	69.5
10/11/2022	10:58:08	34.8	29.0	69.7
10/11/2022	10:58:09	34.8	29.1	69.7
10/11/2022	10:58:10	34.8	29.1	69.8
10/11/2022	10:58:11	34.8	29.1	69.9
10/11/2022	10:58:12	34.8	29.1	69.9
10/11/2022	10:58:13	34.8	29.1	70.0
10/11/2022	10:58:14	34.8	29.1	69.9
10/11/2022	10:58:16	34.8	29.0	69.9
10/11/2022	10:58:17	34.8	29.0	69.8
10/11/2022	10:58:18	34.8	29.0	69.7
10/11/2022	10:58:19	34.9	29.0	69.7
10/11/2022	10:58:20	34.9	29.0	69.6
10/11/2022	10:58:21	34.9	29.0	69.6
10/11/2022	10:58:22	34.8	29.0	69.6
10/11/2022	10:58:23	34.9	29.0	69.5
10/11/2022	10:58:25	34.8	29.0	69.5
10/11/2022	10:58:26	34.8	29.1	69.4
10/11/2022	10:58:27	34.8	29.1	69.4
10/11/2022	10:58:28	34.8	29.1	69.6
10/11/2022	10:58:29	34.8	29.1	69.7
10/11/2022	10:58:30	34.8	29.1	69.8
10/11/2022	10:58:31	34.8	29.1	69.9
10/11/2022	10:58:33	34.8	29.1	70.0
10/11/2022	10:58:34	34.8	29.1	70.1
10/11/2022	10:58:35	34.8	29.1	70.1
10/11/2022	10:58:36	34.8	29.1	70.0
10/11/2022	10:58:37	34.8	29.0	69.9
10/11/2022	10:58:38	34.8	29.0	69.8
10/11/2022	10:58:39	34.8	29.0	69.7
10/11/2022	10:58:41	34.8	29.1	69.6
10/11/2022	10:58:42	34.8	29.1	69.5
10/11/2022	10:58:43	34.8	29.1	69.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	10:58:44	34.8	29.1	69.5
10/11/2022	10:58:45	34.8	29.1	69.5
10/11/2022	10:58:46	34.8	29.1	69.5
10/11/2022	10:58:47	34.8	29.1	69.5
10/11/2022	10:58:49	34.8	29.1	69.6
10/11/2022	10:58:50	34.8	29.1	69.7
10/11/2022	10:58:51	34.8	29.1	69.8
10/11/2022	10:58:52	34.9	29.1	69.9
10/11/2022	10:58:53	34.8	29.1	70.0
10/11/2022	10:58:54	34.8	29.1	70.0
10/11/2022	10:58:55	34.8	29.1	70.0
10/11/2022	10:58:56	34.8	29.1	69.9
10/11/2022	10:58:58	34.8	29.1	69.8
10/11/2022	10:58:59	34.8	29.1	69.8
10/11/2022	10:59:00	34.8	29.1	69.7
10/11/2022	10:59:01	34.8	29.1	69.6
10/11/2022	10:59:02	34.8	29.1	69.5
10/11/2022	10:59:03	34.8	29.1	69.5
10/11/2022	10:59:05	34.8	29.1	69.5
10/11/2022	10:59:06	34.9	29.1	69.5
10/11/2022	10:59:07	34.8	29.1	69.5
10/11/2022	10:59:08	34.8	29.1	69.5
10/11/2022	10:59:09	34.8	29.1	69.6
10/11/2022	10:59:10	34.8	29.1	69.8
10/11/2022	10:59:11	34.8	29.1	69.9
10/11/2022	10:59:12	34.8	29.1	70.1
10/11/2022	10:59:14	34.8	29.1	70.1
10/11/2022	10:59:15	34.8	29.1	70.2
10/11/2022	10:59:16	34.8	29.1	70.2
10/11/2022	10:59:17	34.8	29.1	70.1
10/11/2022	10:59:18	34.8	29.1	69.9
10/11/2022	10:59:19	34.8	29.1	69.9
10/11/2022	10:59:20	34.8	29.1	69.8
10/11/2022	10:59:22	34.8	29.1	69.7
10/11/2022	10:59:23	34.8	29.1	69.6
10/11/2022	10:59:24	34.8	29.1	69.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	10:59:25	34.9	29.1	69.6
10/11/2022	10:59:26	34.8	29.1	69.6
10/11/2022	10:59:27	34.8	29.1	69.6
10/11/2022	10:59:28	34.8	29.1	69.7
10/11/2022	10:59:30	34.9	29.1	69.8
10/11/2022	10:59:31	34.8	29.1	69.9
10/11/2022	10:59:32	34.8	29.1	70.0
10/11/2022	10:59:33	34.8	29.1	70.2
10/11/2022	10:59:34	34.8	29.1	70.2
10/11/2022	10:59:35	34.8	29.1	70.2
10/11/2022	10:59:36	34.8	29.1	70.1
10/11/2022	10:59:38	34.8	29.1	70.1
10/11/2022	10:59:39	34.8	29.1	69.9
10/11/2022	10:59:40	34.8	29.1	69.8
10/11/2022	10:59:41	34.8	29.1	69.8
10/11/2022	10:59:42	34.8	29.1	69.7
10/11/2022	10:59:43	34.8	29.1	69.6
10/11/2022	10:59:44	34.8	29.1	69.6
10/11/2022	10:59:45	34.8	29.1	69.6
10/11/2022	10:59:47	34.8	29.1	69.6
10/11/2022	10:59:48	34.8	29.1	69.6
10/11/2022	10:59:49	34.8	29.1	69.7
10/11/2022	10:59:50	34.8	29.1	69.8
10/11/2022	10:59:51	34.8	29.1	69.8
10/11/2022	10:59:52	34.8	29.1	69.9
10/11/2022	10:59:53	34.8	29.1	69.9
10/11/2022	10:59:55	34.8	29.1	70.0
10/11/2022	10:59:56	34.8	29.1	69.9
10/11/2022	10:59:57	34.8	29.1	69.8
10/11/2022	10:59:58	34.8	29.1	69.8
10/11/2022	10:59:59	34.8	29.1	69.7
10/11/2022	11:00:00	34.8	29.1	69.7
10/11/2022	11:00:01	34.8	29.1	69.6
10/11/2022	11:00:02	34.8	29.1	69.6
10/11/2022	11:00:04	34.8	29.1	69.6
10/11/2022	11:00:05	34.9	29.1	69.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	11:00:06	34.9	29.1	69.5
10/11/2022	11:00:07	34.9	29.1	69.5
10/11/2022	11:00:08	34.9	29.1	69.6
10/11/2022	11:00:09	34.9	29.1	69.6
10/11/2022	11:00:10	34.9	29.1	69.7
10/11/2022	11:00:12	34.9	29.1	69.7
10/11/2022	11:00:13	34.9	29.1	69.8
10/11/2022	11:00:14	34.9	29.1	69.8
10/11/2022	11:00:15	34.9	29.1	69.8
10/11/2022	11:00:16	34.8	29.1	69.7
10/11/2022	11:00:17	34.8	29.1	69.7
10/11/2022	11:00:18	34.8	29.1	69.7
10/11/2022	11:00:20	34.8	29.1	69.6
10/11/2022	11:00:21	34.9	29.1	69.5
10/11/2022	11:00:22	34.8	29.1	69.5
10/11/2022	11:00:23	34.8	29.1	69.5
10/11/2022	11:00:24	34.9	29.1	69.5
10/11/2022	11:00:25	34.9	29.1	69.4
10/11/2022	11:00:26	34.8	29.1	69.3
10/11/2022	11:00:28	34.9	29.1	69.4
10/11/2022	11:00:29	34.9	29.1	69.6
10/11/2022	11:00:30	34.8	29.1	69.7
10/11/2022	11:00:31	34.8	29.1	69.8
10/11/2022	11:00:32	34.8	29.1	69.8
10/11/2022	11:00:33	34.8	29.1	69.9
10/11/2022	11:00:34	34.8	29.1	70.0
10/11/2022	11:00:36	34.8	29.1	70.0
10/11/2022	11:00:37	34.8	29.1	69.9
10/11/2022	11:00:38	34.8	29.1	69.7
10/11/2022	11:00:39	34.8	29.1	69.7
10/11/2022	11:00:40	34.8	29.1	69.7
10/11/2022	11:00:41	34.8	29.1	69.6
10/11/2022	11:00:42	34.8	29.1	69.5
10/11/2022	11:00:44	34.8	29.1	69.5
10/11/2022	11:00:45	34.9	29.1	69.5
10/11/2022	11:00:46	34.9	29.1	69.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	11:00:47	34.9	29.1	69.5
10/11/2022	11:00:48	34.9	29.1	69.6
10/11/2022	11:00:49	34.9	29.1	69.7
10/11/2022	11:00:50	34.9	29.1	69.8
10/11/2022	11:00:52	34.9	29.1	69.9
10/11/2022	11:00:53	34.9	29.1	69.9
10/11/2022	11:00:54	34.9	29.1	70.0
10/11/2022	11:00:55	34.9	29.1	70.0
10/11/2022	11:00:56	34.9	29.1	69.9
10/11/2022	11:00:57	34.9	29.1	69.9
10/11/2022	11:00:58	34.9	29.1	69.8
10/11/2022	11:00:59	34.8	29.1	69.6
10/11/2022	11:01:01	34.8	29.1	69.6
10/11/2022	11:01:02	34.8	29.1	69.5
10/11/2022	11:01:03	34.8	29.1	69.5
10/11/2022	11:01:04	34.8	29.1	69.5
10/11/2022	11:01:05	34.9	29.1	69.4
10/11/2022	11:01:06	34.9	29.1	69.4
10/11/2022	11:01:07	34.9	29.1	69.4
10/11/2022	11:01:08	34.9	29.1	69.6
10/11/2022	11:01:10	34.9	29.1	69.7
10/11/2022	11:01:11	34.9	29.1	69.8
10/11/2022	11:01:12	34.9	29.1	69.9
10/11/2022	11:01:13	34.9	29.1	69.9
10/11/2022	11:01:14	34.9	29.1	69.9
10/11/2022	11:01:15	34.9	29.1	70.0
10/11/2022	11:01:16	34.9	29.1	69.9
10/11/2022	11:01:17	34.9	29.1	69.9
10/11/2022	11:01:19	34.9	29.1	69.8
10/11/2022	11:01:20	34.9	29.1	69.7
10/11/2022	11:01:21	34.8	29.1	69.6
10/11/2022	11:01:22	34.8	29.1	69.6
10/11/2022	11:01:23	34.8	29.1	69.6
10/11/2022	11:01:24	34.8	29.1	69.6
10/11/2022	11:01:25	34.8	29.1	69.6
10/11/2022	11:01:27	34.9	29.1	69.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	11:01:28	34.9	29.1	69.6
10/11/2022	11:01:29	34.9	29.1	69.7
10/11/2022	11:01:30	34.9	29.1	69.8
10/11/2022	11:01:31	34.9	29.1	69.9
10/11/2022	11:01:32	34.9	29.1	69.9
10/11/2022	11:01:33	34.9	29.1	70.0
10/11/2022	11:01:35	34.8	29.1	70.0
10/11/2022	11:01:36	34.8	29.1	70.0
10/11/2022	11:01:37	34.8	29.1	69.9
10/11/2022	11:01:38	34.8	29.1	69.8
10/11/2022	11:01:39	34.8	29.1	69.7
10/11/2022	11:01:40	34.8	29.1	69.6
10/11/2022	11:01:41	34.8	29.1	69.6
10/11/2022	11:01:43	34.8	29.1	69.6
10/11/2022	11:01:44	34.8	29.1	69.5
10/11/2022	11:01:45	34.9	29.1	69.5
10/11/2022	11:01:46	34.9	29.1	69.4
10/11/2022	11:01:47	34.9	29.1	69.4
10/11/2022	11:01:48	34.9	29.1	69.5
10/11/2022	11:01:49	34.9	29.1	69.7
10/11/2022	11:01:50	34.9	29.1	69.8
10/11/2022	11:01:52	34.9	29.1	69.8
10/11/2022	11:01:53	34.9	29.1	70.0
10/11/2022	11:01:54	34.9	29.1	70.0
10/11/2022	11:01:55	34.9	29.1	70.0
10/11/2022	11:01:56	34.8	29.1	70.0
10/11/2022	11:01:57	34.8	29.1	70.0
10/11/2022	11:01:58	34.8	29.1	69.9
10/11/2022	11:02:00	34.8	29.1	69.8
10/11/2022	11:02:01	34.9	29.1	69.7
10/11/2022	11:02:02	34.9	29.1	69.7
10/11/2022	11:02:03	34.9	29.1	69.7
10/11/2022	11:02:04	34.9	29.1	69.6
10/11/2022	11:02:05	34.9	29.1	69.6
10/11/2022	11:02:06	34.9	29.1	69.5
10/11/2022	11:02:08	34.9	29.1	69.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	11:02:09	34.9	29.1	69.7
10/11/2022	11:02:10	34.9	29.1	69.8
10/11/2022	11:02:11	34.9	29.1	69.9
10/11/2022	11:02:12	34.9	29.1	70.0
10/11/2022	11:02:13	34.9	29.1	70.0
10/11/2022	11:02:14	34.9	29.1	70.1
10/11/2022	11:02:16	34.9	29.1	70.2
10/11/2022	11:02:17	34.8	29.1	70.1
10/11/2022	11:02:18	34.8	29.1	70.0
10/11/2022	11:02:19	34.8	29.1	69.9
10/11/2022	11:02:20	34.8	29.1	69.8
10/11/2022	11:02:21	34.8	29.1	69.8
10/11/2022	11:02:23	34.8	29.1	69.7
10/11/2022	11:02:24	34.8	29.1	69.7
10/11/2022	11:02:25	34.8	29.1	69.6
10/11/2022	11:02:26	34.8	29.1	69.6
10/11/2022	11:02:27	34.8	29.1	69.6
10/11/2022	11:02:28	34.9	29.1	69.7
10/11/2022	11:02:29	34.9	29.1	69.7
10/11/2022	11:02:31	34.9	29.1	69.8
10/11/2022	11:02:32	34.9	29.1	69.8
10/11/2022	11:02:33	34.9	29.1	69.8
10/11/2022	11:02:34	34.9	29.1	69.9
10/11/2022	11:02:35	34.9	29.1	70.0
10/11/2022	11:02:36	34.9	29.1	70.0
10/11/2022	11:02:37	34.8	29.1	69.8
10/11/2022	11:02:39	34.8	29.1	69.7
10/11/2022	11:02:40	34.8	29.1	69.7
10/11/2022	11:02:41	34.8	29.1	69.6
10/11/2022	11:02:42	34.8	29.1	69.6
10/11/2022	11:02:43	34.9	29.1	69.5
10/11/2022	11:02:44	34.9	29.1	69.4
10/11/2022	11:02:46	34.9	29.1	69.4
10/11/2022	11:02:47	34.9	29.1	69.4
10/11/2022	11:02:48	34.9	29.2	69.4
10/11/2022	11:02:49	34.9	29.2	69.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	11:02:50	34.9	29.2	69.6
10/11/2022	11:02:51	34.9	29.1	69.7
10/11/2022	11:02:52	34.9	29.2	69.8
10/11/2022	11:02:54	34.9	29.1	69.9
10/11/2022	11:02:55	34.9	29.1	69.9
10/11/2022	11:02:56	34.9	29.1	69.9
10/11/2022	11:02:57	34.9	29.1	69.9
10/11/2022	11:02:58	34.9	29.1	69.8
10/11/2022	11:02:59	34.9	29.1	69.7
10/11/2022	11:03:00	34.8	29.1	69.6
10/11/2022	11:03:01	34.9	29.1	69.5
10/11/2022	11:03:03	34.9	29.1	69.5
10/11/2022	11:03:04	34.9	29.1	69.4
10/11/2022	11:03:05	34.9	29.1	69.5
10/11/2022	11:03:06	34.9	29.1	69.4
10/11/2022	11:03:07	34.9	29.1	69.4
10/11/2022	11:03:08	34.9	29.1	69.4
10/11/2022	11:03:09	34.9	29.1	69.6
10/11/2022	11:03:11	34.9	29.1	69.8
10/11/2022	11:03:12	34.9	29.1	69.9
10/11/2022	11:03:13	34.9	29.2	69.9
10/11/2022	11:03:14	34.9	29.1	70.0
10/11/2022	11:03:15	34.9	29.1	70.1
10/11/2022	11:03:16	34.8	29.1	70.1
10/11/2022	11:03:17	34.8	29.1	69.9
10/11/2022	11:03:19	34.8	29.1	69.8
10/11/2022	11:03:20	34.8	29.1	69.7
10/11/2022	11:03:21	34.8	29.1	69.7
10/11/2022	11:03:22	34.8	29.1	69.6
10/11/2022	11:03:23	34.8	29.1	69.5
10/11/2022	11:03:24	34.8	29.1	69.5
10/11/2022	11:03:25	34.8	29.1	69.4
10/11/2022	11:03:27	34.9	29.2	69.4
10/11/2022	11:03:28	34.9	29.2	69.5
10/11/2022	11:03:29	34.9	29.1	69.6
10/11/2022	11:03:30	34.9	29.1	69.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	11:03:31	34.9	29.1	69.9
10/11/2022	11:03:32	34.9	29.1	69.9
10/11/2022	11:03:33	34.9	29.2	70.0
10/11/2022	11:03:35	34.9	29.2	70.1
10/11/2022	11:03:36	34.8	29.2	70.1
10/11/2022	11:03:37	34.8	29.2	70.0
10/11/2022	11:03:38	34.8	29.2	69.8
10/11/2022	11:03:39	34.8	29.2	69.8
10/11/2022	11:03:40	34.8	29.2	69.7
10/11/2022	11:03:41	34.8	29.2	69.7
10/11/2022	11:03:43	34.8	29.2	69.6
10/11/2022	11:03:44	34.8	29.2	69.6
10/11/2022	11:03:45	34.8	29.2	69.6
10/11/2022	11:03:46	34.9	29.2	69.6
10/11/2022	11:03:47	34.9	29.2	69.6
10/11/2022	11:03:48	34.9	29.2	69.6
10/11/2022	11:03:49	34.9	29.1	69.7
10/11/2022	11:03:50	34.9	29.1	69.8
10/11/2022	11:03:51	34.9	29.1	69.9
10/11/2022	11:03:53	34.9	29.1	70.0
10/11/2022	11:03:54	34.9	29.2	70.0
10/11/2022	11:03:55	34.9	29.2	70.2
10/11/2022	11:03:56	34.9	29.2	70.1
10/11/2022	11:03:57	34.8	29.1	70.0
10/11/2022	11:03:58	34.8	29.2	69.9
10/11/2022	11:03:59	34.8	29.1	69.8
10/11/2022	11:04:01	34.8	29.1	69.8
10/11/2022	11:04:02	34.8	29.1	69.7
10/11/2022	11:04:03	34.8	29.1	69.7
10/11/2022	11:04:04	34.8	29.2	69.6
10/11/2022	11:04:05	34.8	29.2	69.6
10/11/2022	11:04:06	34.8	29.2	69.6
10/11/2022	11:04:07	34.8	29.2	69.6
10/11/2022	11:04:09	34.8	29.2	69.6
10/11/2022	11:04:10	34.8	29.2	69.7
10/11/2022	11:04:11	34.8	29.2	69.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	11:04:12	34.8	29.2	69.9
10/11/2022	11:04:13	34.8	29.2	70.0
10/11/2022	11:04:14	34.8	29.2	70.1
10/11/2022	11:04:15	34.9	29.2	70.1
10/11/2022	11:04:17	34.8	29.2	70.1
10/11/2022	11:04:18	34.8	29.1	70.0
10/11/2022	11:04:19	34.8	29.1	69.9
10/11/2022	11:04:20	34.8	29.1	69.9
10/11/2022	11:04:21	34.8	29.1	69.8
10/11/2022	11:04:22	34.8	29.1	69.7
10/11/2022	11:04:23	34.8	29.1	69.7
10/11/2022	11:04:24	34.8	29.2	69.7
10/11/2022	11:04:26	34.8	29.2	69.6
10/11/2022	11:04:27	34.8	29.2	69.6
10/11/2022	11:04:28	34.8	29.2	69.6
10/11/2022	11:04:29	34.8	29.2	69.7
10/11/2022	11:04:30	34.8	29.2	69.8
10/11/2022	11:04:31	34.8	29.2	69.9
10/11/2022	11:04:33	34.9	29.2	70.0
10/11/2022	11:04:34	34.9	29.2	70.1
10/11/2022	11:04:35	34.8	29.2	70.1
10/11/2022	11:04:36	34.9	29.2	70.2
10/11/2022	11:04:37	34.8	29.2	70.2
10/11/2022	11:04:38	34.8	29.2	70.0
10/11/2022	11:04:39	34.8	29.2	69.9
10/11/2022	11:04:41	34.8	29.2	69.8
10/11/2022	11:04:42	34.8	29.2	69.8
10/11/2022	11:04:43	34.8	29.2	69.7
10/11/2022	11:04:44	34.8	29.2	69.7
10/11/2022	11:04:45	34.8	29.2	69.6
10/11/2022	11:04:46	34.8	29.2	69.6
10/11/2022	11:04:47	34.8	29.2	69.7
10/11/2022	11:04:48	34.8	29.2	69.7
10/11/2022	11:04:50	34.8	29.2	69.8
10/11/2022	11:04:51	34.9	29.2	69.8
10/11/2022	11:04:52	34.9	29.2	69.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	11:04:53	34.8	29.2	70.0
10/11/2022	11:04:54	34.8	29.2	70.0
10/11/2022	11:04:55	34.8	29.2	70.0
10/11/2022	11:04:56	34.8	29.2	70.0
10/11/2022	11:04:58	34.8	29.2	69.9
10/11/2022	11:04:59	34.8	29.2	69.8
10/11/2022	11:05:00	34.8	29.2	69.8
10/11/2022	11:05:01	34.8	29.2	69.6
10/11/2022	11:05:02	34.8	29.2	69.6
10/11/2022	11:05:03	34.8	29.2	69.5
10/11/2022	11:05:04	34.8	29.2	69.5
10/11/2022	11:05:06	34.8	29.2	69.5
10/11/2022	11:05:07	34.9	29.2	69.5
10/11/2022	11:05:08	34.9	29.2	69.5
10/11/2022	11:05:09	34.9	29.2	69.6
10/11/2022	11:05:10	34.9	29.2	69.7
10/11/2022	11:05:11	34.9	29.2	69.8
10/11/2022	11:05:12	34.9	29.2	69.9
10/11/2022	11:05:13	34.9	29.2	69.9
10/11/2022	11:05:15	34.9	29.2	70.0
10/11/2022	11:05:16	34.9	29.2	70.0
10/11/2022	11:05:17	34.9	29.2	69.9
10/11/2022	11:05:18	34.9	29.2	69.8
10/11/2022	11:05:19	34.8	29.2	69.8
10/11/2022	11:05:20	34.8	29.2	69.7
10/11/2022	11:05:21	34.8	29.2	69.6
10/11/2022	11:05:23	34.9	29.2	69.6
10/11/2022	11:05:24	34.9	29.2	69.5
10/11/2022	11:05:25	34.9	29.2	69.5
10/11/2022	11:05:26	34.9	29.2	69.5
10/11/2022	11:05:27	34.9	29.2	69.5
10/11/2022	11:05:28	34.9	29.2	69.5
10/11/2022	11:05:30	34.9	29.2	69.7
10/11/2022	11:05:31	34.9	29.2	69.8
10/11/2022	11:05:32	34.9	29.2	69.9
10/11/2022	11:05:33	34.9	29.2	70.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	11:05:34	34.9	29.2	70.0
10/11/2022	11:05:35	34.9	29.2	70.1
10/11/2022	11:05:36	34.9	29.2	70.1
10/11/2022	11:05:37	34.9	29.2	70.0
10/11/2022	11:05:39	34.8	29.2	69.9
10/11/2022	11:05:40	34.8	29.2	69.8
10/11/2022	11:05:41	34.8	29.2	69.7
10/11/2022	11:05:42	34.8	29.2	69.7
10/11/2022	11:05:43	34.8	29.2	69.7
10/11/2022	11:05:44	34.9	29.2	69.6
10/11/2022	11:05:45	34.9	29.2	69.5
10/11/2022	11:05:47	34.9	29.2	69.5
10/11/2022	11:05:48	34.9	29.2	69.6
10/11/2022	11:05:49	34.9	29.2	69.6
10/11/2022	11:05:50	34.9	29.2	69.7
10/11/2022	11:05:51	34.9	29.2	69.8
10/11/2022	11:05:52	34.9	29.2	69.9
10/11/2022	11:05:53	34.9	29.2	70.0
10/11/2022	11:05:55	34.9	29.2	70.0
10/11/2022	11:05:56	34.9	29.2	70.0
10/11/2022	11:05:57	34.9	29.2	70.0
10/11/2022	11:05:58	34.9	29.2	70.0
10/11/2022	11:05:59	34.9	29.2	69.9
10/11/2022	11:06:00	34.8	29.2	69.8
10/11/2022	11:06:01	34.8	29.2	69.7
10/11/2022	11:06:03	34.8	29.2	69.6
10/11/2022	11:06:04	34.8	29.2	69.6
10/11/2022	11:06:05	34.8	29.2	69.6
10/11/2022	11:06:06	34.9	29.2	69.5
10/11/2022	11:06:07	34.9	29.2	69.5
10/11/2022	11:06:08	34.9	29.2	69.5
10/11/2022	11:06:09	34.9	29.3	69.6
10/11/2022	11:06:11	34.9	29.3	69.7
10/11/2022	11:06:12	34.9	29.3	69.8
10/11/2022	11:06:13	34.9	29.2	69.9
10/11/2022	11:06:14	34.9	29.2	70.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	11:06:15	34.9	29.2	70.1
10/11/2022	11:06:16	34.9	29.2	70.1
10/11/2022	11:06:17	34.9	29.2	70.1
10/11/2022	11:06:19	34.9	29.2	70.0
10/11/2022	11:06:20	34.9	29.2	69.9
10/11/2022	11:06:21	34.9	29.2	69.8
10/11/2022	11:06:22	34.9	29.2	69.7
10/11/2022	11:06:23	34.8	29.2	69.7
10/11/2022	11:06:24	34.8	29.2	69.6
10/11/2022	11:06:25	34.8	29.2	69.6
10/11/2022	11:06:27	34.8	29.2	69.5
10/11/2022	11:06:28	34.9	29.2	69.5
10/11/2022	11:06:29	34.8	29.2	69.6
10/11/2022	11:06:30	34.8	29.2	69.7
10/11/2022	11:06:31	34.9	29.2	69.8
10/11/2022	11:06:32	34.9	29.2	69.9
10/11/2022	11:06:33	34.9	29.2	70.0
10/11/2022	11:06:35	34.9	29.2	70.1
10/11/2022	11:06:36	34.8	29.2	70.1
10/11/2022	11:06:37	34.8	29.2	70.1
10/11/2022	11:06:38	34.8	29.2	69.9
10/11/2022	11:06:39	34.8	29.2	69.9
10/11/2022	11:06:40	34.8	29.2	69.9
10/11/2022	11:06:42	34.8	29.2	69.8
10/11/2022	11:06:43	34.8	29.2	69.7
10/11/2022	11:06:44	34.8	29.2	69.7
10/11/2022	11:06:45	34.8	29.2	69.7
10/11/2022	11:06:46	34.9	29.2	69.7
10/11/2022	11:06:47	34.9	29.2	69.6
10/11/2022	11:06:48	34.9	29.2	69.6
10/11/2022	11:06:49	34.9	29.2	69.7
10/11/2022	11:06:50	34.9	29.2	69.8
10/11/2022	11:06:52	34.9	29.2	70.0
10/11/2022	11:06:53	34.9	29.2	70.0
10/11/2022	11:06:54	34.9	29.2	70.1
10/11/2022	11:06:55	34.9	29.2	70.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	11:06:56	34.9	29.2	70.2
10/11/2022	11:06:57	34.9	29.2	70.2
10/11/2022	11:06:58	34.8	29.2	70.0
10/11/2022	11:06:59	34.8	29.2	69.9
10/11/2022	11:07:01	34.8	29.2	69.9
10/11/2022	11:07:02	34.8	29.2	69.8
10/11/2022	11:07:03	34.8	29.2	69.8
10/11/2022	11:07:04	34.8	29.2	69.8
10/11/2022	11:07:05	34.8	29.2	69.7
10/11/2022	11:07:06	34.8	29.2	69.6
10/11/2022	11:07:07	34.8	29.2	69.7
10/11/2022	11:07:09	34.8	29.2	69.7
10/11/2022	11:07:10	34.8	29.2	69.8
10/11/2022	11:07:11	34.8	29.2	69.8
10/11/2022	11:07:12	34.8	29.2	69.9
10/11/2022	11:07:13	34.8	29.2	69.9
10/11/2022	11:07:14	34.8	29.2	70.0
10/11/2022	11:07:15	34.8	29.2	70.0
10/11/2022	11:07:17	34.8	29.2	70.0
10/11/2022	11:07:18	34.8	29.2	69.9
10/11/2022	11:07:19	34.8	29.2	69.9
10/11/2022	11:07:20	34.8	29.2	69.8
10/11/2022	11:07:21	34.8	29.2	69.8
10/11/2022	11:07:22	34.8	29.2	69.7
10/11/2022	11:07:23	34.8	29.2	69.7
10/11/2022	11:07:25	34.8	29.2	69.7
10/11/2022	11:07:26	34.8	29.2	69.6
10/11/2022	11:07:27	34.9	29.2	69.5
10/11/2022	11:07:28	34.8	29.2	69.5
10/11/2022	11:07:29	34.8	29.2	69.6
10/11/2022	11:07:30	34.8	29.2	69.6
10/11/2022	11:07:31	34.8	29.2	69.7
10/11/2022	11:07:33	34.8	29.2	69.7
10/11/2022	11:07:34	34.8	29.2	69.8
10/11/2022	11:07:35	34.8	29.2	69.9
10/11/2022	11:07:36	34.8	29.2	69.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	11:07:37	34.8	29.2	69.9
10/11/2022	11:07:38	34.8	29.2	69.8
10/11/2022	11:07:39	34.8	29.2	69.8
10/11/2022	11:07:41	34.8	29.2	69.8
10/11/2022	11:07:42	34.8	29.2	69.7
10/11/2022	11:07:43	34.8	29.2	69.6
10/11/2022	11:07:44	34.8	29.2	69.6
10/11/2022	11:07:45	34.8	29.2	69.6
10/11/2022	11:07:46	34.9	29.2	69.6
10/11/2022	11:07:48	34.9	29.2	69.6
10/11/2022	11:07:49	34.9	29.2	69.5
10/11/2022	11:07:50	34.9	29.2	69.6
10/11/2022	11:07:51	34.9	29.2	69.7
10/11/2022	11:07:52	34.9	29.2	69.8
10/11/2022	11:07:53	34.9	29.2	69.9
10/11/2022	11:07:54	34.9	29.2	69.9
10/11/2022	11:07:56	34.9	29.2	69.9
10/11/2022	11:07:57	34.9	29.2	70.0
10/11/2022	11:07:58	34.8	29.2	70.0
10/11/2022	11:07:59	34.8	29.2	69.9
10/11/2022	11:08:00	34.8	29.2	69.8
10/11/2022	11:08:01	34.8	29.2	69.7
10/11/2022	11:08:02	34.8	29.2	69.6
10/11/2022	11:08:04	34.8	29.2	69.6
10/11/2022	11:08:05	34.8	29.2	69.6
10/11/2022	11:08:06	34.8	29.2	69.5
10/11/2022	11:08:07	34.8	29.2	69.5
10/11/2022	11:08:08	34.8	29.2	69.5
10/11/2022	11:08:09	34.9	29.2	69.6
10/11/2022	11:08:10	34.9	29.2	69.7
10/11/2022	11:08:12	34.9	29.2	69.8
10/11/2022	11:08:13	34.9	29.2	69.8
10/11/2022	11:08:14	34.9	29.2	69.9
10/11/2022	11:08:15	34.9	29.2	70.0
10/11/2022	11:08:16	34.9	29.2	70.1
10/11/2022	11:08:17	34.9	29.2	70.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	11:08:18	34.8	29.2	69.9
10/11/2022	11:08:20	34.8	29.2	69.8
10/11/2022	11:08:21	34.8	29.2	69.8
10/11/2022	11:08:22	34.8	29.2	69.7
10/11/2022	11:08:23	34.8	29.2	69.7
10/11/2022	11:08:24	34.8	29.2	69.6
10/11/2022	11:08:25	34.8	29.2	69.5
10/11/2022	11:08:26	34.9	29.2	69.5
10/11/2022	11:08:28	34.9	29.3	69.5
10/11/2022	11:08:29	34.9	29.3	69.5
10/11/2022	11:08:30	34.9	29.3	69.6
10/11/2022	11:08:31	34.9	29.2	69.7
10/11/2022	11:08:32	34.8	29.2	69.8
10/11/2022	11:08:33	34.8	29.3	69.9
10/11/2022	11:08:34	34.8	29.3	70.0
10/11/2022	11:08:36	34.8	29.3	70.1
10/11/2022	11:08:37	34.8	29.3	70.1
10/11/2022	11:08:38	34.8	29.3	70.2
10/11/2022	11:08:39	34.8	29.3	70.1
10/11/2022	11:08:40	34.8	29.3	70.0
10/11/2022	11:08:41	34.8	29.3	69.9
10/11/2022	11:08:42	34.8	29.2	69.8
10/11/2022	11:08:44	34.8	29.2	69.8
10/11/2022	11:08:45	34.8	29.2	69.7
10/11/2022	11:08:46	34.8	29.2	69.6
10/11/2022	11:08:47	34.9	29.2	69.6
10/11/2022	11:08:48	34.9	29.2	69.6
10/11/2022	11:08:49	34.9	29.2	69.7
10/11/2022	11:08:50	34.9	29.2	69.7
10/11/2022	11:08:52	34.9	29.2	69.8
10/11/2022	11:08:53	34.9	29.2	69.9
10/11/2022	11:08:54	34.9	29.2	70.0
10/11/2022	11:08:55	34.9	29.2	70.2
10/11/2022	11:08:56	34.9	29.2	70.2
10/11/2022	11:08:57	34.9	29.2	70.2
10/11/2022	11:08:58	34.8	29.2	70.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	11:09:00	34.8	29.2	70.1
10/11/2022	11:09:01	34.8	29.2	70.0
10/11/2022	11:09:02	34.8	29.2	70.0
10/11/2022	11:09:03	34.8	29.2	69.9
10/11/2022	11:09:04	34.8	29.2	69.8
10/11/2022	11:09:05	34.8	29.2	69.7
10/11/2022	11:09:07	34.8	29.2	69.8
10/11/2022	11:09:08	34.8	29.2	69.7
10/11/2022	11:09:09	34.8	29.2	69.7
10/11/2022	11:09:10	34.8	29.3	69.8
10/11/2022	11:09:11	34.8	29.3	69.8
10/11/2022	11:09:12	34.8	29.3	70.0
10/11/2022	11:09:13	34.8	29.3	70.0
10/11/2022	11:09:15	34.8	29.3	70.0
10/11/2022	11:09:16	34.8	29.3	70.1
10/11/2022	11:09:17	34.8	29.3	70.1
10/11/2022	11:09:18	34.8	29.2	70.1
10/11/2022	11:09:19	34.8	29.2	69.9
10/11/2022	11:09:20	34.8	29.2	69.8
10/11/2022	11:09:21	34.8	29.2	69.8
10/11/2022	11:09:23	34.8	29.2	69.7
10/11/2022	11:09:24	34.8	29.2	69.6
10/11/2022	11:09:25	34.8	29.2	69.6
10/11/2022	11:09:26	34.9	29.2	69.6
10/11/2022	11:09:27	34.9	29.2	69.5
10/11/2022	11:09:28	34.9	29.2	69.5
10/11/2022	11:09:29	34.9	29.2	69.6
10/11/2022	11:09:31	34.9	29.3	69.7
10/11/2022	11:09:32	34.9	29.3	69.8
10/11/2022	11:09:33	34.9	29.3	69.8
10/11/2022	11:09:34	34.9	29.3	69.8
10/11/2022	11:09:35	34.9	29.3	69.9
10/11/2022	11:09:36	34.9	29.3	70.0
10/11/2022	11:09:38	34.9	29.3	70.0
10/11/2022	11:09:39	34.8	29.3	69.9
10/11/2022	11:09:40	34.8	29.3	69.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	11:09:41	34.8	29.3	69.7
10/11/2022	11:09:42	34.8	29.3	69.7
10/11/2022	11:09:43	34.8	29.3	69.6
10/11/2022	11:09:44	34.8	29.3	69.5
10/11/2022	11:09:46	34.8	29.3	69.5
10/11/2022	11:09:47	34.8	29.3	69.4
10/11/2022	11:09:48	34.9	29.3	69.4
10/11/2022	11:09:49	34.8	29.3	69.5
10/11/2022	11:09:50	34.9	29.3	69.6
10/11/2022	11:09:51	34.9	29.3	69.7
10/11/2022	11:09:53	34.9	29.3	69.7
10/11/2022	11:09:54	34.9	29.3	69.8
10/11/2022	11:09:55	34.9	29.3	69.8
10/11/2022	11:09:56	34.9	29.3	69.9
10/11/2022	11:09:57	34.9	29.3	69.9
10/11/2022	11:09:58	34.8	29.3	69.8
10/11/2022	11:09:59	34.8	29.3	69.7
10/11/2022	11:10:01	34.8	29.3	69.7
10/11/2022	11:10:02	34.8	29.3	69.7
10/11/2022	11:10:03	34.8	29.3	69.6
10/11/2022	11:10:04	34.8	29.3	69.6
10/11/2022	11:10:05	34.8	29.3	69.5
10/11/2022	11:10:06	34.8	29.3	69.5
10/11/2022	11:10:07	34.8	29.3	69.5
10/11/2022	11:10:09	34.8	29.3	69.5
10/11/2022	11:10:10	34.8	29.3	69.5
10/11/2022	11:10:11	34.9	29.3	69.5
10/11/2022	11:10:12	34.9	29.3	69.7
10/11/2022	11:10:13	34.9	29.3	69.8
10/11/2022	11:10:14	34.8	29.3	69.9
10/11/2022	11:10:15	34.8	29.3	69.9
10/11/2022	11:10:17	34.9	29.3	69.9
10/11/2022	11:10:18	34.9	29.3	70.0
10/11/2022	11:10:19	34.8	29.3	70.0
10/11/2022	11:10:20	34.8	29.3	69.8
10/11/2022	11:10:21	34.8	29.3	69.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	11:10:22	34.8	29.3	69.6
10/11/2022	11:10:23	34.8	29.3	69.6
10/11/2022	11:10:25	34.8	29.3	69.6
10/11/2022	11:10:26	34.8	29.3	69.5
10/11/2022	11:10:27	34.9	29.3	69.5
10/11/2022	11:10:28	34.9	29.3	69.4
10/11/2022	11:10:29	34.9	29.3	69.5
10/11/2022	11:10:30	34.9	29.3	69.6
10/11/2022	11:10:31	34.9	29.3	69.7
10/11/2022	11:10:33	34.9	29.2	69.8
10/11/2022	11:10:34	34.9	29.2	69.9
10/11/2022	11:10:35	34.9	29.2	70.0
10/11/2022	11:10:36	34.9	29.2	70.0
10/11/2022	11:10:37	34.9	29.2	70.1
10/11/2022	11:10:38	34.9	29.2	70.0
10/11/2022	11:10:39	34.9	29.2	69.9
10/11/2022	11:10:41	34.8	29.2	69.9
10/11/2022	11:10:42	34.8	29.2	69.8
10/11/2022	11:10:43	34.9	29.2	69.7
10/11/2022	11:10:44	34.8	29.2	69.6
10/11/2022	11:10:45	34.8	29.2	69.6
10/11/2022	11:10:46	34.8	29.2	69.6
10/11/2022	11:10:47	34.8	29.2	69.6
10/11/2022	11:10:48	34.9	29.2	69.5
10/11/2022	11:10:50	34.9	29.2	69.6
10/11/2022	11:10:51	34.8	29.2	69.7
10/11/2022	11:10:52	34.9	29.2	69.8
10/11/2022	11:10:53	34.8	29.3	69.9
10/11/2022	11:10:54	34.8	29.3	69.9
10/11/2022	11:10:55	34.8	29.3	70.0
10/11/2022	11:10:56	34.8	29.3	70.1
10/11/2022	11:10:58	34.8	29.3	70.2
10/11/2022	11:10:59	34.8	29.3	70.1
10/11/2022	11:11:00	34.8	29.3	69.9
10/11/2022	11:11:01	34.8	29.3	69.9
10/11/2022	11:11:02	34.8	29.3	69.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	11:11:03	34.8	29.3	69.8
10/11/2022	11:11:04	34.8	29.3	69.7
10/11/2022	11:11:06	34.9	29.3	69.7
10/11/2022	11:11:07	34.9	29.3	69.7
10/11/2022	11:11:08	34.9	29.3	69.6
10/11/2022	11:11:09	34.9	29.3	69.6
10/11/2022	11:11:10	34.9	29.3	69.7
10/11/2022	11:11:11	34.9	29.3	69.8
10/11/2022	11:11:12	34.9	29.3	69.9
10/11/2022	11:11:14	34.9	29.3	69.9
10/11/2022	11:11:15	34.9	29.3	70.0
10/11/2022	11:11:16	34.9	29.3	70.0
10/11/2022	11:11:17	34.9	29.3	70.1
10/11/2022	11:11:18	34.8	29.3	70.0
10/11/2022	11:11:19	34.8	29.3	69.9
10/11/2022	11:11:20	34.8	29.3	69.8
10/11/2022	11:11:22	34.8	29.3	69.8
10/11/2022	11:11:23	34.8	29.3	69.8
10/11/2022	11:11:24	34.8	29.3	69.7
10/11/2022	11:11:25	34.8	29.3	69.6
10/11/2022	11:11:26	34.9	29.3	69.6
10/11/2022	11:11:27	34.9	29.3	69.6
10/11/2022	11:11:29	34.9	29.3	69.6
10/11/2022	11:11:30	34.9	29.3	69.6
10/11/2022	11:11:31	34.9	29.3	69.7
10/11/2022	11:11:32	34.9	29.3	69.8
10/11/2022	11:11:33	34.9	29.3	69.9
10/11/2022	11:11:34	34.9	29.3	70.0
10/11/2022	11:11:36	34.9	29.3	70.1
10/11/2022	11:11:37	34.9	29.3	70.1
10/11/2022	11:11:38	34.9	29.3	70.1
10/11/2022	11:11:39	34.8	29.3	70.1
10/11/2022	11:11:40	34.8	29.3	70.0
10/11/2022	11:11:41	34.8	29.3	69.9
10/11/2022	11:11:42	34.9	29.3	69.8
10/11/2022	11:11:44	34.8	29.3	69.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	11:11:45	34.8	29.3	69.8
10/11/2022	11:11:46	34.9	29.3	69.7
10/11/2022	11:11:47	34.9	29.3	69.6
10/11/2022	11:11:48	34.9	29.3	69.6
10/11/2022	11:11:49	34.9	29.3	69.7
10/11/2022	11:11:50	34.9	29.3	69.8
10/11/2022	11:11:51	34.9	29.3	69.9
10/11/2022	11:11:53	34.9	29.3	69.9
10/11/2022	11:11:54	34.9	29.3	69.9
10/11/2022	11:11:55	34.9	29.3	70.0
10/11/2022	11:11:56	34.9	29.3	70.1
10/11/2022	11:11:57	34.9	29.3	70.1
10/11/2022	11:11:58	34.9	29.3	70.1
10/11/2022	11:11:59	34.9	29.3	69.9
10/11/2022	11:12:01	34.9	29.3	69.9
10/11/2022	11:12:02	34.9	29.3	69.8
10/11/2022	11:12:03	34.9	29.3	69.7
10/11/2022	11:12:04	34.9	29.3	69.7
10/11/2022	11:12:05	34.9	29.3	69.6
10/11/2022	11:12:06	34.9	29.3	69.5
10/11/2022	11:12:07	34.9	29.3	69.4
10/11/2022	11:12:09	34.9	29.3	69.5
10/11/2022	11:12:10	34.9	29.3	69.5
10/11/2022	11:12:11	34.9	29.3	69.6
10/11/2022	11:12:12	34.9	29.3	69.7
10/11/2022	11:12:13	34.9	29.3	69.7
10/11/2022	11:12:14	34.9	29.3	69.8
10/11/2022	11:12:15	34.9	29.3	69.9
10/11/2022	11:12:17	34.9	29.3	69.9
10/11/2022	11:12:18	34.9	29.3	69.9
10/11/2022	11:12:19	34.9	29.3	69.9
10/11/2022	11:12:20	34.9	29.3	69.8
10/11/2022	11:12:21	34.9	29.3	69.8
10/11/2022	11:12:22	34.9	29.3	69.7
10/11/2022	11:12:23	34.9	29.3	69.7
10/11/2022	11:12:25	34.9	29.3	69.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35^aC-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	11:12:26	34.9	29.3	69.6
10/11/2022	11:12:27	34.9	29.3	69.6
10/11/2022	11:12:28	34.9	29.3	69.6
10/11/2022	11:12:29	34.9	29.3	69.5
10/11/2022	11:12:30	34.9	29.3	69.5
10/11/2022	11:12:31	34.9	29.3	69.6
10/11/2022	11:12:33	34.9	29.3	69.7
10/11/2022	11:12:34	34.9	29.3	69.8
10/11/2022	11:12:35	34.9	29.3	69.9
10/11/2022	11:12:36	34.9	29.3	69.9
10/11/2022	11:12:37	34.9	29.3	70.0
10/11/2022	11:12:38	34.9	29.3	70.0
10/11/2022	11:12:39	34.8	29.3	70.0
10/11/2022	11:12:41	34.8	29.3	69.9
10/11/2022	11:12:42	34.8	29.3	69.8
10/11/2022	11:12:43	34.8	29.3	69.7
10/11/2022	11:12:44	34.8	29.3	69.7
10/11/2022	11:12:45	34.8	29.3	69.6
10/11/2022	11:12:46	34.8	29.3	69.6
10/11/2022	11:12:47	34.9	29.3	69.6
10/11/2022	11:12:49	34.9	29.3	69.6
10/11/2022	11:12:50	34.9	29.3	69.6
10/11/2022	11:12:51	34.9	29.3	69.7
10/11/2022	11:12:52	34.9	29.3	69.8
10/11/2022	11:12:53	34.9	29.3	69.9
10/11/2022	11:12:54	34.9	29.3	69.9
10/11/2022	11:12:56	34.9	29.3	70.0
10/11/2022	11:12:57	34.9	29.3	70.0
10/11/2022	11:12:58	34.9	29.3	70.1
10/11/2022	11:12:59	34.8	29.3	70.0
10/11/2022	11:13:00	34.8	29.3	69.9
10/11/2022	11:13:01	34.8	29.3	69.8
10/11/2022	11:13:02	34.8	29.3	69.8
10/11/2022	11:13:04	34.8	29.3	69.7
10/11/2022	11:13:05	34.8	29.3	69.6
10/11/2022	11:13:06	34.8	29.3	69.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	11:13:07	34.9	29.3	69.6
10/11/2022	11:13:08	34.9	29.3	69.5
10/11/2022	11:13:09	34.9	29.3	69.5
10/11/2022	11:13:11	34.9	29.3	69.5
10/11/2022	11:13:12	34.9	29.3	69.6
10/11/2022	11:13:13	34.9	29.3	69.8
10/11/2022	11:13:14	34.9	29.3	69.9
10/11/2022	11:13:15	34.9	29.3	70.0
10/11/2022	11:13:16	34.9	29.3	70.1
10/11/2022	11:13:17	34.8	29.3	70.1
10/11/2022	11:13:19	34.8	29.3	70.1
10/11/2022	11:13:20	34.8	29.3	70.1
10/11/2022	11:13:21	34.8	29.3	70.0
10/11/2022	11:13:22	34.8	29.3	69.9
10/11/2022	11:13:23	34.8	29.3	69.8
10/11/2022	11:13:24	34.8	29.3	69.6
10/11/2022	11:13:25	34.8	29.3	69.6
10/11/2022	11:13:27	34.8	29.3	69.7
10/11/2022	11:13:28	34.8	29.3	69.7
10/11/2022	11:13:29	34.8	29.3	69.6
10/11/2022	11:13:30	34.8	29.3	69.6
10/11/2022	11:13:31	34.9	29.3	69.7
10/11/2022	11:13:32	34.9	29.3	69.8
10/11/2022	11:13:33	34.9	29.3	69.9
10/11/2022	11:13:35	34.9	29.3	70.0
10/11/2022	11:13:36	34.9	29.3	70.0
10/11/2022	11:13:37	34.9	29.3	70.1
10/11/2022	11:13:38	34.9	29.3	70.1
10/11/2022	11:13:39	34.9	29.3	70.1
10/11/2022	11:13:40	34.9	29.3	70.0
10/11/2022	11:13:41	34.9	29.3	69.9
10/11/2022	11:13:43	34.9	29.3	69.8
10/11/2022	11:13:44	34.9	29.3	69.7
10/11/2022	11:13:45	34.9	29.3	69.6
10/11/2022	11:13:46	34.8	29.3	69.6
10/11/2022	11:13:47	34.9	29.3	69.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	11:13:48	34.9	29.3	69.6
10/11/2022	11:13:49	34.9	29.3	69.6
10/11/2022	11:13:50	34.9	29.3	69.6
10/11/2022	11:13:52	34.9	29.3	69.6
10/11/2022	11:13:53	34.9	29.3	69.8
10/11/2022	11:13:54	34.9	29.3	69.9
10/11/2022	11:13:55	34.9	29.3	70.1
10/11/2022	11:13:56	34.9	29.3	70.1
10/11/2022	11:13:57	34.9	29.3	70.2
10/11/2022	11:13:58	34.9	29.3	70.3
10/11/2022	11:13:59	34.8	29.3	70.2
10/11/2022	11:14:01	34.8	29.3	70.1
10/11/2022	11:14:02	34.8	29.3	70.0
10/11/2022	11:14:03	34.8	29.3	69.9
10/11/2022	11:14:04	34.8	29.3	69.8
10/11/2022	11:14:05	34.8	29.3	69.8
10/11/2022	11:14:06	34.8	29.3	69.7
10/11/2022	11:14:07	34.8	29.3	69.7
10/11/2022	11:14:09	34.8	29.3	69.7
10/11/2022	11:14:10	34.8	29.3	69.7
10/11/2022	11:14:11	34.8	29.3	69.7
10/11/2022	11:14:12	34.9	29.3	69.7
10/11/2022	11:14:13	34.9	29.3	69.8
10/11/2022	11:14:14	34.9	29.3	69.8
10/11/2022	11:14:16	34.9	29.3	69.9
10/11/2022	11:14:17	34.9	29.3	69.9
10/11/2022	11:14:18	34.8	29.3	69.9
10/11/2022	11:14:19	34.8	29.3	69.9
10/11/2022	11:14:20	34.8	29.3	69.8
10/11/2022	11:14:21	34.8	29.3	69.8
10/11/2022	11:14:22	34.8	29.3	69.7
10/11/2022	11:14:24	34.8	29.3	69.6
10/11/2022	11:14:25	34.8	29.3	69.6
10/11/2022	11:14:26	34.8	29.3	69.6
10/11/2022	11:14:27	34.8	29.3	69.5
10/11/2022	11:14:28	34.9	29.3	69.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	11:14:29	34.9	29.3	69.5
10/11/2022	11:14:30	34.9	29.3	69.5
10/11/2022	11:14:32	34.9	29.3	69.6
10/11/2022	11:14:33	34.9	29.3	69.8
10/11/2022	11:14:34	34.9	29.3	69.8
10/11/2022	11:14:35	34.9	29.3	69.9
10/11/2022	11:14:36	34.9	29.3	70.0
10/11/2022	11:14:37	34.9	29.3	70.0
10/11/2022	11:14:38	34.9	29.3	70.0
10/11/2022	11:14:40	34.8	29.3	70.0
10/11/2022	11:14:41	34.8	29.3	69.9
10/11/2022	11:14:42	34.8	29.3	69.7
10/11/2022	11:14:43	34.8	29.3	69.7
10/11/2022	11:14:44	34.8	29.3	69.7
10/11/2022	11:14:45	34.8	29.3	69.7
10/11/2022	11:14:46	34.8	29.3	69.6
10/11/2022	11:14:48	34.8	29.3	69.5
10/11/2022	11:14:49	34.9	29.3	69.5
10/11/2022	11:14:50	34.9	29.3	69.5
10/11/2022	11:14:51	34.8	29.3	69.6
10/11/2022	11:14:52	34.9	29.3	69.6
10/11/2022	11:14:53	34.9	29.3	69.7
10/11/2022	11:14:54	34.8	29.3	69.9
10/11/2022	11:14:56	34.9	29.3	69.9
10/11/2022	11:14:57	34.9	29.3	69.9
10/11/2022	11:14:58	34.9	29.3	70.0
10/11/2022	11:14:59	34.9	29.3	70.0
10/11/2022	11:15:00	34.8	29.3	70.0
10/11/2022	11:15:01	34.8	29.3	69.8
10/11/2022	11:15:02	34.8	29.3	69.7
10/11/2022	11:15:04	34.8	29.3	69.7
10/11/2022	11:15:05	34.8	29.3	69.7
10/11/2022	11:15:06	34.8	29.3	69.6
10/11/2022	11:15:07	34.9	29.3	69.6
10/11/2022	11:15:08	34.9	29.3	69.5
10/11/2022	11:15:09	34.9	29.3	69.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	11:15:10	34.9	29.3	69.5
10/11/2022	11:15:12	34.9	29.3	69.6
10/11/2022	11:15:13	34.9	29.3	69.7
10/11/2022	11:15:14	34.9	29.3	69.8
10/11/2022	11:15:15	34.9	29.3	69.9
10/11/2022	11:15:16	34.9	29.3	69.9
10/11/2022	11:15:17	34.9	29.3	70.0
10/11/2022	11:15:18	34.9	29.3	70.1
10/11/2022	11:15:20	34.8	29.3	70.0
10/11/2022	11:15:21	34.8	29.3	69.9
10/11/2022	11:15:22	34.9	29.3	69.8
10/11/2022	11:15:23	34.9	29.3	69.7
10/11/2022	11:15:24	34.8	29.3	69.7
10/11/2022	11:15:25	34.8	29.3	69.6
10/11/2022	11:15:27	34.8	29.3	69.6
10/11/2022	11:15:28	34.8	29.3	69.6
10/11/2022	11:15:29	34.9	29.3	69.5
10/11/2022	11:15:30	34.9	29.3	69.6
10/11/2022	11:15:31	34.9	29.3	69.6
10/11/2022	11:15:32	34.9	29.3	69.7
10/11/2022	11:15:33	34.9	29.3	69.9
10/11/2022	11:15:35	34.9	29.3	70.0
10/11/2022	11:15:36	34.9	29.3	70.1
10/11/2022	11:15:37	34.9	29.3	70.1
10/11/2022	11:15:38	34.8	29.3	70.1
10/11/2022	11:15:39	34.8	29.3	70.2
10/11/2022	11:15:40	34.8	29.3	70.1
10/11/2022	11:15:41	34.8	29.3	70.0
10/11/2022	11:15:43	34.8	29.3	69.9
10/11/2022	11:15:44	34.8	29.3	69.7
10/11/2022	11:15:45	34.8	29.3	69.7
10/11/2022	11:15:46	34.8	29.3	69.7
10/11/2022	11:15:47	34.8	29.3	69.6
10/11/2022	11:15:48	34.8	29.3	69.6
10/11/2022	11:15:49	34.8	29.3	69.6
10/11/2022	11:15:51	34.8	29.3	69.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	11:15:52	34.8	29.3	69.7
10/11/2022	11:15:53	34.9	29.3	69.8
10/11/2022	11:15:54	34.9	29.3	69.9
10/11/2022	11:15:55	34.9	29.3	70.0
10/11/2022	11:15:56	34.9	29.3	70.1
10/11/2022	11:15:57	34.9	29.3	70.1
10/11/2022	11:15:59	34.9	29.3	70.2
10/11/2022	11:16:00	34.9	29.3	70.1
10/11/2022	11:16:01	34.9	29.3	70.0
10/11/2022	11:16:02	34.9	29.3	70.0
10/11/2022	11:16:03	34.9	29.3	69.9
10/11/2022	11:16:04	34.9	29.3	69.8
10/11/2022	11:16:05	34.9	29.3	69.8
10/11/2022	11:16:07	34.9	29.3	69.7
10/11/2022	11:16:08	34.8	29.3	69.7
10/11/2022	11:16:09	34.9	29.3	69.7
10/11/2022	11:16:10	34.9	29.3	69.7
10/11/2022	11:16:11	34.9	29.3	69.7
10/11/2022	11:16:12	34.9	29.3	69.7
10/11/2022	11:16:13	34.9	29.3	69.9
10/11/2022	11:16:15	34.9	29.3	69.9
10/11/2022	11:16:16	34.9	29.3	70.0
10/11/2022	11:16:17	34.9	29.3	70.0
10/11/2022	11:16:18	34.9	29.3	70.1
10/11/2022	11:16:19	34.9	29.3	70.1
10/11/2022	11:16:20	34.8	29.3	70.0
10/11/2022	11:16:22	34.8	29.3	69.9
10/11/2022	11:16:23	34.8	29.3	69.9
10/11/2022	11:16:24	34.8	29.3	69.8
10/11/2022	11:16:25	34.8	29.3	69.8
10/11/2022	11:16:26	34.8	29.3	69.7
10/11/2022	11:16:27	34.8	29.3	69.7
10/11/2022	11:16:28	34.9	29.3	69.6
10/11/2022	11:16:30	34.9	29.3	69.6
10/11/2022	11:16:31	34.9	29.3	69.7
10/11/2022	11:16:32	34.9	29.3	69.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	11:16:33	34.9	29.3	69.8
10/11/2022	11:16:34	34.9	29.3	69.9
10/11/2022	11:16:35	34.9	29.3	69.9
10/11/2022	11:16:37	34.9	29.3	69.9
10/11/2022	11:16:38	34.9	29.3	70.0
10/11/2022	11:16:39	34.9	29.3	70.0
10/11/2022	11:16:40	34.9	29.3	69.9
10/11/2022	11:16:41	34.8	29.3	69.8
10/11/2022	11:16:42	34.8	29.3	69.7
10/11/2022	11:16:43	34.8	29.3	69.7
10/11/2022	11:16:45	34.8	29.3	69.7
10/11/2022	11:16:46	34.8	29.3	69.6
10/11/2022	11:16:47	34.8	29.3	69.5
10/11/2022	11:16:48	34.8	29.3	69.5
10/11/2022	11:16:49	34.9	29.3	69.5
10/11/2022	11:16:50	34.9	29.3	69.5
10/11/2022	11:16:51	34.9	29.3	69.6
10/11/2022	11:16:52	34.9	29.3	69.7
10/11/2022	11:16:53	34.9	29.3	69.7
10/11/2022	11:16:55	34.9	29.3	69.8
10/11/2022	11:16:56	34.9	29.3	69.8
10/11/2022	11:16:57	34.9	29.3	69.9
10/11/2022	11:16:58	34.9	29.3	70.0
10/11/2022	11:16:59	34.9	29.3	70.0
10/11/2022	11:17:00	34.8	29.3	69.9
10/11/2022	11:17:02	34.8	29.3	69.8
10/11/2022	11:17:03	34.8	29.3	69.7
10/11/2022	11:17:04	34.8	29.3	69.7
10/11/2022	11:17:05	34.8	29.3	69.7
10/11/2022	11:17:06	34.8	29.3	69.6
10/11/2022	11:17:07	34.8	29.3	69.5
10/11/2022	11:17:08	34.9	29.3	69.5
10/11/2022	11:17:10	34.9	29.3	69.5
10/11/2022	11:17:11	34.9	29.4	69.5
10/11/2022	11:17:12	34.9	29.3	69.5
10/11/2022	11:17:13	34.9	29.3	69.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	11:17:14	34.9	29.3	69.7
10/11/2022	11:17:15	34.9	29.3	69.8
10/11/2022	11:17:16	34.9	29.4	69.9
10/11/2022	11:17:18	34.9	29.3	69.9
10/11/2022	11:17:19	34.9	29.3	70.0
10/11/2022	11:17:20	34.8	29.3	69.9
10/11/2022	11:17:21	34.8	29.3	69.9
10/11/2022	11:17:22	34.9	29.3	69.8
10/11/2022	11:17:23	34.8	29.3	69.7
10/11/2022	11:17:24	34.8	29.3	69.6
10/11/2022	11:17:26	34.9	29.3	69.6
10/11/2022	11:17:27	34.9	29.3	69.6
10/11/2022	11:17:28	34.9	29.3	69.6
10/11/2022	11:17:29	34.9	29.3	69.5
10/11/2022	11:17:30	34.9	29.4	69.5
10/11/2022	11:17:31	34.9	29.4	69.5
10/11/2022	11:17:32	34.9	29.4	69.6
10/11/2022	11:17:34	34.9	29.4	69.8
10/11/2022	11:17:35	34.9	29.3	69.9
10/11/2022	11:17:36	34.9	29.3	69.9
10/11/2022	11:17:37	34.9	29.3	70.0
10/11/2022	11:17:38	34.9	29.3	70.1
10/11/2022	11:17:39	34.9	29.3	70.2
10/11/2022	11:17:41	34.9	29.3	70.1
10/11/2022	11:17:42	34.9	29.3	70.0
10/11/2022	11:17:43	34.9	29.3	69.9
10/11/2022	11:17:44	34.9	29.3	69.8
10/11/2022	11:17:45	34.9	29.3	69.8
10/11/2022	11:17:46	34.9	29.3	69.7
10/11/2022	11:17:47	34.9	29.3	69.6
10/11/2022	11:17:48	34.9	29.3	69.6
10/11/2022	11:17:50	34.9	29.3	69.6
10/11/2022	11:17:51	34.9	29.3	69.6
10/11/2022	11:17:52	34.9	29.3	69.6
10/11/2022	11:17:53	34.9	29.3	69.7
10/11/2022	11:17:54	34.9	29.4	69.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	11:17:55	34.9	29.4	70.0
10/11/2022	11:17:57	34.9	29.4	70.0
10/11/2022	11:17:58	34.9	29.4	70.0
10/11/2022	11:17:59	34.9	29.4	70.1
10/11/2022	11:18:00	34.8	29.4	70.1
10/11/2022	11:18:01	34.8	29.4	70.0
10/11/2022	11:18:02	34.8	29.3	69.9
10/11/2022	11:18:03	34.8	29.3	69.8
10/11/2022	11:18:05	34.8	29.3	69.7
10/11/2022	11:18:06	34.8	29.3	69.7
10/11/2022	11:18:07	34.8	29.3	69.7
10/11/2022	11:18:08	34.9	29.3	69.6
10/11/2022	11:18:09	34.9	29.3	69.6
10/11/2022	11:18:10	34.9	29.3	69.6
10/11/2022	11:18:11	34.9	29.3	69.6
10/11/2022	11:18:13	34.9	29.3	69.8
10/11/2022	11:18:14	34.9	29.4	69.8
10/11/2022	11:18:15	34.9	29.4	69.9
10/11/2022	11:18:16	34.9	29.4	70.0
10/11/2022	11:18:17	34.9	29.4	70.1
10/11/2022	11:18:18	34.9	29.3	70.2
10/11/2022	11:18:19	34.9	29.3	70.1
10/11/2022	11:18:21	34.9	29.3	70.1
10/11/2022	11:18:22	34.9	29.3	70.0
10/11/2022	11:18:23	34.9	29.3	69.9
10/11/2022	11:18:24	34.9	29.3	69.9
10/11/2022	11:18:25	34.9	29.3	69.8
10/11/2022	11:18:26	34.9	29.3	69.7
10/11/2022	11:18:28	34.9	29.3	69.6
10/11/2022	11:18:29	34.9	29.3	69.6
10/11/2022	11:18:30	34.9	29.3	69.6
10/11/2022	11:18:31	34.9	29.4	69.7
10/11/2022	11:18:32	34.9	29.4	69.7
10/11/2022	11:18:33	34.9	29.4	69.8
10/11/2022	11:18:34	34.9	29.4	70.0
10/11/2022	11:18:36	34.9	29.3	70.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	11:18:37	34.9	29.4	70.1
10/11/2022	11:18:38	34.9	29.4	70.1
10/11/2022	11:18:39	34.9	29.4	70.2
10/11/2022	11:18:40	34.9	29.3	70.2
10/11/2022	11:18:41	34.8	29.3	70.1
10/11/2022	11:18:43	34.8	29.4	70.0
10/11/2022	11:18:44	34.8	29.4	69.8
10/11/2022	11:18:45	34.8	29.4	69.8
10/11/2022	11:18:46	34.8	29.4	69.8
10/11/2022	11:18:47	34.8	29.4	69.7
10/11/2022	11:18:48	34.9	29.4	69.7
10/11/2022	11:18:49	34.9	29.4	69.6
10/11/2022	11:18:51	34.9	29.4	69.6
10/11/2022	11:18:52	34.9	29.4	69.7
10/11/2022	11:18:53	34.9	29.4	69.7
10/11/2022	11:18:54	34.9	29.4	69.8
10/11/2022	11:18:55	34.9	29.4	69.9
10/11/2022	11:18:56	34.9	29.4	69.9
10/11/2022	11:18:58	34.9	29.4	70.0
10/11/2022	11:18:59	34.9	29.4	70.0
10/11/2022	11:19:00	34.9	29.4	69.9
10/11/2022	11:19:01	34.9	29.3	69.9
10/11/2022	11:19:02	34.9	29.3	69.9
10/11/2022	11:19:03	34.9	29.3	69.8
10/11/2022	11:19:05	34.9	29.3	69.7
10/11/2022	11:19:06	34.9	29.3	69.6
10/11/2022	11:19:07	34.9	29.3	69.6
10/11/2022	11:19:08	34.9	29.3	69.6
10/11/2022	11:19:09	34.9	29.3	69.5
10/11/2022	11:19:10	34.9	29.4	69.5
10/11/2022	11:19:12	34.9	29.4	69.5
10/11/2022	11:19:13	34.9	29.4	69.7
10/11/2022	11:19:14	34.9	29.4	69.8
10/11/2022	11:19:15	34.9	29.4	69.9
10/11/2022	11:19:16	34.9	29.4	69.9
10/11/2022	11:19:17	34.9	29.4	70.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	11:19:18	34.9	29.4	70.1
10/11/2022	11:19:20	34.9	29.4	70.1
10/11/2022	11:19:21	34.8	29.4	70.1
10/11/2022	11:19:22	34.8	29.4	69.9
10/11/2022	11:19:23	34.8	29.4	69.8
10/11/2022	11:19:24	34.8	29.4	69.8
10/11/2022	11:19:25	34.8	29.4	69.8
10/11/2022	11:19:26	34.8	29.4	69.7
10/11/2022	11:19:28	34.8	29.4	69.6
10/11/2022	11:19:29	34.8	29.4	69.6
10/11/2022	11:19:30	34.9	29.4	69.6
10/11/2022	11:19:31	34.9	29.4	69.6
10/11/2022	11:19:32	34.9	29.4	69.6
10/11/2022	11:19:33	34.9	29.4	69.6
10/11/2022	11:19:34	34.9	29.4	69.7
10/11/2022	11:19:36	34.9	29.4	69.8
10/11/2022	11:19:37	34.9	29.4	69.8
10/11/2022	11:19:38	34.9	29.4	69.9
10/11/2022	11:19:39	34.8	29.4	69.9
10/11/2022	11:19:40	34.8	29.4	69.9
10/11/2022	11:19:41	34.8	29.4	69.9
10/11/2022	11:19:42	34.8	29.4	69.8
10/11/2022	11:19:44	34.8	29.4	69.8
10/11/2022	11:19:45	34.8	29.4	69.7
10/11/2022	11:19:46	34.8	29.3	69.6
10/11/2022	11:19:47	34.8	29.3	69.6
10/11/2022	11:19:48	34.8	29.3	69.6
10/11/2022	11:19:49	34.9	29.3	69.6
10/11/2022	11:19:50	34.9	29.4	69.5
10/11/2022	11:19:52	34.9	29.4	69.5
10/11/2022	11:19:53	34.9	29.4	69.7
10/11/2022	11:19:54	34.9	29.4	69.8
10/11/2022	11:19:55	34.9	29.4	69.9
10/11/2022	11:19:56	34.9	29.4	69.9
10/11/2022	11:19:57	34.9	29.4	70.0
10/11/2022	11:19:58	34.9	29.4	70.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	11:20:00	34.9	29.4	70.1
10/11/2022	11:20:01	34.9	29.4	70.1
10/11/2022	11:20:02	34.8	29.4	69.9
10/11/2022	11:20:03	34.9	29.4	69.8
10/11/2022	11:20:04	34.9	29.4	69.8
10/11/2022	11:20:05	34.9	29.4	69.8
10/11/2022	11:20:06	34.9	29.4	69.7
10/11/2022	11:20:08	34.9	29.4	69.7
10/11/2022	11:20:09	34.9	29.4	69.6
10/11/2022	11:20:10	34.9	29.4	69.6
10/11/2022	11:20:11	34.9	29.4	69.7
10/11/2022	11:20:12	34.9	29.4	69.8
10/11/2022	11:20:13	34.9	29.4	69.8
10/11/2022	11:20:14	34.9	29.4	69.9
10/11/2022	11:20:16	34.9	29.4	70.0
10/11/2022	11:20:17	34.9	29.4	70.1
10/11/2022	11:20:18	34.9	29.4	70.1
10/11/2022	11:20:19	34.9	29.4	70.2
10/11/2022	11:20:20	34.9	29.4	70.1
10/11/2022	11:20:21	34.9	29.4	70.1
10/11/2022	11:20:23	34.9	29.4	69.9
10/11/2022	11:20:24	34.9	29.4	69.9
10/11/2022	11:20:25	34.9	29.4	69.8
10/11/2022	11:20:26	34.9	29.4	69.8
10/11/2022	11:20:27	34.9	29.4	69.7
10/11/2022	11:20:28	34.9	29.4	69.7
10/11/2022	11:20:29	34.9	29.4	69.7
10/11/2022	11:20:31	34.9	29.4	69.7
10/11/2022	11:20:32	34.9	29.4	69.6
10/11/2022	11:20:33	34.9	29.4	69.7
10/11/2022	11:20:34	34.9	29.4	69.9
10/11/2022	11:20:35	34.9	29.4	69.9
10/11/2022	11:20:36	34.9	29.4	70.0
10/11/2022	11:20:37	34.9	29.4	70.1
10/11/2022	11:20:39	34.9	29.4	70.1
10/11/2022	11:20:40	34.9	29.4	70.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	11:20:41	34.9	29.4	70.1
10/11/2022	11:20:42	34.8	29.4	70.0
10/11/2022	11:20:43	34.8	29.4	69.9
10/11/2022	11:20:44	34.8	29.4	69.9
10/11/2022	11:20:45	34.8	29.4	69.8
10/11/2022	11:20:47	34.8	29.4	69.8
10/11/2022	11:20:48	34.8	29.4	69.7
10/11/2022	11:20:49	34.8	29.4	69.7
10/11/2022	11:20:50	34.8	29.4	69.7
10/11/2022	11:20:51	34.8	29.4	69.7
10/11/2022	11:20:52	34.8	29.4	69.7
10/11/2022	11:20:53	34.8	29.4	69.8
10/11/2022	11:20:55	34.8	29.4	69.9
10/11/2022	11:20:56	34.9	29.4	70.0
10/11/2022	11:20:57	34.9	29.4	70.0
10/11/2022	11:20:58	34.9	29.4	70.0
10/11/2022	11:20:59	34.9	29.4	70.1
10/11/2022	11:21:00	34.9	29.4	70.1
10/11/2022	11:21:02	34.9	29.4	70.0
10/11/2022	11:21:03	34.9	29.4	69.9
10/11/2022	11:21:04	34.9	29.4	69.8
10/11/2022	11:21:05	34.8	29.4	69.8
10/11/2022	11:21:06	34.9	29.4	69.8
10/11/2022	11:21:07	34.8	29.4	69.7
10/11/2022	11:21:08	34.8	29.4	69.6
10/11/2022	11:21:10	34.9	29.4	69.6
10/11/2022	11:21:11	34.9	29.4	69.6
10/11/2022	11:21:12	34.8	29.4	69.7
10/11/2022	11:21:13	34.8	29.4	69.7
10/11/2022	11:21:14	34.8	29.4	69.8
10/11/2022	11:21:15	34.9	29.4	70.0
10/11/2022	11:21:16	34.8	29.4	70.1
10/11/2022	11:21:18	34.8	29.4	70.1
10/11/2022	11:21:19	34.8	29.4	70.1
10/11/2022	11:21:20	34.8	29.4	70.1
10/11/2022	11:21:21	34.8	29.4	70.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	11:21:22	34.8	29.4	70.0
10/11/2022	11:21:23	34.8	29.4	69.9
10/11/2022	11:21:24	34.8	29.4	69.8
10/11/2022	11:21:26	34.8	29.4	69.7
10/11/2022	11:21:27	34.8	29.4	69.7
10/11/2022	11:21:28	34.8	29.4	69.7
10/11/2022	11:21:29	34.9	29.4	69.7
10/11/2022	11:21:30	34.9	29.4	69.6
10/11/2022	11:21:31	34.9	29.4	69.6
10/11/2022	11:21:33	34.9	29.4	69.7
10/11/2022	11:21:34	34.9	29.4	69.8
10/11/2022	11:21:35	34.9	29.4	69.9
10/11/2022	11:21:36	34.9	29.4	70.0
10/11/2022	11:21:37	34.9	29.4	70.0
10/11/2022	11:21:38	34.9	29.4	70.0
10/11/2022	11:21:40	34.9	29.4	70.1
10/11/2022	11:21:41	34.9	29.4	70.0
10/11/2022	11:21:42	34.9	29.4	69.9
10/11/2022	11:21:43	34.9	29.4	69.8
10/11/2022	11:21:44	34.9	29.4	69.8
10/11/2022	11:21:45	34.9	29.4	69.7
10/11/2022	11:21:46	34.9	29.4	69.6
10/11/2022	11:21:48	34.9	29.4	69.6
10/11/2022	11:21:49	34.9	29.4	69.5
10/11/2022	11:21:50	34.9	29.4	69.5
10/11/2022	11:21:51	34.9	29.4	69.5
10/11/2022	11:21:52	34.9	29.4	69.5
10/11/2022	11:21:53	34.9	29.4	69.6
10/11/2022	11:21:55	34.9	29.4	69.7
10/11/2022	11:21:56	34.9	29.4	69.8
10/11/2022	11:21:57	34.9	29.4	69.9
10/11/2022	11:21:58	34.9	29.4	70.0
10/11/2022	11:21:59	34.8	29.4	70.0
10/11/2022	11:22:00	34.8	29.4	70.0
10/11/2022	11:22:01	34.8	29.4	70.0
10/11/2022	11:22:03	34.8	29.4	69.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	11:22:04	34.8	29.4	69.7
10/11/2022	11:22:05	34.8	29.4	69.7
10/11/2022	11:22:06	34.8	29.4	69.6
10/11/2022	11:22:07	34.8	29.4	69.6
10/11/2022	11:22:08	34.8	29.4	69.6
10/11/2022	11:22:09	34.9	29.4	69.5
10/11/2022	11:22:11	34.9	29.4	69.5
10/11/2022	11:22:12	34.9	29.4	69.5
10/11/2022	11:22:13	34.9	29.4	69.7
10/11/2022	11:22:14	34.9	29.4	69.8
10/11/2022	11:22:15	34.9	29.4	69.8
10/11/2022	11:22:16	34.8	29.4	69.9
10/11/2022	11:22:18	34.8	29.4	70.1
10/11/2022	11:22:19	34.8	29.4	70.2
10/11/2022	11:22:20	34.8	29.4	70.2
10/11/2022	11:22:21	34.8	29.4	70.1
10/11/2022	11:22:22	34.8	29.4	70.1
10/11/2022	11:22:23	34.8	29.4	70.0
10/11/2022	11:22:24	34.8	29.4	70.0
10/11/2022	11:22:25	34.8	29.4	69.9
10/11/2022	11:22:27	34.8	29.4	69.8
10/11/2022	11:22:28	34.8	29.4	69.7
10/11/2022	11:22:29	34.9	29.4	69.7
10/11/2022	11:22:30	34.9	29.4	69.7
10/11/2022	11:22:31	34.9	29.4	69.7
10/11/2022	11:22:32	34.9	29.4	69.7
10/11/2022	11:22:34	34.9	29.4	69.8
10/11/2022	11:22:35	34.9	29.4	69.8
10/11/2022	11:22:36	34.9	29.4	69.9
10/11/2022	11:22:37	34.9	29.4	69.9
10/11/2022	11:22:38	34.9	29.4	70.1
10/11/2022	11:22:39	34.9	29.4	70.1
10/11/2022	11:22:40	34.9	29.4	70.1
10/11/2022	11:22:42	34.9	29.4	70.0
10/11/2022	11:22:43	34.8	29.4	69.9
10/11/2022	11:22:44	34.8	29.4	69.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	11:22:45	34.8	29.4	69.9
10/11/2022	11:22:46	34.8	29.4	69.8
10/11/2022	11:22:47	34.8	29.4	69.7
10/11/2022	11:22:49	34.9	29.4	69.7
10/11/2022	11:22:50	34.9	29.4	69.7
10/11/2022	11:22:51	34.9	29.4	69.6
10/11/2022	11:22:52	34.9	29.4	69.7
10/11/2022	11:22:53	34.9	29.4	69.7
10/11/2022	11:22:54	34.9	29.4	69.8
10/11/2022	11:22:55	34.9	29.4	69.9
10/11/2022	11:22:57	34.9	29.4	70.0
10/11/2022	11:22:58	34.9	29.4	70.1
10/11/2022	11:22:59	34.9	29.4	70.2
10/11/2022	11:23:00	34.8	29.4	70.2
10/11/2022	11:23:01	34.8	29.4	70.1
10/11/2022	11:23:02	34.8	29.4	70.1
10/11/2022	11:23:04	34.8	29.4	70.1
10/11/2022	11:23:05	34.8	29.4	70.0
10/11/2022	11:23:06	34.8	29.4	69.9
10/11/2022	11:23:07	34.8	29.4	69.8
10/11/2022	11:23:08	34.8	29.4	69.8
10/11/2022	11:23:09	34.8	29.4	69.7
10/11/2022	11:23:10	34.8	29.4	69.7
10/11/2022	11:23:12	34.8	29.4	69.7
10/11/2022	11:23:13	34.8	29.4	69.7
10/11/2022	11:23:14	34.8	29.4	69.7
10/11/2022	11:23:15	34.8	29.4	69.9
10/11/2022	11:23:16	34.8	29.4	69.9
10/11/2022	11:23:17	34.8	29.4	69.9
10/11/2022	11:23:18	34.9	29.4	70.0
10/11/2022	11:23:20	34.9	29.4	70.1
10/11/2022	11:23:21	34.9	29.4	70.1
10/11/2022	11:23:22	34.8	29.4	70.1
10/11/2022	11:23:23	34.8	29.4	70.0
10/11/2022	11:23:24	34.8	29.4	69.9
10/11/2022	11:23:25	34.8	29.4	69.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	11:23:26	34.8	29.4	69.8
10/11/2022	11:23:28	34.8	29.4	69.8
10/11/2022	11:23:29	34.8	29.4	69.6
10/11/2022	11:23:30	34.9	29.4	69.6
10/11/2022	11:23:31	34.9	29.4	69.5
10/11/2022	11:23:32	34.9	29.4	69.6
10/11/2022	11:23:33	34.9	29.4	69.6
10/11/2022	11:23:34	34.9	29.4	69.7
10/11/2022	11:23:36	34.9	29.4	69.8
10/11/2022	11:23:37	34.9	29.4	69.8
10/11/2022	11:23:38	34.9	29.4	69.9
10/11/2022	11:23:39	34.9	29.4	69.9
10/11/2022	11:23:40	34.9	29.4	69.9
10/11/2022	11:23:41	34.9	29.4	69.9
10/11/2022	11:23:42	34.9	29.4	69.8
10/11/2022	11:23:44	34.9	29.4	69.7
10/11/2022	11:23:45	34.8	29.4	69.7
10/11/2022	11:23:46	34.8	29.4	69.7
10/11/2022	11:23:47	34.8	29.4	69.6
10/11/2022	11:23:48	34.9	29.4	69.5
10/11/2022	11:23:49	34.8	29.4	69.5
10/11/2022	11:23:50	34.9	29.4	69.5
10/11/2022	11:23:51	34.9	29.4	69.5
10/11/2022	11:23:53	34.9	29.4	69.5
10/11/2022	11:23:54	34.9	29.4	69.6
10/11/2022	11:23:55	34.9	29.4	69.7
10/11/2022	11:23:56	34.9	29.4	69.8
10/11/2022	11:23:57	34.9	29.4	69.9
10/11/2022	11:23:58	34.9	29.4	69.9
10/11/2022	11:23:59	34.9	29.4	69.9
10/11/2022	11:24:01	34.9	29.4	70.0
10/11/2022	11:24:02	34.9	29.4	69.9
10/11/2022	11:24:03	34.9	29.4	69.8
10/11/2022	11:24:04	34.9	29.4	69.7
10/11/2022	11:24:05	34.9	29.4	69.7
10/11/2022	11:24:06	34.8	29.4	69.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	11:24:07	34.8	29.4	69.6
10/11/2022	11:24:09	34.8	29.4	69.6
10/11/2022	11:24:10	34.9	29.4	69.6
10/11/2022	11:24:11	34.9	29.4	69.6
10/11/2022	11:24:12	34.9	29.4	69.6
10/11/2022	11:24:13	34.9	29.4	69.6
10/11/2022	11:24:14	34.9	29.4	69.7
10/11/2022	11:24:15	34.9	29.4	69.8
10/11/2022	11:24:17	34.9	29.4	69.9
10/11/2022	11:24:18	34.9	29.4	70.0
10/11/2022	11:24:19	34.9	29.4	70.0
10/11/2022	11:24:20	34.9	29.4	70.0
10/11/2022	11:24:21	34.9	29.4	70.0
10/11/2022	11:24:22	34.9	29.4	69.9
10/11/2022	11:24:23	34.9	29.4	69.9
10/11/2022	11:24:25	34.9	29.4	69.8
10/11/2022	11:24:26	34.9	29.4	69.7
10/11/2022	11:24:27	34.9	29.4	69.6
10/11/2022	11:24:28	34.9	29.4	69.6
10/11/2022	11:24:29	34.9	29.4	69.6
10/11/2022	11:24:30	34.9	29.4	69.6
10/11/2022	11:24:31	34.9	29.4	69.6
10/11/2022	11:24:33	34.9	29.4	69.6
10/11/2022	11:24:34	34.9	29.4	69.7
10/11/2022	11:24:35	34.9	29.4	69.9
10/11/2022	11:24:36	34.9	29.4	70.1
10/11/2022	11:24:37	34.9	29.4	70.2
10/11/2022	11:24:38	34.9	29.4	70.2
10/11/2022	11:24:40	34.9	29.4	70.2
10/11/2022	11:24:41	34.9	29.4	70.3
10/11/2022	11:24:42	34.9	29.4	70.2
10/11/2022	11:24:43	34.8	29.4	70.1
10/11/2022	11:24:44	34.8	29.4	70.0
10/11/2022	11:24:45	34.8	29.4	69.8
10/11/2022	11:24:46	34.8	29.4	69.8
10/11/2022	11:24:48	34.8	29.4	69.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	11:24:49	34.9	29.4	69.7
10/11/2022	11:24:50	34.9	29.4	69.6
10/11/2022	11:24:51	34.9	29.4	69.6
10/11/2022	11:24:52	34.9	29.4	69.6
10/11/2022	11:24:53	34.9	29.4	69.7
10/11/2022	11:24:55	34.9	29.4	69.8
10/11/2022	11:24:56	34.9	29.4	69.9
10/11/2022	11:24:57	34.9	29.4	69.9
10/11/2022	11:24:58	34.9	29.4	70.0
10/11/2022	11:24:59	34.9	29.4	70.2
10/11/2022	11:25:00	34.9	29.4	70.2
10/11/2022	11:25:01	34.9	29.4	70.1
10/11/2022	11:25:03	34.8	29.4	70.0
10/11/2022	11:25:04	34.9	29.4	70.0
10/11/2022	11:25:05	34.9	29.4	69.9
10/11/2022	11:25:06	34.9	29.4	69.9
10/11/2022	11:25:07	34.9	29.4	69.8
10/11/2022	11:25:09	34.9	29.4	69.7
10/11/2022	11:25:10	34.9	29.4	69.8
10/11/2022	11:25:11	34.9	29.4	69.8
10/11/2022	11:25:12	34.9	29.4	69.7
10/11/2022	11:25:13	34.9	29.4	69.7
10/11/2022	11:25:14	34.9	29.4	69.8
10/11/2022	11:25:15	34.9	29.5	69.9
10/11/2022	11:25:17	34.9	29.5	70.0
10/11/2022	11:25:18	34.9	29.5	70.1
10/11/2022	11:25:19	34.9	29.5	70.1
10/11/2022	11:25:20	34.9	29.5	70.1
10/11/2022	11:25:21	34.9	29.5	70.1
10/11/2022	11:25:22	34.9	29.4	70.1
10/11/2022	11:25:23	34.9	29.5	70.0
10/11/2022	11:25:25	34.9	29.4	69.9
10/11/2022	11:25:26	34.9	29.4	69.8
10/11/2022	11:25:27	34.9	29.4	69.7
10/11/2022	11:25:28	34.9	29.4	69.8
10/11/2022	11:25:29	34.9	29.4	69.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	11:25:30	34.9	29.5	69.7
10/11/2022	11:25:31	34.9	29.5	69.7
10/11/2022	11:25:33	34.9	29.5	69.7
10/11/2022	11:25:34	34.9	29.5	69.7
10/11/2022	11:25:35	34.9	29.5	69.8
10/11/2022	11:25:36	34.9	29.5	69.9
10/11/2022	11:25:37	34.9	29.4	69.9
10/11/2022	11:25:38	34.9	29.4	70.0
10/11/2022	11:25:39	34.9	29.4	70.1
10/11/2022	11:25:41	34.9	29.4	70.1
10/11/2022	11:25:42	34.8	29.4	70.0
10/11/2022	11:25:43	34.8	29.4	70.0
10/11/2022	11:25:44	34.9	29.4	69.9
10/11/2022	11:25:45	34.8	29.4	69.9
10/11/2022	11:25:46	34.9	29.4	69.8
10/11/2022	11:25:47	34.9	29.4	69.8
10/11/2022	11:25:49	34.9	29.4	69.7
10/11/2022	11:25:50	34.9	29.4	69.7
10/11/2022	11:25:51	34.9	29.4	69.6
10/11/2022	11:25:52	34.9	29.4	69.6
10/11/2022	11:25:53	34.9	29.4	69.6
10/11/2022	11:25:54	34.9	29.4	69.7
10/11/2022	11:25:56	34.9	29.4	69.8
10/11/2022	11:25:57	34.9	29.4	69.8
10/11/2022	11:25:58	34.9	29.4	69.8
10/11/2022	11:25:59	34.9	29.4	69.9
10/11/2022	11:26:00	34.9	29.4	69.9
10/11/2022	11:26:01	34.9	29.4	69.9
10/11/2022	11:26:02	34.9	29.4	69.8
10/11/2022	11:26:04	34.9	29.4	69.8
10/11/2022	11:26:05	34.9	29.4	69.7
10/11/2022	11:26:06	34.9	29.4	69.7
10/11/2022	11:26:07	34.9	29.4	69.6
10/11/2022	11:26:08	34.9	29.4	69.5
10/11/2022	11:26:09	34.9	29.4	69.5
10/11/2022	11:26:10	34.9	29.4	69.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	11:26:12	34.9	29.4	69.4
10/11/2022	11:26:13	34.9	29.4	69.4
10/11/2022	11:26:14	34.9	29.4	69.5
10/11/2022	11:26:15	34.9	29.4	69.6
10/11/2022	11:26:16	34.9	29.4	69.7
10/11/2022	11:26:17	34.9	29.4	69.8
10/11/2022	11:26:18	34.9	29.4	69.9
10/11/2022	11:26:20	34.9	29.4	69.9
10/11/2022	11:26:21	34.9	29.4	69.9
10/11/2022	11:26:22	34.9	29.4	70.0
10/11/2022	11:26:23	34.9	29.4	69.9
10/11/2022	11:26:24	34.9	29.4	69.8
10/11/2022	11:26:25	34.9	29.4	69.8
10/11/2022	11:26:26	34.9	29.4	69.7
10/11/2022	11:26:28	34.8	29.4	69.7
10/11/2022	11:26:29	34.8	29.4	69.6
10/11/2022	11:26:30	34.8	29.4	69.6
10/11/2022	11:26:31	34.9	29.4	69.6
10/11/2022	11:26:32	34.9	29.4	69.6
10/11/2022	11:26:33	34.9	29.4	69.6
10/11/2022	11:26:34	34.9	29.4	69.7
10/11/2022	11:26:36	34.9	29.4	69.8
10/11/2022	11:26:37	34.9	29.4	69.9
10/11/2022	11:26:38	34.9	29.4	69.9
10/11/2022	11:26:39	34.9	29.4	70.0
10/11/2022	11:26:40	34.9	29.4	70.1
10/11/2022	11:26:41	34.9	29.4	70.1
10/11/2022	11:26:42	34.9	29.4	69.9
10/11/2022	11:26:44	34.9	29.4	69.8
10/11/2022	11:26:45	34.9	29.4	69.8
10/11/2022	11:26:46	34.9	29.4	69.8
10/11/2022	11:26:47	34.9	29.4	69.7
10/11/2022	11:26:48	34.9	29.4	69.6
10/11/2022	11:26:49	34.9	29.4	69.6
10/11/2022	11:26:51	34.9	29.4	69.6
10/11/2022	11:26:52	34.9	29.4	69.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	11:26:53	34.9	29.4	69.6
10/11/2022	11:26:54	34.9	29.4	69.6
10/11/2022	11:26:55	34.9	29.4	69.8
10/11/2022	11:26:56	34.9	29.4	69.9
10/11/2022	11:26:57	34.9	29.4	70.0
10/11/2022	11:26:59	34.9	29.4	70.1
10/11/2022	11:27:00	34.9	29.4	70.1
10/11/2022	11:27:01	34.9	29.4	70.2
10/11/2022	11:27:02	34.9	29.4	70.2
10/11/2022	11:27:03	34.9	29.4	70.1
10/11/2022	11:27:04	34.9	29.4	70.0
10/11/2022	11:27:06	34.9	29.4	69.9
10/11/2022	11:27:07	34.9	29.4	69.8
10/11/2022	11:27:08	34.9	29.4	69.8
10/11/2022	11:27:09	34.9	29.4	69.8
10/11/2022	11:27:10	34.9	29.4	69.7
10/11/2022	11:27:11	34.9	29.4	69.6
10/11/2022	11:27:12	34.9	29.4	69.6
10/11/2022	11:27:14	34.9	29.4	69.7
10/11/2022	11:27:15	34.9	29.4	69.7
10/11/2022	11:27:16	34.9	29.4	69.8
10/11/2022	11:27:17	34.9	29.4	69.9
10/11/2022	11:27:18	34.9	29.4	70.0
10/11/2022	11:27:19	34.9	29.4	70.1
10/11/2022	11:27:21	34.9	29.4	70.1
10/11/2022	11:27:22	34.8	29.4	70.1
10/11/2022	11:27:23	34.8	29.4	70.0
10/11/2022	11:27:24	34.8	29.4	69.9
10/11/2022	11:27:25	34.8	29.4	69.8
10/11/2022	11:27:26	34.8	29.4	69.8
10/11/2022	11:27:27	34.8	29.4	69.7
10/11/2022	11:27:29	34.8	29.4	69.6
10/11/2022	11:27:30	34.8	29.4	69.6
10/11/2022	11:27:31	34.8	29.4	69.6
10/11/2022	11:27:32	34.9	29.4	69.6
10/11/2022	11:27:33	34.9	29.4	69.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	11:27:34	34.9	29.4	69.7
10/11/2022	11:27:35	34.9	29.4	69.8
10/11/2022	11:27:37	34.9	29.4	69.9
10/11/2022	11:27:38	34.9	29.4	70.0
10/11/2022	11:27:39	34.9	29.4	70.1
10/11/2022	11:27:40	34.9	29.4	70.2
10/11/2022	11:27:41	34.9	29.4	70.3
10/11/2022	11:27:42	34.9	29.4	70.1
10/11/2022	11:27:43	34.9	29.4	70.0
10/11/2022	11:27:45	34.9	29.4	70.0
10/11/2022	11:27:46	34.9	29.4	69.9
10/11/2022	11:27:47	34.9	29.4	69.8
10/11/2022	11:27:48	34.9	29.4	69.7
10/11/2022	11:27:49	34.9	29.4	69.7
10/11/2022	11:27:50	34.9	29.4	69.7
10/11/2022	11:27:52	34.9	29.4	69.7
10/11/2022	11:27:53	34.9	29.4	69.7
10/11/2022	11:27:54	34.9	29.4	69.8
10/11/2022	11:27:55	34.9	29.4	69.8
10/11/2022	11:27:56	34.9	29.4	69.9
10/11/2022	11:27:57	34.9	29.5	70.0
10/11/2022	11:27:58	34.8	29.5	70.0
10/11/2022	11:28:00	34.9	29.5	70.1
10/11/2022	11:28:01	34.9	29.5	70.2
10/11/2022	11:28:02	34.8	29.4	70.1
10/11/2022	11:28:03	34.8	29.4	70.0
10/11/2022	11:28:04	34.8	29.4	70.0
10/11/2022	11:28:05	34.8	29.4	70.0
10/11/2022	11:28:06	34.8	29.4	69.9
10/11/2022	11:28:08	34.8	29.4	69.8
10/11/2022	11:28:09	34.8	29.4	69.8
10/11/2022	11:28:10	34.8	29.4	69.7
10/11/2022	11:28:11	34.9	29.4	69.7
10/11/2022	11:28:12	34.8	29.5	69.7
10/11/2022	11:28:13	34.9	29.5	69.6
10/11/2022	11:28:14	34.8	29.5	69.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	11:28:16	34.8	29.5	69.7
10/11/2022	11:28:17	34.9	29.5	69.8
10/11/2022	11:28:18	34.9	29.5	69.8
10/11/2022	11:28:19	34.9	29.5	69.8
10/11/2022	11:28:20	34.9	29.4	69.9
10/11/2022	11:28:21	34.9	29.4	69.9
10/11/2022	11:28:22	34.8	29.4	69.9
10/11/2022	11:28:24	34.8	29.4	69.7
10/11/2022	11:28:25	34.8	29.4	69.7
10/11/2022	11:28:26	34.8	29.4	69.7
10/11/2022	11:28:27	34.8	29.4	69.7
10/11/2022	11:28:28	34.8	29.4	69.6
10/11/2022	11:28:29	34.8	29.4	69.5
10/11/2022	11:28:31	34.8	29.4	69.5
10/11/2022	11:28:32	34.9	29.5	69.5
10/11/2022	11:28:33	34.9	29.5	69.5
10/11/2022	11:28:34	34.9	29.5	69.5
10/11/2022	11:28:35	34.9	29.5	69.7
10/11/2022	11:28:36	34.9	29.5	69.8
10/11/2022	11:28:38	34.9	29.5	69.9
10/11/2022	11:28:39	34.9	29.5	70.0
10/11/2022	11:28:40	34.9	29.5	70.0
10/11/2022	11:28:41	34.9	29.5	70.1
10/11/2022	11:28:42	34.8	29.5	70.0
10/11/2022	11:28:43	34.8	29.5	69.9
10/11/2022	11:28:44	34.8	29.5	69.8
10/11/2022	11:28:46	34.8	29.5	69.8
10/11/2022	11:28:47	34.8	29.5	69.7
10/11/2022	11:28:48	34.8	29.5	69.6
10/11/2022	11:28:49	34.8	29.5	69.5
10/11/2022	11:28:50	34.8	29.5	69.5
10/11/2022	11:28:51	34.8	29.5	69.5
10/11/2022	11:28:52	34.8	29.5	69.5
10/11/2022	11:28:54	34.8	29.5	69.5
10/11/2022	11:28:55	34.8	29.5	69.6
10/11/2022	11:28:56	34.9	29.5	69.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	11:28:57	34.9	29.5	69.8
10/11/2022	11:28:58	34.9	29.5	69.9
10/11/2022	11:28:59	34.9	29.5	70.0
10/11/2022	11:29:00	34.9	29.5	70.0
10/11/2022	11:29:02	34.9	29.4	70.1
10/11/2022	11:29:03	34.8	29.4	70.0
10/11/2022	11:29:04	34.8	29.4	70.0
10/11/2022	11:29:05	34.8	29.4	69.9
10/11/2022	11:29:06	34.8	29.4	69.8
10/11/2022	11:29:07	34.8	29.4	69.7
10/11/2022	11:29:09	34.8	29.4	69.7
10/11/2022	11:29:10	34.8	29.5	69.7
10/11/2022	11:29:11	34.8	29.5	69.6
10/11/2022	11:29:12	34.8	29.5	69.6
10/11/2022	11:29:13	34.9	29.5	69.6
10/11/2022	11:29:14	34.9	29.5	69.6
10/11/2022	11:29:15	34.9	29.5	69.7
10/11/2022	11:29:17	34.8	29.5	69.9
10/11/2022	11:29:18	34.9	29.5	70.0
10/11/2022	11:29:19	34.8	29.5	70.0
10/11/2022	11:29:20	34.9	29.5	70.1
10/11/2022	11:29:21	34.8	29.5	70.2
10/11/2022	11:29:22	34.8	29.5	70.2
10/11/2022	11:29:23	34.8	29.5	70.1
10/11/2022	11:29:25	34.8	29.5	69.9
10/11/2022	11:29:26	34.8	29.5	69.9
10/11/2022	11:29:27	34.8	29.5	69.8
10/11/2022	11:29:28	34.8	29.5	69.8
10/11/2022	11:29:29	34.8	29.5	69.7
10/11/2022	11:29:30	34.8	29.5	69.6
10/11/2022	11:29:31	34.8	29.5	69.6
10/11/2022	11:29:33	34.8	29.5	69.6
10/11/2022	11:29:34	34.8	29.5	69.6
10/11/2022	11:29:35	34.8	29.5	69.7
10/11/2022	11:29:36	34.9	29.5	69.8
10/11/2022	11:29:37	34.9	29.5	69.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	11:29:38	34.9	29.5	70.0
10/11/2022	11:29:40	34.8	29.5	70.1
10/11/2022	11:29:41	34.8	29.5	70.1
10/11/2022	11:29:42	34.8	29.5	70.1
10/11/2022	11:29:43	34.8	29.5	70.2
10/11/2022	11:29:44	34.8	29.5	70.1
10/11/2022	11:29:45	34.8	29.5	70.0
10/11/2022	11:29:46	34.8	29.5	69.9
10/11/2022	11:29:48	34.8	29.5	69.8
10/11/2022	11:29:49	34.8	29.5	69.8
10/11/2022	11:29:50	34.8	29.5	69.8
10/11/2022	11:29:51	34.9	29.5	69.7
10/11/2022	11:29:52	34.9	29.5	69.7
10/11/2022	11:29:53	34.9	29.5	69.7
10/11/2022	11:29:54	34.9	29.5	69.7
10/11/2022	11:29:56	34.9	29.5	69.8
10/11/2022	11:29:57	34.9	29.5	69.9
10/11/2022	11:29:58	34.9	29.5	70.0
10/11/2022	11:29:59	34.9	29.5	70.1
10/11/2022	11:30:00	34.9	29.5	70.1
10/11/2022	11:30:01	34.9	29.5	70.1
10/11/2022	11:30:02	34.8	29.5	70.2
10/11/2022	11:30:04	34.8	29.5	70.2
10/11/2022	11:30:05	34.8	29.5	70.1
10/11/2022	11:30:06	34.8	29.5	69.9
10/11/2022	11:30:07	34.8	29.5	69.8
10/11/2022	11:30:08	34.8	29.5	69.8
10/11/2022	11:30:09	34.8	29.5	69.7
10/11/2022	11:30:11	34.8	29.5	69.7
10/11/2022	11:30:12	34.9	29.5	69.6
10/11/2022	11:30:13	34.9	29.5	69.6
10/11/2022	11:30:14	34.9	29.5	69.6
10/11/2022	11:30:15	34.9	29.5	69.7
10/11/2022	11:30:16	34.9	29.5	69.8
10/11/2022	11:30:17	34.9	29.5	69.9
10/11/2022	11:30:19	34.9	29.5	70.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	11:30:20	34.9	29.5	70.1
10/11/2022	11:30:21	34.9	29.5	70.1
10/11/2022	11:30:22	34.9	29.5	70.1
10/11/2022	11:30:23	34.9	29.4	70.1
10/11/2022	11:30:24	34.8	29.4	70.1
10/11/2022	11:30:25	34.8	29.4	70.0
10/11/2022	11:30:27	34.8	29.4	69.9
10/11/2022	11:30:28	34.8	29.4	69.8
10/11/2022	11:30:29	34.8	29.4	69.8
10/11/2022	11:30:30	34.8	29.4	69.8
10/11/2022	11:30:31	34.8	29.5	69.7
10/11/2022	11:30:32	34.8	29.5	69.6
10/11/2022	11:30:33	34.8	29.5	69.6
10/11/2022	11:30:35	34.8	29.5	69.7
10/11/2022	11:30:36	34.8	29.5	69.8
10/11/2022	11:30:37	34.9	29.5	69.8
10/11/2022	11:30:38	34.9	29.5	69.8
10/11/2022	11:30:39	34.9	29.5	69.8
10/11/2022	11:30:40	34.9	29.5	69.9
10/11/2022	11:30:42	34.9	29.5	69.9
10/11/2022	11:30:43	34.9	29.4	69.9
10/11/2022	11:30:44	34.9	29.4	69.8
10/11/2022	11:30:45	34.9	29.4	69.7
10/11/2022	11:30:46	34.9	29.4	69.6
10/11/2022	11:30:47	34.9	29.4	69.6
10/11/2022	11:30:49	34.9	29.4	69.6
10/11/2022	11:30:50	34.9	29.5	69.5
10/11/2022	11:30:51	34.9	29.5	69.4
10/11/2022	11:30:52	34.9	29.5	69.4
10/11/2022	11:30:53	34.9	29.5	69.4
10/11/2022	11:30:54	34.9	29.5	69.4
10/11/2022	11:30:55	34.9	29.5	69.5
10/11/2022	11:30:57	34.9	29.5	69.6
10/11/2022	11:30:58	34.9	29.5	69.7
10/11/2022	11:30:59	34.9	29.5	69.9
10/11/2022	11:31:00	34.9	29.5	70.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	11:31:01	34.9	29.5	70.1
10/11/2022	11:31:02	34.9	29.5	70.1
10/11/2022	11:31:03	34.8	29.5	70.0
10/11/2022	11:31:05	34.8	29.5	69.9
10/11/2022	11:31:06	34.8	29.5	69.9
10/11/2022	11:31:07	34.8	29.5	69.8
10/11/2022	11:31:08	34.8	29.5	69.7
10/11/2022	11:31:09	34.8	29.5	69.6
10/11/2022	11:31:10	34.8	29.5	69.6
10/11/2022	11:31:11	34.8	29.5	69.6
10/11/2022	11:31:13	34.9	29.5	69.6
10/11/2022	11:31:14	34.9	29.5	69.6
10/11/2022	11:31:15	34.9	29.5	69.7
10/11/2022	11:31:16	34.9	29.5	69.8
10/11/2022	11:31:17	34.9	29.5	69.9
10/11/2022	11:31:18	34.9	29.5	69.9
10/11/2022	11:31:19	34.9	29.5	70.0
10/11/2022	11:31:21	34.9	29.5	70.1
10/11/2022	11:31:22	34.9	29.5	70.1
10/11/2022	11:31:23	34.9	29.5	70.0
10/11/2022	11:31:24	34.9	29.5	70.0
10/11/2022	11:31:25	34.8	29.5	69.9
10/11/2022	11:31:26	34.9	29.5	69.8
10/11/2022	11:31:27	34.9	29.5	69.7
10/11/2022	11:31:29	34.8	29.5	69.6
10/11/2022	11:31:30	34.8	29.5	69.5
10/11/2022	11:31:31	34.8	29.5	69.5
10/11/2022	11:31:32	34.9	29.5	69.5
10/11/2022	11:31:33	34.9	29.5	69.5
10/11/2022	11:31:34	34.9	29.5	69.4
10/11/2022	11:31:36	34.9	29.5	69.6
10/11/2022	11:31:37	34.9	29.5	69.7
10/11/2022	11:31:38	34.9	29.5	69.9
10/11/2022	11:31:39	34.9	29.5	70.0
10/11/2022	11:31:40	34.9	29.5	70.0
10/11/2022	11:31:41	34.9	29.5	70.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	11:31:42	34.9	29.5	70.2
10/11/2022	11:31:44	34.9	29.5	70.1
10/11/2022	11:31:45	34.9	29.5	70.1
10/11/2022	11:31:46	34.9	29.5	70.0
10/11/2022	11:31:47	34.9	29.5	69.9
10/11/2022	11:31:48	34.9	29.5	69.8
10/11/2022	11:31:49	34.9	29.5	69.7
10/11/2022	11:31:51	34.9	29.5	69.7
10/11/2022	11:31:52	34.9	29.5	69.7
10/11/2022	11:31:53	34.9	29.5	69.6
10/11/2022	11:31:54	34.9	29.5	69.6
10/11/2022	11:31:55	34.9	29.5	69.7
10/11/2022	11:31:56	34.9	29.5	69.8
10/11/2022	11:31:57	34.9	29.5	69.9
10/11/2022	11:31:59	34.9	29.5	70.0
10/11/2022	11:32:00	34.9	29.5	70.0
10/11/2022	11:32:01	34.9	29.5	70.0
10/11/2022	11:32:02	34.9	29.5	70.0
10/11/2022	11:32:03	34.9	29.5	70.1
10/11/2022	11:32:04	34.8	29.5	70.0
10/11/2022	11:32:05	34.8	29.5	69.9
10/11/2022	11:32:07	34.8	29.5	69.7
10/11/2022	11:32:08	34.8	29.5	69.6
10/11/2022	11:32:09	34.8	29.5	69.6
10/11/2022	11:32:10	34.8	29.5	69.6
10/11/2022	11:32:11	34.8	29.5	69.6
10/11/2022	11:32:12	34.8	29.5	69.5
10/11/2022	11:32:14	34.8	29.5	69.5
10/11/2022	11:32:15	34.8	29.5	69.5
10/11/2022	11:32:16	34.8	29.5	69.6
10/11/2022	11:32:17	34.8	29.5	69.7
10/11/2022	11:32:18	34.8	29.5	69.9
10/11/2022	11:32:19	34.8	29.5	70.0
10/11/2022	11:32:20	34.8	29.5	70.1
10/11/2022	11:32:22	34.8	29.5	70.2
10/11/2022	11:32:23	34.8	29.5	70.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	11:32:24	34.8	29.5	70.2
10/11/2022	11:32:25	34.8	29.5	70.1
10/11/2022	11:32:26	34.8	29.5	70.0
10/11/2022	11:32:27	34.8	29.5	69.9
10/11/2022	11:32:29	34.8	29.5	69.9
10/11/2022	11:32:30	34.8	29.5	69.8
10/11/2022	11:32:31	34.8	29.5	69.7
10/11/2022	11:32:32	34.9	29.5	69.8
10/11/2022	11:32:33	34.9	29.5	69.7
10/11/2022	11:32:34	34.9	29.5	69.7
10/11/2022	11:32:35	34.9	29.5	69.8
10/11/2022	11:32:37	34.9	29.5	69.8
10/11/2022	11:32:38	34.9	29.5	69.9
10/11/2022	11:32:39	34.9	29.5	70.0
10/11/2022	11:32:40	34.9	29.5	69.9
10/11/2022	11:32:41	34.9	29.5	70.0
10/11/2022	11:32:42	34.9	29.5	70.1
10/11/2022	11:32:43	34.9	29.5	70.0
10/11/2022	11:32:45	34.9	29.5	69.9
10/11/2022	11:32:46	34.9	29.5	69.8
10/11/2022	11:32:47	34.9	29.5	69.8
10/11/2022	11:32:48	34.9	29.5	69.8
10/11/2022	11:32:49	34.9	29.5	69.7
10/11/2022	11:32:50	34.9	29.5	69.6
10/11/2022	11:32:51	34.9	29.5	69.6
10/11/2022	11:32:53	34.9	29.5	69.6
10/11/2022	11:32:54	34.9	29.5	69.6
10/11/2022	11:32:55	34.9	29.5	69.6
10/11/2022	11:32:56	34.9	29.5	69.7
10/11/2022	11:32:57	34.9	29.5	69.8
10/11/2022	11:32:58	34.9	29.5	69.8
10/11/2022	11:32:59	34.9	29.5	69.9
10/11/2022	11:33:01	34.9	29.5	69.9
10/11/2022	11:33:02	34.9	29.5	70.0
10/11/2022	11:33:03	34.9	29.5	70.1
10/11/2022	11:33:04	34.9	29.5	70.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	11:33:05	34.9	29.5	69.9
10/11/2022	11:33:06	34.9	29.5	69.8
10/11/2022	11:33:08	34.9	29.5	69.8
10/11/2022	11:33:09	34.9	29.5	69.7
10/11/2022	11:33:10	34.9	29.5	69.6
10/11/2022	11:33:11	34.9	29.5	69.6
10/11/2022	11:33:12	34.9	29.5	69.6
10/11/2022	11:33:13	34.9	29.5	69.5
10/11/2022	11:33:14	34.9	29.5	69.5
10/11/2022	11:33:16	34.9	29.5	69.6
10/11/2022	11:33:17	34.9	29.5	69.7
10/11/2022	11:33:18	34.9	29.5	69.8
10/11/2022	11:33:19	34.9	29.5	69.8
10/11/2022	11:33:20	34.9	29.5	69.9
10/11/2022	11:33:21	34.9	29.5	69.9
10/11/2022	11:33:23	34.9	29.5	69.9
10/11/2022	11:33:24	34.9	29.5	69.9
10/11/2022	11:33:25	34.9	29.5	69.8
10/11/2022	11:33:26	34.9	29.5	69.8
10/11/2022	11:33:27	34.9	29.5	69.7
10/11/2022	11:33:28	34.8	29.5	69.6
10/11/2022	11:33:29	34.8	29.5	69.6
10/11/2022	11:33:31	34.8	29.5	69.6
10/11/2022	11:33:32	34.9	29.5	69.6
10/11/2022	11:33:33	34.9	29.5	69.5
10/11/2022	11:33:34	34.9	29.5	69.5
10/11/2022	11:33:35	34.9	29.5	69.5
10/11/2022	11:33:36	34.9	29.5	69.7
10/11/2022	11:33:37	34.9	29.5	69.8
10/11/2022	11:33:39	34.9	29.5	69.9
10/11/2022	11:33:40	34.9	29.5	70.0
10/11/2022	11:33:41	34.9	29.5	70.1
10/11/2022	11:33:42	34.9	29.5	70.1
10/11/2022	11:33:43	34.9	29.5	70.2
10/11/2022	11:33:44	34.9	29.5	70.1
10/11/2022	11:33:46	34.9	29.5	70.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	11:33:47	34.9	29.5	69.9
10/11/2022	11:33:48	34.9	29.5	69.8
10/11/2022	11:33:49	34.9	29.5	69.7
10/11/2022	11:33:50	34.9	29.5	69.6
10/11/2022	11:33:51	34.9	29.5	69.6
10/11/2022	11:33:52	34.9	29.5	69.5
10/11/2022	11:33:53	34.9	29.5	69.5
10/11/2022	11:33:55	34.9	29.5	69.5
10/11/2022	11:33:56	34.9	29.5	69.6
10/11/2022	11:33:57	34.9	29.5	69.8
10/11/2022	11:33:58	34.9	29.5	69.8
10/11/2022	11:33:59	34.9	29.5	69.9
10/11/2022	11:34:00	34.9	29.5	70.0
10/11/2022	11:34:01	34.8	29.5	70.0
10/11/2022	11:34:03	34.8	29.5	70.0
10/11/2022	11:34:04	34.8	29.5	70.0
10/11/2022	11:34:05	34.8	29.5	69.9
10/11/2022	11:34:06	34.8	29.5	69.9
10/11/2022	11:34:07	34.8	29.5	69.9
10/11/2022	11:34:08	34.8	29.5	69.8
10/11/2022	11:34:10	34.8	29.5	69.7
10/11/2022	11:34:11	34.8	29.5	69.7
10/11/2022	11:34:12	34.8	29.5	69.7
10/11/2022	11:34:13	34.9	29.5	69.7
10/11/2022	11:34:14	34.9	29.5	69.6
10/11/2022	11:34:15	34.9	29.5	69.7
10/11/2022	11:34:16	34.9	29.5	69.7
10/11/2022	11:34:18	34.9	29.5	69.8
10/11/2022	11:34:19	34.9	29.5	69.9
10/11/2022	11:34:20	34.9	29.5	69.9
10/11/2022	11:34:21	34.9	29.5	70.0
10/11/2022	11:34:22	34.9	29.5	70.1
10/11/2022	11:34:23	34.9	29.5	70.1
10/11/2022	11:34:25	34.9	29.5	70.0
10/11/2022	11:34:26	34.9	29.5	69.9
10/11/2022	11:34:27	34.9	29.5	69.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	11:34:28	34.9	29.5	69.9
10/11/2022	11:34:29	34.9	29.5	69.8
10/11/2022	11:34:30	34.9	29.5	69.7
10/11/2022	11:34:32	34.9	29.5	69.7
10/11/2022	11:34:33	34.9	29.5	69.6
10/11/2022	11:34:34	34.9	29.5	69.6
10/11/2022	11:34:35	34.9	29.5	69.6
10/11/2022	11:34:36	34.9	29.5	69.6
10/11/2022	11:34:37	34.9	29.5	69.7
10/11/2022	11:34:38	34.9	29.5	69.9
10/11/2022	11:34:40	34.9	29.5	70.0
10/11/2022	11:34:41	34.9	29.5	70.1
10/11/2022	11:34:42	34.9	29.5	70.1
10/11/2022	11:34:43	34.9	29.5	70.1
10/11/2022	11:34:44	34.9	29.5	70.1
10/11/2022	11:34:45	34.9	29.5	70.1
10/11/2022	11:34:46	34.9	29.5	70.0
10/11/2022	11:34:48	34.9	29.5	69.9
10/11/2022	11:34:49	34.8	29.5	69.8
10/11/2022	11:34:50	34.8	29.5	69.8
10/11/2022	11:34:51	34.8	29.5	69.8
10/11/2022	11:34:52	34.8	29.5	69.7
10/11/2022	11:34:53	34.8	29.5	69.6
10/11/2022	11:34:55	34.8	29.5	69.6
10/11/2022	11:34:56	34.9	29.5	69.6
10/11/2022	11:34:57	34.9	29.5	69.7
10/11/2022	11:34:58	34.9	29.5	69.8
10/11/2022	11:34:59	34.9	29.5	69.9
10/11/2022	11:35:00	34.9	29.5	70.0
10/11/2022	11:35:01	34.9	29.5	70.1
10/11/2022	11:35:02	34.9	29.5	70.1
10/11/2022	11:35:04	34.9	29.5	70.2
10/11/2022	11:35:05	34.8	29.5	70.1
10/11/2022	11:35:06	34.8	29.5	70.0
10/11/2022	11:35:07	34.8	29.5	69.9
10/11/2022	11:35:08	34.8	29.5	69.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	11:35:09	34.8	29.5	69.7
10/11/2022	11:35:10	34.8	29.5	69.7
10/11/2022	11:35:11	34.8	29.5	69.7
10/11/2022	11:35:13	34.9	29.5	69.6
10/11/2022	11:35:14	34.9	29.5	69.6
10/11/2022	11:35:15	34.9	29.5	69.6
10/11/2022	11:35:16	34.9	29.5	69.7
10/11/2022	11:35:17	34.9	29.5	69.8
10/11/2022	11:35:18	34.9	29.5	69.8
10/11/2022	11:35:19	34.9	29.5	69.8
10/11/2022	11:35:20	34.9	29.5	69.9
10/11/2022	11:35:22	34.9	29.5	69.9
10/11/2022	11:35:23	34.9	29.5	70.0
10/11/2022	11:35:24	34.9	29.5	70.0
10/11/2022	11:35:25	34.8	29.5	69.9
10/11/2022	11:35:26	34.9	29.5	69.8
10/11/2022	11:35:27	34.8	29.5	69.8
10/11/2022	11:35:28	34.8	29.5	69.8
10/11/2022	11:35:30	34.8	29.5	69.7
10/11/2022	11:35:31	34.8	29.5	69.6
10/11/2022	11:35:32	34.9	29.5	69.6
10/11/2022	11:35:33	34.9	29.5	69.6
10/11/2022	11:35:34	34.9	29.5	69.6
10/11/2022	11:35:35	34.9	29.5	69.6
10/11/2022	11:35:36	34.9	29.5	69.7
10/11/2022	11:35:37	34.9	29.5	69.8
10/11/2022	11:35:39	34.9	29.5	69.8
10/11/2022	11:35:40	34.9	29.5	69.9
10/11/2022	11:35:41	34.9	29.5	69.9
10/11/2022	11:35:42	34.9	29.5	70.0
10/11/2022	11:35:43	34.9	29.5	70.0
10/11/2022	11:35:44	34.9	29.5	69.9
10/11/2022	11:35:46	34.9	29.5	69.7
10/11/2022	11:35:47	34.9	29.5	69.7
10/11/2022	11:35:48	34.8	29.5	69.7
10/11/2022	11:35:49	34.8	29.5	69.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	11:35:50	34.8	29.5	69.5
10/11/2022	11:35:51	34.8	29.5	69.5
10/11/2022	11:35:52	34.8	29.5	69.5
10/11/2022	11:35:54	34.9	29.5	69.5
10/11/2022	11:35:55	34.9	29.5	69.5
10/11/2022	11:35:56	34.9	29.5	69.6
10/11/2022	11:35:57	34.9	29.5	69.7
10/11/2022	11:35:58	34.9	29.5	69.8
10/11/2022	11:35:59	34.9	29.5	69.9
10/11/2022	11:36:01	34.9	29.5	70.0
10/11/2022	11:36:02	34.9	29.5	70.1
10/11/2022	11:36:03	34.9	29.5	70.1
10/11/2022	11:36:04	34.9	29.5	70.1
10/11/2022	11:36:05	34.9	29.5	70.0
10/11/2022	11:36:06	34.8	29.5	69.9
10/11/2022	11:36:07	34.8	29.5	69.9
10/11/2022	11:36:09	34.8	29.5	69.8
10/11/2022	11:36:10	34.8	29.5	69.7
10/11/2022	11:36:11	34.8	29.5	69.7
10/11/2022	11:36:12	34.8	29.5	69.7
10/11/2022	11:36:13	34.9	29.5	69.7
10/11/2022	11:36:14	34.9	29.5	69.6
10/11/2022	11:36:16	34.9	29.5	69.6
10/11/2022	11:36:17	34.9	29.5	69.7
10/11/2022	11:36:18	34.9	29.5	69.8
10/11/2022	11:36:19	34.9	29.5	69.9
10/11/2022	11:36:20	34.9	29.5	70.0
10/11/2022	11:36:21	34.9	29.5	70.0
10/11/2022	11:36:22	34.9	29.5	70.0
10/11/2022	11:36:24	34.8	29.5	70.1
10/11/2022	11:36:25	34.8	29.5	70.0
10/11/2022	11:36:26	34.8	29.5	69.9
10/11/2022	11:36:27	34.8	29.5	69.9
10/11/2022	11:36:28	34.8	29.5	69.8
10/11/2022	11:36:29	34.8	29.5	69.7
10/11/2022	11:36:31	34.8	29.5	69.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	11:36:32	34.8	29.5	69.7
10/11/2022	11:36:33	34.8	29.5	69.6
10/11/2022	11:36:34	34.9	29.5	69.6
10/11/2022	11:36:35	34.9	29.5	69.5
10/11/2022	11:36:36	34.9	29.5	69.7
10/11/2022	11:36:37	34.9	29.5	69.8
10/11/2022	11:36:39	34.9	29.5	69.8
10/11/2022	11:36:40	34.9	29.5	69.9
10/11/2022	11:36:41	34.9	29.5	70.0
10/11/2022	11:36:42	34.9	29.5	70.0
10/11/2022	11:36:43	34.9	29.5	70.1
10/11/2022	11:36:44	34.9	29.5	70.0
10/11/2022	11:36:45	34.9	29.5	69.9
10/11/2022	11:36:47	34.8	29.5	69.8
10/11/2022	11:36:48	34.9	29.5	69.8
10/11/2022	11:36:49	34.9	29.5	69.7
10/11/2022	11:36:50	34.9	29.5	69.6
10/11/2022	11:36:51	34.9	29.5	69.6
10/11/2022	11:36:52	34.9	29.5	69.6
10/11/2022	11:36:53	34.9	29.5	69.6
10/11/2022	11:36:55	34.9	29.5	69.5
10/11/2022	11:36:56	34.9	29.5	69.6
10/11/2022	11:36:57	34.8	29.5	69.6
10/11/2022	11:36:58	34.9	29.5	69.8
10/11/2022	11:36:59	34.9	29.5	69.9
10/11/2022	11:37:00	34.9	29.5	70.0
10/11/2022	11:37:02	34.9	29.5	70.1
10/11/2022	11:37:03	34.8	29.5	70.2
10/11/2022	11:37:04	34.8	29.5	70.2
10/11/2022	11:37:05	34.8	29.5	70.1
10/11/2022	11:37:06	34.8	29.5	70.1
10/11/2022	11:37:07	34.8	29.5	70.0
10/11/2022	11:37:09	34.8	29.5	69.9
10/11/2022	11:37:10	34.8	29.5	69.8
10/11/2022	11:37:11	34.8	29.5	69.7
10/11/2022	11:37:12	34.8	29.5	69.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	11:37:13	34.8	29.5	69.8
10/11/2022	11:37:14	34.9	29.5	69.7
10/11/2022	11:37:16	34.9	29.5	69.7
10/11/2022	11:37:17	34.9	29.5	69.8
10/11/2022	11:37:18	34.9	29.5	69.9
10/11/2022	11:37:19	34.9	29.5	70.0
10/11/2022	11:37:20	34.9	29.5	70.0
10/11/2022	11:37:21	34.9	29.5	70.0
10/11/2022	11:37:22	34.9	29.5	70.1
10/11/2022	11:37:24	34.9	29.5	70.1
10/11/2022	11:37:25	34.8	29.5	70.1
10/11/2022	11:37:26	34.8	29.5	70.0
10/11/2022	11:37:27	34.8	29.5	69.9
10/11/2022	11:37:28	34.8	29.5	69.8
10/11/2022	11:37:29	34.8	29.5	69.8
10/11/2022	11:37:31	34.8	29.5	69.8
10/11/2022	11:37:32	34.8	29.5	69.7
10/11/2022	11:37:33	34.8	29.5	69.6
10/11/2022	11:37:34	34.8	29.5	69.6
10/11/2022	11:37:35	34.8	29.5	69.6
10/11/2022	11:37:36	34.9	29.5	69.7
10/11/2022	11:37:37	34.9	29.5	69.8
10/11/2022	11:37:39	34.9	29.5	69.8
10/11/2022	11:37:40	34.9	29.5	69.8
10/11/2022	11:37:41	34.9	29.5	69.9
10/11/2022	11:37:42	34.9	29.5	70.0
10/11/2022	11:37:43	34.9	29.5	70.0
10/11/2022	11:37:44	34.9	29.5	70.0
10/11/2022	11:37:45	34.9	29.5	70.0
10/11/2022	11:37:47	34.9	29.5	69.9
10/11/2022	11:37:48	34.9	29.5	69.8
10/11/2022	11:37:49	34.9	29.5	69.8
10/11/2022	11:37:50	34.9	29.5	69.7
10/11/2022	11:37:51	34.9	29.5	69.7
10/11/2022	11:37:53	34.9	29.5	69.6
10/11/2022	11:37:54	34.9	29.5	69.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	11:37:55	34.9	29.5	69.5
10/11/2022	11:37:56	34.9	29.5	69.5
10/11/2022	11:37:57	34.9	29.5	69.6
10/11/2022	11:37:58	34.9	29.5	69.7
10/11/2022	11:37:59	34.9	29.5	69.8
10/11/2022	11:38:01	34.9	29.5	69.8
10/11/2022	11:38:02	34.9	29.5	69.9
10/11/2022	11:38:03	34.9	29.5	69.9
10/11/2022	11:38:04	34.9	29.5	70.0
10/11/2022	11:38:05	34.9	29.5	69.9
10/11/2022	11:38:06	34.9	29.5	69.8
10/11/2022	11:38:08	34.9	29.5	69.7
10/11/2022	11:38:09	34.9	29.5	69.6
10/11/2022	11:38:10	34.9	29.5	69.6
10/11/2022	11:38:11	34.9	29.5	69.6
10/11/2022	11:38:12	34.9	29.5	69.5
10/11/2022	11:38:13	34.9	29.5	69.4
10/11/2022	11:38:14	34.9	29.5	69.4
10/11/2022	11:38:16	34.9	29.5	69.5
10/11/2022	11:38:17	34.9	29.5	69.6
10/11/2022	11:38:18	34.9	29.5	69.7
10/11/2022	11:38:19	34.9	29.5	69.7
10/11/2022	11:38:20	34.9	29.5	69.8
10/11/2022	11:38:21	34.9	29.5	70.0
10/11/2022	11:38:22	34.9	29.5	70.1
10/11/2022	11:38:24	34.9	29.5	70.1
10/11/2022	11:38:25	34.9	29.5	70.1
10/11/2022	11:38:26	34.9	29.5	70.0
10/11/2022	11:38:27	34.9	29.5	69.9
10/11/2022	11:38:28	34.9	29.5	69.9
10/11/2022	11:38:29	34.8	29.5	69.8
10/11/2022	11:38:30	34.8	29.5	69.7
10/11/2022	11:38:32	34.8	29.5	69.6
10/11/2022	11:38:33	34.9	29.5	69.6
10/11/2022	11:38:34	34.9	29.5	69.5
10/11/2022	11:38:35	34.9	29.5	69.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	11:38:36	34.9	29.5	69.6
10/11/2022	11:38:37	34.9	29.5	69.6
10/11/2022	11:38:38	34.9	29.5	69.7
10/11/2022	11:38:40	34.9	29.5	69.9
10/11/2022	11:38:41	34.9	29.5	70.0
10/11/2022	11:38:42	34.9	29.5	70.0
10/11/2022	11:38:43	34.9	29.5	70.0
10/11/2022	11:38:44	34.9	29.5	69.9
10/11/2022	11:38:45	34.9	29.5	69.9
10/11/2022	11:38:47	34.9	29.5	69.8
10/11/2022	11:38:48	34.9	29.5	69.7
10/11/2022	11:38:49	34.9	29.5	69.7
10/11/2022	11:38:50	34.9	29.5	69.6
10/11/2022	11:38:51	34.9	29.5	69.6
10/11/2022	11:38:52	34.9	29.5	69.6
10/11/2022	11:38:54	34.9	29.5	69.6
10/11/2022	11:38:55	34.9	29.5	69.5
10/11/2022	11:38:56	34.9	29.5	69.5
10/11/2022	11:38:57	34.9	29.5	69.6
10/11/2022	11:38:58	34.9	29.5	69.8
10/11/2022	11:39:00	34.9	29.5	69.9
10/11/2022	11:39:01	34.9	29.5	70.0
10/11/2022	11:39:02	34.9	29.5	70.0
10/11/2022	11:39:03	34.9	29.5	70.1
10/11/2022	11:39:04	34.9	29.5	70.2
10/11/2022	11:39:05	34.8	29.5	70.2
10/11/2022	11:39:06	34.9	29.5	70.0
10/11/2022	11:39:08	34.9	29.5	69.9
10/11/2022	11:39:09	34.8	29.5	69.8
10/11/2022	11:39:10	34.9	29.5	69.8
10/11/2022	11:39:11	34.9	29.5	69.8
10/11/2022	11:39:12	34.9	29.5	69.7
10/11/2022	11:39:13	34.9	29.5	69.6
10/11/2022	11:39:15	34.9	29.5	69.6
10/11/2022	11:39:16	34.9	29.5	69.6
10/11/2022	11:39:17	34.9	29.6	69.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	11:39:18	34.9	29.6	69.7
10/11/2022	11:39:19	34.9	29.6	69.9
10/11/2022	11:39:20	34.9	29.6	70.0
10/11/2022	11:39:21	34.9	29.6	70.1
10/11/2022	11:39:23	34.9	29.6	70.1
10/11/2022	11:39:24	34.9	29.6	70.2
10/11/2022	11:39:25	34.9	29.6	70.3
10/11/2022	11:39:26	34.9	29.5	70.2
10/11/2022	11:39:27	34.8	29.5	70.0
10/11/2022	11:39:28	34.8	29.5	69.9
10/11/2022	11:39:30	34.8	29.5	69.9
10/11/2022	11:39:31	34.8	29.5	69.9
10/11/2022	11:39:32	34.9	29.5	69.8
10/11/2022	11:39:33	34.9	29.5	69.8
10/11/2022	11:39:34	34.9	29.5	69.7
10/11/2022	11:39:35	34.9	29.5	69.7
10/11/2022	11:39:36	34.9	29.5	69.8
10/11/2022	11:39:38	34.9	29.6	69.9
10/11/2022	11:39:39	34.9	29.5	69.9
10/11/2022	11:39:40	34.9	29.5	70.0
10/11/2022	11:39:41	34.9	29.5	70.0
10/11/2022	11:39:42	34.9	29.5	70.0
10/11/2022	11:39:43	34.9	29.5	70.1
10/11/2022	11:39:44	34.9	29.5	70.1
10/11/2022	11:39:46	34.8	29.5	70.0
10/11/2022	11:39:47	34.8	29.5	69.9
10/11/2022	11:39:48	34.8	29.5	69.8
10/11/2022	11:39:49	34.8	29.5	69.7
10/11/2022	11:39:50	34.8	29.5	69.7
10/11/2022	11:39:52	34.8	29.5	69.7
10/11/2022	11:39:53	34.8	29.5	69.6
10/11/2022	11:39:54	34.9	29.5	69.5
10/11/2022	11:39:55	34.9	29.5	69.5
10/11/2022	11:39:56	34.9	29.5	69.5
10/11/2022	11:39:57	34.9	29.5	69.6
10/11/2022	11:39:59	34.9	29.5	69.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	11:40:00	34.9	29.5	69.7
10/11/2022	11:40:01	34.9	29.5	69.8
10/11/2022	11:40:02	34.9	29.5	69.8
10/11/2022	11:40:03	34.9	29.5	69.8
10/11/2022	11:40:04	34.9	29.5	69.9
10/11/2022	11:40:05	34.9	29.5	69.8
10/11/2022	11:40:07	34.9	29.5	69.8
10/11/2022	11:40:08	34.9	29.5	69.8
10/11/2022	11:40:09	34.9	29.5	69.6
10/11/2022	11:40:10	34.9	29.5	69.6
10/11/2022	11:40:11	34.9	29.5	69.6
10/11/2022	11:40:12	34.9	29.5	69.5
10/11/2022	11:40:13	34.9	29.5	69.5
10/11/2022	11:40:15	34.9	29.5	69.4
10/11/2022	11:40:16	34.9	29.5	69.4
10/11/2022	11:40:17	34.9	29.5	69.5
10/11/2022	11:40:18	34.9	29.5	69.5
10/11/2022	11:40:19	34.9	29.5	69.7
10/11/2022	11:40:20	34.9	29.5	69.8
10/11/2022	11:40:22	34.9	29.5	69.9
10/11/2022	11:40:23	34.9	29.6	69.9
10/11/2022	11:40:24	34.9	29.6	70.0
10/11/2022	11:40:25	34.9	29.6	70.0
10/11/2022	11:40:26	34.9	29.5	70.0
10/11/2022	11:40:27	34.9	29.5	69.9
10/11/2022	11:40:28	34.9	29.5	69.8
10/11/2022	11:40:30	34.8	29.5	69.7
10/11/2022	11:40:31	34.8	29.5	69.6
10/11/2022	11:40:32	34.8	29.5	69.6
10/11/2022	11:40:33	34.9	29.5	69.5
10/11/2022	11:40:34	34.9	29.5	69.5
10/11/2022	11:40:35	34.8	29.5	69.5
10/11/2022	11:40:36	34.9	29.5	69.6
10/11/2022	11:40:38	34.9	29.5	69.7
10/11/2022	11:40:39	34.9	29.5	69.8
10/11/2022	11:40:40	34.9	29.5	69.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	11:40:41	34.9	29.5	69.9
10/11/2022	11:40:42	34.9	29.5	70.0
10/11/2022	11:40:43	34.9	29.5	70.1
10/11/2022	11:40:44	34.9	29.5	70.1
10/11/2022	11:40:46	34.8	29.5	70.0
10/11/2022	11:40:47	34.8	29.5	69.9
10/11/2022	11:40:48	34.8	29.5	69.9
10/11/2022	11:40:49	34.8	29.5	69.8
10/11/2022	11:40:50	34.8	29.5	69.7
10/11/2022	11:40:51	34.8	29.5	69.7
10/11/2022	11:40:52	34.8	29.5	69.7
10/11/2022	11:40:54	34.8	29.5	69.6
10/11/2022	11:40:55	34.9	29.5	69.6
10/11/2022	11:40:56	34.9	29.5	69.7
10/11/2022	11:40:57	34.9	29.5	69.7
10/11/2022	11:40:58	34.9	29.5	69.8
10/11/2022	11:40:59	34.9	29.5	69.9
10/11/2022	11:41:01	34.9	29.5	70.0
10/11/2022	11:41:02	34.9	29.5	70.0
10/11/2022	11:41:03	34.9	29.6	70.1
10/11/2022	11:41:04	34.9	29.6	70.1
10/11/2022	11:41:05	34.9	29.6	70.0
10/11/2022	11:41:06	34.8	29.5	70.0
10/11/2022	11:41:07	34.8	29.6	69.9
10/11/2022	11:41:09	34.8	29.5	69.8
10/11/2022	11:41:10	34.8	29.5	69.8
10/11/2022	11:41:11	34.8	29.6	69.7
10/11/2022	11:41:12	34.8	29.6	69.7
10/11/2022	11:41:13	34.8	29.6	69.7
10/11/2022	11:41:14	34.9	29.6	69.7
10/11/2022	11:41:15	34.9	29.6	69.6
10/11/2022	11:41:17	34.9	29.6	69.6
10/11/2022	11:41:18	34.9	29.6	69.7
10/11/2022	11:41:19	34.9	29.6	69.9
10/11/2022	11:41:20	34.9	29.6	70.0
10/11/2022	11:41:21	34.9	29.6	70.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	11:41:22	34.9	29.6	70.1
10/11/2022	11:41:23	34.9	29.6	70.2
10/11/2022	11:41:25	34.9	29.6	70.2
10/11/2022	11:41:26	34.9	29.5	70.2
10/11/2022	11:41:27	34.8	29.5	70.1
10/11/2022	11:41:28	34.8	29.5	70.0
10/11/2022	11:41:29	34.8	29.5	69.9
10/11/2022	11:41:30	34.9	29.5	69.9
10/11/2022	11:41:32	34.9	29.5	69.8
10/11/2022	11:41:33	34.9	29.5	69.8
10/11/2022	11:41:34	34.9	29.6	69.7
10/11/2022	11:41:35	34.9	29.6	69.7
10/11/2022	11:41:36	34.9	29.6	69.6
10/11/2022	11:41:37	34.9	29.6	69.6
10/11/2022	11:41:39	34.9	29.6	69.7
10/11/2022	11:41:40	34.9	29.6	69.8
10/11/2022	11:41:41	34.9	29.6	69.9
10/11/2022	11:41:42	34.9	29.6	69.9
10/11/2022	11:41:43	34.9	29.6	70.0
10/11/2022	11:41:44	34.9	29.6	70.1
10/11/2022	11:41:45	34.9	29.5	70.1
10/11/2022	11:41:46	34.9	29.5	70.0
10/11/2022	11:41:48	34.9	29.5	70.0
10/11/2022	11:41:49	34.9	29.6	69.9
10/11/2022	11:41:50	34.9	29.6	69.8
10/11/2022	11:41:51	34.9	29.6	69.8
10/11/2022	11:41:52	34.9	29.6	69.7
10/11/2022	11:41:53	34.9	29.5	69.6
10/11/2022	11:41:55	34.9	29.6	69.5
10/11/2022	11:41:56	34.9	29.5	69.6
10/11/2022	11:41:57	34.9	29.5	69.6
10/11/2022	11:41:58	34.9	29.5	69.7
10/11/2022	11:41:59	34.9	29.5	69.8
10/11/2022	11:42:00	34.9	29.5	69.8
10/11/2022	11:42:02	34.9	29.5	69.9
10/11/2022	11:42:03	34.9	29.5	70.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	11:42:04	34.9	29.5	70.2
10/11/2022	11:42:05	34.9	29.5	70.2
10/11/2022	11:42:06	34.8	29.5	70.2
10/11/2022	11:42:07	34.8	29.5	70.1
10/11/2022	11:42:08	34.8	29.5	70.0
10/11/2022	11:42:10	34.8	29.5	70.0
10/11/2022	11:42:11	34.9	29.5	69.9
10/11/2022	11:42:12	34.9	29.5	69.8
10/11/2022	11:42:13	34.9	29.5	69.8
10/11/2022	11:42:14	34.9	29.5	69.7
10/11/2022	11:42:15	34.9	29.5	69.7
10/11/2022	11:42:16	34.9	29.5	69.7
10/11/2022	11:42:18	34.9	29.5	69.8
10/11/2022	11:42:19	34.9	29.5	69.8
10/11/2022	11:42:20	34.9	29.5	69.8
10/11/2022	11:42:21	34.9	29.5	69.8
10/11/2022	11:42:22	34.9	29.5	69.9
10/11/2022	11:42:23	34.9	29.5	70.0
10/11/2022	11:42:24	34.9	29.5	70.0
10/11/2022	11:42:26	34.9	29.5	69.9
10/11/2022	11:42:27	34.9	29.5	69.9
10/11/2022	11:42:28	34.9	29.5	69.8
10/11/2022	11:42:29	34.9	29.5	69.8
10/11/2022	11:42:30	34.9	29.5	69.7
10/11/2022	11:42:31	34.9	29.5	69.6
10/11/2022	11:42:33	34.9	29.5	69.6
10/11/2022	11:42:34	34.9	29.5	69.6
10/11/2022	11:42:35	34.9	29.5	69.5
10/11/2022	11:42:36	34.9	29.5	69.6
10/11/2022	11:42:37	34.9	29.5	69.6
10/11/2022	11:42:38	34.9	29.5	69.7
10/11/2022	11:42:39	34.9	29.5	69.7
10/11/2022	11:42:41	34.9	29.5	69.8
10/11/2022	11:42:42	34.9	29.5	69.9
10/11/2022	11:42:43	34.9	29.5	69.9
10/11/2022	11:42:44	34.9	29.5	70.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	11:42:45	34.9	29.5	70.0
10/11/2022	11:42:46	34.9	29.5	70.0
10/11/2022	11:42:48	34.9	29.5	69.9
10/11/2022	11:42:49	34.9	29.5	69.8
10/11/2022	11:42:50	34.9	29.5	69.7
10/11/2022	11:42:51	34.9	29.5	69.7
10/11/2022	11:42:52	34.9	29.5	69.7
10/11/2022	11:42:53	34.9	29.5	69.7
10/11/2022	11:42:55	34.9	29.5	69.6
10/11/2022	11:42:56	34.9	29.5	69.6
10/11/2022	11:42:57	34.9	29.5	69.6
10/11/2022	11:42:58	34.9	29.5	69.6
10/11/2022	11:42:59	34.9	29.5	69.7
10/11/2022	11:43:00	34.9	29.5	69.7
10/11/2022	11:43:01	34.9	29.5	69.8
10/11/2022	11:43:02	34.9	29.5	69.9
10/11/2022	11:43:04	34.9	29.5	69.9
10/11/2022	11:43:05	34.9	29.5	69.9
10/11/2022	11:43:06	34.9	29.5	70.0
10/11/2022	11:43:07	34.8	29.5	69.9
10/11/2022	11:43:08	34.8	29.5	69.9
10/11/2022	11:43:09	34.9	29.5	69.7
10/11/2022	11:43:11	34.9	29.5	69.7
10/11/2022	11:43:12	34.9	29.5	69.6
10/11/2022	11:43:13	34.8	29.5	69.6
10/11/2022	11:43:14	34.9	29.5	69.5
10/11/2022	11:43:15	34.9	29.5	69.5
10/11/2022	11:43:16	34.9	29.5	69.4
10/11/2022	11:43:17	34.9	29.5	69.5
10/11/2022	11:43:19	34.9	29.5	69.6
10/11/2022	11:43:20	34.9	29.5	69.8
10/11/2022	11:43:21	34.9	29.5	69.9
10/11/2022	11:43:22	34.9	29.5	70.0
10/11/2022	11:43:23	34.9	29.5	70.1
10/11/2022	11:43:24	34.9	29.5	70.1
10/11/2022	11:43:25	34.9	29.5	70.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	11:43:27	34.8	29.5	70.1
10/11/2022	11:43:28	34.9	29.5	70.0
10/11/2022	11:43:29	34.8	29.5	69.9
10/11/2022	11:43:30	34.8	29.5	69.8
10/11/2022	11:43:31	34.8	29.5	69.7
10/11/2022	11:43:32	34.8	29.5	69.7
10/11/2022	11:43:34	34.8	29.5	69.7
10/11/2022	11:43:35	34.8	29.5	69.7
10/11/2022	11:43:36	34.9	29.5	69.6
10/11/2022	11:43:37	34.9	29.5	69.6
10/11/2022	11:43:38	34.9	29.5	69.7
10/11/2022	11:43:39	34.9	29.5	69.8
10/11/2022	11:43:40	34.9	29.5	69.9
10/11/2022	11:43:42	34.9	29.5	70.0
10/11/2022	11:43:43	34.9	29.5	70.0
10/11/2022	11:43:44	34.9	29.5	70.1
10/11/2022	11:43:45	34.9	29.5	70.1
10/11/2022	11:43:46	34.9	29.5	70.1
10/11/2022	11:43:47	34.8	29.5	70.0
10/11/2022	11:43:48	34.8	29.5	69.9
10/11/2022	11:43:50	34.8	29.5	69.8
10/11/2022	11:43:51	34.8	29.5	69.7
10/11/2022	11:43:52	34.8	29.5	69.7
10/11/2022	11:43:53	34.8	29.5	69.7
10/11/2022	11:43:54	34.8	29.5	69.6
10/11/2022	11:43:55	34.9	29.5	69.5
10/11/2022	11:43:56	34.9	29.5	69.5
10/11/2022	11:43:57	34.9	29.5	69.5
10/11/2022	11:43:59	34.9	29.5	69.7
10/11/2022	11:44:00	34.9	29.5	69.8
10/11/2022	11:44:01	34.9	29.5	69.9
10/11/2022	11:44:02	34.9	29.5	70.0
10/11/2022	11:44:03	34.9	29.5	70.1
10/11/2022	11:44:04	34.9	29.5	70.1
10/11/2022	11:44:06	34.9	29.5	70.2
10/11/2022	11:44:07	34.8	29.5	70.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	11:44:08	34.8	29.5	70.1
10/11/2022	11:44:09	34.8	29.5	69.9
10/11/2022	11:44:10	34.8	29.5	69.9
10/11/2022	11:44:11	34.9	29.5	69.9
10/11/2022	11:44:13	34.8	29.5	69.8
10/11/2022	11:44:14	34.8	29.5	69.7
10/11/2022	11:44:15	34.9	29.5	69.7
10/11/2022	11:44:16	34.9	29.5	69.6
10/11/2022	11:44:17	34.9	29.5	69.7
10/11/2022	11:44:18	34.8	29.5	69.8
10/11/2022	11:44:20	34.9	29.5	69.9
10/11/2022	11:44:21	34.9	29.5	69.9
10/11/2022	11:44:22	34.9	29.5	70.0
10/11/2022	11:44:23	34.9	29.5	70.1
10/11/2022	11:44:24	34.9	29.5	70.1
10/11/2022	11:44:25	34.9	29.6	70.2
10/11/2022	11:44:26	34.8	29.5	70.2
10/11/2022	11:44:28	34.8	29.5	70.1
10/11/2022	11:44:29	34.8	29.5	69.9
10/11/2022	11:44:30	34.9	29.5	69.9
10/11/2022	11:44:31	34.9	29.5	69.9
10/11/2022	11:44:32	34.9	29.5	69.8
10/11/2022	11:44:33	34.8	29.5	69.8
10/11/2022	11:44:34	34.8	29.5	69.7
10/11/2022	11:44:36	34.9	29.5	69.7
10/11/2022	11:44:37	34.8	29.5	69.7
10/11/2022	11:44:38	34.8	29.5	69.7
10/11/2022	11:44:39	34.9	29.5	69.8
10/11/2022	11:44:40	34.9	29.5	69.9
10/11/2022	11:44:41	34.8	29.5	69.9
10/11/2022	11:44:42	34.8	29.5	69.9
10/11/2022	11:44:44	34.9	29.5	69.9
10/11/2022	11:44:45	34.9	29.5	70.0
10/11/2022	11:44:46	34.9	29.5	70.0
10/11/2022	11:44:47	34.8	29.5	69.9
10/11/2022	11:44:48	34.9	29.5	69.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	11:44:49	34.8	29.5	69.8
10/11/2022	11:44:51	34.8	29.5	69.7
10/11/2022	11:44:52	34.8	29.5	69.7
10/11/2022	11:44:53	34.8	29.5	69.7
10/11/2022	11:44:54	34.8	29.5	69.6
10/11/2022	11:44:55	34.9	29.5	69.6
10/11/2022	11:44:56	34.9	29.5	69.6
10/11/2022	11:44:57	34.8	29.5	69.5
10/11/2022	11:44:59	34.9	29.5	69.6
10/11/2022	11:45:00	34.9	29.5	69.7
10/11/2022	11:45:01	34.9	29.5	69.8
10/11/2022	11:45:02	34.9	29.6	69.9
10/11/2022	11:45:03	34.9	29.6	69.9
10/11/2022	11:45:04	34.9	29.6	70.0
10/11/2022	11:45:06	34.9	29.6	70.0
10/11/2022	11:45:07	34.8	29.5	70.0
10/11/2022	11:45:08	34.8	29.5	69.9
10/11/2022	11:45:09	34.8	29.6	69.8
10/11/2022	11:45:10	34.8	29.5	69.7
10/11/2022	11:45:11	34.8	29.5	69.7
10/11/2022	11:45:13	34.8	29.5	69.7
10/11/2022	11:45:14	34.8	29.5	69.7
10/11/2022	11:45:15	34.8	29.5	69.6
10/11/2022	11:45:16	34.9	29.5	69.6
10/11/2022	11:45:17	34.9	29.5	69.6
10/11/2022	11:45:18	34.9	29.5	69.7
10/11/2022	11:45:20	34.9	29.5	69.8
10/11/2022	11:45:21	34.9	29.5	69.9
10/11/2022	11:45:22	34.9	29.5	70.0
10/11/2022	11:45:23	34.9	29.5	70.0
10/11/2022	11:45:24	34.9	29.5	70.0
10/11/2022	11:45:25	34.9	29.5	70.1
10/11/2022	11:45:26	34.9	29.5	70.1
10/11/2022	11:45:28	34.8	29.5	70.0
10/11/2022	11:45:29	34.9	29.5	69.9
10/11/2022	11:45:30	34.8	29.5	69.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	11:45:31	34.8	29.5	69.8
10/11/2022	11:45:32	34.8	29.5	69.7
10/11/2022	11:45:33	34.8	29.5	69.6
10/11/2022	11:45:35	34.8	29.5	69.6
10/11/2022	11:45:36	34.9	29.5	69.5
10/11/2022	11:45:37	34.9	29.5	69.5
10/11/2022	11:45:38	34.9	29.5	69.6
10/11/2022	11:45:39	34.9	29.5	69.7
10/11/2022	11:45:40	34.9	29.5	69.8
10/11/2022	11:45:42	34.9	29.5	69.8
10/11/2022	11:45:43	34.9	29.5	69.9
10/11/2022	11:45:44	34.9	29.5	69.9
10/11/2022	11:45:45	34.9	29.5	70.0
10/11/2022	11:45:46	34.9	29.5	70.0
10/11/2022	11:45:47	34.9	29.5	69.9
10/11/2022	11:45:48	34.9	29.5	69.8
10/11/2022	11:45:50	34.9	29.5	69.7
10/11/2022	11:45:51	34.9	29.5	69.7
10/11/2022	11:45:52	34.9	29.5	69.7
10/11/2022	11:45:53	34.9	29.5	69.6
10/11/2022	11:45:54	34.9	29.5	69.6
10/11/2022	11:45:55	34.9	29.5	69.6
10/11/2022	11:45:57	34.9	29.5	69.6
10/11/2022	11:45:58	34.9	29.5	69.6
10/11/2022	11:45:59	34.9	29.5	69.7
10/11/2022	11:46:00	34.9	29.5	69.7
10/11/2022	11:46:01	34.9	29.5	69.8
10/11/2022	11:46:02	34.9	29.5	70.0
10/11/2022	11:46:03	34.9	29.5	70.1
10/11/2022	11:46:05	34.9	29.5	70.1
10/11/2022	11:46:06	34.9	29.5	70.1
10/11/2022	11:46:07	34.9	29.5	70.1
10/11/2022	11:46:08	34.8	29.5	70.0
10/11/2022	11:46:09	34.9	29.5	69.9
10/11/2022	11:46:10	34.9	29.5	69.9
10/11/2022	11:46:12	34.9	29.5	69.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	11:46:13	34.9	29.5	69.8
10/11/2022	11:46:14	34.9	29.6	69.7
10/11/2022	11:46:15	34.9	29.6	69.7
10/11/2022	11:46:16	34.9	29.6	69.7
10/11/2022	11:46:18	34.9	29.6	69.7
10/11/2022	11:46:19	34.9	29.6	69.8
10/11/2022	11:46:20	34.9	29.6	69.8
10/11/2022	11:46:21	34.9	29.6	69.9
10/11/2022	11:46:22	34.9	29.6	70.0
10/11/2022	11:46:23	34.9	29.5	70.1
10/11/2022	11:46:24	34.9	29.5	70.1
10/11/2022	11:46:26	34.9	29.5	70.1
10/11/2022	11:46:27	34.8	29.5	70.0
10/11/2022	11:46:28	34.8	29.5	69.9
10/11/2022	11:46:29	34.9	29.5	69.9
10/11/2022	11:46:30	34.9	29.5	69.8
10/11/2022	11:46:31	34.9	29.5	69.7
10/11/2022	11:46:33	34.9	29.5	69.7
10/11/2022	11:46:34	34.9	29.5	69.6
10/11/2022	11:46:35	34.9	29.5	69.6
10/11/2022	11:46:36	34.9	29.5	69.6
10/11/2022	11:46:37	34.9	29.5	69.6
10/11/2022	11:46:38	34.9	29.5	69.6
10/11/2022	11:46:39	34.9	29.5	69.7
10/11/2022	11:46:41	34.9	29.5	69.8
10/11/2022	11:46:42	34.9	29.6	69.9
10/11/2022	11:46:43	34.9	29.6	70.0
10/11/2022	11:46:44	34.9	29.6	70.1
10/11/2022	11:46:45	34.9	29.6	70.1
10/11/2022	11:46:46	34.8	29.6	70.1
10/11/2022	11:46:48	34.8	29.5	70.0
10/11/2022	11:46:49	34.8	29.5	70.0
10/11/2022	11:46:50	34.8	29.5	69.9
10/11/2022	11:46:51	34.9	29.5	69.8
10/11/2022	11:46:52	34.9	29.5	69.7
10/11/2022	11:46:53	34.8	29.5	69.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	11:46:54	34.8	29.6	69.6
10/11/2022	11:46:56	34.9	29.6	69.6
10/11/2022	11:46:57	34.9	29.6	69.6
10/11/2022	11:46:58	34.9	29.6	69.6
10/11/2022	11:46:59	34.9	29.6	69.7
10/11/2022	11:47:00	34.9	29.5	69.8
10/11/2022	11:47:01	34.9	29.6	69.9
10/11/2022	11:47:03	34.9	29.6	69.9
10/11/2022	11:47:04	34.9	29.6	70.0
10/11/2022	11:47:05	34.9	29.6	70.0
10/11/2022	11:47:06	34.9	29.5	70.1
10/11/2022	11:47:07	34.9	29.5	70.0
10/11/2022	11:47:08	34.9	29.5	69.8
10/11/2022	11:47:10	34.9	29.5	69.8
10/11/2022	11:47:11	34.9	29.6	69.8
10/11/2022	11:47:12	34.9	29.5	69.8
10/11/2022	11:47:13	34.9	29.5	69.7
10/11/2022	11:47:14	34.9	29.5	69.6
10/11/2022	11:47:15	34.9	29.5	69.6
10/11/2022	11:47:17	34.9	29.6	69.6
10/11/2022	11:47:18	34.9	29.6	69.6
10/11/2022	11:47:19	34.9	29.6	69.7
10/11/2022	11:47:20	34.9	29.6	69.7
10/11/2022	11:47:21	34.9	29.6	69.8
10/11/2022	11:47:22	34.9	29.6	69.9
10/11/2022	11:47:23	34.9	29.6	70.0
10/11/2022	11:47:25	34.9	29.6	70.0
10/11/2022	11:47:26	34.9	29.6	70.0
10/11/2022	11:47:27	34.8	29.5	70.0
10/11/2022	11:47:28	34.8	29.5	69.9
10/11/2022	11:47:29	34.8	29.5	69.9
10/11/2022	11:47:30	34.8	29.6	69.8
10/11/2022	11:47:31	34.8	29.5	69.6
10/11/2022	11:47:33	34.8	29.5	69.6
10/11/2022	11:47:34	34.8	29.5	69.6
10/11/2022	11:47:35	34.8	29.5	69.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	11:47:36	34.8	29.6	69.5
10/11/2022	11:47:37	34.8	29.6	69.5
10/11/2022	11:47:38	34.8	29.6	69.5
10/11/2022	11:47:39	34.8	29.6	69.7
10/11/2022	11:47:41	34.9	29.6	69.9
10/11/2022	11:47:42	34.9	29.6	70.0
10/11/2022	11:47:43	34.9	29.6	70.0
10/11/2022	11:47:44	34.9	29.6	70.0
10/11/2022	11:47:45	34.9	29.6	70.2
10/11/2022	11:47:46	34.9	29.6	70.2
10/11/2022	11:47:48	34.8	29.6	70.1
10/11/2022	11:47:49	34.8	29.5	70.0
10/11/2022	11:47:50	34.8	29.5	69.8
10/11/2022	11:47:51	34.8	29.5	69.8
10/11/2022	11:47:52	34.8	29.5	69.7
10/11/2022	11:47:53	34.8	29.5	69.7
10/11/2022	11:47:54	34.8	29.5	69.7
10/11/2022	11:47:56	34.9	29.5	69.6
10/11/2022	11:47:57	34.9	29.5	69.6
10/11/2022	11:47:58	34.9	29.5	69.6
10/11/2022	11:47:59	34.9	29.5	69.7
10/11/2022	11:48:00	34.9	29.5	69.8
10/11/2022	11:48:01	34.9	29.5	69.8
10/11/2022	11:48:03	34.9	29.6	69.9
10/11/2022	11:48:04	34.9	29.6	70.0
10/11/2022	11:48:05	34.9	29.6	70.1
10/11/2022	11:48:06	34.9	29.6	70.0
10/11/2022	11:48:07	34.9	29.6	70.0
10/11/2022	11:48:08	34.8	29.5	69.9
10/11/2022	11:48:09	34.8	29.5	69.8
10/11/2022	11:48:11	34.8	29.6	69.8
10/11/2022	11:48:12	34.9	29.6	69.8
10/11/2022	11:48:13	34.8	29.6	69.7
10/11/2022	11:48:14	34.8	29.6	69.7
10/11/2022	11:48:15	34.9	29.6	69.7
10/11/2022	11:48:16	34.9	29.6	69.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	11:48:18	34.9	29.6	69.7
10/11/2022	11:48:19	34.9	29.6	69.7
10/11/2022	11:48:20	34.9	29.6	69.8
10/11/2022	11:48:21	34.9	29.6	69.9
10/11/2022	11:48:22	34.9	29.6	69.9
10/11/2022	11:48:23	34.9	29.6	69.9
10/11/2022	11:48:24	34.9	29.5	70.0
10/11/2022	11:48:26	34.9	29.5	70.1
10/11/2022	11:48:27	34.9	29.5	70.0
10/11/2022	11:48:28	34.8	29.5	69.9
10/11/2022	11:48:29	34.9	29.5	69.9
10/11/2022	11:48:30	34.9	29.6	69.9
10/11/2022	11:48:31	34.9	29.5	69.8
10/11/2022	11:48:33	34.8	29.6	69.7
10/11/2022	11:48:34	34.9	29.6	69.7
10/11/2022	11:48:35	34.8	29.6	69.7
10/11/2022	11:48:36	34.8	29.6	69.7
10/11/2022	11:48:37	34.9	29.6	69.6
10/11/2022	11:48:38	34.9	29.6	69.6
10/11/2022	11:48:40	34.9	29.6	69.8
10/11/2022	11:48:41	34.8	29.6	69.9
10/11/2022	11:48:42	34.8	29.6	69.9
10/11/2022	11:48:43	34.8	29.6	70.0
10/11/2022	11:48:44	34.8	29.6	70.1
10/11/2022	11:48:45	34.8	29.6	70.2
10/11/2022	11:48:46	34.8	29.6	70.2
10/11/2022	11:48:48	34.8	29.6	70.1
10/11/2022	11:48:49	34.8	29.5	70.0
10/11/2022	11:48:50	34.8	29.5	69.9
10/11/2022	11:48:51	34.8	29.5	69.9
10/11/2022	11:48:52	34.8	29.5	69.8
10/11/2022	11:48:53	34.8	29.5	69.7
10/11/2022	11:48:55	34.9	29.6	69.7
10/11/2022	11:48:56	34.9	29.6	69.7
10/11/2022	11:48:57	34.9	29.6	69.6
10/11/2022	11:48:58	34.9	29.6	69.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	11:48:59	34.9	29.6	69.7
10/11/2022	11:49:00	34.9	29.6	69.7
10/11/2022	11:49:01	34.9	29.6	69.9
10/11/2022	11:49:03	34.9	29.6	70.0
10/11/2022	11:49:04	34.9	29.6	70.0
10/11/2022	11:49:05	34.9	29.6	70.1
10/11/2022	11:49:06	34.9	29.6	70.1
10/11/2022	11:49:07	34.9	29.6	70.1
10/11/2022	11:49:08	34.8	29.6	70.0
10/11/2022	11:49:10	34.8	29.5	69.9
10/11/2022	11:49:11	34.8	29.5	69.8
10/11/2022	11:49:12	34.8	29.5	69.7
10/11/2022	11:49:13	34.8	29.5	69.7
10/11/2022	11:49:14	34.8	29.6	69.7
10/11/2022	11:49:15	34.8	29.6	69.6
10/11/2022	11:49:16	34.8	29.6	69.6
10/11/2022	11:49:18	34.8	29.6	69.5
10/11/2022	11:49:19	34.8	29.6	69.6
10/11/2022	11:49:20	34.8	29.6	69.8
10/11/2022	11:49:21	34.8	29.6	69.9
10/11/2022	11:49:22	34.8	29.6	69.9
10/11/2022	11:49:23	34.8	29.6	69.9
10/11/2022	11:49:25	34.8	29.6	70.0
10/11/2022	11:49:26	34.8	29.6	70.1
10/11/2022	11:49:27	34.9	29.6	70.0
10/11/2022	11:49:28	34.8	29.6	69.9
10/11/2022	11:49:29	34.8	29.6	69.8
10/11/2022	11:49:30	34.8	29.5	69.8
10/11/2022	11:49:31	34.9	29.6	69.7
10/11/2022	11:49:33	34.9	29.6	69.6
10/11/2022	11:49:34	34.9	29.6	69.6
10/11/2022	11:49:35	34.8	29.6	69.5
10/11/2022	11:49:36	34.9	29.6	69.5
10/11/2022	11:49:37	34.9	29.6	69.5
10/11/2022	11:49:38	34.9	29.6	69.5
10/11/2022	11:49:39	34.9	29.6	69.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	11:49:40	34.9	29.6	69.7
10/11/2022	11:49:42	34.9	29.6	69.8
10/11/2022	11:49:43	34.9	29.6	69.8
10/11/2022	11:49:44	34.9	29.6	69.9
10/11/2022	11:49:45	34.9	29.6	70.0
10/11/2022	11:49:46	34.9	29.6	70.0
10/11/2022	11:49:47	34.9	29.6	70.0
10/11/2022	11:49:48	34.8	29.6	69.9
10/11/2022	11:49:50	34.8	29.6	69.8
10/11/2022	11:49:51	34.8	29.5	69.7
10/11/2022	11:49:52	34.8	29.5	69.7
10/11/2022	11:49:53	34.8	29.5	69.6
10/11/2022	11:49:54	34.8	29.6	69.5
10/11/2022	11:49:55	34.9	29.6	69.5
10/11/2022	11:49:57	34.9	29.6	69.5
10/11/2022	11:49:58	34.9	29.6	69.5
10/11/2022	11:49:59	34.9	29.6	69.6
10/11/2022	11:50:01	34.9	29.6	69.7
10/11/2022	11:50:02	34.9	29.6	69.9
10/11/2022	11:50:03	34.9	29.6	69.9
10/11/2022	11:50:04	34.9	29.6	70.0
10/11/2022	11:50:05	34.9	29.6	70.1
10/11/2022	11:50:07	34.8	29.6	70.1
10/11/2022	11:50:08	34.8	29.5	70.1
10/11/2022	11:50:09	34.8	29.5	69.9
10/11/2022	11:50:10	34.8	29.5	69.8
10/11/2022	11:50:11	34.8	29.5	69.8
10/11/2022	11:50:12	34.8	29.5	69.7
10/11/2022	11:50:14	34.8	29.5	69.6
10/11/2022	11:50:15	34.8	29.5	69.6
10/11/2022	11:50:16	34.9	29.5	69.5
10/11/2022	11:50:17	34.9	29.5	69.5
10/11/2022	11:50:19	34.9	29.5	69.5
10/11/2022	11:50:20	34.9	29.6	69.6
10/11/2022	11:50:21	34.9	29.6	69.7
10/11/2022	11:50:22	34.9	29.6	69.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	11:50:23	34.9	29.6	70.1
10/11/2022	11:50:25	34.9	29.6	70.1
10/11/2022	11:50:26	34.9	29.6	70.2
10/11/2022	11:50:27	34.8	29.5	70.2
10/11/2022	11:50:28	34.8	29.5	70.2
10/11/2022	11:50:30	34.8	29.5	70.1
10/11/2022	11:50:31	34.8	29.5	69.9
10/11/2022	11:50:32	34.8	29.5	69.8
10/11/2022	11:50:33	34.8	29.5	69.8
10/11/2022	11:50:34	34.8	29.5	69.7
10/11/2022	11:50:35	34.8	29.5	69.7
10/11/2022	11:50:36	34.9	29.5	69.7
10/11/2022	11:50:38	34.9	29.6	69.6
10/11/2022	11:50:39	34.9	29.6	69.6
10/11/2022	11:50:40	34.9	29.6	69.7
10/11/2022	11:50:41	34.9	29.6	69.8
10/11/2022	11:50:42	34.9	29.6	70.0
10/11/2022	11:50:43	34.9	29.6	70.1
10/11/2022	11:50:45	34.9	29.5	70.1
10/11/2022	11:50:46	34.9	29.5	70.1
10/11/2022	11:50:47	34.9	29.5	70.2
10/11/2022	11:50:48	34.9	29.5	70.2
10/11/2022	11:50:49	34.9	29.5	70.1
10/11/2022	11:50:50	34.8	29.5	69.9
10/11/2022	11:50:52	34.8	29.5	69.8
10/11/2022	11:50:53	34.8	29.5	69.8
10/11/2022	11:50:54	34.8	29.5	69.8
10/11/2022	11:50:55	34.8	29.5	69.7
10/11/2022	11:50:56	34.8	29.5	69.6
10/11/2022	11:50:57	34.9	29.5	69.6
10/11/2022	11:50:58	34.9	29.5	69.6
10/11/2022	11:51:00	34.9	29.5	69.7
10/11/2022	11:51:01	34.9	29.5	69.8
10/11/2022	11:51:02	34.9	29.6	69.9
10/11/2022	11:51:03	34.9	29.5	69.9
10/11/2022	11:51:04	34.9	29.5	70.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	11:51:05	34.9	29.6	70.2
10/11/2022	11:51:06	34.9	29.6	70.2
10/11/2022	11:51:08	34.9	29.6	70.2
10/11/2022	11:51:09	34.8	29.5	70.1
10/11/2022	11:51:10	34.8	29.5	70.0
10/11/2022	11:51:11	34.8	29.6	69.9
10/11/2022	11:51:12	34.8	29.6	69.9
10/11/2022	11:51:13	34.8	29.6	69.9
10/11/2022	11:51:14	34.8	29.6	69.8
10/11/2022	11:51:16	34.8	29.6	69.7
10/11/2022	11:51:17	34.9	29.6	69.7
10/11/2022	11:51:18	34.9	29.6	69.7
10/11/2022	11:51:19	34.9	29.5	69.7
10/11/2022	11:51:20	34.9	29.5	69.7
10/11/2022	11:51:21	34.9	29.5	69.8
10/11/2022	11:51:23	34.9	29.5	69.9
10/11/2022	11:51:24	34.9	29.5	70.1
10/11/2022	11:51:25	34.9	29.5	70.1
10/11/2022	11:51:26	34.9	29.5	70.2
10/11/2022	11:51:27	34.9	29.5	70.2
10/11/2022	11:51:29	34.8	29.5	70.2
10/11/2022	11:51:30	34.8	29.5	70.1
10/11/2022	11:51:31	34.8	29.5	70.0
10/11/2022	11:51:32	34.8	29.5	69.9
10/11/2022	11:51:33	34.8	29.5	69.9
10/11/2022	11:51:34	34.8	29.5	69.8
10/11/2022	11:51:36	34.9	29.5	69.8
10/11/2022	11:51:37	34.9	29.5	69.8
10/11/2022	11:51:38	34.9	29.5	69.7
10/11/2022	11:51:39	34.9	29.5	69.7
10/11/2022	11:51:40	34.9	29.5	69.7
10/11/2022	11:51:41	34.9	29.5	69.8
10/11/2022	11:51:42	34.9	29.5	69.9
10/11/2022	11:51:44	34.9	29.5	69.9
10/11/2022	11:51:45	34.9	29.5	69.9
10/11/2022	11:51:46	34.9	29.5	69.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	11:51:47	34.9	29.5	69.9
10/11/2022	11:51:48	34.9	29.5	69.9
10/11/2022	11:51:49	34.9	29.5	69.8
10/11/2022	11:51:51	34.8	29.5	69.7
10/11/2022	11:51:52	34.8	29.5	69.6
10/11/2022	11:51:53	34.8	29.5	69.6
10/11/2022	11:51:54	34.8	29.5	69.6
10/11/2022	11:51:55	34.8	29.5	69.5
10/11/2022	11:51:56	34.9	29.5	69.5
10/11/2022	11:51:57	34.9	29.5	69.5
10/11/2022	11:51:59	34.9	29.5	69.5
10/11/2022	11:52:00	34.9	29.5	69.5
10/11/2022	11:52:01	34.9	29.5	69.6
10/11/2022	11:52:02	34.9	29.5	69.7
10/11/2022	11:52:03	34.9	29.6	69.8
10/11/2022	11:52:05	34.9	29.6	69.9
10/11/2022	11:52:06	34.9	29.6	69.9
10/11/2022	11:52:07	34.9	29.6	69.9
10/11/2022	11:52:08	34.9	29.6	70.0
10/11/2022	11:52:09	34.9	29.5	70.0
10/11/2022	11:52:10	34.9	29.5	69.9
10/11/2022	11:52:11	34.9	29.5	69.8
10/11/2022	11:52:13	34.9	29.5	69.7
10/11/2022	11:52:14	34.9	29.5	69.7
10/11/2022	11:52:15	34.9	29.5	69.7
10/11/2022	11:52:16	34.9	29.5	69.6
10/11/2022	11:52:17	34.9	29.6	69.5
10/11/2022	11:52:18	34.9	29.6	69.5
10/11/2022	11:52:19	34.9	29.6	69.5
10/11/2022	11:52:21	34.9	29.6	69.6
10/11/2022	11:52:22	34.9	29.6	69.7
10/11/2022	11:52:23	34.9	29.6	69.8
10/11/2022	11:52:25	34.9	29.6	70.0
10/11/2022	11:52:26	34.9	29.6	70.0
10/11/2022	11:52:27	34.9	29.6	70.0
10/11/2022	11:52:28	34.9	29.5	70.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	11:52:29	34.9	29.5	70.0
10/11/2022	11:52:30	34.9	29.5	70.0
10/11/2022	11:52:32	34.9	29.5	69.8
10/11/2022	11:52:33	34.9	29.6	69.8
10/11/2022	11:52:34	34.8	29.6	69.8
10/11/2022	11:52:35	34.8	29.6	69.7
10/11/2022	11:52:36	34.8	29.6	69.7
10/11/2022	11:52:37	34.9	29.6	69.6
10/11/2022	11:52:38	34.9	29.6	69.6
10/11/2022	11:52:39	34.9	29.6	69.6
10/11/2022	11:52:41	34.9	29.6	69.7
10/11/2022	11:52:42	34.9	29.6	69.7
10/11/2022	11:52:43	34.9	29.6	69.8
10/11/2022	11:52:44	34.9	29.6	69.9
10/11/2022	11:52:45	34.9	29.6	70.0
10/11/2022	11:52:46	34.9	29.6	70.0
10/11/2022	11:52:48	34.9	29.6	70.0
10/11/2022	11:52:49	34.8	29.6	69.9
10/11/2022	11:52:50	34.8	29.6	69.9
10/11/2022	11:52:51	34.8	29.6	69.9
10/11/2022	11:52:52	34.8	29.6	69.8
10/11/2022	11:52:53	34.8	29.6	69.7
10/11/2022	11:52:55	34.8	29.5	69.6
10/11/2022	11:52:56	34.8	29.5	69.7
10/11/2022	11:52:57	34.8	29.6	69.6
10/11/2022	11:52:58	34.8	29.6	69.6
10/11/2022	11:52:59	34.8	29.6	69.6
10/11/2022	11:53:00	34.9	29.6	69.6
10/11/2022	11:53:01	34.9	29.6	69.7
10/11/2022	11:53:03	34.9	29.6	69.8
10/11/2022	11:53:04	34.9	29.6	69.9
10/11/2022	11:53:05	34.9	29.6	70.0
10/11/2022	11:53:06	34.9	29.6	70.0
10/11/2022	11:53:07	34.9	29.6	70.1
10/11/2022	11:53:08	34.8	29.6	70.1
10/11/2022	11:53:09	34.8	29.6	70.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	11:53:11	34.8	29.6	69.9
10/11/2022	11:53:12	34.8	29.6	69.8
10/11/2022	11:53:13	34.8	29.6	69.8
10/11/2022	11:53:14	34.8	29.6	69.8
10/11/2022	11:53:15	34.8	29.6	69.7
10/11/2022	11:53:16	34.8	29.6	69.6
10/11/2022	11:53:18	34.9	29.6	69.6
10/11/2022	11:53:19	34.9	29.6	69.5
10/11/2022	11:53:20	34.9	29.6	69.6
10/11/2022	11:53:21	34.9	29.6	69.7
10/11/2022	11:53:22	34.9	29.6	69.8
10/11/2022	11:53:23	34.9	29.6	69.9
10/11/2022	11:53:24	34.9	29.6	70.0
10/11/2022	11:53:25	34.9	29.6	70.0
10/11/2022	11:53:27	34.9	29.6	70.1
10/11/2022	11:53:28	34.9	29.6	70.1
10/11/2022	11:53:29	34.8	29.6	70.1
10/11/2022	11:53:30	34.8	29.6	70.0
10/11/2022	11:53:31	34.8	29.6	69.9
10/11/2022	11:53:32	34.8	29.6	69.8
10/11/2022	11:53:33	34.8	29.6	69.8
10/11/2022	11:53:35	34.9	29.6	69.8
10/11/2022	11:53:36	34.9	29.6	69.7
10/11/2022	11:53:37	34.9	29.6	69.7
10/11/2022	11:53:38	34.9	29.6	69.7
10/11/2022	11:53:39	34.9	29.6	69.6
10/11/2022	11:53:40	34.9	29.6	69.7
10/11/2022	11:53:41	34.9	29.6	69.8
10/11/2022	11:53:42	34.9	29.6	69.9
10/11/2022	11:53:44	34.9	29.6	70.0
10/11/2022	11:53:45	34.9	29.6	70.1
10/11/2022	11:53:46	34.9	29.6	70.1
10/11/2022	11:53:47	34.9	29.6	70.2
10/11/2022	11:53:48	34.9	29.5	70.2
10/11/2022	11:53:49	34.9	29.5	70.1
10/11/2022	11:53:51	34.9	29.6	70.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	11:53:52	34.9	29.5	69.9
10/11/2022	11:53:53	34.9	29.6	69.9
10/11/2022	11:53:54	34.9	29.6	69.8
10/11/2022	11:53:55	34.9	29.5	69.8
10/11/2022	11:53:56	34.9	29.6	69.7
10/11/2022	11:53:57	34.9	29.6	69.7
10/11/2022	11:53:59	34.9	29.6	69.7
10/11/2022	11:54:00	34.9	29.6	69.8
10/11/2022	11:54:01	34.9	29.6	69.8
10/11/2022	11:54:02	34.9	29.6	69.9
10/11/2022	11:54:03	34.9	29.6	69.9
10/11/2022	11:54:04	34.9	29.6	70.0
10/11/2022	11:54:05	34.9	29.6	70.0
10/11/2022	11:54:06	34.9	29.6	70.1
10/11/2022	11:54:08	34.9	29.6	70.1
10/11/2022	11:54:09	34.9	29.6	70.0
10/11/2022	11:54:10	34.9	29.6	69.9
10/11/2022	11:54:11	34.9	29.6	69.8
10/11/2022	11:54:12	34.9	29.6	69.8
10/11/2022	11:54:13	34.9	29.6	69.7
10/11/2022	11:54:14	34.9	29.6	69.6
10/11/2022	11:54:15	34.9	29.6	69.6
10/11/2022	11:54:16	34.9	29.6	69.6
10/11/2022	11:54:18	34.9	29.6	69.5
10/11/2022	11:54:19	34.9	29.6	69.5
10/11/2022	11:54:20	34.9	29.6	69.5
10/11/2022	11:54:21	34.9	29.6	69.6
10/11/2022	11:54:22	34.9	29.6	69.7
10/11/2022	11:54:23	34.9	29.6	69.7
10/11/2022	11:54:25	34.9	29.6	69.8
10/11/2022	11:54:26	34.9	29.6	69.8
10/11/2022	11:54:27	34.9	29.6	69.9
10/11/2022	11:54:28	34.9	29.6	69.8
10/11/2022	11:54:29	34.9	29.6	69.8
10/11/2022	11:54:30	34.9	29.5	69.8
10/11/2022	11:54:31	34.9	29.5	69.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	11:54:33	34.9	29.6	69.7
10/11/2022	11:54:34	34.9	29.6	69.6
10/11/2022	11:54:35	34.9	29.6	69.6
10/11/2022	11:54:36	34.9	29.6	69.5
10/11/2022	11:54:37	34.9	29.6	69.5
10/11/2022	11:54:38	34.9	29.6	69.5
10/11/2022	11:54:40	34.9	29.6	69.5
10/11/2022	11:54:41	34.9	29.6	69.6
10/11/2022	11:54:42	34.9	29.6	69.7
10/11/2022	11:54:43	34.9	29.6	69.8
10/11/2022	11:54:44	34.9	29.6	69.8
10/11/2022	11:54:45	34.9	29.6	69.9
10/11/2022	11:54:47	34.9	29.6	70.0
10/11/2022	11:54:48	34.9	29.6	70.1
10/11/2022	11:54:49	34.9	29.6	70.1
10/11/2022	11:54:50	34.9	29.6	70.0
10/11/2022	11:54:51	34.9	29.6	69.9
10/11/2022	11:54:52	34.9	29.6	69.8
10/11/2022	11:54:53	34.9	29.6	69.8
10/11/2022	11:54:55	34.9	29.6	69.8
10/11/2022	11:54:56	34.9	29.6	69.6
10/11/2022	11:54:57	34.9	29.6	69.5
10/11/2022	11:54:58	34.9	29.6	69.5
10/11/2022	11:54:59	34.9	29.6	69.5
10/11/2022	11:55:00	34.9	29.6	69.6
10/11/2022	11:55:02	34.9	29.6	69.7
10/11/2022	11:55:03	34.9	29.6	69.8
10/11/2022	11:55:04	34.9	29.6	69.9
10/11/2022	11:55:05	34.9	29.6	70.0
10/11/2022	11:55:06	34.9	29.6	70.0
10/11/2022	11:55:07	34.9	29.6	70.0
10/11/2022	11:55:09	34.9	29.6	70.0
10/11/2022	11:55:10	34.9	29.6	69.9
10/11/2022	11:55:11	34.9	29.6	69.8
10/11/2022	11:55:12	34.9	29.6	69.8
10/11/2022	11:55:13	34.9	29.6	69.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	11:55:14	34.9	29.6	69.6
10/11/2022	11:55:15	34.9	29.6	69.6
10/11/2022	11:55:16	34.9	29.6	69.6
10/11/2022	11:55:18	34.9	29.6	69.6
10/11/2022	11:55:19	34.9	29.6	69.5
10/11/2022	11:55:20	34.9	29.6	69.6
10/11/2022	11:55:21	34.9	29.6	69.7
10/11/2022	11:55:22	34.9	29.6	69.9
10/11/2022	11:55:23	34.9	29.6	70.0
10/11/2022	11:55:25	34.9	29.6	70.0
10/11/2022	11:55:26	34.9	29.6	70.1
10/11/2022	11:55:27	34.9	29.6	70.2
10/11/2022	11:55:28	34.9	29.6	70.2
10/11/2022	11:55:29	34.9	29.6	70.2
10/11/2022	11:55:30	34.8	29.6	70.1
10/11/2022	11:55:32	34.8	29.6	70.0
10/11/2022	11:55:33	34.8	29.6	70.0
10/11/2022	11:55:34	34.8	29.6	69.9
10/11/2022	11:55:35	34.8	29.6	69.9
10/11/2022	11:55:36	34.8	29.6	69.8
10/11/2022	11:55:37	34.9	29.6	69.8
10/11/2022	11:55:39	34.9	29.6	69.7
10/11/2022	11:55:40	34.9	29.6	69.7
10/11/2022	11:55:41	34.9	29.6	69.7
10/11/2022	11:55:42	34.9	29.6	69.8
10/11/2022	11:55:43	34.9	29.6	69.8
10/11/2022	11:55:44	34.9	29.6	69.9
10/11/2022	11:55:45	34.9	29.6	70.0
10/11/2022	11:55:47	34.9	29.6	70.1
10/11/2022	11:55:48	34.9	29.6	70.1
10/11/2022	11:55:49	34.8	29.6	70.0
10/11/2022	11:55:50	34.8	29.6	69.9
10/11/2022	11:55:51	34.8	29.6	69.9
10/11/2022	11:55:52	34.9	29.6	69.9
10/11/2022	11:55:54	34.9	29.6	69.8
10/11/2022	11:55:55	34.9	29.6	69.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	11:55:56	34.9	29.6	69.7
10/11/2022	11:55:57	34.9	29.7	69.6
10/11/2022	11:55:58	34.9	29.7	69.6
10/11/2022	11:55:59	34.9	29.7	69.6
10/11/2022	11:56:00	34.9	29.7	69.6
10/11/2022	11:56:02	34.9	29.7	69.7
10/11/2022	11:56:03	34.9	29.7	69.8
10/11/2022	11:56:04	34.9	29.7	69.9
10/11/2022	11:56:05	34.9	29.6	69.9
10/11/2022	11:56:06	34.9	29.6	70.1
10/11/2022	11:56:07	34.9	29.6	70.2
10/11/2022	11:56:09	34.9	29.6	70.2
10/11/2022	11:56:10	34.9	29.6	70.2
10/11/2022	11:56:11	34.9	29.6	70.0
10/11/2022	11:56:12	34.9	29.6	70.0
10/11/2022	11:56:13	34.9	29.6	69.9
10/11/2022	11:56:14	34.9	29.6	69.8
10/11/2022	11:56:16	34.9	29.6	69.7
10/11/2022	11:56:17	34.9	29.7	69.6
10/11/2022	11:56:18	34.9	29.7	69.6
10/11/2022	11:56:19	34.9	29.7	69.6
10/11/2022	11:56:20	34.9	29.7	69.7
10/11/2022	11:56:21	34.9	29.7	69.7
10/11/2022	11:56:22	34.9	29.7	69.7
10/11/2022	11:56:24	34.9	29.7	69.8
10/11/2022	11:56:25	34.9	29.7	69.9
10/11/2022	11:56:26	34.9	29.7	70.0
10/11/2022	11:56:27	34.9	29.7	70.0
10/11/2022	11:56:28	34.9	29.7	70.0
10/11/2022	11:56:29	34.8	29.7	69.9
10/11/2022	11:56:31	34.8	29.7	69.8
10/11/2022	11:56:32	34.8	29.7	69.7
10/11/2022	11:56:33	34.8	29.7	69.7
10/11/2022	11:56:34	34.8	29.7	69.7
10/11/2022	11:56:35	34.8	29.7	69.6
10/11/2022	11:56:36	34.8	29.7	69.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	11:56:38	34.8	29.7	69.5
10/11/2022	11:56:39	34.9	29.7	69.6
10/11/2022	11:56:40	34.9	29.7	69.6
10/11/2022	11:56:41	34.9	29.7	69.6
10/11/2022	11:56:42	34.9	29.7	69.7
10/11/2022	11:56:43	34.9	29.7	69.8
10/11/2022	11:56:45	34.9	29.7	69.9
10/11/2022	11:56:46	34.9	29.7	69.9
10/11/2022	11:56:47	34.9	29.7	70.0
10/11/2022	11:56:48	34.9	29.7	70.0
10/11/2022	11:56:49	34.9	29.7	70.1
10/11/2022	11:56:50	34.9	29.7	70.0
10/11/2022	11:56:51	34.9	29.7	69.8
10/11/2022	11:56:53	34.9	29.7	69.7
10/11/2022	11:56:54	34.9	29.7	69.7
10/11/2022	11:56:55	34.8	29.7	69.7
10/11/2022	11:56:56	34.9	29.7	69.7
10/11/2022	11:56:57	34.8	29.7	69.6
10/11/2022	11:56:58	34.9	29.7	69.5
10/11/2022	11:56:59	34.9	29.7	69.5
10/11/2022	11:57:01	34.9	29.7	69.6
10/11/2022	11:57:02	34.9	29.7	69.6
10/11/2022	11:57:03	34.9	29.7	69.7
10/11/2022	11:57:04	34.9	29.7	69.8
10/11/2022	11:57:05	34.9	29.7	69.9
10/11/2022	11:57:06	34.9	29.7	70.0
10/11/2022	11:57:08	34.9	29.7	70.0
10/11/2022	11:57:09	34.9	29.7	70.0
10/11/2022	11:57:10	34.9	29.6	69.9
10/11/2022	11:57:11	34.9	29.6	69.9
10/11/2022	11:57:12	34.9	29.6	69.8
10/11/2022	11:57:13	34.9	29.6	69.6
10/11/2022	11:57:14	34.9	29.6	69.6
10/11/2022	11:57:16	34.9	29.7	69.6
10/11/2022	11:57:17	34.9	29.7	69.5
10/11/2022	11:57:18	34.9	29.7	69.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	11:57:19	34.9	29.7	69.5
10/11/2022	11:57:20	34.9	29.7	69.5
10/11/2022	11:57:21	34.9	29.7	69.6
10/11/2022	11:57:22	34.9	29.7	69.7
10/11/2022	11:57:24	34.9	29.7	69.8
10/11/2022	11:57:25	34.9	29.7	69.9
10/11/2022	11:57:26	34.9	29.7	70.0
10/11/2022	11:57:27	34.9	29.7	70.1
10/11/2022	11:57:28	34.9	29.7	70.2
10/11/2022	11:57:29	34.9	29.7	70.1
10/11/2022	11:57:31	34.9	29.7	70.0
10/11/2022	11:57:32	34.9	29.7	69.9
10/11/2022	11:57:33	34.8	29.7	69.8
10/11/2022	11:57:34	34.8	29.7	69.8
10/11/2022	11:57:35	34.8	29.7	69.7
10/11/2022	11:57:36	34.8	29.7	69.7
10/11/2022	11:57:38	34.8	29.7	69.6
10/11/2022	11:57:39	34.9	29.7	69.6
10/11/2022	11:57:40	34.9	29.7	69.6
10/11/2022	11:57:41	34.9	29.7	69.7
10/11/2022	11:57:42	34.9	29.7	69.8
10/11/2022	11:57:43	34.9	29.7	70.0
10/11/2022	11:57:44	34.9	29.7	70.1
10/11/2022	11:57:46	34.9	29.7	70.1
10/11/2022	11:57:47	34.9	29.7	70.1
10/11/2022	11:57:48	34.9	29.6	70.2
10/11/2022	11:57:49	34.9	29.6	70.3
10/11/2022	11:57:50	34.9	29.6	70.2
10/11/2022	11:57:51	34.9	29.6	70.0
10/11/2022	11:57:53	34.9	29.6	69.9
10/11/2022	11:57:54	34.8	29.6	69.9
10/11/2022	11:57:55	34.8	29.6	69.8
10/11/2022	11:57:56	34.9	29.6	69.8
10/11/2022	11:57:57	34.9	29.6	69.7
10/11/2022	11:57:58	34.9	29.6	69.6
10/11/2022	11:57:59	34.9	29.6	69.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	11:58:01	34.9	29.6	69.6
10/11/2022	11:58:02	34.8	29.6	69.7
10/11/2022	11:58:03	34.8	29.6	69.8
10/11/2022	11:58:04	34.9	29.7	69.9
10/11/2022	11:58:05	34.9	29.7	70.0
10/11/2022	11:58:06	34.8	29.7	70.1
10/11/2022	11:58:08	34.8	29.7	70.2
10/11/2022	11:58:09	34.8	29.7	70.2
10/11/2022	11:58:10	34.8	29.7	70.1
10/11/2022	11:58:11	34.8	29.7	70.0
10/11/2022	11:58:12	34.8	29.7	69.9
10/11/2022	11:58:13	34.8	29.7	69.9
10/11/2022	11:58:14	34.8	29.7	69.9
10/11/2022	11:58:16	34.8	29.7	69.8
10/11/2022	11:58:17	34.8	29.7	69.7
10/11/2022	11:58:18	34.8	29.7	69.7
10/11/2022	11:58:19	34.9	29.7	69.7
10/11/2022	11:58:20	34.8	29.7	69.8
10/11/2022	11:58:21	34.9	29.7	69.8
10/11/2022	11:58:23	34.9	29.7	69.9
10/11/2022	11:58:24	34.9	29.7	69.9
10/11/2022	11:58:25	34.9	29.7	70.0
10/11/2022	11:58:26	34.9	29.7	70.1
10/11/2022	11:58:27	34.9	29.7	70.1
10/11/2022	11:58:28	34.9	29.7	70.2
10/11/2022	11:58:29	34.9	29.7	70.2
10/11/2022	11:58:31	34.8	29.7	70.1
10/11/2022	11:58:32	34.8	29.7	70.0
10/11/2022	11:58:33	34.8	29.7	69.9
10/11/2022	11:58:34	34.8	29.7	69.9
10/11/2022	11:58:35	34.8	29.7	69.9
10/11/2022	11:58:36	34.8	29.7	69.7
10/11/2022	11:58:38	34.8	29.7	69.6
10/11/2022	11:58:39	34.8	29.7	69.6
10/11/2022	11:58:40	34.8	29.7	69.6
10/11/2022	11:58:41	34.8	29.7	69.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	11:58:42	34.9	29.7	69.7
10/11/2022	11:58:43	34.9	29.7	69.7
10/11/2022	11:58:45	34.9	29.7	69.7
10/11/2022	11:58:46	34.9	29.7	69.8
10/11/2022	11:58:47	34.9	29.7	69.9
10/11/2022	11:58:48	34.9	29.7	69.9
10/11/2022	11:58:49	34.9	29.7	69.9
10/11/2022	11:58:50	34.8	29.7	69.8
10/11/2022	11:58:51	34.8	29.7	69.8
10/11/2022	11:58:53	34.8	29.7	69.7
10/11/2022	11:58:54	34.8	29.7	69.7
10/11/2022	11:58:55	34.8	29.7	69.6
10/11/2022	11:58:56	34.8	29.7	69.6
10/11/2022	11:58:57	34.8	29.7	69.5
10/11/2022	11:58:58	34.9	29.7	69.5
10/11/2022	11:59:00	34.9	29.7	69.5
10/11/2022	11:59:01	34.9	29.7	69.5
10/11/2022	11:59:02	34.9	29.7	69.6
10/11/2022	11:59:03	34.9	29.7	69.6
10/11/2022	11:59:04	34.9	29.7	69.7
10/11/2022	11:59:05	34.9	29.7	69.9
10/11/2022	11:59:06	34.9	29.7	70.0
10/11/2022	11:59:08	34.9	29.7	70.0
10/11/2022	11:59:09	34.9	29.7	70.0
10/11/2022	11:59:10	34.9	29.7	70.0
10/11/2022	11:59:11	34.9	29.7	70.0
10/11/2022	11:59:12	34.9	29.7	69.9
10/11/2022	11:59:14	34.8	29.7	69.8
10/11/2022	11:59:15	34.8	29.7	69.7
10/11/2022	11:59:16	34.8	29.7	69.7
10/11/2022	11:59:17	34.8	29.7	69.7
10/11/2022	11:59:18	34.8	29.7	69.7
10/11/2022	11:59:19	34.9	29.7	69.6
10/11/2022	11:59:21	34.9	29.7	69.5
10/11/2022	11:59:22	34.9	29.7	69.6
10/11/2022	11:59:23	34.9	29.7	69.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	11:59:24	34.9	29.7	69.8
10/11/2022	11:59:25	34.9	29.7	69.9
10/11/2022	11:59:26	34.9	29.7	69.9
10/11/2022	11:59:28	34.9	29.7	70.0
10/11/2022	11:59:29	34.9	29.7	70.1
10/11/2022	11:59:30	34.9	29.7	70.0
10/11/2022	11:59:31	34.9	29.7	70.0
10/11/2022	11:59:32	34.9	29.7	69.9
10/11/2022	11:59:33	34.9	29.7	69.8
10/11/2022	11:59:34	34.9	29.7	69.8
10/11/2022	11:59:36	34.9	29.7	69.7
10/11/2022	11:59:37	34.9	29.7	69.6
10/11/2022	11:59:38	34.9	29.7	69.6
10/11/2022	11:59:39	34.9	29.7	69.6
10/11/2022	11:59:40	34.9	29.7	69.6
10/11/2022	11:59:42	34.9	29.7	69.6
10/11/2022	11:59:44	34.9	29.7	69.8
10/11/2022	11:59:45	34.9	29.7	69.9
10/11/2022	11:59:46	34.9	29.7	70.0
10/11/2022	11:59:47	34.9	29.7	70.0
10/11/2022	11:59:49	34.9	29.7	70.1
10/11/2022	11:59:50	34.9	29.7	70.2
10/11/2022	11:59:51	34.9	29.7	70.0
10/11/2022	11:59:52	34.8	29.7	69.9
10/11/2022	11:59:53	34.8	29.7	69.9
10/11/2022	11:59:54	34.8	29.7	69.8
10/11/2022	11:59:56	34.8	29.7	69.8
10/11/2022	11:59:57	34.8	29.7	69.7
10/11/2022	11:59:58	34.8	29.7	69.6
10/11/2022	11:59:59	34.9	29.7	69.6
10/11/2022	12:00:00	34.9	29.7	69.7
10/11/2022	12:00:01	34.9	29.7	69.7
10/11/2022	12:00:03	34.9	29.7	69.7
10/11/2022	12:00:04	34.9	29.7	69.8
10/11/2022	12:00:05	34.9	29.7	69.9
10/11/2022	12:00:06	34.9	29.7	70.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	12:00:07	34.9	29.7	70.1
10/11/2022	12:00:08	34.9	29.7	70.1
10/11/2022	12:00:10	34.9	29.7	70.1
10/11/2022	12:00:11	34.9	29.7	70.0
10/11/2022	12:00:12	34.9	29.7	70.0
10/11/2022	12:00:13	34.9	29.7	69.9
10/11/2022	12:00:14	34.9	29.7	69.8
10/11/2022	12:00:15	34.9	29.7	69.7
10/11/2022	12:00:17	34.9	29.7	69.7
10/11/2022	12:00:18	34.9	29.7	69.7
10/11/2022	12:00:19	34.9	29.7	69.7
10/11/2022	12:00:20	34.9	29.7	69.6
10/11/2022	12:00:21	34.9	29.7	69.7
10/11/2022	12:00:23	34.9	29.7	69.8
10/11/2022	12:00:24	34.8	29.7	69.9
10/11/2022	12:00:25	34.8	29.7	69.9
10/11/2022	12:00:26	34.8	29.7	70.0
10/11/2022	12:00:27	34.8	29.7	70.0
10/11/2022	12:00:28	34.8	29.7	70.1
10/11/2022	12:00:29	34.8	29.7	70.1
10/11/2022	12:00:31	34.8	29.7	70.1
10/11/2022	12:00:32	34.8	29.7	70.0
10/11/2022	12:00:33	34.8	29.7	69.8
10/11/2022	12:00:34	34.9	29.7	69.8
10/11/2022	12:00:35	34.8	29.7	69.8
10/11/2022	12:00:37	34.9	29.7	69.7
10/11/2022	12:00:38	34.9	29.7	69.7
10/11/2022	12:00:39	34.9	29.7	69.6
10/11/2022	12:00:40	34.9	29.7	69.6
10/11/2022	12:00:41	34.9	29.7	69.6
10/11/2022	12:00:42	34.9	29.7	69.7
10/11/2022	12:00:44	34.9	29.7	69.8
10/11/2022	12:00:45	34.9	29.7	69.9
10/11/2022	12:00:46	34.9	29.7	70.0
10/11/2022	12:00:47	34.9	29.7	70.1
10/11/2022	12:00:48	34.9	29.7	70.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	12:00:49	34.9	29.7	70.1
10/11/2022	12:00:51	34.8	29.7	70.1
10/11/2022	12:00:52	34.8	29.7	70.0
10/11/2022	12:00:53	34.8	29.7	70.0
10/11/2022	12:00:54	34.8	29.7	69.9
10/11/2022	12:00:55	34.8	29.7	69.7
10/11/2022	12:00:56	34.8	29.7	69.7
10/11/2022	12:00:57	34.8	29.7	69.7
10/11/2022	12:00:59	34.8	29.7	69.7
10/11/2022	12:01:00	34.8	29.7	69.7
10/11/2022	12:01:01	34.8	29.7	69.6
10/11/2022	12:01:02	34.8	29.7	69.6
10/11/2022	12:01:03	34.8	29.7	69.7
10/11/2022	12:01:04	34.8	29.7	69.8
10/11/2022	12:01:06	34.8	29.7	69.9
10/11/2022	12:01:07	34.8	29.7	69.9
10/11/2022	12:01:08	34.8	29.7	69.9
10/11/2022	12:01:09	34.8	29.7	69.9
10/11/2022	12:01:10	34.8	29.7	69.9
10/11/2022	12:01:11	34.8	29.7	69.8
10/11/2022	12:01:13	34.9	29.7	69.7
10/11/2022	12:01:14	34.9	29.7	69.6
10/11/2022	12:01:15	34.8	29.7	69.6
10/11/2022	12:01:16	34.8	29.7	69.6
10/11/2022	12:01:17	34.8	29.7	69.5
10/11/2022	12:01:18	34.8	29.7	69.5
10/11/2022	12:01:20	34.9	29.7	69.5
10/11/2022	12:01:21	34.9	29.7	69.6
10/11/2022	12:01:22	34.9	29.7	69.6
10/11/2022	12:01:23	34.9	29.7	69.7
10/11/2022	12:01:25	34.9	29.7	69.7
10/11/2022	12:01:26	34.9	29.7	69.8
10/11/2022	12:01:27	34.9	29.7	69.9
10/11/2022	12:01:28	34.9	29.7	70.0
10/11/2022	12:01:29	34.9	29.7	70.0
10/11/2022	12:01:30	34.9	29.7	70.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35^aC-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	12:01:32	34.8	29.7	70.0
10/11/2022	12:01:33	34.8	29.7	69.9
10/11/2022	12:01:34	34.8	29.7	69.8
10/11/2022	12:01:35	34.8	29.7	69.8
10/11/2022	12:01:36	34.8	29.7	69.7
10/11/2022	12:01:37	34.8	29.7	69.7
10/11/2022	12:01:39	34.9	29.7	69.6
10/11/2022	12:01:40	34.9	29.7	69.6
10/11/2022	12:01:41	34.9	29.7	69.6
10/11/2022	12:01:42	34.9	29.7	69.6
10/11/2022	12:01:43	34.9	29.7	69.6
10/11/2022	12:01:44	34.9	29.7	69.7
10/11/2022	12:01:46	34.9	29.7	69.7
10/11/2022	12:01:47	34.9	29.7	69.8
10/11/2022	12:01:48	34.9	29.7	69.9
10/11/2022	12:01:49	34.9	29.7	69.9
10/11/2022	12:01:50	34.9	29.7	70.0
10/11/2022	12:01:51	34.8	29.7	69.9
10/11/2022	12:01:52	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:01:54	34.8	29.8	69.8
10/11/2022	12:01:55	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:01:56	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:01:57	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:01:58	34.9	29.7	69.5
10/11/2022	12:01:59	34.9	29.8	69.4
10/11/2022	12:02:01	34.9	29.8	69.5
10/11/2022	12:02:02	34.9	29.7	69.5
10/11/2022	12:02:03	34.9	29.7	69.6
10/11/2022	12:02:04	34.9	29.7	69.6
10/11/2022	12:02:05	34.9	29.7	69.7
10/11/2022	12:02:06	34.9	29.7	69.9
10/11/2022	12:02:07	34.9	29.7	70.0
10/11/2022	12:02:09	34.9	29.7	70.1
10/11/2022	12:02:10	34.9	29.7	70.1
10/11/2022	12:02:11	34.8	29.7	70.0
10/11/2022	12:02:12	34.8	29.7	69.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	12:02:13	34.9	29.7	69.9
10/11/2022	12:02:14	34.9	29.7	69.8
10/11/2022	12:02:16	34.8	29.7	69.7
10/11/2022	12:02:17	34.9	29.7	69.7
10/11/2022	12:02:18	34.8	29.7	69.7
10/11/2022	12:02:19	34.9	29.7	69.7
10/11/2022	12:02:20	34.9	29.7	69.7
10/11/2022	12:02:21	34.9	29.7	69.7
10/11/2022	12:02:22	34.9	29.7	69.7
10/11/2022	12:02:24	34.9	29.7	69.9
10/11/2022	12:02:25	34.9	29.7	70.0
10/11/2022	12:02:26	34.9	29.7	70.1
10/11/2022	12:02:27	34.9	29.7	70.1
10/11/2022	12:02:28	34.9	29.7	70.1
10/11/2022	12:02:29	34.9	29.7	70.2
10/11/2022	12:02:31	34.9	29.7	70.1
10/11/2022	12:02:32	34.9	29.7	70.0
10/11/2022	12:02:33	34.9	29.7	69.9
10/11/2022	12:02:34	34.9	29.7	69.8
10/11/2022	12:02:35	34.9	29.7	69.8
10/11/2022	12:02:36	34.9	29.7	69.8
10/11/2022	12:02:38	34.9	29.7	69.7
10/11/2022	12:02:39	34.9	29.7	69.6
10/11/2022	12:02:40	34.9	29.7	69.6
10/11/2022	12:02:41	34.9	29.7	69.6
10/11/2022	12:02:42	34.9	29.7	69.7
10/11/2022	12:02:43	34.9	29.7	69.8
10/11/2022	12:02:45	34.9	29.7	69.9
10/11/2022	12:02:46	34.9	29.7	70.0
10/11/2022	12:02:47	34.9	29.7	70.1
10/11/2022	12:02:48	34.9	29.7	70.2
10/11/2022	12:02:49	34.9	29.7	70.2
10/11/2022	12:02:50	34.9	29.7	70.2
10/11/2022	12:02:52	34.9	29.7	70.1
10/11/2022	12:02:53	34.9	29.7	70.0
10/11/2022	12:02:54	34.9	29.7	70.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	12:02:55	34.9	29.7	69.9
10/11/2022	12:02:56	34.9	29.7	69.8
10/11/2022	12:02:57	34.9	29.7	69.8
10/11/2022	12:02:58	34.9	29.7	69.7
10/11/2022	12:03:00	34.9	29.7	69.7
10/11/2022	12:03:01	34.9	29.7	69.7
10/11/2022	12:03:02	34.9	29.7	69.7
10/11/2022	12:03:03	34.9	29.7	69.8
10/11/2022	12:03:04	34.9	29.7	69.9
10/11/2022	12:03:05	34.9	29.7	70.0
10/11/2022	12:03:06	34.9	29.7	70.1
10/11/2022	12:03:08	34.9	29.7	70.1
10/11/2022	12:03:09	34.9	29.7	70.2
10/11/2022	12:03:10	34.9	29.7	70.2
10/11/2022	12:03:11	34.9	29.7	70.1
10/11/2022	12:03:12	34.9	29.7	70.1
10/11/2022	12:03:13	34.9	29.7	70.0
10/11/2022	12:03:15	34.9	29.7	69.9
10/11/2022	12:03:16	34.9	29.7	69.8
10/11/2022	12:03:17	34.9	29.7	69.7
10/11/2022	12:03:18	34.9	29.7	69.7
10/11/2022	12:03:19	34.9	29.7	69.7
10/11/2022	12:03:20	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:03:22	34.9	29.7	69.6
10/11/2022	12:03:23	34.9	29.7	69.7
10/11/2022	12:03:24	34.9	29.7	69.8
10/11/2022	12:03:25	34.9	29.7	69.9
10/11/2022	12:03:26	34.9	29.7	69.9
10/11/2022	12:03:27	34.9	29.7	69.9
10/11/2022	12:03:28	34.9	29.7	70.0
10/11/2022	12:03:30	34.9	29.7	70.0
10/11/2022	12:03:31	34.9	29.7	70.0
10/11/2022	12:03:32	34.8	29.7	69.9
10/11/2022	12:03:33	34.8	29.7	69.8
10/11/2022	12:03:34	34.8	29.7	69.7
10/11/2022	12:03:35	34.8	29.7	69.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	12:03:36	34.8	29.7	69.6
10/11/2022	12:03:38	34.8	29.7	69.6
10/11/2022	12:03:39	34.8	29.7	69.5
10/11/2022	12:03:40	34.9	29.7	69.5
10/11/2022	12:03:41	34.9	29.7	69.5
10/11/2022	12:03:42	34.9	29.7	69.5
10/11/2022	12:03:43	34.9	29.7	69.6
10/11/2022	12:03:45	34.9	29.7	69.7
10/11/2022	12:03:46	34.9	29.7	69.8
10/11/2022	12:03:47	34.9	29.7	69.9
10/11/2022	12:03:48	34.9	29.7	70.0
10/11/2022	12:03:49	34.9	29.7	70.0
10/11/2022	12:03:51	34.9	29.7	70.1
10/11/2022	12:03:52	34.9	29.7	70.1
10/11/2022	12:03:53	34.9	29.7	70.0
10/11/2022	12:03:54	34.9	29.7	69.8
10/11/2022	12:03:55	34.9	29.7	69.7
10/11/2022	12:03:56	34.9	29.7	69.7
10/11/2022	12:03:58	34.9	29.7	69.7
10/11/2022	12:03:59	34.9	29.7	69.6
10/11/2022	12:04:00	34.9	29.7	69.5
10/11/2022	12:04:01	34.9	29.7	69.5
10/11/2022	12:04:02	34.9	29.7	69.5
10/11/2022	12:04:03	34.9	29.7	69.6
10/11/2022	12:04:04	34.9	29.7	69.7
10/11/2022	12:04:05	34.9	29.7	69.7
10/11/2022	12:04:07	34.9	29.7	69.9
10/11/2022	12:04:08	34.9	29.7	70.0
10/11/2022	12:04:09	34.9	29.7	70.0
10/11/2022	12:04:10	34.9	29.7	70.0
10/11/2022	12:04:11	34.9	29.7	70.0
10/11/2022	12:04:13	34.9	29.7	69.9
10/11/2022	12:04:14	34.9	29.7	69.9
10/11/2022	12:04:15	34.9	29.7	69.8
10/11/2022	12:04:16	34.9	29.7	69.7
10/11/2022	12:04:17	34.9	29.7	69.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35^aC-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	12:04:18	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:04:20	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:04:21	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:04:22	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:04:23	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:04:24	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:04:25	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:04:27	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:04:28	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:04:29	34.9	29.8	70.2
10/11/2022	12:04:30	34.9	29.8	70.3
10/11/2022	12:04:31	34.9	29.7	70.3
10/11/2022	12:04:32	34.9	29.7	70.2
10/11/2022	12:04:33	34.9	29.7	70.1
10/11/2022	12:04:35	34.9	29.7	70.0
10/11/2022	12:04:36	34.9	29.7	69.9
10/11/2022	12:04:37	34.9	29.7	69.9
10/11/2022	12:04:38	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:04:39	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:04:40	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:04:41	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:04:43	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:04:44	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:04:45	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:04:46	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:04:47	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:04:48	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:04:50	34.9	29.8	70.2
10/11/2022	12:04:51	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:04:52	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:04:53	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:04:54	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:04:55	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:04:57	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:04:58	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:04:59	34.9	29.8	69.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	12:05:00	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:05:01	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:05:02	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:05:03	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:05:05	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:05:06	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:05:07	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:05:08	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:05:09	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:05:10	34.9	29.8	70.2
10/11/2022	12:05:11	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:05:13	34.8	29.8	70.0
10/11/2022	12:05:14	34.8	29.7	69.9
10/11/2022	12:05:15	34.8	29.8	69.8
10/11/2022	12:05:16	34.8	29.8	69.8
10/11/2022	12:05:17	34.8	29.8	69.8
10/11/2022	12:05:18	34.8	29.7	69.7
10/11/2022	12:05:20	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:05:21	34.9	29.8	69.5
10/11/2022	12:05:22	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:05:23	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:05:24	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:05:25	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:05:26	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:05:28	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:05:29	34.9	29.8	70.3
10/11/2022	12:05:30	34.9	29.8	70.3
10/11/2022	12:05:31	34.9	29.8	70.4
10/11/2022	12:05:32	34.8	29.8	70.3
10/11/2022	12:05:33	34.8	29.8	70.2
10/11/2022	12:05:35	34.8	29.8	70.1
10/11/2022	12:05:36	34.8	29.7	70.0
10/11/2022	12:05:37	34.8	29.7	70.0
10/11/2022	12:05:38	34.8	29.7	69.9
10/11/2022	12:05:39	34.8	29.7	69.9
10/11/2022	12:05:40	34.8	29.7	69.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	12:05:42	34.8	29.7	69.9
10/11/2022	12:05:43	34.8	29.7	69.9
10/11/2022	12:05:44	34.9	29.7	69.9
10/11/2022	12:05:45	34.8	29.7	69.9
10/11/2022	12:05:46	34.8	29.7	69.9
10/11/2022	12:05:47	34.8	29.7	70.0
10/11/2022	12:05:48	34.9	29.7	70.0
10/11/2022	12:05:50	34.9	29.7	70.0
10/11/2022	12:05:51	34.9	29.7	70.0
10/11/2022	12:05:52	34.9	29.7	69.9
10/11/2022	12:05:53	34.9	29.7	69.8
10/11/2022	12:05:54	34.8	29.7	69.8
10/11/2022	12:05:55	34.8	29.7	69.8
10/11/2022	12:05:57	34.8	29.7	69.8
10/11/2022	12:05:58	34.9	29.7	69.7
10/11/2022	12:05:59	34.9	29.7	69.6
10/11/2022	12:06:00	34.9	29.7	69.6
10/11/2022	12:06:01	34.9	29.7	69.6
10/11/2022	12:06:02	34.9	29.7	69.6
10/11/2022	12:06:04	34.9	29.7	69.6
10/11/2022	12:06:05	34.9	29.7	69.7
10/11/2022	12:06:06	34.9	29.7	69.7
10/11/2022	12:06:07	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:06:08	34.9	29.7	70.0
10/11/2022	12:06:09	34.9	29.7	70.0
10/11/2022	12:06:10	34.9	29.7	70.0
10/11/2022	12:06:12	34.9	29.7	70.0
10/11/2022	12:06:13	34.9	29.7	70.0
10/11/2022	12:06:14	34.9	29.7	69.9
10/11/2022	12:06:15	34.9	29.7	69.7
10/11/2022	12:06:16	34.9	29.7	69.6
10/11/2022	12:06:17	34.9	29.7	69.6
10/11/2022	12:06:19	34.8	29.7	69.6
10/11/2022	12:06:20	34.9	29.7	69.6
10/11/2022	12:06:21	34.9	29.8	69.5
10/11/2022	12:06:22	34.9	29.8	69.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	12:06:23	34.9	29.8	69.5
10/11/2022	12:06:24	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:06:26	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:06:27	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:06:28	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:06:29	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:06:30	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:06:31	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:06:33	34.9	29.7	70.0
10/11/2022	12:06:34	34.9	29.7	70.0
10/11/2022	12:06:35	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:06:36	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:06:37	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:06:38	34.8	29.8	69.7
10/11/2022	12:06:39	34.8	29.8	69.6
10/11/2022	12:06:41	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:06:42	34.9	29.8	69.5
10/11/2022	12:06:43	34.8	29.8	69.6
10/11/2022	12:06:44	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:06:45	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:06:46	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:06:48	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:06:49	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:06:50	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:06:51	34.9	29.8	70.2
10/11/2022	12:06:52	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:06:53	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:06:54	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:06:56	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:06:57	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:06:58	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:06:59	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:07:00	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:07:01	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:07:03	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:07:04	34.9	29.8	69.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	12:07:05	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:07:06	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:07:07	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:07:08	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:07:09	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:07:11	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:07:12	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:07:13	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:07:14	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:07:15	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:07:16	34.8	29.8	69.8
10/11/2022	12:07:17	34.8	29.8	69.8
10/11/2022	12:07:19	34.8	29.8	69.8
10/11/2022	12:07:20	34.8	29.8	69.7
10/11/2022	12:07:21	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:07:22	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:07:23	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:07:24	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:07:25	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:07:27	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:07:28	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:07:29	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:07:30	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:07:31	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:07:32	34.8	29.8	70.0
10/11/2022	12:07:34	34.8	29.8	69.9
10/11/2022	12:07:35	34.8	29.8	69.9
10/11/2022	12:07:36	34.8	29.8	69.9
10/11/2022	12:07:37	34.8	29.8	69.8
10/11/2022	12:07:38	34.8	29.8	69.8
10/11/2022	12:07:39	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:07:41	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:07:42	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:07:43	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:07:44	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:07:45	34.9	29.8	69.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	12:07:46	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:07:48	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:07:49	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:07:50	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:07:51	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:07:52	34.8	29.8	70.1
10/11/2022	12:07:53	34.8	29.8	70.0
10/11/2022	12:07:54	34.8	29.8	69.9
10/11/2022	12:07:55	34.8	29.8	69.9
10/11/2022	12:07:57	34.8	29.8	69.9
10/11/2022	12:07:58	34.8	29.8	69.9
10/11/2022	12:07:59	34.8	29.8	69.8
10/11/2022	12:08:00	34.8	29.8	69.8
10/11/2022	12:08:01	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:08:02	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:08:04	34.8	29.8	69.8
10/11/2022	12:08:05	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:08:06	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:08:07	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:08:08	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:08:09	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:08:10	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:08:12	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:08:13	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:08:14	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:08:15	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:08:16	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:08:17	34.8	29.8	69.8
10/11/2022	12:08:19	34.8	29.8	69.7
10/11/2022	12:08:20	34.8	29.8	69.7
10/11/2022	12:08:21	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:08:22	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:08:23	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:08:24	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:08:25	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:08:26	34.9	29.8	69.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	12:08:28	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:08:29	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:08:30	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:08:31	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:08:32	34.8	29.7	69.9
10/11/2022	12:08:33	34.8	29.7	69.9
10/11/2022	12:08:35	34.8	29.7	69.8
10/11/2022	12:08:36	34.8	29.7	69.7
10/11/2022	12:08:37	34.8	29.7	69.7
10/11/2022	12:08:38	34.8	29.8	69.7
10/11/2022	12:08:39	34.8	29.8	69.6
10/11/2022	12:08:40	34.8	29.8	69.6
10/11/2022	12:08:42	34.9	29.8	69.5
10/11/2022	12:08:43	34.9	29.8	69.5
10/11/2022	12:08:44	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:08:45	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:08:46	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:08:47	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:08:48	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:08:50	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:08:51	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:08:52	34.8	29.8	69.9
10/11/2022	12:08:53	34.8	29.8	69.9
10/11/2022	12:08:54	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:08:55	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:08:57	34.8	29.8	69.7
10/11/2022	12:08:58	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:08:59	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:09:00	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:09:01	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:09:02	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:09:04	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:09:05	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:09:06	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:09:07	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:09:08	34.9	29.8	70.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	12:09:09	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:09:11	34.9	29.8	70.2
10/11/2022	12:09:12	34.9	29.8	70.3
10/11/2022	12:09:13	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:09:14	34.8	29.8	70.0
10/11/2022	12:09:15	34.8	29.8	69.9
10/11/2022	12:09:16	34.8	29.8	69.9
10/11/2022	12:09:18	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:09:19	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:09:20	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:09:21	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:09:22	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:09:23	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:09:24	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:09:26	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:09:27	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:09:28	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:09:29	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:09:30	34.8	29.8	70.1
10/11/2022	12:09:31	34.8	29.8	70.0
10/11/2022	12:09:33	34.8	29.8	70.0
10/11/2022	12:09:34	34.8	29.8	70.0
10/11/2022	12:09:35	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:09:36	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:09:37	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:09:38	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:09:40	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:09:41	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:09:42	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:09:43	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:09:44	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:09:45	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:09:47	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:09:48	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:09:49	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:09:50	34.9	29.8	70.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	12:09:51	34.9	29.8	70.2
10/11/2022	12:09:52	34.9	29.8	70.2
10/11/2022	12:09:54	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:09:55	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:09:56	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:09:57	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:09:58	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:09:59	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:10:01	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:10:02	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:10:03	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:10:04	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:10:05	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:10:06	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:10:07	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:10:09	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:10:10	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:10:11	34.8	29.8	70.2
10/11/2022	12:10:12	34.8	29.8	70.1
10/11/2022	12:10:13	34.8	29.8	70.0
10/11/2022	12:10:14	34.8	29.8	69.9
10/11/2022	12:10:15	34.8	29.8	69.9
10/11/2022	12:10:17	34.8	29.8	69.8
10/11/2022	12:10:18	34.8	29.8	69.7
10/11/2022	12:10:19	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:10:20	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:10:21	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:10:22	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:10:24	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:10:25	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:10:26	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:10:27	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:10:28	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:10:29	34.8	29.8	69.9
10/11/2022	12:10:31	34.8	29.8	69.9
10/11/2022	12:10:32	34.8	29.8	69.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	12:10:33	34.8	29.8	69.9
10/11/2022	12:10:34	34.8	29.8	69.8
10/11/2022	12:10:35	34.8	29.8	69.7
10/11/2022	12:10:36	34.8	29.8	69.6
10/11/2022	12:10:37	34.8	29.8	69.6
10/11/2022	12:10:39	34.8	29.8	69.6
10/11/2022	12:10:40	34.8	29.8	69.5
10/11/2022	12:10:41	34.8	29.8	69.5
10/11/2022	12:10:42	34.9	29.8	69.5
10/11/2022	12:10:43	34.9	29.8	69.5
10/11/2022	12:10:44	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:10:46	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:10:47	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:10:48	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:10:49	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:10:50	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:10:51	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:10:53	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:10:54	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:10:55	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:10:56	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:10:57	34.8	29.8	69.8
10/11/2022	12:10:58	34.8	29.8	69.7
10/11/2022	12:10:59	34.8	29.8	69.7
10/11/2022	12:11:01	34.8	29.8	69.7
10/11/2022	12:11:02	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:11:03	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:11:04	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:11:05	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:11:07	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:11:08	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:11:09	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:11:10	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:11:11	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:11:12	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:11:14	34.9	29.8	70.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	12:11:15	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:11:16	34.8	29.8	69.8
10/11/2022	12:11:17	34.8	29.8	69.8
10/11/2022	12:11:18	34.8	29.8	69.7
10/11/2022	12:11:19	34.8	29.8	69.7
10/11/2022	12:11:21	34.8	29.8	69.7
10/11/2022	12:11:22	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:11:23	34.9	29.8	69.5
10/11/2022	12:11:24	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:11:25	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:11:26	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:11:28	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:11:29	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:11:30	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:11:31	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:11:32	34.8	29.8	70.0
10/11/2022	12:11:33	34.8	29.7	69.9
10/11/2022	12:11:35	34.8	29.7	69.8
10/11/2022	12:11:36	34.8	29.7	69.8
10/11/2022	12:11:37	34.8	29.8	69.8
10/11/2022	12:11:38	34.9	29.7	69.7
10/11/2022	12:11:39	34.9	29.7	69.6
10/11/2022	12:11:40	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:11:41	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:11:43	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:11:44	34.9	29.8	69.5
10/11/2022	12:11:45	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:11:46	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:11:47	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:11:48	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:11:50	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:11:51	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:11:52	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:11:53	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:11:54	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:11:55	34.9	29.8	70.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	12:11:57	34.8	29.8	69.9
10/11/2022	12:11:58	34.8	29.8	69.8
10/11/2022	12:11:59	34.8	29.8	69.8
10/11/2022	12:12:00	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:12:01	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:12:02	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:12:03	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:12:05	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:12:06	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:12:07	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:12:08	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:12:09	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:12:10	34.9	29.8	70.2
10/11/2022	12:12:12	34.9	29.8	70.2
10/11/2022	12:12:13	34.9	29.8	70.2
10/11/2022	12:12:14	34.8	29.8	70.1
10/11/2022	12:12:15	34.8	29.8	70.0
10/11/2022	12:12:16	34.8	29.8	69.8
10/11/2022	12:12:17	34.8	29.8	69.8
10/11/2022	12:12:19	34.8	29.8	69.8
10/11/2022	12:12:20	34.8	29.8	69.8
10/11/2022	12:12:21	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:12:22	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:12:23	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:12:24	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:12:26	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:12:27	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:12:28	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:12:29	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:12:30	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:12:31	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:12:33	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:12:34	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:12:35	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:12:36	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:12:37	34.9	29.8	69.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	12:12:38	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:12:40	34.8	29.8	69.8
10/11/2022	12:12:41	34.8	29.8	69.8
10/11/2022	12:12:42	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:12:43	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:12:44	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:12:45	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:12:47	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:12:48	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:12:49	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:12:50	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:12:51	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:12:52	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:12:54	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:12:55	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:12:56	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:12:57	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:12:58	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:12:59	34.8	29.8	69.6
10/11/2022	12:13:01	34.9	29.8	69.5
10/11/2022	12:13:02	34.9	29.8	69.5
10/11/2022	12:13:03	34.9	29.8	69.5
10/11/2022	12:13:04	34.9	29.8	69.5
10/11/2022	12:13:05	34.9	29.8	69.5
10/11/2022	12:13:06	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:13:08	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:13:09	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:13:10	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:13:11	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:13:12	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:13:13	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:13:15	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:13:16	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:13:17	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:13:18	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:13:19	34.9	29.8	69.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	12:13:20	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:13:22	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:13:23	34.9	29.8	69.5
10/11/2022	12:13:24	34.9	29.8	69.5
10/11/2022	12:13:25	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:13:26	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:13:27	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:13:28	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:13:30	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:13:31	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:13:32	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:13:33	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:13:34	34.8	29.8	69.9
10/11/2022	12:13:35	34.8	29.8	69.8
10/11/2022	12:13:37	34.8	29.8	69.8
10/11/2022	12:13:38	34.8	29.8	69.7
10/11/2022	12:13:39	34.8	29.8	69.6
10/11/2022	12:13:40	34.8	29.8	69.6
10/11/2022	12:13:41	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:13:42	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:13:44	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:13:45	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:13:46	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:13:47	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:13:48	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:13:49	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:13:50	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:13:52	34.9	29.8	70.2
10/11/2022	12:13:53	34.9	29.8	70.2
10/11/2022	12:13:54	34.9	29.8	70.2
10/11/2022	12:13:55	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:13:56	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:13:57	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:13:59	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:14:00	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:14:01	34.9	29.8	69.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	12:14:02	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:14:03	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:14:04	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:14:06	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:14:07	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:14:08	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:14:09	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:14:10	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:14:11	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:14:12	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:14:14	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:14:15	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:14:16	34.8	29.8	69.8
10/11/2022	12:14:17	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:14:18	34.8	29.8	69.7
10/11/2022	12:14:19	34.8	29.8	69.7
10/11/2022	12:14:21	34.8	29.8	69.6
10/11/2022	12:14:22	34.8	29.8	69.6
10/11/2022	12:14:23	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:14:24	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:14:25	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:14:26	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:14:28	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:14:29	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:14:30	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:14:31	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:14:32	34.9	29.8	70.2
10/11/2022	12:14:33	34.8	29.8	70.3
10/11/2022	12:14:35	34.8	29.8	70.2
10/11/2022	12:14:36	34.8	29.8	70.0
10/11/2022	12:14:37	34.8	29.8	69.9
10/11/2022	12:14:38	34.8	29.8	69.9
10/11/2022	12:14:39	34.8	29.8	69.9
10/11/2022	12:14:40	34.8	29.8	69.8
10/11/2022	12:14:42	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:14:43	34.9	29.8	69.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	12:14:44	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:14:45	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:14:46	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:14:47	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:14:49	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:14:50	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:14:51	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:14:52	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:14:53	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:14:54	34.8	29.9	70.1
10/11/2022	12:14:56	34.8	29.8	69.9
10/11/2022	12:14:57	34.8	29.9	69.9
10/11/2022	12:14:58	34.8	29.9	69.8
10/11/2022	12:14:59	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:15:00	34.8	29.9	69.7
10/11/2022	12:15:01	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:15:02	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:15:04	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:15:05	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:15:06	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:15:07	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:15:08	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:15:09	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:15:11	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:15:12	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:15:13	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:15:14	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:15:15	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:15:16	34.8	29.8	69.8
10/11/2022	12:15:18	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:15:19	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:15:20	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:15:21	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:15:22	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:15:23	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:15:24	34.9	29.8	69.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	12:15:26	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:15:27	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:15:28	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:15:29	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:15:30	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:15:31	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:15:33	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:15:34	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:15:35	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:15:36	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:15:37	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:15:39	34.8	29.8	69.7
10/11/2022	12:15:40	34.8	29.8	69.6
10/11/2022	12:15:41	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:15:42	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:15:43	34.9	29.8	69.5
10/11/2022	12:15:44	34.9	29.8	69.5
10/11/2022	12:15:45	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:15:47	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:15:48	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:15:49	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:15:50	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:15:51	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:15:53	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:15:54	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:15:55	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:15:56	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:15:57	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:15:59	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:16:00	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:16:01	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:16:02	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:16:03	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:16:04	34.9	29.8	69.5
10/11/2022	12:16:06	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:16:07	34.9	29.8	69.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35^aC-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	12:16:08	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:16:09	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:16:10	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:16:11	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:16:12	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:16:14	34.9	29.8	70.2
10/11/2022	12:16:15	34.8	29.8	70.1
10/11/2022	12:16:16	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:16:17	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:16:18	34.8	29.8	69.8
10/11/2022	12:16:20	34.8	29.8	69.8
10/11/2022	12:16:21	34.8	29.8	69.8
10/11/2022	12:16:22	34.8	29.8	69.7
10/11/2022	12:16:23	34.8	29.8	69.7
10/11/2022	12:16:24	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:16:25	34.8	29.8	69.8
10/11/2022	12:16:26	34.8	29.8	69.8
10/11/2022	12:16:28	34.8	29.8	69.9
10/11/2022	12:16:29	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:16:30	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:16:31	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:16:32	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:16:33	34.8	29.8	70.1
10/11/2022	12:16:35	34.8	29.8	70.0
10/11/2022	12:16:36	34.8	29.8	70.0
10/11/2022	12:16:37	34.8	29.8	69.9
10/11/2022	12:16:38	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:16:39	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:16:40	34.8	29.8	69.8
10/11/2022	12:16:42	34.8	29.8	69.7
10/11/2022	12:16:43	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:16:44	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:16:45	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:16:46	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:16:47	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:16:49	34.9	29.8	69.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	12:16:50	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:16:51	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:16:52	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:16:53	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:16:54	34.8	29.8	70.1
10/11/2022	12:16:56	34.8	29.8	70.0
10/11/2022	12:16:57	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:16:58	34.8	29.8	69.8
10/11/2022	12:16:59	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:17:00	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:17:01	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:17:02	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:17:04	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:17:05	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:17:06	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:17:07	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:17:08	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:17:09	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:17:11	34.9	29.8	70.2
10/11/2022	12:17:12	34.9	29.8	70.2
10/11/2022	12:17:13	34.9	29.8	70.2
10/11/2022	12:17:14	34.9	29.8	70.2
10/11/2022	12:17:15	34.8	29.8	70.2
10/11/2022	12:17:16	34.8	29.8	70.1
10/11/2022	12:17:17	34.8	29.8	70.0
10/11/2022	12:17:19	34.8	29.8	69.9
10/11/2022	12:17:20	34.8	29.8	69.8
10/11/2022	12:17:21	34.8	29.8	69.8
10/11/2022	12:17:22	34.8	29.8	69.8
10/11/2022	12:17:23	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:17:25	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:17:26	34.8	29.8	69.7
10/11/2022	12:17:27	34.8	29.8	69.8
10/11/2022	12:17:28	34.8	29.8	69.9
10/11/2022	12:17:29	34.8	29.8	69.9
10/11/2022	12:17:31	34.8	29.8	70.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	12:17:32	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:17:33	34.8	29.8	70.0
10/11/2022	12:17:34	34.8	29.8	70.0
10/11/2022	12:17:35	34.8	29.8	70.0
10/11/2022	12:17:36	34.8	29.8	69.9
10/11/2022	12:17:38	34.8	29.8	69.9
10/11/2022	12:17:39	34.8	29.8	69.8
10/11/2022	12:17:40	34.8	29.8	69.8
10/11/2022	12:17:41	34.8	29.8	69.7
10/11/2022	12:17:42	34.8	29.8	69.7
10/11/2022	12:17:43	34.8	29.8	69.7
10/11/2022	12:17:45	34.8	29.8	69.6
10/11/2022	12:17:46	34.8	29.8	69.7
10/11/2022	12:17:47	34.8	29.8	69.7
10/11/2022	12:17:48	34.8	29.8	69.8
10/11/2022	12:17:49	34.8	29.8	69.9
10/11/2022	12:17:51	34.8	29.8	70.0
10/11/2022	12:17:52	34.8	29.8	70.0
10/11/2022	12:17:53	34.8	29.8	70.0
10/11/2022	12:17:54	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:17:55	34.8	29.8	70.0
10/11/2022	12:17:56	34.8	29.8	69.9
10/11/2022	12:17:58	34.8	29.8	69.8
10/11/2022	12:17:59	34.8	29.8	69.7
10/11/2022	12:18:00	34.8	29.8	69.7
10/11/2022	12:18:01	34.8	29.8	69.7
10/11/2022	12:18:02	34.8	29.8	69.6
10/11/2022	12:18:03	34.8	29.8	69.5
10/11/2022	12:18:04	34.8	29.8	69.5
10/11/2022	12:18:06	34.8	29.8	69.5
10/11/2022	12:18:07	34.8	29.8	69.6
10/11/2022	12:18:08	34.8	29.8	69.7
10/11/2022	12:18:09	34.8	29.8	69.8
10/11/2022	12:18:10	34.8	29.8	70.0
10/11/2022	12:18:11	34.8	29.8	70.1
10/11/2022	12:18:13	34.8	29.8	70.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	12:18:14	34.8	29.8	70.1
10/11/2022	12:18:15	34.8	29.8	70.0
10/11/2022	12:18:16	34.8	29.8	69.9
10/11/2022	12:18:17	34.8	29.8	69.8
10/11/2022	12:18:18	34.8	29.8	69.7
10/11/2022	12:18:20	34.8	29.8	69.6
10/11/2022	12:18:21	34.8	29.8	69.6
10/11/2022	12:18:22	34.8	29.8	69.6
10/11/2022	12:18:23	34.8	29.8	69.6
10/11/2022	12:18:24	34.8	29.8	69.6
10/11/2022	12:18:25	34.8	29.8	69.6
10/11/2022	12:18:27	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:18:28	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:18:29	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:18:30	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:18:31	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:18:32	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:18:34	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:18:35	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:18:36	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:18:37	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:18:38	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:18:39	34.8	29.8	69.8
10/11/2022	12:18:41	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:18:42	34.8	29.8	69.6
10/11/2022	12:18:43	34.8	29.8	69.6
10/11/2022	12:18:44	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:18:45	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:18:46	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:18:48	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:18:49	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:18:50	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:18:51	34.9	29.8	70.2
10/11/2022	12:18:52	34.9	29.8	70.2
10/11/2022	12:18:53	34.9	29.8	70.3
10/11/2022	12:18:55	34.9	29.8	70.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	12:18:56	34.9	29.8	70.2
10/11/2022	12:18:57	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:18:58	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:18:59	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:19:00	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:19:02	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:19:03	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:19:04	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:19:05	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:19:06	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:19:07	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:19:09	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:19:10	34.9	29.9	70.1
10/11/2022	12:19:11	34.9	29.9	70.2
10/11/2022	12:19:12	34.9	29.9	70.2
10/11/2022	12:19:13	34.9	29.8	70.2
10/11/2022	12:19:14	34.9	29.8	70.2
10/11/2022	12:19:16	34.8	29.8	70.2
10/11/2022	12:19:17	34.8	29.8	70.1
10/11/2022	12:19:18	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:19:19	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:19:20	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:19:21	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:19:22	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:19:24	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:19:25	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:19:26	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:19:27	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:19:28	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:19:30	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:19:31	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:19:32	34.9	29.8	70.2
10/11/2022	12:19:33	34.9	29.8	70.3
10/11/2022	12:19:34	34.9	29.8	70.2
10/11/2022	12:19:35	34.8	29.8	70.1
10/11/2022	12:19:37	34.9	29.8	70.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	12:19:38	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:19:39	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:19:40	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:19:41	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:19:42	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:19:44	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:19:45	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:19:46	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:19:47	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:19:48	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:19:49	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:19:51	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:19:52	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:19:53	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:19:54	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:19:55	34.8	29.8	69.9
10/11/2022	12:19:56	34.8	29.8	69.8
10/11/2022	12:19:58	34.8	29.8	69.7
10/11/2022	12:19:59	34.8	29.8	69.6
10/11/2022	12:20:00	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:20:01	34.8	29.8	69.6
10/11/2022	12:20:02	34.8	29.8	69.5
10/11/2022	12:20:03	34.9	29.8	69.5
10/11/2022	12:20:05	34.9	29.8	69.5
10/11/2022	12:20:06	34.9	29.8	69.5
10/11/2022	12:20:07	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:20:08	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:20:09	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:20:10	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:20:12	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:20:13	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:20:14	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:20:15	34.9	29.8	70.2
10/11/2022	12:20:16	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:20:17	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:20:19	34.9	29.8	69.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	12:20:20	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:20:21	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:20:22	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:20:23	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:20:24	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:20:26	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:20:27	34.8	29.8	69.6
10/11/2022	12:20:28	34.8	29.8	69.6
10/11/2022	12:20:29	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:20:30	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:20:31	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:20:32	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:20:34	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:20:35	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:20:36	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:20:37	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:20:38	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:20:40	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:20:41	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:20:42	34.8	29.8	69.7
10/11/2022	12:20:43	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:20:44	34.9	29.8	69.5
10/11/2022	12:20:45	34.9	29.8	69.5
10/11/2022	12:20:47	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:20:48	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:20:49	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:20:50	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:20:51	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:20:52	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:20:54	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:20:55	34.8	29.8	70.0
10/11/2022	12:20:56	34.8	29.8	69.9
10/11/2022	12:20:57	34.8	29.8	69.8
10/11/2022	12:20:58	34.8	29.8	69.8
10/11/2022	12:20:59	34.8	29.8	69.8
10/11/2022	12:21:01	34.8	29.8	69.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	12:21:02	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:21:03	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:21:04	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:21:05	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:21:06	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:21:08	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:21:09	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:21:10	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:21:11	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:21:12	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:21:13	34.9	29.8	70.2
10/11/2022	12:21:15	34.9	29.8	70.2
10/11/2022	12:21:16	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:21:17	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:21:18	34.8	29.8	70.0
10/11/2022	12:21:19	34.8	29.8	69.9
10/11/2022	12:21:20	34.8	29.8	69.8
10/11/2022	12:21:22	34.8	29.8	69.8
10/11/2022	12:21:23	34.8	29.8	69.8
10/11/2022	12:21:24	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:21:25	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:21:26	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:21:27	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:21:29	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:21:30	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:21:31	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:21:32	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:21:33	34.9	29.9	70.1
10/11/2022	12:21:34	34.9	29.9	70.1
10/11/2022	12:21:36	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:21:37	34.8	29.8	70.0
10/11/2022	12:21:38	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:21:39	34.8	29.8	69.9
10/11/2022	12:21:40	34.8	29.8	69.8
10/11/2022	12:21:41	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:21:43	34.9	29.8	69.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	12:21:44	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:21:45	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:21:46	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:21:47	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:21:48	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:21:50	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:21:51	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:21:52	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:21:53	34.9	29.8	70.2
10/11/2022	12:21:54	34.9	29.8	70.2
10/11/2022	12:21:55	34.9	29.8	70.2
10/11/2022	12:21:57	34.8	29.8	70.1
10/11/2022	12:21:58	34.8	29.8	70.1
10/11/2022	12:21:59	34.8	29.8	70.0
10/11/2022	12:22:00	34.8	29.8	69.9
10/11/2022	12:22:01	34.8	29.8	69.8
10/11/2022	12:22:02	34.8	29.8	69.8
10/11/2022	12:22:04	34.8	29.8	69.8
10/11/2022	12:22:05	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:22:06	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:22:07	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:22:08	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:22:09	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:22:11	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:22:12	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:22:13	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:22:14	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:22:15	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:22:16	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:22:18	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:22:19	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:22:20	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:22:21	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:22:22	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:22:23	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:22:25	34.9	29.8	69.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	12:22:26	34.9	29.8	69.5
10/11/2022	12:22:27	34.9	29.8	69.5
10/11/2022	12:22:28	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:22:29	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:22:30	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:22:32	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:22:33	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:22:34	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:22:35	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:22:36	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:22:37	34.8	29.8	69.9
10/11/2022	12:22:39	34.8	29.8	69.9
10/11/2022	12:22:40	34.8	29.8	69.8
10/11/2022	12:22:41	34.8	29.8	69.7
10/11/2022	12:22:42	34.8	29.8	69.7
10/11/2022	12:22:43	34.8	29.9	69.6
10/11/2022	12:22:44	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:22:46	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:22:47	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:22:48	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:22:49	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:22:50	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:22:51	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:22:53	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:22:54	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:22:55	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:22:56	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:22:57	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:22:58	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:23:00	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:23:01	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:23:02	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:23:03	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:23:04	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:23:06	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:23:07	34.9	29.9	69.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	12:23:08	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:23:09	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:23:10	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:23:11	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:23:12	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:23:14	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:23:15	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:23:16	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:23:17	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:23:18	34.8	29.8	69.8
10/11/2022	12:23:20	34.8	29.8	69.8
10/11/2022	12:23:21	34.8	29.8	69.7
10/11/2022	12:23:22	34.8	29.8	69.6
10/11/2022	12:23:23	34.8	29.8	69.6
10/11/2022	12:23:24	34.8	29.8	69.6
10/11/2022	12:23:25	34.8	29.9	69.6
10/11/2022	12:23:27	34.8	29.9	69.6
10/11/2022	12:23:28	34.8	29.8	69.7
10/11/2022	12:23:29	34.8	29.8	69.8
10/11/2022	12:23:30	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:23:31	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:23:32	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:23:34	34.9	29.8	70.2
10/11/2022	12:23:35	34.9	29.8	70.2
10/11/2022	12:23:36	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:23:37	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:23:38	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:23:39	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:23:40	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:23:42	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:23:43	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:23:44	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:23:45	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:23:46	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:23:47	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:23:49	34.9	29.8	69.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	12:23:50	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:23:51	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:23:52	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:23:53	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:23:55	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:23:56	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:23:57	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:23:58	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:23:59	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:24:00	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:24:01	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:24:03	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:24:04	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:24:05	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:24:06	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:24:07	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:24:08	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:24:09	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:24:11	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:24:12	34.9	29.9	70.1
10/11/2022	12:24:13	34.9	29.9	70.2
10/11/2022	12:24:14	34.9	29.9	70.2
10/11/2022	12:24:15	34.9	29.8	70.3
10/11/2022	12:24:16	34.9	29.8	70.3
10/11/2022	12:24:18	34.9	29.9	70.2
10/11/2022	12:24:19	34.9	29.9	70.1
10/11/2022	12:24:20	34.8	29.8	69.9
10/11/2022	12:24:21	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:24:22	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:24:23	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:24:24	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:24:26	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:24:27	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:24:28	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:24:29	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:24:30	34.9	29.9	70.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	12:24:32	34.9	29.9	70.1
10/11/2022	12:24:33	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:24:34	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:24:35	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:24:36	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:24:37	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:24:39	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:24:40	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:24:41	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:24:42	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:24:43	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:24:44	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:24:45	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:24:47	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:24:48	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:24:49	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:24:50	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:24:51	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:24:53	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:24:54	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:24:55	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:24:56	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:24:57	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:24:58	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:25:00	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:25:01	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:25:02	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:25:03	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:25:04	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:25:05	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:25:07	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:25:08	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:25:09	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:25:10	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:25:11	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:25:12	34.9	29.8	70.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	12:25:13	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:25:15	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:25:16	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:25:17	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:25:18	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:25:19	34.8	29.8	69.7
10/11/2022	12:25:20	34.8	29.8	69.7
10/11/2022	12:25:22	34.8	29.8	69.6
10/11/2022	12:25:23	34.8	29.8	69.6
10/11/2022	12:25:24	34.8	29.8	69.6
10/11/2022	12:25:25	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:25:26	34.9	29.8	69.5
10/11/2022	12:25:27	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:25:29	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:25:30	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:25:31	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:25:32	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:25:33	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:25:34	34.9	29.8	70.2
10/11/2022	12:25:36	34.9	29.8	70.2
10/11/2022	12:25:37	34.9	29.8	70.2
10/11/2022	12:25:38	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:25:39	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:25:40	34.8	29.8	70.0
10/11/2022	12:25:41	34.8	29.9	69.8
10/11/2022	12:25:43	34.8	29.9	69.8
10/11/2022	12:25:44	34.8	29.9	69.7
10/11/2022	12:25:45	34.8	29.9	69.6
10/11/2022	12:25:46	34.8	29.9	69.6
10/11/2022	12:25:47	34.8	29.9	69.6
10/11/2022	12:25:48	34.8	29.9	69.7
10/11/2022	12:25:50	34.8	29.9	69.9
10/11/2022	12:25:51	34.8	29.9	70.0
10/11/2022	12:25:52	34.8	29.9	70.1
10/11/2022	12:25:53	34.8	29.9	70.2
10/11/2022	12:25:54	34.8	29.9	70.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	12:25:55	34.9	29.8	70.2
10/11/2022	12:25:57	34.8	29.8	70.2
10/11/2022	12:25:58	34.8	29.8	70.1
10/11/2022	12:25:59	34.8	29.8	70.0
10/11/2022	12:26:00	34.8	29.8	69.8
10/11/2022	12:26:01	34.8	29.8	69.8
10/11/2022	12:26:02	34.8	29.8	69.8
10/11/2022	12:26:04	34.8	29.8	69.8
10/11/2022	12:26:05	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:26:06	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:26:07	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:26:08	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:26:10	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:26:11	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:26:12	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:26:13	34.9	29.8	70.2
10/11/2022	12:26:14	34.9	29.8	70.3
10/11/2022	12:26:15	34.9	29.8	70.3
10/11/2022	12:26:17	34.8	29.8	70.2
10/11/2022	12:26:18	34.8	29.8	70.2
10/11/2022	12:26:19	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:26:20	34.8	29.8	70.0
10/11/2022	12:26:21	34.8	29.8	69.9
10/11/2022	12:26:22	34.8	29.8	69.8
10/11/2022	12:26:24	34.8	29.9	69.9
10/11/2022	12:26:25	34.8	29.9	69.8
10/11/2022	12:26:26	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:26:27	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:26:28	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:26:29	34.8	29.9	69.8
10/11/2022	12:26:31	34.8	29.9	69.9
10/11/2022	12:26:32	34.8	29.9	69.9
10/11/2022	12:26:33	34.8	29.8	70.0
10/11/2022	12:26:34	34.8	29.8	70.0
10/11/2022	12:26:35	34.8	29.8	70.1
10/11/2022	12:26:36	34.8	29.8	70.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	12:26:38	34.8	29.8	69.9
10/11/2022	12:26:39	34.8	29.8	69.9
10/11/2022	12:26:40	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:26:41	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:26:42	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:26:43	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:26:45	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:26:46	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:26:47	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:26:48	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:26:49	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:26:50	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:26:52	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:26:53	34.8	29.9	69.9
10/11/2022	12:26:54	34.8	29.9	70.0
10/11/2022	12:26:55	34.8	29.9	70.0
10/11/2022	12:26:56	34.8	29.8	69.9
10/11/2022	12:26:57	34.8	29.8	69.9
10/11/2022	12:26:59	34.8	29.8	69.8
10/11/2022	12:27:00	34.8	29.8	69.8
10/11/2022	12:27:01	34.8	29.8	69.7
10/11/2022	12:27:02	34.8	29.8	69.6
10/11/2022	12:27:03	34.8	29.8	69.6
10/11/2022	12:27:04	34.8	29.8	69.6
10/11/2022	12:27:06	34.8	29.8	69.5
10/11/2022	12:27:07	34.8	29.8	69.5
10/11/2022	12:27:08	34.8	29.8	69.5
10/11/2022	12:27:09	34.8	29.8	69.6
10/11/2022	12:27:10	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:27:12	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:27:13	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:27:14	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:27:15	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:27:16	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:27:17	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:27:18	34.9	29.8	70.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	12:27:20	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:27:21	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:27:22	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:27:23	34.8	29.9	69.7
10/11/2022	12:27:24	34.8	29.9	69.6
10/11/2022	12:27:25	34.9	29.9	69.5
10/11/2022	12:27:27	34.9	29.9	69.5
10/11/2022	12:27:28	34.9	29.9	69.5
10/11/2022	12:27:29	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:27:30	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:27:31	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:27:32	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:27:34	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:27:35	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:27:36	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:27:37	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:27:38	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:27:39	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:27:41	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:27:42	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:27:43	34.8	29.8	69.7
10/11/2022	12:27:44	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:27:45	34.9	29.9	69.5
10/11/2022	12:27:47	34.9	29.9	69.5
10/11/2022	12:27:48	34.9	29.9	69.5
10/11/2022	12:27:49	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:27:50	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:27:51	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:27:52	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:27:54	34.9	29.9	70.1
10/11/2022	12:27:55	34.9	29.9	70.1
10/11/2022	12:27:56	34.9	29.9	70.2
10/11/2022	12:27:57	34.9	29.8	70.2
10/11/2022	12:27:58	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:27:59	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:28:01	34.9	29.8	69.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	12:28:02	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:28:03	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:28:04	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:28:05	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:28:06	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:28:08	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:28:09	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:28:10	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:28:11	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:28:12	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:28:13	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:28:15	34.9	29.9	70.1
10/11/2022	12:28:16	34.9	29.9	70.1
10/11/2022	12:28:17	34.9	29.9	70.1
10/11/2022	12:28:18	34.9	29.9	70.1
10/11/2022	12:28:19	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:28:20	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:28:22	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:28:23	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:28:24	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:28:25	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:28:26	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:28:27	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:28:29	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:28:30	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:28:31	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:28:32	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:28:33	34.9	29.9	70.1
10/11/2022	12:28:34	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:28:36	34.9	29.8	70.2
10/11/2022	12:28:37	34.8	29.8	70.2
10/11/2022	12:28:38	34.8	29.8	70.2
10/11/2022	12:28:39	34.8	29.8	70.0
10/11/2022	12:28:40	34.8	29.8	70.0
10/11/2022	12:28:41	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:28:43	34.9	29.8	69.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	12:28:44	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:28:45	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:28:46	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:28:47	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:28:48	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:28:50	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:28:51	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:28:52	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:28:53	34.8	29.8	70.0
10/11/2022	12:28:54	34.8	29.8	70.0
10/11/2022	12:28:55	34.8	29.8	70.0
10/11/2022	12:28:57	34.8	29.8	70.1
10/11/2022	12:28:58	34.8	29.8	70.0
10/11/2022	12:28:59	34.8	29.8	69.9
10/11/2022	12:29:00	34.8	29.8	69.8
10/11/2022	12:29:01	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:29:02	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:29:04	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:29:05	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:29:06	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:29:07	34.9	29.9	69.5
10/11/2022	12:29:08	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:29:09	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:29:11	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:29:12	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:29:13	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:29:14	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:29:15	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:29:16	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:29:18	34.8	29.8	69.9
10/11/2022	12:29:19	34.8	29.8	69.8
10/11/2022	12:29:20	34.8	29.8	69.7
10/11/2022	12:29:21	34.8	29.8	69.6
10/11/2022	12:29:22	34.8	29.8	69.6
10/11/2022	12:29:23	34.8	29.8	69.6
10/11/2022	12:29:25	34.9	29.8	69.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	12:29:26	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:29:27	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:29:28	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:29:29	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:29:30	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:29:32	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:29:33	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:29:34	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:29:35	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:29:36	34.9	29.8	70.2
10/11/2022	12:29:37	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:29:39	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:29:40	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:29:41	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:29:42	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:29:43	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:29:44	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:29:46	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:29:47	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:29:48	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:29:49	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:29:50	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:29:51	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:29:53	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:29:54	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:29:55	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:29:56	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:29:57	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:29:58	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:30:00	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:30:01	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:30:02	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:30:03	34.8	29.9	69.7
10/11/2022	12:30:04	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:30:05	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:30:07	34.9	29.9	69.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	12:30:08	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:30:09	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:30:10	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:30:11	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:30:12	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:30:14	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:30:15	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:30:16	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:30:17	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:30:18	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:30:19	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:30:20	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:30:22	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:30:23	34.8	29.8	69.8
10/11/2022	12:30:24	34.8	29.8	69.7
10/11/2022	12:30:25	34.8	29.8	69.6
10/11/2022	12:30:26	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:30:27	34.8	29.8	69.6
10/11/2022	12:30:29	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:30:30	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:30:31	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:30:32	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:30:33	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:30:35	34.9	29.8	70.2
10/11/2022	12:30:36	34.9	29.8	70.2
10/11/2022	12:30:37	34.9	29.8	70.2
10/11/2022	12:30:38	34.9	29.8	70.2
10/11/2022	12:30:39	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:30:40	34.8	29.8	70.0
10/11/2022	12:30:42	34.8	29.8	69.9
10/11/2022	12:30:43	34.8	29.8	69.8
10/11/2022	12:30:44	34.8	29.8	69.8
10/11/2022	12:30:45	34.8	29.8	69.8
10/11/2022	12:30:46	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:30:47	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:30:49	34.9	29.9	69.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	12:30:50	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:30:51	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:30:52	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:30:53	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:30:54	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:30:56	34.9	29.9	70.1
10/11/2022	12:30:57	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:30:58	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:30:59	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:31:00	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:31:01	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:31:03	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:31:04	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:31:05	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:31:06	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:31:07	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:31:08	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:31:10	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:31:11	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:31:12	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:31:13	34.9	29.9	70.1
10/11/2022	12:31:14	34.9	29.9	70.2
10/11/2022	12:31:16	34.9	29.8	70.2
10/11/2022	12:31:17	34.9	29.8	70.2
10/11/2022	12:31:18	34.8	29.8	70.2
10/11/2022	12:31:19	34.8	29.8	70.1
10/11/2022	12:31:20	34.8	29.8	70.0
10/11/2022	12:31:21	34.8	29.8	69.9
10/11/2022	12:31:23	34.8	29.8	69.8
10/11/2022	12:31:24	34.8	29.8	69.8
10/11/2022	12:31:25	34.8	29.8	69.8
10/11/2022	12:31:26	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:31:27	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:31:28	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:31:30	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:31:31	34.9	29.8	69.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	12:31:32	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:31:33	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:31:34	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:31:36	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:31:37	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:31:38	34.8	29.8	69.9
10/11/2022	12:31:39	34.8	29.8	69.8
10/11/2022	12:31:40	34.8	29.8	69.8
10/11/2022	12:31:41	34.8	29.8	69.8
10/11/2022	12:31:43	34.8	29.8	69.7
10/11/2022	12:31:44	34.8	29.8	69.7
10/11/2022	12:31:45	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:31:46	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:31:47	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:31:48	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:31:50	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:31:51	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:31:52	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:31:53	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:31:54	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:31:55	34.9	29.9	70.1
10/11/2022	12:31:57	34.9	29.9	70.1
10/11/2022	12:31:58	34.9	29.9	70.1
10/11/2022	12:31:59	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:32:00	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:32:01	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:32:02	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:32:04	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:32:05	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:32:06	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:32:07	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:32:08	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:32:10	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:32:11	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:32:12	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:32:13	34.9	29.8	69.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	12:32:14	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:32:15	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:32:17	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:32:18	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:32:19	34.8	29.8	69.9
10/11/2022	12:32:20	34.8	29.8	69.9
10/11/2022	12:32:21	34.8	29.8	69.8
10/11/2022	12:32:22	34.8	29.8	69.8
10/11/2022	12:32:24	34.8	29.8	69.7
10/11/2022	12:32:25	34.8	29.8	69.6
10/11/2022	12:32:26	34.8	29.8	69.6
10/11/2022	12:32:27	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:32:28	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:32:29	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:32:30	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:32:32	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:32:33	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:32:34	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:32:35	34.9	29.9	70.1
10/11/2022	12:32:36	34.8	29.8	70.1
10/11/2022	12:32:37	34.8	29.8	70.1
10/11/2022	12:32:39	34.8	29.8	70.1
10/11/2022	12:32:40	34.8	29.8	70.0
10/11/2022	12:32:41	34.8	29.9	69.9
10/11/2022	12:32:42	34.8	29.9	69.8
10/11/2022	12:32:43	34.8	29.9	69.7
10/11/2022	12:32:44	34.8	29.9	69.8
10/11/2022	12:32:46	34.8	29.9	69.7
10/11/2022	12:32:47	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:32:48	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:32:49	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:32:50	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:32:52	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:32:53	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:32:54	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:32:55	34.9	29.9	70.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	12:32:56	34.9	29.9	70.1
10/11/2022	12:32:57	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:32:58	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:33:00	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:33:01	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:33:02	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:33:03	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:33:04	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:33:05	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:33:07	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:33:08	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:33:09	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:33:10	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:33:11	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:33:12	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:33:14	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:33:15	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:33:16	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:33:17	34.9	29.8	70.2
10/11/2022	12:33:18	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:33:19	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:33:21	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:33:22	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:33:23	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:33:24	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:33:25	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:33:26	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:33:28	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:33:29	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:33:30	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:33:31	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:33:32	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:33:33	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:33:35	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:33:36	34.9	29.8	70.2
10/11/2022	12:33:37	34.9	29.8	70.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	12:33:38	34.9	29.8	70.2
10/11/2022	12:33:39	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:33:41	34.8	29.8	69.9
10/11/2022	12:33:42	34.8	29.8	69.9
10/11/2022	12:33:43	34.8	29.8	69.9
10/11/2022	12:33:44	34.8	29.8	69.8
10/11/2022	12:33:45	34.8	29.8	69.8
10/11/2022	12:33:46	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:33:48	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:33:49	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:33:50	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:33:51	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:33:52	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:33:54	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:33:55	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:33:56	34.9	29.9	70.1
10/11/2022	12:33:57	34.9	29.9	70.1
10/11/2022	12:33:58	34.8	29.9	70.0
10/11/2022	12:34:00	34.8	29.9	69.9
10/11/2022	12:34:01	34.8	29.9	69.9
10/11/2022	12:34:02	34.8	29.9	69.8
10/11/2022	12:34:03	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:34:04	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:34:05	34.8	29.8	69.7
10/11/2022	12:34:06	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:34:08	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:34:09	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:34:10	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:34:11	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:34:12	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:34:13	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:34:14	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:34:15	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:34:16	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:34:18	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:34:19	34.9	29.8	69.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	12:34:20	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:34:21	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:34:22	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:34:23	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:34:25	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:34:26	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:34:27	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:34:28	34.9	29.8	69.5
10/11/2022	12:34:29	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:34:30	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:34:32	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:34:33	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:34:34	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:34:35	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:34:36	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:34:37	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:34:39	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:34:40	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:34:41	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:34:42	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:34:43	34.8	29.8	69.6
10/11/2022	12:34:44	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:34:45	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:34:47	34.9	29.8	69.5
10/11/2022	12:34:48	34.9	29.8	69.5
10/11/2022	12:34:49	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:34:50	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:34:51	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:34:53	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:34:54	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:34:55	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:34:56	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:34:57	34.9	29.8	70.2
10/11/2022	12:34:58	34.9	29.9	70.2
10/11/2022	12:35:00	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:35:01	34.9	29.8	70.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	12:35:02	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:35:03	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:35:04	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:35:05	34.8	29.8	69.7
10/11/2022	12:35:07	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:35:08	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:35:09	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:35:10	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:35:11	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:35:12	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:35:14	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:35:15	34.9	29.9	70.1
10/11/2022	12:35:16	34.9	29.9	70.1
10/11/2022	12:35:17	34.9	29.9	70.1
10/11/2022	12:35:18	34.9	29.9	70.2
10/11/2022	12:35:19	34.8	29.9	70.2
10/11/2022	12:35:21	34.8	29.9	70.1
10/11/2022	12:35:22	34.8	29.9	70.0
10/11/2022	12:35:23	34.8	29.9	69.9
10/11/2022	12:35:24	34.8	29.9	69.9
10/11/2022	12:35:25	34.8	29.9	69.9
10/11/2022	12:35:26	34.8	29.9	69.8
10/11/2022	12:35:28	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:35:29	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:35:30	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:35:31	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:35:32	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:35:34	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:35:35	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:35:36	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:35:37	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:35:38	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:35:39	34.8	29.9	70.0
10/11/2022	12:35:41	34.8	29.9	70.0
10/11/2022	12:35:42	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:35:43	34.9	29.9	69.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	12:35:44	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:35:45	34.8	29.9	69.8
10/11/2022	12:35:46	34.8	29.9	69.7
10/11/2022	12:35:48	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:35:49	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:35:50	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:35:51	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:35:52	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:35:54	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:35:55	34.9	29.9	70.1
10/11/2022	12:35:56	34.9	29.9	70.1
10/11/2022	12:35:57	34.9	29.9	70.1
10/11/2022	12:35:58	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:35:59	34.8	29.8	70.1
10/11/2022	12:36:01	34.8	29.8	70.0
10/11/2022	12:36:02	34.8	29.8	69.9
10/11/2022	12:36:03	34.8	29.8	69.8
10/11/2022	12:36:04	34.8	29.8	69.8
10/11/2022	12:36:05	34.8	29.8	69.8
10/11/2022	12:36:07	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:36:08	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:36:09	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:36:10	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:36:11	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:36:12	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:36:14	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:36:15	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:36:16	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:36:17	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:36:18	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:36:19	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:36:21	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:36:22	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:36:23	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:36:24	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:36:25	34.8	29.9	69.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	12:36:26	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:36:28	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:36:29	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:36:30	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:36:31	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:36:32	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:36:34	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:36:35	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:36:36	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:36:37	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:36:38	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:36:39	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:36:41	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:36:42	34.8	29.9	69.7
10/11/2022	12:36:43	34.8	29.9	69.6
10/11/2022	12:36:44	34.8	29.8	69.6
10/11/2022	12:36:45	34.8	29.9	69.6
10/11/2022	12:36:47	34.8	29.9	69.6
10/11/2022	12:36:48	34.9	29.9	69.5
10/11/2022	12:36:49	34.9	29.9	69.5
10/11/2022	12:36:50	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:36:51	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:36:52	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:36:54	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:36:55	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:36:56	34.9	29.9	70.1
10/11/2022	12:36:57	34.9	29.9	70.2
10/11/2022	12:36:58	34.9	29.8	70.2
10/11/2022	12:36:59	34.9	29.8	70.2
10/11/2022	12:37:01	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:37:02	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:37:03	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:37:04	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:37:06	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:37:07	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:37:08	34.9	29.9	69.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	12:37:09	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:37:10	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:37:11	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:37:13	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:37:14	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:37:15	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:37:17	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:37:18	34.9	29.9	70.1
10/11/2022	12:37:19	34.9	29.9	70.1
10/11/2022	12:37:20	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:37:21	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:37:23	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:37:24	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:37:25	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:37:26	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:37:27	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:37:29	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:37:30	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:37:31	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:37:32	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:37:33	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:37:34	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:37:36	34.9	29.9	70.1
10/11/2022	12:37:37	34.9	29.9	70.1
10/11/2022	12:37:38	34.9	29.9	70.2
10/11/2022	12:37:39	34.9	29.9	70.2
10/11/2022	12:37:40	34.9	29.9	70.1
10/11/2022	12:37:41	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:37:43	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:37:44	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:37:45	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:37:46	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:37:47	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:37:49	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:37:50	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:37:51	34.9	29.9	69.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	12:37:52	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:37:53	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:37:55	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:37:56	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:37:57	34.9	29.9	70.1
10/11/2022	12:37:58	34.9	29.9	70.1
10/11/2022	12:37:59	34.8	29.9	70.1
10/11/2022	12:38:00	34.8	29.9	70.1
10/11/2022	12:38:02	34.8	29.9	70.0
10/11/2022	12:38:03	34.8	29.9	69.9
10/11/2022	12:38:04	34.8	29.9	69.9
10/11/2022	12:38:05	34.8	29.9	69.9
10/11/2022	12:38:06	34.8	29.9	69.9
10/11/2022	12:38:08	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:38:09	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:38:10	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:38:11	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:38:12	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:38:13	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:38:15	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:38:16	34.9	29.9	70.1
10/11/2022	12:38:17	34.9	29.9	70.2
10/11/2022	12:38:18	34.9	29.9	70.3
10/11/2022	12:38:19	34.9	29.9	70.3
10/11/2022	12:38:20	34.8	29.9	70.2
10/11/2022	12:38:22	34.8	29.9	70.1
10/11/2022	12:38:23	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:38:24	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:38:25	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:38:26	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:38:28	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:38:29	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:38:30	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:38:31	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:38:33	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:38:34	34.9	29.9	69.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35^aC-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	12:38:35	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:38:36	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:38:37	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:38:38	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:38:40	34.8	29.8	70.0
10/11/2022	12:38:41	34.8	29.8	69.9
10/11/2022	12:38:42	34.8	29.8	69.9
10/11/2022	12:38:43	34.8	29.8	69.8
10/11/2022	12:38:44	34.8	29.8	69.7
10/11/2022	12:38:45	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:38:47	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:38:48	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:38:49	34.9	29.8	69.5
10/11/2022	12:38:50	34.9	29.8	69.5
10/11/2022	12:38:51	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:38:53	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:38:54	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:38:55	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:38:56	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:38:57	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:38:58	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:39:00	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:39:01	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:39:02	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:39:03	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:39:04	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:39:06	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:39:07	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:39:08	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:39:09	34.9	29.8	69.5
10/11/2022	12:39:10	34.9	29.8	69.5
10/11/2022	12:39:11	34.9	29.8	69.5
10/11/2022	12:39:13	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:39:14	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:39:15	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:39:16	34.9	29.9	70.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	12:39:17	34.9	29.9	70.1
10/11/2022	12:39:18	34.9	29.9	70.1
10/11/2022	12:39:20	34.9	29.9	70.1
10/11/2022	12:39:21	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:39:22	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:39:23	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:39:24	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:39:25	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:39:27	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:39:28	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:39:29	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:39:30	34.9	29.9	69.5
10/11/2022	12:39:31	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:39:32	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:39:34	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:39:35	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:39:36	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:39:37	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:39:38	34.9	29.9	70.1
10/11/2022	12:39:39	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:39:40	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:39:42	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:39:43	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:39:44	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:39:45	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:39:46	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:39:47	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:39:49	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:39:50	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:39:51	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:39:52	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:39:53	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:39:54	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:39:56	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:39:57	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:39:58	34.9	29.9	70.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	12:39:59	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:40:00	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:40:01	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:40:03	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:40:04	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:40:05	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:40:06	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:40:07	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:40:08	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:40:10	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:40:11	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:40:12	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:40:13	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:40:14	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:40:16	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:40:17	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:40:18	34.9	29.9	70.1
10/11/2022	12:40:19	34.9	29.9	70.1
10/11/2022	12:40:20	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:40:21	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:40:23	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:40:24	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:40:25	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:40:26	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:40:27	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:40:28	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:40:30	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:40:31	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:40:32	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:40:33	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:40:34	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:40:36	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:40:37	34.9	29.9	70.1
10/11/2022	12:40:38	34.9	29.9	70.1
10/11/2022	12:40:39	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:40:40	34.8	29.8	70.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	12:40:42	34.8	29.8	70.0
10/11/2022	12:40:43	34.8	29.8	69.9
10/11/2022	12:40:44	34.8	29.8	69.8
10/11/2022	12:40:45	34.8	29.8	69.8
10/11/2022	12:40:46	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:40:47	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:40:48	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:40:50	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:40:51	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:40:52	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:40:53	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:40:54	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:40:55	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:40:57	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:40:58	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:40:59	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:41:00	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:41:01	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:41:03	34.8	29.8	69.8
10/11/2022	12:41:04	34.8	29.8	69.7
10/11/2022	12:41:05	34.8	29.8	69.7
10/11/2022	12:41:06	34.8	29.8	69.6
10/11/2022	12:41:07	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:41:09	34.9	29.8	69.5
10/11/2022	12:41:10	34.9	29.9	69.5
10/11/2022	12:41:11	34.9	29.9	69.5
10/11/2022	12:41:12	34.9	29.9	69.5
10/11/2022	12:41:13	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:41:14	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:41:16	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:41:17	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:41:18	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:41:19	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:41:20	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:41:21	34.8	29.9	70.0
10/11/2022	12:41:23	34.9	29.9	69.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	12:41:24	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:41:25	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:41:26	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:41:27	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:41:28	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:41:30	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:41:31	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:41:32	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:41:33	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:41:34	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:41:35	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:41:37	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:41:38	34.9	29.9	70.1
10/11/2022	12:41:39	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:41:40	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:41:41	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:41:42	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:41:44	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:41:45	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:41:46	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:41:47	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:41:48	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:41:49	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:41:51	34.9	29.9	69.5
10/11/2022	12:41:52	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:41:53	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:41:54	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:41:55	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:41:56	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:41:58	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:41:59	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:42:00	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:42:01	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:42:02	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:42:04	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:42:05	34.9	29.9	69.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35^aC-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	12:42:06	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:42:07	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:42:08	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:42:09	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:42:11	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:42:12	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:42:13	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:42:14	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:42:15	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:42:16	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:42:18	34.9	29.9	70.1
10/11/2022	12:42:19	34.8	29.9	70.1
10/11/2022	12:42:20	34.8	29.9	70.1
10/11/2022	12:42:21	34.8	29.8	70.0
10/11/2022	12:42:22	34.8	29.8	69.9
10/11/2022	12:42:23	34.8	29.9	69.8
10/11/2022	12:42:25	34.8	29.8	69.8
10/11/2022	12:42:26	34.8	29.8	69.7
10/11/2022	12:42:27	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:42:28	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:42:29	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:42:30	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:42:32	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:42:33	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:42:34	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:42:35	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:42:36	34.9	29.9	70.1
10/11/2022	12:42:37	34.9	29.9	70.2
10/11/2022	12:42:39	34.9	29.8	70.2
10/11/2022	12:42:40	34.9	29.8	70.2
10/11/2022	12:42:41	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:42:42	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:42:43	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:42:45	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:42:46	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:42:47	34.9	29.8	69.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	12:42:48	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:42:49	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:42:50	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:42:52	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:42:53	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:42:54	34.8	29.9	69.9
10/11/2022	12:42:55	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:42:56	34.9	29.9	70.1
10/11/2022	12:42:57	34.9	29.9	70.2
10/11/2022	12:42:58	34.9	29.9	70.2
10/11/2022	12:43:00	34.9	29.9	70.2
10/11/2022	12:43:01	34.9	29.8	70.2
10/11/2022	12:43:02	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:43:03	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:43:04	34.8	29.8	69.9
10/11/2022	12:43:06	34.8	29.8	69.8
10/11/2022	12:43:07	34.8	29.8	69.8
10/11/2022	12:43:08	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:43:09	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:43:10	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:43:11	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:43:13	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:43:14	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:43:15	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:43:16	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:43:17	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:43:18	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:43:20	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:43:21	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:43:22	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:43:23	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:43:24	34.8	29.8	69.7
10/11/2022	12:43:26	34.8	29.8	69.7
10/11/2022	12:43:27	34.8	29.8	69.6
10/11/2022	12:43:28	34.8	29.8	69.6
10/11/2022	12:43:29	34.9	29.9	69.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	12:43:30	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:43:32	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:43:33	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:43:34	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:43:35	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:43:36	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:43:38	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:43:39	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:43:40	34.9	29.9	70.1
10/11/2022	12:43:41	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:43:42	34.8	29.9	69.9
10/11/2022	12:43:43	34.8	29.9	69.8
10/11/2022	12:43:45	34.8	29.9	69.7
10/11/2022	12:43:46	34.8	29.9	69.7
10/11/2022	12:43:47	34.8	29.9	69.6
10/11/2022	12:43:48	34.8	29.9	69.6
10/11/2022	12:43:49	34.8	29.9	69.5
10/11/2022	12:43:50	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:43:52	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:43:53	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:43:54	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:43:55	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:43:56	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:43:58	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:43:59	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:44:00	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:44:01	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:44:02	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:44:03	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:44:05	34.8	29.9	69.8
10/11/2022	12:44:06	34.8	29.9	69.7
10/11/2022	12:44:07	34.8	29.9	69.7
10/11/2022	12:44:08	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:44:09	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:44:10	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:44:12	34.9	29.9	69.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	12:44:13	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:44:14	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:44:15	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:44:16	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:44:17	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:44:19	34.9	29.9	70.1
10/11/2022	12:44:20	34.9	29.9	70.1
10/11/2022	12:44:21	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:44:22	34.8	29.9	70.0
10/11/2022	12:44:23	34.8	29.9	69.9
10/11/2022	12:44:24	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:44:26	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:44:27	34.8	29.8	69.8
10/11/2022	12:44:28	34.8	29.8	69.8
10/11/2022	12:44:29	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:44:30	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:44:31	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:44:33	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:44:34	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:44:35	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:44:36	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:44:37	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:44:39	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:44:40	34.9	29.9	70.1
10/11/2022	12:44:41	34.9	29.9	70.1
10/11/2022	12:44:42	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:44:43	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:44:44	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:44:46	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:44:47	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:44:48	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:44:49	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:44:50	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:44:51	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:44:53	34.8	29.9	69.7
10/11/2022	12:44:54	34.8	29.9	69.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	12:44:55	34.8	29.9	69.9
10/11/2022	12:44:56	34.8	29.9	70.0
10/11/2022	12:44:57	34.8	29.9	70.1
10/11/2022	12:44:58	34.8	29.9	70.1
10/11/2022	12:45:00	34.8	29.9	70.1
10/11/2022	12:45:01	34.8	29.9	70.1
10/11/2022	12:45:02	34.8	29.9	70.1
10/11/2022	12:45:03	34.8	29.8	70.0
10/11/2022	12:45:04	34.8	29.8	69.9
10/11/2022	12:45:05	34.8	29.8	69.8
10/11/2022	12:45:07	34.8	29.8	69.7
10/11/2022	12:45:08	34.8	29.8	69.8
10/11/2022	12:45:09	34.8	29.9	69.8
10/11/2022	12:45:10	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:45:11	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:45:12	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:45:14	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:45:15	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:45:16	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:45:17	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:45:18	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:45:20	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:45:21	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:45:22	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:45:23	34.8	29.8	69.9
10/11/2022	12:45:24	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:45:25	34.8	29.8	69.8
10/11/2022	12:45:27	34.8	29.8	69.8
10/11/2022	12:45:28	34.8	29.9	69.7
10/11/2022	12:45:29	34.8	29.9	69.6
10/11/2022	12:45:30	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:45:31	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:45:33	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:45:34	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:45:35	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:45:36	34.9	29.9	69.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	12:45:37	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:45:38	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:45:40	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:45:41	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:45:42	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:45:43	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:45:44	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:45:46	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:45:47	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:45:48	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:45:49	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:45:50	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:45:51	34.9	29.9	69.5
10/11/2022	12:45:53	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:45:54	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:45:55	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:45:56	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:45:57	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:45:58	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:46:00	34.9	29.9	70.1
10/11/2022	12:46:01	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:46:02	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:46:03	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:46:04	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:46:06	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:46:07	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:46:08	34.8	29.8	69.6
10/11/2022	12:46:09	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:46:10	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:46:11	34.9	29.9	69.5
10/11/2022	12:46:13	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:46:14	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:46:15	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:46:16	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:46:17	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:46:18	34.9	29.9	70.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	12:46:20	34.9	29.9	70.1
10/11/2022	12:46:21	34.9	29.9	70.2
10/11/2022	12:46:22	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:46:23	34.8	29.9	69.9
10/11/2022	12:46:25	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:46:26	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:46:27	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:46:28	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:46:29	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:46:30	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:46:32	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:46:33	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:46:34	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:46:35	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:46:36	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:46:37	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:46:39	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:46:40	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:46:41	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:46:42	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:46:43	34.8	29.9	70.0
10/11/2022	12:46:44	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:46:46	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:46:47	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:46:48	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:46:49	34.8	29.9	69.8
10/11/2022	12:46:50	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:46:51	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:46:53	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:46:54	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:46:55	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:46:56	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:46:57	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:46:59	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:47:00	34.9	29.9	70.1
10/11/2022	12:47:01	34.9	29.9	70.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	12:47:02	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:47:03	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:47:04	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:47:06	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:47:07	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:47:08	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:47:09	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:47:10	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:47:11	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:47:13	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:47:14	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:47:15	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:47:16	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:47:17	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:47:19	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:47:20	34.9	29.9	70.1
10/11/2022	12:47:21	34.9	29.9	70.1
10/11/2022	12:47:22	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:47:23	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:47:24	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:47:26	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:47:27	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:47:28	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:47:29	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:47:30	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:47:31	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:47:33	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:47:34	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:47:35	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:47:36	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:47:37	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:47:38	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:47:40	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:47:41	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:47:42	34.8	29.8	70.0
10/11/2022	12:47:43	34.8	29.8	70.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	12:47:44	34.8	29.8	69.9
10/11/2022	12:47:45	34.8	29.8	69.9
10/11/2022	12:47:47	34.8	29.8	69.8
10/11/2022	12:47:48	34.8	29.8	69.8
10/11/2022	12:47:49	34.8	29.8	69.7
10/11/2022	12:47:50	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:47:51	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:47:52	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:47:54	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:47:55	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:47:56	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:47:57	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:47:58	34.8	29.9	70.0
10/11/2022	12:48:00	34.8	29.9	70.1
10/11/2022	12:48:01	34.8	29.9	70.1
10/11/2022	12:48:02	34.8	29.8	70.0
10/11/2022	12:48:03	34.8	29.8	69.9
10/11/2022	12:48:04	34.8	29.8	69.8
10/11/2022	12:48:05	34.8	29.9	69.8
10/11/2022	12:48:07	34.8	29.9	69.7
10/11/2022	12:48:08	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:48:09	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:48:10	34.9	29.9	69.5
10/11/2022	12:48:11	34.9	29.9	69.5
10/11/2022	12:48:12	34.9	29.9	69.5
10/11/2022	12:48:14	34.9	29.9	69.5
10/11/2022	12:48:15	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:48:16	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:48:17	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:48:18	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:48:19	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:48:21	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:48:22	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:48:23	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:48:24	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:48:25	34.9	29.9	69.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	12:48:26	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:48:28	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:48:29	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:48:30	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:48:31	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:48:32	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:48:33	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:48:35	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:48:36	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:48:37	34.9	29.9	70.1
10/11/2022	12:48:38	34.9	29.9	70.1
10/11/2022	12:48:39	34.9	29.9	70.1
10/11/2022	12:48:41	34.9	29.9	70.2
10/11/2022	12:48:42	34.9	29.9	70.2
10/11/2022	12:48:43	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:48:44	34.8	29.9	69.9
10/11/2022	12:48:45	34.8	29.9	69.8
10/11/2022	12:48:46	34.8	29.9	69.8
10/11/2022	12:48:48	34.8	29.9	69.7
10/11/2022	12:48:49	34.8	29.9	69.6
10/11/2022	12:48:50	34.8	29.9	69.6
10/11/2022	12:48:51	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:48:52	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:48:54	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:48:55	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:48:56	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:48:57	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:48:58	34.9	29.9	70.1
10/11/2022	12:48:59	34.9	29.9	70.1
10/11/2022	12:49:01	34.9	29.9	70.2
10/11/2022	12:49:02	34.9	29.9	70.1
10/11/2022	12:49:03	34.9	29.9	70.1
10/11/2022	12:49:04	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:49:05	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:49:06	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:49:08	34.9	29.9	69.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	12:49:09	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:49:10	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:49:11	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:49:12	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:49:13	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:49:15	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:49:16	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:49:17	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:49:18	34.9	29.9	70.1
10/11/2022	12:49:19	34.9	29.9	70.1
10/11/2022	12:49:20	34.9	29.9	70.1
10/11/2022	12:49:22	34.8	29.9	70.2
10/11/2022	12:49:23	34.8	29.9	70.1
10/11/2022	12:49:24	34.8	29.9	69.9
10/11/2022	12:49:25	34.8	29.9	69.9
10/11/2022	12:49:26	34.8	29.9	69.8
10/11/2022	12:49:28	34.8	29.9	69.8
10/11/2022	12:49:29	34.8	29.9	69.8
10/11/2022	12:49:30	34.8	29.9	69.7
10/11/2022	12:49:31	34.8	29.9	69.7
10/11/2022	12:49:32	34.8	29.9	69.7
10/11/2022	12:49:33	34.8	29.9	69.8
10/11/2022	12:49:35	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:49:36	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:49:37	34.9	29.9	70.1
10/11/2022	12:49:38	34.9	29.9	70.1
10/11/2022	12:49:39	34.9	29.9	70.2
10/11/2022	12:49:40	34.9	29.9	70.2
10/11/2022	12:49:42	34.8	29.9	70.3
10/11/2022	12:49:43	34.8	29.9	70.2
10/11/2022	12:49:44	34.8	29.9	70.1
10/11/2022	12:49:45	34.8	29.9	70.0
10/11/2022	12:49:46	34.8	29.9	69.9
10/11/2022	12:49:47	34.8	29.9	69.9
10/11/2022	12:49:49	34.8	29.9	69.9
10/11/2022	12:49:50	34.9	29.9	69.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	12:49:51	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:49:52	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:49:53	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:49:54	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:49:56	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:49:57	34.9	29.9	70.1
10/11/2022	12:49:58	34.9	29.9	70.2
10/11/2022	12:49:59	34.9	29.9	70.2
10/11/2022	12:50:00	34.9	29.9	70.2
10/11/2022	12:50:01	34.9	29.9	70.2
10/11/2022	12:50:03	34.9	29.8	70.2
10/11/2022	12:50:04	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:50:05	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:50:06	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:50:07	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:50:08	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:50:10	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:50:11	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:50:12	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:50:13	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:50:14	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:50:15	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:50:17	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:50:18	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:50:19	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:50:20	34.9	29.9	70.1
10/11/2022	12:50:21	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:50:22	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:50:24	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:50:25	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:50:26	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:50:27	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:50:28	34.8	29.8	69.7
10/11/2022	12:50:29	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:50:31	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:50:32	34.9	29.9	69.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	12:50:33	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:50:34	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:50:35	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:50:36	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:50:38	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:50:39	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:50:40	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:50:41	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:50:42	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:50:44	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:50:45	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:50:46	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:50:47	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:50:48	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:50:49	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:50:51	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:50:52	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:50:53	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:50:54	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:50:55	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:50:56	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:50:58	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:50:59	34.9	29.9	70.1
10/11/2022	12:51:00	34.9	29.9	70.1
10/11/2022	12:51:01	34.9	29.9	70.1
10/11/2022	12:51:02	34.9	29.9	70.1
10/11/2022	12:51:03	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:51:05	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:51:06	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:51:07	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:51:08	34.8	29.8	69.7
10/11/2022	12:51:09	34.8	29.8	69.7
10/11/2022	12:51:10	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:51:12	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:51:13	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:51:14	34.9	29.9	69.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	12:51:15	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:51:16	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:51:17	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:51:19	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:51:20	34.9	29.9	70.1
10/11/2022	12:51:21	34.9	29.9	70.2
10/11/2022	12:51:22	34.9	29.9	70.2
10/11/2022	12:51:23	34.8	29.9	70.1
10/11/2022	12:51:25	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:51:26	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:51:27	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:51:28	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:51:29	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:51:30	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:51:32	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:51:33	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:51:34	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:51:35	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:51:36	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:51:38	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:51:39	34.9	29.9	70.1
10/11/2022	12:51:40	34.9	29.9	70.2
10/11/2022	12:51:41	34.9	29.9	70.3
10/11/2022	12:51:42	34.9	29.9	70.2
10/11/2022	12:51:43	34.8	29.9	70.2
10/11/2022	12:51:45	34.8	29.9	70.1
10/11/2022	12:51:46	34.8	29.9	70.0
10/11/2022	12:51:47	34.8	29.9	69.9
10/11/2022	12:51:48	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:51:49	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:51:50	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:51:52	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:51:53	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:51:54	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:51:55	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:51:56	34.9	29.9	69.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	12:51:57	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:51:59	34.9	29.9	70.1
10/11/2022	12:52:00	34.9	29.9	70.1
10/11/2022	12:52:01	34.9	29.9	70.1
10/11/2022	12:52:02	34.9	29.9	70.2
10/11/2022	12:52:03	34.9	29.9	70.1
10/11/2022	12:52:04	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:52:06	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:52:07	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:52:08	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:52:09	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:52:10	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:52:12	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:52:13	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:52:14	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:52:15	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:52:16	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:52:17	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:52:19	34.9	29.9	70.1
10/11/2022	12:52:20	34.9	29.9	70.2
10/11/2022	12:52:21	34.9	29.9	70.2
10/11/2022	12:52:22	34.9	29.9	70.2
10/11/2022	12:52:23	34.9	29.9	70.1
10/11/2022	12:52:25	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:52:26	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:52:27	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:52:28	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:52:29	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:52:30	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:52:32	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:52:33	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:52:34	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:52:35	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:52:36	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:52:37	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:52:39	34.9	29.9	69.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	12:52:40	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:52:41	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:52:42	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:52:43	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:52:44	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:52:46	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:52:47	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:52:48	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:52:49	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:52:50	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:52:52	34.9	29.9	69.5
10/11/2022	12:52:53	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:52:54	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:52:55	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:52:56	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:52:58	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:52:59	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:53:00	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:53:01	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:53:02	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:53:03	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:53:05	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:53:06	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:53:07	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:53:08	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:53:09	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:53:10	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:53:12	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:53:13	34.9	29.9	69.5
10/11/2022	12:53:14	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:53:15	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:53:16	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:53:17	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:53:19	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:53:20	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:53:21	34.9	29.9	70.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	12:53:22	34.9	29.9	70.2
10/11/2022	12:53:23	34.9	29.9	70.2
10/11/2022	12:53:25	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:53:26	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:53:27	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:53:28	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:53:29	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:53:30	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:53:32	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:53:33	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:53:34	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:53:35	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:53:36	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:53:37	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:53:39	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:53:40	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:53:41	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:53:42	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:53:43	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:53:44	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:53:46	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:53:47	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:53:48	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:53:49	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:53:50	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:53:52	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:53:53	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:53:54	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:53:55	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:53:56	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:53:57	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:53:59	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:54:00	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:54:01	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:54:02	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:54:03	34.9	29.8	70.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	12:54:04	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:54:06	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:54:07	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:54:08	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:54:09	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:54:10	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:54:12	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:54:13	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:54:14	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:54:15	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:54:16	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:54:17	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:54:18	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:54:20	34.9	29.9	70.1
10/11/2022	12:54:21	34.9	29.9	70.2
10/11/2022	12:54:22	34.9	29.9	70.2
10/11/2022	12:54:23	34.9	29.9	70.2
10/11/2022	12:54:24	34.8	29.8	70.1
10/11/2022	12:54:25	34.9	29.9	70.1
10/11/2022	12:54:27	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:54:28	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:54:29	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:54:30	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:54:31	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:54:33	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:54:34	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:54:35	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:54:36	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:54:37	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:54:38	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:54:40	34.9	29.9	70.1
10/11/2022	12:54:41	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:54:42	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:54:43	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:54:44	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:54:46	34.9	29.9	70.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	12:54:47	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:54:48	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:54:49	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:54:50	34.8	29.8	69.8
10/11/2022	12:54:51	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:54:53	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:54:54	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:54:55	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:54:56	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:54:57	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:54:58	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:55:00	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:55:01	34.9	29.9	70.1
10/11/2022	12:55:02	34.9	29.9	70.1
10/11/2022	12:55:03	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:55:04	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:55:05	34.8	29.9	69.9
10/11/2022	12:55:07	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:55:08	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:55:09	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:55:10	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:55:11	34.8	29.9	69.6
10/11/2022	12:55:13	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:55:14	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:55:15	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:55:16	34.8	29.9	69.7
10/11/2022	12:55:17	34.8	29.9	69.8
10/11/2022	12:55:18	34.8	29.9	69.9
10/11/2022	12:55:20	34.8	29.9	69.9
10/11/2022	12:55:21	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:55:22	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:55:23	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:55:24	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:55:25	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:55:27	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:55:28	34.9	29.9	69.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	12:55:29	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:55:30	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:55:31	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:55:32	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:55:34	34.9	29.9	69.5
10/11/2022	12:55:35	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:55:36	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:55:37	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:55:38	34.8	29.9	69.8
10/11/2022	12:55:40	34.8	29.9	69.9
10/11/2022	12:55:41	34.8	29.8	70.0
10/11/2022	12:55:42	34.8	29.8	70.0
10/11/2022	12:55:43	34.8	29.8	70.0
10/11/2022	12:55:44	34.8	29.8	70.0
10/11/2022	12:55:45	34.8	29.8	69.9
10/11/2022	12:55:47	34.8	29.8	69.8
10/11/2022	12:55:48	34.8	29.8	69.7
10/11/2022	12:55:49	34.8	29.8	69.7
10/11/2022	12:55:50	34.8	29.8	69.7
10/11/2022	12:55:51	34.8	29.8	69.6
10/11/2022	12:55:53	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:55:54	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:55:55	34.9	29.9	69.5
10/11/2022	12:55:56	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:55:57	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:55:58	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:56:00	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:56:01	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:56:02	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:56:03	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:56:05	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:56:06	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:56:07	34.8	29.9	69.9
10/11/2022	12:56:08	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:56:09	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:56:10	34.9	29.9	69.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	12:56:12	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:56:13	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:56:14	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:56:15	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:56:16	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:56:17	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:56:19	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:56:20	34.9	29.9	70.1
10/11/2022	12:56:21	34.9	29.9	70.2
10/11/2022	12:56:22	34.9	29.9	70.3
10/11/2022	12:56:23	34.9	29.9	70.3
10/11/2022	12:56:24	34.9	29.8	70.2
10/11/2022	12:56:26	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:56:27	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:56:28	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:56:29	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:56:30	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:56:32	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:56:33	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:56:34	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:56:35	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:56:36	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:56:37	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:56:39	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:56:40	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:56:41	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:56:42	34.9	29.8	70.2
10/11/2022	12:56:43	34.9	29.8	70.2
10/11/2022	12:56:44	34.9	29.8	70.2
10/11/2022	12:56:46	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:56:47	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:56:48	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:56:49	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:56:50	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:56:52	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:56:53	34.9	29.8	69.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	12:56:54	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:56:55	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:56:56	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:56:57	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:56:59	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:57:00	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:57:01	34.9	29.9	70.1
10/11/2022	12:57:02	34.9	29.8	70.2
10/11/2022	12:57:03	34.9	29.8	70.2
10/11/2022	12:57:04	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:57:06	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:57:07	34.8	29.8	70.0
10/11/2022	12:57:08	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:57:09	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:57:10	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:57:12	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:57:13	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:57:14	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:57:15	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:57:16	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:57:17	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:57:19	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:57:20	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:57:21	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:57:22	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:57:23	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:57:25	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:57:26	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:57:27	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:57:28	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:57:29	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:57:30	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:57:32	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:57:33	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:57:34	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:57:35	34.9	29.9	69.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	12:57:36	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	12:57:38	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:57:39	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:57:40	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:57:41	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:57:42	34.9	29.9	70.1
10/11/2022	12:57:43	34.9	29.9	70.1
10/11/2022	12:57:45	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:57:46	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:57:47	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:57:48	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:57:49	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:57:51	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:57:52	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:57:53	34.9	29.8	69.5
10/11/2022	12:57:54	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:57:55	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:57:56	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:57:58	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:57:59	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:58:00	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:58:01	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:58:02	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:58:04	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:58:05	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:58:06	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:58:07	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:58:09	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:58:10	34.8	29.8	69.7
10/11/2022	12:58:11	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:58:12	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:58:13	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:58:14	34.9	29.9	69.5
10/11/2022	12:58:16	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:58:17	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:58:18	34.9	29.9	69.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	12:58:19	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	12:58:20	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	12:58:22	34.9	29.9	70.1
10/11/2022	12:58:23	34.9	29.9	70.1
10/11/2022	12:58:24	34.9	29.9	70.1
10/11/2022	12:58:25	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:58:26	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:58:27	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:58:29	34.8	29.8	69.8
10/11/2022	12:58:30	34.8	29.8	69.8
10/11/2022	12:58:31	34.8	29.8	69.7
10/11/2022	12:58:32	34.8	29.8	69.7
10/11/2022	12:58:33	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:58:35	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:58:36	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:58:37	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:58:38	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:58:39	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:58:40	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:58:42	34.9	29.8	70.2
10/11/2022	12:58:43	34.9	29.8	70.2
10/11/2022	12:58:44	34.9	29.8	70.2
10/11/2022	12:58:45	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:58:46	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:58:47	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:58:49	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:58:50	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:58:51	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:58:52	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:58:53	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:58:55	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:58:56	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:58:57	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:58:58	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:58:59	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:59:00	34.9	29.8	70.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	12:59:02	34.9	29.8	70.2
10/11/2022	12:59:03	34.9	29.8	70.2
10/11/2022	12:59:04	34.9	29.8	70.2
10/11/2022	12:59:05	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:59:06	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:59:07	34.8	29.8	70.0
10/11/2022	12:59:09	34.8	29.8	69.9
10/11/2022	12:59:10	34.8	29.8	69.9
10/11/2022	12:59:11	34.8	29.8	69.8
10/11/2022	12:59:12	34.8	29.8	69.8
10/11/2022	12:59:13	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:59:15	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:59:16	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:59:17	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:59:18	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:59:19	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:59:20	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:59:22	34.9	29.8	70.2
10/11/2022	12:59:23	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:59:24	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:59:25	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:59:26	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:59:27	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:59:29	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:59:30	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:59:31	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:59:32	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:59:33	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:59:35	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:59:36	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:59:37	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	12:59:38	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:59:39	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:59:40	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:59:42	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	12:59:43	34.9	29.8	70.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	12:59:44	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	12:59:45	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:59:46	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:59:48	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	12:59:49	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:59:50	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:59:51	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	12:59:52	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	12:59:53	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:59:55	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:59:56	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:59:57	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	12:59:58	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	12:59:59	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	13:00:00	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	13:00:02	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	13:00:03	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	13:00:04	34.9	29.9	70.1
10/11/2022	13:00:05	34.8	29.8	70.1
10/11/2022	13:00:06	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	13:00:07	34.8	29.8	69.9
10/11/2022	13:00:09	34.8	29.8	69.8
10/11/2022	13:00:10	34.8	29.8	69.8
10/11/2022	13:00:11	34.8	29.9	69.8
10/11/2022	13:00:12	34.8	29.9	69.7
10/11/2022	13:00:13	34.9	29.8	69.6
10/11/2022	13:00:14	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	13:00:16	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	13:00:17	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	13:00:18	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	13:00:19	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	13:00:20	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	13:00:22	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	13:00:23	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	13:00:24	34.9	29.8	70.2
10/11/2022	13:00:25	34.8	29.8	70.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	13:00:26	34.8	29.8	70.0
10/11/2022	13:00:27	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	13:00:29	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	13:00:30	34.9	29.8	69.8
10/11/2022	13:00:31	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	13:00:32	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	13:00:33	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	13:00:34	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	13:00:36	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	13:00:37	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	13:00:38	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	13:00:39	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	13:00:40	34.9	29.9	70.1
10/11/2022	13:00:41	34.9	29.9	70.1
10/11/2022	13:00:43	34.9	29.9	70.1
10/11/2022	13:00:44	34.9	29.9	70.2
10/11/2022	13:00:45	34.9	29.8	70.2
10/11/2022	13:00:46	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	13:00:47	34.8	29.8	70.0
10/11/2022	13:00:49	34.8	29.8	69.9
10/11/2022	13:00:50	34.8	29.8	69.8
10/11/2022	13:00:51	34.8	29.8	69.8
10/11/2022	13:00:52	34.8	29.8	69.7
10/11/2022	13:00:53	34.8	29.9	69.6
10/11/2022	13:00:54	34.8	29.9	69.6
10/11/2022	13:00:56	34.8	29.9	69.6
10/11/2022	13:00:57	34.9	29.9	69.7
10/11/2022	13:00:58	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	13:00:59	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	13:01:00	34.9	29.9	70.1
10/11/2022	13:01:01	34.9	29.9	70.1
10/11/2022	13:01:03	34.9	29.9	70.1
10/11/2022	13:01:04	34.9	29.9	70.2
10/11/2022	13:01:05	34.8	29.8	70.2
10/11/2022	13:01:06	34.8	29.8	70.1
10/11/2022	13:01:07	34.8	29.8	70.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:35°C-70%

Operador:NC

Identificación:123456

10/11/2022	13:01:09	34.8	29.8	69.8
10/11/2022	13:01:10	34.8	29.8	69.7
10/11/2022	13:01:11	34.8	29.8	69.7
10/11/2022	13:01:12	34.9	29.8	69.7
10/11/2022	13:01:13	34.8	29.8	69.6
10/11/2022	13:01:14	34.9	29.9	69.6
10/11/2022	13:01:16	34.8	29.9	69.6
10/11/2022	13:01:17	34.8	29.9	69.8
10/11/2022	13:01:18	34.8	29.9	69.9
10/11/2022	13:01:19	34.8	29.9	70.0
10/11/2022	13:01:20	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	13:01:21	34.9	29.9	70.1
10/11/2022	13:01:23	34.9	29.9	70.3
10/11/2022	13:01:24	34.9	29.9	70.3
10/11/2022	13:01:25	34.9	29.8	70.2
10/11/2022	13:01:26	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	13:01:27	34.9	29.8	70.1
10/11/2022	13:01:29	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	13:01:30	34.9	29.8	70.0
10/11/2022	13:01:31	34.9	29.8	69.9
10/11/2022	13:01:32	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	13:01:33	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	13:01:34	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	13:01:36	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	13:01:37	34.9	29.9	69.8
10/11/2022	13:01:38	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	13:01:39	34.9	29.9	69.9
10/11/2022	13:01:40	34.9	29.9	70.0
10/11/2022	13:01:42	34.9	29.9	70.0