

Para encender la cámara climática conecte el cable de poder a un tomacorriente y encienda el equipo con el switch On/Off. Una vez encendido el equipo, el Display muestra el mensaje de inicio. Esto indicara que se conectó correctamente, de lo contrario verifique nuevamente las conexiones.



A continuación, le solicitara ingresar la contraseña. La contraseña es de 4 dígitos, una vez ingresados los 4 dígitos oprima la tecla

enter



Si la contraseña ingresada es incorrecta se mostrará el mensaje de "Contraseña Incorrecta". De lo contrario se mostrará el mensaje de "Contraseña Correcta" y continuará al menú principal.

Si desea iniciar el control de Temperatura o humedad,

oprima el icono que aparece en la sección de temperatura y/o humedad respectivamente. Una vez

iniciado dicho control el icono cambiara a . Para modificar el setpoint de la temperatura se debe oprimir




en el icono . Una vez oprimido aparecerá la siguiente imagen.



Para modificar el valor del setpoint utilice los botones o según sea necesario. Utilice el multiplicador ubicado al costado superior según sea necesario.





- X.1 para incrementos o decrementos de temperatura en escala de 0.1°C.
- X1 para incrementos o decrementos de temperatura en escala de 1°C.
- X10 para incrementos o decrementos de temperatura en escala de 10°C.

Una vez ajustado el valor de la temperatura oprima el icono para almacenar el valor y regresar al menú principal.

Para modificar el setpoint de la humedad se debe oprimir en el icono . Una vez oprimido aparecerá la siguiente imagen. Para modificar el valor del setpoint utilice los botones  o  según sea necesario. Utilice el multiplicador ubicado al costado superior según sea necesario.

- X1 para incrementos o decrementos de humedad en escala de 1%.
- X10 para incrementos o decrementos de humedad en escala de 10%.



Para modificar el setpoint de tiempo se debe oprimir en el icono . Para modificar el valor de una unidad, oprima sobre ella, el tiempo de la unidad seleccionada quedara en color blanco y la no seleccionada quedara en color negro. Para modificar el valor del tiempo utilice los botones  o  según sea necesario. Una vez ajustado el valor del tiempo oprima el icono  para almacenar el valor y regresar al menú principal.