HOSPITAL REGIONAL DIEGO PAROISSIEN	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA	FORMULARIO	FBMP-0011
		REVISIÓN	8
DIVISIÓN BIOINGENIERÍA		FRECUENCIA	**ANUAL**
Mantenimiento del Equipo Médico		ORDEN Nº	O.M.P.I **000-004**
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO	

1. IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo	**INCUBADORA**	Servicio	Neonatología	Fecha Actual	3/6/2026
Marca	David Medical	Modelo	YP-910	Fecha Próx. Inspección	Mar-27
Nº Serie	09AHZH01002	Nº Inventario			

2. INSPECCIÓN GENERAL

	Puntos de control	APROBADO SI	APROBADO NO	Comentarios
1	Chasis y Habitáculo del niño			
2	Verificación del estado y funcionam. del motor			
3	Frenos del carro			
4	Ficha y cable de alimentación			
5	Interruptores, Porta-fusibles y fusibles			
6	Terminales y conectores			
7	Sensores			
8	Etiquetado, controles y teclas			
9	Indicadores y display			

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO

	Puntos de control	REALIZADO SI	REALIZADO NO	Comentarios
1	Limpieza integral del equipo			
2	Limpieza placas electrónicas y conectores			
3	Filtro			
4	Burlete			
5	Bisagra Portillo			
6	Traba Portillo			
7	Soporte Levanta Colchón			
8	Kit motor			
9	Batería			

4. VERIFICACIONES

	Puntos de control	APROBADO SI	APROBADO NO	Comentarios
1	Estado de Batería			
3	Teclado			
4	Alarma falla de energía			
5	Alarma de temperatura de aire "high temp" y "low temp"			
6	Alarma de temperatura de aire "Over Temp"			
7	Temporización tecla reset			
8	Alarma de fallo de aire			
9	Alarma falla de sensor de piel			
10	Alarma falla del sistema			
11	Alarma de box			
12	Correlación temperatura en equilibrio < 0,8ºC			
13	Ruido interior CGS <50dB / SGS <53dB			dB@33ºC
14	Ruido a 3mts de la incub. c/ alarma >65dB			dB
15	Ruido int.al act. una alarma <60dB			dB
16	Test de seguridad eléctrica			Nº Informe: No contamos con el tester
17	Tiempo requerido p/ temperatura equilibrio <45´			minutos, Ti ºC / Tf ºC
18	Funcionamiento por 24 horas			

5. EVALUCION GENERAL

- ☐ No se encontraron deficiencias funcionales o de seguridad
- ☐ Se detectaron deficiencias, que no implican riesgo directo, y deben ser corregidas en el corto tiempo
- ☐ El equipo debe ser sacado de servicio hasta que se corrijan las deficiencias
- ☐ El Equipo no cumple - Se recomienda - Modificación / Cambio de componentes / Baja del mismo

Observaciones:

Realizado por	**Resp. Div. Bioing.**	**Resp. Servicio**
Firma y aclaración	Firma y aclaración	Firma y aclaración

Emite	Revisa	Aprueba	Página
Div. Bioingeniería	**Div. Bioingeniería**	**Dirección Ejecutiva**	**1/1**