HOSPITAL REGIONAL DIEGO PAROISSIEN	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA	FORMULARIO	FBI-012
		REVISIÓN	1
DIVISIÓN BIOINGENIERÍA		FRECUENCIA	**SEMESTRAL**
Mantenimiento del Equipo Médico		ORDEN Nº	**O.I.M.A. 000-0002**
		INSPECCIÓN	

1. IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo	**TORRE LAPAROSCOPIA**	Marca		Fecha Inspección	3/5/2026
Neumo		s/n		Fecha Próx. Inspección	Sep-26
Camara		s/n			
Fuente luz		s/n			

2. VERIFICACIONES

	Puntos de control	APROBADO		Comentarios / Acción correctiva
		SI	NO	
1	Carcasa			
2	Frenos del carro			
3	Fichas y cables de alimentación			
4	Interruptores, Porta-fusibles y fusibles			
5	Terminales y conectores de los 3 equipos			
6	Cable endocamara			
7	Estado Guia de luz y conectores (limipieza)			
8	Indicadores, leds y display			
9	Alarma suministro CO2			
10	Presion neumo			
11	Alarma sobrepresión / valvula APL			
12	Alarma fuga de gas			
13	prueba de flujo			
14	Prueba perdida de potencia guia de luz			
15	prueba potencia Luz (5cm 2000lux)			
16	Funcionamiento cooler luz			
17	Estado exterior optica			
18	Estado pirex optica y pruba vision			
19	Estado fibras ópticas de la óptica			
20	Estado de la imagen			
21	Balance de blancos			
22	Regulacion de foco			
23	Extado exterior endocamara			

EVALUCIÓN GENERAL

- ☐ No se encontraron deficiencias funcionales o de seguridad
- ☐ Se detectaron deficiencias, que no implican riesgo directo, y deben ser corregidas en el corto tiempo
- ☐ El equipo debe ser sacado de servicio hasta que se corrijan las deficiencias
- ☐ El Equipo no cumple - Se recomienda - Modificación / Cambio de componentes / Baja del mismo

Observaciones:

REF: NA: no aplica; NR: no realizado.

Realizado por	**Resp. Div. Bioing.**	**Resp. Servicio**
Firma y aclaración	Firma y aclaración	Firma y aclaración