

Relatório Analítico: Determinação da Constante de Planck

Pesquisador: João Henrique Ferreira
Local/Laboratório: Centro Universitário Senac
Data e Hora do Registo: 30/05/2026 às 15:06

1. Condições e Parâmetros Iniciais

Parâmetro	Valor Configurado
R0 (Frio)	0.42 Ω
Alpha	0.00523 K■ ⁴
Beta	7e-07 K■ ²
Comprimento de Onda	940.0 nm
Varredura	De 4.5V a 8.0V (Passo: 0.2V)
Estabilização Térmica	3000.0 ms

2. Resultados Calculados

Métrica Experimental	Valor Obtido
Constante de Planck (Referência)	6.626000e-34 J.s
Constante de Planck (Experimental)	6.649726e-34 J.s
Erro Relativo Estimado	0.36 %
Coefficiente de Determinação (R²)	0.9977

3. Análise Gráfica

