cvdentus

PUNTAS

ULTRASÓNICAS Y FRESAS



Experimenta la Innovación

CATÁLOGO 2025

OPTYMUS

SUMARIO

01 DIAMANTE CVD 05

02 ENDODONCIA 07


03 PERIODONCIA 17

04 ÍNDICE 21


cvdentus

Diamante CVD

El Diamante CVD (proceso conocido como Chemical Vapor Deposition) de CVDentus® es una tecnología 100% brasileña, patentada en todo el mundo. Posee una dureza cercana a la del diamante natural y es 30 veces más duro que el esmalte dental (95 GPa vs. 3,3 GPa del esmalte dental). Al ser una piedra única y con rugosidades controladas, además de su alta durabilidad, sus características también permiten procedimientos exclusivos y una calidad de preparación diferenciada.



Sin uso



Tras 5 min. de uso

PUNTA DIAMANTADA CONVENCIONAL

· Polvo de diamante natural o sintético


· Menor durabilidad

· Superficie con aristas irregulares


· Acabado desigual

· Deja residuos

· Contacto directo con metal



Sin uso



Tras 5 min. de uso

PUNTA DE DIAMANTE CVDENTUS®

· Piedra única de diamante

· Alta durabilidad (30 veces mayor)

· Superficie homogénea, libre de aristas

· Acabado uniforme

· Contacto solo con diamante (biológicamente compatible)

Además de la **superficie homogénea**, la tecnología de CVDentus® permite una granulación controlada en el proceso de producción del diamante, lo que posibilita al profesional realizar procedimientos desde el desgaste hasta el pulido previo. Existen **cinco tipos diferentes de rugosidad** para atender las más diversas necesidades: Extremo Ultra Fino, Ultra Fino, Fino, Rugoso y Extremo Rugoso.




EXTREMO ULTRA FINO - UX

Ideal para acabados o etapa previa al pulido.



ULTRA FINO - U

Realiza el refinamiento de la preparación



FINO - F

Ideal para desgastes finos.



RUGOSO

Realiza el desgaste controlado.



EXTREMO RUGOSO - XR

Ideal para un alto desgaste.

ENDODONCIA




cvdentus

CÁMARA PULPAR

Acceso








Cód. **TR18-H**
Ø 0,5mm

· Fresa rotatoria. Alto desgaste para el acceso a la cámara pulpar









Cód. **TR38-H**
Ø 1,0mm

· Fresa rotatoria. Alto desgaste para el acceso a la cámara pulpar

Preparación de la cámara pulpar








Cód. **R1-E**
Ø 1,0mm

· Realiza el desgaste y permite la remoción del techo y de la dentina








Cód. **C22-E**
Ø 1,0mm

· Realiza el desgaste y permite la remoción del techo y de la dentina

Remoción de nódulo pulpar








Cód. **R1-E**
Ø 1,0mm








Cód. **T1F-E**
Ø 0,5mm


Desgaste fino de las paredes




Cód. **CR4F-ST**
Ø 1,6mm

· No desgasta el piso, por no poseer diamante en la punta

Localización del conducto




Cód. **R1-E**
Ø 1,0mm




Cód. **T0T-E**
Ø 0,4mm

· Incluye MV2




Cód. **T1T-E**
Ø 0,65mm

Remoción del trígono de la dentina



Cód. **T0T-E**
Ø 0,4mm




Cód. **T1T-E**
Ø 0,65mm

Desobstrucción del conducto








Cód. **T1F-E**
Ø 0,5mm

Refinamiento en la entrada del conducto








Cód. **TR1F-ST**
Ø 1,0mm

· No posee diamante en la punta

Istmo








Cód. **T1F-E**
Ø 0,5mm

· Limpieza del área del istmo








Cód. **TR1F-ST**
Ø 1,0mm

· No posee diamante en la punta, realizando la limpieza solo en la parte lateral de la región del istmo

> Estos 2 insertos son muy interesantes: el TR1F-ST trabaja en la región del istmo y refina la entrada del conducto, y el CR4F-ST realiza el acabado y alisado de las paredes de la cámara pulpar, **garantizando la seguridad de los procedimientos y una calidad extrema en las preparaciones.**
>
> PROF. **RODRIGO VILLAGRA**
> Especialista en Endodoncia

Gutapercha






Cód. **T0T-E1**
Ø 0,3mm

· Corte y termoplastificación de la gutapercha






Cód. **T0T-E2**
Ø 0,3mm

· Corte y termoplastificación de la gutapercha






Cód. **CR2T-E**
Ø 1,2mm

· Corte y compactación de la gutapercha


Limpieza de conductos achatados






Cód. **T0T-E3**
Ø 0,45mm


· Limpieza de áreas de difícil acceso





Fotos: Prof. Rodrigo Villagra -
Corte y termoplastificación de la gutapercha
Cód. C2T-E y R1-E

Remoción de instrumento fracturado



Cód. **TOT-E**
Ø 0,4mm

Cód. **T0T-E1**
Ø 0,3mm

Cód. **T0T-E2**
Ø 0,3mm






Fotos: Prof. Rodrigo Villagra -
Limpieza de la cámara pulpar y corte y termoplastificación de la gutapercha
Cód. TOT-E1, TOT-E2 y TOT-E3

> Junto con las puntas CVDentus, el ultrasonido es una herramienta de gran importancia para quien busca **excelencia en el tratamiento endodóntico**, pues ayuda en varios pasos, como por ejemplo: cirugía de acceso conservadora, limpieza de la cavidad, PUI, remoción de pernos, retratamiento, entre otros.
>
> DR. **RODRIGO VILLAGRA**
> Especialista en Endodoncia

ACTIVACIÓN



Cód. **T0T-E5**
Ø 0,3mm


· Irrigación pasiva (PUI y CUI)
Agitación del cemento, ácidos y líquidos de limpieza

Cód. **T0T-E1**
Ø 0,3mm

· Irrigación pasiva (PUI) y agitación del cemento

Cód. **T0T-E2**
Ø 0,3mm
· Irrigación pasiva (PUI) y agitación del cemento

LIMPIEZA DE CONDUCTOS EN RETRATAMIENTO



Cód. **T0T-E**
Ø 0,4mm

· Remoción de la gutapercha del tercio cervical al inicio del retratamiento endodóntico


Cód. **T1T-E**
Ø 0,65mm

· Remoción de la gutapercha del tercio cervical al inicio del retratamiento endodóntico

Cód. **T0T-E3**
Ø 0,45mm


· Limpieza de áreas de difícil acceso, removiendo gutapercha y cemento remanentes

REMOCIÓN DE PERNOS




Cód. **TOT-E**
Ø 0,4mm

· Remoción en la línea del cemento alrededor del perno metálico y dentro del conducto hasta el tercio medio / Finalización de la remoción del perno de fibra de vidrio



Cód. **T1T-E**
Ø 0,65mm


· Remoción en la línea del cemento alrededor del perno metálico / Finalización de la remoción del perno de fibra de vidrio



Cód. **C2T**
Ø 1,6mm


· Remoción de pernos metálicos fundidos o roscados

Apertura de la ventana ósea



Cód. **VR04XR**
1,6mm x 0,4mm

Apicectomía




Cód. **VR04XR**
1,6mm x 0,4mm



Cód. **W1**
0.5mm x 2.5mm








Cód. **W1-O**
0.5mm x 2.5m

Retropreparación








Cód. **T0U-2**
Ø 0,25mm








Cód. **T1F-2**
Ø 0,5mm

Retropreparación en posteriores








Cód. **T0U-L**
Ø 0,25mm








Cód. **T0U-R**
Ø 0,25mm








Cód. **T1F-L**
Ø 0,5mm








Cód. **T1F-R**
Ø 1,0mm

PERIODONCIA



RASPADO SIN DIAMANTE


Supragingival




Cód. **T0T**
Ø 0,3mm



Cód. **T0TC**
Ø 0,60mm




Cód. **T1T**
Ø 0,6mm



Cód. **W1T-O**
0.5mm x 2.5mm

Subgingival



Cód. **T0T**
Ø 0,3mm


RASPADO CON DIAMANTE

Supragingival




Cód. **TR1U-SD**
Ø 1,0mm

· Posee diamante solo en las laterales de acción



Cód. **T0UX**
Ø 0,25mm


· Raspado interproximal supra y subgingival delicado



Cód. **T1UX**
Ø 0,50mm


· Indicado para todos los dientes

Subgingival




Cód. **TR1U-SD**
Ø 1,0mm

· Posee diamante solo en las laterales de acción




Cód. **T0UX**
Ø 0,25mm

· Raspado interproximal supra y subgingival delicado



Cód. **T1UX**
Ø 0,50mm

· Indicado para todos los dientes




Cód. **T0U-2**
Ø 0,25mm

· Raspado en la región de furca







Cód. **T1U-2**
Ø 0,5mm

· Raspado en la región de furca

ALISADO RADICULAR

Cód. **T1F-E**
Ø 0,5mm

ÍNDICE

Fresas Rotatorias

TR18-H	ENDO	- Alto desgaste para el acceso a la cámara pulpar	08
	RESTAURADORA	- Acceso cavitario - Remoción de material restaurador	
	PRÓTESIS	- Preparación para carillas y lentes de contacto - Remoción de exceso de material - Odontosección	
TR38-H	ENDO	- Alto desgaste para el acceso a la cámara pulpar	08
	RESTAURADORA	- Acceso cavitario - Remoción de material restaurador	
	PRÓTESIS	- Preparación para carillas y lentes de contacto - Remoción de exceso de material - Odontosección	
FR4-H	RESTAURADORA	- Remoción de material restaurador en cara lingual de dientes anteriores y ajuste oclusal	08
	PRÓTESIS	- Remoción de exceso de material en cara lingual de dientes anteriores y ajuste oclusal	

Insertos Clínicos

C22-E	ENDO	- Preparación de la cámara pulpar	08
C2T	ENDO	- Remoción de pernos metálicos fundidos o roscados	14
CR2T-E	ENDO	- Corte y compactación de la gutapercha	11
CR4F-ST	ENDO	- Desgaste fino de las paredes de la cámara pulpar sin desgastar el piso	09
R1-E	ENDO	- Desgaste para la preparación de la cámara pulpar, permitiendo la remoción del techo y de la dentina - Remoción de nódulo pulpar - Localización de conducto	08 08 09
T0T	PERIO	- Raspado supragingival convencional (sin diamante) - Raspado supragingival convencional (sin diamante)	18 18
T0TC	PERIO	- Raspado supragingival convencional (sin diamante)	18
T0T-E **T1T-E**	ENDO	- Localización de conducto - Remoción del trígono de la dentina - Limpieza de conductos en retratamiento - Remoción de instrumento fracturado - (TOT-E) - Remoción en la línea del cemento alrededor del perno metálico y - dentro del conducto - (TOT-E). Finalización de la remoción del perno de fibra de vidrio	09 09 13 12 14
T0T-E1 **T0T-E2**	ENDO	- Irrigación pasiva (P.U.I. y C.U.I) - Corte y termoplastificación de gutapercha - Remoción de instrumento fracturado	13 13 11 12
T0T-E3	ENDO	- Limpieza de conductos achatados - Limpieza de conductos en retratamiento	11 13
T0T-E5	ENDO	- Irrigación pasiva (P.U.I. y C.U.I) - Agitación del cemento, ácidos y líquidos de limpieza	13
T0U-2	PERIO	- Raspado en la región de furca (con diamante)	19
	ENDO	- Cirugía paraendodóntica - Retropreparación en anteriores	15
T0U-L **T0U-R**	ENDO	- Cirugía paraendodóntica - Retropreparación en posteriores	15
T0UX	PERIO	- Raspado interproximal supra y subgingival delicado (con diamante)	19
T1UX	PERIO	- Raspado interproximal supra y subgingival delicado (con diamante)	19
T1F-2	ENDO	- Cirugía paraendodóntica - Retropreparación en anteriores	15
T1F-E	ENDO	- Localización y desobstrucción de conducto - Limpieza del área del istmo - Remoción de nódulo pulpar	10 10 08
	PERIO	- Alisado radicular	20
T1F-L (distal) **T1F-R** (right)	ENDO	- Cirugía paraendodóntica - Retropreparación en posteriores	15
T1T	PERIO	- Raspado supragingival convencional (sin diamante)	18
T1U-2	PERIO	- Raspado en la región de furca (con diamante)	20
TR1F-ST	ENDO	- Limpieza lateral en la región del istmo - Desgaste fino en la entrada del conducto	10 10
TR1U-SD	PERIO	- Raspado supragingival (con diamante) - Raspado supra y subgingival con diamante solo en las laterales	19 19
VR04XR	ENDO	- Apertura de la ventana ósea - Apicectomía/ seccionamiento de raíz	14 14
W1	ENDO	- Apicectomía	14
W1-O	ENDO	- Apicectomía	15
W1T-O	PERIO	- Raspado supragingival convencional (sin diamante)	18

cvdentus

@cvdentus

/cvdentus

CVDentus Diamantes

cvdentus.com.br

Estrada Principal Torrão de Ouro, 500 – Torrão de Ouro
12229-840 – São José dos Campos, SP
Tel.: +55 (12) 3944-1126

*Imágenes meramente ilustrativas y cotas aproximadas.

V.01_2025