cvdentus

PUNTAS

ULTRASÓNICAS Y FRESAS



Experimenta la Innovación

CATÁLOGO 2025

Clinical PLUS | DentSurg PRO

SUMARIO

01 DIAMANTE CVD 04

02 DIAMANTE DLC 05

03 ENDODONCIA 07

04 PERIODONCIA 17

05 ODONTOLOGÍA RESTAURADORA 25

06 PRÓTESIS 33


07 CIRUGÍA 41

08 ÍNDICE 48

cvdentus

Diamante CVD

El Diamante CVD (proceso conocido como Chemical Vapor Deposition) de CVDentus® es una tecnología 100% brasileña, patentada en todo el mundo. Posee una dureza cercana a la del diamante natural y es 30 veces más duro que el esmalte dental (95 GPa vs. 3,3 GPa del esmalte dental). Al ser una piedra única y con rugosidades controladas, además de su alta durabilidad, sus características también permiten procedimientos exclusivos y una calidad de preparación diferenciada.



Sin uso

Tras 5 min. de uso

PUNTA DIAMANTADA CONVENCIONAL

· Polvo de diamante natural o sintético


· Menor durabilidad

· Superficie con aristas irregulares

· Acabado desigual

· Deja residuos

· Contacto directo con metal



Sin uso

Tras 5 min. de uso

PUNTA DE DIAMANTE CVDENTUS®

· Piedra única de diamante

· Alta durabilidad (30 veces mayor)

· Superficie homogénea, libre de aristas

· Acabado uniforme

· Contacto solo con diamante (biológicamente compatible)

Además de la **superficie homogénea**, la tecnología de CVDentus® permite una granulación controlada en el proceso de producción del diamante, lo que posibilita al profesional realizar procedimientos desde el desgaste hasta el pulido previo. Existen **cinco tipos diferentes de rugosidad** para atender las más diversas necesidades: Extremo Ultra Fino, Ultra Fino, Fino, Rugoso y Extremo Rugoso.




EXTREMO ULTRA FINO - UX

Ideal para acabados o etapa previa al pulido.



ULTRA FINO - U

Realiza el refinamiento de la preparación



FINO - F

Ideal para desgastes finos.



RUGOSO

Realiza el desgaste controlado.




EXTREMO RUGOSO - XR

Ideal para un alto desgaste.


Diamante DLC

El recubrimiento conocido como **Diamond Like Carbon** (DLC) de CVDentus®, es una tecnología patentada que se aplica en forma de película sobre las puntas de la línea quirúrgica, aportando **resistencia al desgaste, reducción del coeficiente de fricción** y además un **efecto bactericida**. Aplicado sobre una aleación de titanio, un material noble utilizado en aeronaves y satélites, posee características que lo hacen ideal para la fabricación de puntas ultrasónicas quirúrgicas. Tiene **bajo peso y excelentes propiedades físico-químicas, como alta resistencia mecánica, resistencia a altas temperaturas y también a la corrosión química.**






Puntas con formas variadas y espesores de la parte activa desarrollados desde 0,28 mm, con diámetros que garantizan precisión sin desgastes innecesarios, permitiendo procedimientos quirúrgicos seguros y de alto rendimiento.




EL DLC POSEE UN COEFICIENTE DE FRICCIÓN EXTREMADAMENTE BAJO, CERCANO AL TEFLÓN, GARANTIZANDO MENOS DAÑOS AL TEJIDO Y MENOR GENERACIÓN DE CALOR

Comparative study of the tribological behavior under hybrid lubrication of diamond-like carbon films with different adhesion interfaces
R.P.C Costa , D.A. Lima-Oliveira , F.R. Marciano , A.O. Lobo ,
E.J. Corat , V.J. Trava- Airoldi



EL DLC AUMENTA LA VIDA ÚTIL DE LA PIEZA PROTEGIÉNDOLA DE LA CORROSIÓN ELECTROQUÍMICA.

Crystalline diamond particles into diamond-like carbon films: The influence of the particle sizes on the electrochemical corrosion resistance
F.R. Marciano, E.C Almeida, D.A Lima-Oliveira, E.J. Corat , V.J. Trava-Airoldi



DLC "ADITIVADO" CON NANOPARTÍCULAS DE DIÓXIDO DE TITANIO (TiO_2) REDUCE LA ACTIVIDAD BACTERIANA HASTA EN UN 75%

Antibacterial activity of DLS films containing Tio nanoparticles
F.R Marciano, D.A. Lima-Oliveira, N.S. da-SIlva, A.V. Diniz , E.J. Corat , V.J. Trava - Airoldi

ENDODONCIA



cvdentus

CÁMARA PULPAR

Acceso







Cód. **TR18-H**
Ø 0,5mm

· Fresa rotatoria. Alto desgaste para el acceso a la cámara pulpar









Cód. **TR38-H**
Ø 1,0mm

· Fresa rotatoria. Alto desgaste para el acceso a la cámara pulpar









Cód. **R2**
Ø 1,2mm

· Desgaste para el acceso a la cámara pulpar









Cód. **R4**
Ø 1,6mm

· Desgaste para el acceso a la cámara pulpar

Preparación de la cámara pulpar








Cód. **R1-E**
Ø 1,0mm

· Realiza el desgaste y permite la remoción del techo y de la dentina









Cód. **C22-E**
Ø 1,0mm

· Realiza el desgaste y permite la remoción del techo y de la dentina

Remoción de nódulo pulpar








Cód. **R1-E**
Ø 1,0mm










Cód. **T1F-E**
Ø 0,5mm

Desgaste fino de las paredes









Cód. **CR4F-ST**
Ø 1,6mm

· No desgasta el piso, por no poseer diamante en la punta

Localización del conducto








Cód. **R1-E**
Ø 1,0mm








Cód. **T0T-E**
Ø 0,4mm

· Incluye MV2








Cód. **T1T-E**
Ø 0,65mm

> Estos 2 insertos son muy interesantes: el TR1F-ST trabaja en la región del istmo y refina la entrada del conducto, y el CR4F-ST realiza el acabado y alisado de las paredes de la cámara pulpar, **garantizando la seguridad de los procedimientos y una calidad extrema en las preparaciones.**
>
> PROF. **RODRIGO VILLAGRA**
> Especialista en Endodoncia.

Remoción del trígono de la dentina








Cód. **T0T-E**
Ø 0,4mm








Cód. **T1T-E**
Ø 0,65mm

Desobstrucción del conducto








Cód. **T1F-E**
Ø 0,5mm

Refinamiento en la entrada del conducto







Cód. **TR1F-ST**
Ø 1,0mm


· No posee diamante en la punta

TERCIO MEDIO

Istmo








Cód. **T1F-E**
Ø 0,5mm

· Limpieza del área del istmo








Cód. **TR1F-ST**
Ø 1,0mm

· No posee diamante en la punta, realizando la limpieza solo en la parte lateral de la región del istmo

Gutapercha








Cód. **T0T-E1**
Ø 0,3mm

· Corte y termoplastificación de la gutapercha








Cód. **T0T-E2**
Ø 0,3mm

· Corte y termoplastificación de la gutapercha








Cód. **CR2T-E**
Ø 1,2mm

· Corte y compactación de la gutapercha

Limpieza de conductos achatados









Cód. **T0T-E3**
Ø 0,45mm

· Limpieza de áreas de difícil acceso






Fotos: Prof. Rodrigo Villagra -
Corte y termoplastificación de la gutapercha
Cód. C2T-E y R1-E

Remoción de instrumento fracturado








Cód. **TOT-E**
Ø 0,4mm









Cód. **T0T-E1**
Ø 0,3mm







Cód. **T0T-E2**
Ø 0,3mm






Fotos: Prof. Rodrigo Villagra -
Limpieza de la cámara pulpar y corte y termoplastificación de la gutapercha
Cód. TOT-E1, TOT-E2 y TOT-E3

> Junto con las puntas CVDentus, el ultrasonido es una herramienta de gran importancia para quien busca **excelencia en el tratamiento endodóntico**, pues ayuda en varios pasos, como por ejemplo: cirugía de acceso conservadora, limpieza de la cavidad, PUI, remoción de pernos, retratamiento, entre otros.
>
> DR. RODRIGO VILLAGRA
> Especialista en Endodoncia

ACTIVACIÓN






Cód. **T0T-E1**
Ø 0,3mm

· Irrigación pasiva (PUI y CUI)
Agitación del cemento, ácidos y líquidos de limpieza






Cód. **T0T-E2**
Ø 0,3mm

· Irrigación pasiva (PUI y CUI)
Agitación del cemento, ácidos y líquidos de limpieza






Cód. **T0T-E5**
Ø 0,3mm

· Irrigación pasiva (PUI y CUI)
Agitación del cemento, ácidos y líquidos de limpieza

LIMPIEZA DE CONDUCTOS EN RETRATAMIENTO






Cód. **T0T-E**
Ø 0,4mm

· Remoción de la gutapercha del tercio cervical al inicio del retratamiento endodóntico






Cód. **T1T-E**
Ø 0,65mm

· Remoción de la gutapercha del tercio cervical al inicio del retratamiento endodóntico






Cód. **T0T-E3**
Ø 0,45mm

· Limpieza de áreas de difícil acceso, removiendo gutapercha y cemento remanentes

REMOCIÓN DE PERNOS








Cód. **TOT-E**
Ø 0,4mm

· Remoción en la línea del cemento alrededor del perno metálico y dentro del conducto hasta el tercio medio / Finalización de la remoción del perno de fibra de vidrio








Cód. **T1T-E**
Ø 0,65mm

· Remoción en la línea del cemento alrededor del perno metálico / Finalización de la remoción del perno de fibra de vidrio








Cód. **C2T**
Ø 1,6mm

· Remoción de pernos metálicos fundidos o roscados

REMOCIÓN DE PERNO DE FIBRA DE VIDRIO








Cód. **TR1-E**
Ø 0,8mm

· Realiza el desgaste del perno ayudando en su remoción







Fotos: Profa. Ellen Mangabeira -
Desgaste y remoción del perno de fibra de vidrio
Cód. TR1-E

> El inserto TR1-E es un diferencial en el mercado, ya que proporciona el desgaste del perno de fibra preservando al máximo la dentina en comparación con los métodos tradicionales, gracias a la forma, usabilidad y tecnología diferenciada de tratamiento de superficie del diamante que solo CVDENTUS tiene.
>
> PROFA. ELLEN MANGABEIRA
>
> Especialista en Prótesis Dental (APCD SP) y en Endodoncia (USP); Máster en Prótesis Dental por la Faculdade São Leopoldo Mandic; Profesora de Prótesis Dental; Socia en el desarrollo del inserto TR1-E

Apertura de la ventana ósea








Cód. **VR04XR**
1,6mm x 0,4mm

Apicectomía








Cód. **VR04XR**
1,6mm x 0,4mm








Cód. **W1**
0.5mm x 2.5mm








Cód. **W1-O**
0.5mm x 2.5mm

Retropreparación








Cód. **T0U-2**
Ø 0,25mm








Cód. **T1F-2**
Ø 0,5mm

Retropreparación en posteriores








Cód. **T0U-L**
Ø 0,25mm








Cód. **T0U-R**
Ø 0,25mm








Cód. **T1F-L**
Ø 0,5mm







Cód. **T1F-R**
Ø 1,0mm

PERIODONCIA




ALARGAMIENTO DE CORONA CLÍNICA

Con apertura de colgajo








Cód. **L3S-O**
0.5mm x 3.5mm

· Realiza el desprendimiento de la encía








Cód. **FS-O**
0.4mm x 2.5mm

· Realiza el raspado del hueso grueso









Cód. **FS2-O**
3,5mm x 0,4mm

· Realiza un raspado más amplio del hueso grueso








Cód. **C4T**
Ø 1,6mm

· Indicado para hueso más grueso. Posee diamante solo en la punta y realiza el desgaste óseo a través de una abertura en la encía (mini flap) para la introducción de la punta
· Posee marcación de profundidad en 4 y 5 mm








Cód. **CH4T-M**
Ø 1,6mm

· Indicado para hueso más grueso. Posee diamante solo en la punta y realiza el desgaste óseo a través de una abertura en la encía (mini flap) para la introducción de la punta
· Posee marcación de profundidad en 4 y 5 mm








Cód. **CH4T-L**
Ø 1,6mm

· Indicado para hueso más grueso. Posee diamante solo en la punta y realiza el desgaste óseo a través de una abertura en la encía (mini flap) para la introducción de la punta
· Posee marcación de profundidad en 4 y 5 mm








Cód. **CH4T-R**
Ø 1,6mm

· Indicado para hueso más grueso. Posee diamante solo en la punta y realiza el desgaste óseo a través de una abertura en la encía (mini flap) para la introducción de la punta
· Posee marcación de profundidad en 4 y 5 mm

Sin apertura de colgajo








Cód. **TR1-PK**
Ø 0,5mm

· Realiza el desgaste óseo sin lesionar la encía (flapless)
· Posee 3 mm de diamante y marcación de profundidad en 4 y 5 mm








Cód. **VR1-RPK**
Ø 1,2mm

· Realiza el desgaste óseo sin lesionar la encía (flapless)
· Posee 3 mm de diamante y marcación de profundidad en 4 y 5 mm








Cód. **VR1-LPK**
Ø 1,2mm

· Realiza el desgaste óseo sin lesionar la encía (flapless)
· Posee 3 mm de diamante y marcación de profundidad en 4 y 5 mm







Cód. **TR12-PK**
Ø 0,5mm

· Realiza el desgaste óseo sin lesionar la encía
· Posee 2 mm de diamante y marcación de profundidad en 3 y 4 mm



Foto: Prof. Paulo Kano -
Detalle del exceso de encía removido
Cód. VR1-LPK



Foto: Prof. Marcelo de Faveri -
Cirugía flapless
Cód. TR1-PK



Foto: Prof. Paulo Kano -
Posoperatorio (1 día)


> Uso los insertos de diamante CVDentus para realizar alargamiento de corona sin apertura de colgajo, sin daños al tejido gingival, con mejor precisión, **proporcionando más comodidad al paciente** con un posoperatorio más rápido.
>
> PROF. **PAULO KANO**
>
> Máster en Implantología, Director del Instituto Paulo Kano, Creador y Desarrollador del método Clones, Creador de la AST (Atomic Shell Technique) / SKIN Concept y técnico en prótesis dental.

RASPADO SIN DIAMANTE

Supragingival








Cód. **T0T**
Ø 0,30mm

· Raspado interproximal delicado (sin diamante)








Cód. **T0TC**
Ø 0,60mm








Cód. **T1T**
Ø 0,6mm

Cód. **T1T-P**
Ø 0,8mm

· Para limpieza de implantes y piezas cerámicas








Cód. **W1T-O**
0.5mm x 2.5mm

Subgingival








Cód. **T0T**
Ø 0,3mm

· Raspado interproximal delicado (sin diamante)







Cód. **T1T-P**
Ø 0,8mm


· Para limpieza de implantes y piezas cerámicas

RASPADO CON DIAMANTE

Supragingival








Cód. **T0UX**
Ø 0,25mm

· Raspado interproximal supra y subgingival delicado








Cód. **T0U**
Ø 0,25mm

· Raspado interproximal supra y subgingival delicado








Cód. **T1U**
Ø 0,5mm

· Indicado para todos los dientes








Cód. **T1UX**
Ø 0,5mm

· Indicado para todos los dientes








Cód. **TR1U-SD**
Ø 1,0mm

· Posee diamante solo en las laterales de acción








Cód. **FR4U**
Ø 1,6mm

· Limpieza de la cara lingual de los dientes anteriores

Subgingival








Cód. **T0UX**
Ø 0,25mm

· Raspado interproximal supra y subgingival delicado








Cód. **T0U**
Ø 0,25mm

· Raspado interproximal supra y subgingival delicado








Cód. **T1UX**
Ø 0,50mm

· Indicado para todos los dientes








Cód. **T1U-E**
Ø 0,5mm








Cód. **TR1U-SD**
Ø 1,0mm

· Posee diamante solo en las laterales de acción








Cód. **T0U-2**
Ø 0,25mm

· Raspado delicado en la región de furca








Cód. **T1U-2**
Ø 0,5mm

· Raspado en la región de furca

ALISADO RADICULAR








Cód. **T1F-E**
Ø 0,5mm

PERIOTOMÍA








Cód. **VR1T**
1,2mm x 0,4mm

· En todos los dientes

PEELING GINGIVAL








Cód. **CR1**
Ø 1,2mm

· Para áreas estrechas







Cód. **CR4**
Ø 1,6mm

· Para áreas amplias

> Entre sus diversas aplicaciones, las puntas de Cvdentus también permiten realizar melanoplastia con gran seguridad y comodidad para el paciente.

PROF. **DIEGO BAZAN**
Cirujano dentista, especialista en Cirugía Bucomaxilofacial, Periodoncia e Implantología.






Fotos: Diego Bazan -
Peeling gingival y posoperatorio
Cód. CR1 y CR4

> Uso las puntas de diamante porque son mejores, efectivamente comprobado. Mejor que la cirugía de peeling con láser o con bisturí de Orban. Los pigmentos tardan en reaparecer y, muchas veces, no vuelven a aparecer nunca más.

DRA. **DÉBORA AYALA**
Máster en Láser, Especialista en Periodoncia, Especialista en Odontología Restauradora y Especialista en Implantología.

ODONTOLOGÍA RESTAURADORA




cvdentus

ACCESO CAVITARIO

Alto desgaste








Cód. **TR18-H**
Ø 0,5mm

· Fresa rotatoria








Cód. **TR38-H**
Ø 1,0mm

· Fresa rotatoria








Cód. **CR1XR**
Ø 1,2mm








Cód. **CR4XR**
Ø 1,6mm

Desgaste









Cód. **R0,5**
Ø 0,5mm

· Cavidades pequeñas








Cód. **R1**
Ø 1,0mm

· Cavidades pequeñas









Cód. **R1-A**
Ø 1,0mm

· Cavidades pequeñas de difícil acceso, como en túnel








Cód. **R1-B**
Ø 1,0mm

· Cavidades pequeñas de difícil acceso, como en la cara lingual de dientes anteriores y acceso tipo túnel









Cód. **R2**
Ø 1,2mm

· Cavidades medianas









Cód. **R4**
Ø 1,5mm

· Cavidades grandes








Cód. **T1**
Ø 0,5mm

· Cavidades pequeñas








Cód. **C1**
Ø 1,2mm

· Preparación cavitaria en ángulo








Cód. **CH1-M**
1.0mm x 0.5mm

· Cavidades interproximales pequeñas (mesial)








Cód. **CH1-D**
1.0mm x 0.5mm

· Cavidades interproximales pequeñas (distal)








Cód. **CH4-M**
1.6mm x 0.8mm

· Cavidades interproximales grandes (mesial)









Cód. **CH4-D**
1.6mm x 0.8mm

· Cavidades interproximales grandes (distal)

Seguridad y precisión es todo lo que necesito en mi práctica diaria, como clínico general. Poder trabajar con CVDentus facilita todos los procedimientos que realizo, desde los más simples hasta los más complejos, además de ser completamente portátil y tener **un diseño innovador y audaz.**

PROF. **GUSTAVO PETRIS**
Máster en Clínica Odontológica - Biomateriales y Especialista en Implantología.





Fotos: Gustavo Petris -
Desgaste del molar en área de difícil acceso con conservación del diente adyacente
Cód. CH4-M y CH4-D


En Odontopediatría recomiendo el uso de la punta de diamante CVDentus R0,5: desarrollada con alta tecnología, posee tamaño y angulación perfectos para preparaciones cavitarias pequeñas, posibilitando procedimientos mínimamente invasivos.

DRA. LIETE YASSUDA
Especialista en Odontopediatría y Periodoncia

PREPARACIÓN EN SURCOS CON LESIONES MÁS INCIPIENTES








Cód. **T1**
Ø 0,5mm

PREPARACIÓN EN ÁNGULOS








Cód. **C22-E**
Ø 1,2mm








Cód. **C1**
Ø 1,2mm

BISELADO







Cód. **C1**
Ø 1,2mm

Con el diamante CVDentus es posible realizar **tratamientos y preparaciones que ninguna otra punta logra hacer.** ¡Es espectacular!

PROF. **DIRCEU VIEIRA**


Doctor y Máster en Odontología Restauradora, Coordinador de los cursos de Especialización de la ABO Osasco, Santos y ABS - São Paulo.

REMOCIÓN DE MATERIAL RESTAURADOR

Alto desgaste







Cód. **FR4-H**
Ø 1,6mm

· Fresa rotatoria. Indicada para la cara lingual de dientes anteriores y ajuste oclusal







Cód. **TR18-H**
Ø 0,5mm

· Fresa rotatoria








Cód. **TR38-H**
Ø 1,0mm

· Fresa rotatoria

Desgaste








Cód. **CR4**
Ø 1,6mm

· Finalización de la remoción








Cód. **F4**
Ø 1,6mm

· Remoción en la cara lingual de dientes anteriores u oclusal

Desgaste fino








Cód. **T1F**
Ø 0,5mm

· Desgaste fino en la región interpapilar, supra y subgingival








Cód. **T1F-2**
Ø 0,5mm

· Desgaste fino en la región interpapilar, supra y subgingival en la cara lingual









Cód. **T1F-L**
Ø 0,5mm

· Desgaste fino en la región interpapilar, supra y subgingival en la cara vestibular








Cód. **T1F-R**
Ø 0,5mm

· Desgaste fino en la región interpapilar, supra y subgingival en la cara vestibular

Refinamiento del desgaste








Cód. **T0U**
Ø 0,25mm

· Refinamiento delicado en áreas interproximales








Cód. **FR4U**
Ø 1,6mm

· Refinamiento en la cara lingual de dientes anteriores u oclusal

Remoción de amalgama








Cód. **T1**
Ø 0,5mm

· Área pequeña








Cód. **W1**
0.5mm x 2.5mm

· Área grande








Cód. **W1-O**
0.5mm x 2.5mm

· Área grande

CONTORNO PAPILAR









Cód. **R1**
Ø 1,0mm








Cód. **R1-E**
Ø 1,0mm

TEXTURIZACIÓN EN MATERIAL RESTAURADOR








Cód. **T1F**
Ø 0,5mm

ODONTOSECCIÓN







Cód. **VR04XR**
1,6mm x 0,4mm

PRÓTESIS




cvdentus

PREPARACIÓN PARA CARILLAS Y LENTES DE CONTACTO

Alto desgaste








Cód. **TR18-H**
Ø 0,5mm

· Fresa rotatoria








Cód. **TR38-H**
Ø 1,0mm


· Fresa rotatoria













Cód. **C10.5G-H**
0,5mm



Cód. **C11.0G-H**
1,0mm


Cód. **C11.5G-H**
1,5mm





Cód. **C12.0G-H**
2,0mm

· Fresa rotatoria.
Posee profundidad del área activa estandarizada para el desgaste, garantizando precisión en la preparación y adaptación de la pieza.











Fotos: Prof. Celso Sakakura






Fotos: Prof. Celso Sakakura








Cód. **CR1XR**
Ø 1,2mm








Cód. **CR4XR**
Ø 1,6mm

Terminación de la preparación






Cód. **CH1-M**
1.0mm x 0.5mm

· Desgaste interproximal (mesial). Margen estrecho





Cód. **CH1-D**
1.0mm x 0.5mm

· Desgaste interproximal (distal). Margen estrecho




Foto: Prof. Renato Voss
Terminación de la preparación
Cód. CR1



Foto: Prof. Thiago Ottoboni -
Terminación de la preparación
Cód. CR4






Cód. **CR1**
Ø 1,2mm

· Desgaste. Margen estrecho






Cód. **CH4-M**
1.6mm x 0.8mm

· Desgaste interproximal (mesial). Margen amplio






Cód. **CH4-D**
1.6mm x 0.8mm

· Desgaste interproximal (distal). Margen amplio






Cód. **CR4**
Ø 1,6mm

· Desgaste. Margen amplio

Refinamiento de la preparación








Cód. **CR1U**
Ø 1,2mm

· Refinamiento y ayuda para la hibridación del sellado inmediato de la dentina. Margen estrecho








Cód. **CR4U**
Ø 1,6mm

· Refinamiento y ayuda para la hibridación del sellado inmediato de la dentina. Margen amplio








Cód. **T0U**
Ø 0,25mm

· Refinamiento delicado en áreas interproximales








Cód. **T1U**
Ø 0,5mm

BISELADO








Cód. **C1**
Ø 1,2mm

TEXTURIZACIÓN EN MATERIAL RESTAURADOR








Cód. **T1F**
Ø 0,5mm

REMOCIÓN DE CARILLAS







Cód. **W1**
0.5mm x 2.5mm



Foto: Prof. Gustavo Greco -
Remoción de carilla




Foto: Prof. Clébio Domingues -
Remoción de carilla

> Con el uso del piezo y de la punta W1 de CVDentus, logro remover totalmente las carillas y lentes de contacto. Hago una sección y, con la dilatación, realizo el desprendimiento. **Un procedimiento muy rápido, simple y sin dañar el diente.**
>
> PROF. **GUSTAVO GRECO**
> Doctor en Odontología, Máster, Especialista en Prótesis Dental, Coordinador del curso de Especialización en Prótesis Dental e Implantología - ABO-MG.

REMOCIÓN DE PERNOS








Cód. **C2T**
Ø 1,6mm

· Remoción de pernos metálicos fundidos o roscados








Cód. **TOT-E**
Ø 0,4mm

· Remoción en la línea del cemento alrededor del perno metálico y dentro del conducto hasta el tercio medio / Finalización de la remoción del perno de fibra de vidrio








Cód. **T1T-E**
Ø 0,65mm

· Remoción en la línea del cemento alrededor del perno metálico / Finalización de la remoción del perno de fibra de vidrio








Cód. **TR1-E**
Ø 0,8mm

· Realiza el desgaste del perno de fibra de vidrio ayudando en su remoción

CEMENTACIÓN DE LENTES Y PRÓTESIS







Cód. **CM4**
Ø 3,7mm



Foto: Prof. Ricardo Bertholdi -
Cementación
Cód. CM4



Foto: Prof. Rogério Marcondes -
Cementación
Cód. CM4


> La punta de Cementación CM4 de CVDentus es **un producto único en el mercado mundial, que proporciona un asentamiento perfecto de piezas cerámicas,** independientemente de la viscosidad del material cementante.
>
> PROF. **ROGÉRIO MARCONDES**
> Especialista en Odontología Restauradora, Miembro Fundador del Paraná Dental Team, Director Clínico del Dental Esthetic Center y Profesor del Dental Esthetic Center Training.

REMOCIÓN DE EXCESO DE MATERIAL

Alto desgaste








Cód. **FR4-H**
Ø 1,6mm

· Fresa rotatoria. Indicada para la cara lingual de dientes anteriores y ajuste oclusal







Cód. **TR18-H**
Ø 0,5mm

· Fresa rotatoria








Cód. **TR38-H**
Ø 1,0mm

· Fresa rotatoria

Desgaste








Cód. **F4**
Ø 1,6mm

· Indicada para la cara lingual de dientes anteriores u oclusal

Desgaste fino






Cód. **T1F**
Ø 0,5mm

· Desgaste fino en la región interpapilar, supra y subgingival






Cód. **TR1F-RV**
0.5mm x 2.5mm

· No posee diamante en la punta, realizando el acabado cervical en restauraciones de resina compuesta

Refinamiento del desgaste






Cód. **FR4U**
Ø 1,6mm


· Indicada para la cara lingual de dientes anteriores y oclusal






Cód. **CR1U**
Ø 1,0mm





Cód. **CR4U**
Ø 1,6mm






Cód. **T0U**
Ø 0,25mm

· Solo para áreas de difícil acceso






Cód. **T1U**
Ø 1,0mm

SLICE / DESGASTE INTERPROXIMAL








Cód. **FR02XR**
1,6mm x 0,2mm








Cód. **FR04XR**
1,6mm x 0,4mm

ODONTOSECCIÓN








Cód. **TR18-H**
Ø 0,5mm

· Fresa rotatoria








Cód. **TR38-H**
Ø 1,0mm

· Fresa rotatoria








Cód. **VR04XR**
1,6mm x 0,4mm








Cód. **W1**
0.5mm x 2.5mm







Cód. **W1-O**
0.5mm x 2.5mm.

CIRUGÍA




cvdentus

OSTEOTOMÍA Y OSTEOECTOMÍA








Cód. **SF11**
0,5mm

· Alta eficiencia de corte óseo








Cód. **SF3**
0,28mm

· Alta eficiencia de corte óseo








Cód. **SF38**
0,28mm

· Alta eficiencia de corte óseo








Cód. **SF32**
0,3mm

· Alta eficiencia de corte óseo en lugares de difícil acceso








Cód. **SFR3**
0,5mm

· Alta eficiencia de corte óseo.
· Posee marcación láser para control de profundidad









Cód. **SFR4**
0,45mm

· Alta eficiencia de corte óseo








Cód. **SFR5**
0,35mm

· Alta eficiencia de corte óseo.
· Posee marcación láser para control de profundidad







Cód. **SFR42**
0,60mm

· Alta eficiencia de corte óseo en lugares de difícil acceso








Cód. **SFR43**
0,40mm

· Alta eficiencia de corte óseo en lugares de difícil acceso








Cód. **SF3-R**
0,40mm

· Corte óseo lateral, para áreas de difícil acceso








Cód. **SF3-L**
0,40mm

· Corte óseo lateral, para áreas de difícil acceso








Cód. **SF32-O**
0,40mm

· Corte óseo ortogonal, para áreas de difícil acceso








Cód. **SF38-O**
0,28mm

· Corte óseo ortogonal, para áreas de difícil acceso








Cód. **SFTV2-O**
0,40mm

· Osteotomía alrededor de ápices o implantes fracturados
· Apertura de loja quirúrgica

Para áreas delicadas








Cód. **SFTV-O**
0,40mm








Cód. **SF3F**
0,40mm








Cód. **SF3F-O**
0,40mm

· Corte óseo ortogonal








Cód. **SL1**
0,28mm







Cód. **SL2**
0,30mm




Foto: Profs. Alan Costa y Shaban Burgoa -
Regularización óseo-guiada
Cód. SF3 y SF38





Foto: Prof. Ricardo Scotton -
Lateralización del Nervio Alveolar Inferior
Cód. SF3 y SF38

> Utilizo las puntas SF3 y SF38 debido a su **alto poder de corte,** preservando siempre la mayor cantidad de material con mucha previsibilidad y seguridad.
>
> PROF. **RICARDO SCOTTON**
> Máster y Especialista en Implantología, Coordinador del curso de Cirugía Avanzada In Surgery.

RASPADO / REGULARIZACIÓN DE SUPERFICIE Y RECOLECCIÓN DE HUESO AUTÓGENO









Cód. **SFS3-O**
0,4mm

· Raspado y recolección de hueso autógeno








Cód. **SR11**
Ø 3.4mm

· Raspado y regularización de superficie








Cód. **SE9F**
Ø 3.9mm

· Raspado para acabado y regularización de la superficie ósea








Cód. **SE9G**
Ø 3.9mm

· Raspado y regularización de la superficie ósea








Cód. **SL3G**
1.3mm

· Raspado y regularización de la superficie ósea








Cód. **SCP**
Ø 3.0mm
3.5mm
3.8mm
4.1mm
4.8mm

· Recolección tipo bloque
· Posee marcación en mm para ayudar en la medición de la profundidad








Cód. **SCPF**
Ø 3.0mm
3.5mm
3.8mm
4.1mm
4.8mm

· Recolección tipo bloque.
· Perforación ósea más delicada
· Posee marcación en mm para ayudar en la medición de la profundidad

LIMPIEZA DE CAVITACIONES ÓSEAS







Cód. **ST10G**
Ø 3.5mm

Me pareció espectacular el inserto ST10G por el tamaño y la anatomía de su parte activa. Permite una excelente y rápida limpieza de cavitaciones óseas/NICOs... Además, la irrigación interna con doble perforación (en el ápice y en la lateral de la parte activa) garantiza una óptima refrigeración durante el procedimiento. ¡Lo recomiendo!!

PROF. **CÉSAR PANIGHEL**

Especialista y Máster en Implantología; Posgraduado en Adecuación Nutricional y Mantenimiento de la Homeostasis - Prevención y Tratamiento de Enfermedades relacionadas con la Edad; Hipnosis Clínica; Odontología Biológica; Socio en el desarrollo del inserto ST10G.






Foto: Prof. César Panighel

LIMPIEZA DE ALVÉOLOS







Cod. **SCR7**
Ø 2,5mm

El SCR7 realiza una **excelente descorticalización y remoción del ligamento periodontal de los alvéolos de extracción,** facilitando la osteointegración de los implantes cerámicos.

DR. **FERNANDO AVELAR**

Implantólogo cerámico - Swiss BioHealth Academy





Foto: Dr. Fernando Avelar

TREFINA









Cód. **SCP**
Ø 3.0mm
3.5mm
3.8mm
4.1mm
4.8mm

· Perforación ósea
· Posee marcación en mm para ayudar en la medición de la profundidad








Cód. **SCPF**
Ø 3.0mm
3.5mm
3.8mm
4.1mm
4.8mm

· Perforación ósea más delicada
· Posee marcación en mm para ayudar en la medición de la profundidad

ELEVACIÓN DE LA MEMBRANA SINUSAL






Cód. **SE1**
Ø 3,9mm








Cód. **SLO-2**
⫲ 0,70mm x 3,5mm

ELEVACIÓN DE COLGAJO








Cód. **SLTV-O**
⫲ 0,40mm

PERFORACIÓN ÓSEA / PREPARACIÓN PARA IMPLANTE








Cód. **SR2**
Ø 1,3mm

· Posee marcación en mm para ayudar en la medición de la profundidad









Cód. **SR4**
Ø 1,5mm

· Posee marcación en mm para ayudar en la medición de la profundidad









Cód. **SR9**
Ø 2.5mm








Cód. **SR11**
Ø 3.4mm








Cód. **STR1**
Ø 0,6mm

· Posee marcación en mm para ayudar en la medición de la profundidad








Cód. **STR4**
Ø 1,5mm

· Posee marcación en mm para ayudar en la medición de la profundidad








Cód. **SI**
Ø 3.0mm
3.5mm
3.8mm
4.1mm
4.8mm

· Guía para SCP








Cód. **SCP**
Ø 3.0mm
3.5mm
3.8mm
4.1mm
4.8mm

· Posee marcación en mm para ayudar en la medición de la profundidad








Cód. **SCPF**
Ø 3.0mm
3.5mm
3.8mm
4.1mm
4.8mm

· Perforación ósea más delicada
· Posee marcación en mm para ayudar en la medición de la profundidad








Cód. **SF2**
0,6 /1,0mm

· Posee 3,5 mm de profundidad de área activa






Cód. **ST23**
Ø 2,45mm

· Punta larga para perforación en lugares de difícil acceso. Posee marcación de profundidad








Cód. **ST33**
Ø 2,6mm

· Punta larga para perforación en lugares de difícil acceso. Posee marcación de profundidad

PERIOTOMÍA








Cód. **SFTV-O**
0,40mm

· En todos los dientes








Cód. **SLTV-O**
Ø 0,40mm

· En molares

CORTE DE LA RAÍZ








Cód. **SF3**
0,28mm

· Fraccionamiento de raíz anquilosada y apicectomía








Cód. **SF38**
0,28mm

· Fraccionamiento de raíz anquilosada y apicectomía









Cód. **SF38-O**
0,28mm

· Fraccionamiento de raíz anquilosada y apicectomía








Cód. **SFR4**
0,45mm

· Fraccionamiento de raíz anquilosada y apicectomía







Cód. **SFTV2-O**
0,40mm

· Apicectomía



Foto: Prof. Túlio Valcanaia -
Desprendimiento y extracción del premolar
Cód. SFTV2-O




Foto: Prof. Túlio Valcanaia -
Desprendimiento y extracción del premolar
Cód. SFTV2-O

> La punta SFTV2-O puede utilizarse tanto para la apertura de loja quirúrgica, apicectomía y osteotomía alrededor de ápices e implantes fracturados, como también para osteotomías delicadas, **permitiendo resolver situaciones complicadas con una mínima pérdida ósea.**
>
> PROF. **TÚLIO VALCANAIA**
>
> Especialista, Máster y Doctor en Cirugía y Traumatología Bucomaxilofacial, Socio y Director del IOA - Instituto de Odontologia das Américas y Socio y Director del IOA Miami - USA

ÍNDICE

Fresas Rotatorias

TR18-H	ENDO	- Alto desgaste para el acceso a la cámara pulpar	08
	RESTAURADORA	- Acceso cavitario - Remoción de material restaurador	26 30
	PRÓTESIS	- Preparación para carillas y lentes de contacto - Remoción de exceso de material - Odontosección	34 38 40
TR38-H	ENDO	- Alto desgaste para el acceso a la cámara pulpar	08
	RESTAURADORA	- Acceso cavitario - Remoción de material restaurador	26 30
	PRÓTESIS	- Preparación para carillas y lentes de contacto - Remoción de exceso de material - Odontosección	34 38 40
FR4-H	RESTAURADORA	- Remoción de material restaurador en cara lingual de dientes anteriores y ajuste oclusal	30
	PRÓTESIS	- Remoción de exceso de material en cara lingual de dientes anteriores y ajuste oclusal	38
C10.5G-H **C11.0G-H** **C11.5G-H** **C12.0G-H**	PRÓTESIS	- Posee "stopper" de profundidad, garantizando estandarización y control durante el desgaste.	34

Insertos Clínicos

C1	RESTAURADORA	- Preparación cavitaria en ángulos - Preparación en ángulo	27 29
	PRÓTESIS/ RESTAURADORA	- Biselado	29/36
C22-E	ENDO	- Preparación de la cámara pulpar	08
	RESTAURADORA	- Preparación en ángulo	29
C2T	ENDO/ PRÓTESIS	- Remoción de pernos metálicos fundidos o roscados	14/ 37
CR2T-E	ENDO	- Corte y compactación de la gutapercha	11
C4T **CH4T-M** **CH4T-L** **CH4T-R**	PERIO	- Aumento de corona clínica sin apertura de colgajo. (mini flap) Indicado para el desgaste del hueso más grueso.	18
CH1-M (mesial) **CH1-D** (distal)	RESTAURADORA	- Apertura de cavidades interproximales pequeñas (mesial o distal)	27
	PRÓTESIS	- Desgaste para la terminación de la preparación en margen estrecho o en región interproximal (mesial o distal).	35
CH4-M (mesial) **CH4-D** (distal)	RESTAURADORA	- Apertura de cavidades interproximales grandes (mesial o distal)	28
	PRÓTESIS	- Desgaste para la terminación de la preparación en margen amplio o en región interproximal (mesial o distal).	35
CM4	PRÓTESIS	- Cementación de lentes y prótesis	38
CR1XR	RESTAURADORA	- Alto desgaste para acceso cavitario y remoción de resina y residuos de brackets	26
	PRÓTESIS	- Alto desgaste para la preparación de carillas y lentes de contacto	34
CR1	PERIO	- Peeling gingival. Área estrecha	23
	PRÓTESIS	- Desgaste para la terminación de la preparación. Margen estrecho	35
CR1U	PRÓTESIS	- Refinamiento de la preparación y ayuda para la hibridación del sellado inmediato de la dentina. Margen estrecho	36
		- Refinamiento del desgaste en la remoción del exceso de material	39
CR4XR	RESTAURADORA	- Alto desgaste para acceso cavitario y remoción de resina y residuos de brackets	26
	PRÓTESIS	- Alto desgaste para la preparación de carillas y lentes de contacto	34
CR4	PERIO	- Peeling gingival. Área amplia	23
	PRÓTESIS	- Terminación de la preparación (margen amplio)	35
	RESTAURADORA	- Desgaste. Finalización de la remoción del material restaurador	30
CR4F-ST	ENDO	- Desgaste fino de las paredes de la cámara pulpar sin desgastar el piso	09
CR4U	PRÓTESIS	- Refinamiento de la preparación y ayuda para la hibridación del sellado inmediato de la dentina. Margen amplio	36
		- Refinamiento del desgaste para remoción de exceso de material	39
F4	RESTAURADORA/ PRÓTESIS	- Remoción del exceso de material restaurador en cara lingual de dientes anteriores u oclusal	30/ 38
FR4U	RESTAURADORA/ PRÓTESIS	- Refinamiento del desgaste del material restaurador en cara lingual de dientes anteriores y oclusal	31/39
	PERIO	- Raspado supragingival con diamante en cara lingual de dientes anteriores	21
FR02-XR **FR04-XR**	PRÓTESIS	- Slice/ Desgaste interproximal	40
FS-O	PERIO	- Alargamiento de corona con apertura de colgajo (raspado del hueso grueso)	18
FS2-O	PERIO	- Alargamiento de corona con apertura de colgajo (raspado más amplio del hueso grueso)	18
L3S-O	PERIO	- Desprendimiento de la encía	18
R0,5	RESTAURADORA	- Acceso cavitario pequeño	26
R1	RESTAURADORA	- Acceso cavitario pequeño - Contorno papilar	26 32
R1-A	RESTAURADORA	- Acceso cavitario pequeño de difícil acceso, como en túnel	26
R1-B	RESTAURADORA	- Acceso cavitario pequeño de difícil acceso, como en la cara lingual de dientes anteriores y acceso tipo túnel	27
R1-E	ENDO	- Desgaste para la preparación de la cámara pulpar, permitiendo la remoción del techo y de la dentina - Remoción de nódulo pulpar - Localización de conducto	08 09 09
	RESTAURADORA	- Contorno papilar	32
R2	ENDO	- Desgaste para el acceso a la cámara pulpar	08
	RESTAURADORA	- Desgaste. Cavidades medianas	27
R4	ENDO	- Desgaste para el acceso a la cámara pulpar	08
	RESTAURADORA	- Desgaste. Cavidades grandes	27
T0T	PERIO	- Raspado interproximal supra y subgingival convencional delicado (sin diamante)	20
T0TC	PERIO	- Raspado supragingival	20
T0T-E **T1T-E**	ENDO	- Localización de conducto - Remoción del trígono de la dentina - Limpieza de conductos en retratamiento - Remoción de instrumento fracturado - (TOT-E)	09 10 13 12
	ENDO/ PRÓTESIS	- Remoción en la línea del cemento alrededor del perno metálico y - dentro del conducto - (TOT-E). Finalización de la remoción del perno de fibra de vidrio	14/37
T0T-E1 **T0T-E2**	ENDO	- Irrigación pasiva (P.U.I. y C.U.I) - Agitación del cemento, ácidos y líquidos de limpieza - Corte y termoplastificación de gutapercha - Remoción de instrumento fracturado	13 13 11 12
T0T-E3	ENDO	- Limpieza de conductos achatados - Limpieza de conductos en retratamiento	11 13
T0T-E5	ENDO	- Irrigación pasiva (P.U.I. y C.U.I) - Agitación del cemento, ácidos y líquidos de limpieza	13 13
T0U	RESTAURADORA/ PRÓTESIS	- Refinamiento delicado en áreas interproximales	36/39
	PERIO	- Raspado interproximal supra y subgingival delicado (con diamante)	21/22
T0U-2	PERIO	- Raspado delicado en la región de furca (con diamante)	22
	ENDO	- Cirugía paraendodóntica - Retropreparación en anteriores	15
T0U-L **T0U-R**	ENDO	- Cirugía paraendodóntica - Retropreparación en posteriores	16
T0UX	PERIO	- Raspado interproximal supra y subgingival delicado (con diamante)	21
T1	RESTAURADORA	- Desgaste para cavidad pequeña - Remoción de amalgama pequeña o material restaurador - Preparación en surcos con lesiones más incipientes	27 31 29
T1F	PRÓTESIS/ RESTAURADORA	- Texturización en material restaurador - Desgaste fino para remoción de material restaurador en la región interpapilar, supra y subgingival	32/36 30/39

T1F-2	ENDO	- Cirugía paraendodóntica - Retropreparación en anteriores	15
	RESTAURADORA	- Desgaste fino en la región interpapilar, supra y subgingival en cara lingual	30
T1F-E	ENDO	- Localización de conducto	9
		- Desobstrucción de conducto	10
		- Limpieza del área del istmo	10
	PERIO	- Remoción de nódulo pulpar	
		- Alisado radicular	22
T1F-L (distal) **T1F-R** (derecho)	ENDO	- Cirugía paraendodóntica - Retropreparación en posteriores	16
	RESTAURADORA	- Desgaste fino en la región interpapilar, supra y subgingival en cara vestibular	31
T1T	PERIO	- Raspado supragingival convencional (sin diamante)	20
T1T-P	PERIO	- Raspado supra y subgingival convencional (sin diamante) para limpieza de implantes y piezas cerámicas	20
T1U	PERIO	- Raspado supragingival (con diamante)	21
	PRÓTESIS	- Refinamiento del desgaste para remoción de exceso de material restaurador y de la preparación para carillas y lentes de contacto	36/39
T1UX	PERIO	- Raspado sub y supragingival (con diamante)	21/22
T1U-2	PERIO	- Raspado en la región de furca (con diamante)	22
T1U-E	PERIO	- Raspado subgingival (con diamante)	22
TR1-E	ENDO	- Remoción del perno de fibra de vidrio	14/37
TR1-PK VR1-RPK VR1-LPK	PERIO	- Aumento de corona clínica sin apertura de colgajo (flapless). Realiza el desgaste óseo sin lesionar la encía.	19
TR12-PK	PERIO	- Aumento de corona clínica sin apertura de colgajo (flapless). Realiza el desgaste óseo sin lesionar la encía.	19
TR1F-RV	PRÓTESIS	- Desgaste fino en la cervical de restauraciones de resina compuesta	39
TR1F-ST	ENDO	- Limpieza lateral en la región del istmo	10
		- Desgaste fino en la entrada del conducto	10
TR1U-SD	PERIO	- Raspado supra y subgingival con diamante solo en las laterales	21/22
VR1T	PERIO	- Periotomía en todos los dientes	23
VR04XR	ENDO	- Apertura de la ventana ósea	15
		- Apicectomía/ seccionamiento de raíz	15
	RESTAURADORA/ PRÓTESIS	- Odontosección	32/40
W1	ENDO	- Apicectomía	15
	RESTAURADORA	- Remoción de material restaurador (amalgama grande)	31
	PRÓTESIS	- Odontosección	40
		- Remoción de carillas	37
W1-O	ENDO	- Apicectomía	15
	RESTAURADORA	- Remoción de material restaurador (amalgama grande)	31
	PRÓTESIS	- Odontosección	40
W1T-O	PERIO	- Raspado supragingival convencional (sin diamante)	20

Insertos Quirúrgicos

SCP	- Preparación/ perforación para implante	49
	- Recolección de hueso autógeno	45
	- Trefina	47
SCPF	- Preparación/ perforación para implante (próxima a tejidos blandos)	49
	- Recolección de hueso autógeno (próxima a tejidos blandos)	45
	- Trefina con acción más delicada	47
SCR7	- Limpieza de alvéolos	46
SI	- Guía para SCP	48
SE1	- Elevación de la membrana sinusal	47
SE9F	- Raspado y regularización de la superficie ósea	45
SE9G	- Raspado y regularización de la superficie ósea	45
SF2	- Perforación ósea	49
SF11	- Osteotomía y osteoectomía	42
SF32	- Osteotomía y osteoectomía (área de difícil acceso)	42
SF3 SF38	- Osteotomía y osteoectomía	42
	- Corte de la raíz. Fraccionamiento de raíz anquilosada	50
SF32-O	- Osteotomía y ostectomía en la ortogonal (área de difícil acceso)	43
SF38-O	- Osteotomía y ostectomía en la ortogonal (área de difícil acceso)	42
	- Corte de la raíz. Fraccionamiento de raíz anquilosada	49
SF3F	- Osteotomía y osteoectomía delicada (próxima a tejidos blandos)	44
SF3F-O	- Osteotomía y ostectomía delicada en la ortogonal (área de difícil acceso próxima a tejidos blandos)	44
SF3-L (izquierdo)	- Osteotomía y osteoectomía lateral (áreas de difícil acceso)	43
SF3-R (derecho)	- Osteotomía y osteoectomía lateral (áreas de difícil acceso)	42
SFR3	- Osteotomía y osteoectomía	42
SFR4	- Osteotomía y osteoectomía	42
	- Corte de la raíz. Fraccionamiento de raíz anquilosada	50
SFR5	- Osteotomía y osteoectomía	42
SFR42 SFR43	- Osteotomía y osteoectomía	43
SFS3-O	- Raspado y recolección de hueso autógeno	45
SFTV-O	- Periotomía en todos los dientes	49
	- Corticotomía delicada	44
SFTV2-O	- Apicectomía	50
	- Osteotomía alrededor de ápices o implantes fracturados/ Apertura de loja quirúrgica	43
SL1	- Osteotomía delicada (próxima a tejidos blandos)	44
SL2	- Osteotomía y osteoectomía próxima a tejidos blandos	44
SL3G	- Raspado y regularización de la superficie ósea	45
SLO-2	- Elevación de la membrana sinusal	47
SLTV-O	- Elevación de colgajo	47
	- Periotomía en molares	49
SR2	- Perforación ósea/ preparación inicial para colocación de implante	48
SR4	- Perforación ósea/ preparación inicial para colocación de implante	48
SR9	- Perforación ósea/ Apertura de ventana ósea	48
SR11	- Desgaste óseo/ Apertura de ventana ósea	45/48
ST23 ST33	- Perforación ósea/ preparación inicial para colocación de implante	49
STR1 STR4	- Perforación ósea/ preparación inicial para colocación de implante	48
ST10G	- Limpieza de cavitaciones óseas	46

cvdentus

@cvdentus

/cvdentus

CVDentus Diamantes

cvdentus.com.br

Estrada Principal Torrão de Ouro, 500 – Torrão de Ouro
12229-840 – São José dos Campos, SP
Tel.: +55 (12) 3944-1126

*Imágenes meramente ilustrativas y cotas aproximadas.

V.01_2026