cvdentus

# PONTAS

## ULTRASSÔNICAS E BROCAS




**Experimente a Inovação**

CATÁLOGO 2025

OPTYMUS

# SUMÁRIO


01 DIAMANTE CVD 05

02 ENDODONTIA 07


03 PERIODONTIA 17

04 ÍNDICE 21


cvdentus

# Diamante CVD


O Diamante CVD (processo conhecido como Chemical Vapor Deposition) da CVDentus® é uma tecnologia 100% brasileira, patenteada em todo o mundo. Possui dureza próxima à do diamante natural e é 30x mais duro que o esmalte do dente (95GPa VS. esmalte dentário 3,3GPa).
Sendo uma pedra única e com rugosidades controladas, além da alta durabilidade as suas características possibilitam também procedimentos exclusivos e qualidades de preparo diferenciadas.



Sem uso | Após 5 min. de uso

**PONTA CONVENCIONAL DIAMANTADA**

- Pó de Diamante natural ou sintético
- Menor durabilidade
- Superfície com arestas irregulares
- Acabamento desuniforme
- Gera resíduos
- Contato direto com metal



Sem uso | Após 5 min. de uso

**PONTA DE DIAMANTE CVDENTUS®**

- Pedra única de Diamante
- Alta durabilidade (30x maior)
- Superfície homogênea, isenta de arestas
- Acabamento uniforme
- Contato somente com diamante (biologicamente compatível)

Além da **superfície homogênea**, a tecnologia da CVDentus® permite a granulação controlada no processo produtivo do diamante, o que possibilita ao profissional realizar procedimentos desde o desgaste até o pré-polimento. Existem **cinco tipos diferentes de rugosidade** para atender as mais diversas necessidades: Extremo Ultra Fino, Ultra Fino, Fino, Rugoso e Extremo Rugoso.



**EXTREMO ULTRA FINO - UX**

Ideal para acabamentos ou etapa anterior ao polimento.



**ULTRA FINO - U**

Realiza o refinamento do preparo.



**FINO - F**

Ideal para desgates finos.



**RUGOSO**

Realiza o desgate controlado.



**EXTREMO RUGOSO - XR**

Ideal para um alto desgaste.

# ENDODONTIA




cvdentus

# CÂMARA PULPAR

## Acesso







Cod. **TR18-H**
Ø 0.5mm

· Broca de rotação. Alto desgaste para o acesso à câmara pulpar







Cod. **TR38-H**
Ø 1,0mm

· Broca de rotação. Alto desgaste para o acesso à câmara pulpar

## Preparo da câmara pulpar







Cod. **R1-E**
Ø 1,0mm

· Realiza o desgaste e permite a remoção do teto e da dentina







Cod. **C22-E**
Ø 1,0mm

· Realiza o desgatste e permite a remoção do teto e da dentina


## Remoção de nódulo pulpar






Cod. **R1-E**
Ø 1,0mm






Cod. **T1F-E**
Ø 0,5mm

## Desgaste fino das paredes





Cod. **CR4F-ST**
Ø 1,6mm

· Não desgasta o assoalho por não possuir diamante no topo

## Localização do canal





Cod. **R1-E**
Ø 1,0mm





Cod. **TOT-E**
Ø 0,4mm

· Inclusive MV2




Cod. **T1T-E**
Ø 0,65mm

## Remoção do trígono da dentina




Cod. **TOT-E**
Ø 0,4mm




Cod. **T1T-E**
Ø 0,65mm

### Desobstrução do canal




Cod. **T1F-E**
Ø 0,5mm

### Refinamento na entrada do canal




Cod. **TR1F-ST**
Ø 1,0mm

· Não possui diamante no topo

## TERÇO MÉDIO

### Istimo




Cod. **T1F-E**
Ø 0,5mm

· Limpeza da área do istmo




Cod. **TR1F-ST**
Ø 1,0mm

· Não possui diamante no topo, realizando a limpeza apenas na lateral da região do istimo


> Esses 2 insertos são muito interessantes, a TR1F-ST trabalha na região de istimo e refina a entrada do canal, e a CR4F-ST realiza acabamento e alisamento das paredes da câmara pulpar, **garantindo segurança dos procedimentos e extrema qualidade nos preparos.**
>
> PROF. **RODRIGO VILLAGRA**
> Especialista em Endodontia.

## Guta-percha




Cod. **T0T-E1**
Ø 0,3mm

· Corte e termoplastificação da guta-percha




Cod. **T0T-E2**
Ø 0,3mm


· Corte e termoplastificação da guta-percha




Cod. **CR2T-E**
Ø 1,2mm


· Corte e compactação da guta-percha

## Limpeza de canais achatados




Cod. **T0T-E3**
Ø 0,45mm

· Limpeza de áreas de difícil acesso






Fotos: . Prof. Rodrigo Villagra -
**Corte e termoplastificação da guta-percha**
Cod. C2T-E e R1-E


## Remoção de instrumento fraturado




Cod. **T0T-E**
Ø 0,4mm




Cod. **T0T-E1**
Ø 0,3mm




Cod. **T0T-E2**
Ø 0,3mm






Fotos: . Prof. Rodrigo Villagra -
**Limpeza da câmara pulpar e corte e termoplastificação da Guta-Percha**
Cod. T0T-E1, T0T-E2 e T0T-E3

> Junto com as pontas CVDentus, o ultrassom é uma ferramenta de muita importância para quem busca **excelência no tratamento endodôntico**, pois auxilia em vários passos , como por exemplo: Cirurgia de acesso conservadora, Limpeza da cavidade, PUI, Remoção de núcleos, Retratamento, entre outros.
>
> DRA. **RODRIGO VILLAGRA**
> Especialista em Endodontia

## ATIVAÇÃO




Cod. **T0T-E5**
Ø 0,3mm


· Irrigação (P.U.I. e C.U.I.) e agitação do cimento, ácidos e líquidos de limpeza

Cod. **T0T-E1**
Ø 0,3mm

· Irrigação passiva (P.U.I.) e agitação do cimento

Cod. **T0T-E2**
Ø 0,3mm
· Irrigação passiva (P.U.I.) e agitação do cimento

## LIMPEZA DE CANAIS EM RETRATAMENTO




Cod. **T0T-E**
Ø 0,4mm

· Remoção da guta-percha do 1/2 cervical no início do retratamento endodôntico


Cod. **T1T-E**
Ø 0,65mm

· Remoção da guta-percha do 1/2 cervical no início do retratamento endodôntico

Cod. **T0T-E3**
Ø 0,45mm

· Limpeza de áreas de difícil acesso, removendo a guta-percha e cimento remanescente

## REMOÇÃO DE PINOS




Cod. **TOT-E**
Ø 0,4mm

· Remoção na linha do cimento ao redor de pino metálico e dentro do canal até 1/3medio/ Finalização da remoção do pino de fibra de vidro




Cod. **T1T-E**
Ø 0,65mm

· Remoção na linha do cimento ao redor de pino metálico/ Finalização da remoção do pino de fibra de vidro




Cod. **C2T**
Ø 1,6mm

· Remoção de pinos metálicos fundidos ou rosqueados

## CIRURGIA PARENDODÔNTICA

### Abertura da janela óssea




Cod. **VR04XR**
1.6mm x 0,4mm

### Apicectomia




Cod. **VR04XR**
1.6mm x 0,4mm





Cod. **W1**
0.5mm x 2.5mm




Cod. **W1-O**
0.5mm x 2.5m

## Retropreparo




Cod. **T0U-2**
Ø 0,25mm




Cod. **T1F-2**
Ø 0,5mm

## Retropreparo em posteriores




Cod. **T0U-L**
Ø 0,25mm




Cod. **T0U-R**
Ø 0,25mm




Cod. **T1F-L**
Ø 0,5mm




Cod. **T1F-R**
Ø 1,0mm

# PERIODONTIA



## RASPAGEM SEM DIAMANTE

### Supragengival




Cod. **T0T**
Ø 0,3mm




Cod. **T0TC**
Ø 0,60mm




Cod. **T1T**
Ø 0,6mm




Cod. **W1T-O**
0.5mm x 2.5mm

### Subgengival




Cod. **T0T**
Ø 0,3mm

## Supragengival




Cod. **TR1U-SD**
Ø 1,0mm

· Possui diamante apenas nas laterais de ação




Cod. **T0UX**
Ø 0,25mm

· Raspagem interproximal supra e subgengival delicada




Cod. **T1UX**
Ø 0,50mm

· Indicado para todos os elementos

## Subgengival





Cod. **TR1U-SD**
Ø 1,0mm

· Possui diamante apenas nas laterais de ação





Cod. **T0UX**
Ø 0,25mm

· Raspagem interproximal supra e subgengival delicada




Cod. **T1UX**
Ø 0,50mm

· Indicado para todos os elementos





Cod. **T0U-2**
Ø 0,25mm

· Raspagem na região de furca









Cod. **T1U-2**
Ø 0,5mm

· Raspagem na região de furca

## ALISAMENTO RADICULAR








Cod. **T1F-E**
Ø 0,5mm

# ÍNDICE

## Broca Rotação


| | | | |
|---|---|---|---|
| **TR18-H** | ENDO<br>DENTÍSTICA<br>PRÓTESE | - Alto desgaste para o acesso à câmara pulpar<br>- Abertura cavitária<br>- Remoção de material restaurador<br>- Preparo para laminados e lente de contato<br>- Remoção de excesso de material<br>- Odontosecção | 08 |
| **TR38-H** | ENDO<br>DENTÍSTICA<br>PRÓTESE | - Alto desgaste para o acesso à câmara pulpar<br>- Abertura cavitária<br>- Remoção de material restaurador<br>- Preparo para laminados e lente de contato<br>- Remoção de excesso de material<br>- Odontosecção | 08 |
| **FR4-H** | DENTÍSTICA<br>PRÓTESE | - Remoção de material restaurador em face lingual de dentes anteriores e ajuste oclusal<br>- Remoção de excesso de material em face lingual de dentes anteriores e ajuste oclusal | 08 |


## Insertos Clínicos


| | | | |
|---|---|---|---|
| **C22-E** | ENDO | - Preparo da câmara pulpar | 08 |
| **C2T** | ENDO | - Remoção de pinos metálicos fundidos ou rosqueados | 14 |
| **CR2T-E** | ENDO | - Corte e compactação da guta percha | 11 |
| **CR4F-ST** | ENDO | - Desgaste fino das paredes da câmara pulpar sem desgaste do assoalho | 09 |
| **R1-E** | ENDO | - Desgaste para o preparo da câmara pulpar, permitindo a remoçãodo teto e da dentina<br>- Remoção de nódulo pulpar<br>- Localização do canal | 08<br>08<br>09 |
| **T0T** | PERIO | - Raspagem supragengival convencional (sem diamante)<br>- Raspagem subgengival convencional (sem diamante) | 18<br>18 |
| **T0TC** | PERIO | - Raspagem supragengival convencional (sem diamante) | 18 |
| **T0T-E**<br>**T1T-E** | ENDO | - Localização de canal<br>- Remoção do trigono da dentina<br>- Limpeza de canais em retratamento<br>- Remoção de instrumento fraturado - (T0T-E)<br>- Remoção na linha do cimento ao redor de pino metálico e - dentro do canal - (T0T-E). Finalização da remoção do pino de fibra de vidro | 09<br>09<br>13<br>12<br>14 |
| **T0T-E1**<br>**T0T-E2** | ENDO | - Irrigação passiva (P.U.I. e C.U.I.)<br>- Agitação do cimento<br>- Corte e termoplastificação de guta percha<br>- Remoção de instrumento fraturado | 13<br>13<br>11<br>12 |
| **T0T-E3** | ENDO | - Limpeza de canais achatados<br>- Limpeza de canais em retratamento | 11<br>13 |
| **T0T-E5** | ENDO | - Irrigação passiva (P.U.I. e C.U.I.) e agitação do cimento, ácidos e líquidos de limpeza | 13 |
| **T0U-2** | PERIO<br>ENDO | - Raspagem na região de furca (com diamante)<br>- Cirurgia parendodôntica- Retropreparo em anteriores | 19<br>15 |
| **T0U-L**<br>**T0U-R** | ENDO | - Cirurgia parendodôntica- Retropreparo em posteriores | 15 |
| **T0UX** | PERIO | - Raspagem interproximal supra e subgengival delicada (com diamante) | 19 |
| **T1UX** | PERIO | - Raspagem interproximal supra e subgengival (com diamante) | 19 |
| **T1F-2** | ENDO | - Cirurgia parendodôntica - Retropreparo em anteriores | 15 |
| **T1F-E** | ENDO<br>PERIO | - Localização e desobstrução de canal<br>- Limpeza da área de istmo<br>- Remoção de nódulo pulpar<br>- Alisamento radicular | 10<br>10<br>08<br>20 |
| **T1F-L** (distal)<br>**T1F-R** (right) | ENDO | - Cirurgia parendodôntica. Retropreparo em posteriores | 15 |
| **T1T** | PERIO | - Raspagem supragengival convencional (sem diamante) | 18 |
| **T1U-2** | PERIO | -Raspagem na região de furca (com diamante) | 20 |
| **TR1F-ST** | ENDO | - Limpeza lateral na região do istimo<br>- Refinamento na entrada do canal | 10<br>10 |
| **TR1U-SD** | PERIO | - Raspagem supragengival com diamante apenas nas laterais<br>- Raspagem subgengival com diamante apenas nas laterais | 19<br>19 |
| **VR04XR** | ENDO | - Abertura da janela óssea<br>- Apicectomia/ seccionamento de raíz | 14<br>14 |
| **W1** | ENDO | - Apicectomia | 14 |
| **W1-O** | ENDO | - Apicectomia | 15 |
| **W1T-O** | PERIO | - Raspagem supragengival convencional (sem diamante) | 18 |

@cvdentus
/cvdentus
CVDentus Diamantes

cvdentus.com.br

Estrada Principal Torrão de Ouro, 500 – Torrão de Ouro
12229-840 – São José dos Campos, SP
Fone: +55 (12) 3944-1126

*Imagens meramente ilustrativas e cotas aproximadas.

V.01_2025