

INFORME TECNICO DE VERIFICACION - VENTILADOR MECANICO

Equipo: 1234567890 | Modelo: Neumovent graphnet

1. Datos de la Prueba

Operador:	Prieto Dante	Fecha / Hora:	29/05/2026 16:40
Equipo analizado (ID):	1234567890	Modelo / Marca:	Neumovent graphnet
Ciclos grabados:	12	Gas:	AIR
Modo correccion:	ATP	Notas:	asedfasdfsadfasdf

2. Condiciones Ambientales

Temperatura:	21.21 C	Humedad relativa:	20.2 %
Presion barometrica:	1021.0	Analizador:	Fluke VT650

3. Parametros Programados en el Respirador (Referencia)

BPM	Vt (mL)	Ti (s)	PEEP (cmH2O)	PIP (cmH2O)	I:E	VM (L/min)	FIO2 (%)
12.0	400.0	1.0	5.0	15.0	1:4.0	5.0	100.0

4. Resultados - Estadisticas por Parametro (ISO 80601-2-12)

Parametro	Unidad	N ciclos	Mediana	Std	Min	Max	CV %	Oscil %	Referencia	Error %	Tolerancia	Resultado
BPM	br/min	12	12.00	0.00	12.00	12.00	0.0 %	0.0 %	12.00	+0.0%	max(+10%, +2)	OK
Vt insp	mL	12	413.81	0.56	413.00	414.90	0.1 %	0.5 %	400.00	+3.5%	max(+10%, +4)	OK
Vt esp	mL	12	412.96	0.58	412.10	414.10	0.1 %	0.5 %	400.00	+3.2%	max(+10%, +4)	OK
Ti	s	12	1.00	0.00	0.99	1.00	0.4 %	1.0 %	1.00	-0.2%	+10%	OK
PIP	cmH2O	12	15.25	0.01	15.24	15.27	0.0 %	0.2 %	15.00	+1.7%	max(+10%, +2)	OK
PEEP	cmH2O	12	5.36	0.03	5.31	5.43	0.6 %	2.2 %	5.00	+7.1%	+1 cmH2O	OK

Parametro	Unidad	Nº ciclos	Mediana	Std	Min	Max	CV %	Oscil %	Referencia	Error %	Tolerancia	Resultado
VM	L/min	12	4.95	0.01	4.94	4.96	0.1 %	0.4 %	5.00	-1.1%	+/-10%	OK

Diagnostico global

DENTRO DE NORMATIVA - 7/7 parametros conformes (100%)

5. Observaciones

6. Firma del Tecnico

Nombre: Prieto Dante

Fecha: 29/05/2026 16:40