

INFORME TECNICO DE VERIFICACION - VENTILADOR MECANICO

Equipo: 1234567890 | Modelo: neuvovent graphnet ts

1. Datos de la Prueba

Operador:	dante prieto	Fecha / Hora:	29/05/2026 16:58
Equipo analizado (ID):	1234567890	Modelo / Marca:	neuvovent graphnet ts
Ciclos grabados:	12	Gas:	AIR
Modo correccion:	ATP	Notas:	notas notas notas

2. Condiciones Ambientales

Temperatura:	22.13 C	Humedad relativa:	20.8 %
Presion barometrica:	1021.2	Analizador:	Fluke VT650

3. Parametros Programados en el Respirador (Referencia)

BPM	Vt (mL)	Ti (s)	PEEP (cmH2O)	PIP (cmH2O)	I:E	VM (L/min)	FIO2 (%)
12.0	400.0	1.0	5.0	15.0	1:4.0	5.0	100.0

4. Resultados - Estadisticas por Parametro (ISO 80601-2-12)

Parametro	Unidad	N ciclos	Mediana	Std	Min	Max	CV %	Oscil %	Referencia	Error %	Tolerancia	Resultado
BPM	br/min	12	12.00	0.00	12.00	12.00	0.0 %	0.0 %	12.00	+0.0%	max(+10%, +2)	OK
Vt insp	mL	12	413.80	1.25	412.50	417.00	0.3 %	1.1 %	400.00	+3.5%	max(+10%, +4)	OK
Vt esp	mL	12	411.75	0.39	411.00	412.50	0.1 %	0.4 %	400.00	+2.9%	max(+10%, +4)	OK
Ti	s	12	1.00	0.00	1.00	1.00	0.0 %	0.0 %	1.00	+0.0%	+10%	OK
PIP	cmH2O	12	15.29	0.01	15.28	15.30	0.0 %	0.1 %	15.00	+1.9%	max(+10%, +2)	OK
PEEP	cmH2O	12	5.25	0.02	5.20	5.29	0.5 %	1.7 %	5.00	+4.9%	+1 cmH2O	OK

Parametro	Unidad	Nº ciclos	Mediana	Std	Min	Max	CV %	Oscil %	Referencia	Error %	Tolerancia	Resultado
VM	L/min	12	4.93	0.00	4.92	4.94	0.1 %	0.3 %	5.00	-1.4%	+/-10%	OK

Diagnostico global

DENTRO DE NORMATIVA - 7/7 parametros conformes (100%)

5. Observaciones

6. Firma del Tecnico

Nombre: dante prieto

Fecha: 29/05/2026 16:58