FORMATO DE INVENTARIO TÉCNICO FUNCIONAL PARA EQUIPOS INDUSTRIALES HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCÍA"



	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCTA													HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE		
1. IDENTIFI	CACIÓI	N DEL EQUII	PO													
1.1 Nombre	del equ	ipo:	Compres	or de	Aire M	edicinal				·					SH SH	
1.2 Serie:		1059								9	S. S.	NAME OF THE PARTY			7	
1.3 INV/Activo Antiguo:			Nue):	MEQ	00539		400 S					
1.4 Marca:								-			2		Ĩ			
1.5 Modelo: AIRBOX 12										a		S	11	i i		
1.6 R. Invima: No aplica											55 AIRBO	. §		5		
1.7 Servicio: Central de Gases Medicinales													-	8		
1.8 Piso:	Prin		1.9 Centro de co				Centr	al de gases		- 1				1		
1.10 Equipo:	I.10 Equipo: MOVIL			FIJO 1.11 País de or				ALEN	1ANIA	1-56						
2. REGISTR	O HIST	ORICO														
2.1 Forma de	СОМ	PRA	DON	IACIÓN	COMODATO						U		3			
Activo como	dato:															
2.2 Fecha de adquisición:			22	22 10			2.3 Fecha acta de recibo:					8	1	20	19	
2.4 Fecha de instalación:			28	28 12			2.5 Fecha de inicio de ope			ración:		28	12	20	18	
2.6 Fecha ve	28	28 12 20			2.7 Fecha de fabricación:					2018						
2.8 Costo:		\$ 70.228.752	1							2.9 Vi	da útil:					
PROVEEDOR: Kaeser compresores					TEL:				(2)485124	7, 4851249	EMAIL: w	ww.kaeser	w.kaeser.com.co			
REPRESENTANTE: Alejandro Obando					Т				3102	755581 EMAIL: alejandro.o			bando@kaeser.com			
FABRICANTE: Kaeser Compresores					TEL:				(2)4851247, 4851249 EMAIL:			www.kaesercom.co				
3. REGISTR	O TÉCN	IICO DE INS	TALACIO	ŃΥ	FUNCI	ONAMI	ENTO									
3.1 Fuente de alimentación:			ELI	ELECTRICIDAD GAS				AGUA SOLAR OTRO:								
3.2 Tecno. Predominante:			EL	ELÉCTRICO MEC				CÁNICO ELECTRÓNIC			CO HIDRÁULICO OTRO:					
3.3 Rango de tensión [V]				230				3.4 Rango de corrie			iente [A] 35					
3.5 Rango de potencia [hp]				15				3.6 Rango de frecue					60			
3.8 Rango de presión [Psig]				125				3.9 Rango de velocidad [rpm] 3600					
3.10 Rango de temperatura [°C]				3° a 28° 3.11 l					Rango de humedad %			65	65 a 70%			
3.12 OTROS:																
Evaluacion de desempeño:			S	SI NO Calibra			ación:	SI	NO	Periodicida	nd:					
Frecuencia de mantenimiento:				3 meses			meses	6	meses	12 m	eses	Garantia Coi		modato		
4. REGISTR	O DE A	POYO TÉCN	IICO						_							
MANUALES: OPERACIÓN MTTO					<u>_</u>					TRICO	ELECTRÓNI	JMÁTICO MECÁNICO				
CLASIFICACIÓN BIOMÉDICA:				GNÓSTICO PREVENCIÓN				V	REHABILITACIÓN		LASIFICACIO	RDO AL	ı	IIA		
			AI	IÁLISI	S DE LA	В	TT	ОҮМТТ	O DE LA VID	A RI	IESGO:			IIB	Ш	
5. COMPO		NOMBRE		_												
No		MARCA				MODELO		LO	SERIE		CONSUMIBLES					
		_														
				_						\longrightarrow						
				<u> </u>				\bot								

Código: REG-TEC-009 Versión: 0