

REPORTE DE MANTENIMIENTO



CLIENTE	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE		
CONTACTO	Lenker Mier	CIUDAD	Cali
EQUIPO	Cabina seguridad Biológica	MARCA	Labconco
SERIE	EMC00401	MODELO	Biosafe
UBICACIÓN	Micología	No. INVENTARIO	N/I
FECHA DE SERVICIO	2019-06-12	ETIQUETA MTO.	10249
REALIZADO POR	Farle E. Lasso	O.S. No.	MV12638-19

Item	ACTIVIDADES REALIZADAS
1	Revisión del funcionamiento operacional de la cabina.
2	Revisión y ajuste de conexiones eléctricas, caja de controles, componentes, borneras, relé, pulsador y toma eléctrico.
3	Limpieza de porta lámpara y revisión del estado y funcionamiento de lámpara (Luz blanca y ultravioleta).
4	Inspección del estado físico de la cabina (pintura y lamina).
5	Revisión de las condiciones físicas de cabina interna.
6	Limpieza general del equipo (interno y externo).
7	Revisión del estado físico del mesón, ventana y rejilla.
8	Inspección de el estado de biseles, baberos y tapas
9	Revisión del estado y funcionamiento del sistema de ventilación (Motor, tapa, blower y caracol).
10	Inspección del estado físico y funcionamiento de válvulas, medidor de presión, pitorro y pozuelo
11	Mediciones eléctricas: Voltaje de Placa: 220 V, Amperaje leído: 1,1 A.

Completado y Revisado por C4 Pascal S.A.S.:

Nombre	Fecha:
Ing. Tatiana Gutiérrez P.	2019-06-21

OBSERVACIONES

Se realizó mantenimiento preventivo al equipo, limpieza general, revisión del funcionamiento de partes y accesorios.

El equipo queda operando.

Tatiana Gutierrez P.

Tatiana Gutierrez Palacio.

Jefe de Laboratorio

Fecha de emisión: 2019-06-21