## REPORTE DE MANTENIMIENTO



71.	NTE	HOSPITAL UNIV	ERSITARIO DEL VALL	. <b>E</b>					
CONTACTO EQUIPO SERIE UBICACIÓN FECHA DE SERVICIO		Lenker Mier Cabina Extractora 0517-20 Laboratorio de Patología 2019-06-07	CIUDAD  MARCA  MODELO  No. INVENTARIO  ETIQUETA MTO.	Cali C4 FEX180 N/I 10159					
						LIZADO POR	Farle E. Lasso	O.S. No.	MV12638-19
					İtem	ACTIVIDADES REALIZADAS			
					1	Revisión del funcionamiento operacional de la cabina.			
					2	Revisión y ajuste de conexiones eléctricas, caja de controles, componentes, borneras, relé, contactor y toma eléctrico.			
3	Limpieza de porta lámpara y revisión del estado y funcionamiento de lámpara (Luz blanca).								
4	Revisión del funcionamiento del MID Monitor (alarma visual y sonora).								
5	Inspección del estado físico de la cabina (pintura y lamina).								
6	Revisión de las condiciones físicas de mesón y cabina interna.								
7	Limpieza general del equipo (interno y externo).								
8	Revisión del estado físico de la ventana (nylon) y rejilla.								
9	Inspeccion de el estado físico de baberos y tapas.								
10	Revisión del estado y funcionamiento del sistema de ventilación (Motor, blower y caracol).								
11	Revisión del estado y funcionamiento del scrubber (tapa, tubería, válvula solenoide y drenaje).								
12	Revisión del estado del gabinete (puerta, tornillos, bisagras y entrepaños).								
13	Inspección del estado físico de prefiltros y filtros.								
14	Inspección del estado físico y funcionamiento de válvulas neumáticas, medidor de presión, pitorro y pozuelo).								
15	Mediciones eléctricas: Voltaje de Placa: 220 V, Voltaje medido: 218 V, Amperaje leído: 2,5 A.								
omp	letado y Revisado p	or C4 Pascal S.A.S.:							
lombre			Fec	ha:					
ng. Tatiana Gutiérrez P.				2019-06-12					