

Baxter
Calle 36 N° 2C -22 / Planta 1 Cali – Valle del Cauca. Código Postal: 4447000, Colombia
Teléfono: 18000939595
Fax:
Email: servicio_al_cliente_colombia@baxter.com

Orden de trabajo # 00382891

Reporte de Servicio

Nombre de la Cuenta	: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE	Tipo WO	: Field
Cuenta #	: 25646418	tipo de solicitud	: Preventive Maintenance
Dirección	: CALLE 5 NO 36 08 BRR SAN FERNANDO CALI VALLE DEL CAUCA CALI (SANTIAGO DE CALI) Colombia 76 76001000	Creado	: 31/Jul/2022
Contacto	: NATALIA PEDREROS	Convenio #	:
Problema informado por el cliente	:	Garantía	: N
# de inventario del cliente	:	Cobrable	: N
Inicio de artículo de línea de orden de trabajo	: 04/Ago/2022 10:11:00	PO #	:
Fin de línea de pedido de trabajo	: 05/Ago/2022 10:57:06	Serial #	: SK00606879
Medida (tipo)		Código de Producto	: ELVP001COL
		Descripción del producto	: EVO IQ LVP COL
		Versión de Software	: V01.05.00.01
		Estado	: Closed
		Fecha de Cierre	: 05/Ago/2022

Información de los elementos de línea de la orden de trabajo		
Tipo	Comentarios	Propietario
Preventive Maintenance	Pasa las pruebas	Luis Torres

Piezas utilizadas					
Número de pieza	Descripción	Cantidad	Lote o número de serie	Fuente	Cobrable
0303000010	TUBING 0.103IDX0.0195WLX24L	1	VS061522HE171	Trunk	N

Equipo Calibrado				
Serial #	ID Interno	Descripción del producto	Fecha de Calibración	Fecha de vencimiento de la calibración
R-0996	n/a	ANALIZADOR SEG. ELECTRICA ESA609	14/Oct/2021	14/Oct/2022
R-1857		Termometro EVO	21/Sep/2021	21/Sep/2022
R-1694		MICRO JERINGA	08/Ago/2021	08/Ago/2022
R-1398	n/a	CRONOMETRO	06/Ago/2020	06/Ago/2022
R-1877		BALANZA	22/Feb/2022	09/Ago/2022
R-1126	n/a	BLOQUE DE PESO 20 gr	07/Oct/2021	09/Oct/2022

Firma del cliente

05/Ago/2022

Firma del técnico

05/Ago/2022

Exención de responsabilidad: la información contenida en este documento se obtuvo conforme y de acuerdo con los requisitos especificados.

Generado el DATE y TIME PM | 05/Ago/2022 11:36 | Informe: Servicios técnicos globales - Informe de servicio