



Calle 36 N° 2C -22 / Planta 1 Cali – Valle del Cauca. Código Postal: 4447000, Colombia

Teléfono: 18000939595
Fax:
Email: servicio_al_cliente_colombia@baxter.com

Orden de trabajo # 00382849

Reporte detallado del servicio

Nombre de la Cuenta	: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE	Tipo WO	: Field
Cuenta #	: 25646418	tipo de solicitud	: Preventive Maintenance
Dirección	: CALLE 5 NO 36 08 BRR SAN FERNANDO CALI VALLE DEL CAUCA CALI (SANTIAGO DE CALI) Colombia 76 76001000	Creado	: 31/Jul/2022
Contacto	: NATALIA PEDREROS	Convenio #	:
Problema informado por el cliente	:	Garantía	: N
# de inventario del cliente	:	Cobable	: N
Inicio de artículo de línea de orden de trabajo	: 19/Ago/2022 07:30:00	PO #	:
Fin de línea de pedido de trabajo	: 19/Ago/2022 10:41:17	Serial #	: SK00606890
Medida (tipo)		Código de Producto	: ELVP001COL
		Descripción del producto	: EVO IQ LVP COL
		Versión de Software	: V01.05.00.01
		Estado	: Closed
		Fecha de Cierre	: 19/Ago/2022

Información de los elementos de línea de la orden de trabajo		
Tipo	Comentarios	Propietario
Preventive Maintenance	Pasa las pruebas	Luis Torres

Piezas utilizadas					
Número de pieza	Descripción	Cantidad	Lote o número de serie	Fuente	Cobable
0303000010	TUBING 0.103IDX0.0195WLX24L	1	VS020122HE171	Trunk	N
11506459900	LI-ION BATTERY, SINGLE PACK BAXTER AS LEGAL MANUFACTURER	1	2143357560	Trunk	N

Equipo Calibrado				
Serial #	ID Interno	Descripción del producto	Fecha de Calibración	Fecha de vencimiento de la calibración
R-0782	n/a	FLEXOMETRO	29/Jul/2021	04/Ago/2023
R-1398	n/a	CRONOMETRO	06/Ago/2020	06/Ago/2024

Equipo Calibrado				
R-1014	n/a	MANOMETRO DIGITAL	29/Jul/2021	04/Ago/2023
R-1572	n/a	BALANZA	10/Feb/2022	04/Feb/2023
R-1147	n/a	BLOQUE DE PESO 20 gr	04/Ago/2021	04/Ago/2023
R-0996	n/a	ANALIZADOR SEG. ELECTRICA ESA609	14/Oct/2021	14/Oct/2022
R-1857		Termometro EVO	21/Sep/2021	11/Ago/2023
R-1694		MICRO JERINGA	08/Ago/2021	08/Ago/2023

Trabajo y viajes		
Tipo	Duración (HH: MM)	Cobable
Labor	00:13	N
Labor	01:31	N

Firma del cliente

03/Sep/2022

Firma del técnico

03/Sep/2022

Exención de responsabilidad: la información contenida en este documento se obtuvo conforme y de acuerdo con los requisitos especificados.

Generado el DATE y TIME PM | 03/Sep/2022 11:04 | Informe: Servicios técnicos globales - Reporte detallado del servicio