

SISTEMAS METROLÓGICOS DE OCCIDENTE S.A.S

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

CERTIFICADO N°
13983

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRE DE LA EMPRESA: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E.
NOMBRE DEL CONTACTO: ANGELICA MARIA CAMPO MANCILLA
TELÉFONO: 3175124601
DIRECCIÓN: CALLE 5 # 36-08

DATOS DEL EQUIPO BAJO PRUEBA

EQUIPO:	MONITOR MULTIPARÁMETRO	CÓDIGO ACTIVO:	NO IDENTIFICADO
MARCA:	EDAN	UBICACIÓN:	AMBULANCIA - ONL 998
MODELO:	IM50	FECHA DE RECEPCIÓN:	08/07/2020
No. SERIE:	360069-M18913540015	FECHA DE CALIBRACIÓN:	08/07/2020

MÉTODO DE CALIBRACIÓN

El método aplicado para esta calibración es comparación directa, éste método se encuentra documentado en el procedimiento interno I-PS011.

FECHA DE EXPEDICIÓN:

09/07/2020

No. PÁGINAS DEL CERTIFICADO INCLUYENDO ANEXOS:

5

Este certificado expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas. No podrá ser reproducido total o parcialmente, excepto cuando se haya obtenido previamente permiso por escrito del laboratorio que lo emite.


Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El laboratorio de calibración que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.

Ing. SMO-017GHJD

Calibrado por:

E-mail: info@sistemasmetrologicosdeoccidente.com
www.sistemasmetrologicosdeoccidente.com
Carrera 23 # 54 - 03 Cali - Colombia

Página 1 de 5



Ing. Vivian Hurtado

Revisado por:

Directora de Laboratorio

Teléfono: 393 6262
Celular: 313 789 0126

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

CERTIFICADO N°
13983

CONDICIONES AMBIENTALES DURANTE LA CALIBRACIÓN

TEMPERATURA (°C): 23,7
HUMEDAD REL. (%HR): 56,0
LUGAR DE CALIBRACIÓN: EN SITIO

TRAZABILIDAD

El certificado de calibración documenta la trazabilidad a los patrones nacionales e internacionales, los cuales son trazables al Sistema Internacional de Unidades (SI) a través del NIST.

• EQUIPO: Simulador Paciente • N° SERIE: 4325049
• MARCA: Fluke • TRAZABILIDAD: Según Certificado: J16108-18; J16208-18
• MODELO: Prosim 4 • FECHA DE CALIBRACIÓN: 21/08/2018

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

TIPO DE PRUEBA: Presión Arterial Sistólica No Invasiva - NIBP

VALOR DE REFERENCIA mmHg	LECTURA PROMEDIO mmHg	DESVIACIÓN EST. mmHg	ERROR mmHg	INCERT. EXP. ± mmHg
60	60,5	0,6	0,5	2,0
120	122,3	1,5	2,3	3,0
200	205,3	0,5	5,3	3,5

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

CERTIFICADO N°

13983

TIPO DE PRUEBA: Presión Arterial Diastólica No Invasiva - NIBP

VALOR DE REFERENCIA mmHg	LECTURA PROMEDIO mmHg	DESVIACIÓN EST. mmHg	ERROR mmHg	INCERT. EXP. ± mmHg
30	33,5	1,0	3,5	1,9
80	82,5	0,6	2,5	2,2
150	155,8	0,5	5,8	2,9

TIPO DE PRUEBA: Presión Arterial Media No Invasiva - NIBP

VALOR DE REFERENCIA mmHg	LECTURA PROMEDIO mmHg	DESVIACIÓN EST. mmHg	ERROR mmHg	INCERT. EXP. ± mmHg
40	44,0	0,0	4,0	1,7
93	95,3	1,0	2,3	2,5
167	169,8	0,5	2,8	3,1

TIPO DE PRUEBA: Frecuencia Cardiaca

VALOR DE REFERENCIA BPM	LECTURA PROMEDIO BPM	DESVIACIÓN EST. BPM	ERROR BPM	INCERT. EXP. ± BPM
60	60,0	0,0	0,0	0,9
90	91,0	0,0	1,0	1,2
120	121,0	0,0	1,0	1,5
150	151,0	0,0	1,0	1,8
210	210,0	0,0	0,0	2,4
240	240,0	0,0	0,0	2,8

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

CERTIFICADO N°
13983

TIPO DE PRUEBA: Frecuencia Respiratoria

VALOR DE REFERENCIA BrPM	LECTURA PROMEDIO BrPM	DESVIACIÓN EST. BrPM	ERROR BrPM	INCERT. EXP. ± BrPM
30	30,0	0,0	0,0	1,8
40	40,0	0,0	0,0	2,3
60	60,0	0,0	0,0	3,4
80	80,3	0,5	0,3	4,6
100	100,0	0,0	0,0	5,7

TIPO DE PRUEBA: % Saturación de Oxígeno

VALOR DE REFERENCIA % SpO2	LECTURA PROMEDIO % SpO2	DESVIACIÓN EST. % SpO2	ERROR % SpO2	INCERT. EXP. ± % SpO2
85	85,0	0,0	0,0	1,6
90	92,0	0,0	2,0	1,6
95	96,0	0,0	1,0	1,7
97	97,0	0,0	0,0	1,7

OBSERVACIONES DE LA CALIBRACIÓN

SIN OBSERVACIONES.

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

CERTIFICADO N°

13983

NOTAS

1. Para la utilización de este instrumento deben tenerse en cuenta los resultados de esta calibración, el usuario es el responsable de determinar de acuerdo a la tolerancia establecida para el proceso de medición con el instrumento, si este le es útil con los resultados emitidos en este certificado.
2. El usuario es responsable de calibrar su instrumento periódicamente, debido a que el uso deteriora el instrumento y puede alterar significativamente la indicación o funcionamiento del mismo.
3. Al instrumento se le adhirió un sticker de calibración correspondiente al número de certificado de calibración.
4. Los certificados de calibración sin firma de revisado no serán válidos.
5. La incertidumbre de la medición al momento de la prueba realizada, es calculada generando un nivel de confianza aproximadamente del 95%, utilizando un factor de cobertura igual a 2 ($k=2$).

****FIN DEL CERTIFICADO****