

SISTEMAS METROLÓGICOS DE OCCIDENTE S.A.S

INFORME DE MEDICIÓN

CERTIFICADO N°
26799

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRE DE LA EMPRESA: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E
NOMBRE DEL CONTACTO: ANGÉLICA MARIA CAMPO MANCILLA
TELÉFONO: 5540800
DIRECCIÓN: CALLE 5 # 36-08

DATOS DEL EQUIPO BAJO PRUEBA

EQUIPO:	LÁMPARA DE FOTOTERAPIA	CÓDIGO ACTIVO:	EMCO4526
MARCA:	NINGBO DAVID MEDICAL	UBICACIÓN:	PUERPERIO
MODELO:	XHZ-90L	FECHA DE RECEPCIÓN:	2023-09-25
No. SERIE:	46AHZI07005	FECHA DE MEDICIÓN:	2023-09-25

MÉTODO DE MEDICIÓN

El método aplicado es identificación de parámetros. Este método se encuentra documentado en el procedimiento interno I-PS030.

FECHA DE EXPEDICIÓN: 2023-09-29

No. PÁGINAS DEL CERTIFICADO INCLUYENDO ANEXOS: 3


Este certificado expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas. No podrá ser reproducido total o parcialmente, excepto cuando se haya obtenido previamente permiso por escrito del laboratorio que lo emite.

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El laboratorio de calibración que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.

Ing. SMO-027GRJD

Medido por:

Metrólogo



Ing. Vivian Hurtado

Revisado y aprobado por:

Directora de Laboratorio

INFORME DE MEDICIÓN

CERTIFICADO N°

26799

CONDICIONES AMBIENTALES DURANTE LA MEDICIÓN

TEMPERATURA MÍNIMA :	23,2	(°C)	TEMPERATURA MÁXIMA :	24,1	(°C)
HUMEDAD MÍNIMA:	47,0	(%HR)	HUMEDAD MÁXIMA:	52,0	(%HR)
LUGAR DE MEDICIÓN:	En sitio				

TRAZABILIDAD

El certificado de calibración documenta la trazabilidad a los patrones nacionales e internacionales, los cuales son trazables al Sistema Internacional de Unidades (SI).


• EQUIPO:	Radiómetro	• TRAZABILIDAD:	Según Certificado: F7205-22
• MARCA:	Dale Technology	• FECHA DE CALIBRACIÓN:	2022-05-13
• MODELO:	Dale 40	• RANGO:	0 - 1999 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$
• N° SERIE:	1867028		

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN

TIPO DE PRUEBA: Irradiación de Fototerapia

UBICACIÓN	LECTURA PROMEDIO $\mu\text{W}/\text{cm}^2$	DESVIACIÓN EST. $\mu\text{W}/\text{cm}^2$	INCERT. EXP. $\pm$ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$
1	1936,5	4,65	7,46
2	1823,5	4,12	6,62
3	1812,0	1,63	2,41
4	1816,0	3,92	6,29
5	1880,8	4,35	6,98

PUNTOS DE UBICACIÓN



INFORME DE MEDICIÓN

CERTIFICADO N°

26799

OBSERVACIONES DE LA MEDICIÓN

SIN OBSERVACIONES.

NOTAS

1. Para la utilización de este instrumento deben tenerse en cuenta los resultados de esta calibración, el usuario es el responsable de determinar de acuerdo a la tolerancia establecida para el proceso de medición con el instrumento, si este le es útil con los resultados emitidos en este certificado.
2. El usuario es responsable de calibrar su instrumento periódicamente, debido a que el uso deteriora el instrumento y puede alterar significativamente la indicación o funcionamiento del mismo.
3. Al instrumento se le adhirió un sticker de calibración correspondiente al número de certificado de calibración.
4. Los certificados de calibración y/o medición sin firma de revisado no serán válidos.
5. La incertidumbre de la medición al momento de la prueba realizada, es calculada generando un nivel de confianza aproximadamente del 95%, utilizando un factor de cobertura igual a 2 ($k=2$).

****FIN DEL CERTIFICADO****