

SISTEMAS METROLÓGICOS DE OCCIDENTE S.A.S
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

CERTIFICADO N°
10127

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRE DE LA EMPRESA: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E
NOMBRE DEL CONTACTO: ING. ANDRÉS BOHORQUEZ
TELÉFONO: 5540800
DIRECCIÓN: CALLE 5 # 36-08

DATOS DEL EQUIPO BAJO PRUEBA

EQUIPO:	CUNA DE CALOR RADIANTE	CÓDIGO ACTIVO:	EMC03579
MARCA:	INFANT WARNER	UBICACIÓN:	CIRENA
MODELO:	CBW-1100	FECHA DE RECEPCIÓN:	08/11/2018
No. SERIE:	1205069	FECHA DE CALIBRACIÓN:	08/11/2018

MÉTODO DE CALIBRACIÓN

El método aplicado para esta calibración es comparación directa, éste método se encuentra documentado en el procedimiento interno I-PS025.

FECHA DE EXPEDICIÓN: 10/11/2018

No. PÁGINAS DEL CERTIFICADO INCLUYENDO ANEXOS: 3


Este certificado expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas. No podrá ser reproducido total o parcialmente, excepto cuando se haya obtenido previamente permiso por escrito del laboratorio que lo emite.

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El laboratorio de calibración que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.

Ing. SMO-013MUJP

Calibrado por:

Metrólogo



Ing. Vivian Hurtado

Revisado por:

Directora de Laboratorio

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

CERTIFICADO N°

10127

CONDICIONES AMBIENTALES DURANTE LA CALIBRACIÓN

TEMPERATURA (°C): 24,4
 HUMEDAD REL. (%): 63,5
 LUGAR DE CALIBRACIÓN: EN SITIO

TRAZABILIDAD

El certificado de calibración documenta la trazabilidad a los patrones nacionales e internacionales, los cuales son trazables al Sistema Internacional de Unidades (SI).

• EQUIPO: Analizador de Incubadoras • TRAZABILIDAD: Certificado Calibración: F0301-16
 • MARCA: Fluke • FECHA DE CALIBRACIÓN: 04/01/2016
 • MODELO: Incu -Temperatura: de 10 °C a 40 °C
 • N° SERIE: 1011 -Humedad Relativa: de 0 % RH a 100 % RH
 -Flujo de Aire: de 0,1 m/s a 0,7 m/s
 -Ruido: 30 dbA a 80 dbA

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

TIPO DE PRUEBA: Temperatura de Convección Sensor 2

VALOR DE REFERENCIA °C	LECTURA PROMEDIO EQUIPO PATRÓN °C	DESVIACIÓN EST. °C	ERROR °C	INCERT. EXP. ± °C
33,0	32,5	0,2	0,6	0,20
35,0	33,5	0,2	1,5	0,23
37,0	35,0	0,2	2,1	0,20

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

CERTIFICADO N°

10127

OBSERVACIONES DE LA CALIBRACIÓN

SIN OBSERVACIONES.

NOTAS

1. Para la utilización de este instrumento deben tenerse en cuenta los resultados de esta calibración, el usuario es el responsable de determinar de acuerdo a la tolerancia establecida para el proceso de medición con el instrumento, si este le es útil con los resultados emitidos en este certificado.
2. El usuario es responsable de calibrar su instrumento periódicamente, debido a que el uso deteriora el instrumento y puede alterar significativamente la indicación o funcionamiento del mismo.
3. Al instrumento se le adhirió un sticker de calibración correspondiente al número de certificado de calibración.
4. Los certificados de calibración sin firma de revisado no serán válidos.
5. La incertidumbre de la medición al momento de la prueba realizada, es calculada generando un nivel de confianza aproximadamente del 95%, utilizando un factor de cobertura igual a 2 ($k=2$).

****FIN DEL CERTIFICADO****