



# TERUMOBCT

## PASO A PASO D601

1. Conecte el equipo a la red eléctrica ver placa en la parte posterior del equipo, o requerimientos de instalación.




2. Encender el equipo asegurándose que no haya ningún elemento sobre el plato del equipo, presione el botón ON a la posición I.



3. El equipo realizara el auto chequeo y emitirá el siguiente mensaje.





4. En la parte superior izquierda de la pantalla se indicara el volumen programado en ml, si este es correcto ir al punto 6, de lo contrario ir al punto 5.
5. Este se puede modificar pulsando las teclas **VOL↑** o **VOL↓** según sea requerido.



## TERUMOBCT

6. Colocar la bolsa. Pasar la tubuladura por el clamp y oprimir clamp 
7. Conectar al donante
8. Pulsar start para iniciar la flebotomía. Tomo los tubos de las muestras y oprimo clamp 
9. Para realizar algún ajuste durante la flebotomía pulsar el botón pause, al hacer esto se activara la alarma audible, y el indicador visual pause, si se desea ajustar el volumen de donación (ver el punto 5), o volver a conectar la aguja al paciente. Volver a pulsar el botón pause y continuara la donación.



10. Al terminar la donación, se emitirá una alarma audible (para omitir la alarma, levante todas las bolsas del plato y espere a que la alarma se omita) parpadean los indicadores luminosos pause y start.
11. En la parte superior se indicara el tiempo que demoro la donación, y el volumen colectado, de manera alternada.
12. Desconectar al donante
13. Levantar la bolsa del plato
14. Iniciar una nueva donación (ir el punto 4).