

ANALIZADOR DE GASES

• MINDRAY MULTI-GASES

Módulo que toma muestras del gas respiratorio de pacientes pediátricos y adultos durante la anestesia y ventilación asistida. Mide de forma continua la concentración de CO₂, NO₂ y agentes anestésicos en el gas respiratorio, así como la concentración de O₂. Todos los valores son comunicados a un monitor paciente.

Panel Posterior



Indicador Encendido

Puerto de salida de gas

Conexión AC

Panel Frontal



Trampa de Agua

Ventilador



www.huv.gov.co

Encendido

- Conecte el enchufe de red si es necesario.
- Compruebe el indicador de encendido en la parte frontal.

Al arrancar, el equipo pasa por un periodo de inicialización y calentamiento durante el cual, las concentraciones de determinados gases pueden no ser identificados

- Si no es posible la recirculación del gas de muestra, conecte el puerto de salida del analizador de gas del sistema de evacuación de gas anestésico utilizando el tubo de evacuación de gas de muestra.

Funcionamiento

- Conecte y asegure el cable de la interfaz de datos con el conector RS232
- Conecte el otro extremo del cable de la interfaz de datos al monitor de paciente.

MINDRAY MULTI-GASES



El analizador de gas se puede conectar a los siguientes monitores:

- MINDRAY IMEC 15

- Conecte la línea de muestreo a la pieza en Y, al filtro HME o al adaptador de tubo.
- Limpie y desinfecte de acuerdo al procedimiento de limpieza y desinfección de equipos biomédicos.
- Compruebe la trampa de agua en la parte frontal.
- Deseche las líneas de muestreo usadas.



www.huv.gov.co



LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

- Para la limpieza y desinfección del equipo y sus accesorios, aplique el "Procedimiento de limpieza y desinfección de tecnología biomédica"
- Utilice el producto para limpieza y desinfección de equipos aprobado por la Institución
- Desconecte el analizador y mantenga la trampa de agua instalada
- Retire de inmediato la suciedad con un paño humedecido con el producto
- Desinfecte la superficie del dispositivo y los cables únicamente mediante frotamiento, asegurándose que no entre ningún líquido en el equipo
- Lleve a cabo la desinfección de las superficies mediante frotamiento y fregado
- Una vez transcurrido el tiempo de contacto, retire los restos de desinfectante



- El líquido de la trampa de agua puede estar contaminado y debe ser manipulado y eliminado con cuidado.
- Si la línea de muestra permanece conectada cuando se desmonta la trampa de agua, puede salir líquido contaminado de ella. Desconecte la línea de muestreo antes de retirar la trampa de agua del dispositivo médico.
- No utilice el dispositivo médico sin trampa de agua
- Si la trampa de agua está llena, la medición de gas puede fallar. Compruebe con regularidad el indicador de nivel de la trampa de agua y vacíela si es necesario.
- Conecte la línea de muestreo correctamente, de lo contrario pueden fallar las mediciones de gas.
- No reutilice las líneas de muestreo a menos que exista un filtro antibacteriano entre la línea de muestreo y el paciente.
- Conecte siempre la salida de gas del analizador y de la máquina de anestesia al sistema de evacuación. Asegúrese de que hay una ventilación adecuada en el lugar donde está ubicado el analizador de gases.
- Preste especial atención al realizar las conexiones con el paciente ya que existe riesgo de estrangulación.
- No lave, desinfecte ni esterilice el interior de la línea de muestreo o de la trampa de agua.

