

**Baxter**  
Calle 36 N° 2C -22 / Planta 1 Cali – Valle del Cauca. Código Postal: 4447000, Colombia  
Teléfono: 18000939595  
Fax:  
Email: servicio\_al\_cliente\_colombia@baxter.com

Orden de trabajo # 00382855

Reporte de Servicio

|                                                 |                                                                                                             |                          |                          |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Nombre de la Cuenta                             | : HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE                                                                          | Tipo WO                  | : Field                  |
| Cuenta #                                        | : 25646418                                                                                                  | tipo de solicitud        | : Preventive Maintenance |
| Dirección                                       | : CALLE 5 NO 36 08 BRR SAN FERNANDO CALI<br>VALLE DEL CAUCA CALI (SANTIAGO DE CALI) Colombia<br>76 76001000 | Creado                   | : 31/Jul/2022            |
| Contacto                                        | : NATALIA PEDREROS                                                                                          | Convenio #               | :                        |
| Problema informado por el cliente               | :                                                                                                           | Garantía                 | : N                      |
| # de inventario del cliente                     | :                                                                                                           | Cobrabable               | : N                      |
| Inicio de artículo de línea de orden de trabajo | : 18/Ago/2022 08:03:00                                                                                      | PO #                     | :                        |
| Fin de línea de pedido de trabajo               | : 18/Ago/2022 11:43:07                                                                                      | Serial #                 | : SK00606777             |
| Medida (tipo)                                   |                                                                                                             | Código de Producto       | : ELVP001COL             |
|                                                 |                                                                                                             | Descripción del producto | : EVO IQ LVP COL         |
|                                                 |                                                                                                             | Versión de Software      | : V01.05.00.01           |
|                                                 |                                                                                                             | Estado                   | : Closed                 |
|                                                 |                                                                                                             | Fecha de Cierre          | : 18/Ago/2022            |

| Información de los elementos de línea de la orden de trabajo |                  |             |
|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Tipo                                                         | Comentarios      | Propietario |
| Preventive Maintenance                                       | Pasa las pruebas | Luis Torres |

| Piezas utilizadas |                                                          |          |                        |        |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------|----------|------------------------|--------|------------|
| Número de pieza   | Descripción                                              | Cantidad | Lote o número de serie | Fuente | Cobrabable |
| 0303000010        | TUBING 0.103IDX0.0195WLX24L                              | 1        | VS020122HE171          | Trunk  | N          |
| 11506459900       | LI-ION BATTERY, SINGLE PACK BAXTER AS LEGAL MANUFACTURER | 1        | 2143357560             | Trunk  | N          |

| Equipo Calibrado |            |                                  |                      |                                        |
|------------------|------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------------|
| Serial #         | ID Interno | Descripción del producto         | Fecha de Calibración | Fecha de vencimiento de la calibración |
| R-0782           | n/a        | FLEXOMETRO                       | 29/Jul/2021          | 04/Ago/2023                            |
| R-1398           | n/a        | CRONOMETRO                       | 06/Ago/2020          | 06/Ago/2024                            |
| R-1014           | n/a        | MANOMETRO DIGITAL                | 29/Jul/2021          | 04/Ago/2023                            |
| R-1572           | n/a        | BALANZA                          | 10/Feb/2022          | 04/Feb/2023                            |
| R-1147           | n/a        | BLOQUE DE PESO 20 gr             | 04/Ago/2021          | 04/Ago/2023                            |
| R-0996           | n/a        | ANALIZADOR SEG. ELECTRICA ESA609 | 14/Oct/2021          | 14/Oct/2022                            |
| R-1857           |            | Termometro EVO                   | 21/Sep/2021          | 11/Ago/2023                            |
| R-1694           |            | MICRO JERINGA                    | 08/Ago/2021          | 08/Ago/2023                            |

Firma del cliente

18/Ago/2022

Firma del técnico

18/Ago/2022