

Baxter
Calle 36 N° 2C -22 / Planta 1 Cali – Valle del Cauca. Código Postal: 4447000, Colombia
Teléfono: 18000939595
Fax:
Email: servicio_al_cliente_colombia@baxter.com

Orden de trabajo # 00382846

Reporte de Servicio

Nombre de la Cuenta	: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE	Tipo WO	: Field
Cuenta #	: 25646418	tipo de solicitud	: Preventive Maintenance
Dirección	: CALLE 5 NO 36 08 BRR SAN FERNANDO CALI VALLE DEL CAUCA CALI (SANTIAGO DE CALI) Colombia 76 76001000	Creado	: 31/Jul/2022
Contacto	: NATALIA PEDREROS	Convenio #	:
Problema informado por el cliente	:	Garantía	: Y
# de inventario del cliente	:	Cobrable	: N
Inicio de artículo de línea de orden de trabajo	: 18/Ago/2022 07:15:00	PO #	:
Fin de línea de pedido de trabajo	: 18/Ago/2022 10:22:47	Serial #	: SK00607149
Medida (tipo)		Código de Producto	: ELVP001COL
		Descripción del producto	: EVO IQ LVP COL
		Versión de Software	: V01.05.00.01
		Estado	: Closed
		Fecha de Cierre	: 18/Ago/2022

Información de los elementos de línea de la orden de trabajo		
Tipo	Comentarios	Propietario
Preventive Maintenance	Pasa las pruebas. Se cambia batería	Luis Torres

Piezas utilizadas					
Número de pieza	Descripción	Cantidad	Lote o número de serie	Fuente	Cobrable
11506459900	LI-ION BATTERY, SINGLE PACK BAXTER AS LEGAL MANUFACTURER	1	2143357560	Trunk	N
0303000010	TUBING 0.103IDX0.0195WXLX24L	1	V5020122HE171	Trunk	N

Equipo Calibrado				
Serial #	ID Interno	Descripción del producto	Fecha de Calibración	Fecha de vencimiento de la calibración
R-0782	n/a	FLEXOMETRO	29/Jul/2021	04/Ago/2023
R-1398	n/a	CRONOMETRO	06/Ago/2020	06/Ago/2024
R-1014	n/a	MANOMETRO DIGITAL	29/Jul/2021	04/Ago/2023
R-1572	n/a	BALANZA	10/Feb/2022	04/Feb/2023
R-1147	n/a	BLOQUE DE PESO 20 gr	04/Ago/2021	04/Ago/2023
R-0996	n/a	ANALIZADOR SEG. ELECTRICA ESA609	14/Oct/2021	14/Oct/2022
R-1857		Termometro EVO	21/Sep/2021	11/Ago/2023
R-1694		MICRO JERINGA	08/Ago/2021	08/Ago/2023

Firma del cliente



18/Ago/2022

Firma del técnico



18/Ago/2022