

[<< Atras](#)

Datos Generales del Producto

Expediente Sanitario	19983624	Nombre producto	SISTEMA DE ESTERILIZACIÓN STERRAD® Y REPUESTOS.				
Registro Sanitario	INVIMA 2017DM-0000979-R1	Vencimiento	2027/07/07	Modalidad	IMPORTAR Y VENDER	Estado Registro	Vigente
Observaciones	ESTE REGISTRO SANITARIO AMPARA LOS MODELOS: STERRAD, SE AMPARAN REPUESTOS Y ACCESORIOS EXCLUSIVOS DEL EQUIPO; STERRAD 100NX EXPRESS CYCLE; STERRAD 100NX EXPRESS CYCLE UPGRADE KIT; STERRAD 100S STERILIZER; STERRAD NX STERILIZER; STERRAD 100NX STERILIZER; STERRAD 100NX STERILIZER DUO CYCLE UPGRADE KIT; STERRAD 100NX STERILIZER DUO CYCLE KIT; STERRAD 100NX STERILIZER, 2 DOOR WITH DUO CYCLE; STERRAD 100NX STERILIZER 1-DOOR WITH DUO CYCLE; STERRAD 100S CASSETTE; STERRAD NX CASSETTE; STERRAD 100NX CASSETTE. SE ACTUALIZAN ETIQUETAS DEL PRODUCTO SEALSURE CINTA QUÍMICA INDICADORA, CON MADE IN JAPAN , MEDIANTE RADICADO 2013011790 MEDIANTE RADICADO 20181095160 SE APRUEBA NUEVO STICKER EL STICKER DEL IMPORTADOR DEBE INDICAR COMO NOMBRE DE PRODUCTO "SISTEMA DE ESTERILIZACIÓN STERRAD® Y REPUESTOS" RADICADO NO. 20181241331: SE APRUEBA ADICIÓN DE REFERENCIA LECTOR STERRAD VELOCITY TM						
Marcas	STERRAD						

Datos de Interés

Vida Útil	N/A	Miembros Comprometidos	NINGUNA
Usos	ESTERILIZADOR DE PRODUCTOS SANITARIOS	Riesgo	Ila

Presentaciones Comerciales

Presentación Comercial
EMPAQUE UNITARIO.
INCUBADORA: 1 POR DISPENSADOR, 2 POR DISPENSADOR, CASSETE DE PEROXIDO DE HIDROGENO BANDEJA APTIMAX PARA INSTRUMENTOS: 2 POR DISPENSADOR.

Roles por Producto

Rol	Tipo.Ident	Identificación	Nombre / Razon Social	Dirección	País	Depto	Ciudad	Email
ACONDICIONADOR	Consecutivo	20201023050	UPS SCS (COLOMBIA) LTDA	KM 1,5 VIA FUNZA-SIBERIA PARQUE LOGISTICO SAN DIEGO BODEGA E3-E4	COLOMBIA	CUNDINAMARCA	FUNZA	
FABRICANTE	Consecutivo	20161096	CILAG AG	Hochstrasse 201 8200 Schaffhausen, Suiza	SUIZA			
FABRICANTE	Consecutivo	201810618	JABIL INC.	3800 GIDDINGS RD., AUBURN HILLS, MICHIGAN, 48326.	ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA			
FABRICANTE	Nit	100016	ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS	33 TECHNOLOGY DRIVE IRVINE,CALIFORNIA 92618	ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA			
IMPORTADOR	Consecutivo	2020114049	ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS COLOMBIA S.A.S	Carrera 19 No. 100 - 45	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	
TITULAR REGISTRO SANITARIO	Consecutivo	2020114049	ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS COLOMBIA S.A.S	Carrera 19 No. 100 - 45	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	

[Imprimir << Atras](#)



La salud
es de todos

Minsalud

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2020028635 DE 28 de Agosto de 2020

Por la cual se Modifica una Resolución

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

EXPEDIENTE: 19983624

RADICACIÓN: 20201140499

FECHA: 13/08/2020

REGISTRO SANITARIO: INVIMA 2017DM-0000979-R1

VIGENCIA: 07/07/2027

ANTECEDENTES

QUE MEDIANTE RESOLUCIÓN NÚMERO 2007021613 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2007, EL INVIMA CONCEDIO REGISTRO SANITARIO NÚMERO INVIMA2007DM-0000979 PARA EL PRODUCTO SISTEMA DE ESTERILIZACIÓN STERRAD, ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y REPUESTOS EN LA MODALIDAD IMPORTAR Y VENDER A FAVOR DE ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS CON DOMICILIO EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

Mediante Resolución No. 2017027358 DE 7 de Julio de 2017 el INVIMA renovó el Registro Sanitario No. INVIMA 2017DM-0000979 R1 para el producto SISTEMA DE ESTERILIZACIÓN STERRAD®, CONSUMIBLES Y REPUESTOS. a favor de JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. CON DOMICILIO EN YUMBO - VALLE en la modalidad IMPORTAR Y VENDER.

Que mediante RESOLUCION No. 2017036169 DE 31 de Agosto de 2017, el INVIMA CORRIGIO PARCIALMENTE la Resolución No. 2017027358 del 7 de Julio de 2017, en el sentido que no quede incluido vida útil para el producto tal y como se encuentra descrito en el formulario

Que mediante Resolución No. 2017038626 de fecha 19 de Septiembre de 2017, el INVIMA modificó la Resolución No. 2007021613 de fecha 26/09/2007 en el sentido de aprobar: ADICIÓN DE FABRICANTE.

Que mediante Resolución No. 2017050507 de 24 de Noviembre de 2017, el INVIMA modificó la Resolución No. 2011029385 del 04/08/2011, en el sentido de autorizar adición de fabricante.

Que mediante Resolución No. 2018014312 de 9 de Abril de 2018, el INVIMA modificó la Resolución No. 2007021613 de fecha 26/09/2007, en el sentido de autorizar adición de fabricante.

Que mediante Resolución No. 2018021642 del 22 de Mayo de 2018, el INVIMA modificó la Resolución No. 2017027358 del 7 de Julio de 2017, en el sentido de aprobar CAMBIO DE NOMBRE DEL PRODUCTO SE APRUEBA CAMBIO DE NOMBRE DEL PRODUCTO; EXCLUSIÓN DE PARTES, EXCLUSIÓN DE REFERENCIAS Y CAMBIO DE ETIQUETAS.

Que mediante Resolución No.2018046397 del 29 de Octubre de 2018, el INVIMA aprobó la autorización de de Saldos No Usados con más de 2 años de fabricación para el Equipo Biomédico SISTEMA DE ESTERILIZACIÓN STERRAD® Y REPUESTOS

Que mediante Resolución No. 2018054574 DE 14 de Diciembre de 2018, el INVIMA modificó la Resolución No. 2007021613 del 26 de septiembre de 2007, en el sentido de OBTENER APROBACIÓN PARA ADICIONAR UNA REFERENCIA.

Que mediante escrito número 20201140499 radicado el 13/08/2020, el Doctor DAVID QUIROZ RENDON, actuando en calidad de Representante Legal de la empresa JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A., presentó solicitud de modificación al Registro Sanitario mencionado, en el sentido de OBTENER APROBACIÓN PARA CAMBIO DE TITULAR, IMPORTADOR Y ACONDICIONADOR.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que ante este Instituto se ha solicitado la concesión de una modificación con base en la verificación de la documentación técnico legal allegada ante la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, emitiendo concepto favorable para la expedición de esta modificación.

En consecuencia a lo anterior, de conformidad con el artículo 3 del Decreto 582 del 04 de Abril de 2017, el INVIMA de acuerdo con las facultades de inspección, vigilancia y control, podrá verificar en cualquier momento la información suministrada para la modificación automática, teniendo en cuenta el riesgo del dispositivo médico.

Pagina 1 de 2

Oficina Principal: Bogotá, D.C., Colombia

Administrativo: Bogotá, D.C., Colombia

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2020028635 DE 28 de Agosto de 2020

Por la cual se Modifica una Resolución

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

En consecuencia, este Instituto:

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR la Resolución No. 2017027358 del 7 de Julio de 2017 que concedió RENOVAR Registró Sanitario No. INVIMA 2017DM-0000979-R1 a favor de JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. CON DOMICILIO EN YUMBO - VALLE para el producto SISTEMA DE ESTERILIZACIÓN STERRAD® Y REPUESTOS. en la modalidad IMPORTAR Y VENDER, en el sentido de APROBAR

CAMBIO DE TITULAR JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A., QUEDANDO:

ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS COLOMBIA S.A.S
Con domicilio en: Cra 19 N°. 100 – 45 Bogotá D.C

CAMBIO DE IMPORTADOR JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A., QUEDANDO:

ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS COLOMBIA S.A.S
Con domicilio en: Cra 19 N°. 100 – 45 Bogotá D.C

CAMBIO DE ACONDICIONADOR OPEN MARKET LTDA, QUEDANDO:

UPS SCS (COLOMBIA) LTDA
Con domicilio en: Km 1,5 Vía Funza-Siberia Parque Empresarial San Diego, Bodega E3-E4 Funza Cundinamarca

ARTICULO SEGUNDO: Contra la presente resolución procede únicamente el Recurso de Reposición, que deberá interponerse ante la DIRECCIÓN DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA, dentro de los DIEZ (10) días siguientes a su notificación, en los términos señalados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTICULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de ejecutoria.

ARTICULO CUARTO:- Los Derechos que se deriven de esta Resolución quedaran sujetas al control posterior que debe realizar la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA de conformidad con lo previsto por el artículo 3 del Decreto 582 del 04 de Abril de 2017.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Se expide en Bogotá D.C., el 28 de Agosto de 2020
Este espacio, hasta la firma se considera en blanco.

LUCIA AYALA RODRIGUEZ

Signature (Firma) DIRECTORA TECNICA DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS
Proyectó: Legal: sroncancioc, Técnico: jgonzalezc

Firmado digitalmente por
LUCIA AYALA
RODRIGUEZ
Fecha: 2020.08.28
09:04:20 -0500
Razón: INVIMA
Locación: BOGOTA D.C.,
Colombia



República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017027358 DE 7 de Julio de 2017

Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario
El DIRECTOR GENERAL DEL INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005.

CONSIDERANDO

QUE MEDIANTE RESOLUCIÓN NÚMERO 2007021613 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2007, EL INVIMA CONCEDIO REGISTRO SANITARIO NÚMERO INVIMA2007DM-0000979 PARA EL PRODUCTO SISTEMA DE ESTERILIZACIÓN STERRAD, ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y REPUESTOS EN LA MODALIDAD IMPORTAR Y VENDER A FAVOR DE ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS CON DOMICILIO EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

QUE MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. 2009011740 DE FECHA 30/04/2009, EL INVIMA AUTORIZÓ MODIFICAR EL TIEMPO DE VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO.

QUE MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. 2010036503 DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2010, EL INVIMA CONCEDIO MODIFICACIÓN EN EL SENTIDO DE CAMBIO DE TITULAR DEL REGISTRO, CAMBIO DE NOMBRE DEL PRODUCTO Y EXCLUSIÓN DE ACCESORIOS (ACLARACIÓN DE REFERENCIAS).

QUE MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. 2011009441 DE 29 DE MARZO DE 2011, EL INVIMA AUTORIZO MODIFICACIÓN EN EL SENTIDO DE AUTORIZAR LA ADICIÓN EN LA PRESENTACIÓN COMERCIAL DE LOS KITS DE VALIDACIÓN.

QUE MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. 2012028154 DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 2012 EL INVIMA MODIFICÓ LA RESOLUCIÓN NO. 2007021613 DEL 26/09/2007 EN EL SENTIDO DE REALIZAR ADICIÓN DE REFERENCIAS.

QUE MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. 2013014959 DE 31 DE MAYO DE 2013, EL INVIMA MODIFICÓ LA RESOLUCIÓN 2007021613 DEL 26/09/2007 EN EL SENTIDO DE OBTENER AUTORIZACIÓN PARA ACTUALIZAR ETIQUETAS.

QUE MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. 2015024361 DE 23 DE JUNIO DE 2015, EL INVIMA MODIFICÓ LA RESOLUCIÓN NO.2007021613 DEL 26/09/2007, EN EL SENTIDO DE OBTENER APROBACIÓN PARA ADICIÓN DE REFERENCIAS Y CORRECCIÓN DE REFERENCIAS.

QUE MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. 2015051480 DE 17 DE DICIEMBRE DE 2015, EL INVIMA MODIFICÓ LA RESOLUCIÓN NO. 2007021613 DEL 26/09/2007 QUE CONCEDIÓ REGISTRO SANITARIO EN EL SENTIDO DE APROBAR ADICIÓN DE REFERENCIAS.

QUE EL INTERESADO ALLEGÓ LA RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN TÉCNICO – LEGAL PARA ACCEDER A LA RENOVACIÓN DEL MENCIONADO REGISTRO Y EN CONSECUENCIA, EL DIRECTOR GENERALISTRO SANITARIO POR EL TÉRMINO DE 10 AÑOS AL

PRODUCTO:	SISTEMA DE ESTERILIZACIÓN STERRAD®, CONSUMIBLES Y REPUESTOS.
MARCA(S):	STERRAD
REGISTRO SANITARIO NO.:	INVIMA 2017DM-0000979 R1
TIPO DE REGISTRO:	IMPORTAR Y VENDER
TITULAR(ES):	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. CON DOMICILIO EN YUMBO - VALLE
FABRICANTE(S):	ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS CON DOMICILIO EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
IMPORTADOR(ES):	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. CON DOMICILIO EN YUMBO - VALLE
TIPO DE DISPOSITIVO	DISPOSITIVO MEDICO ACTIVO
RIESGO:	IIA
COMPOSICIÓN:	EQUIPO DE ESTERILIZACIÓN Y SUS REPUESTOS., CONSUMIBLES: CASSETE DE PEROXIDO DE HIDROGENO, INDICADORES DE ESTERILIZACIÓN: CINTA INDICADORA QUIMICA SEAL SURE, CINTA O BARRA INDICADORA QUIMICA., ADICIÓN DE SOFTWARE: DIGITAL TRANSFER INTERFACE FOR STERRAD NX SYSTEM; DIGITAL TRANSFER INTERFACE FOR STERRAD 100NX SYSTEM. ESTERILIZADOR DE PRODUCTOS SANITARIOS
USOS:	
PRESENTACIÓN COMERCIAL:	EMPAQUE UNITARIO. CONSUMIBLES: INCUBADORA: 1 POR DISPENSADOR, BANDEJA APTIMAX PARA INSTRUMENTOS: 2 POR DISPENSADOR, CASSETE DE PEROXIDO DE HIDROGENO: 5 POR DISPENSADOR, CINTA INDICADORA QUIMICA SEALSURE: 6 ROLLOS POR DISPENSADOR, CINTA O BARRA INDICADORA, KITS DE VALIDACIÓN
OBSERVACIONES:	ESTE REGISTRO SANITARIO AMPARA LOS MODELOS: STERRAD, SE AMPARAN REPUESTOS ACCESORIOS EXCLUSIVOS DEL EQUIPO: STERRAD 100NX EXPRESS CYCLE.- STERRAD 100NX EXPRESS CYCLE UPGRADE. KIT.-

Página 1 de 2

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N.º 64/22
P.O. 2546700

Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co



GP 202 - 1



SC 7341 - 1



CO-SC-7341-1

INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS
INVIMA

A la fecha notifíquese personalmente a _____
Con identificación No. _____ de _____
y T.P. No. _____ de _____
de la Resolución No. _____ de fecha _____
En Bogotá 21 JUL 2017 Hora 9:05
Notificado _____
Notificador _____

