

	LISTA DE CHEQUEO EQUIPOS Y ACCESORIOS		
	Documento No. R-CP-008	Versión: 2	Páginas Página 1 de 1

Equipo	Ventilador mecánico Leistung	Fecha de ejecución	09-09-2020
Modelo	Luft 3	Serie / Lote	N02021

Verificación del equipo	Observaciones	Pasa	Falla	N/A
Verificación del estado del equipo.		✓		
Verificación del sistema eléctrico, electrónico y neumático.		✓		
Verificación de la válvula exhalatoria externa.		✓		
Verificación de batería.		✓		
Verificación de filtros.		✓		
Verificación de modos de ventilación.		✓		
Verificación de alarmas sonoras y visuales.		✓		
Verificación de pantalla.		✓		
Verificación del soporte.		✓		
Pruebas de funcionamiento.		✓		

Verificación accesorios	Observaciones	Pasa	Falla	N/A
Verificación del estado físico del accesorio.		✓		
Verificación de funcionalidad		✓		

Parámetros de verificación con equipo patrón


Volumen	Mediciones
200	170
400	400
600	588


Frecuencia respiratoria	Mediciones
8	8
12	12
16	16

Presión	Mediciones
20	21,98
25	25,50
30	29,14

PEEP	Mediciones
2	1,81
6	5,97
10	9,75

I:E	Mediciones
1:2	1:2,02
1:3	1:3,07
1:4	1:3,63

Realizado: 
Cargo: Ingeniera Biomedica

Aprobado:  
Director Técnico 30.134.409-5