



**VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO
PB980**

FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO		SEMESTRAL	ORDEN DE SERVICIO	N.A	
INSTITUCIÓN	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE				
EQUIPO SERIE	35B2009760	FECHA	14	6	2024

HERRAMIENTA NECESARIA			
FILTRO INSPIRATORIO, FILTRO EXHALATORIO, MANGUERA GOLD ESTÁNDAR, TAPÓN NO. 2, CIRCUITO DE PACIENTE			
ANALIZADORES UTILIZADOS			
DESCRIPCIÓN	MODELO	SERIE	
ANALIZADOR DE VENTILACIÓN	PTS2000	4150744001	
ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELÉCTRICA	DALE609	2846002	
OTRO	N.A	N.A	

1. INSPECCIÓN GENERAL			
DESCRIPCIÓN	C	OBSERVACIONES	
Revisión externa del equipo	X		
Limpieza general	X		
Verificación estado de perillas y botones	X		
Versión de software	AP	Requiere cambio de kit	
Horas de funcionamiento	9245	☐ SI	☒ NO

2. PRUEBAS DE VERIFICACIÓN			
DESCRIPCIÓN	C	DESCRIPCIÓN	C
1. Validación de códigos de error	X	5. Calibración de válvula exhalatoria	X
2. Calibración de presión atmosférica	X	6. ATG	X
3. Calibración de la pantalla táctil	X	7. ATC	X
4. Calibración de sensor de flujo	X	8. Calibración de sensor de oxígeno	X

3. VERIFICACIÓN PRECISIÓN VOLUMEN DE GAS, PRESIÓN Y SISTEMA PEEP			
CONFIGURACIÓN	PARÁMETRO	RANGO	MEDIDO
Modo: A/C, VC; Forma de onda: CUADRADA; FR = 10 rpm; Plateau = 1.0 s; PEEP= 0 cmH2O; %O2 = 21%; Psens = 5 cmH2o	PIC=15Kg	VT= 200ml	166-234 mL 201
	PIC=85Kg	VT= 600ml	518-682mL 600
	PIC=85Kg	VT= 2500ml	2190-2810mL 2595
Modo: A/C, PC; (FR = 20 rpm; Ti=1.0S; %Aceleración de Flujo=50%; PEEP= 0 cmH2O; %O2 = 21%; Psens = 5 cmH2O	PI= 5 cmH2O	1,8-13,0 cmH2O	5
	PI= 90 cmH2O	84,0-99,7 cmH2O	89,6
	PEEP= 5cmH2O	2,8 -7,2 cmH2O	4,9
Modo: A/C, PC; (FR = 20 rpm; Ti=1.0S; %Aceleración de Flujo=50%; PI= 25 cmH2O; %O2 = 21%; Psens = 5 cmH2o	PEEP= 25cmH2O	21,7-28,2 cmH2O	24,6
	PEEP=45cmH2O	40,8 - 49,2 cmH2O	45

4. VERIFICACIÓN PRECISIÓN PORCENTAJE DE OXIGENO			
CONFIGURACIÓN	PARÁMETRO	RANGO	MEDIDO
Modo: A/C, VC; Forma de onda: CUADRADA ; FR = 20 rpm; VT = 500 mL; FP = 30 L/m; Plateau = 0 s; PEEP = 0 cmH2O; Trigger = 5 L/min;	FiO2= 30%	26 - 34%	29,80%
	FiO2= 90%	85- 95%	90,70%

5. PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA			
DESCRIPCIÓN	OBJETIVO	MEDIDO	
1. Resistencia de tierra		< 0.2 Ω	0,17
2. Corriente de Fuga de Tierra Normal, Neutro Cerrado	☐ 100/115 V. Units	< 300 μA	49,1
3. Corriente de Fuga de Tierra Normal, Neutro Abierto	☐ 100/115 V. Units	< 1000 μA	169,6
2. Corriente de Fuga de Tierra Invertida, Neutro Cerrado	☐ 100/115 V. Units	< 300 μA	59,9
3. Corriente de Fuga de Tierra Invertida, Neutro Abierto	☐ 100/115 V. Units	< 1000 μA	150

REALIZADO POR	JOHN S.V
---------------	----------