

VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO TORRE DE LAPAROSCOPIA

INSTITUCION		HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE		CIUDAD		CALI		REPORTE N°		N.A	
FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO:				ANUAL				FECHA:		2.8.2023	
INFORMACION GENERAL DE LA TORRE DE LAPAROSCOPIA											
MONITOR	IKEGAMI 26"	REFERENCIA	MLW-2623C-DC	SERIE	UAAC5771						
GRABADOR	MEDICAPTURE	REFERENCIA	USB 300	SERIE	3017215						
CARRO	CART TROLLEY	REFERENCIA	PT.9001.902	SERIE	001-103843						
NEUMOINSUFLADOR	INSUFFLATOR	REFERENCIA	F104	SERIE	N.A						
CONSOLA CAMARA	COVIDIEN	REFERENCIA	953730	SERIE	743110						
CONSOLA FUENTE LUZ	200LED	REFERENCIA	050740 LED	SERIE	724498						
CONTROL CAMARA	CAMERA	REFERENCIA	953.701	SERIE	823450						
FIBRA OPTICA	LIGHT CABLE	REFERENCIA	05.0090L								
LENTE 30°	FLEXILUZ II 30°	REFERENCIA	11.0031A								
LENTE 0°	FLEXILUZ II 0°	REFERENCIA	11.0043A								
TIPO CONTRATO											
GARANTIA		CONTRATO	X	BACKUP S.T		DEMOSTRACION		SERVICIO			
TIPO DE MANTENIMIENTO											
DIAGNOSTICO		CORRECTIVO				PREVENTIVO				X	
DESCIPCION DE LAS ACTIVIDADES											
MONITOR		BUENO	MALO	FUENTE DE LUZ		BUENO	MALO				
CARCASA - SOPORTE		X		CHASIS / CARCASA		X					
PROTECTOR LCD- DISPLAY- ANTIRREFLEJO		X		PANEL FRONTAL		X					
BOTONERA- MENU- CONFIGURACIÓN		X		LÁMPARA LED		X					
ENTRADAS DE VIDEO- CONECTORES		X		CONECTOR CABLE FIBRA		X					
ADAPTADOR DE VOLTAJE- CABLES		X		CABLE AC		X					
FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO		X		FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO		X					
GRABADOR		BUENO	MALO	CABEZAL/CAMARA		BUENO	MALO				
CHASIS/ CARCASA/ INTERRUPTOR		X		CHASIS / CARCASA		X					
CONECTORES PARA CABEZALES DE C		X		BOTONERA		X					
PUERTO DE GRABACIÓN		X		CABLE CONECTOR		X					
SALIDAS DE VIDEO/CABLES		X		ADAPTADOR ENDOSCOPICO		X					
MENU/ CONFIGURACION- TECLADO		X		ANILLOS DE FOCO Y ZOOM		X					
FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO		X		FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO		X					
MEMORIA USB				SERIE : 823450							
NEUMOINSUFLADOR		BUENO	MALO	ACCESORIOS		BUENO	MALO				
CHASIS/ CARCASA		X		LENTE 0° / 30°		X					
PANEL FRONTAL/ BOTONES/ INTERRUPTOR		X		CABLE DE FIBRA OPTICA		X					
CONECTORES PARA CO2/MANGUERA		X		CONTENEDORES		N.A	N.A				
INDICADORES/ ALARMAS/ INSUFLACIÓN		X		CARRO DE TRANSPORTE		X					
CALENTADOR CO2/CONECTORES		X		MULTITOMA		X					
FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO		X		TECLADO		X					
OBSERVACIONES GENERALES											
EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES NORMALES DE FUNCIONAMIENTO											
ESTADO DEL DISPOSITIVO									SI	NO	
FUNCIONAMIENTO NORMAL SEGÚN ESPECIFICACIONES DE FABRICA									X		