

|                                   |                                                          |                    |                                     |                   |         |         |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|---------|---------|
|                                   | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCÍA" E.S.E |                    | CÓDIGO:                             | FOR-GLO-MAN-036   |         |         |
|                                   |                                                          |                    | VERSIÓN:                            | PAGINA            | 1       | DE 1    |
|                                   | REPORTE DE MANTENIMIENTO EQUIPO BIOMÉDICO                |                    | FECHA DE EMISIÓN:                   | DÍA               | MES     | AÑO     |
|                                   |                                                          |                    |                                     | 1                 | 6       | 2020    |
| EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES | MARCA: BIOLIGHT                                          | MODELO: ANYVIEW A5 | FECHA: 01/04/24                     | REPORTE No. R-032 |         |         |
| SERIE: A044E002916                | UBICACIÓN: HEMATO-ONCOLOGIA                              | PLACA: EMCO3753    | TIPO DE MANTENIMIENTO/INTERVENCIÓN: | Prev.: X          | Corre.: | Diagn.: |

|                                   |       |      |                               |                               |       |      |
|-----------------------------------|-------|------|-------------------------------|-------------------------------|-------|------|
| ESTADO FÍSICO                     | Bueno | Malo | ACCESORIOS CON LOS QUE CUENTA | ESTADO ELECTRÓNICO            | Bueno | Malo |
| Condiciones ambientales           | NA    | NA   | 1   Bueno:___ Malo:___        | Alimentación AC___ DC___      | NA    | NA   |
| Limpieza externa                  | NA    | NA   | 2   Bueno:___ Malo:___        | Motor (es) AC___ DC___        | NA    | NA   |
| Carcasa/Chasis                    | NA    | NA   | 3   Bueno:___ Malo:___        | Bomba: Presión___ Vacío___    | NA    | NA   |
| Pantalla/LCD                      | NA    | NA   | 4   Bueno:___ Malo:___        | Cableado/Fibra óptica         | NA    | NA   |
| Pilotos/Testigos                  | NA    | NA   | 5   Bueno:___ Malo:___        | Electrodos/Sondas/Transductor | NA    | NA   |
| Indicadores/manómetros            | NA    | NA   | 6   Bueno:___ Malo:___        | Bombillos                     | NA    | NA   |
| Interruptores/Perillas/pulsadores | NA    | NA   | 7   Bueno:___ Malo:___        | Conectores/Terminales         | NA    | NA   |
| Teclas/Panel de control           | NA    | NA   | 8   Bueno:___ Malo:___        | Transformador/Resistencia     | NA    | NA   |
| Buzzer                            | NA    | NA   | 9   Bueno:___ Malo:___        | Contactores/Relés             | NA    | NA   |
| Pintura                           | NA    | NA   | 10   Bueno:___ Malo:___       | Tarjetas electrónicas         | NA    | NA   |
| Cable de poder                    | NA    | NA   | 11   Bueno:___ Malo:___       | Componentes electrónicos      | NA    | NA   |
|                                   |       |      | 12   Bueno:___ Malo:___       | Fusibles/Breaker              | NA    | NA   |
|                                   |       |      | 13   Bueno:___ Malo:___       | Batería(s)                    | NA    | NA   |

|                          |          |              |                                          |                                 |
|--------------------------|----------|--------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| SISTEMA MECÁNICO         | Bueno    | Malo         | SET/EQUIPO PATRON/ MATERIALES UTILIZADOS | REPUESTOS/ACCESORIOS REQUERIDOS |
| Rodamientos              | NA       | NA           | Cant. Descripción                        |                                 |
| Frenos/Topes             | NA       | NA           | 1                                        | 1                               |
| Poleas/Piñones           | NA       | NA           | 1                                        | 2                               |
| Ejes/Soportes            | NA       | NA           | 1                                        | 3                               |
| Bandas/Correas/Cadenas   | NA       | NA           | 1                                        | 4                               |
| SISTEMA HIDRÁULICO       | Bueno    | Malo         | 1                                        | 5                               |
| Cilindros/Gatos          | NA       | NA           | 1                                        | 6                               |
| Válvulas                 | NA       | NA           | 1                                        | 7                               |
| Mangueras/Tuberías       | NA       | NA           | 1                                        | 8                               |
| Nivel: Aceite___ Agua___ | NA       | NA           | 1                                        |                                 |
| Filtros                  | NA       | NA           | 1                                        |                                 |
| Reguladores              | NA       | NA           | 1                                        |                                 |
| Trampas                  | NA       | NA           | 1                                        |                                 |
| Empaques/Sellos/O-ring   | NA       | NA           | 1                                        |                                 |
| SISTEMA NEUMÁTICO        | Bueno    | Malo         | 1                                        |                                 |
| Cilindros/Gatos          | NA       | NA           | 1                                        |                                 |
| Válvulas                 | NA       | NA           | 1                                        |                                 |
| Flapper                  | NA       | NA           | 1                                        |                                 |
| Mangueras/Tuberías       | NA       | NA           | 1                                        |                                 |
| Filtros                  | NA       | NA           | 1                                        |                                 |
| Reguladores              | NA       | NA           | 1                                        |                                 |
| Trampas                  | NA       | NA           | 1                                        |                                 |
| Empaques/Sellos/O-ring   | NA       | NA           | 1                                        |                                 |
| MEDICIONES REALIZADAS    |          |              |                                          |                                 |
| Unidad                   | Variable | Valor Medido | Valor Esperado                           |                                 |
| 1                        | 1        | 1            | 1                                        |                                 |
| 1                        | 1        | 1            | 1                                        |                                 |
| 1                        | 1        | 1            | 1                                        |                                 |
| 1                        | 1        | 1            | 1                                        |                                 |
| 1                        | 1        | 1            | 1                                        |                                 |
| 1                        | 1        | 1            | 1                                        |                                 |
| 1                        | 1        | 1            | 1                                        |                                 |
| 1                        | 1        | 1            | 1                                        |                                 |
| 1                        | 1        | 1            | 1                                        |                                 |
| 1                        | 1        | 1            | 1                                        |                                 |
| 1                        | 1        | 1            | 1                                        |                                 |
| 1                        | 1        | 1            | 1                                        |                                 |
| 1                        | 1        | 1            | 1                                        |                                 |
| 1                        | 1        | 1            | 1                                        |                                 |
| 1                        | 1        | 1            | 1                                        |                                 |

NO SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEBIDO A QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA FUERA DE SERVICIO, EL EQUIPO PRESENTA DAÑO EN MAINBOARD. (EQUIPO ACTUALMENTE UBICADO EN EL TALLER DE MANTENIMIENTO BIOMEDICO)

|                                                                |                        |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|
| REALIZADO POR                                                  | RECIBIDO POR           |
| Nombre: JUAN DAVID GIL HINCAPIE                                | NOMBRE: JULIO CARRILLO |
| Firma:                                                         | FIRMA:                 |
| Cargo: PROFESIONAL ADMINISTRATIVO AGESOC - INGENIERO BIOMÉDICO |                        |
| FECHA: 01/04/24                                                | FECHA: 01/04/24        |