

INFORME DE RETROALIMENTACIÓN

R-GC023

FECHA: DIA: 07 MES: 01 AÑO: 2020

CONSECUTIVO Nº 16721

NOMBRE DEL EMPLEADO: Ange Marín

AREA QUE PERTENECE: Mantenimiento: ☒ Administrativo: ☐

ENTIDAD DONDE OCURRE EL EVENTO: Hospital Universitario del Valle

AREA DONDE OCURRIO EL EVENTO:

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN:

• Equipo = Micropipeta, Marca = Boeco, Modelo = 1000ul, Serie = 16452817, activo fijo = NR.

Se realiza mantenimiento correctivo, se instala refuerzo al sistema de ejecución, se realiza cambio de O-ring, mantenimiento al sistema neumático y lubricación de componentes, verificación de funcionamiento ajustando los valores registrados en la tabla anexa.

COMENTARIOS O RECOMENDACIONES:

SUGERENCIAS POR PARTE: (por favor marque con una x)

CLIENTE ☐

COORDINADORA DE CALIDAD ☐

ADMINISTRADORA ☐

JEFE INMEDIATO ☐

JEFE DE RECURSOS HUMANOS ☐

OTROS ☐ CUAL ☐

Efectuado por: Ange Marín

Nombre: ANGE MARÍN MARCQUIN T.
1 033 775.325
RH-201510-581
Firma y/o sello:  BIOELECTRONICO



Entregado A:

Angelica Maria Campo M.
Vo. Bo. Jefe de área

www.sysmedsas.com / info@sysmedsas.com

Cra. 23 # 54-15 El Trebol PBX: 441 4935

Sugerencias sobre el presente documento al correo : calidad@sysmedsas.com