

INFORME DE RETROALIMENTACIÓN

R-GC023

FECHA: DIA: 21 MES: 3 AÑO: 2023

CONSECUTIVO N° 26822

NOMBRE DEL EMPLEADO: Jorge Ivan Par

AREA QUE PERTENECE: Mantenimiento: ☒ Administrativo: ☐

ENTIDAD DONDE OCURRE EL EVENTO: HUV

AREA DONDE OCURRIO EL EVENTO: Cirugia

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN:

Se atiende llamado Por Correctivo de Máquina de anestesia marca Minaray Modelo Watoex55 Con AF EMC05762 y Serie AT4-7B000024.

Se realiza inspección visual y funcional del equipo donde presenta alarma de limitación de presión.

Se procede a realizar configuración del Sistema del equipo y posteriormente se realizan pruebas con el equipo patrón en todos los modos de operación.

COMENTARIOS O RECOMENDACIONES:

Operación.

Se entrega equipo en optimas condiciones físicas y operativas.

SUGERENCIAS POR PARTE: (por favor marque con una x)

CLIENTE ☐

COORDINADORA DE CALIDAD ☐

ADMINISTRADORA ☐

JEFE INMEDIATO ☐

JEFE DE RECURSOS HUMANOS ☐

OTROS ☐ CUAL ☐

Efectuado por:

Nombre:

Firma y/o sello



SYSMED

Entregado A:

Jorge Ivan Par
Vo. Bo. Jefe de área

www.sysmedsas.com / info@sysmedsas.com

Cra. 23 # 54-15 El Trebol PBX: 441 4935

Sugerencias sobre el presente documento al correo : calidad@sysmedsas.com