



DPTO DE MANTENIMIENTO ORDEN DE TRABAJO

Nº 4073

Servicio CX. Hombres Centro Costo 6125 Fecha

Mes	Día	Año
07	04	19

Arreglo: Locativo ☐ Eléctrico ☒ Mecánico ☐

Equipo Monitor Samsung 15.5" Marca GILMEDICA

Modelo M800A Serie M0771004808 No. Inventario EMC041452

Descripción Monitor de sala de espera para JOLSON Y
CAMBIO BATERIA SE ENTREGA COMPLETO

Nombre de quien recibe Juan Sebastian G Nombre de quien entrega Arcezo

Fecha de recibido: 04/09/2019

ESPACIO PARA LLENAR POR DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

Técnico responsable de la reparación Daniel Código Empleado

Tiempo ejecutado Horas 5 Minutos 25

Fecha de Inicio 04/09/2019 Fecha de Finalización 04/09/2019

Tipo y descripción del trabajo realizado Se realiza cambio del
sistema de carga de batería

Trabajo pendiente por: (Relacionar repuestos si se requieren)

DILIGENCIAR CLARAMENTE