

CERTIFICATO DI ACCREDITAMENTO *Accreditation Certificate*

Accreditamento n°
Accreditation n°

1362

Rev. **0**

Si dichiara che
We declare that

**European Reference Laboratory for Air Pollution
(ERLAP) Air and Climate Unit - Institute for
Environment and Sustainability - Joint Research
Centre - European Commission**

Sede:

Via E. Fermi 2749 - 21027 Ispra VA

è conforme ai requisiti
della norma

UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 "Requisiti generali per la competenza dei
Laboratori di prova e taratura"

meets the requirements
of the standard

EN ISO/IEC 17025:2005 "General Requirements for the Competence of Testing
and Calibration Laboratories" standard

quale

Laboratorio di Prova

as

Testing Laboratory

L'accreditamento attesta la competenza tecnica del Laboratorio relativamente allo scopo riportato nelle schede allegate al presente certificato. Le schede possono variare nel tempo. I requisiti gestionali della ISO/IEC 17025:2005 (sezione 4) sono scritti in un linguaggio idoneo all'attività dei Laboratori di Prova, sono conformi ai principi della ISO 9001:2008 ed allineati con i suoi requisiti applicabili.

Il presente certificato non è da ritenersi valido se non accompagnato dalle schede allegate e può essere sospeso o revocato in qualsiasi momento nel caso di inadempienza accertata da parte di ACCREDIA.

La validità dell'accreditamento può essere verificata sul sito WEB (www.accredia.it) o richiesta direttamente ai singoli Dipartimenti.

The accreditation certifies the technical competence of the laboratory limited to the scope detailed in the attached Enclosure. The scope may vary in the time. The management system requirements in ISO/IEC 17025:2005 (Section 4) are written in a language relevant to Testing Laboratories operations and meet the principles of ISO 9001:2008 and are aligned with its pertinent requirements.

The present certificate is valid only if associated to the annexed schedule, and can be suspended or withdrawn at any time in the event of non fulfilment as ascertained by ACCREDIA.

The in force status of the accreditation may be checked in the WEB site (www.accredia.it) or on direct request to appointed Department.


Data di 1^a emissione
1st issue date
2013-06-19

Data di modifica
Modification date
2013-06-19

Data di scadenza
Expiring date
2017-06-18


Il Direttore Generale
The General Director
(Dr. Filippo Trifiletti)


Il Direttore di Dipartimento
Department Director
(Dr. Paolo Bianco)


Il Presidente
The President
(Cav. del Lav. Federico Grazioli)

European Reference Laboratory for Air Pollution (ERLAP) Air and Climate Unit - Institute for Environment and Sustainability - Joint Research Centre - European Commission Via E. Fermi 2749 21027 Ispra VA	Numero di accreditamento: 1362 Sede A
	Revisione: 0 Data: 22/07/2013
	Scheda 1 di 1 PA1779AR0.pdf

ELENCO PROVE ACCREDITATE - CATEGORIA: 0

Synthetic mixture gas

<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>
carbon monoxide (0-86 mmol/mol)	EN 14626:2012
nitrogen oxides (NO: 0-962 nmol/mol; NO ₂ : 0-261 nmol/mol)	EN 14211:2012
ozone (0-250 nmol/mol)	EN 14625:2012
sulphur dioxide (0-376 nmol/mol)	EN 14212:2012

Legenda

En= norma europea

ACCREDITIA
Il Direttore del Dipartimento
(Dr. Paolo Bianco)

**Bianco
Paolo**

Firmato digitalmente da Bianco Paolo
ND: c=IT, o=ACCREDITIA/10566361001,
cn=Bianco Paolo,
serialNumber=IT:BNCPA52M23L219N,
givenName=Paolo, sn=Bianco,
dnQualifier=11004771, title=Direttore
Dipartimento Laboratori di prova
Data: 2013.07.22 13:37:04 +02'00'