Skladovanie laboratórnych vzoriek

Vzorky sa skladujú pri teplote 4 °C v uzavretých nádobách. Maximálna doba skladovania je 14 dní od odberu.

Po uplynutí doby skladovania sa vzorky likvidujú pod■a smernice o odpadoch.