1. Rôle du banc BAT-B-02

Le banc BAT-B-02 sert à tester des cellules de chimies alternatives (potassium-ion aqueux, zinc hybride) utilisées dans des prototypes d'appareils. Il comporte quatre voies de mesure indépendantes, une enceinte thermique et une hotte d'extraction. Les fiches techniques des cellules testées sont rédigées en anglais.

Élément	Valeur
Voies de mesure	4
Tension par voie	0 à 5 V
Courant par voie	0 à 2 A
Enceinte thermique	15 à 40 °C
Électrolytes admis	aqueux uniquement (KOH, sels de potassium)

Tableau 1.1 : caractéristiques du banc

2. Utilisation

Avant chaque essai, vérifier que la hotte est en marche et que le bac de rétention est vide. Les électrolytes alcalins (KOH 6 M) sont corrosifs : porter lunettes et gants nitrile.

Le voyant de voie est vert pendant l'essai, orange en pause thermique, rouge en cas de dépassement de tension. Les codes de défaut du banc sont listés dans le tableau des codes BAT-B-02.

Maintenance mensuelle : étalonnage des voies avec la résistance de référence, nettoyage des pinces, contrôle du joint de l'enceinte.