

User:	5	Supervisor
Product:	2	Vial 50ml
Batch:	PQ1_TS04	
Notes:	50ml type 1 glass & S20WFIR STOPPER	

16 November 2015 12:27:41

Date Time

Starting date:	<b>16/11/2015</b>	12:09:46 PM
Ending date:	<b>16/11/2015</b>	12:27:40 PM

Counters:

INSPECTED	<b>300</b>		
ACCEPTED	<b>218</b>	72.67	%
REJECTED	<b>79</b>	26.33	%
TECHNICAL REJECT	<b>3</b>	1.00	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
Totals:	65	21.67	%
Min Still particles	56	18.67	%
Tot. Still Particles	65	21.67	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
Totals:	1	0.33	%
Aluseal Area	0	0.00	%
Crimping	1	0.33	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
Totals:	12	4.00	%
Single Particles	3	1.00	%
Total Particles	12	4.00	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
Totals:	11	3.67	%
Single Particles	1	0.33	%
Total Particles	11	3.67	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
Totals:	0	0.00	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: