

User:	1	adamb
Product:	13	10mL particle test
Batch:		
Notes:		

14 June 2017 13:18:06

Date Time

Starting date:	14/06/2017	10:26:14 AM
Ending date:	14/06/2017	1:18:06 PM

Counters:

INSPECTED	809		
ACCEPTED	486	60.07	%
REJECTED	314	38.81	%
TECNICAL REJECT	9	1.11	%

Reject details:

ST0	AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
Height	0	0.00	%
Shape	0	0.00	%
Black Spot	0	0.00	%
Colour Rings	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
Totals:	85	10.51	%
Single Particles	55	6.80	%
Total Particles	80	9.89	%
	0	0.00	%
Fill Level	5	0.62	%
ST2	AVAILABLE		ON
Totals:	190	23.49	%
Single Particles	173	21.38	%
Total Particles	173	21.38	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
Totals:	5	0.62	%
Still Particles	4	0.49	%
Tot. Still Particles	3	0.37	%
Charrings	0	0.00	%
Tot. Charrings	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
Totals:	264	32.63	%
Single Particles	250	30.90	%
Total Particles	235	29.05	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	NOT AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

LKD counters			
LKD1			OFF
Totals:	0	0.00	%
LKD2			OFF
Totals:	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: