

User:	9	Admin
Product:	8	Knapp 10ml
Batch:	test10ml	
Notes:		

29 May 2014 11:02:11

Date Time

Starting date:	29/05/2014	9:52:33 AM
Ending date:	29/05/2014	11:02:11 AM

Counters:

INSPECTED	167		
ACCEPTED	76	45.51	%
REJECTED	82	49.10	%
TECNICAL REJECT	27	16.17	%

Reject details:

ST0	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	14	8.38	%
Height	6	3.59	%
Shape	2	1.20	%
Black Spot	9	5.39	%
Colour Rings	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	42	25.15	%
Single Particles	11	6.59	%
Total Particles	22	13.17	%
	0	0.00	%
Fill Level	23	13.77	%
ST2	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	49	29.34	%
Single Particles	30	17.96	%
Total Particles	49	29.34	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	9	5.39	%
Still Particles	9	5.39	%
Tot. Still Particles	9	5.39	%
Charrings	0	0.00	%
Tot. Charrings	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	47	28.14	%
Single Particles	34	20.36	%
Total Particles	47	28.14	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	NOT AVAILABLE		OFF
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

LKD counters			
LKD1			ON
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
LKD2			ON
<i>Totals:</i>	1	0.60	%

Approved by:

Verified by: