

User:	1	robj
Product:	13	10mL particle test
Batch:	sodium chloride 1705025	
Notes:		

08 May 2017 14:36:49

Date Time

Starting date:	08/05/2017	8:49:17 AM
Ending date:	08/05/2017	2:36:49 PM

Counters:

INSPECTED	18057		
ACCEPTED	13437	74.41	%
REJECTED	4331	23.99	%
TECNICAL REJECT	289	1.60	%

Reject details:

ST0	AVAILABLE		ON
Totals:	1261	6.98	%
Height	243	1.35	%
Shape	851	4.71	%
Black Spot	319	1.77	%
Colour Rings	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
Totals:	605	3.35	%
Single Particles	475	2.63	%
Total Particles	419	2.32	%
	0	0.00	%
Fill Level	81	0.45	%
ST2	AVAILABLE		ON
Totals:	1445	8.00	%
Single Particles	1394	7.72	%
Total Particles	1024	5.67	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
Totals:	77	0.43	%
Still Particles	56	0.31	%
Tot. Still Particles	44	0.24	%
Charrings	0	0.00	%
Tot. Charrings	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
Totals:	1654	9.16	%
Single Particles	1554	8.61	%
Total Particles	1232	6.82	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	NOT AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

LKD counters			
LKD1			ON
Totals:	165	0.91	%
LKD2			ON
Totals:	1054	5.84	%

Approved by:

Verified by: