

User:	5	Supervisor
Product:	10	vial 20ml
Batch:	sodium chloride	
Notes:		

24 November 2015 09:51:21

Date Time

Starting date:	24/11/2015	9:51:18 AM
Ending date:	24/11/2015	9:51:21 AM

Counters:

INSPECTED	21		
ACCEPTED	0	0.00	%
REJECTED	19	90.48	%
TECHNICAL REJECT	2	9.52	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	1	4.76	%
Min Still particles	0	0.00	%
Tot. Still Particles	1	4.76	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	16	76.19	%
Aluseal Area	0	0.00	%
Crimping	0	0.00	%
	16	76.19	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	17	80.95	%
Single Particles	14	66.67	%
Total Particles	17	80.95	%
	0	0.00	%
Fill Level	2	9.52	%

ST4	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	11	52.38	%
Single Particles	11	52.38	%
Total Particles	11	52.38	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	5	23.81	%
Single Particles	4	19.05	%
Total Particles	5	23.81	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: