

User:	5	Supervisor
Product:	11	test 50ml
Batch:	50ml test recipe	
Notes:		

21 December 2015 11:15:15

Date Time

Starting date:	<b>21/12/2015</b>	11:11:21 AM
Ending date:	<b>21/12/2015</b>	11:15:15 AM

Counters:

INSPECTED	<b>22</b>		
ACCEPTED	<b>2</b>	9.09	%
REJECTED	<b>19</b>	86.36	%
TECHNICAL REJECT	<b>1</b>	4.55	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
Totals:	0	0.00	%
Min Still particles	0	0.00	%
Tot. Still Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
Totals:	1	4.55	%
Aluseal Area	0	0.00	%
Crimping	0	0.00	%
	1	4.55	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
Totals:	18	81.82	%
Single Particles	15	68.18	%
Total Particles	18	81.82	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
Totals:	15	68.18	%
Single Particles	12	54.55	%
Total Particles	15	68.18	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
Totals:	9	40.91	%
Single Particles	5	22.73	%
Total Particles	9	40.91	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: