

User:	5	Supervisor
Product:	10	vial 20ml
Batch:	1234567	
Notes:		

08 October 2015 15:40:55

Date Time

Starting date:	<b>08/10/2015</b>	12:41:38 PM
Ending date:	<b>08/10/2015</b>	3:40:55 PM

Counters:

INSPECTED	<b>934</b>		
ACCEPTED	<b>298</b>	31.91	%
REJECTED	<b>574</b>	61.46	%
TECHNICAL REJECT	<b>62</b>	6.64	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	28	3.00	%
Min Still particles	17	1.82	%
Tot. Still Particles	28	3.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	36	3.85	%
Aluseal Area	1	0.11	%
Crimping	35	3.75	%
	1	0.11	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	521	55.78	%
Single Particles	152	16.27	%
Total Particles	215	23.02	%
	0	0.00	%
Fill Level	355	38.01	%

ST4	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	225	24.09	%
Single Particles	165	17.67	%
Total Particles	225	24.09	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	53	5.67	%
Single Particles	53	5.67	%
Total Particles	53	5.67	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: