

User:	5	Supervisor
Product:	14	100mL PotCl
Batch:		
Notes:		

11 December 2015 15:13:02

### Date Time

Starting date:	<b>11/12/2015</b>	12:43:40 PM
Ending date:	<b>11/12/2015</b>	3:13:01 PM

### Counters:

INSPECTED	<b>159</b>		
ACCEPTED	<b>51</b>	32.08	%
REJECTED	<b>108</b>	67.92	%
TECHNICAL REJECT	<b>0</b>	0.00	%

### Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	6	3.77	%
Min Still particles	0	0.00	%
Tot. Still Particles	6	3.77	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	12	7.55	%
Aluseal Area	0	0.00	%
Crimping	9	5.66	%
	7	4.40	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	41	25.79	%
Single Particles	24	15.09	%
Total Particles	27	16.98	%
	0	0.00	%
Fill Level	14	8.81	%

ST4	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	33	20.75	%
Single Particles	32	20.13	%
Total Particles	32	20.13	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	73	45.91	%
Single Particles	73	45.91	%
Total Particles	67	42.14	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: