

User:	1	adamb
Product:	11	100ml Production
Batch:	PQ1_TS08	
Notes:	100ML TYPE 1 GLASS AND S20WFIR STOPPER	

18 February 2016 09:35:21

Date Time

Starting date:	<b>18/02/2016</b>	9:15:06 AM
Ending date:	<b>18/02/2016</b>	9:35:21 AM

Counters:

INSPECTED	<b>105</b>		
ACCEPTED	<b>67</b>	63.81	%
REJECTED	<b>15</b>	14.29	%
TECHNICAL REJECT	<b>23</b>	21.90	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
Totals:	1	0.95	%
Min Still particles	0	0.00	%
Tot. Still Particles	1	0.95	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
Totals:	6	5.71	%
Flip-off	0	0.00	%
Aluseal Area	4	3.81	%
Crimping	6	5.71	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
Totals:	9	8.57	%
Single Particles	7	6.67	%
Total Particles	8	7.62	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
Totals:	6	5.71	%
Single Particles	6	5.71	%
Total Particles	6	5.71	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
Totals:	6	5.71	%
Single Particles	6	5.71	%
Total Particles	6	5.71	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: