

User:	5	Supervisor
Product:	1	Ampoules. 1ml
Batch:	1111111	
Notes:		

29 June 2015 14:31:55

Date Time

Starting date:	29/06/2015	2:22:06 PM
Ending date:	29/06/2015	2:31:54 PM

Counters:

INSPECTED	144		
ACCEPTED	0	0.00	%
REJECTED	65	45.14	%
TECNICAL REJECT	79	54.86	%

Reject details:

ST0	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	4	2.78	%
Height	2	1.39	%
Shape	0	0.00	%
Black Spot	2	1.39	%
Colour Rings	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	3	2.08	%
Single Particles	2	1.39	%
Total Particles	3	2.08	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	9	6.25	%
Single Particles	5	3.47	%
Total Particles	9	6.25	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	61	42.36	%
Still Particles	61	42.36	%
Tot. Still Particles	61	42.36	%
Charrings	0	0.00	%
Tot. Charrings	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	32	22.22	%
Single Particles	29	20.14	%
Total Particles	32	22.22	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	NOT AVAILABLE		OFF
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

LKD counters			
LKD1			ON
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
LKD2			ON
<i>Totals:</i>	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: