

User:	5	Supervisor
Product:	10	vial 20ml
Batch:	234567	
Notes:		

13 October 2015 09:45:03

Date Time

Starting date:	13/10/2015	9:24:20 AM
Ending date:	13/10/2015	9:45:03 AM

Counters:

INSPECTED	1404		
ACCEPTED	1118	79.63	%
REJECTED	278	19.80	%
TECHNICAL REJECT	8	0.57	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
Totals:	48	3.42	%
Min Still particles	27	1.92	%
Tot. Still Particles	48	3.42	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
Totals:	14	1.00	%
Aluseal Area	4	0.28	%
Crimping	10	0.71	%
	1	0.07	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
Totals:	194	13.82	%
Single Particles	93	6.62	%
Total Particles	158	11.25	%
	0	0.00	%
Fill Level	46	3.28	%

ST4	AVAILABLE		ON
Totals:	138	9.83	%
Single Particles	95	6.77	%
Total Particles	138	9.83	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
Totals:	14	1.00	%
Single Particles	14	1.00	%
Total Particles	14	1.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: