

User:	1	Mitchf
Product:	4	100ml Production
Batch:	100mL practice 0000000	
Notes:		

11 August 2016 11:03:23

Date Time

Starting date:	11/08/2016	9:31:09 AM
Ending date:	11/08/2016	11:03:23 AM

Counters:

INSPECTED	655		
ACCEPTED	496	75.73	%
REJECTED	121	18.47	%
TECHNICAL REJECT	38	5.80	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
Totals:	6	0.92	%
Min Still particles	2	0.31	%
Tot. Still Particles	6	0.92	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
Totals:	19	2.90	%
Flip-off	5	0.76	%
Aluseal Area	8	1.22	%
Crimping	9	1.37	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
Totals:	86	13.13	%
Single Particles	22	3.36	%
Total Particles	30	4.58	%
	0	0.00	%
Fill Level	57	8.70	%

ST4	AVAILABLE		ON
Totals:	25	3.82	%
Single Particles	24	3.66	%
Total Particles	25	3.82	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
Totals:	23	3.51	%
Single Particles	23	3.51	%
Total Particles	21	3.21	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: