

| | | |
|----------|-------------------------------------|------------|
| User: | 5 | Supervisor |
| Product: | 2 | Vial 50ml |
| Batch: | PQ1_TS04 | |
| Notes: | 50ml type 1 glass & S20WFIR STOPPER | |
| | | |
| | | |

16 November 2015 12:29:06

Date Time

| | | |
|----------------|-------------------|-------------|
| Starting date: | 16/11/2015 | 12:29:02 PM |
| Ending date: | 16/11/2015 | 12:29:06 PM |

Counters:

| | | | |
|------------------|------------|-------|---|
| INSPECTED | 300 | | |
| ACCEPTED | 218 | 72.67 | % |
| REJECTED | 79 | 26.33 | % |
| TECHNICAL REJECT | 3 | 1.00 | % |

Reject details:

| ST0 | NOT AVAILABLE | | OFF |
|----------------------|---------------|-------|-----|
| <i>Totals:</i> | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| ST1 | AVAILABLE | | ON |
| <i>Totals:</i> | 65 | 21.67 | % |
| Min Still particles | 56 | 18.67 | % |
| Tot. Still Particles | 65 | 21.67 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| ST2 | AVAILABLE | | ON |
| <i>Totals:</i> | 1 | 0.33 | % |
| Aluseal Area | 0 | 0.00 | % |
| Crimping | 1 | 0.33 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| ST3 | AVAILABLE | | ON |
| <i>Totals:</i> | 12 | 4.00 | % |
| Single Particles | 3 | 1.00 | % |
| Total Particles | 12 | 4.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| Fill Level | 0 | 0.00 | % |

| ST4 | AVAILABLE | | ON |
|------------------|-----------|------|----|
| <i>Totals:</i> | 11 | 3.67 | % |
| Single Particles | 1 | 0.33 | % |
| Total Particles | 11 | 3.67 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| ST5 | AVAILABLE | | ON |
| <i>Totals:</i> | 0 | 0.00 | % |
| Single Particles | 0 | 0.00 | % |
| Total Particles | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |

Approved by:

Verified by: