

User:	1	operator
Product:	6	vials 50ml
Batch:	1234567	
Notes:		

09 June 2015 14:24:02

Date Time

Starting date:	<b>09/06/2015</b>	2:23:26 PM
Ending date:	<b>09/06/2015</b>	2:24:02 PM

Counters:

INSPECTED	<b>40</b>		
ACCEPTED	<b>9</b>	22.50	%
REJECTED	<b>31</b>	77.50	%
TECHNICAL REJECT	<b>0</b>	0.00	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
Totals:	24	60.00	%
Min Still particles	21	52.50	%
Tot. Still Particles	24	60.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
Totals:	0	0.00	%
Aluseal Area	0	0.00	%
Crimping	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
Totals:	9	22.50	%
Single Particles	3	7.50	%
Total Particles	9	22.50	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
Totals:	18	45.00	%
Single Particles	5	12.50	%
Total Particles	18	45.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
Totals:	3	7.50	%
Single Particles	1	2.50	%
Total Particles	3	7.50	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: