

User:	1	operator
Product:	11	test 50ml
Batch:	particle/fill	
Notes:		

15 January 2016 15:33:50

Date Time

Starting date:	<b>15/01/2016</b>	3:29:39 PM
Ending date:	<b>15/01/2016</b>	3:33:50 PM

Counters:

INSPECTED	<b>120</b>		
ACCEPTED	<b>20</b>	16.67	%
REJECTED	<b>91</b>	75.83	%
TECHNICAL REJECT	<b>9</b>	7.50	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	84	70.00	%
Min Still particles	61	50.83	%
Tot. Still Particles	84	70.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	9	7.50	%
Aluseal Area	3	2.50	%
Crimping	7	5.83	%
	1	0.83	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	4	3.33	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	4	3.33	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: