

User:	1	operator
Product:	10	vial 20ml
Batch:	234567	
Notes:		

28 October 2015 14:53:19

Date Time

Starting date:	28/10/2015	12:57:06 PM
Ending date:	28/10/2015	2:53:19 PM

Counters:

INSPECTED	253		
ACCEPTED	144	56.92	%
REJECTED	56	22.13	%
TECHNICAL REJECT	53	20.95	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	30	11.86	%
Min Still particles	27	10.67	%
Tot. Still Particles	30	11.86	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	2	0.79	%
Aluseal Area	0	0.00	%
Crimping	2	0.79	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	47	18.58	%
Single Particles	35	13.83	%
Total Particles	44	17.39	%
	0	0.00	%
Fill Level	19	7.51	%

ST4	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	41	16.21	%
Single Particles	24	9.49	%
Total Particles	41	16.21	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	9	3.56	%
Single Particles	9	3.56	%
Total Particles	9	3.56	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: